



ANNEX CRITERIS SUBJECTIUS CSI2024028

LOT 1 BOSSES I ROTLLOS DE PAPER MIXT

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Criteris Valorables mitjançant judicis de Valor		Puntuació màxima 49 punts				
Valoració de la Fitxa Tècnica			PERGUT MEDICAL, S.L.U.		STERIS IBERIA SAU	
DIMENSIONS	10	VARIACIÓ DE COTES ≤ ± 2% ±2% < VARIACIÓ DE COTES ≤ ±5% ±5% < VARIACIÓ DE COTES ≤ ±10% VARIACIÓ DE COTES > ±10%	9	una de les mides supera el 10% de variació, està en cm en contes de mm	10	sense variacions
INDICADORS VISUALS DEL PROCES D'ESTERILITZACIÓ	7	PELS 3 MÈTODES PER 2 MÈTODES PER 1 MÈTODE PER CAP MÈTODE	7	indicadors visibles	7	indicadors visibles
METODES D'ESTERILITZACIÓ	6	PELS 3 MÈTODES PER 2 MÈTODES PER 1 MÈTODE PER CAP MÈTODE	6	vàlid per 3 mètodes	6	vàlid per 3 mètodes
INDICACIÓ SENTIT APERTURA	5	A BOSSES I ROTLLOS NOMÉS A BOSSES O NOMÉS A ROTLLOS SENSE INDICACIÓ DEL SENTIT APERTURA	5	indicat a les bosses	5	indicat a les bosses
ENVASAT AMB PLÀSTIC/BOSSA PROTECTORA	5	A BOSSES I ROTLLOS NOMÉS A BOSSES O NOMÉS A ROTLLOS NI A BOSSES NI A ROTLLOS	0	No han presentat unitats mínimes d'embalatge, no podem valorar la protecció	5	Correcte
UNITAT MÍNIMA DE MANIPULACIÓ INDEPENDENT DE L'EMBALATGE	3	SI/NO	0	NO	3	SI
PUNTUACIÓ	36		27		36	
Valoració de la mostra						
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	4	Valoració Màxima	4	bona identificació, visibilitat i manipulació	4	bona identificació, visibilitat i manipulació
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DELS INDICADORS UN COP SOTMESOS A L'ESTERILITZACIÓ	5	Valoració Màxima	5		5	
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ	4	Valoració Màxima	4		4	
PUNTUACIÓ	13		13		13	
TOTAL PUNTUACIÓ	49		40		49	

Mireia Labarta Tomas
Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

LOT 2 FULLS DE PAPER DE POLIPROPILE

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Criteris Valorables mitjançant judicis de Valor		Puntuació màxima 49 punts						
Valoració de la Fitxa Tècnica			PERGUT MEDICAL, S.L.U.		Medline International Iberia S.L.U.		JUVAZQUEZ, S.L.	
DIMENSIONS	7	VARIACIÓ DE COTES $\leq \pm 2\%$ $\pm 2\% < \text{VARIACIÓ DE COTES} \leq \pm 5\%$ $\pm 5\% < \text{VARIACIÓ DE COTES} \leq \pm 10\%$ VARIACIÓ DE COTES $> \pm 10\%$	7	Correcte	7	Correcte	7	Correcte
IDENTIFICACIÓ VISUAL GRAMATGE PER COLORS	9	SI/NO	0	"NO, no es distingeixen els gramatges, ja que són del mateix color"	9	SI	0	"NO, no es distingeixen els gramatges, ja que són del mateix color"
LA GAMA TE L'OPCIÓ DE PRODUCTES BICAPES (2 FULLS UNITES)	4	SI/NO	4	No han presentat cap mostra bicapa	4	No han presentat cap mostra bicapa	4	No han presentat cap mostra bicapa
ENVASAT AMB PLÀSTIC/BOSSA PROTECTORA PER UD DE MANIPULACIÓ	7	SI/NO	0	No s'ha presentat unitat mínima de manipulació, han presentat unitats soltes, no tenen envàs protector o bossa	7	SI	7	SI
UNITAT MÍNIMA DE MANIPULACIÓ INDEPENDENT DE L'EMBALATGE	4	SI/NO	0	No s'ha presentat unitat mínima de manipulació, han presentat unitats soltes, no tenen envàs protector o bossa	4	SI	4	SI
PUNTUACIÓ	31		11		31		22	
Valoració de la mostra								
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	6	Valoració Màxima	0	No s'ha presentat unitat mínima de manipulació, han presentat unitats soltes, no tenen envàs protector o bossa	6	Correcte	6	Correcte
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU ÚS: RESPOSTA EN SOTMETRE LA MOSTRA A LES CONDICIONS HABITUALS DE TREBALL	6	Valoració Màxima	5	Condensa en l'ús dins dels contenidors.	6	Correcte	5	Condensa en l'ús dins dels contenidors.
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU ÚS: FACILITAT DE MANIPULACIÓ	6	Valoració Màxima	0	No s'ha presentat unitat mínima de manipulació, han presentat unitats soltes, no tenen envàs protector o bossa	5	Correcte	1	Molt complicada la manipulació dels paquets i col·locació de les fulles.
PUNTUACIÓ	18		5		17		12	
TOTAL PUNTUACIÓ	49		16	EXCLÒS	48		34	

Mireia Labarta Tomas
Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

LOT 4 PRECINTES CONTENIDORS INSTRUMENTAL

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta

Criteris Valorables mitjançant judicis de Valor		Puntuació màxima 49 punts								
Valoració de la Fitxa Tècnica			PERGUT MEDICAL S.L.U.		CLINICAL REFERENCE SL		COMERCIAL MÈDICA PUIG, S.L.		Iberian Care	
VARIACIÓ DE COTES	16	VARIACIÓ DE COTES ≤ 0 mm 0 < VARIACIÓ DE COTES ≤ 1 mm VARIACIÓ DE COTES > 1 mm	0	no és la mida requerida, variació cotes excessiva	16	Correcte	16	Correcte	16	Correcte
CADA CODI DE LA PROPOSTA TÉ UN COLOR DIFERENT	15	SI/NO	0	NO	15	SI	15	SI	0	NO
PUNTUACIÓ	31		0		31		31		16	
Valoració de la mostra										
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	6	Valoració Màxima	0	No compleix mesures d'un codi, no presenta colors diferents, no van en embalatge, funcionen bé	0	Es dobleguen en col·locar-los i costa	0	costen una mica de tancar, colors diferents però de formes diferents, en el mes rodó no caben les etiquetes	0	Es dobleguen en col·locar-los i costa
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: RESPOSTA EN SOTMETRE LA MOSTRA A LES CONDICIONS HABITUALS DE TREBALL	6	Valoració Màxima	6		1	bastant de posar, també de treure, té colors, però són de manera diferent, no van en embalatge, no caben les etiquetes.	4		1	bastant de posar, també de treure, té colors, però són de manera diferent, no van en embalatge, no caben les etiquetes.
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ	6	Valoració Màxima	6		1		4		1	
PUNTUACIÓ	18		12		2		8		2	
TOTAL PUNTUACIÓ	49		12	EXCLÒS	33		39		18	EXCLÒS

Mireia Labarta Tomas
Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

LOT 5 CONTROLS BIOLÒGICS

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Criteris Valorables mitjançant judicis de Valor		Puntuació màxima 49 punts								
Valoració de la Fitxa Tècnica			PERGUT MEDICAL, S.L.U.		KCI Clinic Spain, S.L.		COMERCIAL MÈDICA PUIG, S.L.		Advanced Products España S.L.	
CESSIÓ INCUBADORA DE RESERVA	8	SI/NO	0	NO	8	SI	8	SI	8	SI
TEMPS SUBSTITUCIÓ INCUBADORA EN CAS D'AVERIA	8	≤ 12 HORES 12 HORES < TEMPS SUBSTITUCIÓ ≤ 24 H > 24 HORES	8	Correcte	8	Correcte	8	Correcte	8	Correcte
CADUCITAT	9	≥ 2 ANYS 1 ANY ≤ CADUCITAT < 2 ANYS < 1 ANY	6	Entre 1 i 2	3	Menys de 1	6	Entre 1 i 2	3	Menys de 1
COMPATIBILITAT PROGRAMA TRAÇABILITAT TRAZINS O TRAZINS VS	8	SI/NO	8	SI	8	SI	8	SI	8	SI
PUNTUACIÓ	33		22		27		30		27	
Valoració de la mostra										
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	6	Valoració Màxima	0	No presenta embalatge formal, no han vingut a ensenyar l'ús de la incubadora	0	No presenta embalatge formal, no han vingut a ensenyar l'ús de la incubadora	0	No presenta embalatge formal, no han vingut a ensenyar l'ús de la incubadora	0	No presenta embalatge formal, no han vingut a ensenyar l'ús de la incubadora
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ DELS VIALS.	5	Valoració Màxima	1	No presenta incubadora, no puc provar-la, mateix codi per a gravitatori i buit, mateix color de vial i no es distingeixen.	5	Tot correcte, però no veiem informació d'embalatge vials	1	Mateix codi per a gravitatori i buit, mateix color de vial i no es distingeixen, se m'han trencat vials durant la manipulació, incubadora bé, però amb les tapes no es veuen els vials i molesten.	1	Mateix codi per a gravitatori i buit, mateix color de vial i no es distingeixen, incubadora amb molt pocs "pocillos", la tapa molesta, impressora ok però despesa addicional per fungible.
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ DE LA INCUBADORA	5	Valoració Màxima	0		5		1		3	
PUNTUACIÓ	16		1		10		2		4	
TOTAL PUNTUACIÓ	49		23	EXCLÒS	37		32		31	

Mireia Labarta Tomas
Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

LOT 6 CONTROLS QUÍMICS

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Criteris Valorables mitjançant judicis de Valor		Puntuació màxima 49 punts												
Valoració de la Fitxa Tècnica			PERGUT MEDICAL S.L.U.		CLINICAL REFERENCE SL		COMERCIAL MÈDICA PUIG, S.L.		Advanced Products España S.L.		BMB HOSPITALARIA, S.L.		KCI Clinic Spain, S.L.	
VALORS DE REFERÈNCIA DELS INDICADORS VISUALS DEL PROCÉS D'ESTERILITZACIÓ	11	SI/NO	11	SI	11	SI	11	SI	11	SI	11	SI	11	SI
CADUCITAT	11	≥ 2 ANYS 1 ANY ≤ CADUCITAT < 2 ANYS < 1 ANY	11	≥ 2 Anys	11	≥ 2 Anys	9	1 Any ≤ Caducitat < 2 Anys	11	≥ 2 Anys	3	< 1 Any	9	1 Any ≤ Caducitat < 2 Anys
CODI 31483: ENVAS PROTECTOR CANVIS DE TEMPERATURA CODI 3811: FILM PROTECTOR X EVITAR MIGRACIONS DE TINTES CODI 6984: CESSIÓ PORTARROLLOS X CONSUM FINS A 8 UD	11	SI ALS 3 SI ALS 2 PRIMERS SI AL PRIMER	3	Compleix 1	3	Compleix 1	9	Compleix 2	9	Compleix 2	3	Compleix 1	3	Compleix 1
PUNTUACIÓ	33		25		25		29		31		17		23	
Valoració de la mostra														
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	6	Valoració Màxima	1	Els químics 4 i 5 normal, el rotlló no té informació, costa treure el precinte, és enganxa el rotlló a la superfície on el posis, molt malament, encara que viri bé, els classe 4 s'han de tallar amb tisores.	6	Tot bastant normal, la cinta s'ha enlairat fàcilment.	1	Difícil interpretar el químic 5 i el 4 es veu craquelat, no tots tenen data i el lot en el control per a traçabilitat, s'ha de tallar amb tisores, molt gruixuts. La cinta normal.	6	Tot molt bé, excepte la cinta que és més estreta.	1	Els químics són molt gruixuts per a documentació, normal funcionament, falta algun lot en les unitats, no indica tipus 4 en el control, difícil separar unitats del tipus 5 encara que siguin adhesives. La cinta normal.	1	Falten dates i lots, els de classe 4 no hi són plastificats, els de classe 5 tenen mala olor, i molt gruixuts. La cinta molt bé.
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DE L'INDICADOR DESPRÉS DEL PROCÉS.	5	Valoració Màxima	0		5		1		5		3		3	
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: RESPOSTA EN SOTMETRE LA MOSTRA A LES CONDICIONS HABITUALS DE TREBALL	5	Valoració Màxima	4		3		2		3		3		4	
PUNTUACIÓ	16		5		14		4		14		7		8	
TOTAL PUNTUACIÓ	49		30		39		33		45		24	EXCLÓS	31	

Mireia Labarta Tomas
Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

LOT 7 ETIQUETES AMB INDICADOR

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Criteris Valorables mitjançant judicis de Valor		Puntuació màxima 49 punts								
Valoració de la Fitxa Tècnica					BMB HOSPITALARIA, S.L.		CLINICAL REFERENCE SL		COMERCIAL MÉDICA PUIG, S.L.	
POSSIBILITAT DE SUBMINISTRAR ETIQUETES DE COLOR AL MATEIX PREU		5	SI/NO	0	NO INFO	0	NO INFO	0	NO INFO	
APTES PER UTILITZAR SOBRE FULLS DE POLIPOPROPILE		10	SI/NO	10	Correcte	10	Correcte	10	Correcte	
SUBMINISTRAMENT DEL CONSUMIBLE DE L'ETIQUETADORA		10	SI/NO	10		10		10		
PUNTUACIÓ		25		20		20		20		

Valoració de la mostra										
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO		6	Valoració Maxima	6	Correcte	2	Canvi químic a marro, és menys visible que a negre, no porta les dades a l'etiqueta.	2	Canvi químic a marro, és menys visible que a negre, porta les dades a l'etiqueta i no deixa veure correctament les dades del procés que posem, el rotllo és més fi i costa molt introduir-lo en la pistola.	
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DELS INDICADORS UN COP SOTMESOS A L'ESTERILITZACIÓ		6	Valoració Maxima	6		4		4		
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ		6	Valoració Maxima	6		6		1		
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: ADHERÈNCIA ABANS I DESPRÉS DEL PROCÉS		6	Valoració Maxima	6		6		6		
PUNTUACIÓ		24		24		18		13		

TOTAL PUNTUACIÓ		49		44		38		33		
-----------------	--	----	--	----	--	----	--	----	--	--

Mireia Labarta Tomas
Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tecnica)

LOT 8 CONTROLS BOWIE DICK

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Criteris Valorables mitjançant judicis de Valor		Puntuació màxima 49 punts								
Valoració de la Fitxa Tècnica			PERGUT MEDICAL,S.L.U.		STERIS IBERIA SAU		Iberian Care		Advanced Products España S.L.	
INDICADOR D'ADVERTIMENT PREVI EXTERN AL PAQUET	10	SI/NO	10	SI	10	SI	10	SI	10	SI
CADUCITAT	11	≥ 2 ANYS 1 ANY ≤ CADUCITAT < 2 ANYS < 1 ANY	11	Correcte	11	Correcte	11	Correcte	11	Correcte
PUNTUACIÓ	21		21		21		21		21	
Valoració de la mostra										
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	7	Valoració Màxima	7	Les dades queden darrere.	7	És molt voluminós, més dificultats en la manipulació, es corba el registre i dificulta l'emmagatzematge i postprocés, dades darrere.	7	Costa d'obrir, és una mica voluminós i les dades queden darrere.	7	Fàcil maneig, les dades visibles al davant, tata la informació, registre darrere senzill.
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ DEL PAQUET DESPRÉS DEL PROCÉS.	7	Valoració Màxima	7		2		2		7	
METODE DE REGISTRE I EMMAGATZEMATGE: FACILITAT D'EMMAGATZEMATGE	7	Valoració Màxima	7		2		2		7	
METODE DE REGISTRE I EMMAGATZEMATGE: CAPACITAT DE REGISTRES	7	Valoració Màxima	2		2		2		7	
PUNTUACIÓ	28		23		13		13		28	
TOTAL PUNTUACIÓ	49		44		34		34		49	

Mireia Labarta Tomas
Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

LOT 9 CONTROL BOWIE DICK EN TUB

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Criteris Valorables mitjançant judicis de Valor		Puntuació màxima 49 punts				
Valoració de la Fitxa Tècnica			PERGUT MEDICAL,S.L.U.		STERIS IBERIA SAU	
CADUCITAT	13	≥ 2 ANYS $1 \text{ ANY} \leq \text{CADUCITAT} < 2 \text{ ANYS}$ $< 1 \text{ ANY}$	9	Entre un i dos anys.	9	Entre un i dos anys.
PUNTUACIÓ	13		9		9	
Valoració de la mostra						
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	9	Valoració Màxima	2	No és el que demanem, les tires si són d'un sol ús, però el tub no, s'ha de col·locar dins per al procés, i primer separar-les les unes de les altres, molta manipulació, per a finalitzar també, s'ha de reutilitzar el tub, registre ok.	9	Tot correcte, és el que demanem, manipulació mínima, tot d'un sol ús, registre ok.
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ DESPRÉS DEL PROCÉS	9	Valoració Màxima	1		9	
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DEL RESULTAT DESPRÉS DEL PROCÉS	9	Valoració Màxima	1		9	
METODE DE REGISTRE I EMMAGATZEMATGE: FACILITAT D'EMMAGATZEMATGE	9	Valoració Màxima	8		9	
PUNTUACIÓ	36		12		36	
TOTAL PUNTUACIÓ	49		21	EXCLÒS	45	

Mireia Labarta Tomas
Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

LOT 10 FILTRES DE PAPER

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Criteris Valorables mitjançant judicis de Valor		Puntuació màxima 49 punts						
Valoració de la Fitxa Tècnica			PERGUT MEDICAL, S.L.U.		B.BRAUN SURGICAL, S.A.		COMERCIAL MÈDICA PUIG, S.L.	
ENVASAT AMB PLÀSTIC/BOSSA PROTECTORA	11	SI/NO	0	No presenta embalatge, unitats soltes.	11	SI	11	SI
UNITAT MINIMA DE MANIPULACIÓ INDEPENDENT DE L'EMBALATGE	11	SI/NO	0		11	SI	11	SI
PUNTUACIÓ	22		0		22		22	

Valoració de la mostra								
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	9	Valoració Maxima	6	El rodó no esta perforat del tot, cada viratge en marro és diferent i fa difícil la interpretació, no es pot veure informació d'embalatge ni protecció plàstica.	9	El quadrat no té indicador químic per a identificar l'ús	9	Correcte
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DELS INDICADORS UN COP SOTMESOS A L'ESTERILITZACIÓ	9	Valoració Maxima	1		1		9	
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ	9	Valoració Maxima	9		9		9	
PUNTUACIÓ	27		16		19		27	

TOTAL PUNTUACIÓ	49		16	EXCLÒS	41		49	
------------------------	-----------	--	-----------	---------------	-----------	--	-----------	--

Mireia Labarta Tomas
Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tecnica)

LOT 12 PAPER CREPAT

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Criteris Valorables mitjançant judicis de Valor		Puntuació màxima 49 punts					
Valoració de la Fitxa Tècnica				PERGUT MEDICAL, S.L.U.		JUVAZQUEZ, S.L.	
ENVASAT AMB PLÀSTIC/BOSSA PROTECTORA	11	SI/NO	11	SI	11	SI	
UNITAT MÍNIMA DE MANIPULACIÓ INDEPENDENT DE L'EMBALATGE	11	SI/NO	11		11		
PUNTUACIÓ	22		22		22		
Valoració de la mostra							
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	9	Valoració Màxima	9	Correcte	9	Correcte	
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: MEMÒRIA	9	Valoració Màxima	9		9		
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ	9	Valoració Màxima	9		9		
PUNTUACIÓ	27		27		27		
TOTAL PUNTUACIÓ	49		49		49		

Mireia Labarta Tomas
Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

LOT 14 ETIQUETES AMB INDICADOR

Els licitadors que no obtinguin una puntuació de 25 punts en el total del lot no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica.

Criteris Valorables mitjançant judicis de Valor		Puntuació màxima 49 punts				
Valoració de la Fitxa Tècnica			KCI Clinic Spain, S.L.		CLINICAL REFERENCE SL	
POSSIBILITAT DE SUBMINISTRAR ETIQUETES DE COLOR AL MATEIX PREU	12	SI/NO	0	NO	0	NO
APTES PER UTILITZAR SOBRE FULLS DE POLIPOPROPILE	10	SI/NO	0	NO	10	SI
39076: CESSIÓ DE LA IMPRESSORA A UTILITZAR	3	SI/NO	0	NO	0	NO
PUNTUACIÓ	25		0		10	
Valoració de la mostra						
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	6	Valoració Maxima	0	No és el que demanem per a impressora, són com de contenidor, no es poden valorar	1	Són més petites, difícil desenganxar la segona etiqueta, l'imprès del programa de traçabilitat no es veu clar per la impressió de la mateixa etiqueta.
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DELS INDICADORS UN COP SOTMESOS A L'ESTERILITZACIÓ	6	Valoració Maxima	0		6	
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ	6	Valoració Maxima	0		1	
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: ADHERÈNCIA ABANS I DESPRÈS DEL PROCÉS	6	Valoració Maxima	0		5	
PUNTUACIÓ	24		0		13	
TOTAL PUNTUACIÓ	49		0	EXCLÒS	23	EXCLÒS

Mireia Labarta Tomas
Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)