

LOT 1 BOSSES I ROTLLOS DE PAPER MIXT		PERGUT MEDICAL,S.L.U.		STERIS IBERIA SAU	
Total puntuació subjectiva	49,00		40,00		49,00
DIMENSIONS	10	una de les mides supera el 10% de variació, està en cm en contes de mm	9	sense variacions	10
INDICADORS VISUALS DEL PROCES D'ESTERILITZACIÓ	7	indicadors visibles	7	indicadors visibles	7
METODES D'ESTERILITZACIÓ	6	vàlid per 3 mètodes	6	vàlid per 3 mètodes	6
INDICACIÓ SENTIT APERTURA	5	indicat a les bosses	5	indicat a les bosses	5
ENVASAT AMB PLÀSTIC/BOSSA PROTECTORA	5	No han presentat unitats mínimes d'embalatge, no podem valorar la protecció	0	Correcte	5
UNITAT MÍNIMA DE MANIPULACIÓ INDEPENDENT DE L'EMBALATGE	3	NO	0	SI	3
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	4	bona identificació, visibilitat i manipulació	4	bona identificació, visibilitat i manipulació	4
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DELS INDICADORS UN COP SOTMESOS A L'ESTERILITZACIÓ	5		5		5
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ	4		4		4
Total puntuació objectiva	51,00		0,00		51,000
import màxim de licitació sense iva puntuació màxima oferta econòmica presentada	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">40.271,33 €</div> 51,00	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6 52.410,13 €	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6 40.185,31 €		
Puntuació final (tèc + eco)		EXCLÒS	40,000		100,000

SUPERA EL IMPORT MÀXIM DE LICITACIÓ
Mireia Labarta Tomas

Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

CSI2024028: Subministrament del material fungible amb cessió obligatòria d'equips per esterilització per als centres del Consorci Sanitari Integral

LOT 2 FULLS DE PAPER DE POLIPROPILE		Medline International Iberia S.L.U.		JUVAZQUEZ, S.L.		PERGUT MEDICAL,S.L.U.	
Total puntuació subjectiva	49,00		48,00		34,00		16,00
DIMENSIONS	7	Correcte	7	Correcte	7	Correcte	7
IDENTIFICACIÓ VISUAL GRAMATGE PER COLORS	9	SI	9	"NO, no es distingeixen els gramatges, ja que són del mateix color"	0	"NO, no es distingeixen els gramatges, ja que són del mateix color"	0
LA GAMA TE L'OPCIÓ DE PRODUCTES BICAPES (2 FULLS UNITS)	4	No han presentat cap mostra bicapa	4	No han presentat cap mostra bicapa	4	No han presentat cap mostra bicapa	4
ENVASAT AMB PLÀSTIC/BOSSA PROTECTORA PER UD DE MANIPULACIÓ	7	SI	7	SI	7	No s'ha presentat unitat mínima de manipulació, han presentat unitats soltes, no tenen envàs protector o bossa	0
UNITAT MÍNIMA DE MANIPULACIÓ INDEPENDENT DE L'EMBALATGE	4	SI	4	SI	4	No s'ha presentat unitat mínima de manipulació, han presentat unitats soltes, no tenen envàs protector o bossa	0
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	6	Correcte	6	Correcte	6	No s'ha presentat unitat mínima de manipulació, han presentat unitats soltes, no tenen envàs protector o bossa	0
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: RESPOSTA EN SOTMETRE LA MOSTRA A LES CONDICIONS HABITUALS DE TREBALL	6	Correcte	6	Condensa en l'ús dins dels contenidors.	5	Condensa en l'ús dins dels contenidors.	5
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ	6	Correcte	5	Molt complicada la manipulació dels paquets i col·locació de les fulles.	1	No s'ha presentat unitat mínima de manipulació, han presentat unitats soltes, no tenen envàs protector o bossa	0
Total puntuació objectiva	51,00		51,000		50,677		0,000
import màxim de licitació sense iva puntuació màxima	62.457,04 €	$P_v = \left[1 - \left(\frac{0_v - 0_M}{IL} \right) x \left(\frac{1}{VP} \right) \right] x P$ Factor de modulació 1,6 51,000		$P_v = \left[1 - \left(\frac{0_v - 0_M}{IL} \right) x \left(\frac{1}{VP} \right) \right] x P$ Factor de modulació 1,6 50,677		EXCLÒS	
oferta econòmica presentada	51,00	60.446,90 €		61.078,92 €			
Puntuació final (tèc + eco)			99,000		84,677		

Mireia Labarta Tomas

Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

CSI2024028: Subministrament del material fungible amb cessió obligatòria d'equips per esterilització per als centres del Consorci Sanitari Integral

LOT 3 ROTLLOS DE PAPER KRAFT		PERGUT MEDICAL, S.L.U.	
Total puntuació subjectiva	49,00		49,00
DIMENSIONS	10	Correcte	10
ENVASAT AMB PLÀSTIC/BOSSA PROTECTORA	10	Correcte	10
INDICACIÓ SENTIT APERTURA	10	Correcte	10
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	7	Correcte	7
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: RESPOSTA EN SOTMETRE LA MOSTRA A LES CONDICIONS HABITUALS DE TREBALL	6	Correcte	6
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ	6	Correcte	6
Total puntuació objectiva	51,00		51,000
import màxim de licitació sense iva puntuació màxima	2.789,28 € 51,00	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6	51,000
oferta econòmica presentada			2.592,00 €
Puntuació final (tèc + eco)			100,000

Mireia Labarta Tomas

Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

CSI2024028: Subministrament del material fungible amb cessió obligatòria d'equips per esterilització per als centres del Consorci Sanitari Integral

LOT 4 PRECINTES CONTENIDORS INSTRUMENTAL		CLINICAL REFERENCE SL		COMERCIAL MÈDICA PUIG, S.L.		PERGUT MEDICAL,S.L.U.		Iberian Care	
Total puntuació subjectiva	49,00		33,00		39,00		12,00		18,00
VARIACIÓ DE COTES	16	Correcte	16	Correcte	16	no és la mida requerida, variació cotes excessiva	0	Correcte	16
CADA CODI DE LA PROPOSTA TÉ UN COLOR DIFERENT	15	SI	15	SI	15	NO	0	NO	0
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	6	Es dobleguen en col·locar-los i costa bastant de posar, també de treure, té colors, però són de manera diferent, no van en embalatge, no caben les etiquetes.	0	costen una mica de tancar , colors diferents però de formes diferents, en el mes rodó no caben les etiquetes	0	No compleix mesures d'un codi, no presenta colors diferents, no van en embalatge, funcionen bé	0	Es dobleguen en col·locar-los i costa bastant de posar, també de treure, té colors, però són de manera diferent, no van en embalatge, no caben les etiquetes.	0
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: RESPOSTA EN SOTMETRE LA MOSTRA A LES CONDICIONS HABITUALS DE TREBALL	6		1		4		6		1
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ	6		1		4		6		1
Total puntuació objectiva	51,00		51,000		43,035		0,000		0,000
import màxim de licitació sense iva puntuació màxima	23.580,00 € 51,00	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6 51,000 16.356,00 €		$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6 43,035 22.248,00 €		EXCLÒS		EXCLÒS	
Puntuació final (tèc + eco)			84,000		82,035				

Mireia Labarta Tomas

Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

CSI2024028: Subministrament del material fungible amb cessió obligatòria d'equips per esterilització per als centres del Consorci Sanitari Integral

LOT 5 CONTROLS BIOLÒGICS		KCI Clinic Spain, S.L.		COMERCIAL MÈDICA PUIG, S.L.		Advanced Products España S.L.		PERGUT MEDICAL,S.L.U.	
Total puntuació subjectiva	49,00		37,00		32,00		31,00		23,00
CESSIÓ INCUBADORA DE RESERVA	8	SI	8	SI	8	SI	8	NO	0
TEMPS SUBSTITUCIÓ INCUBADORA EN CAS D'AVERIA	8	Correcte	8	Correcte	8	Correcte	8	Correcte	8
CADUCITAT	9	Menys de 1	3	Entre 1 i 2	6	Menys de 1	3	Entre 1 i 2	6
COMPATIBILITAT PROGRAMA TRAÇABILITAT TRAZINS O TRAZINS VS	8	SI	8	SI	8	SI	8	SI	8
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	6	No presenta embalatge formal, no han vingut a ensenyar l'ús de la incubadora	0	No presenta embalatge formal, no han vingut a ensenyar l'ús de la incubadora	0	No presenta embalatge formal, no han vingut a ensenyar l'ús de la incubadora	0	No presenta embalatge formal, no han vingut a ensenyar l'ús de la incubadora	0
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ DELS VIALS.	5	Tot correcte, però no veiem informació d'embalatge vials	5	Mateix codi per a gravitatori i buit, mateix color de vial i no es distingeixen, se m'han trencat vials durant la manipulació, incubadora bé, però amb les tapes no es veuen els vials i molesten.	1	Mateix codi per a gravitatori i buit, mateix color de vial i no es distingeixen, incubadora amb molt pocs "pocillos", la tapa molesta, impressora ok però despesa addicional per fungible.	1	No presenta incubadora, no puc provar-la, mateix codi per a gravitatori i buit, mateix color de vial i no es distingeixen.	1
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ DE LA INCUBADORA	5		5	1	3	0			
Total puntuació objectiva	51,00		51,000		49,862		51,000		0,000
import màxim de licitació sense iva puntuació màxima	82.880,00 € 51,00	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6	51,000 76.960,00 €	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6	49,862 79.920,00 €	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6	51,000 76.960,00 €	EXCLÒS	
oferta econòmica presentada									
Puntuació final (tèc + eco)			88,000		81,862		82,000		

Mireia Labarta Tomas

Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

CSI2024028: Subministrament del material fungible amb cessió obligatòria d'equips per esterilització per als centres del Consorci Sanitari Integral

LOT 6 CONTROLS QUÍMICS		PERGUT MEDICAL,S.L.U.		CLINICAL REFERENCE SL		COMERCIAL MEDICA PUIG, S.L.		Advanced Products España S.L.		KCI Clinic Spain, S.L.		BMB HOSPITALARIA, S.L.	
Total puntuació subjectiva	49,00		30,00		39,00		33,00		45,00		31,00		24,00
VALORS DE REFERENCIA DELS INDICADORS VISUALS DEL PROCES D'ESTERILITZACIÓ	11	SI	11	SI	11	SI	11	SI	11	SI	11	SI	11
CADUCITAT	11	≥ 2 Anys	11	≥ 2 Anys	11	1 Any ≤ Caducitat < 2 Anys	9	≥ 2 Anys	11	1 Any ≤ Caducitat < 2 Anys	9	< 1 Any	3
CODI 31483: ENVÀS PROTECTOR CANVIS DE TEMPERATURA CODI 3811: FILM PROTECTOR X EVITAR MIGRACIONS DE TINTES CODI 6984: CESSIÓ PORTARROLLOS X CONSUM FINS A 8 UD	11	Complex 1	3	Complex 1	3	Complex 2	9	Complex 2	9	Complex 1	3	Complex 1	3
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	6	Els químics 4 i 5 normal, el rotllo no té informació, costa treure el precinte, és enganxa el rotllo a la superfície on el poses, molt malament, encara que viri bé, els classe 4 s'han de tallar amb tisores.	1	Tot bastant normal, la cinta s'ha enlairat fàcilment.	6	Difícil interpretar el químic 5 i el 4 es veu craquelat, no tots tenen data i el lot en el control per a traçabilitat, s'ha de tallar amb tisores, molt gruixuts. La cinta normal.	1	Tot molt bé, excepte la cinta que és mes estreta.	6	Falten dates i lots, els de classe 4 no hi són plastificats, els de classe 5 tenen mala olor, i molt gruixuts. La cinta molt bé.	1	Els químics són molt gruixuts per a documentació, normal funcionament, falta algun lot en les unitats, no indica tipus 4 en el control, difícil separar unitats del tipus 5 encara que siguin adhesives. La cinta normal.	1
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DE L'INDICADOR DESPRÉS DEL PROCÉS.	5		0		5		1		5		3		
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: RESPOSTA EN SOTMETRE LA MOSTRA A LES CONDICIONS HABITUALS DE TREBALL	5		4		3		2		3		4		
Total puntuació objectiva	51,00		50,445		51,000		40,375		47,163		46,547		0,000
import màxim de licitació sense iva puntuació màxima	47.547,00 € 51,00	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6		$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6		$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6		$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6		$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6		EXCLÒS	
oferta econòmica presentada		50,445 32.526,00 €		51,000 31.698,00 €		40,375 47.547,00 €		47,163 37.422,00 €		46,547 38.340,00 €			
Puntuació final (tèc + eco)		80,445		90,000		73,375		92,163		77,547			

Mireia Labarta Tomas

Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

CSI2024028: Subministrament del material fungible amb cessió obligatòria d'equips per esterilització per als centres del Consorci Sanitari Integral

LOT 7 ETIQUETES AMB INDICADOR		BMB HOSPITALARIA, S.L.		CLINICAL REFERENCE SL		COMERCIAL MÈDICA PUIG, S.L.	
Total puntuació subjectiva	49,00		44,00		38,00		33,00
POSSIBILITAT DE SUBMINISTRAR ETIQUETES DE COLOR AL MATEIX PREU	5	NO INFO	0	NO INFO	0	NO INFO	0
APTES PER UTILITZAR SOBRE FULLS DE POLIPOPROPILE	10	CORRECTE	10	CORRECTE	10	CORRECTE	10
SUBMINISTRAMENT DEL CONSUMIBLE DE L'ETIQUETADORA	10		10		10		10
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	6	CORRECTE	6	Canvi químic a marro, és menys visible que a negre, no porta les dades a l'etiqueta.	2	Canvi químic a marro, és menys visible que a negre, porta les dades a l'etiqueta i no deixa veure correctament les dades del procés que posem, el rotllo és més fi i costa molt introduir-lo en la pistola.	2
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DELS INDICADORS UN COP SOTMESOS A L'ESTERILITZACIÓ	6		6		4		4
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ	6		6		6		1
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: ADHERÈNCIA ABANS I DESPRÉS DEL PROCÉS	6		6		6		6
Total puntuació objectiva	51,00		45,004		51,000		45,004
import màxim de licitació sense iva	12.120,00 €	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_M}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6	45,004	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_M}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6	51,000	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_M}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6	45,004
puntuació màxima	51,00		12.120,00 €		9.840,00 €		12.120,00 €
oferta econòmica presentada							
Puntuació final (tèc + eco)			89,004		89,000		78,004

Mireia Labarta Tomas

Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

CSI2024028: Subministrament del material fungible amb cessió obligatòria d'equips per esterilització per als centres del Consorci Sanitari Integral

LOT 8 CONTROLS BOWIE DICK		PERGUT MEDICAL,S.L.U.		STERIS IBERIA SAU		Iberian Care		Advanced Products España S.L.	
Total puntuació subjectiva	49,00		44,00		34,00		34,00		49,00
INDICADOR D'ADVERTIMENT PREVI EXTERN AL PAQUET	10	SI	10	SI	10	SI	10	SI	10
CADUCITAT	11	Correcte	11	Correcte	11	Correcte	11	Correcte	11
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	7	Les dades queden darrere.	7	És molt voluminós, més dificultats en la manipulació, es corba el registre i dificulta l'emmagatzematge i postprocés, dades darrere.	7	Costa d'obrir, és una mica voluminós i les dades queden darrere.	7	Fàcil maneig, les dades visibles al davant, tata la informació, registre darrere senzill.	7
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ DEL PAQUET DESPRÉS DEL PROCÉS.	7		7		2		2		7
METODE DE REGISTRE I EMMAGATZEMATGE: FACILITAT D'EMMAGATZEMATGE	7		7		2		2		7
METODE DE REGISTRE I EMMAGATZEMATGE: CAPACITAT DE REGISTRES	7		2		2		2		7
Total puntuació objectiva	51,00		43,507		44,799		51,000		43,076
import màxim de licitació sense iva puntuació màxima	14.800,00 € 51,00	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6 43,507		$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6 44,799		$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6 51,000		$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6 43,076	
oferta econòmica presentada		14.500,00 €		13.900,00 €		11.021,00 €		14.700,00 €	
Puntuació final (tèc + eco)		87,507		78,799		85,000		92,076	

Mireia Labarta Tomas

Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

CS12024026. Subministrament del material fungible amb cessió obligatòria d'equips per esterilització per als centres del Consorci Sanitari Integral.

LOT 9 CONTROL BOWIE DICK EN TUB		STERIS IBERIA SAU		PERGUT MEDICAL,S.L.U.	
Total puntuació subjectiva	49,00		45,00		21,00
CADUCITAT	13	Entre un i dos anys.	9	Entre un i dos anys.	9
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	9	Tot correcte, és el que demanem, manipulació mínima, tot d'un sol ús, registre ok.	9	No és el que demanem, les tires si són d'un sol ús, però el tub no, s'ha de col·locar dins per al procés, i primer separar-les les unes de les altres, molta manipulació, per a finalitzar també, s'ha de reutilitzar el tub, registre ok.	2
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ DESPRÉS DEL PROCÉS	9		9		1
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DEL RESULTAT DESPRÉS DEL PROCÉS	9		9		1
METODE DE REGISTRE I EMMAGATZEMATGE: FACILITAT D'EMMAGATZEMATGE	9		9		8
Total puntuació objectiva	51,00		51,000		0,000
<p>import màxim de licitació sense iva puntuació màxima</p> <p>oferta econòmica presentada</p>	<p>10.007,47 €</p> <p>51,00</p>	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ <p>Factor de modulació 1,6</p> <p>51,000</p> <p>9.920,00 €</p>	EXCLÒS		
Puntuació final (tèc + eco)			96,000		

Mireia Labarta Tomas

Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

CSI2024028: Subministrament del material fungible amb cessió obligatòria d'equips per esterilització per als centres del Consorci Sanitari Integral

LOT 10 FILTRES DE PAPER		B.BRAUN SURGICAL, S.A.		COMERCIAL MÈDICA PUIG, S.L.		PERGUT MEDICAL,S.L.U.	
Total puntuació subjectiva	49,00		41,00		49,00		16,00
ENVASAT AMB PLÀSTIC/BOSSA PROTECTORA	11	SI	11	SI	11	No presenta embalatge, unitats soltes.	0
UNITAT MINIMA DE MANIPULACIÓ INDEPENDENT DE L'EMBALATGE	11	SI	11	SI	11		0
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	9	El quadrat no té indicador químic per a identificar l'ús	9	Correcte	9	El rodó no esta perforat del tot, cada viratge en marro és diferent i fa difícil la interpretació, no es pot veure informació d'embalatge ni protecció plàstica.	6
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DELS INDICADORS UN COP SOTMESOS A L'ESTERILITZACIÓ	9		1		9		1
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ	9		9		9		9
Total puntuació objectiva	51,00		51,000		50,646		0,000
import màxim de licitació sense iva	8.820,00 €	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6 51,000 7.840,00 €		$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ Factor de modulació 1,6 50,646 7.938,00 €		EXCLÒS	
puntuació màxima	51,00						
oferta econòmica presentada							
Puntuació final (tèc + eco)			92,000		99,646		

Mireia Labarta Tomas

Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

CSI2024028: Subministrament del material fungible amb cessió obligatòria d'equips per esterilització per als centres del Consorci Sanitari Integral

LOT 11 TEST EFICÀCIA RENTAT AUTOMÀTIC D'INSTRUMENTAL		PERGUT MEDICAL, S.L.U.	
Total puntuació subjectiva	49,00		49,00
DISPOSITIU SENSE MANIPULACIÓ, D'UNA SOLA PEÇA	8	Correcte	8
REBUTJABLE	8	Correcte	8
ENVASAT UNITARI	6	Correcte	6
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	9	Correcte	9
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ DESPRÉS DEL PROCÉS	9	Correcte	9
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DEL RESULTAT DESPRÉS DEL PROCÉS	9	Correcte	9
Total puntuació objectiva	51,00		51,000
import màxim de licitació sense iva	7.520,00 €	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ <p>Factor de modulació 1,6</p>	51,000
puntuació màxima	51,00		
oferta econòmica presentada			
Puntuació final (tèc + eco)			100,000

Mireia Labarta Tomas

Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

CSI2024028: Subministrament del material fungible amb cessió obligatòria d'equips per esterilització per als centres del Consorci Sanitari Integral

LOT 12 PAPER CREPAT		PERGUT MEDICAL,S.L.U.		JUVAZQUEZ, S.L.	
Total puntuació subjectiva	49,00		49,00		49,00
ENVASAT AMB PLÀSTIC/BOSSA PROTECTORA	11	SI	11	SI	11
UNITAT MINIMA DE MANIPULACIÓ INDEPENDENT DE L'EMBALATGE	11	SI	11	SI	11
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	9	Correcte	9	Correcte	9
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: MEMÒRIA	9		9		9
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ	9		9		9
Total puntuació objectiva	51,00		50,506		51,000
<p>import màxim de licitació sense iva puntuació màxima</p> <p>oferta econòmica presentada</p>	<p>1.162,00 €</p> <p>51,00</p>	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ <p>Factor de modulació 1,6</p> <p>50,506</p> <p>1.160,00 €</p>	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ <p>Factor de modulació 1,6</p> <p>51,000</p> <p>1.142,00 €</p>		
Puntuació final (tèc + eco)			99,506		100,000

Mireia Labarta Tomas

Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tecnica)

CSI2024028: Subministrament del material fungible amb cessió obligatòria d'equips per esterilització per als centres del Consorci Sanitari Integral

Lot 13 Fungible per esterilitzadors System 1 i autoclaus de peròxid de hidrogen Vpro		COMERCIAL MÈDICA PUIG,S.L.	
Total puntuació objectiva		100,00	100,000
import màxim de licitació sense iva	74.595,80 €	$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$	100,000
puntuació màxima	100,00		
oferta econòmica presentada		Factor de modulació 1,6	74.595,80 €
Puntuació final (tèc + eco)			100,000

Mireia Labarta Tomas

Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)

CSI2024028: Subministrament del material fungible amb cessió obligatòria d'equips per esterilització per als centres del Consorci Sanitari Integral

LOT 14 ETIQUETES AMB INDICADOR		KCI Clinic Spain, S.L.		CLINICAL REFERENCE SL	
Total puntuació subjectiva	49,00		0,00		23,00
POSSIBILITAT DE SUBMINISTRAR ETIQUETES DE COLOR AL MATEIX PREU	12	NO	0	NO	0
APTES PER UTILITZAR SOBRE FULLS DE POLIPOPROPILÈ	10	NO	0	SI	10
39076: CESSIÓ DE LA IMPRESSORA A UTILITZAR	3	NO	0	NO	0
PRESENTACIÓ I EMBALATGE: FACILITAT DE IDENTIFICACIÓ, TAMANY DE LES LLETRES, UBICACIÓ DE LA INFO	6	No és el que demanem per a impressora, són com de contenidor, no es poden valorar	0	Són més petites, difícil desenganxar la segona etiqueta, l'imprès del programa de traçabilitat no es veu clar per la impressió de la mateixa etiqueta.	1
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: VISIBILITAT DELS INDICADORS UN COP SOTMESOS A L'ESTERILITZACIÓ	6		0		6
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: FACILITAT DE MANIPULACIÓ	6		0		1
APRECIACIÓ GLOBAL DE LA MOSTRA I EL SEU US: ADHERÈNCIA ABANS I DESPRÉS DEL PROCÉS	6		0		5
Total puntuació objectiva	51,00				
import màxim de licitació sense iva	30.112,00 €	EXCLÒS		EXCLÒS	
puntuació màxima	51,00				
oferta econòmica presentada					
Puntuació final (tèc + eco)					

Mireia Labarta Tomas

Responsable de RRMM del CSI (Representant de la comissió tècnica)