

CRITERIS DE VALORACIÓ CB CSI SCS-2021-371 Contracte Basat Acord Marc per a l'adquisició d'equipament de radiologia per al Consorci Sanitari Integral.

LOT 3 - Unitat Radiològica Digital amb telemetries

		PHILIPS IBERICA SAU									
		Puntuació	Observacions								
1. Puntuació obtinguda en la valoració de l'acord Marc	40	40									
1 Puntuació obtinguda en la valoració de l'Acord Marc. La puntuació es calcularà a partir de la puntuació obtinguda en l'apartat de <i>Prestacions tècniques i funcionals</i> de la fitxa tècnica corresponent de l'annex B de l'Acord Marc, mitjançant la següent fórmula: $PAM = Ctl \times \left(\frac{PAMv}{PtAMm} \right)$ PAM: puntuació obtinguda en la valoració de l'Acord Marc Ctl: Pes del criteri en qüestió (en aquest cas pot anar entre el 20 i el 40%) PAMv: Puntuació tècnica obtinguda en la fitxa tècnica de l'annex B de l'Acord Marc de l'equip a valorar. PtAMm: Puntuació tècnica obtinguda en la fitxa tècnica de l'annex B de l'Acord Marc de l'equip de màxima valoració de les proposicions presentades al procediment basat.	40	40	<table><tr><td>FUJIFILM</td><td>GENERAL ELECTRIC</td><td>PHILIPS</td><td>SAKURA</td></tr><tr><td>28,01</td><td>32,07</td><td>32,24</td><td>27,44</td></tr></table>	FUJIFILM	GENERAL ELECTRIC	PHILIPS	SAKURA	28,01	32,07	32,24	27,44
FUJIFILM	GENERAL ELECTRIC	PHILIPS	SAKURA								
28,01	32,07	32,24	27,44								
Criteris que depenen d'un judici de valor	10	10									
Configuració específica de l'equip d'acord amb les necessitats assistencials concretes del centre: programari i aplicacions clíniques, prestacions tècniques, prestacions funcionals, accessoris inclosos, etc.											
Programació - Es valorarà que l'ús de l'equip sigui intuïtiu i que s'identifiquen clarament els diferents paràmetres sense dur a confusió.	10	10	Es tracta d'un equip altament intuïtiu on els paràmetres difícilment porden dur a confusió								
Criteris d'apreciació objectiva i avaluable de manera automàtica	50	46									
Oferta econòmica. En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofertat per cada empresa licitadora. S'entendran inclosos en aquest preu, si s'escau, els accessoris, formació, treballs d'instal·lació, etc. (llevat l'IVA) Els licitadors hauran de respectar en les seves ofertes els preus màxims aprovats a l'acord marc en relació a l'equip, els seus accessoris, programaris i característiques opcionals de l'equip incloses als catàlegs aportats. Pel que fa a la resta de conceptes que eventualment podran incloure's al procediment basat (treballs d'adequació de l'espai i d'integració en els serveis assistencials), s'hauran d'identificar com a una partida independent en les seves ofertes. Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula: $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{I} \right) \right] \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ On: Pv = Puntuació de l'oferta a valorar Ov = Oferta total a valorar Om = Oferta total millor (més econòmica) I = Import de la licitació (sense IVA) VP = Valor de ponderació: el que s'assigni específicament en el basat P = Punts criteri econòmic: la puntuació màxima assignada específicament en el basat	10	10	607.500,00 €								
Ampliació termini garantia comercial - S'atorgarà 2 punts per cada any addicional de garantia comercial que s'ofereixi, amb les prestacions requerides a l'apartat T.1 del PPT de l'Acord Marc, (màxim de 2 anys addicionals de garantia comercial, màxim 4 punts)	4	0	No oferta								
Preu servei de manteniment - S'atorgaran 4 punts a l'oferta més econòmica de servei de manteniment (Cost anual del manteniment (material, mà d'obra i desplaçaments inclosos) posterior a la finalització del termini de garantia comercial ofert) i la resta d'ofertes a través de la següent formula: Puntuació = (millor oferta x 4 punts) / oferta a analitzar)	4	4	108.000,00 €								
Accessori addicional - S'atorgaran 5 punts en cas d'incloure a l'oferta l'entrega d'un detector pla, addicional al mínim requerit al Annex B del PPT, de mides aprox 35x43. En cas contrari s'atorgaran 0 punts. (SI/NO)	5	5	La oferta totl es compon de tres detectors palns								
Sistema d'exposimetria automàtica que compti amb 5 o més càmeres d'ionització tant a taula de pacient com a estatiu vertical (SI/NO)	5	5	Sí disposa de sistema Amplimat amb 5 càmeres d'ionització tant en estatiu com a taula de pacient								
Càmera de vídeo integrada al capçal del tub per veure el pacient en temps real a la pantalla de l'equip en sala control i a la pantalla tàctil del capçal del tub (SI/NO)	5	5	Sí disposa de càmera en vui a l'estació de treball i al capçal del tub								
Tub de rajos X amb més de 5 mides focals per millorar rendiment i qualitat d'imatge (SI/NO)	5	5	Sí Tub de 100kW amb 7 mides focals								
Pantalla tàctil integrada al capçal del tub on es puguin veure les imatges de les radiografies adquirides (SI/NO)	5	5	Sí								
Capacitat tèrmica del conjunt ànode + cuirassa > 2.250.000 HU (SI/NO)	4	4	Sí 2.315.000 HU								
Inclusió de reixetes antidifusores a la taula i bucky vertical de tipus oscil·lant amb extracció motoritzada. (SI/NO)	3	3	Sí								