



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE RELATIU AL SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN MARXA DE QUATRE (4) ARCS QUIRÚRGICS AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU.

EXPEDIENT.- OBE 25/715

1. NECESSITATS A SATISFER:

Segons els seus propis Estatuts, la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, la FGS) vetlla per l'increment dels nivells de salut dels ciutadans a través de la prestació de serveis mèdics-sanitaris, principalment a l'àmbit geogràfic de Catalunya.

Per a dur a terme aquesta missió, la FGS necessita tractar un gran nombre de ciutadans, beneficiaris últims de la Fundació, que pateixen patologies que requereixen l'ús d'una gran gamma d'equips mèdics. Concretament, per a dur a terme aquesta tasca de manera òptima, es **requereixen renovar quatre (4) Arcs Quirúrgics**.

L'ús de l'arc quirúrgic és essencial en l'àmbit de la traumatologia, ja que permet la visualització en temps real de les estructures òssies durant la cirurgia. Aquesta capacitat facilita una reducció òptima de les fractures i una col·locació precisa del material d'osteosíntesi, contribuint a millorar els resultats quirúrgics i a reduir possibles complicacions. A més, l'arc quirúrgic juga un paper fonamental en la col·locació de vies centrals, especialment en pacients amb anatomia complexa o en la implantació de dispositius de llarga durada com ports o catèters centrals. Aquest dispositiu permet verificar de manera immediata la posició correcta del catèter, especialment en situacions on l'ecografia no és suficient o es requereix confirmació ràpida abans de continuar el procediment.

Actualment, quatre dels arcs quirúrgic disponibles a la FGS es troben en una situació d'obsolescència tecnològica. Aquesta circumstància pot comprometre la qualitat assistencial, incrementar el risc de complicacions i dificultar l'aplicació adequada de les mesures de protecció radiològica tant per al personal sanitari com per als pacients. Per tot això, es considera imprescindible procedir a la renovació de quatre (4) arcs quirúrgics, amb l'objectiu de garantir un entorn quirúrgic segur, eficient i dotat amb tecnologia actualitzada que respongui als requeriments clínics presents i futurs.



Així, la inversió per aquests equipaments s'ha previst dins del Pressupost d'Inversions del 2025 de la FGS, i ha estat concedida la Subvenció destinada al cofinançament d'inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris d'aguts integrats al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT), promogut pel Servei Català de la Salut, durant el període 2024-2027.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

Definida la necessitat, l'objecte del contracte ha de permetre'n la seva satisfacció, és per això que, en el present cas, l'objecte és la contractació del **subministrament, instal·lació i posada en funcionament de quatre (4) Arcs Quirúrgics**, concretament, dos (2) Arcs quirúrgics 20x20, un (1) Arc quirúrgic 30x30 i un (1) Arc quirúrgic 3D, d'acord amb els requeriments establerts al PPT, i per a dur a terme un correcte tractament dels pacients que assisteixen al centre.

Codi CPV: 33111000-1– “Aparatos para radiologia”.

3. MOSTRES

- ☒ **Sí** Els licitadors hauran de lliurar una (1) mostra dels models dels arcs quirúrgics ofertats, específicament del model 3D i d'una (1) mostra representativa que permeti avaluar tant l'equip 20x20 com el 30x30, atès que ambdós corresponen al mateix model amb diferents configuracions. El lliurament de les mostres es farà dins del termini de presentació d'ofertes i a l'atenció del Sr. Joan Carles Rueda:

Direcció de Serveis Generals

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167, Pavelló Sant Frederic, 16, Planta 1. 08025
Barcelona

En el sobre A s'haurà d'incorporar l'acusament de rebuda on consti el segell i la data de la FGS, o alternativament, pel cas de ser lliurades per correu, el justificant de la tramesa a l'oficina de correus on consti data i hora, i anunciar-la a la Unitat de contractació.



Dites mostres es faran servir a efectes d'avaluar que la prestació compleix amb els requisits mínims establerts en el PPT i per avaluar el producte ofert d'acord amb els criteris establerts a tal efecte.

La FGS s'encarregarà només de la recepció de les mostres i no tindrà l'obligació de verificar el contingut en el moment de l'entrega. Els licitadors són els únics responsables de verificar correctament el contingut de l'entrega de les mostres.

Motius d'exclusió relacionats amb les mostres: per no presentar el total de mostres dins el termini de presentació d'ofertes i en el lloc especificats (hauran d'estar físicament dipositades en el lloc indicat dins del termini màxim) i/o per no complir la mostra els mínims establerts en el PPT i/o per identificar incorrectament la mostra i/o quan les mostres presentades no concordin amb l'establert pel licitador a la seva oferta.

4. TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT ADJUDICACIÓ

Tramitació: ☒ Ordinària ☐ Urgent

Procediment d'adjudicació:

☒ Procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, d'acord amb allò establert a la normativa que li aplica i atenent a la tipologia del present contracte.

Projecte finançat amb:

☒ Fons propis.

☒ Altres tipus. Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT). L'equipament objecte d'aquesta licitació va optar a la concessió de les Subvencions destinades al cofinançament d'inversions en renovació d'equipament sanitari i aparells mèdics als centres hospitalaris d'aguts integrats al sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT), promogut pel Servei Català de la Salut, durant el període 2024-2027.



5. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ:

Els criteris de valoració s'han escollit per intentar garantir un equilibri entre el preu i la qualitat tècnica que busca obtenir la millor relació qualitat - preu. Vistes les necessitats i l'objecte, procedim a definir els criteris d'adjudicació:

- **Criteris avaluable mitjançant judicis de valor: Fins a 30 punts (Sobre B1):**

Els criteris següents es valoraran a partir de l'examen i l'anàlisi de les mostres dels equips presentats, de manera separada per a cada tipus d'equipament (20x20/30x30 i 3D):

- **La valoració total de la mostra per als models 20x20/30x30 serà de 10 punts**, distribuïts de la següent manera:
 - **Qualitat d'imatge:** es valorarà la qualitat global de la imatge generada, especialment la nitidesa, el contrast i el nivell de detall anatòmic. Es tindrà en compte la capacitat de mantenir una bona qualitat d'imatge en condicions clíniques exigents, així com la presència de tecnologies de millora d'imatge integrades. **Fins a 3 punts.**
 - **Ergonomia:** es valorarà el disseny ergonòmic de l'equip, incloent la facilitat de desplaçament, col·locació i adaptació a l'espai quirúrgic. També es considerarà la comoditat d'emmagatzematge quan l'equip no està en ús. **Fins a 4 punts.**
 - **Facilitat d'ús:** Es valorarà que l'equip ofereixi una experiència d'ús intuïtiva i eficient, que permeti al personal sanitari operar-lo de manera ràpida i segura. Es tindrà en compte la claredat i simplicitat de la interfície d'usuari, així com l'accés directe i fàcil a les funcionalitats d'adquisició d'imatges. **Fins a 3 punts.**
- **La valoració total de la mostra per al model 3D serà de 20 punts**, distribuïts de la següent manera:
 - **Qualitat d'imatge:** es valorarà la qualitat global de la imatge generada, tant en 2D com en 3D, especialment la nitidesa, el contrast i el nivell de detall anatòmic. Es tindrà en compte la capacitat de mantenir una bona qualitat d'imatge en condicions clíniques exigents, així com la presència de tecnologies de millora d'imatge integrades. **Fins a 7 punts.**
 - **Ergonomia:** es valorarà el disseny ergonòmic de l'equip, incloent la facilitat de desplaçament, col·locació i adaptació a l'espai quirúrgic. També es considerarà la comoditat d'emmagatzematge quan l'equip no està en ús. **Fins a 7 punts.**



- **Facilitat d'ús:** Es valorarà que l'equip ofereixi una experiència d'ús intuïtiva i eficient, que permeti al personal sanitari operar-lo de manera ràpida i segura. Es tindrà en compte la claredat i simplicitat de la interfície d'usuari, així com l'accés directe i fàcil a les funcionalitats d'adquisició d'imatge en 2D i 3D. **Fins a 6 punts.**

Per tal de verificar el compliment del PPT, s'haurà d'incloure un full de característiques o document del fabricant amb marca, model i imatges on constin les característiques d'obligat compliment i els aspectes relacionats amb els criteris de valoració. S'haurà d'ometre qualsevol informació relativa als criteris valuables mitjançant fórmules automàtiques (Sobre B2).

Sistema d'atribució de punts:

Es valoraran les propostes en funció de la qualitat de les mateixes, nivell de detall i el grau d'adaptabilitat del subministrament ofertat a les necessitats de la FGS. La puntuació de cada apartat es farà en funció de les diferències més rellevants identificades en les diferents propostes presentades. Les ofertes es valoraran per separat i comparativament entre elles per definir, dins del rang de punts, la puntuació final.

Vist l'objecte del contracte és requisit imprescindible assegurar la qualitat de la proposta. Per això, es valorarà la qualitat tècnica de cada element ofert pel licitador –valorant-se l'oferta per si mateixa i per comparació amb les ofertes dels restants licitadors–, conforme a la ponderació relativa expressada anteriorment i tenint en compte la qualitat del producte i la seva adaptabilitat a les necessitats de la FGS (als efectes de la qual hauran de tenir-se en compte les característiques específiques de l'espai, personal i pacient).

Cas d'una única oferta, el procediment a seguir serà el següent: 1) es valorarà que la proposició compleix amb els requisits exigits en el PPT; 2) es valorarà que la proposició compleix amb la puntuació mínima establerta. En l'informe de valoració es recollirà, com a mínim, la puntuació atorgada i, en cas d'incompliment del PPT i/o l'indagar, la seva justificació.



• **Criteris qualitatis avaluables mitjançant fórmules automàtiques: Fins a 40 punts (Sobre B2):**

- **Dos (2) Arcs quirúrgics 20x20 . Fins a 14 punts.**

- **Presenta doble focus, focus fi i focus gruixut. Fins a 1 punts.**
 - Si → 1 punts.
 - No → 0 punts.
- **Presenta un sistema d'alimentació ininterromput (SAI). Fins a 1 punt.**
 - Si → 1 punts.
 - No → 0 punts.
- **Braç articulat al monitor de visualització que a més de rotar permet ajustar l'alçada de la pantalla amb independència de la resta de l'equip. Fins a 2 punts.**
 - Si → 2 punts.
 - No → 0 punts.
- **Col·limadors fabricats en Tungstè. Fins a 3 punt.**
 - Si → 3 punts.
 - No → 0 punts.
- **Possibilitat de fer zoom sobre la imatge en viu sense augmentar la radiació mitjançant lupes digitals. Fins a 3 punts.**
 - Si → 3 punts.
 - No → 0 punts.
- **Resolució del Monitor Principal 4K UHD Tàctil. Fins a 4 punt.**
 - Si → 4 punts.
 - No → 0 punts.

- **Arc quirúrgic 30x30 . Fins a 7 punts.**

- **Presenta doble focus, focus fi i focus gruixut. Fins a 1 punts.**
 - Si → 1 punts.
 - No → 0 punts.
- **Presenta un sistema d'alimentació ininterromput (SAI). Fins a 1 punt.**
 - Si → 1 punts.
 - No → 0 punts.



- **Braç articulat al monitor de visualització que a més de rotar permet ajustar l'alçada de la pantalla amb independència de la resta de l'equip. Fins a 1 punt.**
 - Si $\rightarrow$ 1 punts.
 - No $\rightarrow$ 0 punts.
 - **Col·limadors fabricats en Tungstè. Fins a 1 punt.**
 - Si $\rightarrow$ 1 punts.
 - No $\rightarrow$ 0 punts.
 - **Possibilitat de fer zoom sobre la imatge en viu sense augmentar la radiació mitjançant lupes digitals. Fins a 1 punt.**
 - Si $\rightarrow$ 1 punts.
 - No $\rightarrow$ 0 punts.
 - **Resolució del Monitor Principal 4K UHD Tàctil. Fins a 2 punt.**
 - Si $\rightarrow$ 2 punts.
 - No $\rightarrow$ 0 punts.
- **Arc quirúrgic 3D. Fins a 19 punts.**
- **Resolució del monitor principal 4K UHD tàctil. Fins a 2 punts.**
 - Si $\rightarrow$ 2 punts.
 - No $\rightarrow$ 0 punts.
 - **Presenta càmera de centraje en viu. Fins a 2 punts.**
 - Si $\rightarrow$ 2 punts.
 - No $\rightarrow$ 0 punts.
 - **Reconstrucció multiplanar amb un nombre de vistes igual o superior a 5. Fins a 2 punts.**
 - $x \geq 5 \rightarrow$ 2 punts.
 - $x < 5 \rightarrow$ 0 punts.
 - **Pes de l'arc quirúrgic inferior a 350 kg. Fins a 4 punts.**
 - $x < 350 \text{ kg} \rightarrow$ 4 punts.
 - $x \geq 350 \text{ kg} \rightarrow$ 0 punts.
 - **Possibilitat de fer zoom sobre la imatge en viu sense augmentar la radiació mitjançant lents digitals. Fins a 4 punts.**
 - Si $\rightarrow$ 4 punts.
 - No $\rightarrow$ 0 punts.



- **Camp de visió d'adquisició 3D igual o superior a 19 x 19 x 19 cm. Fins a 5 punts.**

- $x \geq 19 \times 19 \times 19 \text{ cm} \rightarrow 5 \text{ punts.}$
- $x < 19 \times 19 \times 19 \text{ cm} \rightarrow 0 \text{ punts.}$

Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració:

☒ **Si.** Els licitadors hauran d'obtenir un mínim de 35 punts en la valoració dels criteris qualitatius d'acord amb l'article 146.3 de la LCSP (Sobres B1 + B2). En cas de no obtenir aquesta puntuació no passaran a la següent fase d'avaluació de la seva oferta econòmica.

☐ **No**

En funció de la puntuació obtinguda les ofertes s'agruparan segons les següents categories:

- Excloses: ofertes que no arriben al 50% del total de punts qualitatius (Sobre B1 i B2).
- Qualitat baixa: ofertes que obtenen entre el 50% i el 65% de la puntuació.
- Qualitat mitjana: ofertes que obtenen més del 65% i fins el 75% de la puntuació.
- Qualitat alta: obtenen més del 75% i fins el 100% de la puntuació.

- **Criteris econòmics avaluable mitjançant fórmules automàtiques: Fins a 30 punts (Sobre C)**

- **Puntuació econòmica: Fins a 30 punts.**

Fórmula inversament proporcional: major puntuació oferta més econòmica i la resta en proporció (millor oferta * 30 / oferta avaluada).

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta de valor

P = Punts criteri (30 punts)

O_m = Oferta millor

O_v = Oferta a valorar

IL = Import de Licitació (preu unitari màxim)

VP = Valor de Ponderació 1,5



Els licitadors hauran de fer constar a la seva oferta econòmica el preu unitari ofert i en cap cas podrà superar el preu unitari màxim establert. La fórmula s'aplicarà tenint en compte els preus unitaris oferts i el preu unitari màxim.

Justificació del valor de ponderació (VP): D'acord amb la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, s'estableix un VP de 1,5, associat al pes específic del criteri preu.

Causas d'exclusió derivades de l'avaluació: No es valoraran les propostes dels licitadors i, per tant, s'exclouran del procediment, si es dona algun dels supòsits següents:

- Quan el/s preu/s ofert/s pel/s licitador/s supera/en el/s preu/s màxim/s establert/s.
- Quan l'objecte de l'avaluació no compleixi els requeriments mínims establerts en el Plec de prescripcions tècniques (PPT).
- No superar la puntuació mínima requerida, en relació amb els criteris qualitatius (Sobres B.1 + B.2), en el seu cas.

Identificació del caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes:

Per tal de presumir que una oferta presenta caràcter anormal o desproporcionat es seguiran les següents directrius, segons el que disposa l'article 149.2.b) de la LCSP:

- Quan les ofertes agrupades al grup de "*Qualitat alta*" (més del 80% i fins el 100% de la puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 25% de la mitjana del total de les ofertes.
- Quan les ofertes agrupades al grup de "*Qualitat mitjana*" (més del 50% i fins el 80% de la puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 30% de la mitjana del total de les ofertes.
- Quan les ofertes agrupades al grup de "*Qualitat baixa*" (entre el 0 i fins el 50% de la puntuació qualitativa) presentin una oferta econòmica que suposi una baixa de més del 35% de la mitjana del total de les ofertes.
- Quan es presenti només una oferta, quan aquesta suposi una baixa de més del 25% del pressupost base de licitació.

Justificació dels criteris d'adjudicació: es dona compliment al que disposa l'article 145 LCSP respecte dels criteris d'adjudicació que permeten contractar un subministrament de qualitat. Es tracta, en efecte,



de criteris vinculats a l'objecte del contracte que permeten mantenir condicions de competència efectiva. Aquests criteris es basen en una relació qualitat-preu.

Tots els criteris es troben estretament vinculats entre ells donat que busquen exactament la mateixa finalitat. D'una banda, els criteris qualitatius establerts pretenen identificar l'oferta que millor respongui a les necessitats ja descrites de la FGS. D'altra banda, els criteris econòmics tenen com a finalitat identificar aquella oferta que respon millor al binomi qualitat-preu.

Respecte de l'admissió de MILLORES i/o VARIANTS

- **Admissió de Millores:**

☐ S'admeten

☒ No s'admeten:

- **Admissió de Variants:**

☐ S'admeten

☒ No s'admeten

6. EXISTENCIA DE LOTS:

☐ Sí.

☒ **No, JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS:** Tot i que el contracte contempla dues tipologies d'arcs quirúrgics, tots ells compleixen una mateixa funcionalitat assistencial dins d'un entorn quirúrgic o altament tecnificat, on la seguretat del pacient i l'eficiència operativa són essencials. El subministrament per part d'un únic proveïdor assegura una interfície d'ús uniforme, facilita la formació del personal, redueix errors de manipulació i garanteix la compatibilitat entre accessoris i components.

A més a més, concorren raons tècniques que fan més òptima i eficient la seva licitació en el seu conjunt per motius de coordinació en el subministrament dels equips. De fet, en el cas de portar-se a terme la divisió en lots i resultar diferents empreses adjudicatàries, podrien concorre diverses dificultats en el subministrament així com incompatibilitats entre els equips.

És per això que es considera que dividir el contracte en lots suposaria incórrer en el supòsit establert al Considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE i a l'article 99 de la LCSP, en quant s'afirma que l'òrgan de contractació pot decidir no dividir el contracte en lots quan això suposi **"hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar a los**



diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del contrato".

7. TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini d'execució del contracte serà d'un **(1) mes**.

La data d'inici del contracte serà:

☐ [data concreta]

☒ El dia següent a la que s'estableixi en el contracte.

8. SUBCONTRACTACIÓ

☒ **Sí**, d'acord amb l'article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no siguin considerades "*tasques crítiques*" i que hauran de ser executades directament pel contractista principal. Es considera "*tasques crítiques*" el propi subministrament de l'equipament i, per tant, s'exclou la subcontractació d'aquestes tasques. S'ha de destacar que altres tasques relacionades, com per exemple, el servei de transport no es considera una tasca crítica i, per tant, podran ser subcontractades.

☐ **No s'admet la subcontractació.**

9. SUBROGACIÓ

☐ **Sí**

☒ **No**

10. CESSIÓ

☒ **Sí**, d'acord amb els límits que preveu l'article 214 de la LCSP.

☐ **No**

11. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE



☒ No es preveuen modificacions.

☐ Modificacions previstes.

12. ALTRES COSTOS

☐ Primes o pagaments als candidats o licitadors

☐ Revisió de preus

☐ Altres

13. PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT

D'acord amb la precedent anàlisi, el pressupost de la licitació resta de la següent manera:

Pressupost de licitació: 492.470,00 € (IVA inclòs).

Valor estimat del contracte: 407.000,00 € (IVA exclòs), d'acord amb el següent:

	Import (IVA Exclòs)	Import (IVA Inclòs)
Cost de l'equipament	407.000,00 €	492.470,00 €
Pressupost base de licitació	407.000,00 €	492.470,00 €
% previst en modificació	No es preveu	No es preveu
Pròrroga	No es preveu	No es preveu
VE del contracte (PB)	407.000,00 €	492.470,00 €

La distribució per anualitats del pressupost base de licitació és la següent:

	Import (IVA Exclòs)	Import (IVA Inclòs)
Inversió 2026 (subministrament)	407.000,00 €	492.470,00 €

Per calcular el pressupost de licitació, que es correspon al preu unitari màxim, s'ha procedit a realitzar un estudi de preus de mercat per tal de valorar el preu de mercat de l'equipament objecte de la licitació. Aquest estudi de preus de mercat s'ha realitzat: (I) a través de l'eina de gestió per aquesta Fundació, aquesta és, la Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya



i; (II) en virtut de preus que altres entitats públiques o del sector públic de característiques semblants a les de la Fundació tenen contractats actualment per tipus de productes similars.

Del resultat de l'estudi de preus de mercat es conclou que el pressupost de la licitació establert, corresponent al preu unitari màxim, és l'adequat.

14. PREU DEL CONTRACTE

☐ Preus unitaris.

☒ Preu a tant alçat. L'empresa licitadora haurà de presentar l'oferta econòmica detallada en compliment amb els preus unitaris màxims que consten en el model d'oferta econòmica a complementar.

15. GARANTIES

S'estableix garantia PROVISIONAL:

☐ Sí

☒ No

S'estableix garantia DEFINITIVA:

☒ **Sí:** S'exigeix la constitució d'una garantia del cinc (5) per cent del pressupost base de licitació (IVA exclòs).

☐ No

16. TERMINI DE LA GARANTIA

☒ **Sí:** Atès que la finalitat d'aquesta garantia és assegurar tant el compliment de l'efectiva entrega de l'equipament com la seva correcta instal·lació i posada en marxa, i tenint en compte que s'exigeix en el PPT un termini mínim de garantia de fabricant de l'equipament, la garantia definitiva serà retornada quan la FGS hagi acceptat i validat el subministrament i les tasques associades a aquest (instal·lació i posada en marxa)

☐ **No****17. FACTURACIÓ:**

El sistema de facturació consistirà en una única factura, contra comanda supeditat a què l'equipament hagi estat rebut, instal·lat i posat en funcionament per part de l'empresa contractista.

18. PENALITATS PER INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment o compliment defectuós de la prestació objecte de la present licitació, la FGS podrà imposar al contractista una penalització de, fins al 10% del preu d'adjudicació, i la reiteració de l'incompliment podrà produir la resolució del Contracte.

El descompte es podrà fer mitjançant abonament en la següent factura, transferència de l'import de la penalització i/o subministrament de material per l'import de la penalització. En el cas que, l'aplicació de les penalitats no sigui suficient per cobrir la totalitat del referit import, aquest es podrà imputar, en cas d'haver-se previst i en la part que no quedi coberta, a la garantia definitiva constituïda d'acord amb el Plec.

El responsable del Contracte determinarà el % de penalització a aplicar en funció del grau de perjudici, perillositat i/o reiteració. En cas de que l'incompliment es consideri que ha produït un perjudici molt greu a la FGS, es podrà instar la resolució del contracte. Quan es produeixi la resolució en aplicació d'allò previst en el present apartat, l'adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap quantia en concepte d'indemnització.

En tot cas, l'adjudicatari haurà de satisfer el sobre-cost que hagi abonat la FGS per tal de proveir-se del servei i/o subministrament mentre subsisteixi la causa que habilita l'aplicació de penalitats. S'entén per sobre-cost el diferencial entre el preu adjudicat i l'abonat per la FGS.

En la tramitació de l'expedient, el responsable del contracte emetrà un informe amb la motivació corresponent, que inclourà la gradació de la sanció a aplicar en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració en cada cas.



Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, o en la persona que delegui, que serà adoptat a proposta del responsable del contracte.

L'import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les factures que s'han d'abonar al contractista. En el cas que, la deducció en les factures no sigui suficient per cobrir la totalitat del referit import, aquest es podrà imputar a la garantia definitiva constituïda d'acord amb la clàusula 16 del Plec, en la part que no quedi coberta.

19. TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La FGS com a responsable del tractament i en compliment del Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), informa que les dades indicades per l'empresa licitadora seran tractades amb la finalitat de gestionar la present licitació, sent la base jurídica d'aquest tractament l'article 6.1. i c del mateix Reglament General de Protecció de Dades, ja que es considera que és necessari per al compliment d'una obligació legal. Únicament seran tractades per aquelles àrees o departaments segons les seves funcions i competències. Les dades no seran cedides a cap tercer, excepte que existeixi una obligació legal. No es preveuen transferències internacionals de dades. Les dades seran conservades durant el període de temps que sigui necessari per complir amb la finalitat, així com el període que estableixi la normativa aplicable de conservació de la documentació. Així mateix els interessats poden exercir el dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com sol·licitar l'oposició i la limitació del tractament de les seves dades. En cas que l'interessat tingui algun dubte o vulgui més informació pot posar-se en contacte amb la delegada de protecció de dades de la FGS a la direcció dpd@santpau.cat. També té el dret de presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.

Finalment, amb la formalització del contracte, l'adjudicatari també accepta donar compliment al compromís de confidencialitat o bé contracte d'encarregat de tractament segons escaigui, que la FGS li faciliti.

L'execució del contracte requereix tractament de dades per part de l'empresa contractista:



☐ **Sí**, la finalitat per la que es cedeixen les dades és per tal de portar a terme correctament l'execució del contracte i perquè l'objecte d'aquest així ho requereix.

☒ **No.**

20. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

L'obligació del contractista de sotmetre's a la normativa nacional i de la unió europea en matèria de protecció de dades i més concretament al Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Si per a l'execució del present contracte el licitador o contractista pot tenir accés a dades de caràcter personal, es comprometrà a signar, quan així li ho requereixi la FGS, els compromisos de protecció de dades que corresponguin.

21. CONDICIÓN ESPECIAL D'EXECUCIÓ

Atès l'objecte del contracte li resulta d'aplicació la Instrucció 5/2020 de la Direcció General de Contractació Pública sobre els models i els procediments de comunicació derivats dels compromisos assumits per l'adhesió de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic a l'Electronics Watch:

☐ **Sí.**

☒ **No.**

22. OBSERVACIONS

Documentació tècnica complementària:

- Veure Plec de Prescripcions Tècniques.
- El licitador pot efectuar qualsevol consulta o comprovació in situ per a adequar millor la seva oferta.

Solvència econòmica i financera i tècnica o professional:

1.- La solvència econòmica i financera s'haurà d'acreditar mitjançant els següents ítems:

- Declaració sobre el volum global de negocis, que referit a l'any de major volum de negoci dels últims tres conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva duració no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte(*) si la seva duració és superior a l'any.

Quan el contracte es divideixi en lots, aquest criteri s'aplicarà en relació el lot al que es licita o al sumatori dels lots als que es licita.

(*) El valor anual mig del contracte, de conformitat amb l'article 36.6 del RD 1098/2001 es calcula dividint el valor estimat del contracte entre el nombre de mesos de la seva execució i multiplicant per 12 el quocient resultant.

2.- La solvència tècnica s'haurà d'acreditar mitjançant els següents ítems:

- Relació dels principals subministraments realitzats d'igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la que s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos, quin import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior al 70 per cent de l'annualitat mitjana del contracte.

Quan el contracte es divideixi en lots, aquest criteri s'aplicarà en relació el lot al que es licita o al sumatori dels lots als que es licita.

Aquests subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, i mitjançant certificats emesos pel contractant quan la destinació sigui privada o, mancament aquest últim, mitjançant una declaració responsable de l'empresari

Als certificats o contractes que acreditin aquesta solvència hi ha de figurar l'objecte que es licita i l'import adjudicat/contractat.



Als certificats o contractes que acreditin aquesta solvència hi ha de figurar l'objecte que es licita i l'import adjudicat/contractat.

Si es tracta d'un contracte no subjecte a regulació harmonitzada, i quan l'empresa sigui de nova creació (antiguitat inferior a cinc anys), la seva solvència tècnica s'acreditarà segons el que disposa la clàusula 10.1 del Plec de clàusules particulars.

La solvència de les unions temporals o les agrupacions d'empreses serà la resultant de l'acumulació de les classificacions i/o solvència de les empreses agrupades, d'acord amb la normativa vigent.

Classificació empresarial:

☐ Sí

☒ **No** No aplica al tractar-se d'un contracte de subministrament de conformitat amb l'article 77.1.c) LCSP.

Barcelona, a 9 d'Octubre de 2025.

Rubèn Moragues i Pastor

Responsable del contracte

NOTA : El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.

NOTA 1: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 2: Amb la signatura del present document, el/s la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.