



1 OBJECTE

Realitzaran les proves i comprovacions necessàries per assegurar el funcionament de la planta, així com totes les dades necessàries per al seu estudi a cada moment.

- Revisió elèctrica i hidràulica, comprovacions de funcionament de les alarmes, interconnexió entre equips, consums elèctrics i ajustament d'avisos d'alarmes.
- Controls i anàlisi de la qualitat de l'aigua en tots els punts destinats a fer-ho, per verificar el rendiment del pretractament.
- Controls a l'equip de cabals, pressions i rendiment dels cartutxos d'osmosi inversa.
- S'efectuaran canvis de cartutxos (fungible en propietat del client), desinfeccions i neteja de cartutxos d'osmosi, si el tècnic ho considera oportú.
- Comunicant de l'estat de funcionament dels components de la planta, així com suggeriments de possibles reformes o ampliacions per assegurar un bon funcionament de tota la planta.

2 DESCRIPCIÓ I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

- Dues visites de manteniment completes. S'ha d'aplicar un protocol de revisió i oferir un informe tècnic sobre l'estat dels equips (tant en revisions preventives com en accions correctives).
- Assistència presencial tant mà d'obra com desplaçament incloses en les dues visites de manteniment completes.

3 LLISTAT D'EQUIPS I FUNGIBLES

3.1 LLISTAT D'EQUIPS

1. MINI RO 10-14	1
2. PURELAB FLEX II	1



3.2 LLISTAT DE FUNGIBLES

Descripció	Ref.	Quantitat Anual
Filtre 10" 5 µ	CFYKYS9300	3
Purification Pack Elga	LC208	4
Làmpada UV	LC210-02	1
Làmpada Loop	UVAFBU200576	1
DI Cartridge Medica/Optima	LC114	2
POU Biofilter	LC197	1
Filtre 20" 5 µ	CFYOZD9300	2
Regeneració carbó E14	SAFIME301205	1
Regeneració carbó L2.5	AARXGU201065	2
Regeneració L3.6	AARXGU201068	2