

Resolució d'adjudicació

Expedient núm. CSI2025059S

Assumpte Subministrament i manteniment d'un sistema de rinolaringovideoscopia per al servei d'otorrinolaringologia del Consorci Sanitari Integral.

Procediment Simplificadíssim de la Llei de Contractes del Sector Públic **tramitació** ordinària.

Data d'incoació 26 de juliol de 2025

Valor estimat de licitació 47.200,00 euros sense IVA

Pressupost de licitació 47.200,00 euros sense IVA

Partida IVA (21 %) 9.912,00 euros

Antecedents

En data 26 de juliol de 2025 es va iniciar l'expedient de contractació sobre el Subministrament i manteniment d'un sistema de rinolaringovideoscopia per al servei d'otorrinolaringologia del Consorci Sanitari Integral.

En data 30 de juliol de 2025 es va aprovar l'expedient de contractació sobre el Subministrament i manteniment d'un sistema de rinolaringovideoscopia per al servei d'otorrinolaringologia del Consorci Sanitari Integral.

En data 26 d'agost de 2025 es va procedir a l'obertura del sobre del Sobre Únic.

Abans de procedir a puntuar les propostes es comprova que l'empresa **SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.**, no compleix amb els requisits tècnics exigits d'acord amb el plec tècnic, i les característiques tècniques de l'equipament objecte de la licitació exposades a l'Annex tècnic que són d'obligat compliment, tal com consta a l'informe de valoració emès per la Sra. Mireia Labarta Tomas, Responsable Recursos materials i equipament de CSI / Representant comissió tècnica en data 10 d'octubre de 2025 així com a l'informe d'exclusions tècniques emès per la Sra. Mireia Labarta Tomas, Responsable RRMM i equipament de CSI / Representant comissió tècnica en data 10 d'octubre de 2025.

Tal com s'indica al plec tècnic:

- Les característiques tècniques de l'equipament objecte de la licitació són les exposades a l'Annex tècnic i són d'obligat compliment. A tal efecte els licitadors ompliran l'Annex tècnic i l'adjuntaran dins del sobre de l'oferta tècnica en format pdf i excel, a més d'acreditar-les documentalment en una memòria tècnica.
- La no explicitació dels requeriments sol·licitats ni l'aportació d'acreditació documental i en la forma especificada comportarà la no valoració dels mateixos, i conseqüentment l'exclusió automàtica del licitador.

- En cas de discrepància entre la documentació tècnica aportada i el contingut de l'Annex tècnic es donarà prioritat a la informació aportada a la memòria tècnica.

Requeriment: Monitor tipus LED HD de 24"

- Equipament ofertat: Monitor de 27"
- Valoració: No compleix
- Justificació: El monitor ofertat supera les dimensions establertes. La sala on s'ha d'instal·lar el rinovideolaringoscopi és de dimensions reduïdes, fet que obliga a ajustar-nos estrictament a les mides indicades per garantir una correcta col·locació i operativitat de l'equip. Un monitor de 27" pot dificultar la visibilitat, la mobilitat i l'ergonomia dins l'espai disponible.

Requeriment: Safates de 400 mm x 400 mm (aproximadament)

- Equipament ofertat: Safates de 640 mm d'ample i 850 mm de profunditat
- Valoració: No compleix
- Justificació: Les dimensions de les safates superen àmpliament les especificacions requerides. Donada la limitació d'espai a la sala, aquestes mides són incompatibles amb la distribució prevista del mobiliari i equipament. L'ús de safates més grans pot comprometre la funcionalitat i la seguretat de l'espai assistencial.

Atès que l'equipament ofertat no compleix amb dos requeriments d'obligat compliment i que les dimensions superiors poden afectar negativament a la funcionalitat dins d'un espai assistencial reduït;

Atès que el Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques estableixen els requeriments mínims exigits i l'obligació de complir les característiques mínimes especificades;

Vist l'incompliment del Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques i en aplicació de la reiterada jurisprudència en matèria de contractació pública, donat que aquestes empreses han aportat una proposta que varia substancialment del model establert en els plecs, es decideix excloure-les de la licitació en aplicació de l'article 84 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Vista l'oferta presentada i l'informe de data 10 d'octubre de 2025 que ha elaborat la Direcció de Gestió del Consorci Sanitari Integral la classificació va ser la següent:

Ordre	Llicitador	Puntuació Objectiva	Puntuació TOTAL
1	OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L.	100,00	100,00
-	SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.	EXCLÒS	

Fonaments de dret

Donat que s'han complert els tràmits procedimentals necessaris per a l'adjudicació del contracte pel sistema de procediment ordinari – Simplificadíssim de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Atès que s'han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l'adjudicació del contracte pel sistema de procediment obert simplificat abreujat en aplicació de l'article 159, apartat 6 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i tràmit ordinari;

Resolució

Per tant, resolc

1. Acceptar i incorporar en la present resolució l'informe de valoració de data 10 d'octubre de 2025 en el que es motiva l'adjudicació del contracte.
2. Adjudicar el contracte administratiu sobre el Subministrament i manteniment d'un sistema de rinolaringovideoscopia per al servei d'otorrinolaringologia del Consorci Sanitari Integral a l'empresa **OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L.** per un import de **45.992,84 euros sense IVA**.
3. La vigència del present contracte serà de 3 mesos a comptar des de l'endemà de la signatura de la Resolució d'adjudicació per part de l'empresa contractista.
4. D'acord amb l'article 122, 4) de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, els plecs que regeixen la present licitació formaran part del contracte.
5. Notificar la present resolució als interessats.
6. Contra aquesta resolució i d'acord amb el que preveu l'article 121 i ss de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre de 2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques podeu interposar recurs d'alçada davant el Consell Rector en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la resolució.

El recurs d'alçada s'entendrà desestimat si, transcorreguts tres mesos des de la data de la seva interposició, no ha recaigut resolució expressa.

La resolució del Consell Rector d'estimació o desestimació expressa o presumpta, del recurs d'alçada posa fi a la via administrativa.

Contra aquesta, podrà interposar-se, si s'escau, recurs extraordinari de revisió (art. 125) o, directament, recurs contenciós administratiu, d'acord amb allò disposat per la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (art. 122.3).

Francisca Maria Moyá Ferrer
Directora general del Consorci Sanitari Integral

David Flaguera I Garcia
En nom i representació de l'empresa **OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L.** en virtut d'escriptura pública atorgada en data 18 de setembre de 1997 davant del notari de Barcelona, Sr. Enrique Hernandez Gajate, amb núm. de protocol 3.880.

CSI2025059S Subministrament i servei de manteniment d'un sistema de rinolaringovideoscopia pel servei d'ORL del Consorci Sanitari Integral

SISTEMAS TECNICOS ENDOSCOPICOS, S.A.				OTOMEDIC QUIRURGICA, S.L.			
MARCA		REFERENCIA	MARCA	REFERENCIA			
OLYMPUS		SET CV-170 + ENF-V3	SONOSCAPE	ENL-X20S			
OLYMPUS		-	SONOSCAPE	-			
Import màxim del licitador sense IVA			Puntuació		Import màxim del licitador sense IVA		Puntuació
33.400,00 €			85		32.192,84 €		EXCLÒS:
					13.800,00 €		
Valor de ponderació: 2							Requeriment d'obligat compliment: Monitor tipus LED HD 24" Equipament ofertat: No compleix. Monitor de 27" (veure informe)
PROPOSTA ECONÒMICA							
D'acord amb la fórmula:							
Valor de ponderació: 2							Requeriment d'obligat compliment: Salates de 400 mm * 400 mm aproximadament Equipament ofertat: No compleix .Ancho: 640 mm Profundidad: 850 mm (veure informe)
Total							
CRITERIS DE VALORACIÓ QUALITATIU/TECNICS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA							
Té compatibilitat amb sistema de llum d'espectre estret							
SI/15 punts, No/0 punts							
TOTAL PUNTUACIÓ VALORABLES							15
TOTAL PUNTUACIÓ							15
							100