

Societat	Núm. expedient	Document
HCA	004/2025	12. Informe de necessitats

ASSUMPTE: MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D'UN RESPIRADOR NEONATAL PER A L'HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, SAM, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I TRÀMIT ORDINARI

1. OBJECTE

És objecte del present contracte el subministrament d'un respirador neonatal per a **l'Hospital Comarcal d'Amposta, SAM** (en endavant HCA), que ha d'incloure:

- Subministrament i instal·lació, en el termini màxim de 3 mesos (a comptar des de la formalització del contracte) de l'equip ofert amb tots els sistemes addicionals, dispositius i accessoris necessaris per a un total i correcte funcionament.

La instal·lació del nou equip inclourà aquells treballs que hagin de realitzar-se per la seva connexió amb les instal·lacions actualment existents o de les seves possibles adaptacions. S'entén també com a equip, tots els accessoris de programari i actualitzacions necessàries per al correcte funcionament, així com llicències d'ús.

- Un termini de garantia mínim de dos (2) anys dels equips nous així com de tots els seus components, accessoris i sistemes que inclourà tots els aspectes detallats al PPT.
- Proves d'acceptació corresponents, d'acord amb el que s'estableix en la legislació vigent.
- Formació dels professionals de les àrees i serveis implicats d'acord amb la bona pràctica en ús i amb el pla de formació que inclourà en la seva oferta.
- Lliurament de la documentació tècnica completa que inclogui: Certificats de marcat CE dels articles, i dels seus components si escau; manual d'instruccions i d'operació, en castellà o català; i el manual de manteniment, també en castellà o català.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS

Les prestacions objecte d'aquest contracte no estan dividides en lots, atès que es considera, en garantia del bé subministrat, com una unitat funcional.

Per a poder portar a terme l'execució d'aquest contracte es contempla un únic lot en base al que estableix l'apartat 3b) de l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, donat el fet que la realització independent de les diverses tasques compreses en l'objecte del contracte en dificultaria l'execució correcta des del punt de vista tècnic. El més adient per evitar problemes tècnics és que les tasques d'instal·lació, posada en funcionament i manteniment durant la garantia del nou equip, les dugui a terme qui defineixi la proposta del nou equipament i subministri els nous equips.

3. MOTIVACIÓ

Des de fa uns mesos, l'Hospital Comarcal d'Ampostà ha reprès l'activitat dels parts, i a aquest efecte, els centres i serveis sanitaris han de disposar de l'equipament sanitari necessari per a l'activitat sanitària que desenvolupin, d'acord amb la seva oferta assistencial.

En aquest sentit, es fa necessària la dotació de material per la reanimació neonatal, sent precisa l'adquisició d'un respirador neonatal segons els estàndards d'atenció al nou-nat.

4. ENTITAT CONTRACTANT I ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

SOCIETAT / ENTITAT JURÍDICA CONTRACTANT			
DENOMINACIÓ	NIF	DOMICILI	POBLACIÓ
Hospital Comarcal d'Ampostà, SAM (HCA)	A - 43282334	C/ Jacint Verdaguer, 11 -13	43870 Ampostà

La competència per a contractar correspon als apoderats mancomunats d'acord amb el poder notarial atorgat pel Notari d'Ampostà, el Sr. Mario Merlos Díaz, de data 16 d'agost de 2023, número 1271 del seu protocol, sense perjudici de donar compte al Consell d'Administració d'Hospital Comarcal d'Ampostà, SAM.

5. ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT

Es tramita un procediment obert simplificat, regulat a l'article 159, apartats del 1 al 4, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, donat que el seu valor estimat compleix el requisit establert a l'art. 159.1 a) de la LCSP per als contractes de subministraments (ser inferior a la quantitat establerta a l'art. 21.1, lletra a), de la LCSP).

6. DURADA DEL CONTRACTE

El termini de contracte s'estableix en un termini de 3 mesos, sense possibilitat de pròrroga, a comptar des de la data de signatura del contracte, per a la correcta recepció i posada en servei de l'equip adjudicat.

7. CLASSIFICACIÓ QUE S'EXIGEIX ALS PARTICIPANTS I JUSTIFICACIÓ

No és preceptiva, al tractar-se d'un subministrament, d'acord amb l'art. 77.1 de la LCSP.

8. CRITERIS DE SOLVÈNCIA

Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera i les condicions especials d'execució requerits a la licitació i que a continuació es descriuen són els que millor poden justificar que l'empresa compta amb els recursos econòmics i tècnics suficients per donar resposta a les necessitats de l'entitat contractant.

8.1 Solvència econòmica i financera

- **Volum anual de negocis**, mínim igual al valor estimat del contracte, referit al millor dels tres darrers exercicis aprovats.

L'acreditació del darrer criteri es portarà a terme a través dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (o Registre Oficial corresponent o, en cas d'empresaris individuals no inscrits en el R.M., llibres inventariats i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil corresponent).

8.2 Solvència tècnica o professional

- **Relació dels principals subministraments efectuats del mateix tipus o naturalesa que aquell a què correspon l'objecte del contracte**, efectuats per l'interessat en el curs dels tres últims anys en la que s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos; avalats per certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat; mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta de certificat, mitjançant una declaració de l'empresari acompanyat dels documents que acreditin la realització de la prestació. **S'haurà d'acreditar que l'import anual acumulat en l'any de major execució dels darrers tres anys, dels subministraments corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que correspon a l'objecte del contracte és d'almenys el 70% del valor estimat del contracte.**

Als efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que constitueixen l'objecte del contracte s'ha d'atendre a la coincidència entre els tres primers dígit dels seus respectius codis CPV.

9. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Els criteris d'adjudicació que a continuació es descriuen són els que es consideren adequats per determinar la millor oferta qualitat – preu:

9.1 CRITERIS OBJECTIUS (FINS A 75 PUNTS)

1. Oferta econòmica (fins a 30 punts)

Es valoraran les ofertes econòmiques presentades per aquest equip pels licitadors de la següent manera. La fórmula per al càlcul de l'oferta econòmica és la marcada per la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{I_L} \right) \times \left(\frac{1}{V_P} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a valorar

O_v = Oferta a valorar

O_m = Millor oferta

I_L = Import de licitació producte (preu màxim de licitació)

V_P = Valor de ponderació (igual a 1,30)

P = Puntuació màxima del criteri

Les ofertes econòmiques presentades pels licitadors no poden superar el màxim establert al pressupost base de licitació per al subministrament de l'equip. En cas que se superi aquest lílindar serà causa d'exclusió.

Justificació: El preu és una variable objectiva respecte a l'oferta dels equips.

2. Termini de lliurament (fins a 10 punts)

Es valorarà amb un màxim de 12 punts l'ofertament per part dels licitadors d'un escurçament del termini de lliurament màxim de 3 mesos establert a l'apartat 5 del PPT, de la següent manera:

- Termini de lliurament 3 mesos 0 punts
- Termini de lliurament 2,5 mesos 2,5 punts
- Termini de lliurament 2 mesos 5 punts
- Termini de lliurament 1,5 mesos 7,5 punts
- Termini de lliurament 1 mes 10 punts

Justificació: L'ofertament d'un termini de lliurament més curt, ens permetrà disposar dels equips nous més aviat i habilitar la nova sala de dilatació de manera més ràpida per a donar un servei assistencial més adient a les pacients embarassades.

3. Ampliació de garantia (fins a 15 punts)

Es valorarà amb un màxim de 15 punts l'ofertament per part dels licitadors de l'ampliació del termini de garantia mínim establert a l'apartat 7 del PPT, de la següent manera:

- Termini de garantia 2 anys..... 0 punts
- Termini de garantia 3 anys..... 3 punts
- Termini de garantia 3,5 anys..... 6 punts
- Termini de garantia 4 anys..... 9 punts
- Termini de garantia 4,5 anys..... 12 punts
- Termini de garantia 5 anys..... 15 punts

Justificació: L'ampliació del termini de garantia dels equips mínim exigít, permetria cobrir el seu manteniment i qualsevol incidència que pugui sorgir durant un termini més llarg, per tal de garantir el seu correcte funcionament durant aquest període.

4. Oferiment de formació (fins a 10 punts)

Es valorarà que l'empresa licitadora ofereixi durant el període de garantia sessions de formació anuals addicionals a l'establerta en l'apartat 9 del PPT respecte de l'ús segur i eficaç de l'equip, de la següent manera:

- 4 sessions anuals (1 per trimestre) 10 punts
- 3 sessions anuals (1 per quadrimestre) 7,5 punts
- 2 sessions anuals (1 per semestre) 5 punts
- 1 sessió anual 2,5 punts
- No s'ofereix formació addicional 0 punts

Justificació: L'ofertament de formació durant el període de garantia permetrà mantenir actualitzats els coneixements dels professionals que facin servir l'aparell subministrat, així com de nous professionals que s'incorporin a l'entitat, per tal que l'utilitzin de manera correcta i adient, evitant incidències per mal ús o perjudicis a pacients per no conèixer el funcionament correctament.

5. Protecció IP superior (fins a 5 punts)

Es valorarà que l'equip disposi de protecció IP contra aigua i pols superior a la mínima exigida en l'apartat 4 del Plec de Prescripcions Tècniques.

- IP22 0 punts
- Fins a IP30 1,25 punts
- Entre IP31 i IP40 2,5 punts
- Entre IP41 i IP50 2,5 punts
- Més d'IP50..... 5 punts

Justificació: La valoració de la protecció IP dels equips oferts es considera important per garantir la confiança i la durabilitat del mateix. Una classificació IP més gran assegura una millor resistència a l'ingrés de pols i aigua, reduint riscos operatius, costos de manteniment i augmentant la vida útil dels equips.

6. Pack de fungible d'un sol ús que incorpori sensor de flux, circuit i vàlvula espiratòria (fins a 5 punts)

Es valorarà que el licitador disposi per a l'equip ofert un pack de fungible d'un sol ús que inclogui els tres elements esmentats:

- Sí..... 5 punts
- No..... 0 punts

Justificació: Per tal de garantir la seguretat clínica, la precisió del monitoratge i la reducció del risc d'infeccions creuades, es valorarà positivament que els equips oferts comptin amb aquest pack. Ha de ser d'un sol ús i dissenyat per assegurar la compatibilitat completa amb el respirador ofert, permetent així una operació segura, eficient i conforme a les normatives internacionals en equips mèdics.

9.2 CRITERIS SUBJECTIUS D'APRECIACIÓ TÈCNICA SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (FINS A 25 PUNTS)

Tal com s'indica a l'apartat 3 del Plec de Prescripcions Tècniques, es convocarà als licitadors per a fer una demostració/presentació de l'ús de l'equip ofert.

De la demostració es valorarà la seva adequació a les necessitats de l'HCA, de conformitat amb els següents criteris i subcriteris:

1. Facilitat i rapidesa d'encesa (fins a 4 punts)

Es valorarà la rapidesa de l'equip per encendre's per poder estar operatiu en situacions d'emergència, així com la facilitat i rapidesa de muntatge i connexió dels diferents elements del sistema, com ara tubuladures, sensors i altres components, ja que un sistema que permeti una posada a punt intuïtiva i eficient és clau per garantir una resposta àgil i segura en contextos crítics.

2. Temps de configuració inicial i interfície d'usuari intuïtiva (fins a 3 punts)

Es valorarà la rapidesa i facilitat de configuració dels paràmetres bàsics com la pressió, el volum tidal, la freqüència respiratòria, etc., així com la facilitat per navegar pels menús i ajustar els paràmetres, si els botons i la pantalla són clars i ben organitzats.

3. Resposta immediata als canvis de paràmetres (fins a 2 punts)

Es valorarà que l'equip respongui ràpidament quant a ajustos configuracions com la FiO₂ o la pressió inspiratòria màxima (PIM).

4. Alarmes (fins a 1 punt)

Es valoraran les alarmes que disposi l'equip, la seva visibilitat i audibilitat, i que sigui fàcil identificar-les i silenciar-les un cop resolta la situació.

5. Modes de ventilació i facilitat de canvi (fins a 1 punt)

Es valoraran els diversos modes que disposi (per exemple, CPAP, SIMV, NAVA), i la facilitat per alternar entre ells.

6. Seguretat del pacient (fins a 2 punts)

Es valoraran característiques com:

- ✓ Límits de pressió màxima per evitar barotraumes.
- ✓ Mesura i compensació de fuites.

7. Monitoratge integrat (fins a 1 punt)

Es valoraran si les mètriques essencials com la pressió, el volum minut, la saturació d'oxigen, etc., es mostren en temps real i de manera clara.

8. Portabilitat, mida i ergonomia (fins a 2 punts)

Es valorarà la facilitat per moure o transportar l'equip dins de l'àrea neonatal, la mida de l'equip per la seva adequació a l'espai disponible i la comoditat per operar.

9. Soroll (fins a 1 punt)

Es valorarà que el respirador sigui silenciós, ja que el soroll pot ser crític en un entorn neonatal.

10. Millores tècniques (fins a 8 punts)

a) Alt flux superior a 50 lpm (fins a 2 punts)

Es valorarà que l'equip disposi d'un alt flux superior a 50 lpm, mínim exigit a l'apartat 4 del PPT. En el cas que l'alt flux de l'equip sigui de 50 lpm s'atorgaran 0 punts; en el cas de valors superiors, s'aplicarà la següent fórmula:

$\text{Puntuació licitador} = 2 \times \frac{\text{Alt flux (lpm) de l'oferta a valorar}}{\text{Oferta amb major alt flux (lpm)}}$
--

b) Nebulitzador integrat (fins a 2 punts)

Es valorarà que l'equip disposi el nebulitzador integrat, controlat pel respirador i sincronitzat en fase inspiratòria.

c) Tecla física per a eines d'emergència (fins a 2 punts)

Es valorarà que l'equip ofert tingui una tecla física per a eines d'emergència (respiració manual, enriquiment d'O2...).

d) Durada de la bateria superior (fins a 1 punt)

Es valorarà que la durada de la bateria sigui superior a les 2h mínimes establertes en l'apartat 4 del PPT, de la següent forma:

- Bateria amb durada màxima de 2h..... 0 punts
- Bateria amb durada màxima de 3h..... 0,5 punts
- Bateria amb durada màxima de 4h. o més 1 punts

e) Carregador i font d'alimentació integrada dins l'equip (fins a 1 punt)

Es valorarà que el carregador i la font d'alimentació de l'equip es trobin integrada dins del mateix.

Justificació: Tots els criteris recollits en aquest apartat valoren les característiques dels equips oferts, per tal de determinar quin d'aquests s'adapta millor a les necessitats de l'entitat i resulten més idonis en l'operativitat per als professionals que els faran servir i per als pacients que el puguin requerir, així com valorar positivament aquells equips que disposin de característiques que permetin el seu ús en un rang més ampli de pacients, atorgant un valor afegit a aquesta inversió, donat que pel volum de parts que es duen a terme en el nostre centre, la seva funcionalitat en nòcats es requerirà de manera molt ocasional.

10. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ AMB JUSTIFICACIÓ I OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

Es preveu com a condició especial d'execució la següent condició compresa en l'article 202.2 de la LCSP, que haurà de complir l'adjudicatari del contracte:

A) Estabilitat d'ocupació i igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

Les empreses adjudicatàries estaran obligades a afavorir l'estabilitat d'ocupació i la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, per garantir la igualtat efectiva entre els gèneres de conformitat amb la normativa vigent. S'haurà d'evitar, en qualsevol cas, l'ús de llenguatge i d'imatges sexistes i discriminatòries i s'hauran d'adoptar mesures per prevenir, controlar i erradicar l'assetjament sexual i la discriminació per raó de gènere, raça o condició sexual.

B) Aplicació de condicions de treball del conveni col·lectiu d'aplicació.

L'empresa contractista tindrà l'obligació d'aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes per l'últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s'enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir. El/La responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el/la responsable del contracte o l'òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte.

C) Protecció de dades.

El contractista resta obligat a sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.

11. OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

a) SI X NO

b) Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i plec de prescripcions tècniques i les següent:

- Obligació del contractista de sotmetre's a la normativa nacional i de la unió europea en matèria de protecció de dades.
- L'incompliment de les criteris d'adjudicació oferts pel contractista, entenent que aquests han resultat determinants per a l'adjudicació del contracte al seu favor.
- La sanció per part de l'òrgan de la competència, al contractista, per una infracció greu en matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment de licitació.
- El contractista resta obligat a incloure en l'execució del contracte i al seu càrrec les mesures de seguretat i salut pública que estableixin en cada moment les autoritats sanitàries, la Secretaria de Funció Pública i la normativa vigent. En tot cas, s'hauran de validar les mesures a aplicar amb el servei de prevenció de riscos laborals competent de l'entitat contractat i acatar les instruccions impartides per aquest i pel responsable del contracte.
- Les condicions especials d'execució anteriorment establertes d'acord amb la clàusula 25 del PCAP.
- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
- No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l'execució dels contractes.
- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.).
- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
- Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

12. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l'execució ordinària del contracte, es designa, com a responsable del contracte a la Direcció Mèdica de l'Hospital Comarcal d'Amposta.

13. RÈGIM ECONÒMIC DEL CONTRACTE

13.1 Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació, és el límit màxim de despesa (IVA inclòs), el qual ascendeix a l'import següent:

Import sense IVA: 34.000,00€

IVA 21%: 7.140,00€

Import IVA inclòs: 41.140,00€

13.2 Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte, que inclou el pressupost base de licitació i es contemplen pròrrogues i modificacions, si s'escau, d'acord amb el que disposa l'article 204 de la LCSP, s'estableix en un import de **34.000,00€ (IVA exclòs)**.

No es preveuen modificacions ni pròrrogues del contracte.

14. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

L'existència de crèdit/finançament necessari per assumir les obligacions econòmiques d'aquest contracte a càrrec de l'Hospital Comarcal d'Amposta SAM, quedarà acreditada amb el degut certificat d'existència de crèdit.

15. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, a 30 dies a partir de la validació de la factura per part de la persona / òrgan competent de l'Hospital Comarcal d'Amposta, de conformitat amb l'article 198 de la LCSP i l'article 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

16. ALTRA INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ D'INTERÉS

Tota la informació necessària per al present contracte per procediment obert simplificat i tràmit ordinari, es trobarà reflectida en els plecs administratius (PCAP), tècnics (PPT) i quadre de característiques tècniques (QC) corresponent.

17. L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE REQUEREIX TRACTAMENT DE DADES PER PART DE L'EMPRESA CONTRACTISTA:

☐
☒

SÍ

NO

18. PETICIÓ DE ELEVACIÓ A L'ORGAN DE CONTRACTACIÓ

Atès que la competència per a contractar de les entitats correspon als seus apoderats mancomunats, sense perjudici de donar compte al Consell d'Administració de Hospital Comarcal d'Ampostà, i, s'eleva el present informe de necessitats als efectes d'aprovar-lo i autoritzar el contracte per procediment obert simplificat i tràmit ordinari.

Ampostà, a data de la signatura digital,

Dra. Maria José Rallo Moya
Directora Mèdica
HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA