

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE DE MANTENIMENT DELS EQUIPS DE PURIFICACIÓ D'AIGUA DEL LABORATORI DE L'AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC-2026-39)

1.- OBJECTE:

L'objecte del present és determinar les característiques que han de regir el contracte de manteniment i reparació d'avaries dels equips de purificació d'aigua de la marca Merck-Millipore del laboratori de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC).

El servei ha d'incloure un manteniment preventiu i correctiu per als sistemes Milli-Q Advantage A10 - Z00Q0V0T0 F7SN18464E, Elix Reference 10 - ZRX0010T0 F8NN28712B i Elix Essential 5 - ZLXE0050SP F3AB80091.

El servei ha d'incloure una visita anual de manteniment preventiu, la reparació de possibles avaries i les despeses per mà d'obra, desplaçaments, dietes i quilometratge i material (exceptuant els mòduls d'electrodesionització) que se'n puguin derivar.

2.- CONDICIONS TÈCNIQUES SERVEI MANTENIMENT INSTRUMENTACIÓ I REPARACIÓ D'AVARIES

Les especificacions tècniques del servei de manteniment de la instrumentació i de reparació d'avaries objecte del present plec són les que es presenten a continuació:

2.1- Condicions tècniques servei manteniment instrumentació

El servei de manteniment previst ha de respondre, com a mínim, a les següents característiques:

2.1.1- Sistema Milli-Q Advantage A10

El contracte ha d'incloure una visita anual de manteniment preventiu, així com les despeses per mà d'obra, desplaçaments, dietes i quilometratge i material que se'n puguin derivar, amb l'objectiu d'evitar possibles avaries i, a la vegada, comprovar que la instrumentació treballa dins les seves especificacions tècniques.

El contracte també ha d'incloure la reparació de possibles avaries i les despeses per mà d'obra, desplaçaments, dietes i quilometratge i material (exceptuant els mòduls d'electrodesionització) que se'n puguin derivar.

2.1.2- Sistema Elix Reference 10

El contracte ha d'incloure una visita anual de manteniment preventiu, així com les despeses per mà d'obra, desplaçaments, dietes i quilometratge i material que se'n puguin derivar, amb l'objectiu d'evitar possibles avaries i, a la vegada, comprovar que la instrumentació treballa dins les seves especificacions tècniques.

El contracte també ha d'incloure la reparació de possibles avaries i les despeses per mà d'obra, desplaçaments, dietes i quilometratge i material (exceptuant els mòduls d'electrodesionització) que se'n puguin derivar.

2.1.3- Sistema Elix Essential 5

El contracte ha d'incloure una visita anual de manteniment preventiu, així com les despeses per mà d'obra, desplaçaments, dietes i quilometratge i material que se'n puguin derivar, amb l'objectiu d'evitar possibles avaries i, a la vegada, comprovar que la instrumentació treballa dins les seves especificacions tècniques.

El contracte també ha d'incloure la reparació de possibles avaries i les despeses per mà d'obra, desplaçaments, dietes i quilometratge i material (exceptuant els mòduls d'electrodesionització) que se'n puguin derivar.

Condicions específiques:

- El preu del servei es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
- El servei ha de cobrir el manteniment des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2026. Si el contracte es signés amb posterioritat a l'1 de gener de 2026, el contracte s'iniciaria el dia de la signatura. Es preveu la possibilitat de realitzar 1 pròrroga d'un any.
- En cas d'avaria de la instrumentació el laboratori de l'ARC gaudirà de prioritat de resposta.
- El servei de manteniment es realitzarà al laboratori de l'Agència de Residus de Catalunya, Passatge del Criadero n. 1-3, Polígon Industrial Pla Sota el Molí, MONTMELÓ.
- El licitador ha d'aportar un certificat mitjançant el qual l'empresa fabricant de la instrumentació acredita que disposa d'un servei tècnic post-venda adequat per a la realització del manteniment i la reparació de les avaries dels equips de la marca Merck-Millipore.

- Si durant el període de vigència del contracte el laboratori donés de baixa algun equip, el licitador retornaria l'import proporcional dels mesos no gaudits de contracte mitjançant un abonament.

4.- VALORACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ

La proposta econòmica es valorarà amb un màxim de 100 punts. No s'estableix fórmula de valoració atès que es tracta d'un procediment negociat sense publicitat amb una única empresa licitadora.

5.- VALOR ESTIMAT I PRESSUPOST DE LICITACIÓ:

El valor estimat del contracte és de 29.000,00 € (IVA exclòs)

El pressupost de licitació és de 14.500,00 € sense IVA

L'import corresponent de l'IVA serà del 21%, és a dir, 3.045,00 €

El pressupost total, IVA inclòs, resta fixat en 17.545,00 €.

Mètode de càlcul: A tant alçat

6.- ASPECTES OBJECTE NEGOCIACIÓ I PROCEDIMENT DE LES RONDES NEGOCIADORES:

El preu del contracte. L'empresa licitadora serà convidada a negociar els aspectes objecte de la negociació en un termini de 96 hores des de l'enviament de la comunicació. Superat l'esmentat termini, i rebuda si escau l'oferta millorada, l'òrgan de contractació conclourà el període de negociació i ho notificarà a l'empresa licitadora.

7.- PAGAMENT:

La facturació es realitzarà trimestralment i en format electrònic. A les factures s'indicarà el núm. del contracte, el núm. d'expedient i els albarans amb l'import corresponent de cada servei o subministrament lliurat al laboratori de l'Agència de Residus.

L'Agència de Residus permet la presentació de factures en format electrònic a través del servei e.FACT del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (AOC),

en la seva condició de Punt General d'Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya <https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7>

Les factures electròniques trameses han de contenir l'indicador de servei o aprovisionament que permeti la correcta tramitació de la factura, i el **Codi DIR 3 A09006180** que identifica a l'Agència de Residus de Catalunya.

Sílvia Riera Torralba
Cap de Laboratori

Montmeló, 24 d'octubre de 2025