

Resolució d'incoació d'expedient

Assumpte, contractació del Subministrament de vídeo-endoscopis flexibles d'un sol us amb cessió de l'equipament necessari per al Consorci Sanitari Integral
Ref. expedient d'inici: CSI2025070

Fets

En data 30 de setembre de 2025 es va emetre la memòria justificativa de la Direcció;

Atesa la necessitat de contractar el Subministrament de vídeo-endoscopis flexibles d'un sol us amb cessió de l'equipament necessari per al Consorci Sanitari Integral;

Fonaments de dret

D'acord amb el que disposa l'article de l'article 116 de la Llei, 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyola les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Resolució

Per tant resolc

Incoar l'expedient de contractació *del Subministrament de vídeo-endoscopis flexibles d'un sol us amb cessió de l'equipament necessari per al Consorci Sanitari Integral*, mitjançant procediment obert harmonitzat i tramitació ordinària, a càrrec del pressupost del centre.

Francisca Maria Moyá Ferrer
Directora general del Consorci Sanitari Integral

NOTA: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per les persones competents

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

1 Dades de la sol·licitud

Data: 16 de juny de 2025
Data prevista d'inici del subministrament: 01 d'octubre de 2025
Nom del sol·licitants:

- Dra. Marta Muniesa Caldero, Cap de Servei d'Urologia del CSI
- Dra. Concepció Cañete Ramos, Cap de Servei de Pneumologia del CSI
- Dra. Carme Deiros Garcia, Cap de Servei d'Anestèsia del CSI
- Dra., Jose Luis Lopera Caballero, Cap del Servei de Medicina Intensiva del CSI
-

2 Detall licitació

Centre destinatari:

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ CSI | ☐ ABS Collblanc | ☐ CAE Sant Feliu |
| ☐ HT | ☐ ABS La Torrassa | ☐ CAE Cornellà |
| ☐ HDM | ☐ ABS Sagrada Família | ☐ CAE La Torrassa |
| ☐ Centre de serveis compartits | ☐ ABS Gaudí | ☐ Residencia Francisco Padilla |
| | ☐ Salut Pública | ☐ Residència Collblanc |

Tipus de licitació:

- | | |
|---|---|
| ☒ Subministrament (fungibles) | ☐ Concessió de serveis |
| ☐ Subministraments (Inversió) | ☐ Mixt |
| ☐ Servei | ☐ Serveis a les persones |
| ☐ Obra | |

3 Elecció del procediment

☒ Procediment Ordinari

- ☐ Obert no harmonitzat
- ☒ Obert Harmonitzat
- ☐ Acord Marc
- ☐ Simplificat de la Llei de Contractes del Sector Públic
- ☐ Simplificadssim de la Llei de Contractes del Sector Públic
- ☐ Procediment Restringit (Annex IV)

☐ Procediment Extraordinari

- ☐ Negociat sense publicitat
- ☐ Diàleg Competitiu

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

- ☐ Licitació amb negociació
☐ Associació per a la innovació

4 Informe de necessitats (indicar la necessitat que es vol cobrir amb el contracte)

El Consorci Sanitari Integral ha de contractar el subministrament de vídeo-endoscòpis flexibles d'un sol ús amb cessió de l'equipament necessari, per a atendre les necessitats dels serveis d'urologia, pneumologia, anestèsia i medicina intensiva el Consorci Sanitari Integral

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	DESCRIPCIÓ MATERIAL	QT.ESTIMADA ANUAL	QT.ESTIMADA TOTAL LICITACIÓ (4 ANYS)
1	Subministrament de vídeo-cistoscòpis flexibles d'un sol ús amb cessió de l'equipament necessari	Video-cistoscòpis flexibles d'un sol ús	500 unitats	2.000 unitats
2	Subministrament de vídeo-broncoscòpis per al seu ús en procediments d'intubació	Video-broncoscòpis flexibles intubació	50 unitats	200 unitats
3	Subministrament de vídeo-broncoscòpis flexibles per el servei de neumologia	Video-broncoscòpis flexibles neumologia	100 unitats	400 unitats

Equipament necessari en cessió:

LOT 1. Subministrament de vídeo-cistoscòpis flexibles d'un sol ús amb cessió de l'equipament necessari

Per a poder realitzar aquesta tècnica és necessari tenir en cessió durant la vigència del contracte el que es detalla a continuació:

3 monitors portàtils per a la visualització i processament d'imatges amb tots els seus accessoris i sistemes de fixació necessaris per al seu ús.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

El preu de mercat d'aquest equipament i software és de 6.000 € i representa un **1,71 %** del total del pressupost del lot, pel que entenem que l'amortització de l'equipament està perfectament compensada i també s'ha de tenir en compte que al final de la licitació el proveïdor continua sent propietari dels equipaments i que després de 4 anys continuaran tenint un valor al mercat de segona mà.

LOT 2. Subministrament de video-broncoscopis per al seu ús en procediments d'intubació

Per a poder realitzar aquesta tècnica és necessari tenir en cessió durant la vigència del contracte el que es detalla a continuació:

3 monitors portàtils per a la visualització i processament d'imatges amb tots els seus accessoris i sistemes de fixació necessaris per al seu ús

El preu de mercat d'aquest equipament i software és de 6.000€ i representa un **14,28 %** del total del pressupost del lot, pel que entenem que l'amortització de l'equipament està perfectament compensada i també s'ha de tenir en compte que al final de la licitació el proveïdor continua sent propietari dels equipaments i que després de 4 anys continuaran tenint un valor al mercat de segona mà.

LOT 3. Subministrament de video-broncoscopis flexibles per el servei de neumologia

Per a poder realitzar aquesta tècnica és necessari tenir en cessió durant la vigència del contracte el que es detalla a continuació:

3 monitors portàtils per a la visualització i processament d'imatges amb tots els seus accessoris i sistemes de fixació necessaris per al seu ús

El preu de mercat d'aquest equipament i software és de 6.000 € i representa un **6,66 %** del total del pressupost del lot, pel que entenem que l'amortització de l'equipament està perfectament compensada i també s'ha de tenir en compte que al final de la licitació el proveïdor continua sent propietari dels equipaments i que després de 4 anys continuaran tenint un valor al mercat de segona mà.

L'adjudicatari a la finalització del contracte retirarà l'equip en cessió. Les despeses originades aniran a càrrec de l'adjudicatari, propietari dels equips.

5 Modificació del contracte

☐ SI ☒ NO

Al tractar-se d'un contracte de subministraments en què el preu es determina mitjançant preus unitaris, a l'ampar del que estableix l'article 301, 2) del la LCSP, es podrà incrementar el nombre d'unitats a subministrar fins al percentatge del 10 per cent del pressupost del contracte, al qual es refereix l'article 205.2.c).3r de la LCSP, sense que calgui tramitar l'expedient de modificació corresponent, sempre que així s'estableixi en el plec de clàusules

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

administratives particulars i s'hagi acreditat el finançament corresponent en l'expedient originari del contracte.

6 Objecte del contracte

Subministrament de vídeo-endoscòpis flexibles d'un sol us amb cessió de l'equipament necessari per al Consorci Sanitari Integral

Es material de pròtesis	☐	SI	☒	NO
Cal regular dipòsit del material	☐	SI	☒	NO
Té associat equips en cessió	☒	SI	☐	NO
Cal que manteniment/electromedicina intervingui	☒	SI	☐	NO
Requereix connexions específiques amb informàtica	☐	SI	☒	NO
Cal que informàtica decideixi sobre algun aspecte	☐	SI	☒	NO
Serveis Implicats:	Urologia, Pneumologia, Medicina Intensiva i Anestèsia			

7 Determinació del preu

LOT 1. Subministrament de vídeo-cistoscòpis flexibles d'un sol us amb cessió de l'equipament necessari

El preu de licitació correspon a l'actual preu contractat ☒ SI ☐ NO

LOT 2. Subministrament de vídeo-broncoscòpis per al seu ús en procediments d'intubació

El preu de licitació correspon a l'actual preu contractat ☐ SI ☒ NO

Es va realitzar una consulta de preus on ens van determinar **decrement** d'import, sent el següent:

Preu compra actual: 240,00 € unitat

Preu licitació: 210,00 € unitat

- **Decrement del 12,50 %**

LOT 3. Subministrament de vídeo-broncoscòpis flexibles per al servei de pneumologia

El preu de licitació correspon a l'actual preu contractat ☒ SI ☐ NO

Justifiqueu la metodologia de determinació del preu de licitació

El preu màxim d'aquesta licitació és conseqüència de la prospecció de mercat realitzada a tal efecte. Per tant es considera preu actual de mercat.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

8 Sistema de determinació del preu i forma de pagament del preu

a) Sistema de determinació del preu:

- ☒ Preus unitaris
☐ A tant alçat
☐ Altres:

b) Forma de pagament:

- ☐ Total (un únic pagament)
☐ Fraccionat.
☒ La que s'assenyala al Plec de Clàusules Administratives Particulars i en el plec de prescripcions tècniques.

9 Pressupost del contracte

Anualitats (durada del contracte)	4 anys
Pròrroga, si escau	-

Pressupost anual:	120.500,00 euros sense IVA
Pressupost de licitació amb IVA (pressupost anual * durada):	583.220,00 euros amb IVA
Pressupost de licitació sense IVA (pressupost anual * durada):	482.000,00 euros sense IVA
Pressupost pròrroga:	-
Tipus d'IVA	21%
Import IVA:	101.220,00 euros
Percentatge de modificació, si escau	-
Import de modificació, si escau	-
Augment 10% previst a l'article 301, 2) LCSP	48.200,00 euros sense IVA
Valor estimat (pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació):	482.000,00 euros sense IVA

Partida pressupostària	D/221.0004
Expedient d'abast plurianual	☒ SI ☐ NO

Divisió per lots

☒ SI ☐ NO

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

Núm. de lots: 3

En compliment de DLL 3/2025 de 4 de març, article 3.2) es considera que les prestacions definides en els 3 lots que configuren l'expedient no son equivalents ja que donen cobertura a necessitats assistencials diferents.

El primer lot identifica als vídeo-cistoscopis flexibles d'un sol us, utilitzats per el servei d'urologia i destinats principalment al diagnòstic i tractament de les vies urinàries baixes. El segon lot es destina als vídeo-broncospis flexibles amb característiques bàsiques necessàries per a realitzar intubacions difícils a l'àrea quirúrgica. Per últim, el tercer lot es refereix a vídeo-broncoscopis amb altes prestacions que permetin el diagnòstic en exploracions neumològiques.

Son productes tots ells que obeeixen a prestacions netament diferenciades en l'entorn assistencial, encaminades a permetre personalitzar els tractaments segons necessitats clíniques i que poden ser oferts per diferents licitadors en cada lot, Es per aquest fet que l'Òrgan de contractació considera no limitar el número de lots als que pot ser adjudicatari un mateix operador econòmic no només no limita sinó que afavoreix clarament la competència.

LOT 1. Subministrament de video-cistoscopis flexibles d'un sol us amb cessió de l'equipament necessari

LOT 1	2025 (3 mesos)	2026	2027	2028	2028 (9 mesos)	TOTAL
Pressupost de licitació sense IVA	21.875,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €	87.500,00 €	65.625,00 €	350.000,00 €
Partida d'IVA	4.593,75 €	18.375,00 €	18.375,00 €	18.375,00 €	13.781,25 €	73.500,00 €
Pressupost de licitació amb IVA	26.468,75 €	105.875,00 €	105.875,00 €	105.875,00 €	79.406,25 €	423.500,00 €
Pressupost de modificació TOTAL sense IVA (Pressupost de modificació per la vigència ordinària del contracte + Pressupost de modificació per a la pròrroga)						-
Pressupost de modificació sense IVA (Durant la vigència ordinària del contracte, si s'escau)						-
Pressupost de modificació sense IVA (Durant la pròrroga, si s'escau)						-
Augment 10% previst a l'article 301, 2) LCSP						35.000,00 €
Pressupost de pròrroga sense IVA						-
Valor estimat (pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació)						350.000,00 €

LOT 2. Subministrament de video-broncoscopis per al seu ús en procediments d'intubació

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

LOT 2	2025 (3 mesos)	2026	2027	2028	2028 (9 mesos)	TOTAL
Pressupost de licitació sense IVA	2.625,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	10.500,00 €	7.875,00 €	42.000,00 €
Partida d'IVA	551,25 €	2.205,00 €	2.205,00 €	2.205,00 €	1.653,75 €	8.820,00 €
Pressupost de licitació amb IVA	3.176,25 €	12.705,00 €	12.705,00 €	12.705,00 €	9.528,75 €	50.820,00 €
Pressupost de modificació TOTAL sense IVA (Pressupost de modificació per la vigència ordinària del contracte + Pressupost de modificació per a la pròrroga)						-
Pressupost de modificació sense IVA (Durant la vigència ordinària del contracte, si s'escau)						-
Pressupost de modificació sense IVA (Durant la pròrroga, si s'escau)						-
Augment 10% previst a l'article 301, 2) LCSP						4.200,00 €
Pressupost de pròrroga sense IVA						-
Valor estimat (pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació)						42.000,00 €

LOT 3. Subministrament de video-broncoscopis flexibles per al servei de neumologia

LOT 3	2025 (3 mesos)	2026	2027	2028	2028 (89mesos)	TOTAL
Pressupost de licitació sense IVA	5.625,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €	16.875,00 €	90.000,00 €
Partida d'IVA	1.181,25 €	4.725,00 €	4.725,00 €	4.725,00 €	3.543,75 €	18.900,00 €
Pressupost de licitació amb IVA	6.806,25 €	27.225,00 €	27.225,00 €	27.225,00 €	20.418,75 €	108.900,00 €
Pressupost de modificació TOTAL sense IVA (Pressupost de modificació per la vigència ordinària del contracte + Pressupost de modificació per a la pròrroga)						-
Pressupost de modificació sense IVA (Durant la vigència ordinària del contracte, si s'escau)						-
Pressupost de modificació sense IVA (Durant la pròrroga, si s'escau)						-
Pressupost de pròrroga sense IVA						-
Augment 10% previst a l'article 301, 2) LCSP						9.000,00 €
Valor estimat (pressupost anual * durada+pròrroga+import modificació)						90.000,00 €

Les propostes es poden presentar a diferents lots

☒ SI ☐ NO

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

Els licitadors poden ser adjudicatari de més d'un lot	☒	SI	☐	NO
Els imports màxims dels lots es poden superar	☐	SI	☒	NO
Els imports màxims dels articles es poden superar	☐	SI	☒	NO
Les propostes s'hauran de presentar al lot sencer	☒	SI	☐	NO
S'accepten variants	☐	SI	☒	NO

10 Classificació que s'exigeix als licitadors i justificació

No és preceptiva

11 Criteris de Solvència tècnica o professional i econòmica i financera, amb la justificació.

Els criteris de solvència tècnica, econòmica i financera requerits a la licitació són els que millor poden justificar que l'empresa compta amb els recursos econòmics i tècnics suficients per donar resposta a la contractació de la prestació del subministrament objecte del contracte.

Es tracta de requisits de solvència que són adients i proporcionats, atenent a la naturalesa de l'objecte del contracte, el seu volum i, especialment, la seva complexitat.

Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvència econòmica i financera, així com la solvència tècnica per participar en la licitació mitjançant l'aportació dels documents següents:

a) Solvència econòmica i financera (art. 87 LCSP)

- ☒ El volum anual de negocis referit a l'any de major execució dels darrers tres anys conclusos ha de ser d'almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte de cada un dels lots als quals les empreses concorrin.

En aquest sentit, el licitador haurà de presentar els seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o certificació de l'esmentat dipòsit mitjançant nota simple informativa expedida pel Registrador, i si l'empresari no està inscrit al Registre Mercantil dipositats en el registre oficial en el que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. **Els licitadors hauran d'aportar juntament amb els comptes anuals una declaració signada per l'apoderat indicant el volum de negocis global de l'empresa.**

b) Solvència tècnica (art. 89 LCSP):

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

- ☒ Relació dels principals subministraments efectuats en el curs de com a màxim els tres últims anys, indicant-ne l'import, dates i destinatari públic o privat i sempre i quan els subministraments siguin del mateix tipus o naturalesa similar o anàloga a l'objecte del contracte. Els licitadors hauran d'acreditar que l'import anual acumulat en l'any de major execució dels darrers tres anys dels subministraments corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que correspon a l'objecte del contracte és d'almenys el 70% de l'annualitat mitja del contracte, de cada un dels lots als qual les empreses concorrin.

Els subministraments efectuats s'acrediten mitjançant certificats de bona execució expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari és una entitat del sector públic o quan el destinatari és un comprador privat, mitjançant un certificat expedat per aquest. L'import anual d'aquests subministraments serà com a mínim igual a la suma d'imports anuals dels lots als que el licitador presenti la seva oferta. Per determinar la correspondència entre els subministraments acreditats i els de l'objecte del contracte es verificarà la coincidència entre els tres primers dígits dels seus respectius codis CPV

12 Subcontractació

SI ☒ NO ☐

13 Obligació de Pòlissa de Responsabilitat Civil

- a) Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil: SI ☐ NO ☒
b) Import: -----

L'adjudicatari vindrà obligat a constituir una pòlissa de responsabilitat civil amb l'import de cobertura mínim per sinistre que s'assenyala, i mantenir-la vigent durant tot el termini de vigència del contracte.

L'empresa proposada com a adjudicatària ha de lliurar una declaració responsable on es compromet a mantenir vigent la pòlissa sol·licitada durant el període d'execució del contracte.

14 Subrogació del personal

- a) SI ☐ NO ☒

* Nota: En el cas que hi hagi personal a subrogar, serà el que consta al Plec de Prescripcions Tècniques.

En el cas que hi hagi subrogació, el contractista té l'obligació de respondre dels salaris impagats als treballadors afectats per subrogació, així com de les cotitzacions a la

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

Seguretat social meritedes, encara en el cas que es resolgui el contracte i aquells siguin subrogats per un nou contractista, i sense que en cap cas aquesta obligació correspongui a aquest últim. En aquest cas, el Consorci Sanitari Integral, un cop acreditada la manca de pagament dels salaris esmentats, procedirà a la retenció de les quantitats degudes al contractista per a garantir el pagament dels salaris esmentats, i a la no devolució de la garantia definitiva fins que no es acrediti l'abonament d'aquests.

15 Criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució amb la justificació

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà d'acord al article 145.3.f) amb la aplicació de més d'un criteri d'adjudicació, tenint en compte que es tracta d'un subministrament i s'ha de valorar la millor relació qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat per cobrir de la millor manera possible les necessitats de la institució. Els criteris d'adjudicació han estat seleccionats d'acord amb els requisits assenyalats a l'article 145.5 LCSP:

- Estan vinculats a l'objecte del contracte
- S'han formulat de manera objectiva i respectant els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.
- Garanteixen que les ofertes seran avaluades en condicions de competència efectiva i amb especificacions que permeten comprovar de manera efectiva la informació aportada pels licitadors.

Les fórmules aplicades per tal de valorar els criteris d'adjudicació son les que consten a la directiu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d'adjudicació és de 100 punts, distribuïts de la següent manera:

LOT 1. Subministrament de video-cistoscopis flexibles d'un sol us amb cessió de l'equipament necessari

CRITERIS SUBJECTIUS (46 punts).

Els criteris qualitatius han estat seleccionats d'acord a l'article 145.2 LCSP:

- ☒ Característiques funcionals i estètiques dels articles
- ☐ Accessibilitat
- ☐ Disseny per totes les persones usuàries
- ☐ Característiques socials
- ☐ Característiques mediambientals o innovadores
- ☐ Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
- ☐ Comercialització i les seves condicions
- ☐ El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

- ☐ El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del subministrament

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatiu/tècnics avaluable de forma subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació de cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

Es realitzarà una demostració in-situ dels video-cistoscòpis i l'equipament en cessió. S'elaborarà un informe per part de l'equip assistencial amb la finalitat de valorar diferents aspectes subjectes a judici de valor (màxim 20 punts)

Es valorarà la qualitat de la imatge visualitzada del video-cistoscopi en l'equipament cedit per a aquest expedient, la percepció d'imatges clares i ben definides amb la finalitat d'obtenir un millor desenvolupament de la tècnica (màxim 10 punts)

Es valorarà l'ergonomia del video-cistoscopi, la seva facilitat de maniobrabilitat amb i sense instruments de treball a través del canal de treball. Una bona maniobrabilitat de l'equip permet una millor adaptabilitat a l'anatomia del pacient, reduint els riscos de lesions i facilitant l'èxit del procediment (màxim 10 punts)

Altres criteris tècnics (26 punts)

Integració i connectivitat amb els següents requeriments mínims (10 punts)

DICOM amb llicències incloses (Store, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist i Print).

Compatibilitat amb PACS de FUJI.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

Possibilitat de consulta a WL, Q/R i Store a PACS per el mateix port.

Dicom Conformance Statement assegurat.

Connexió a Ethernet 10/100/1000. Adaptació per a connexió wireless compatible 802.11g. Connexió wireless amb possibilitat de DHCP i IP fixa

SI (10 punts)- NO (0 punts)

Es valora amb 10 punts aquestes característiques d'integració i connectivitat amb la finalitat d'afavorir l'eficiència clínica, la seguretat del pacient i la interoperabilitat tecnològica al nostre entorn hospitalari. Wifi i Ethernet permeten assegurar la connexió amb cable i sense cable, adaptant-se a diferents entorns i circumstàncies sanitàries. Dicom ens permet incorporar informació del pacient del nostre sistema hospitalari i al mateix enviar imatges del pacient a PACS, això ens assegura una integració de la prova evitant errades manuals i una traçabilitat i accés col·laboratiu a les imatges per part de diferents especialistes.

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

**Camp de visió superior a la mínima sol·licitada com a obligatoria (110°) (6 punts)
120° o més (6 punts)
Entre 111° i 119° (3 punts)
110° (0 punts)**

Valorem amb un màxim de 6 punts un camp de visió superior a l'exigit atès que permet un àrea d'observació més gran, facilitant la identificació d'anomalies sense haver de reposicionar constanment l'instrument. Millora la precissió en procediments com biopsies o reseccions, contribuint a un diagnòstic més fiable i a una intervenció més efectiva.

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Possibilitat de fer fotografies i videos (6 punts)

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

Des d'un botó situat al mànec de cistoscopi (6 punts)
Des del propi monitor (4 punts)

Valorem amb un màxim de 6 punts el fet de poder capturar imatges i fer fotos durant el procediment amb la finalitat de documentar i compartir les imatges sense haver de dependre únicament de la observació directa. Valorem millor poder fer fotos mitjançant un botó situat a mànec que des del propi monitor atès que el botó permet al metge realitzar captures sense apartar la vista del procediment, mantenint el control de l'instrument sense interrupcions

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteri d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Diàmetre extern de l'extrem distal d'inserció inferior al sol·licitat com a obligatori (6,0 mm) (3 punts)

Obtindrà 3 punts el licitador que oferti el cistoscopi amb l'extrem distal d'inserció més prim (en mm), La resta obtindrà 0 punts.

Valorem amb 3 punts el licitador que presenti el cistoscopi amb l'extrem distal d'inserció més prim (en mm), atès que un diàmetre més prim redueix el risc de causar molesties o lesions durant la inserció.

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteri d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Rang de deflexió en la punta superior a la sol·licitada com a obligatoria (210° a Baix i 120° a Baix) (1 punt)

Obtindrà 1 punt el licitador que oferti el cistoscopi amb el rang total a dalt/a baix més gran. La resta obtindrà 0 punts.

Valorem amb 1 punt el licitador que presenti un cistoscopi amb el rang total a dalt/a baix més gran atès que un major angle de deflexió permet al metge inspeccionar racons i estructures complicades.

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteri d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta, imprescindible per a preservar la seguretat del pacient en aquests tractaments altament invasius, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 32 punts sobre el màxim de 46 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

CRITERIS OBJECTIUS (54 punts).

Proposta econòmica (40 punts):

Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 40 punts a la proposta econòmica d'acord amb la següent formula per cadascun dels lots:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

OM = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 2

Altres criteris tècnics objectius (8 punts)

Atès que gran part d'aquests video-cistoscopies es destinaran a la extracció de cateters Doble J, es valorarà com a millora **l'aportació de pinces reutilitzables per el seu ús a través del canal de treball (marca i model a escollir per el CSI)**

6 unitats, (8 punts)

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

3 unitats (4 punts)

0 unitats (0 punts)

Valorem amb un màxim de 8 punts aquelles ofertes que incorporin a la seva proposta tècnica pinces reutilitzables per a l'extracció de cateters Doble J, atès que és una tècnica molt freqüent a nostre servei d'urologia en combinació amb l'us dels cistoscopis

Criteri mediambiental (6 punts)

Fabricació dels mànecs dels endoscopis amb material bioplàstic (6 punts)

Valorem amb 6 punts aquelles ofertes que presentin uns mànecs fabricats amb bioplàstics, amb la finalitat de reduir la petjada de carboni i afavorir la sostenibilitat respecte a la fabricació amb plàstics tradicionals

Si, (6 punts)

No (0 punts)

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars

CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ: De conformitat amb l'article 202 de la LCSP s'estableixen les condicions especials d'execució del contracte, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes, i que seran les que s'indiquin al quadre de característiques específiques.

LOT 2. Subministrament de video-broncoscopis per al seu ús en procediments d'intubació

CRITERIS SUBJECTIUS (46 punts).

Els criteris qualitatius han estat seleccionats d'acord a l'article 145.2 LCSP:

- ☒ Característiques funcionals i estètiques dels articles
- ☐ Accessibilitat
- ☐ Disseny per totes les persones usuàries
- ☐ Característiques socials
- ☐ Característiques mediambientals o innovadores
- ☐ Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
- ☐ Comercialització i les seves condicions
- ☐ El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
- ☐ El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del subministrament

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatius/tècnics avaluable de forma subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació de cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

Es realitzarà una demostració in-situ dels video-broncoscopis i l'equipament en cessió. S'elaborarà un informe per part de l'equip assistencial amb la finalitat de valorar diferents aspectes subjectes a judici de valor (màxim 20 punts)

Es valorarà la qualitat de la imatge visualitzada del video-broncoscopis en l'equipament cedit per a aquest expedient, la percepció d'imatges clares i ben definides amb la finalitat d'obtenir un millor desenvolupament de la tècnica (màxim 10 punts)

Es valorarà l'ergonomia del video-broncoscopi, la seva facilitat de maniobrabilitat amb i sense instruments de treball a través del canal de treball. Una bona maniobrabilitat de l'equip permet una millor adaptabilitat a l'anatomia del pacient, reduint els riscos de lesions i facilitant l'èxit del procediment (màxim 10 punts)

Altres criteris tècnics (26 punts)

Integració i connectivitat amb els següents requeriments mínims (8 punts)

DICOM amb llicències incloses (Store, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist i Print).

Compatibilitat amb PACS de FUJI.

Possibilitat de consulta a WL, Q/R i Store a PACS per el mateix port.

Dicom Conformance Statement assegurat.

Connexió a Ethernet 10/100/1000. Adaptació per a connexió wireless compatible 802.11g. Connexió wireless amb possibilitat de DHCP i IP fixa

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

SI (8 punts)

NO (0 punts)

Es valora amb 8 punts aquestes característiques d'integració i connectivitat amb la finalitat d'afavorir l'eficiència clínica, la seguretat del pacient i la interoperabilitat tecnològica al nostre entorn hospitalari. Wifi i Ethernet permeten assegurar la connexió amb cable i sense cable, adaptant-se a diferents entorns i circumstàncies sanitàries. Dicom ens permet incorporar informació del pacient del nostre sistema hospitalari i al mateix enviar imatges del pacient a PACS, això ens assegura una integració de la prova evitant errades manuals i una traçabilitat i accés col·laboratiu a les imatges per part de diferents especialistes.

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteri d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Incorporació d'un circuit tancat de recollida de mostres integrat al mànec del broncoscopi (8 punts)

SI (8 punts)

NO (0 punts)

Valorem amb 8 punts la incorporació d'un circuit tancat de recollida de mostres integrat al mànec del broncoscopi atès que evita l'exposició de les mostres a contaminants externs, assegurant la fiabilitat d'anàlisis microbiològics o citològics. Per una altra banda permet realitzar el procés de recollida de mostres sense elements externs, sense interrupcions i mantenint el control del broncoscopi en tot moment

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteri d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Possibilitat de fer fotografies i videos (6 punts)

Des d'un botó situat al mànec del broncoscopi (6 punts)

Des del propi monitor (3 punts)

Valorem amb un màxim de 6 punts el fet de poder capturar imatges i fer fotos durant el procediment amb la finalitat de documentar i compartir les imatges sense haver de

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

dependre únicament de la observació directa. Valorem millor poder fer fotos mitjançant un botó situat a mànec que des del propi monitor atès que el botó permet al metge realitzar captures sense apartar la vista del procediment, mantenint el control de l'instrument sense interrupcions

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Rang de deflexió en la punta superior a la sol·licitada com a obligatoria (180° a dalt i 160° a baix) (4 punts)

Obtindrà 4 punts el licitador que oferti el broncoscopi amb el rang total a dalt/a baix més gran. La resta obtindrà 0 punts.

Valorem amb 4 punts el licitador que presenti el broncoscopi amb el rang total a dalt/a baix més gran atès que un major angle de deflexió permet al metge inspeccionar racons i estructures complicades

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta, imprescindible per a preservar la seguretat del pacient en aquests tractaments altament invasius, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 32 punts sobre el màxim de 46 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

CRITERIS OBJECTIUS (54 punts).

Proposta econòmica (48 punts):

Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 48 punts a la proposta econòmica d'acord amb la següent formula per cadascun dels lots:

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 2

Criteri mediambiental (6 punts)

Fabricació dels mànecs dels endoscopis amb material bioplàstic (6 punts)

Valorem amb 6 punts aquelles ofertes que presentin uns mànecs fabricats amb bioplàstics, amb la finalitat de reduir la petjada de carboni i afavorir la sostenibilitat respecte a la fabricació amb plàstics tradicionals

Si, (6 punts)

No (0 punts)

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars

CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ: De conformitat amb l'article 202 de la LCSP s'estableixen les condicions especials d'execució del contracte, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes, i que seran les que s'indiquin al quadre de característiques específiques.

LOT 3. Subministrament de video-broncoscopis flexibles per el servei de neumologia

CRITERIS SUBJECTIUS (46 punts).

Els criteris qualitatius han estat seleccionats d'acord a l'article 145.2 LCSP:

- ☒ Característiques funcionals i estètiques dels articles
- ☐ Accessibilitat
- ☐ Disseny per totes les persones usuàries

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

- ☐ Característiques socials
- ☐ Característiques mediambientals o innovadores
- ☐ Organització, qualificació i experiència del personal adscrit
- ☐ Comercialització i les seves condicions
- ☐ El servei posventa i l'assistència tècnica i els compromisos relatius a recanvis
- ☐ El procés de lliurament, el termini de lliurament o execució i seguretat del subministrament

Per a cadascun dels criteris de valoració qualitatiu/tècnics avaluable de forma subjectiva, que a continuació es relacionen, es realitzaran les valoracions en els termes previstos en cadascun dels criteris, obtenint cadascuna de les ofertes, en cadascun dels criteris, la puntuació corresponent.

Posteriorment, en el cas que com a mínim una de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació màxima establerta per a cada criteri, s'aplicarà a les puntuacions obtingudes inicialment de cada criteri la fórmula següent:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar

P = Puntuació del criteri

VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua

VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

En cada criteri les puntuacions finals que es concediran a les empreses seran les que resultin d'aplicar aquesta fórmula.

No obstant, en el cas que cap de les ofertes obtingui una puntuació igual o superior al 50 % de la puntuació de cada criteri, no s'aplicarà la fórmula anterior.

Es realitzarà una demostració in-situ dels video-broncoscopis i l'equipament en cessió. S'elaborarà un informe per part de l'equip assistencial amb la finalitat de valorar diferents aspectes subjectes a judici de valor (màxim 20 punts)

Es valorarà la qualitat de la imatge visualitzada del video-broncoscopis en l'equipament cedit per a aquest expedient, la percepció d'imatges clares i ben definides amb la finalitat d'obtenir un millor desenvolupament de la tècnica (màxim 10 punts)

Es valorarà l'ergonomia del video-broncoscopi, la seva facilitat de maniobrabilitat amb i sense instruments de treball a través del canal de treball. Una bona maniobrabilitat de l'equip permet una millor adaptabilitat a l'anatomia del pacient, reduint els riscos de lesions i facilitant l'èxit del procediment (màxim 10 punts)

Altres criteris tècnics (26 punts)

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

Integració i connectivitat amb els següents requeriments mínims (8 punts)

DICOM amb llicències incloses (Store, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist i Print).

Compatibilitat amb PACS de FUJI.

Possibilitat de consulta a WL, Q/R i Store a PACS per el mateix port.

Dicom Conformance Statement assegurat.

Connexió a Ethernet 10/100/1000. Adaptació per a connexió wireless compatible 802.11g. Connexió wireless amb possibilitat de DHCP i IP fixa

SI (8 punts)

NO (0 punts)

Es valora amb 8 punts aquestes característiques d'integració i connectivitat amb la finalitat d'afavorir l'eficiència clínica, la seguretat del pacient i la interoperabilitat tecnològica al nostre entorn hospitalari. Wifi i Ethernet permeten assegurar la connexió amb cable i sense cable, adaptant-se a diferents entorns i circumstàncies sanitàries. Dicom ens permet incorporar informació del pacient del nostre sistema hospitalari i al mateix enviar imatges del pacient a PACS, això ens assegura una integració de la prova evitant errades manuals i una traçabilitat i accés col·laboratiu a les imatges per part de diferents especialistes.

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Incorporació d'un circuit tancat de recollida de mostres integrat al mànec del broncoscopi (8 punts)

SI (8 punts)

NO (0 punts)

Valorem amb 8 punts la incorporació d'un circuit tancat de recollida de mostres integrat al mànec del broncoscopi atès que evita l'exposició de les mostres a contaminants externs, assegurant la fiabilitat d'anàlisis microbiològics o citològics. Per una altra banda permet realitzar el procés de recollida de mostres sense elements externs, sense interrupcions i mantenint el control del broncoscopi en tot moment

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteri d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Possibilitat de fer fotografies i videos (4 punts)

Des d'un botó situat al mànec del broncoscopi (4 punts)

Des del propi monitor (2 punts)

Valorem amb un màxim de 4 punts el fet de poder capturar imatges i fer fotos durant el procediment amb la finalitat de documentar i compartir les imatges sense haver de dependre únicament de la observació directa. Valorem millor poder fer fotos mitjançant un botó situat a mànec que des del propi monitor atès que el botó permet al metge realitzar captures sense apartar la vista del procediment, mantenint el control de l'instrument sense interrupcions

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteri d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Rang de deflexió en la punta superior a la sol·licitada com a obligatoria (195° a dalt i 195° a baix) (3 punts)

Obtindrà 3 punts el licitador que oferti el broncoscopi amb el rang total a dalt/a baix més gran

Valorem amb 3 punts el licitador que presenti el broncoscopi amb el rang total a dalt/a baix més gran atès que un major angle de deflexió permet al metge inspeccionar racons i estructures complicades

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteri d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Rang de rotació superior a la sol·licitada com a obligatòria (90° dreta i 90° Esquerra) (3 punts)

Obtindrà 3 punts el licitador que oferti el broncoscopi amb el rang total de rotació dreta/esquerra més gran

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

Valorem amb 3 punts el licitador que presenti el broncoscopi amb el rang total de rotació dreta/esquerra més gran atès que permet inspeccionar zones difícils, com bifurcacions bronquials sense necessitat de reposicionar l'instrument.

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta, imprescindible per a preservar la seguretat del pacient en aquests tractaments altament invasius, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 32 punts sobre el màxim de 46 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

CRITERIS OBJECTIUS (54 punts).

Proposta econòmica (48 punts):

Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 48 punts a la proposta econòmica d'acord amb la següent formula per cadascun dels lots:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) x \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

OM = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 2

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

Criteri mediambiental (6 punts)

Fabricació dels mànecs dels endoscopis amb material bioplàstic (6 punts)

Valorem amb 6 punts aquelles ofertes que presentin uns mànecs fabricats amb bioplàstics, amb la finalitat de reduir la petjada de carboni i afavorir la sostenibilitat respecte a la fabricació amb plàstics tradicionals

Si, (6 punts)

No (0 punts)

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars

CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ: De conformitat amb l'article 202 de la LCSP s'estableixen les condicions especials d'execució del contracte, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes, i que seran les que s'indiquin al quadre de característiques específiques.

16 Accés i tractament de les dades protegides de caràcter personal (LOPD)

Accés a dades protegides de caràcter personal: ☒ SI ☐ NO

Quines?: ☒ Pacients
☐ Administratiu
☐ Personal

L'execució del contracte requereix tractament de dades per part de l'empresa contractista:

☒ SI. La finalitat per la que es cedeixen les dades és per tal de portar a terme correctament l'execució del contracte i perquè l'objecte d'aquest així ho requereix.

☐ NO

La definició de les condicions i garanties del tractament de la informació i dades de caràcter personal a les que l'adjudicatari pugui accedir com a conseqüència del compliment del contracte es regularan a l'encàrrec del tractament corresponent.

El licitador o licitadors que resultin adjudicatari del present contracte, en aplicació del Decret-Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel que s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions, es comprometen al següent:

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

- A presentar, abans de la formalització del contracte -juntament amb la documentació a presentar com a futur adjudicatari-, una declaració en la que es posi de manifest on seran ubicats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats als mateixos.
- A comunicar qualsevol canvi que es produeixi, mentre duri l'execució del contracte, de la informació facilitada a la declaració referida en el punt anterior.
- A indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests i, si és així, a indicar el nom o perfil empresarial del subcontractistes, que s'haurà de definir per referència a les condicions de solvència professional o tècnica.

Totes aquestes obligacions tenen la consideració d'obligacions especials d'execució, tenint, per tant, el caràcter d'obligacions contractuals essencials als efectes del previst a la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.

17 Mostres i demostracions

- ¿S'han de presentar mostres a la fase inicial? ☐ SI ☒ NO
- ¿Es necessita mostres i demostracions en una altre fase? ☒ SI ☐ NO

Observacions:

El departament de logística sol·licitarà les mostres i demostracions d'equipament que consideri oportunes amb la finalitat de comprovar in situ el compliment dels requeriments tècnics exigits al plec, així com per avaluar el criteris subjectius que formen part d'aquesta licitació

Els fungibles i equips sol·licitats hauran d'anar identificats exteriorment com a DEMOSTRACIÓ + número d'expedient. Fungible i equips hauran d'anar acompanyats de dos albarans de lliurament.

A tals efectes les empreses que hagin presentat proposta en aquesta licitació hauran de tenir preparat els materials presentats amb la configuració ofertada per a realitzar les demostracions al centre (Hospital) en el **termini màxim de 10 dies naturals** des que el departament de logística ho sol·liciti. El no compliment d'aquest requisit el qual determinaria la impossibilitat l'avaluació degudament comportarà l'exclusió de l'empresa de la licitació.

Lloc de presentació: El departament de logística especificarà el lloc, data i persona de contacte en el moment de fer la sol·licitud.

La empresa licitadora es responsabilitzarà de retirar els embalatges de les nostres instal·lacions

18 Visita/es al/s centre/s?

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

És obligatori realitzar visita/es per a presentar proposta?

☐

SI

☒

NO

19 Documentació

Annexos:

- Annex 1 tècnic
- Annex 2 de manteniment període de garantia
- Annex 3 de criteris subjectius
- Annex 4 de criteris objectius
- Annex 5 de criteris d'adjudicació
- Annex 6 de documents a incorporar als sobres

Documents que els licitadors han d'aportar en el sobre A

1. Índex
2. Dades complementàries (Model 1)
3. Declaració de confidencialitat (Model 2)
4. Si s'escau, compromís de constituir-se formalment en una Unió Temporal d'Empreses (Model 3)
5. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)
6. Declaració d'absència de conflicte d'interessos

Documents que els licitadors han d'aportar en el sobre B

1. Model 8: Documentació sobre B
2. Annex 1 tècnic a complimentar segons instruccions recollides al propi annex i al Plec de Prescripcions tècniques
3. Annex 2 de manteniment període de garantia
4. Memòria tècnica dels equips en cessió on es descrigui completament tots els components dels equips i les seves especificacions tècniques demanades als diferents annexos.
5. Fitxes descriptives del material fungible
6. Documentació acreditativa referent al reglament (UE) 2017/745 i al reglament (UE) 2023/307 del 15 de març de 2023 sobre productes sanitaris:

En el cas que el producte ofert compleixi amb la normativa MDR, s'haurà d'adjuntar el Certificat UE de l'Organisme Notificat referent al MDR.

En el cas que el producte ofert compleixi amb la normativa MDD (Marcat CE), s'haurà d'adjuntar l'extensió de certificat CE i l'acord amb l'Organisme Notificat (obligatori en ofertes presentades a partir del 26/09/2024)

7. Annex 3 de criteris subjectius
8. Qualsevol altra documentació acreditativa requerida al Plec de Prescripcions Tècniques.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

Documents que els licitadors han d'aportar en el sobre C

1. Model 9: Declaració econòmica
2. Annex 4 de criteris objectius a complimentar segons instruccions recollides al propi annex i al Plec de Prescripcions tècniques

Signatures dels responsables del contracte:

2025.09.30 07:08:10

+02'00'

Eduard López

Director de Gestió del Consorci Sanitari Integral

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTE

20 Informe de valoració de la despesa

S'ha rebut en aquesta Direcció Economicofinancera, per a la seva valoració, l'expedient de despesa generada per la contractació corresponent a la memòria justificativa adjunta.

De l'examen i contingut de l'apartat corresponen a la determinació del preu i pressupost del contracte de la memòria, i un cop examinats els registres comptables, es preveu que existirà crèdit suficient al pressupost del Consorci Sanitari Integral, per tant, la Direcció Economicofinancera informa favorablement la proposta presentada en la data que consta en la present signatura, per la posterior autorització de la despesa, si s'escau, de l'Òrgan de Contractació.

L'eficàcia del contracte en relació a les despeses per a exercicis posteriors queda condicionada a l'aprovació dels pressupostos dels referits exercicis.

Sergio Oleaga Pérez de Mendiguren
Director economicofinancer del Consorci Sanitari Integral

Fecha:
2025.10.01
15:11:30 +02'00'