

CSI2025070 SUBMINISTRAMENT DE VIDEO-ENDOSCOPIS FLEXIBLES D'UN SOL US AMB CESSIÓ DE L'EQUIPAMENT NECESSARI PER AL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

LOT 1. Subministrament de video-cistoscopis flexibles d'un sol us amb cessió de l'equipament necessari.

		PUNTUACIÓ MÀXIMA
CRITERIS SUBJECTIUS		46 punts
Es realitzarà una demostració in-situ dels video-cistoscopis i l'equipament en cessió. S'elaborarà un informe per part de l'equip assistencial amb la finalitat de valorar diferents aspectes subjectes a judici de valor (màxim 20 punts)		
Es valorarà la qualitat de la imatge visualitzada del video-cistoscopi en l'equipament cedit per a aquest expedient, la percepció d'imatges clares i ben definides amb la finalitat d'obtenir un millor desenvolupament de la tècnica		10 punts
Es valorarà l'ergonomia del video-broncoscopi, la seva facilitat de maniobrabilitat amb i sense instruments de treball a través del canal de treball. Una bona maniobrabilitat de l'equip permet una millor adaptabilitat a l'anatomia del pacient, reduint els riscos de lesions i facilitant l'èxit del procediment.		10 punts
Altres criteris tècnics (màxim 26 punts)		
Integració i connectivitat amb els següents requeriments mínims <i>DICOM amb llicències incloses (Store, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist i Print).</i> <i>Compatibilitat amb PACS de FUJI.</i> <i>Possibilitat de consulta a WL, Q/R i Store a PACS per el mateix port.</i> <i>Dicom Conformance Statement assegurat.</i> <i>Connexió a Ethernet 10/100/1000. Adaptació per a connexió wireless compatible 802.11g. Connexió wireless amb possibilitat de DHCP i IP fixa</i>	SI (10 punts) NO (0 punts)	10 punts

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Camp de visió superior a la mínima sol·licitada com a obligatoria (110º)	120º o més (6 punts) Entre 111º i 119º (3 punts) 110º (0 punts)	6 punts
---	--	---------

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Possibilitat de fer fotografies i videos	Des d'un botó situat al mànec de cistoscopi (6 punts) Des del propi monitor (4 punts)	6 punts
---	--	---------

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Diàmetre extern de l'extrem distal d'inserció inferior al sol·licitat com a obligatori (6,0 mm)	Obtindrà 3 punts el licitador que oferti el cistoscopi amb l'extrem distal d'inserció més prim (en mm). La resta obtindrà 0 punts.	3 punts
--	---	---------

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Rang de deflexió en la punta superior a la sol·licitada com a obligatoria (210º a dalt i 120º a baix)	Obtindrà 1 punt el licitador que oferti el cistoscopi amb el rang total a dalt/a baix més gran. La resta obtindrà 0 punts.	1 punt
--	---	--------

<p>Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteri d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.</p>		
<p>Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta, imprescindible per a preservar la seguretat del pacient en aquests tractaments altament invasius, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 32 punts sobre el màxim de 46 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya</p>		
CRITERIS OBJECTIUS		54 punts
PROPOSTA ECONÒMICA	<p>D'acord amb la següent formula:</p> $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) x \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Punts criteri econòmic</p> <p>$O_{\overline{m}}$ = Oferta Millor $O_{\overline{v}}$ = Oferta a Valorar IL = Import de Licitació VP = Valor de ponderació</p> </div> <p>Valor de ponderació: 2</p> <p>Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars</p>	40 punts

ALTRES CRITERIS TÈCNICS OBJETIUS	<p>Atès que gran part d'aquests video-cistoscopies es destinaran a la extracció de cateters Doble J, es valorarà com a millora l'aportació de pinces reutilitzables per el seu ús a través del canal de treball (marca i model a escollir per el CSI)</p> <p>6 unitats, (8 punts) 3 unitats (4 punts) 0 unitats (0 punts)</p>	8 punts
CRITERI MEDIAMBIENTAL	<p>Fabricació dels mànecs dels endoscopis amb material bioplàstic.</p> <p>SI / 6 punts NO/ 0 punts</p>	6 punts
TOTAL CRITERIS		100 PUNTS

LOT 2. Subministrament de video-broncoscopis per al seu ús en procediments d'intubació

		PUNTUACIÓ MÀXIMA
CRITERIS SUBJECTIUS		46 punts
Es realitzarà una demostració in-situ dels video-broncoscopis i l'equipament en cessió. S'elaborarà un informe per part de l'equip assistencial amb la finalitat de valorar diferents aspectes subjectes a judici de valor (màxim 20 punts)		
Es valorarà la qualitat de la imatge visualitzada del video-broncoscopis en l'equipament cedit per a aquest expedient, la percepció d'imatges clares i ben definides amb la finalitat d'obtenir un millor desenvolupament de la tècnica		10 punts
Es valorarà l'ergonomia del video-broncoscopi, la seva facilitat de maniobrabilitat amb i sense instruments de treball a través del canal de treball. Una bona maniobrabilitat de l'equip permet una millor adaptabilitat a l'anatomia del pacient, reduint els riscos de lesions i facilitant l'èxit del procediment.		10 punts
Altres criteris tècnics (màxim 26 punts)		
Integració i connectivitat amb els següents requeriments mínims <i>DICOM amb llicències incloses (Store, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist i Print).</i> <i>Compatibilitat amb PACS de FUJI.</i> <i>Possibilitat de consulta a WL, Q/R i Store a PACS per el mateix port.</i> <i>Dicom Conformance Statement assegurat.</i> <i>Connexió a Ethernet 10/100/1000. Adaptació per a connexió wireless compatible 802.11g. Connexió wireless amb possibilitat de DHCP i IP fixa)</i>	SI (8 punts) NO (0 punts)	8 punts

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Incorporació d'un circuit tancat de recollida de mostres integrat al mànec del broncoscopi

**SI (8 punts)
NO (0 punts)**

8 punts

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Possibilitat de fer fotografies i videos

**Des d'un botó situat al mànec del broncoscopi (6 punts)
Des del propi monitor (3 punts)**

6 punts

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Rang de deflexió en la punta superior a la sol·licitada com a obligatoria (180º a dalt i 160º a baix)

Obtindrà 4 punts el licitador que oferti el broncoscopi amb el rang total a dalt/a baix més gran. La resta obtindrà 0 punts.

4 punts

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta, imprescindible per a preservar la seguretat del pacient en aquests tractaments altament invasius, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 32 punts sobre el màxim de 46 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les

**proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació
Pública de la Generalitat de Catalunya**

CRITERIS OBJECTIUS			54 punts
PROPOSTA ECONÒMICA	<p>D'acord amb la següent formula:</p> $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$ <div style="border: 1px solid green; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar P = Punts criteri econòmic</p> <p>$O_{\overline{m}}$ = Oferta Millor $O_{\overline{v}}$ = Oferta a Valorar IL = Import de Licitació VP = Valor de ponderació</p> </div> <p>Valor de ponderació: 2</p> <p>Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars</p>		48 punts
CRITERI MEDIAMBIENTAL	<p>Fabricació dels mànecs dels endoscopis amb material bioplàstic</p> <p>SI / 6 punts NO/ 0 punts</p>		6 punts
TOTAL CRITERIS			100 PUNTS

LOT 3. Subministrament de video-broncoscopis flexibles per al servei de neumologia

		PUNTUACIÓ MÀXIMA
CRITERIS SUBJECTIUS		46 punts
Es realitzarà una demostració in-situ dels video-broncoscopis i l'equipament en cessió. S'elaborarà un informe per part de l'equip assistencial amb la finalitat de valorar diferents aspectes subjectes a judici de valor (màxim 20 punts)		
Es valorarà la qualitat de la imatge visualitzada del video-broncoscopis en l'equipament cedit per a aquest expedient, la percepció d'imatges clares i ben definides amb la finalitat d'obtenir un millor desenvolupament de la tècnica		10 punts
Es valorarà l'ergonomia del video-broncoscopi, la seva facilitat de maniobrabilitat amb i sense instruments de treball a través del canal de treball. Una bona maniobrabilitat de l'equip permet una millor adaptabilitat a l'anatomia del pacient, reduint els riscos de lesions i facilitant l'èxit del procediment.		10 punts
Altres criteris tècnics (màxim 26 punts)		
Integració i connectivitat amb els següents requeriments mínims <i>DICOM amb llicències incloses (Store, Storage Commitment, Query/Retrieve, Worklist i Print).</i> <i>Compatibilitat amb PACS de FUJI.</i> <i>Possibilitat de consulta a WL, Q/R i Store a PACS per el mateix port.</i> <i>Dicom Conformance Statement assegurat.</i> <i>Connexió a Ethernet 10/100/1000. Adaptació per a connexió wireless compatible 802.11g. Connexió wireless amb possibilitat de DHCP i IP fixa</i>	SI (8 punts) NO (0 punts)	8 punts
<i>Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al</i>		

sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats

Incorporació d'un circuit tancat de recollida de mostres integrat al mànec del broncoscopi	SI (8 punts)-NO (0 punts)	8 punts
---	----------------------------------	----------------

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Possibilitat de fer fotografies i videos	Des d'un botó situat al mànec del broncoscopi (4 punts) Des del propi monitor (2 punts)	4 punts
---	--	----------------

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Rang de deflexió en la punta superior a la sol·licitada com a obligatoria (195º a dalt i 195º a baix)	Obtindrà 3 punts el licitador que oferti el broncoscopi amb el rang total a dalt/a baix més gran. La resta obtindrà 0 punts	3 punts
--	--	----------------

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Rang de rotació superior a la sol·licitada com a obligatòria (90º dreta i 90º Esquerra)	Obtindrà 3 punts el licitador que oferti el broncoscopi amb el rang total de rotació dreta/esquerra més gran. La resta obtindrà 0 punts	3 punts
--	--	----------------

Tot i que aquest criteri d'adjudicació s'avalua de manera automàtica, és necessari contemplar-lo en aquest sobre degut a que la informació a la que fa referència aquest criteri d'adjudicació estarà contemplada a la documentació tècnica que presenti el licitador en el sobre B. Així mateix i, prèviament a l'obertura del sobre C, es realitzarà la demostració i s'ha d'obtenir el resultat de la puntuació amb anterioritat de l'obertura dels sobres C a fi d'evitar la contaminació de sobres. Per tant, el fet de preveure aquest criteri d'adjudicació al sobre C pot comportar una vulneració del secret de les ofertes efectiva i real, susceptible de comprometre l'objectivitat i imparcialitat de les valoracions de la mesa de contractació. Es contempla aquest criteris

d'adjudicació, juntament amb els criteris d'adjudicació subjectius, a fi d'evitar abocar als interessats a l'exclusió de les seves ofertes pels motius esmentats.

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta, imprescindible per a preservar la seguretat del pacient en aquests tractaments altament invasius, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 32 punts sobre el màxim de 46 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

CRITERIS OBJECTIUS

54 punts

PROPOSTA ECONÒMICA

D'acord amb la següent formula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

$O_{m\bar{}}$ = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

48 punts

Valor de ponderació: 2

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars

CRITERI MEDIAMBIENTAL

Fabricació dels mànecs dels endoscopis amb material bioplàstic

SI / 6 punts
NO/ 0 punts

6 punts

TOTAL CRITERIS

100 PUNTS