

INFORME DE MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE O MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Núm. expedient: CS/AH01/1101450288/25/PSS

Òrgan gestor: Direcció d'Infermeria. Gestió d'Equipament i Productes Sanitaris de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron

Objecte del contracte: Subministrament i instal·lació d'una (1) Termodesinfectadora, vuit (8) butaques de pacient per tractament i una (1) taula rodona per l'HTRiC de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

Tipus: Subministrament

Procediment d'adjudicació: Simplificat Abreujat

1. Objecte i Justificació de la necessitat de contractació

L'objecte del contracte consisteix en el subministrament i instal·lació d'una termodesinfectadora de recipients destinats per a la recollida de fluids humans que, a causa de la seva obsolescència en l'última avaria no ha estat possible la seva reparació, i s'ha donat per irreparable en l' HTRiC. És essencial la seva substitució per a assegurar la seguretat dels pacients i dels professionals, ja que, la unitat afectada atenen pacients amb lesions medul·lars sense autonomia física i altament dependents.

També és necessària la compra de vuit (8) butaques de pacient per l'obsolescència de l'equipament existent i per tenir cura de la seguretat del pacient i del personal assistencial.

Caldria també una (1) taula rodona per poder proveir al personal del material necessari perquè es pugui dur a terme la seva activitat i els pacients puguin ser atesos de la millor manera possible.

Així doncs, per poder mantenir la correcta activitat assistencial i el confort de pacients i familiars, i la seguretat dels professionals, es fa del tot necessària l'adquisició de l'equipament que es detalla a continuació.

La naturalesa del contracte es correspon, per tant, amb la d'un contracte de subministrament, d'acord amb l'article 16 de la LCSP.

2. Divisió en lots

L'adjudicació de la present contractació s'estructura en tres (3) lots.

Hi haurà només un adjudicatari per lot.

Descripció del lot:

Lot	Unitats	Articles	Preu unitari sense IVA	IVA	Preu unitari amb IVA	Preu Total sense IVA	Preu total amb IVA
1	1	Termodesinfectadora de recipients destinats a la recollida de fluids humans.	7.500,00 €	21%	9.075,00 €	7.500,00 €	9.075,00 €
2	8	Butaca elèctrica 3 seccions per a tractament	2.631,00 €	21%	3.183,51 €	21.048,00 €	25.468,08 €

3	1	Taula rodona Ø 90-100 cm	361,00 €	21%	436,81 €	361,00 €	436,81 €
---	---	--------------------------	----------	-----	----------	----------	----------

TOTAL	28.909,00 €	34.979,89 €
--------------	--------------------	--------------------

4. Admissió de variants

No s'admeten variants en aquest concurs.

5. Procediment d'adjudicació

El procediment de licitació serà l'obert simplificat abreujat, d'acord amb el que disposa l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant LCSP) en relació amb l'article 131 de la LCSP, de tal forma que qualsevol empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. L'elecció d'aquest procediment ha estat fruit de la voluntat de l'òrgan de contractació de promoure al màxim la concurrència a la licitació tenint en compte la naturalesa de l'objecte del contracte.

6. Durada

El termini de lliurament serà d'un mes des de la comanda.

El termini d'execució del contracte serà fins al 31 de desembre de 2025.

7. Determinació del pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

L'elaboració del pressupost base de licitació s'ha realitzat d'acord amb els articles 100 i 102 de la LCSP, tenint cura de que el pressupost sigui adequat als preus del mercat, així com tenint en compte els costos directes i indirectes i altres despeses eventuais.

El pressupost base de licitació s'ha determinat en 28.909,00 euros IVA exclòs, i de 34.979,89 euros IVA inclòs i un valor estimat de contracte de 28.909,00 euros IVA exclòs.

8. Facturació

La facturació s'efectuarà amb un únic pagament.

9. Revisió de preus

No s'escau.

10. Responsable del contracte

La persona responsable del contracte serà la Sra. Isabel M^a Garlito Pérez, Adjunta a la Direcció d'Infermeria, Gestió d'Equipament i Productes Sanitaris.

11. Criteris de selecció del contractista

a. Criteri de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

D'acord amb l'article 159.6.b) de la LCSP s'eximeixen els licitadors de l'acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.

b. Condicions especials d'execució

Les condicions especials d'execució requerides a la licitació, el contingut de les quals estan desenvolupades a l'annex 7, són les següents:

1. Garantia de la prestació.
2. Condicions socials i el compliment del Pla d'igualtat
3. Condicions d'ètica en la contractació
4. Condicions en relació amb la protecció de dades de caràcter personal.

Les condicions especials d'execució anteriors responen a la necessitat de garantir al màxim el compliment del contracte i que s'executi d'acord amb els requeriments establerts en els plecs donat que el seu incompliment comporta greus problemes en la gestió assistencial sanitària repercutint directament en perjudici de la societat. Per aquest motiu, es qualifiquen d'obligacions essencials i/o especials aplicant-se, si existeix incompliment, les penalitats que s'inclouen en l'annex 8.

c. Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris d'adjudicació són els que es detallen a continuació i que es troben recollits a l'**annex 4 del plec de clàusules administratives particulars**. La configuració realitzada respon a la voluntat d'aconseguir la millor relació qualitat preu en l'adjudicació del contracte fent servir criteris qualitius i econòmics. Tots ells estan vinculats a l'objecte del contracte i respecten, en tot moment, els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.

Els criteris d'adjudicació pels tres (3) lots estan definit de manera individual. Es descriuen i defineixen les característiques bàsiques d'obligat compliment en tres (3) lots. Les ofertes presentades que no s'ajustin als requisits mínims indicats a les descripcions del lot quedaran excloses de la licitació.

Tant la definició de les ofertes desproporcionades com els criteris d'adjudicació objectius tenen la finalitat d'afavorir l'adjudicació a les ofertes amb la millor relació qualitat-preu garantint en tot cas la igualtat de tracte.

Els criteris definits estan vinculats de manera objectiva a la prestació principal i a l'específica de cada lot.

La valoració de la resposta amb presència física en cas d'avaria pretén assegurar la correcta assistència del pacient dependent, ja que, si es triga molt a reparar, no tenim equipament per desinfectar els recipients de recollida de fluids humans. En aquest cas, caldrà que el proveïdor doni per escrit el seu compromís de presentació a l'Hospital abans de 24 h per a la reparació de l'equipament.

La valoració de l'entrega de l'equipament en el menor temps possible pretén equipar la unitat de l'equipament irreparable al més aviat possible, ja que actualment no tenim al servei.

Valoració de la presentació d'un certificat d'eliminació d'espores de *Clostridium difficile* es justifica perquè:

El *Clostridium difficile* és un bacteri grampositiva, anaeròbia i formadora d'espores. Aquestes espores tenen parets cel·lulars gruixudes que els permeten sobreviure en condicions ambientals extremes, com ara altes temperatures, humitat elevada i l'ús de certs desinfectants.

A més, poden romandre viables durant llargs períodes de temps en superfícies i materials hospitalaris.

Les espores són una estratègia de defensa natural del bacteri per garantir la seva persistència en l'entorn, la qual cosa les fa especialment difícils d'eliminar.

Aquest bacteri és responsable d'aproximadament un 15-25% de les infeccions nosocomials en hospitals, el que suposa un risc significatiu per a la salut dels pacients ingressats.

La seva presència en entorns sanitaris és especialment preocupant perquè:

Pot provocar infeccions intestinals greus, sobretot en pacients amb el sistema immunitari debilitat.

Té una alta capacitat de transmissió en àmbits hospitalaris, sobretot per contacte amb superfícies contaminades.

Representa un risc directe també per a la seguretat dels professionals sanitaris, que poden convertir-se en vectors de transmissió si no s'apliquen correctament les mesures d'esterilització i neteja.

Per tot això, la presentació d'un certificat d'eliminació d'espores de *Clostridium difficile* és essencial per garantir la seguretat dels pacients i dels professionals sanitaris, així com per prevenir brots infecciosos dins de l'hospital.

La Valoració d'un nivell de soroll inferior a 60dB, ve determinada per garantir un entorn hospitalari adequat i segur, es proposa que es valori un nivell de soroll inferior a 60 dB. Aquest límit és essencial per afavorir la recuperació dels pacients, reduir l'estrès dels professionals sanitaris i assegurar una comunicació efectiva durant les tasques mèdiques. Complir aquest criteri contribueix a millorar la qualitat i seguretat assistencial, en línia amb els estàndards sanitaris internacionals.

La valoració del període de garantia pretén assegurar una millora en el producte, en el servei postvenda i en el manteniment, ja que permet solucionar les incidències que es produeixin als articles per un període superior als dos anys establerts, és a dir, l'article podria quedar cobert en el seu període de vida útil al centre, per a un temps superior a l'inicialment requerit. Per valorar aquest criteri el licitador ha de presentar una Declaració de compromís d'Ampliació de la garantia, detallant per a cada lot el nombre d'anys addicionals de garantia oferts, a més dels dos inicials sol·licitats.

La valoració de l'equipament de cortesia pretén assegurar que en cas de que no es pugui reparar la incidència es pugui continuar donant una correcta assistència al pacient amb seguretat.

La valoració de la possessió normes ISO corresponents amb la finalitat de garantir que les entitats declarants disposen realment dels requisits establerts i no només d'una afirmació sense suport documental. Aquesta exigència assegura la igualtat entre participants i l'efectivitat en la aplicació de les normes.

Per determinar les ofertes anormalment baixes (OAB), s'aplicarà l'Annex 6 del PCAP.

En cas d'ofertes considerades anormalment baixes l'òrgan de contractació sol·licitarà a l'empresa licitadora un informe justificatiu de l'oferta econòmica presentada per a la seva valoració. En cas que la informació rebuda no expliqui satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats, l'empresa licitadora quedarà automàticament exclosa del procés de licitació.

Tots els càlculs es faran amb imports sense IVA.

Els criteris s'han establert d'acord amb el següent:

Criteri econòmic – 60 punts (SOBRE ÚNIC)

Les ofertes que excedeixin el preu de licitació per lot també quedaran excloses, encara que tècnicament puguin ser correctes.

Es preveu un únic adjudicatari per cada lot.

Els preus dels articles detallats a l'informe de necessitats són de referència i el preu màxim de licitació és el total fixat per a cada article, així per tal de calcular la valoració econòmica de les ofertes rebudes es tindrà en compte el preu ofert per cada lot, amb el benentès que ha d'incloure totes les unitats previstes sol·licitades i tots els articles dels lots.

La puntuació econòmica màxima serà de **60 punts** per cadascú dels lots i els rebrà la millor oferta econòmica sempre que compleixi amb els requisits mínims indicats en el Plec de condicions tècniques.

Les ofertes restants obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

Sent:

P: Punts criteri econòmic

IL: Import de licitació

Ov: Import de l'oferta econòmica a valorar

Om: Import de la millor oferta presentada

Pv: Punts atorgats a l'oferta

Per determinar les ofertes anormalment baixes (OAB), s'aplicarà l'Annex 6 del PCAP.

En cas d'ofertes considerades anormalment baixes l'òrgan de contractació sol·licitarà a l'empresa licitadora un informe justificatiu de l'oferta econòmica presentada per a la seva valoració. En cas que la informació rebuda no expliqui satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats, l'empresa licitadora quedarà automàticament exclosa del procés de licitació.

Tots els càlculs es faran amb imports sense IVA.

Criteris de qualitat (automàtics- no preu) – 40 punts (SOBRE ÚNIC)

La puntuació màxima de la valoració automàtica serà de 40 punts per cada lot.

LOT 1	CRITERIS VALORACIÓ	VALORS	PUNTUACIÓ
-------	--------------------	--------	-----------

	Període de garantia	PG Licitat -2 Núm. Punts. = -----x 15 PMG- 2Nº	15
	Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda	De 1 al 15 dies: 5 punts De 16 a 29 dies: 2,5 punts 30 dies: 0 punts	5
	Certificat d'eliminació d'espores Clostridium.	Si compleix: 10 punts No compleix: 0 punts	10
	Resposta amb presència física en cas d'avaría en menys de 24 h. Adjuntar certificació.	Si compleix: 5 punts No compleix: 0 punts	5
	Es valorarà un nivell de soroll inferior a 60DB.	Si compleix: 5 punts No compleix: 0 punts	5
TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS VALORACIÓ LOT 1			40

LOT 2	CRITERIS VALORACIÓ	VALORS	PUNTUACIÓ
	Període de garantia	PG Licitat -2 Núm. Punts. = -----x 15 PMG- 2Nº	15
	Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda	En 20 dies: 2 punts De 21 a 25 dies: 1 punts De 26 a 29 dies: 0,5 punts 30 dies: 0 punts	2
	Criteri mediambiental. Es valorarà exclusivament la presentació de certificacions mediambientals oficials. Processos de fabricació amb baix impacte ambiental o emissió reduïda de CO2. ISO 14001 o equivalent: Sistema de gestió ambiental. Documentació requerida	Producte amb una certificació oficial: 10 punts Sense certificació ni compliment dels criteris: 0 punts	10
	Criteri de qualitat. Es valorarà exclusivament la presentació de certificacions mediambientals oficials. Valoració del compliment de les normes ISO 9001:2015 i 13485:2016 o	Presentació dels dos (2) certificats: 5 punts Presentació d'un (1) certificat: 2 punts Cap certificat presentat: 0 punts	5

	equivalents en relació amb el control documental, la traçabilitat, el control de canvis i la millora contínua. Documentació requerida.		
	Criteri de seguretat. Es valorarà exclusivament la presentació de certificacions mediambientals oficials. Es valorarà el compliment de la norma ISO 22196:2011 o equivalent referent a la mesura de l'activitat antibacteriana en superfícies de plàstic i altres materials no porosos. Documentació requerida.	Producte amb una certificació oficial: 3 punts Sense certificació ni compliment dels criteris: 0 punts	3
	Resposta amb presència física en cas d'avaría en menys de 24 h. Aportar certificació de compromís.	Si compleix: 2,5 punts No compleix: 0 punts	2,5
	Butaca de cortesia si la reparació excedeix de 48 h. Aportar certificació de compromís	Si compleix: 2,5 punts No compleix: 0 punts	2,5
		TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS VALORACIÓ LOT 2	40
LOT 3	CRITERIS VALORACIÓ	VALORS	PUNTUACIÓ
	Període de garantia	PG Licitat -2 Núm. Punts. = -----x 20 PMG- 2Nº	20
	Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda.	En 20 dies: 20 punts De 21 a 25 dies: 10 punts De 26 a 29 dies: 5 punts 30 dies: 0 punts	20
		TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS VALORACIÓ LOT 3	40

12. Constitució de la Garantia Definitiva

D'acord amb l'article 159.6, f) de la LCSP, no es requereix la constitució d'una garantia definitiva.

13. Lluita contra la corrupció i prevenció de conflictes d'interessos.

En aquest expedient es compleixen els requisits legals per a la lluita contra la corrupció i prevenció de conflictes d'interessos, d'acord amb el que disposa l'article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en el Pla de mesures antifrau i anticorrupció en l'execució d'actuacions finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat de Catalunya aprovat per Acord de Govern GOV/19/2022 en data 1 de febrer. De tal manera, totes les persones que participen en l'expedient de contractació han estat informades i són conscients de l'obligació d'informar a l'òrgan de contractació dels possibles conflictes d'interessos envers aquest procediment de licitació i que puguin influir en el resultat final de la licitació de manera directa o indirecta.

Per tot l'anterior,

Albert Salazar i Soler
Gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron