

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE D'UNA (1) TERMODESINFECTADORA, DE VUIT (8) BUTAQUES DE PACIENT PER TRACTAMENT I UNA (1) TAULA RODONA PER L'HTRIc DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON.

Els criteris d'adjudicació són els que es detallen a continuació i que es troben recollits a l'annex 4 del plec de clàusules administratives particulars. La configuració realitzada respon a la voluntat d'aconseguir la millor relació qualitat preu en l'adjudicació del contracte fent servir criteris qualitius i econòmics. Tots ells estan vinculats a l'objecte del contracte i respecten, en tot moment, els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.

Els criteris d'adjudicació per als tres (3) lots estan definits de manera individual. Es descriuen i defineixen les característiques bàsiques d'obligat compliment per als tres (3) lots. Les ofertes presentades que no s'ajustin als requisits mínims indicats a les descripcions del lot quedaran excloses de la licitació.

Tant la definició de les ofertes desproporcionades com els criteris d'adjudicació objectius tenen la finalitat d'afavorir l'adjudicació a les ofertes amb la millor relació qualitat-preu garantint en tot cas la igualtat de tracte.

Els criteris definits estan vinculats de manera objectiva a la prestació principal i a l'específica de cada lot.

La valoració de la resposta amb presència física en cas d'avaria pretén assegurar la correcta assistència del pacient dependent, ja que, si es triga molt a reparar, no tenim equipament per desinfectar els recipients de recollida de fluids humans. En aquest cas, caldrà que el proveïdor doni per escrit el seu compromís de presentació a l'Hospital abans de 24 h per a la reparació de l'equipament.

La valoració de l'entrega de l'equipament en el menor temps possible pretén equipar la unitat de l'equipament irreparable al més aviat possible, ja que actualment no tenim al servei.

Valoració de la presentació d'un certificat d'eliminació d'espores de *Clostridium difficile* es justifica perquè:

El *Clostridium difficile* és un bacteri grampositiva, anaeròbia i formadora d'espores.

Aquestes espores tenen parets cel·lulars gruixudes que els permeten sobreviure en condicions ambientals extremes, com ara altes temperatures, humitat elevada i l'ús de certs desinfectants. A més, poden romandre viables durant llargs períodes de temps en superfícies i materials hospitalaris.

Les espores són una estratègia de defensa natural del bacteri per garantir la seva persistència en l'entorn, la qual cosa les fa especialment difícils d'eliminar.

Aquest bacteri és responsable d'aproximadament un 15-25% de les infeccions nosocomials en hospitals, el que suposa un risc significatiu per a la salut dels pacients ingressats.

La seva presència en entorns sanitaris és especialment preocupant perquè:

Pot provocar infeccions intestinals greus, sobretot en pacients amb el sistema immunitari debilitat.

Té una alta capacitat de transmissió en àmbits hospitalaris, sobretot per contacte amb superfícies contaminades.

Representa un risc directe també per a la seguretat dels professionals sanitaris, que poden convertir-se en vectors de transmissió si no s'apliquen correctament les mesures d'esterilització i neteja.

Per tot això, la presentació d'un certificat d'eliminació d'espores de *Clostridium difficile* és essencial per garantir la seguretat dels pacients i dels professionals sanitaris, així com per prevenir brots infecciosos dins de l'hospital.

La valoració d'un nivell de soroll inferior a 60DB, ve determinada per garantir un entorn hospitalari adequat i segur, es proposa que es valori un nivell de soroll inferior a 60 dB. Aquest límit és essencial per afavorir la recuperació dels pacients, reduir l'estrès dels professionals sanitaris i assegurar una comunicació efectiva durant les tasques mèdiques. Complir aquest criteri contribueix a millorar la qualitat i seguretat assistencial, en línia amb els estàndards sanitaris internacionals.

La valoració del període de garantia pretén assegurar una millora en el producte, en el servei postvenda i en el manteniment, ja que permet solucionar les incidències que es produeixin als articles per un període superior als dos anys establerts, és a dir, l'article podria quedar cobert en el seu període de vida útil al centre, per a un temps superior a l'inicialment requerit. Per valorar aquest criteri el licitador ha de presentar una Declaració de compromís d'Ampliació de la garantia, detallant per a cada lot el nombre d'anys addicionals de garantia oferts, a més dels dos inicials sol·licitats.

La valoració de l'equipament de cortesia pretén assegurar que en cas de que no es pugui reparar la incidència es pugui continuar donant una correcta assistència al pacient amb seguretat.

La valoració de la possessió normes ISO corresponents amb la finalitat de garantir que les entitats declarants disposen realment dels requisits establerts i no només d'una afirmació sense suport documental. Aquesta exigència assegura la igualtat entre participants i l'efectivitat en la aplicació de les normes.

Per determinar les ofertes anormalment baixes (OAB), s'aplicarà l'Annex 6 del PCAP.

En cas d'ofertes considerades anormalment baixes l'òrgan de contractació sol·licitarà a l'empresa licitadora un informe justificatiu de l'oferta econòmica presentada per a la seva valoració. En cas que la informació rebuda no expliqui satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats, l'empresa licitadora quedarà automàticament exclosa del procés de licitació.

Tots els càlculs es faran amb imports sense IVA.

Els criteris s'han establert d'acord amb el següent:

Criteri econòmic – 60 punts (SOBRE ÚNIC)

Les ofertes que excedeixin el preu de licitació per lot també quedaran excloses, encara que tècnicament puguin ser correctes.

Es preveu un únic adjudicatari per tots els lots.

Els preus del article detallats a l'informe de necessitats són de referència i el preu màxim de licitació és el total fixat per a cada article, així per tal de calcular la valoració econòmica de les ofertes rebudes es tindrà en compte el preu ofert per cada lot, amb el benentès que ha d'incloure totes les unitats previstes sol·licitades i tots els articles dels lots.

La puntuació econòmica màxima serà de **60 punts** per cadascú dels lots i els rebrà la millor oferta econòmica sempre que compleixi amb els requisits mínims indicats en el Plec de condicions tècniques.

Les ofertes restants obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \right] \times P$$

Sent:

P: Punts criteri econòmic

IL: Import de licitació

Ov: Import de l'oferta econòmica a valorar

O_m: Import de la millor oferta presentada

P_v: Punts atorgats a l'oferta

Criteris de qualitat (automàtics- no preu) – 40 punts (SOBRE ÚNIC)

La puntuació màxima de la valoració automàtica serà de 40 punts per cada lot.

LOT 1	CRITERIS VALORACIÓ	VALORS	PUNTUACIÓ
	Període de garantia	$\text{Núm. Punts.} = \frac{\text{PG Licitat} - 2}{\text{PMG} - 2\text{N}^{\circ}} \times 15$	15
	Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda	De 1 al 15 dies: 5 punts De 16 a 29 dies: 2,5 punts 30 dies: 0 punts	5
	Certificat d'eliminació d'espores Clostridium.	Si compleix: 10 punts No compleix: 0 punts	10
	Resposta amb presència física en cas d'avaría en menys de 24 h. Adjuntar certificació.	Si compleix: 5 punts No compleix: 0 punts	5
	Es valorarà un nivell de soroll inferior a 60DB.	Si compleix: 5 punts No compleix: 0 punts	5
		TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS VALORACIÓ LOT 1	40

LOT 2	CRITERIS VALORACIÓ	VALORS	PUNTUACIÓ
	Període de garantia	$\text{Núm. Punts.} = \frac{\text{PG Licitat} - 2}{\text{PMG} - 2\text{N}^{\circ}} \times 15$	15
	Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda	En 20 dies: 2 punts De 21 a 25 dies: 1 punts De 26 a 29 dies: 0,5 punts 30 dies: 0 punts	2
	Criteri mediambiental. Es valorarà exclusivament la presentació de certificacions mediambientals oficials. Processos de fabricació amb baix impacte	Producte amb una certificació oficial: 10 punts Sense certificació ni compliment dels criteris: 0 punts	10

	ambiental o emissió reduïda de CO ₂ . ISO 14001 o equivalent: Sistema de gestió ambiental. Documentació requerida		
	<p>Criteri de qualitat. Es valorarà exclusivament la presentació de certificacions mediambientals oficials. Valoració del compliment de les normes ISO 9001:2015 i 13485:2016 o equivalents en relació amb el control documental, la traçabilitat, el control de canvis i la millora contínua. Documentació requerida.</p>	<p>Presentació dels dos (2) certificats: 5 punts</p> <p>Presentació d'un (1) certificat: 2 punts</p> <p>Cap certificat presentat: 0 punts</p>	5
	<p>Criteri de seguretat. Es valorarà exclusivament la presentació de certificacions mediambientals oficials. Es valorarà el compliment de la norma ISO 22196:2011 o equivalent referent a la mesura de l'activitat antibacteriana en superfícies de plàstic i altres materials no porosos. Documentació requerida.</p>	<p>Producte amb una certificació oficial: 3 punts</p> <p>Sense certificació ni compliment dels criteris: 0 punts</p>	3
	Resposta amb presència física en cas d'avaria en menys de 24 h. Aportar certificació de compromís.	<p>Si compleix: 2,5 punts</p> <p>No compleix: 0 punts</p>	2,5
	Butaca de cortesia si la reparació excedeix de 48 h. Aportar certificació de compromís	<p>Si compleix: 2,5 punts</p> <p>No compleix: 0 punts</p>	2,5
	TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS VALORACIÓ LOT 2		40

LOT 3	CRITERIS VALORACIÓ	VALORS	PUNTUACIÓ
	Període de garantia	$\text{Núm. Punts.} = \frac{\text{PG Licitat} - 2}{\text{PMG} - 2\text{N}^{\circ}} \times 20$	20
	Entregar en un termini d'entre 20 a 29 dies com a màxim des de la realització de la comanda.	En 20 dies: 20 punts De 21 a 25 dies: 10 punts De 26 a 29 dies: 5 punts 30 dies: 0 punts	20
		TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS VALORACIÓ LOT 3	40

Sra. Àngels Barba Flores
 Directora d'infermeria
 Hospital Universitari Vall d'Hebron