

## EXP. 09/2025 - INFORME TÈCNIC

**TÍTOL:** Subministrament, instal·lació i formació d'una ultracentrífuga d'alta velocitat amb rotor

**TIPUS DE CONTRACTE:** Subministrament

**TRAMITACIÓ:** Ordinària

**PROCEDIMENT:** Obert simplificat

**CPV:** 38000000-5 Equips de laboratori, òptics i de precisió (excepte ulleres)

**NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONIZADA**

### 1. ANTECEDENTS

- I. A data 08/10/2025 es va publicar a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, l'anunci de licitació de l'expedient 09/2025 per a la contractació del subministrament, instal·lació i formació d'una (1) ultracentrífuga d'alta velocitat amb rotor per al nou laboratori de recerca en leucèmia infantil al campus mixt de la Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras (en endavant **IJC**) i de Sant Joan de Déu (en endavant **SJD**). El termini inicial per a la presentació d'ofertes estava fixat fins al 24 d'octubre de 2025 a les 9:59:59 hores.
- II. Posteriorment, els dies 09/10/2025 i 20/10/2025 van ser publicades unes esmenes de l'anunci de licitació amb la finalitat de corregir les errades materials detectades en el redactat del Plec de Prescripcions Tècniques. Aquestes modificacions van comportar l'ampliació del termini de presentació d'ofertes fins al **31 d'octubre de 2025 a les 9:59:59 hores**.
- III. Un cop revisat el contingut del Sobre Únic de les empreses licitadores presentades al present procediment de licitació, així com la documentació requerida en els Plecs de Clàusules Administratives Particulars (en endavant **PCAP**) i en els Plecs de Prescripcions Tècniques (en endavant **PPT**), i a requeriment de la Mesa de Contractació, es procedeix a l'elaboració del present informe de valoració. L'objectiu és revisar i confirmar el compliment dels requeriments mínims establerts en el **PPT**.

## 2. EMPRESAS LICITADORES

Les empreses que han presentat oferta al present procediment de licitació son les següents:

### Empresa

**FISHER SCIENTIFICS S.L.**

**IZASA SCIENTIFIC, S.L.**

**EPPENDORF IBERICA, S.L.U.**

## 3. VALORACIÓ DE LES EMPRESES

D'acord amb la clàusula 11.11.ii del **PCAP**, en el **Sobre Únic** requerit per a la presentació de la proposta per part del licitador convidat, es va establir que calia incloure una "**Memòria tècnica**". Aquesta havia de contenir tota la informació i documentació tècnica exigida en el **PPT**.

Aquesta **memòria tècnica** no serà puntuable, tal i com es detalla a la clàusula del **PCAP** indicada anteriorment, però en cas de detectar-se algun incompliment de les característiques tècniques mínimes exigides, això constituirà causa d'exclusió del procediment de licitació. La revisió d'aquest document té com a finalitat verificar i validar que les ofertes compleixen amb els requeriments tècnics mínims establerts en el **PPT**.

Un cop realitzada la revisió de tota la documentació tècnica presentada per les tres (3) empreses licitadores admeses al procediment, cal indicar el següent:

- a) La proposta tècnica presentada per part d' **EPPENDORF IBERICA, S.L.U.** inclou quatre (4) documents amb els següent noms:
  - i. Centrifugation\_Operating-manual\_Ultracentrifuge-CP-NX-EU-India-USA-only (1)
  - ii. FitxatecnicaEppendorfCP80NX
  - iii. Manual\_RotorP32ST
  - iv. MemoriaTecnicaCP80nx (002)

El segon d'aquests documents (*FitxatecnicaEppendorfCP80NX*), en la seva pàgina 1 indica el següent:

*"Ultracentrífuga versàtil amb la possibilitat d' equipar-se amb 28 rotors diferents d'angle fix, basculants, zonals (s' inclou annex I amb rotors disponibles per a aquest model). Per a tubs amb un volum de 0,23 ml fins a ampolles de 230 ml"*

Cal tenir en compte que a l'apartat 3.2 del PPT es detallen els requeriments mínims de la ultracentrífuga corresponent a la compatibilitat amb rotors. Concretament s'indica:

***“Compatible amb rotors adequats per a tubs des de 0,2 mil·lilitres (ml) fins a 250 ml.”***

Així, cal considerar que aquest requeriment inclòs en la proposta tècnica de l'empresa licitadora indicada, **és un incompliment del requeriment mínim exigít**, i per tant, ha de proposar-se la seva **exclusió** del procediment de licitació en tràmit.

- b) Respecte les propostes tècniques de les empreses licitadores **FISHER SCIENTIFICS S.L.**, i **IZASA SCIENTIFIC, S.L.**, ambdues compleixen els requeriments tècnics mínims establerts en aquest procediment de licitació. En conseqüència, es proposa **l'acceptació i la validesa** de les propostes tècniques presentades.

## 4. CONCLUSIÓ

La proposta tècnica presentada per l'empresa licitadora **Eppendorf Ibérica, S.L.U.** inclou un requeriment tècnic que **no compleix amb el mínim establert al PPT**. Per aquest motiu, es proposa **la seva exclusió del procediment de licitació**.

Respecte a les propostes tècniques presentades per les empreses licitadores **Fisher Scientifics, S.L.** i **Izasa Scientific, S.L.**, aquestes es poden considerar **vàlides i acceptades**, ja que **compleixen** les necessitats tècniques establertes en els Plecs que regeixen la licitació.

En conseqüència, es proposa **continuar amb el procés de valoració** per a aquests licitadors, procedint a l'anàlisi del contingut de les seves ofertes econòmiques i de les referències valorables mitjançant les fórmules automàtiques incloses en el **Sobre Únic**, amb l'objectiu d'assignar, si escau, la puntuació corresponent d'acord amb els criteris d'adjudicació definits en el **PCAP**.

I per deixar-ne constància, signo el present informe de valoració a Badalona, a 6 de novembre de 2025

Pablo Menéndez  
**Coordinador científic Campus IJC-SJD**

