

Direcció de Serveis Generals

Unitat d'Enginyeria Biomèdica

Assumpte Proposta d'exclusió de l'empresa CEDYT Sistemas Diagnósticos - Expedient 11/2025

En el plec de prescripcions tècniques de l'expedient 11/2025 per al "Contracte relatiu al subministrament, instal·lació i posada en marxa d'un equip de litotrícia extracorpòria per al Hospital Universitari Germans Trias i Pujol", es fixava com a característica de compliment obligat el següent requisit:

Punt 11. Arc de RX integrat amb el generador d'ones de xoc electromagnètiques.

Durant el període de presentació d'ofertes, a la plataforma de contractacions es va formular una consulta demanant si seria admissible una configuració amb un arc en C portàtil independent, acoblat al mòdul d'ones de xoc. Textualment, la pregunta va ser: "Rogamos nos confirmen si se aceptan configuraciones que incluyan un arco en C portátil independiente acoplado al módulo de ondas de choque."

La resposta publicada a la mateixa plataforma va ser la següent: "Un arco en C portátil acoplado al módulo de ondas de choque NO será válido. El criterio no deja lugar a duda, el arco de RX y el generador de ondas de choque deben estar totalmente integrados y formar un único componente."

Aquesta resposta té caràcter vinculant i forma part de la documentació del procediment, concretant el significat del concepte d'integració exigint al punt 11 del plec de requeriments tècnic.

Un cop realitzat l'anàlisi de la proposta de CEDYT Sistemas Diagnósticos, en la seva memòria tècnica, es descriu el sistema amb la següent formulació: "Integración mecánica rígida: el generador de ondas se acopla mecánicamente al arco en C mediante un sistema de anclaje/docking que, una vez fijado, conforma un conjunto cinemático único (sin holguras apreciables) para fluoroscopia y terapia."

D'acord amb aquesta descripció, l'equip proposat per CEDYT Sistemas Diagnósticos no disposa d'un arc de RX integrat estructuralment amb el generador d'ones de xoc, sinó que el sistema es compon de dos mòduls independents (arc en C i generador), els quals es connecten mitjançant un mecanisme d'acoblament. La configuració proposada no compleix amb el criteri establert, doncs amb el criteri i amb la resposta a la plataforma durant el període de presentació d'ofertes, es va evidenciar la voluntat d'un equip integrat de forma intrínseca i no modular o acoblable mecànicament.

Atès que l'equip ofert per CEDYT Sistemas Diagnósticos no compleix un requisit de caràcter obligatori (punt 11 dels criteris tècnics), es proposa l'exclusió de l'empresa CEDYT Sistemas Diagnósticos de l'expedient 11/2025.

Nil Baqués Garcia
Unitat d'Enginyeria Biomèdica
Serveis generals