

Expedient: 0504/25

Entitat: EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Tipus: subministrament

Procediment: obert

Tràmit: ordinari

Objecte: Contractació del subministrament de vint llits clínics elèctrics per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Assistents

President: Xavier Bru Budesca, Director de Gestió i Serveis de Suport de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.

Representants de l'Assessoria jurídica de l'EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp: Anna Trujillo Cañellas, Cap de l'Assessoria Jurídica i del Servei de Contractació i Licitacions de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp, delega en Sonia Rivas Rubio, tècnica jurídica del Servei de Contractació i Licitacions de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.

Representant de l'òrgan de control intern: Júlia Sesnilo Martínez, Adjunta a la Direcció de Gestió i Serveis de Suport de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.

Secretària de la Mesa de contractació, amb veu però sense vot: Alba Solé Constantí, Tècnica de Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp.

S'excusa

Vocal: Ana Yoshihara Estevez, Coordinadora d'Electromedicina de Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp.

Identificació de la sessió

Data: 28 d'octubre de 2025

Hora: 09:30 h

Lloc: Sala 1

Desenvolupament de la sessió

El president obre la sessió i un cop constituïda la mesa, autoritza la secretària al següent:

I. ACTE INTERN: ANÀLISI ACTUACIONS SERVEI DE CONTRACTACIÓ I LICITACIONS DE SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

Segons l'encàrrec realitzat per la Mesa de Contractació en data 27 de juny de 2025, des del Servei de Contractació i Licitacions de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp, en data 2 de juliol de 2025, s'envien els següents requeriments d'esmena i/o aclariment de la documentació del Sobre A a les següents empreses, a través del sistema e-NOTUM i l'eina sobre digital, tal com es fa constar a l'expedient:

1. LINET IBERIA, S.L. (B85235430)

Es sol·licita que presenti el Document Europeu Únic de Contractació declarant, a la pàgina 13 del document, si l'operador econòmic es troba en alguna de les situacions següents: a) en fallida; b) Sotmès a un procediment d'insolvència o liquidació; c) Ha subscrit un conveni amb els seus creditors; d) En qualsevol situació anàloga resultant d'un procediment de la mateixa naturalesa vigent en les disposicions legals i reglamentaries nacionals; e) Els seus actius estan essent administrats per un liquidador o un tribunal, i f) Les seves activitats empresarials han estat suspeses.

L'empresa LINET IBERIA, S.L. en data 2 de juliol de 2025, mitjançant l'eina de sobre digital i amb registre d'assentament 9020/30729/2025, aporta la documentació requerida, que s'analitza i es considera correcta.

2. HILLROM IBERIA, S.L.U. (B62552732)

Atesa la incongruència detectada entre el DEUC i l'Annex de Declaració Responsable, es sol·licita a l'empresa que aclareixi i esmeni els documents presentats, indicant si es tracta d'una petita, micro, mitjana empresa o gran empresa.

L'empresa HILLROM IBERIA, S.L.U. en data 2 de juliol de 2025, mitjançant l'eina de sobre digital i amb registre d'assentament 9020/30842/2024, aporta la documentació requerida, que s'analitza i es considera correcta. L'empresa és una MITJANA EMPRESA.

3. ARJO IBERIA, S.L.U. (B67064618)

Es sol·licita que presenti l'Annex de Declaració responsable detallant el motiu pel qual no disposa d'un pla d'igualtat ni integra la plantilla de l'empresa amb, com a mínim, un 2% de persones treballadores amb discapacitat.

L'empresa ARJO IBERIA, S.L.U. en data 2 de juliol de 2025, mitjançant l'eina de sobre digital i amb registre d'assentament 9020/30810/2025, aporta la documentació requerida, que s'analitza i es considera correcta.

6. MEDICAL IBÉRICA, S.A. (A78025293)

Es sol·licita que presenti l'Annex de Declaració responsable detallant el motiu pel qual no disposa d'un pla d'igualtat ni integra la plantilla de l'empresa amb, com a mínim, un 2% de persones treballadores amb discapacitat.

L'empresa MEDICAL IBÉRICA, S.A. en data 2 de juliol de 2025, mitjançant l'eina de sobre digital i amb registre d'assentament 9020/30865/2025, aporta la documentació requerida, que s'analitza i es considera correcta.

II. ACTE INTERN: APROVACIÓ DE L'INFORME DEL SOBRE B

En acte intern es procedeix a tractar, en primer lloc, l'informe dels criteris d'apreciació tècnica de l'expedient 0504/25, elaborat pels vocals tècnics no membres de la mesa de contractació, Clara Maria Gómez Barranquero, Cap del Servei de Manteniment de Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp i David Crivellé Simó, Coordinador Portalliteres de l'Àrea d'Infermeria de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp. S'annexa a la present acta l'informe esmentat (document núm. 1).

Els membres de la mesa estudien l'informe tècnic i, a continuació, manifesten la seva conformitat amb totes les consideracions que s'hi assenyalen, als efectes de motivar la puntuació final que s'hi fa constar, que és la següent:

EMPRESA LICITADORA	PUNTUACIÓ TOTAL ATORGADA
LINET IBERIA	29,5
HILLROM IBERIA	24,5
ARJO IBERIA	17
KALDEVI INGENIERIA GERIÁTRICA	20
INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO	20,5
MEDICAL IBERICA	22,5

De conformitat amb l'anterior, la Mesa de Contractació acorda per unanimitat aprovar l'informe de valoració tècnica.

III. ACTE PÚBLIC: OBERTURA DEL SOBRE C DE L'EXPEDIENT 0504/25

S'inicia la sessió pública a través de l'enllaç que ha estat publicat al perfil de contractant de l'entitat per procedir a l'obertura del sobre C de l'expedient de contractació 0504/25.

Es fa l'acte formal de notificació dels acords adoptats per la Mesa en la sessió celebrada anteriorment, fent lectura de les puntuacions atorgades en el sobre B. Exposats els anteriors antecedents, es fa obertura del sobre C, que conté l'oferta econòmica de les empreses licitadores que han presentat oferta en aquest lot.

Es dona per acabat l'acte públic i la mesa de contractació continua en acte intern amb l'avaluació de les ofertes.

IV. AVALUACIÓ I DETERMINACIÓ DE L'OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA DE L'EXPEDIENT 0504/25

Es procedeix a valorar l'oferta de l'expedient 0504/25, amb els criteris objectius previstos a la clàusula H del Quadre de Característiques, que disposen el següent:

- **CRITERIS OBJECTIUS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (màxim 70 punts)**

1.1. Oferta econòmica (fins a 65 punts)

En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofert per cada empresa licitadora. S'entendran inclosos en aquest preu, si s'escau, els accessoris, formació, treballs d'instal·lació, etc. (llevat l'IVA) Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v	= Puntuació de l'oferta a Valorar
P	= Punts criteri econòmic
O_m	= Oferta Millor
O_v	= Oferta a Valorar
IL	= Import de Licitació
VP	= Valor de ponderació

En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofert per cada empresa licitadora. On:

- Oferta: suma del preu ofert per al subministrament de vint unitats de llits clínics elèctrics.

S'exposa que el valor de ponderació (VP) és 1, d'acord amb el punt sisè de la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

A continuació, s'aplica el criteri anteriorment descrit a les ofertes presentades per les dues empreses licitadores:

Oferta presentada per LINET IBERIA, S.L.

El pressupost total del subministrament de vint llits clínics elèctrics per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que inclou la totalitat dels accessoris, formació, treballs d'instal·lació, i garantia que són descrits en el plec de prescripcions tècniques, és de **49.520,00€ (IVA exclòs) / 59.919,20 (IVA inclòs).**

Preu unitari de cada llit: **2.476,00€ (IVA exclòs) / 2.995,96€ (IVA inclòs).**

Puntuació obtinguda en el present criteri: 48,20 PUNTS.

Oferta presentada per HILLROM IBERIA S.L.U:

El pressupost total del subministrament de vint llits clínics elèctrics per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que inclou la totalitat dels accessoris, formació, treballs d'instal·lació, i garantia que són descrits en el plec de prescripcions tècniques, és de 41.982,60 € (IVA exclòs) / 50.798,95 € (IVA inclòs).

- Preu unitari de cada llit: 2.099,13 € (IVA exclòs) / 2.539,95 € (IVA inclòs).

Puntuació obtinguda en el present criteri: 58 PUNTS.

Oferta presentada per Arjo Iberia, S.L.U.:

El pressupost total del subministrament de vint llits clínics elèctrics per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que inclou la totalitat dels accessoris, formació, treballs d'instal·lació, i garantia que són descrits en el plec de prescripcions tècniques, és de **45.960,00€** (IVA exclòs) / **55.611,60€** (IVA inclòs).

- Preu unitari de cada llit: **2.298,00€** (IVA exclòs) / **2.780,58€** (IVA inclòs).

Puntuació obtinguda en el present criteri: 52,83 PUNTS.

Oferta presentada per KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA SL:

El pressupost total del subministrament de vint llits clínics elèctrics per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que inclou la totalitat dels accessoris, formació, treballs d'instal·lació, i garantia que són descrits en el plec de prescripcions tècniques, és de 43.200,00 (IVA exclòs) / 52.272,00 (IVA inclòs).

- Preu unitari de cada llit: 2.160,00 (IVA exclòs) / 2.613,60 (IVA inclòs).

Puntuació obtinguda en el present criteri: 56,42 PUNTS.

Oferta presentada per INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO, S.L.:

El pressupost total del subministrament de vint llits clínics elèctrics per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que inclou la totalitat dels accessoris, formació, treballs d'instal·lació, i garantia que són descrits en el plec de prescripcions tècniques, és de **43.900,00 € (IVA exclòs) / 53.119,00 € (IVA inclòs)**.

- Preu unitari de cada llit: **2.195,00 € (IVA exclòs) / 2.655,95 € (IVA inclòs)**.

Puntuació obtinguda en el present criteri: 55,51 PUNTS.

Oferta presentada per MEDICAL IBERICA, S.L.

El pressupost total del subministrament de vint llits clínics elèctrics per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que inclou la totalitat dels accessoris, formació, treballs d'instal·lació, i garantia que són descrits en el plec de prescripcions tècniques, és de **36.600,00€ (IVA exclòs) / 44.286,00€ (IVA inclòs)**.

- Preu unitari de cada llit: **1.830,00€ (IVA exclòs) / 2.214,30€ (IVA inclòs)**.

Puntuació obtinguda en el present criteri: 65 PUNTS.

1.2. Termini de garantia addicional (fins a 5 punts)

Els licitadors han de reconèixer un termini de garantia mínim de 3 anys, tal com preveu el plec tècnic.

Es valorarà el termini de garantia total (expressats en nombre total de mesos de la garantia) quan siguin superiors al termini mínim de 3 anys (36 mesos) que indica el plec de prescripcions tècniques. Aquest termini de garantia addicional que ofereixin els licitadors ho serà en les mateixes condicions assenyalades en el plec de prescripcions tècniques pel termini de garantia de 3 anys mínims que es requereix.

En aquest criteri, **caldrà assenyalar els mesos addicionals que s'ofereixen respecte d'aquest mínim.** L'empresa que presenti un major període addicional de garantia rebrà la màxima puntuació. La resta de les ofertes rebran la puntuació corresponent mitjançant l'aplicació de la següent fórmula:

$\text{PUNTUACIÓ} = (\text{Període addicional de garantia ofert pel licitador} * \text{nº màxim de punts previst per al criteri}) / \text{període addicional més ampli ofert pels licitadors}$
--

- *Oferta presentada per LINET IBERIA, S.L.*

L'empresa ofereix **26** mesos addicionals de garantia, respecte del mínim requerit (36 mesos).

Puntuació obtinguda en el present criteri: 3,61 PUNTS.

- *Oferta presentada per HILLROM IBERIA S.L.U.:*

L'empresa ofereix **0** mesos addicionals de garantia, respecte del mínim requerit (36 mesos).

Puntuació obtinguda en el present criteri: 0 PUNTS.

- *Oferta presentada per Arjo Iberia, S.L.U.:*

L'empresa ofereix **24** mesos addicionals de garantia, respecte del mínim requerit (36 mesos).

Puntuació obtinguda en el present criteri: 3,33 PUNTS.

- *Oferta presentada per KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA SL:*

L'empresa ofereix 24 mesos addicionals de garantia, respecte del mínim requerit (36 mesos).

Puntuació obtinguda en el present criteri: 3,33 PUNTS.

- *Oferta presentada per INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO, S.L.:*

L'empresa ofereix **36** mesos addicionals de garantia, respecte del mínim requerit (36 mesos).

Puntuació obtinguda en el present criteri: 5 PUNTS.

- *Oferta presentada per MEDICAL IBERICA, S.L.*

L'empresa ofereix 12 mesos addicionals de garantia, respecte del mínim requerit (36 mesos).

Puntuació obtinguda en el present criteri: 1,67 PUNTS.

Vista l'oferta econòmic i un cop analitzada i ponderada d'acord amb els criteris determinats al Quadre de Característiques i avaluat el criteri objectiu referent a l'ampliació del període de garantia, s'ha arribat a la puntuació que consta en els apartats

anterior, amb les corresponents consideracions que consten en les actes de les sessions realitzades fins a la data i que es resumeixen a continuació:

Licitador	Puntuació criteris subjectius	Puntuació criteris objectius	Puntuació total
LINET IBERIA, S.L.	29,50	51,82	81,32
HILLROM IBERIA, S.L.U	24,5	58	82,50
ARJO IBERIA, S.L.U.	17	56,17	73,17
KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA, S.L.	20	59,75	79,75
INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO PARDO, S.L.	20,5	60,51	81,01
MEDICAL IBERICA, S.A.	22,5	66,67	89,17

Les característiques i avantatges determinants de la selecció de l'oferta classificada en primer lloc han estat que es tracta de la millor oferta amb relació qualitat-preu rebuda, una oferta econòmica que no supera els preus màxims de licitació establerts al plec de clàusules, i que compleix amb les necessitats del centre.

D'acord amb l'establert a l'article 149.2.b) LCSP, la clàusula 14.4 del PCAP i la clàusula I del Quadre de Característiques es comprova i constata que l'oferta millor puntuada no incorre en temeritat (veure document núm. 2 adjunt, amb el càlcul realitzat a tal efecte).

V. ANÀLISI DOCUMENTACIÓ PRÈVIA A L'ADJUDICACIÓ

D'acord amb l'anterior, s'examina la documentació aportada en el sobre A per l'empresa millor puntuada (MEDICAL IBERICA, S.A.) per tal de requerir-li la documentació prèvia a l'adjudicació que no consti com a lliurada. Concretament, s'analitza el Document Europeu Únic de Contractació i la declaració de responsable aportada per l'empresa on consta que aquesta està inscrita al ROLECE.

Es comprova si l'anterior empresa està inscrita al RELI i/o ROLECE. Es posa de manifest que l'empresa MEDICAL IBERICA, SA, consta inscrita al ROLECE.

De la consulta de l'anterior registre s'acredita:

- La capacitat d'obrar i de la personalitat jurídica de l'entitat.
- La representació i personalitat jurídica de la persona signant de l'oferta

D'acord amb l'exposat i amb la clàusula 15 del PCAP, es proposa fer arribar el següent requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació:

- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència econòmica i financera d'acord amb l'apartat G.1 a) 1 i 2 del quadre de característiques: aportació dels estats de comptes corresponents als tres darrers exercicis que tingui obligació d'haver presentat, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o registre oficial corresponent (si l'empresari està inscrit al Registre, en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d'estar inscrit).
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits de solvència professional i tècnica, d'acord amb l'apartat G.1 B) 1 del quadre de característiques (respecte la part de subministrament i la part de serveis). En aquest cas, solvència tècnica mínim a requerida 50.000,00 €.
- Còpia de l'alta en l'import sobre Activitats Econòmiques en l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte, complementat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l'impost i últim pagament de l'impost en l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte. En cas d'estar exempt de l'impost, presentar declaració responsable indicant la causa d'exempció.
- Certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
- Certificació positiva expedida per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d'acord amb el que s'estableix a la clàusula L del Quadre de Característiques i la clàusula setzena del PCAP. En aquest cas, l'import de la garantia definitiva ascendeix a 1.830,00 € (5% de l'import d'adjudicació).

De conformitat amb l'assenyalat a les clàusules 14.2 i 15 del PCAP, la clàusula J.2 del Quadre de Característiques, i els articles 150.1, 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la mesa de contractació acorda per unanimitat el següent:

Primer.- APROVAR la classificació per l'ordre assenyalat en aquesta acta.

Segon.- AUTORITZAR la secretària de la mesa de contractació a enviar el requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació, que consta en aquesta acta, a l'empresa licitadora que ha presentat la millor oferta en l'expedient de contractació 0504/25, perquè, dins el

termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació assenyalada.

Tercer.- ADVERTIR que, en cas de no ser complert adequadament el requeriment en el termini màxim assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, essent d'aplicació les conseqüències previstes al PCAP.

Quart.- Si s'acredita que la documentació prèvia a l'adjudicació, d'acord amb el requeriment realitzat és correcta, la Mesa de Contractació en aquest mateix acte acorda:

- I. Remetre a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació del contracte de l'expedient 0504/25, relatiu al subministrament de vint llits clínics elèctrics per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, a l'empresa **MEDICAL IBERICA, S.A.** amb CIF A-78025293, i quines condicions econòmiques són les següents, juntament amb les condicions tècniques que consten en l'oferta tècnica del sobre B:

El pressupost total del subministrament de vint llits clínics elèctrics per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que inclou la totalitat dels accessoris, formació, treballs d'instal·lació, i garantia que són descrits en el plec de prescripcions tècniques, és de **36.600,00€ (IVA exclòs)** / **44.286,00€ (IVA inclòs)**.

- Preu unitari de cada llit: **1.830,00€ (IVA exclòs)** / **2.214,30€ (IVA inclòs)**.

Un cop finalitzat l'acte, es dona lectura al contingut d'aquesta acta que s'ha transcrit, i s'aprova per unanimitat dels presents.

El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, la present acta

La secretària

Vist i plau del president

Expedient: 0504/25

Entitat: EDP Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Tipus: subministrament

Procediment: obert

Tràmit: ordinari

Objecte: Contractació del subministrament de vint llits clínics elèctrics per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE B – EXPEDIENT 0504/25

I. INTRODUCCIÓ

L'elaboració del present informe és conseqüència de l'encàrrec realitzat per la Mesa de Contractació en sessió de 27 de juny de 2025.

Els responsables designats per a l'elaboració d'aquest informe, d'acord amb la clàusula W del quadre de característiques, són:

- Clara Maria Gómez Barranquero. Cap del Servei de Manteniment de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.
- David Crivellé Simó. Coordinador Portalliteres Àrea d'Infermeria de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.

II. OFERTES QUE ES VALORARAN

Es fa lliurament al responsable de l'elaboració d'aquest informe de la documentació lliurada en el sobre B per part de les empreses següents:

- LINET IBERIA, S.L. - B85235430
- HILLROM IBERIA S.L.U - B62552732
- Arjo Iberia, S.L.U. - B67064618
- KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA SL - B96297403
- Industrias Hidraulicas Pardo, S.L. - B50057322
- MEDICAL IBÉRICA, S.A - A78025293

III. ANÀLISIS DELS REQUERIMENTS TÈCNICS

Un cop revisades les ofertes tècniques presentades i les demostracions realitzades durant les setmanes 21 de juliol i 28 de juliol, és constata que totes les ofertes donen compliment als requeriments tècnics mínims previstos al plec de prescripcions tècniques.

IV. ANÀLISI DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ**IV.I. VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICIS DE VALOR (30 punts)****1. Característiques tècniques i funcionals dels llits clínics elèctrics (fins a 25 punts)**

EMPRESA LICITADORA	MODEL DE LLIT OFERTAT
LINET IBERIA	ESSENZA 300
HILLROM IBERIA	HR 900 TM
ARJO IBERIA	ENTERPRISE 8000X
KALDEVI INGENIERIA GERIÁTRICA	SV2-7500
INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO	ADVANTCARE
MEDICAL IBERICA	GALAXY 3

A. Els materials de l'article, la estructura, les dimensions (mides, volums), gruix, densitat, pes, acabats superficials, peus, rodes, frens, punts de subjecció, engranatges, motors i altres elements d'articulació i mobilitat, que componen la seva estructura i milloren les funcionalitats (es tindrà en compte la maniobrabilitat, la ergonomia, la facilitat d'ús i mobilitat de l'equipament), la facilitat de neteja la resistència i robustesa de l'equipament → fins a 15 punts.

○ **LINET IBERIA, S.L.**

Revisada la documentació i duta a terme la demostració tècnica del llit de de LINET IBERIA, S.L. s'observa que tant l'estructura com la facilitat de neteja dels elements del llit són correctes.

Les dimensions i capacitat de càrrega màxima del llit també es consideren correctes: 200 cm de llargada i 90 cm d'amplada. El llit té un pes de 165 kg. Càrrega segura certificada de fins a 300 kg.

D'aquest llit destaquen especialment la seva robustesa, la qualitat dels materials i els seus acabats, els elements d'articulació i la seva excel·lent maniobrabilitat el fan un llit que destaca sobre la resta dels llits avaluats.

Destaca especialment que la cinquena roda és més gran que en altres llits avaluats, fet que afavoreix a una molt bona mobilitat i correcte trasllat del llit de forma ergonòmica, fins i tot en espais reduïts i en girs, tal com s'ha pogut constatar amb la demostració efectuada. També afavoreixen a aquesta bona mobilitat les altres quatre rodes, que són dobles (no simples). Així mateix, disposa d'uns molt bons frens, que també destaquen sobre altres llits avaluats, i que també afavoreixen la seva maniobrabilitat.

El llit disposa d'una senyalització de la mesura del maluc del pacient, per seguretat.

En global, per totes aquestes característiques i, especialment, per la seva excel·lent maniobrabilitat, destacable sobre la resta, se li atorga la puntuació de 15 punts.

○ **HILLROM IBERIA S.L.U**

Revisada la documentació i duta a terme la demostració tècnica del llit de HILLROM IBERIA, S.L.U. s'observa que tant l'estructura, robustesa i materials del llit són correctes.

Les dimensions i la capacitat de càrrega del llit es consideren correctes: 218 cm x Ample màxim de 99,5 cm. El pes del llit és de 144 kg. Càrrega màxima segura de 250kg.

D'aquest llit destaquen especialment els seus acabats, materials i la seva facilitat de neteja (HPL), les 4 rodes que són de doble carenat i els sistemes d'articulació.

El llit disposa d'una senyalització de la mesura del maluc del pacient, per seguretat.

No obstant l'anterior, en l'ús i moviment del llit es considera que dimensions de la cinquena roda, que en aquest cas és més petita que la d'altres llits valorats, fan que li resti maniobrabilitat, en comparació amb altres llits avaluats.

En global, per totes aquestes característiques, se li atorga la puntuació de 12 punts.

○ **Arjo Iberia, S.L.U.**

Revisada la documentació i duta a terme la demostració tècnica del llit d'ARJO IBERIA, S.L.U. s'observa que tant l'estructura com els i materials del llit són correctes.

Les dimensions de la superfície de descans i la capacitat de càrrega màxima es consideren correctes: 88 cm d'amplada i 202 de llargada. Càrrega màxima segura de fins a 250 kg. Pes del llit de 150kg.

En la demo s'observa que el llit té un sistema d'articulació més senzilla que la resta, sent també menys robust. Així mateix, el CPR només és als peus i dificulta la maniobra d'emergència, a diferència de la resta de llits valorats que ho tenien al cap i als peus.

Les rodes, que són simples (en comptes de dobles) i sobretot les dimensions de la cinquena roda, que en aquest cas és més petita que en d'altres llits avaluats, fan que li resti considerablement maniobrabilitat, dificultant l'ús quotidià i ergonòmic als professionals que han de traslladar el llit.

Per tot l'anterior, en termes generals se'l considera un llit funcional, però que no destaca sobre la resta dels llits avaluats pels motius exposats anteriorment.

En global, per totes aquestes característiques, se li atorga la puntuació de 9 punts.

○ **KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA SL**

Revisada la documentació i duta a terme la demostració tècnica de KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA, S.L. s'observa que tant l'estructura com la facilitat de neteja dels elements del llit són correctes.

Les dimensions i la capacitat de càrrega del llit es consideren correctes: 220cm x 99cm, i apta per matalassos de 200 cm de llarg i 86 cm d'ample. Possibilitat de capacitat de càrrega segura de fins a 250 kg. Pes del llit de 150 kg,

D'aquest llit destaquen especialment la seva robustesa, els seus acabats i la qualitat dels materials del llit, els frens, i les seves rodes, que són de doble carenat. Així mateix, es destaca molt favorablement que la cinquena roda és més gran que en altres llits avaluats, fet que afavoreix a una molt bona mobilitat i correcte trasllat del llit de forma ergonòmica, fins i tot en espais reduïts i en girs, tal com s'ha pogut constatar amb la demostració efectuada.

En global, per totes aquestes característiques i, en especial, per la seva bona maniobrabilitat, se li atorga la puntuació de 13 punts.

○ **Industrias Hidraulicas Pardo, S.L.**

Revisada la documentació i duta a terme la demostració tècnica de INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO S.L.. s'observa que tant l'estructura i materials del llit són correctes.

Les dimensions i càrrega màxima del llit es consideren correctes: 99 cm d'amplada i 222 de llargada. Possible extensió fins a 300 cm. Càrrega màxima segura de fins a 275 kg. Pes del llit de 135 kg amb accessoris.

Les rodes, que són simples (no dobles) i sobretot les dimensions de la cinquena roda, que en aquest cas és més petita que en d'altres llits avaluats, fan que li resti considerablement maniobrabilitat, dificultant l'ús quotidià i ergonòmic als professionals que han de traslladar el llit.

Per les seves característiques d'articulació, frens, ergonomia en el seu ús i menor robustesa que altres llits avaluats el fan un llit funcional però que no destaca sobre la resta.

En global, per totes aquestes característiques, se li atorga la puntuació de 10 punts.

○ **MEDICAL IBÉRICA, S.A**

Revisada la documentació i duta a terme la demostració tècnica del llit de MEDICAL IBÉRICA, S.A., s'observa que tant l'estructura com els materials del llit són correctes.

Les dimensions i capacitat de càrrega del llit es consideren correctes: 2230x980 mm totals i superfície de pacient de 2000x850mm. Càrrega màxima segura de fins a 250 kg. Pes del llit sense accessoris de 150kg.

Es destaquen favorablement les 4 rodes que són de doble carenat, però les dimensions de la cinquena roda, que en aquest cas és més petita que en d'altres llits avaluats, fan que li resti considerablement maniobrabilitat, dificultant l'ús quotidià i ergonòmic als professionals que han de traslladar el llit.

Per les seves característiques d'articulació, frens i ergonomia en el seu ús i la menor robustesa, en comparació amb altres llits avaluats, el fan un llit funcional però que no destaca sobre la resta.

En global, per totes aquestes característiques, se li atorga la puntuació de 11 punts.

B. Els elements de control i modulació (comandaments, panells de control, pantalles, botons), els elements d'il·luminació i/o senyalització lumínica; la intensitat, potència dels elements funcionals que siguin susceptibles de tenir algun d'aquestes propietats → fins a 5 punts.

○ **LINET IBERIA, S.L.**

Revisada la documentació i amb la demostració tècnica del llit de LINET IBERIA, S.L. es considera que els elements d'il·luminació / senyalització són correctes, pel que fa a la seva intensitat i potència.

En la demostració s'observa que el llit disposa de comandaments i elements de control molt funcionals, visuals i intuïtius. Així mateix, es destaca especialment que disposa d'un comandament per poder posar el pacient en mode cadira molt ràpidament.

Pel que fa als elements de control, també es posa de manifest i es valora favorablement que el llit disposa de pedals handfree.

Per tot l'anterior, se li atorga la puntuació de 5 punts.

○ **HILLROM IBERIA S.L.U**

Revisada la documentació i amb la demostració tècnica del llit de HILLROM IBERIA, S.L.U. es considera que els elements d'il·luminació / senyalització són correctes, pel que fa a la seva intensitat i potència.

Els comandaments dels quals disposa el llit són funcionals i molt intuïtius i, es destaca favorablement que disposa d'un comandament per poder posar el pacient en mode cadira ràpidament.

Pel que fa als elements de control, també es posa de manifest i es valora favorablement que el llit disposa de pedals handfree.

En global i per la seva funcionalitat, se li atorga la puntuació de 5 punts.

○ **Arjo Iberia, S.L.U.**

Revisada la documentació i amb la demostració tècnica del llit de ARJO IBERIA, S.L.U. es considera que els elements d'il·luminació / senyalització són correctes, pel que fa a la seva intensitat i potència.

A diferencia d'altres llits avaluats, en aquest cas no destaquen sobre la resta les característiques dels pedals, els sistemes d'articulació ni els comandaments.

En global i per la seva funcionalitat, se li atorga la puntuació de 3 punts.

○ **KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA SL**

Revisada la documentació i revisat el llit de KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA, S.L. es considera que els elements d'il·luminació / senyalització són correctes, pel que fa a la seva intensitat i potència.

El llit disposa de comandaments intuïtius i les baranes tenen opció de posar-se en mode bastó per ajuda al pacient, així mateix, destaquen favorablement els frens. Tot i això, no destaquen les característiques dels pedals, com si ho fan en d'altres llits avaluats.

En global i segons la seva funcionalitat, se li atorga la puntuació de 4 punts.

○ **Industrias Hidraulicas Pardo, S.L.**

Revisada la documentació i revisat el llit de INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO S.L. es considera que els elements d'il·luminació / senyalització són correctes, pel que fa a la seva intensitat i potència.

A diferencia d'altres llits avaluats, en aquest cas no destaquen sobre la resta les característiques dels pedals, els sistemes d'articulació ni els comandaments.

En global i segons la seva funcionalitat, se li atorga la puntuació de 3 punts.

○ **MEDICAL IBÉRICA, S.A**

Revisada la documentació i amb la demostració tècnica del llit de MEDICAL IBÉRICA, S.A es considera que els elements d'il·luminació /senyalització són correctes, pel que fa a la seva intensitat i potència.

En la demostració s'observa que el llit disposa de comandaments i elements de control intuïtius. Així mateix, es destaca que disposa d'un comandament per poder posar el pacient en mode cadira ràpidament.

Pel que fa als elements de control, també es posa de manifest i es valora molt favorablement que el llit disposa de pedals handfree, per la seva facilitat d'ús.

En global i segons la seva funcionalitat, se li atorga la puntuació de 4 punts.

C. Autonomia de la bateria → fins a 5 punts.

○ **LINET IBERIA, S.L.**

De la documentació i les característiques del model de llit de LINET IBERIA, S.L. les característiques tècniques de la bateria són: bateries amb temps de càrrega de 6h i autonomia de 200 cicles.

En aquest punt, se li atorga una puntuació de 4,5 punts.

○ **HILLROM IBERIA S.L.U**

De la documentació i les característiques del model de llit de HILLROM IBERIA, S.L.U. les característiques tècniques de la bateria són: bateries amb temps de càrrega de 12h i autonomia de 200 cicles.

En aquest punt, se li atorga una puntuació de 4 punts.

○ **Arjo Iberia, S.L.U.**

De la documentació i les característiques del model de llit de ARJO IBERIA, S.L.U. les característiques tècniques de la bateria són: bateries amb temps de càrrega d'entre 8-24h i autonomia de 200 cicles.

En aquest punt, se li atorga una puntuació de 3 punts.

○ **KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA SL**

De la documentació i les característiques del model de llit de KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA les característiques tècniques de la bateria són: bateries amb temps de càrrega d'entre 8-24h i autonomia de 200 cicles.

En aquest punt, se li atorga una puntuació de 3 punts.

○ **Industrias Hidraulicas Pardo, S.L.**

De la documentació i les característiques del model de llit de INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO S.L. les característiques tècniques de la bateria són: bateries amb temps de càrrega d'entre 24-48h i autonomia de 300 cicles.

En aquest punt, se li atorga una puntuació de 3,5 punts.

○ MEDICAL IBÉRICA, S.A

De la documentació i les característiques del model de llit de MEDICAL IBÉRICA, S.A. les característiques tècniques de la bateria són: bateries amb temps de càrrega de 12h i autonomia de 200 cicles.

En aquest punt, se li atorga una puntuació de 4 punts.

2. Horaris i característiques del servei tècnic (fins a 5 punts).

Es valoraren les característiques i horaris del servei de suport tècnic durant el període de garantia, el temps de reparació, temps d'entrega de recanvis, ubicació del servei tècnic i la possibilitat de disposar d'equipament de substitució en cas d'avaría.

○ LINET IBERIA, S.L.

La documentació aportada per l'empresa LINET IBERIA, S.L., descriu un servei tècnic amb horari d'atenció de 24h, ubicat a Tarragona, amb temps de resposta i recanvis immediats (segons stock) i amb possibilitat de substitució per avaría.

En aquest criteri, se li atorga una puntuació de 5 punts.

○ HILLROM IBERIA S.L.U

La documentació aportada per l'empresa HILLROM IBERIA, S.L.U., descriu un servei tècnic amb horari d'atenció definit setmanal, ubicat a Barcelona, amb temps de resposta curt i de recanvis (màxim 3 dies) i amb possibilitat de substitució per avaría.

En aquest criteri, se li atorga una puntuació de 3,5 punts.

○ Arjo Iberia, S.L.U.

La documentació aportada per l'empresa ARJO IBERIA, S.L.U., descriu un servei tècnic amb horari d'atenció definit setmanal, ubicat a Barcelona, amb temps de resposta curt i de recanvis (màxim 7 dies) i amb possibilitat de substitució per avaría.

En aquest criteri, se li atorga una puntuació de 2 punts.

○ KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA SL

L'empresa ALDEVI INGENIERIA GERIATRICA, S.L., no inclòs en la seva oferta tècnica cap menció respecte al Servei Tècnic. Per aquest motiu, aquest que no es disposa de la informació necessària per tal de valorar aquest criteri, s'atorga al licitador en aquest criteri la puntuació de 0 punts.

○ Industrias Hidraulicas Pardo, S.L.

La documentació aportada per l'empresa INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO, descriu un servei tècnic amb horari d'atenció definit setmanal, ubicat a Barcelona, amb temps de resposta curt i de recanvis (màxim 1 dia) i amb possibilitat de substitució per avaria.

En aquest criteri, se li atorga una puntuació de 4 punts.

○ MEDICAL IBÉRICA, S.A

La documentació aportada per l'empresa MEDICAL IBÉRICA, S.A., descriu un servei tècnic amb horari d'atenció definit setmanal, ubicat a Barcelona, amb temps de resposta curt i de recanvis (màxim 3 dies) i amb possibilitat de substitució per avaria.

En aquest criteri, se li atorga una puntuació de 3,5 punts.

V. TOTAL PUNTUACIÓ

D'acord amb la motivació anterior, la puntuació final que resulta és la següent:

EMPRESA LICITADORA	PUNTUACIÓ TOTAL ATORGADA
LINET IBERIA	29,5
HILLROM IBERIA	24,5
ARJO IBERIA	17
KALDEVI INGENIERIA GERIÁTRICA	20
INDUSTRIAS HIDRÁULICAS PARDO	20,5
MEDICAL IBERICA	22,5

A Reus, amb data 22 d'octubre de 2025.



Clara Maria Gómez Barranquero
Cap del Servei de Manteniment
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

David Crivellé Simó
Coordinador Portalliteres Àrea d'Infermeria
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp



CÀLCUL PREU I ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS

LICITADOR	PREU UNITARI LLIT	OFERTA ECONÒMICA (SENSE IVA)	PUNTUACIÓ CRITERI PREU	PUNTUACIÓ CRITERI AMPLIACIÓ GARANTIA	PUNTUACIÓ CRITERIS VALORACIÓ SUBJECTIVA	TOTAL PUNTUACIÓ
LINET IBERIA, S.L.	2.476,00 €	49.520,00 €	48,20	3,61	29,50	81,32
HILLROM IBERIA, S.L.U	2.099,13 €	41.982,60 €	58,00	0	24,5	82,50
ARJO IBERIA, S.L.U.	2.298,00 €	45.960,00 €	52,83	3,33	17	73,17
KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA, S.L.	2.160,00 €	43.200,00 €	56,42	3,33	20	79,75
INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO PARDO, S.L.	2.195,00 €	43.900,00 €	55,51	5	20,5	81,01
MEDICAL IBERICA, S.A.	1.830,00 €	36.600,00 €	65,00	1,67	22,5	89,17

CÀLCUL BAIXA ANORMAL

LICITADOR	PBL	OFERTA ECONÒMICA
LINET IBERIA, S.L.	50.000,00 €	49.520,00 €
HILLROM IBERIA, S.L.U		41.982,60 €
ARJO IBERIA, S.L.U.		45.960,00 €
KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA, S.L.		43.200,00 €
INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO PARDO, S.L.		43.900,00 €
MEDICAL IBERICA, S.A.		36.600,00 €

PROMIG OFERTA ECONÒMICA	43.527,10 €	15% PROMIG OFERTA ECONÒMICA	6.529,07 €
20% PROMIG OFERTA ECONÒMICA	8.705,42 €		
PROMIG OFERTA ECONÒMICA - 20%	34.821,68 €	PROMIG OFERTA ECONÒMICA - 15%	36.998,04 €

Atès que l'oferta presentada per MEDICAL IBERICA, S.A. és inferior en més d'un 15% a la mitjana de les ofertes econòmiques presentades pels licitadors, però la baixa no supera el 20%, s'analitzaran la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament als criteris de valoració susceptibles de judici de valor, d'acord amb el procediment previst a la clàusula I del Quadre de Característiques:

		CRITERI GARANTIA
CRITERIS JUDICI VALOR	LINET IBERIA, S.L.	29,50
	HILLROM IBERIA, S.L.U	24,5
	ARJO IBERIA, S.L.U.	17
	KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA, S.L.	20
	INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO PARDO, S.L.	20,5
	MEDICAL IBERICA, S.A.	22,5
	PROMIG CRITERIS JUDICI VALOR	22

		TOTAL PUNTUACIÓ JUDICI VALOR	PROMIG CRITERIS JUDICI VALOR	DESVIACIÓ
CÀLCUL DESVIACIÓ	LINET IBERIA, S.L.	29,50	22	7,5
	HILLROM IBERIA, S.L.U	24,5	22	2,5
	ARJO IBERIA, S.L.U.	17	22	5
	KALDEVI INGENIERIA GERIATRICA, S.L.	20	22	2
	INDUSTRIAS HIDRAULICAS PARDO PARDO, S.L.	20,5	22	1,5
	MEDICAL IBERICA, S.A.	22,5	22	0,5
	PROMIG DESVIACIÓ			3,17
SUMA PROMITJOS				25,50