



CHV 16/25 OSA - Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'una Central Monitorització, 6 Monitors de 12 polzades i 6 Monitors de 10 polzades per la nova Àrea d'Alternatives a Hospitalització del Consorci Hospitalari de Vic (CHV).

		Preu licitació	Abast Medica, SL
CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT	Pond	39.193,00	39.000,00
Valoració de l'oferta econòmica: S'obté la puntuació aplicant la següent fórmula: $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \right] \times P$ <i>Pv: Puntuació de l'Oferta a Valorar</i> <i>P: Punts del criteri econòmic</i> <i>Om: Oferta Millor (més econòmica)</i> <i>Ov: Oferta a Valorar</i> <i>IL: Import de Licitació (sense IVA)</i>	50		50,00
Disposar de 2 pantalles de com a mínim 30" • Sí, programable • No	3 0		si 3
Capacitat per a més de 30 monitors en el futur (ampliació en fase 2 de l'espai inicial) • Si • No	5 0		si 5
Integració de dades • Si • No	4 0		si 4
Visualització completa de la revisió de dades de pacient al menys durant 200 hores. • Si • No	4 0		si 4
Monitor de 12 polsades amb escala l'alerta avançada NEWS 2 • Si • No	4 0		si 4
Monitor de 12 polsades amb puntuació personalitzada d'acord amb els protocols del CHV i personalització dels missatges • Si • No	5 0		si 5
Monitors compatibles amb el programari Gacela • Si • No	5 0		si 5
Monitors amb tecnologia EWS • Si • No	5 0		si 5
Monitor de 10 polsades amb detecció de moviments del pacient per compensar el resultat de les mesures • Si • No	4 0		si 4
Proposta de manteniment • Valoració del manteniment (desglossat segons la fitxa ST)	4		4
Ampliació de garantia mínima de fins a 36 mesos (60 mesos en total), incloent desplaçaments, mà d'obra i recanvis • Menys de 12 mesos d'ampliació • Ampliació de 12 mesos (36 mesos en total) • Ampliació de 24 mesos (48 mesos en total) • Ampliació de 36 mesos (60 mesos en total)	0 2 5 7		amplien 24 mesos 5
Total	100		98
Proposta adjudicatari: ABAST MEDICA, S.L.			

La Secretària de la Mesa
Sra. Maria Carme Vilar Coromina

El President de la Mesa
Sr. Jaume Castellano i Plujà