

Resum Esmenes 1

Subministrament de 25 monitors per a monitoratge puntual per al Consorci Sanitari de l'Anoia Exp. 27 CSA 2025

Esmena Annex 1 PPT Oferta tècnica

1. S'elimina el concepte "DICOM" de la **cel.la B34**
2. S'eliminen els conceptes "2.7 ADT, SIUS, ORMS, OMGS" de la **cel.la B36**
3. **Cel.la B38**

ON DEIA: Aquest lector ha de ser dual per ser capaç de llegir el codi de barres i codis RFID i QR

HA DE DIR: Aquest lector ha de ser capaç de llegir el codi de barres

4. **Cel.la B44**

ON DEIA: Lector de codi de barres inclòs per a identificació del malalt. Mitjançant el codi de barres i inici de la prova automàticament en llegir el codi de barres. Aquest lector ha de ser dual per ser capaç de llegir el codi de barres i codis RFID i QR

HA DE DIR: Lector de codi de barres inclòs per a identificació del pacient a partir del braçalet identificatiu. Mitjançant el codi de barres del braçalet identificatiu i inici de la prova automàticament en llegir el codi de barres. Aquest lector ha de ser capaç de llegir el codi de barres