

Acta de la Mesa de contractació reunida en sessió privada per a l'aprovació de l'informe tècnic

Expedient	SCS-2025-8	Modalitat	Contracte Públic
Núm. de lots	SCS-2025-8-1 SCS-2025-8-2 SCS-2025-8-3 SCS-2025-8-4		
Unitat promotora	Divisió de Tecnologia i Equipaments		
Procediment	Obert	Tipus	Subministraments
Objecte	Acord Marc per a l'adquisició de monitors de constants vitals destinats a diversos centres assistencials que depenen del Servei Català de la Salut (PAIS).		

	Import base €	IVA €	Import amb IVA €
Pressupost licitació	0,00	0,00	0,00
Valor estimat	5.484.100,00	-	-
Termini d'execució	2 Anys		

Nº lot	Descripció	Import base €	IVA €	Import total €	Valor estimat €	Termini execució
1	Monitor de transport				88.920,00	2 Anys
2	Monitor configurable				54.000,00	2 Anys
3	Monitor semimodular				78.000,00	2 Anys
4	Monitors modulars				5.263.180,00	2 Anys

Identificació de la sessió

Data: 8 de setembre de 2025

Horari: 09:00h – 09:15h

Lloc: Sessió telemàtica

Assistents

Nom	Càrrec Mesa	Càrrec Persona
Núria Umbert Costa	Presidenta	Cap de la Divisió de Contractació
Josep Miquel Oliva Maestre	Vocal en representació d'Intervenció / Control Intern	Interventor Delegat al CatSalut
Sandra Pallarès i Albaladejo	Vocal en representació d'Assessoria Jurídica	Lletrada de la Gerència d'Assessorament Jurídic
Teresa Altadill Colominas	Vocal	Cap de la Divisió de Tecnologia i Equipaments
Pilar Muñoz Sánchez	Vocal	Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments
Adrià Claramunt Núñez	Secretari	Tècnic de la Divisió de Contractació

Ordre del dia

1. Constitució de la mesa
2. Examen i aprovació de l'informe tècnic

Desenvolupament de la sessió

La presidenta obre la sessió i, un cop constituïda la mesa, dóna la paraula al secretari que lliura l'informe de valoració de la documentació tècnica, elaborat per la senyora Núria Curriu, tècnic de la Divisió de Tecnologia i Equipaments, en data 1 d'agost de 2025, que és analitzat pels membres de la mesa.

Acords

Els membres de la mesa donen la seva conformitat a l'informe i acorden aprovar l'informe tècnic elaborat del qual en resulta la puntuació i les exclusions següents:

Lot 1 –Monitor de transport:

ABAST MEDICA, SL	31,50
DEXTRO MEDICA, SL	28,70
PHILIPS IBERICA, SAU	28,70

I excloure les propostes de les següents empreses:

- AGENOR MANTENIMIENTOS, SA per no obtenir un mínim del 60% de la puntuació de l'apartat 'Prestacions tècniques i funcionals' de cada fitxa tècnica que comprèn el lot.
- GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SA per no obtenir un mínim del 60% de la puntuació de l'apartat 'Prestacions tècniques i funcionals' de cada fitxa tècnica que comprèn el lot.

- NIHON KOHDEN IBERICA, SL per no obtenir un mínim del 60% de la puntuació de l'apartat 'Prestacions tècniques i funcionals' de cada fitxa tècnica que comprèn el lot.

- TECNOMED 2000, SL per incompliment del punt 21 del plec de prescripcions tècniques, on es demana ECG amb 12 elèctrodes. Indica ECG amb 3/5 derivacions. No disposa de 12 elèctrodes i, per tant, no permetria fer ECG de 12 derivacions, com sí permetria el que es demana.

Lot 2 –Monitor configurable:

ABAST MEDICA, SL	28,05
DRÄGER HISPANIA, SAU	32,50
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE, SAU	27,40
PHILIPS IBERICA, SAU	23,70

I excloure les propostes de les següents empreses:

- AGENOR MANTENIMIENTOS, SA per no obtenir un mínim del 60% de la puntuació de l'apartat 'Prestacions tècniques i funcionals' de cada fitxa tècnica que comprèn el lot.

- DEXTRO MEDICA, SL per no obtenir un mínim del 60% de la puntuació de l'apartat 'Prestacions tècniques i funcionals' de cada fitxa tècnica que comprèn el lot.

- NIHON KOHDEN IBERICA, SL per no obtenir un mínim del 60% de la puntuació de l'apartat 'Prestacions tècniques i funcionals' de cada fitxa tècnica que comprèn el lot.

- TECNOMED 2000, SL per incompliment del punt 22 del plec de prescripcions tècniques, on es demana ECG amb 12 elèctrodes. Indica ECG amb 3 o 5 elèctrodes. No disposa de 12 elèctrodes.

Lot 3 –Monitor semimodular:

ABAST MEDICA, SL	26,10
AGENOR MANTENIMIENTOS, SA	22,95
DEXTRO MEDICA, SL	25,70
DRÄGER HISPANIA, SAU	29,75
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE, SAU	26,30
NIHON KOHDEN IBERICA, SL	24,50
PHILIPS IBERICA, SAU	25,70

I excloure la proposta de la següent empresa:

- TECNOMED 2000, SL per incompliment del punt 22 del plec de prescripcions tècniques, on es demana ECG amb 12 elèctrodes. Indica ECG amb 3 o 5 elèctrodes. No disposa de 12 elèctrodes.

Lot 4 –Monitors modulars:

ABAST MEDICA, SL	34,64 (total ponderat)
DEXTRO MEDICA, SL	32,59 (total ponderat)
GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE, SAU	40,37 (total ponderat)
PHILIPS IBERICA, SAU	32,59 (total ponderat)

I excloure les propostes de les següents empreses:

- AGENOR MANTENIMIENTOS, SA per incompliment dels següents punts:

1310311110: Incompleix el punt 10 de l'annex B: es demana 'Possibilitat de connectar equips externs (cal indicar tipus d'equips, marques i paràmetres)', la documentació tècnica del fabricant a la que remet no ho acredita, no indica tipus d'equips, ni marques, ni models, acredita altres especificacions. No arriba al 60% de la puntuació mínima.

1310310100, 1310310300 i 1310310400: Incompleix el punt 11: es demana, 'Possibilitat de connectar equips externs (cal indicar tipus d'equips, marques i paràmetres)', al document del fabricant *declaración cumplimiento* de característiques no acredita aquest punt.

Acte seguit, la presidenta autoritza el secretari a convocar la sessió pública d'obertura dels sobres C.

La presidenta aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El secretari

Vist i plau
La presidenta