

**El Director i el Gerent del CRG, com a ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, en relació a l'expedient de contractació relatiu al *SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SEQÜENCIADOR DE NOVA GENERACIÓ (NGS) DE LECTURES CURTES I CAPACITAT DE PRODUCCIÓ MITJA, ALTA I SÚPER ALTA PER A LA UNITAT DE GENÒMICA DE LA FUNDACIÓ CENTRE DE REGULACIÓ GENÒMICA (CRG)***

Núm. d'expedient **CRG07/25**

**I.- Antecedents:**

**Primer.**- Es va convocar procediment obert mitjançant enviament d'anunci al DOUE el dia 16 de setembre de 2025, i publicació al Perfil de Contractant de data 18 de setembre de 2025.

**Segon.**- En data 20 d'octubre de 2025, va finalitzar el termini de presentació de les ofertes. Han presentat oferta els següents licitadors:

**Illumina Productos de España, S.L.U.**, amb CIF B86268125

**Tercer.**- Mitjançant acte de constitució de la Mesa de Contractació i d'obertura de la documentació general de data 21 d'octubre de 2025 es deixà constància del compliment dels requeriments administratius establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, per part de l'empresa:

**Illumina Productos de España, S.L.U.**, amb CIF B86268125

**Quart.**- El dia 22 d'octubre de 2025 en acte d'obertura pública de les proposicions avaluables mitjançant un judici de valor, es deixà constància de la documentació aportada i de l'inici de l'estudi, anàlisi i valoració del contingut dels referits sobres.

S'acompanya a la present resolució informe tècnic de valoració de les propostes tècniques de data 24 d'octubre de 2025, emès per *la Core Technologies Programme Coordinator del CRG*, en el que es fa constar la valoració dels sobres núm. 2, propostes valorables mitjançant criteris subjectes a un judici de valor, presentades per cadascun dels licitadors,

d'acord amb els criteris de valoració establerts a l'annex núm. 3 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Les puntuacions relatives a criteris de valoració subjectes a judici de valor són les següents:

Illumina Productos de España, S.L.U. ..... 40 punts

Aquest Informe es va fer seu per part de la Mesa de Contractació en l'acta de data 27 d'octubre de 2025.

**Cinquè.**- En data 29 d'octubre de 2025 es va procedir a l'obertura pública de les ofertes avaluables mitjançant l'aplicació de fórmules o criteris automàtics contingudes en el sobre núm. 3, prèvia comunicació als licitadors de les puntuacions obtingudes arrel de la valoració de les ofertes tècniques, amb el resultat que consta a l'acta indicada a l'apartat anterior i publicat al perfil de contractant de l'entitat.

**Sisè.**- Les ofertes econòmiques i de criteris avaluables en base a fórmules automàtiques obtenen la següent puntuació:

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ	Illumina Productos de España, S.L.U.	Punts màxims
Valoració de l'oferta econòmica	50	50
Reducció termini d'entrega	10	10
<b>PUNTS TOTALS</b>	<b>60</b>	<b>60</b>

**Setè.**- La valoració global atorgada per l'expedient CRG07/25 es la següent:

Illumina Productos de España, S.L.U..... 100 punts

**Vuitè.**- Aquest Òrgan de Contractació en data 4 de novembre de 2025 va emetre resolució per la qual s'accepta la classificació i adjudicació proposada per la Mesa de Contractació del procediment relatiu al *Subministratment i Instal·lació d'un Seqüenciador de Nova Generació (NGS) de lectures curtes i capacitat de producció mitja, alta i súper alta per a la Unitat de Genòmica de la Fundació Centre de Regulació Genòmica*.

En la mateixa resolució de data 4 de novembre de 2025 es va requerir la documentació establerta a la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Particulars a l'empresa Illumina Productos de España, S.L.U, per ser l'empresa que ha formulat la proposta amb millor relació qualitat-preu d'acord amb els criteris d'adjudicació previstos en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

**Desè.-** En data 14 de novembre de 2025, per part de l'empresa Illumina Productos de España, S.L.U, s'ha donat compliment satisfactòriament al requeriment efectuat en data 4 de novembre de 2025, en temps i forma, un cop resolta positivament l'esmena oberta a l'esmentada empresa en data 13 de novembre de 2025.

Atenent als punts antecedents,

## ACORDA

**PRIMER.- ADJUDICAR** a l'empresa Illumina Productos de España, S.L.U, el procediment de contractació relatiu al *Subministrament i Instal·lació d'un Seqüenciador de Nova Generació (NGS) de lectures curtes i capacitat de producció mitja, alta i súper alta per a la Unitat de Genòmica de la Fundació Centre de Regulació Genòmica*, amb número d'expedient CRG07/25, per un import de **649.997,92 €** (sis-cents quaranta-nou mil nou-cents noranta-set euros amb noranta-dos cèntims) IVA exclòs, i un termini d'entrega màxim, que inclou la instal·lació, la posada en marxa i la formació de **2 setmanes**, d'acord amb els informes tècnics de valoració que s'accepten.

**SEGON.- FACULTAR** al Director i al Gerent del CRG per tal que puguin realitzar tots els actes, tràmits i actuacions que siguin pertinents per la formalització del contracte.

**TERCER.- NOTIFICAR** el present acord a l'empresa adjudicatària i a la resta d'empreses que han participat en el present procediment de contractació.

**QUART.- ORDENAR la PUBLICACIÓ** del present acord al Perfil de Contractant de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

A Barcelona, el dia 17 de novembre de 2025.

Òrgan de contractació del CRG

SERRANO  
PUBUL LUIS  
FELIPE -  
[REDACTED]  
Firmado digitalmente  
por SERRANO PUBUL  
LUIS-FELIPE -  
[REDACTED]  
Fecha: 2025.11.17  
10:54:08 +01'00'

Director CRG  
Luis Serrano

77628348J  
JAUME  
BACARDIT (R:  
[REDACTED]  
Firmado digitalmente  
por 77628348J JAUME  
BACARDIT (R:  
[REDACTED]  
Fecha: 2025.11.17  
10:54:20 +01'00'

Gerent CRG  
Jaume Bacardit

**Finançament:** L'objecte del present contracte està cofinançat, per una part, amb fons del projecte **EQC2024-008613-P** finançat per **MICIU/AEI /10.13039/501100011033** i per **FEDER, UE** i per altra banda, amb els fons interns del Centre i les aportacions prevenents de la Generalitat de Catalunya.

# Informe de la Valoración de las propuestas recibidas en el Sobre núm. 2 para el expediente CRG07/25 – *SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SECUENCIADOR DE NUEVA GENERACIÓN (NGS) DE LECTURAS CORTAS Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MEDIA, ALTA Y SÚPER ALTA PARA LA UNIDAD DE GENÓMICA DE LA FUNDACIÓN CENTRO DE REGULACIÓN GENÓMICA (CRG)*

---

## Objeto

Mediante el presente Informe se valora la documentación contenida en el sobre núm. 2 presentado en el procedimiento abierto para contratar el “*Suministro e Instalación de un Secuenciador de Nueva Generación (NGS) de lecturas cortas y capacidad de producción media, alta y súper alta para la Unidad de Genómica de la Fundación Centro de Regulación Genómica*” el cual comprende documentación técnica.

- **Licitadores valorados:** Illumina Productos de España, S.L.U.

### Descripción de los criterios evaluables mediante juicios de valor (hasta 40 puntos)

- **Memoria técnica.....** hasta 40 puntos

La empresa que presente la mejor memoria técnica según el Pliego de Prescripciones técnicas recibirá la máxima puntuación y el resto recibirán una puntuación inferior proporcional a la calidad técnica de las propuestas. En particular, se valorarán los siguientes aspectos:

- A. Funcionalidades del sistema en el conjunto y grado de adaptación de éstas a las necesidades del CRG y en la adaptación a los sistemas ya existentes en el CRG, para así poder obtener los óptimos resultados. ..... hasta 20 puntos.

- A.1 Configuración general del sistema ..... hasta 12 puntos. Se realizará una valoración conjunta del cumplimiento de los requisitos funcionales e interfaces, así como de las prestaciones y flexibilidad del equipo. También se valorarán las herramientas y configuración del equipo que mejor se adapte a las necesidades del CRG.
- A.2 Diseño y usabilidad del equipo ..... hasta 5 puntos. Se valorarán las características, funcionalidades y prestaciones en cuanto al grado de maniobrabilidad y posicionamiento del equipo objeto del presente contrato.

- A.3 Estructura, contenido y presentación de la memoria técnica... hasta 3 puntos. La Memoria Técnica se presentará en un documento único, en formato Pdf y deberá contar, como mínimo, con una descripción específica, clara y concreta del objeto del contrato a suministrar, detallando cada uno de los puntos que se indican como necesarios en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la presente licitación.

A la empresa licitadora Illumina Productos de España, S.L.U., se le otorga la puntuación de **40 puntos** porque cumple con los siguientes requisitos del pliego técnico y en detalle:

La oferta cumple íntegramente con los requisitos técnicos establecidos y, por tanto, está totalmente adaptada a las necesidades del CRG. Concretamente:

El instrumento NovaSeq X Plus Sequencing System aporta beneficios económicos y de productividad a los proyectos de secuenciación de nueva generación (NGS, Next-Generation Sequencing) de alta productividad. Es capaz de producir hasta 16 Tb o 52 000 millones de lecturas únicas por experimento. También presenta mucha flexibilidad al ofrecer tres formatos de celda de flujo, múltiples configuraciones de longitud de lectura y dos celdas de flujo que pueden correr a la vez.

A su vez, es un instrumento de muy fácil uso, ya que mucha parte del trabajo se realiza de forma totalmente automatizada. El NovaSeq X Plus System cuentan con la química XLEAP-SBS™, una actualización más rápida, de mayor calidad y más sólida de la probada química de secuenciación por síntesis (SBS, Sequencing By Synthesis) de Illumina, que admite una generación de datos consistente y fiable. También, incluye la integración con el análisis secundario de DRAGEN™, que ofrece un análisis secundario preciso, completo y rápido.

Otra ventaja, son sus reactivos, ya que al ser liofilizados permiten el envío a temperatura ambiente de los kits de reactivos con importantes reducciones en lo que se refiere al tamaño del envase, el peso, la masa de plástico y los residuos.

La empresa licitadora Illumina Productos de España, S.L.U. ha presentado una memoria técnica completa y detallada que abarca todos los puntos descritos como necesarios en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la presente licitación.

CRITERIOS DE VALORACIÓN	Illumina Productos de España, S.L.U.	Puntos máximos
<b>Funcionalidades del sistema en el conjunto y grado de adaptación de éstas a las necesidades del CRG</b>		
Configuración general del sistema	12	12
Diseño y usabilidad del equipo	5	5
Estructura, contenido y presentación de la memoria técnica	3	3
$Pop = 20 \times \frac{VTop}{VTmv}$		

Pop = Puntuación de la Oferta a Puntuar

P = Puntuación del criterio

VTop = Valoración Técnica de la Oferta que se Puntúa

VTmv = Valoración Técnica de la Oferta Mejor Valorada

**PUNTOS TOTAL**

20

20

B. Establecimiento de un plan completo y detallado relativo al suministro e instalación, así como desglose de las tareas a efectuar en las diferentes fases indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la presente licitación ..... hasta 20 puntos.

En concreto, en este apartado, se valorarán los siguientes aspectos:

- B.1 Cronograma claro y preciso de cada etapa ..... hasta 10 puntos.  
Se valorará la estructura y claridad del cronograma, describiendo de forma concreta, pero sin indicar plazos de entrega, cada una de las fases de la entrega, instalación y puesta en marcha del equipo.
- B.2 Desglose de las tareas a efectuar en las distintas fases indicadas en el cronograma ..... hasta 10 puntos.  
Se valorará la definición de cada una de las actividades a realizar por la empresa adjudicataria en cada momento y en cada fase del cronograma, explicando de qué forma las acciones a realizar en cada fase se encuentran ordenadas y coordinadas entre sí para obtener una correcta ejecución del contrato.

A la empresa licitadora Illumina Productos de España, S.L.U., se le otorga la puntuación de **20 puntos** porque cumple con los siguientes requisitos del pliego técnico y en detalle:

La oferta presenta un cronograma claro y detallado del proceso de instalación y formación. Indica los días que conllevará el proceso, y los objetivos y tareas a realizar cada día. Su clara estructura permite visualizar de forma precisa las diferentes fases de cada etapa y definir las diferentes tareas; esto permite facilitar el seguimiento y cada una de las fases del proceso.

La precisión en el cronograma y el claro desglose de las tareas permite asegurar el cumplimiento de todos los hitos y facilita la coordinación entre todas las partes para asegurar el cumplimiento de los plazos en todo momento.

En cuanto al plan de formación, ésta se realizará durante 3 días en las instalaciones del CRG donde habrá tanto formación teórica como práctica.

En resumen, la claridad del cronograma como de las tareas a realizar reflejan una planificación rigurosa que aporta total confianza a la viabilidad del total cumplimiento del objeto del contrato.

CRITERIOS DE VALORACIÓN	Illumina Productos de España, S.L.U.	Puntos máximos
<b>Establecimiento de un plan completo y detallado relativo al suministro e instalación</b>		
Cronograma claro y preciso de cada etapa	10	10
Desglose de las tareas a efectuar en las distintas fases indicadas en el cronograma	10	10
$Pop = 20 \times \frac{VTop}{VTmv}$		
Pop = Puntuación de la Oferta a Puntuar		
P = Puntuación del criterio		
VTop = Valoración Técnica de la Oferta que se Puntúa		
VTmv = Valoración Técnica de la Oferta Mejor Valorada		
<b>PUNTOS TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Por lo tanto, la valoración total obtenida en el **SOBRE 2** por lotes es:

Illumina Productos de España, S.L.U. es de **40 puntos**.

En Barcelona, a 24 de octubre de 2025

MÒNICA  Digitally signed by  
 MÒNICA MORALES -  
 MORALES - DNI DNI [REDACTED] (SIG)  
 [REDACTED] (SIG) Date: 2025.10.24  
 15:16:14 +02'00'

**Sra. Mònica Morales**

Core Technologies Programme  
 Coordinator del CRG

**FINANÇAMENT:** L'objecte del present contracte està cofinançat, per una part, amb fons del projecte **EQC2024-008613-P** finançat per **MICIU/AEI /10.13039/501100011033** i per **FEDER, UE** i per altra banda, amb els fons interns del Centre i les aportacions prevenents de la Generalitat de Catalunya.