

ANNEX 1 - CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES TÈCNIQUES

Neuroestimulador característiques generals
Monitorització de tiroides i facial
Equip compacte amb pantalla de +/- 12" integrada i tàtil.
Dos estimuladors independents.
Mínim 4 canals de registre.
Emmagatzematge de dades: aprox. 18 GB ~ 5800 pacients
Classificació Conforme a 93/42/CEE
Marcat CE
Intervencions facial característiques específiques
Monitorització mínim de 4 arrels nervioses (frontal, orbicular dels ulls, orbicular del llavi i marginal)
Colors diferenciats per cada àrea facial a la gràfica del monitor i en correlació amb els colors dels elèctrodes
Registre continu de l'activitat d'estimulació.
Sonda monopolar i bipolar d'estimulació amb caixa de connexió comuna per les dues sondes
Reducció d'artefactes de freqüències altes (mute sensor)
Avisador acústic i visual per les senyals per estimulació o per resposta automàtica del nervi.
Intensitat de corrent d'estimulació prefixada des de fabrica per evitar lesió del nervi facial durant la seva estimulació.
Opció de gravar totes les respostes de forma automàtica i emmagatzemar-les en la memòria interna per poder ser exportades en PDF a USB i integrables en la Història Clínica del pacient a l'hospital.
Equip automàtic, sense necessitat de configuració prèvia a l'estimulació.
Escenaris pre-cofigurats de la cirurgia.

Intervencions tiroides característiques específiques

Elèctrode específic per a l'estimulació continua del nervi vague

Registre continu de l'activitat d'estimulació

Reducció d'artefactes de freqüències altes (mute sensor)

L'ús del Tub endotraqueal no ha de condicionar el procés anestèsic

Avisador acústic i visual per les senyals d'estimulació o resposta automàtica del nervi

Intensitat de corrent d'estimulació prefixada des de fabrica per evitar lesió del nervi durant la seva estimulació

Opció de gravar totes les respostes de forma automàtica i emmagatzemar-les en la memòria interna per poder ser exportades en PDF a USB i integrable en la Història Clínica del pacient a l'hospital.

Equip automàtic, sense necessitat de configuració prèvia a l'estimulació.

Escenaris pre-cofigurats de la cirurgia.

Signatura del licitador conforme compliment