

## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN EQUIP DE CROMATOGRÀFIA DE GASOS ACOBLAT A ESPECTROMETRIA DE MASSES AMB TRIPLE QUADRUPOL AGILENT PER A L'AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA

**OBJECTE:** plec de prescripcions tècniques pel subministrament i instal·lació d'un equip Agilent de cromatografia de gasos acoblat a espectròmetre de masses triple quadrupol.

### **EQUIP GC Agilent 8890 i quadrupol triple 7010D Agilent, Integrat per:**

- GC 8890 amb doble inlet SSL i back flash
- MS de triple quadrupol 7010D
- MassHunter Workstation per al sistema GC/MS
- L'equip es subministrarà amb l'equipament auxiliar i fungible necessari per la seva posta a punt en els procediments normals de treball del laboratori.

Veure els components específics descrits a l'oferta 6199563 adjunta.

L'oferta inclou la Instal·lació del sistema complet i la retirada de l'equip anterior GC 7890 - MS 5977B, el qual és abonat a mode de "plan renove".

També ha d'incloure la garantia de 2 anys, i el manteniment preventiu durant aquests 2 anys.

Barcelona, a data de la signatura

Jose Calderon  
Delgado - DNI  
45538829W (AUT)

Signat digitalment per Jose  
Calderon Delgado - DNI  
45538829W (AUT)  
Data: 2025.09.22 14:08:00  
+02'00'

Josep Calderón

Coordinador tècnic del Servei de Química