

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101448071/26/AMUP

CÀNULES, TUBS I ACCESSORIS PER A VENTILACIÓ
PULMONAR – COMPLEMENTARI II



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 1 de 38

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació	8
4.3. Manual d'usuari	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	9
4.4.1. Condicions de subministrament	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	11
4.4.3. Sistema EDI	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges	14
4.5.2. L'albarà	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	16



- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE ..16
4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)18



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 3 de 38

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material de cànules, tubs i accessoris per a ventilació pulmonar, complementaria segona, per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'ANNEX A el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals



Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Diferenciant per lots:

1. Les cànules de traqueostomia amb baló, codis de articles inclosos al lot 2, haurà d'incorporar doble camisa.
2. L'orifici terminal dels tubs endotraqueals haurà de ser bisellat, codis de articles inclosos als lots 3, 4 i 5.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o



- Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**.

Exemple: D2-Resum.xls o .xlsx

- Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3, detallats en aquest document, punt 2.3.

Exemple: D3-Requeriment.xls o .xlsx

És obligatori presentar documentació demanada i omplir aquest annex.

- Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4

Detallats al document "*ANNEX 4 - Desglossament Criteris de valoració*", del plec administratiu, "*Plantilla Puntuació PCAP*".

S'han d'emplenar els camps dels diferents criteris segons les indicacions del document "*Annex D4 - Guia per emplenar annex*"

És obligatori presentar documentació demanada i omplir aquest annex.

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data. ANNEX D5, del codi de material ofert.



La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial



Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari



L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.



En l'apartat "Guies i avisos", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.



L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)



- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	



Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com



4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.



4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 15 de 38

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no és múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiquen-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	



3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment es procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE  ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
--	---



8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Llista-resum, Requeriments obligatoris
- ANNEX D4 - Guia per emplenar annex
- ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius
- ANNEX D5 - Product data material ofert



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 19 de 38

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 20 de 38

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101448071/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot
1	Cànula de laringectomia reforçada amb baló	Obligatori
2	Cànula de traqueostomia amb baló	Obligatori
3	Tubs endotraqueals orals preformats amb baló	Obligatori
4	Tubs endotraqueals pediàtrics de doble llum sense baló	Obligatori
5	Tubs endotraqueals oronasals amb baló permanència prolongada i aspiració subglòtica	No Obligatori
6	Pala de laringoscòpi amb il·luminació, plàstic, tipus Macintosh, un sol ús	No Obligatori
7	Complements i altre material per a ventilació pulmonar	No Obligatori
8	Fundes per a pales de videolaringoscopi	Obligatori
9	Cànula de plata per a traqueostomia	Obligatori
10	Cànula de plata fenestrada per a traqueostomia	Obligatori
11	Cànula de plata per a laringectomia	Obligatori

ANNEX A - Característiques licitació (descrip lots i lots oblig).xlsx



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 21 de 38

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 22 de 38

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 29.10.2025 HORA: 15:32:39 PÀGINA: 1 / 6
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30001094
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N5.5: D.I 5,5 mm, D.E 7,6 mm, longitud 222 (+/-5)mm Diàmetre del baló 21 mm. Estèril, lliure de làtex i DEHP, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30001095
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N06: D.I 6,0 mm, D.E 8,2 mm, longitud 247 (+/-5)mm Diàmetre del baló 22 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30001096
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N6.5: D.I 6,5 mm, D.E 8,7 mm, longitud 257 (+/-5)mm Diàmetre del baló 24 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30001097
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N07: D.I 7,0 mm, D.E 9,5 mm, longitud 276 (+/-5)mm Diàmetre del baló 28 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30001098
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N7.5: D.I 7,5 mm, D.E 10,1 mm, longitud 286 (+/-5)mm Diàmetre del baló 30 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30001099
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N08: D.I 8,0 mm, D.E 10,8 mm, longitud 306 (+/-5)mm Diàmetre del baló 31 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30001100
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N8.5: D.I 8,5 mm, D.E 11,1 mm, longitud 316 (+/-4)mm Diàmetre del baló 33 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30002068
Descripció llarga: Cànula laringectomia de plata N07, 2 peces. Peça exterior: D.E. 13mm, long 60mm, Ø llum 12mm. Peça interior: D.E. 12mm, long 60mm, Ø llum 11mm. Plata 930 mil·lèsimes. No estèril.		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 29.10.2025
HORA: 15:32:39
PÀGINA: 2 / 6

SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30002069
Descripció llarga: Cànula laringectomia de plata N08, 2 peces. Peça exterior: D.E. 14mm, long 60mm, Ø 11um 13mm. Peça interior: D.E. 13mm, long 60mm, Ø 11um 12mm. Plata 930 mil·lèsimes.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30002070
Descripció llarga: Cànula traqueostomia de plata N03, 3 peces. Peça exterior: D.E. 9mm, long 65mm, Ø 11um 8mm. Peça interior: D.E. 8mm, long 65mm, Ø 11um 7mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30002071
Descripció llarga: Cànula traqueostomia de plata N05, 3 peces, fenestrada 10 forats. Peça exterior: D.E. 11mm, long 72mm, Ø 11um 10mm. Peça interior: D.E. 10mm, long 72mm, Ø 11um 9mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma. No estèril.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30002501
Descripció llarga: TET oro-nasal, nadó prematur/ped, doble llum, PVC transparent siliconat, sense baló, orifici terminal bisellat, línia radioopaca marques penetració, N3.5: DI3,5mm, DE5,2mm, long 165(+/-5)mm; tub secundari PVC a/Luer DI 0,80 mm, cabal 15mL/min.S/làtex, est, 1ús		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30002502
Descripció llarga: TET oro-nasal, nadó prematur/ped, doble llum, PVC transparent siliconat, sense baló, orifici terminal bisellat, línia radioopaca marques penetració, N02: DI2,0mm, DE3,4mm, long 165(+/-5)mm; tub secundari PVC a/Luer DI 0,40 mm, cabal 2,15mL/min.S/làtex, est, 1ús		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30002503
Descripció llarga: TET oro-nasal, nadó prematur/ped, doble llum, PVC transparent siliconat, sense baló, orifici terminal bisellat, línia radioopaca marques penetració, N03: DI3,0mm, DE4,6mm, long 165(+/-5)mm; tub secundari PVC a/Luer DI 0,65mm, cabal 5mL/min.S/làt/DEHP, est, 1ús		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30002505
Descripció llarga: TET oro-nasal, nadó prematur/ped, doble llum, PVC transparent siliconat, sense baló, orifici terminal bisellat, línia radioopaca marques penetració, N2.5: DI2,5mm, DE4,1mm, long 165(+/-5)mm; tub secundari PVC Luer DI 0,55mm, cabal 3,55 mL/min.S/làt/DEHP, est, 1ús		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30002739
Descripció llarga: Cànula traqueostomia de plata N05, 3 peces. Peça exterior: D.E. 11mm, long 72mm, Ø 11um 10mm. Peça interior: D.E. 10mm, long 72mm, Ø 11um 9mm. Plat 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 29.10.2025
HORA: 15:32:39
PÀGINA: 3 / 6

SOL.COMANDA: 1101448071 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30002740

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N04, 3 peces. Peça exterior: D.E. 10mm, long 68mm, Ø 11mm 9mm. Peça interior: D.E. 9mm, long 68mm, Ø 11mm 8mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101448071 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30002741

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N06, 3 peces. Peça exterior: D.E. 12mm, long 75mm, Ø 11mm 11mm. Peça interior: D.E. 11mm, long 75mm, Ø 11mm 10mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101448071 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30002743

Descripció llarga:

Cànula laringectomia de plata N06, 2 peces. Peça exterior: D.E. 12mm, long 60mm, Ø 11mm 11mm. Peça interior: D.E. 11mm, long 60mm, Ø 11mm 10mm. Plata 930 mil·lèsimes.

SOL.COMANDA: 1101448071 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30003428

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N04, 3 peces, fenestrada 10 forats. Peça exterior: D.E. 10mm, long 68mm, Ø 11mm 9mm. Peça interior: D.E. 9mm, long 68mm, Ø 11mm 8mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101448071 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30003429

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N06, 3 peces, fenestrada 10 forats. Peça exterior: D.E. 12mm, long 75mm, Ø 11mm 11mm. Peça interior: D.E. 11mm, long 75mm, Ø 11mm 10mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101448071 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30003430

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N06, 3 peces, llarg especial. Peça exterior: D.E. 12mm, long 103mm, Ø 11mm 11mm. Peça interior: D.E. 11mm, long 103mm, Ø 11mm 10mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101448071 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30003431

Descripció llarga:

Cànula traqueostomia de plata N07, 3 peces. Peça exterior: D.E. 13mm, long 80mm, Ø 11mm 12mm. Peça interior: D.E. 12mm, long 80mm, Ø 11mm 11mm. Plata 925 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.

SOL.COMANDA: 1101448071 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30005095

Descripció llarga:

TET oro-nasal, PVC transp, ventil prolongada, baló baixa pressió, baixa permeabil N20, drenatge subglòtic, extrem distal obert polit, suau, orifici lateral, línia radioopaca, marques profund. DI8, Ø, DE11, 9mm, Øbaló repòs 30(+/-0,5)mm, long 330(+/-5)mm. S/làtex, est, iús



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán 04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 25 de 38

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 29.10.2025 HORA: 15:32:39 PÀGINA: 4 / 6
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 30005096
Descripció llarga: TET oro-nasal, PVC transp,ventil prolongada,baló baixa pressió,baixa permeabil N20,drenatge subglòtic,extrem distal obert polit,suau ,orifici lateral,línia radioopaca,marques profund.DI9,0,DE12,8mm,Øbaló repòs 30(+/-0,5)mm,long 330(+/-5)mm.S/làtex,est,1ús		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 30005187
Descripció llarga: Cànula de traqueostomia, una sola peça de silicona retallable, sense baló, mida de: N08 D.I. 11,5 (+/-0,4)mm, D.E. 14,5 (+/-0,4)mm, L 63 (+/-3)mm. Lliure de làtex i ftalats, no estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 30005499
Descripció llarga: Tap de silicona per a cànula interna de traqueostomia de plata N 06. No estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 30007831
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N04: D.I 4,0 mm, D.E 5,6 mm, longitud 178 (+/-2)mm Diàmetre del baló 8 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 30007832
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N05: D.I 5,0 mm, D.E 6,9 mm, longitud 212 (+/-3)mm Diàmetre del baló 19 mm. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 30008174
Descripció llarga: Cànula traqueostomia fonatòria de plata N05, 2 peces, fenestrada multiorifici. Peça exterior: D.E. 11mm, long 72mm, Ø llum 10mm. Peça interior: D.E. 10mm long, 72mm, Ø llum 9mm. Plata 925 mil·lèsimes. Vàlvula i cadena de plata soldada al tub. No estèril.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 30010065
Descripció llarga: Cànula traqueostomia fonatòria de plata N03, 2 peces, fenestrada multiorifici. Peça exterior: D.E. 9mm, long 65mm, Ø llum 8mm. Peça interior: D.E. 8mm long, 65mm, Ø llum 7mm. Plata 925 mil·lèsimes. Vàlvula i cadena de plata soldada al tub. No estèril.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 30012118
Descripció llarga: Cànula d'intubació fibroscòpica tipus VAMA de plàstic, mida única, forma anatòmica, amb marca làser per guiar fibroscopi, obertura l liscant, per a tubs endotraqueals fins a 8mm de diàmetre, sense làtex, no estèril, d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 44196862Q	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 29.10.2025 HORA: 15:32:39 PÀGINA: 5 / 6
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30024226
Descripció llarga: Tub endotraqueal oral preformat, de plàstic, amb baló de pneumotaponament de baixa pressió, línia radioopaca. Mida N4.5: D.I 4,5 mm, D.E 6,2 mm, longitud 198 (+/-3)mm Diàmetre del baló 11 mm. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 30028932
Descripció llarga: Raspall per cànula traqueostomia diàmetre 7 (+/-1) mm, longitud 15 (+/-2) cm, de plàstic. No estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30029461
Descripció llarga: Cànula cirurgia laringe via traqueostomia, part proximal angle 180°, PVC termosensible, siliconada, flexible, reforçada, radioopaca, baló 22mm de baixa pressió+vàlvula conn luer/luer-lock, connector 15mm. DI 7,0mm,DE 10,4mm,long 270mm.S/làtex,estèril,iús		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30029462
Descripció llarga: Cànula cirurgia laringe via traqueostomia, part proximal angle 180°, PVC termosensible, siliconada, flexible, reforçada, radioopaca, baló 24mm de baixa pressió+vàlvula conn luer/luer-lock, connector 15mm. DI 8,0mm,DE 11,4mm,long 270mm.S/làtex,estèril,iús		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 30040035
Descripció llarga: TET oro-nasal, PVC transp,ventil prolongada,baló baixa pressió,baixa permeabil N20,drenatge subglòtic,extrem distal obert polit,suau ,orifici lateral,línia radioopaca,marques profund.DI7,0,DE10,4mm,Øbaló repòs 30(+/-0,5)mm,long 330(+/-5)mm.S/làtex,est,iús		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 30042892
Descripció llarga: Cànula traqueostomia de plata llarg especial, N06, 3 peces, fenestrada 10 forats. Peça exterior: D.E. 12mm, long 103mm, Ø llum 11mm. Peça interior: D.E.11mm, long 103mm, Ø llum 10mm. Plata 930 mil·lèsimes. Fiador mandril o obturador punta roma.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 30052750
Descripció llarga: Pala de video-laringoscop tipus DÖRGES per a intubació difícil. Compatible amb# monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Lliure de làtex, estèril d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448071	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 30053903
Descripció llarga: Pala de video-laringoscop tipus Macintosh núm. 3 per a intubació difícil. Compatible amb# monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 29.10.2025
HORA: 15:32:39
PÀGINA: 6 / 6

SOL.COMANDA: 1101448071 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30053904

Descripció llarga:

Pala de video-laringoscop tipus Macintosh núm. 4 per a intubació difícil. Compatible amb #monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448071 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30054431

Descripció llarga:

Pala de video-laringoscop tipus Miller núm. 1 per a intubació difícil. Compatible amb# monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Ll iure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448071 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30054432

Descripció llarga:

Pala de video-laringoscop tipus Miller núm. 0 per a intubació difícil. Compatible amb# monitor C-MAC i imager C-MAC o equivalent. Ll iure de làtex, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448071 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30060659

Descripció llarga:

Pala de laringoscopi tipus Macintosh núm. 3 amb transmissió de llum per fibra òptica, de plàstic. Compatible amb mànecs punt verd IS O 7376. Lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448071 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30060660

Descripció llarga:

Pala de laringoscopi tipus Macintosh núm. 4 amb transmissió de llum per fibra òptica, de plàstic. Compatible amb mànecs punt verd IS O 7376. Lliure de làtex, lliure de ftalats, , d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448071 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30063894

Descripció llarga:

Cànula traqueotomia amb baló, flexible, radioopac,punta atraumàtica, aletes de subjecció en V flexible i anatòmica, N4 pediàtrica (D .I. 4,0mm, D.E. 6,0 +/- 0,2 mm, L 44 +/- 2mm), obturador, cinta. Estèril, lliure de làtex i ftalats.

SOL.COMANDA: 1101448071 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30063895

Descripció llarga:

Cànula traqueotomia amb baló, flexible, radioopac,punta atraumàtica, aletes de subjecció en V flexible i anatòmica, N4.5 pediàtrica (D.I. 4 ,5mm, D.E. 6,7 +/- 0,2 mm, L 48 +/- 2 mm), obturador, cinta. Estèril, lliure de làtex i ftalats.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 28 de 38

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 29 de 38

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 30 de 38

Salut/Institut
Català de la Salut

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del <i>Resum</i> de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 31 de 38

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/CC00/1101448071/26/AMUP

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CÀNULES, TUBS I ACCESSORIS PER A VENTILACIÓ PULMONAR – COMPLEMENTARI II

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Lot	Codi SAP	Descripció Codi SAP	Tipus Oferta	GTIN (EAN)	Referència proveïdor	Referència distribuïdor	Marca	Normativa	
								Marcatge conf CE (SI/NO)	Cumplimento regulació prod sanitarios (SI/NO)
1	30029461	Cànul laring reforç a/baló b/p N07 270mm							
1	30029462	Cànul laring reforç a/baló b/p N08 270mm							
2	30063894	Cànula traq silicona baló ped 4x44mm							
2	30063895	Cànula traq silicona baló ped 4,5x48mm							
3	30001094	Tub endotraq oral preform a/b N5,5x222mm							
3	30001095	Tub endotraq oral preform a/b N6x247mm							
3	30001096	Tub endotraq oral preform a/b N6,5x257mm							
3	30001097	Tub endotraq oral preform a/b N7x276mm							
3	30001098	Tub endotraq oral preform a/b N7,5x286mm							
3	30001099	Tub endotraq oral preform a/b N8x306mm							
3	30001100	Tub endotraq oral preform a/b N8,5x316mm							
3	30007831	Tub endotraq oral preform a/b N4x178mm							
3	30007832	Tub endotraq oral preform a/b N5x212mm							
3	30024226	Tub endotraq oral preform a/b N4,5x198mm							
4	30002501	Tub endotrq oronas PVC 2l/um s/bal 3,5mm							
4	30002502	Tub endotrq oronas PVC 2l/um s/bal 2,0mm							
4	30002503	Tub endotrq oronas PVC 2l/um s/bal 3,0mm							
4	30002505	Tub endotrq oronas PVC 2l/um s/bal 2,5mm							
5	30005095	Tub endtraq oronas prol a/b+asp 330mm N8							
5	30005096	Tub endtraq oronas prol a/b+asp 330mm N9							
5	30040035	Tub endtraq oronas prol a/b+asp 330mm N7							
6	30060659	Pala laring Macintosh metall verd N3 1ús							
6	30060660	Pala laring Macintosh metall verd N4 1ús							
7	30005187	Càn traqueo silicona s/baló N8 retallabl							
7	30005499	Tap silicona cànula traqueo plata 06							
7	30012118	Cànula intuba fibroscop VAMA mida única							
7	30028932	Raspall plàstic cànula traqueo Ø7mm 15cm							
8	30052750	Pala video-laringoscop DÖRGES C-MAC							
8	30053903	Pala video-laringoscop Macintosh 3 C-MAC							
8	30053904	Pala video-laringoscop Macintosh 4 C-MAC							
9	30054431	Pala video-laringoscop Miller 1 C-MAC							
9	30054432	Pala video-laringoscop Miller 0 C-MAC							
9	30002070	Cànula traqueo plata 3 peces N03 L65mm							
9	30002739	Cànula traqueo plata 3 peces N05 L72mm							
9	30002740	Cànula traqueo plata 3 peces N04 L68mm							
9	30002741	Cànula traqueo plata 3 peces N06 L75mm							
9	30003430	Cànula traqueo plata 3 peces N06 L103mm							
9	30003431	Cànula traqueo plata 3 peces N07 L80mm							
10	30002071	Cànula traqueo plata fenestr 3 peces N05							
10	30003428	Cànula traqueo plata fenestr 3 peces N04							
10	30003429	Cànula traqueo plata fenestr 3 peces N06							
10	30008174	Cànula traqueo plata fonat fenest 2p N05							
10	30010065	Cànula traqueo plata fonat fenest 2p N03							
10	30042892	Cànula traqueo plata fenest 3p N06 103mm							
11	30002068	Cànula laringectomia plata 2 peces N07							
11	30002069	Cànula laringectomia plata 2 peces N08							
11	30002743	Cànula laringectomia plata 2 peces N06							

ANNEX D2 - RESUM



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 32 de 38

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 33 de 38

ANNEX D3 -Fitxa resum de requisits d'obligat compliment

Identificació de l'empresa

Nom NIF

Fabricant / Distribuïdor

			REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT	
LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	Cànules de traqueostomia amb baló: INCOPORACIÓ DOBLE CAMISA	Tubs endotraquials: ORIFICI TERMINA BISELLAT
			OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)	OMPLIR CASELLA AMB UN (SI/NO)
			(en aquest mateix Annex D3 es presentarà el certificat vigent)	(en aquest mateix Annex D3 es presentarà el certificat vigent)
1	30029461	Cànul laring reforç a/baló b/p N07 270mm		
1	30029462	Cànul laring reforç a/baló b/p N08 270mm		
2	30063894	Cànula traq silicona baló ped 4x44mm		
2	30063895	Cànula traq silicona baló ped 4,5x48mm		
3	30001094	Tub endotraq oral preform a/b N5,5x222mm		
3	30001095	Tub endotraq oral preform a/b N6x247mm		
3	30001096	Tub endotraq oral preform a/b N6,5x257mm		
3	30001097	Tub endotraq oral preform a/b N7x276mm		
3	30001098	Tub endotraq oral preform a/b N7,5x286mm		
3	30001099	Tub endotraq oral preform a/b N8x306mm		
3	30001100	Tub endotraq oral preform a/b N8,5x316mm		
3	30007831	Tub endotraq oral preform a/b N4x178mm		
3	30007832	Tub endotraq oral preform a/b N5x212mm		
3	30024226	Tub endotraq oral preform a/b N4,5x198mm		
4	30002501	Tub endotraq oronas PVC 2llum s/bal 3,5mm		
4	30002502	Tub endotraq oronas PVC 2llum s/bal 2,0mm		
4	30002503	Tub endotraq oronas PVC 2llum s/bal 3,0mm		
4	30002505	Tub endotraq oronas PVC 2llum s/bal 2,5mm		
5	30005095	Tub endotraq oronas prol a/b+asp 330mm N8		
5	30005096	Tub endotraq oronas prol a/b+asp 330mm N9		
5	30040035	Tub endotraq oronas prol a/b+asp 330mm N7		
6	30060659	Pala laring Macintosh metall verd N3 1ús		
6	30060660	Pala laring Macintosh metall verd N4 1ús		
7	30005187	Càn traqueo silicona s/baló N8 retallabl		
7	30005499	Tap silicona cànula traqueo plata 06		
7	30012118	Cànula intuba fibroscop VAMA mida única		
7	30028932	Raspall plàstic cànula traqueo Ø7mm 15cm		
8	30052750	Pala video-laringoscop DÖRGES C-MAC		
8	30053903	Pala video-laringoscop Macintosh 3 C-MAC		
8	30053904	Pala video-laringoscop Macintosh 4 C-MAC		
8	30054431	Pala video-laringoscop Miller 1 C-MAC		
8	30054432	Pala video-laringoscop Miller 0 C-MAC		
9	30002070	Cànula traqueo plata 3 peces N03 L65mm		
9	30002739	Cànula traqueo plata 3 peces N05 L72mm		
9	30002740	Cànula traqueo plata 3 peces N04 L68mm		
9	30002741	Cànula traqueo plata 3 peces N06 L75mm		
9	30003430	Cànula traqueo plata 3 peces N06 L103mm		
9	30003431	Cànula traqueo plata 3 peces N07 L80mm		
10	30002071	Cànula traqueo plata fenestr 3 peces N05		
10	30003428	Cànula traqueo plata fenestr 3 peces N04		
10	30003429	Cànula traqueo plata fenestr 3 peces N06		
10	30008174	Cànula traqueo plata fonat fenest 2p N05		
10	30010065	Cànula traqueo plata fonat fenest 2p N03		
10	30042892	Cànula traqueo plata fenest 3p N06 103mm		
11	30002068	Cànula laringectomia plata 2 peces N07		
11	30002069	Cànula laringectomia plata 2 peces N08		
11	30002743	Cànula laringectomia plata 2 peces N06		

ANNEX D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment_DETALL.xlsx



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 34 de 38

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 35 de 38



S'ha d'omplir l'excel **ANNEX_D4_1101434775**

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. Pestanya proveïdor

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	OBLIGATORI
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	OBLIGATORI
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	OBLIGATORI
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 36 de 38

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO , no es pot deixar en blanc	OBLIGATORI
-----------------	---	-------------------

LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT

En cada codi sap cal indicar el següent:

SI PRESENTA OFERTA = SI

TOTS els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb el compliment definit informat (desplegable).

Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

Si l'arxiu no està degudament complimentat pot suposar la no comptabilització del criteri.

SI PRESENTA OFERTA = NO

Els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situa entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapet es situa entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecte davant,creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M,llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecte davant, creuada darrera,màniga llarga,puny tricot,sist subjecte coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L,L,llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	SI	SI	SI	No



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 37 de 38

ANNEX D5 – Fitxa pròpia del producte Product Data



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
04/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 18/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



00187AO2HHO1N5IA2SN6WZ3V06FBQ8WQ

Data creació còpia:
18/11/2025 12:29:35

Pàgina 38 de 38