

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE TAPES, BASES, CISTELLES I ACCESSORIS DE CONTENIDORS PER ESTERILITZACIÓ DE L'HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON (HUVH).

Els criteris d'adjudicació són els que es detallen a continuació i que es troben recollits a l'annex 4 del plec de clàusules administratives particulars. La configuració realitzada respon a la voluntat d'aconseguir la millor relació qualitat preu en l'adjudicació del contracte i això fent servir criteris qualitius i econòmics. Tots ells estan vinculats a l'objecte del contracte i respecten, en tot moment, els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.

Els criteris d'adjudicació pel lot únic estan definits de manera individual. Es descriuen i defineixen les característiques bàsiques d'obligat compliment pel lot únic. Les ofertes presentades que no s'ajustin als requisits mínims indicats a les descripcions del lot quedaran excloses de la licitació.

Tant la definició de les ofertes desproporcionades com els criteris d'adjudicació objectius tenen la finalitat d'afavorir l'adjudicació a les ofertes amb la millor relació qualitat-preu garantint en tot cas la igualtat de tracte.

Els criteris definits estan vinculats de manera objectiva a la prestació principal i a l'específica del lot.

La valoració del criteri de manteniment amb taller de reparacions propi homologat és vital per la importància d'un bon manteniment de l'equip. Si ho reparen tercers no s'assegura que les peces que facin servir siguin originals i això fa que després no es pugui assegurar la correcta estanqueïtat de la tapa amb la base, posant en risc l'estanqueïtat de la esterilització.

Les tapes acostumen a trencar-se per la zona de les pestanyes de tancament o per els accessoris que mantenen íntegre el filtre o la junta de segellat, disposar de taller propi de reparacions facilita que el reparador faci les proves de qualitat i seguretat pertinents sense dependre de res per part de l'hospital ja que te la resta de components del set (base, tapa, cistelles...), si el taller no es propi no acostumen a demanar-ho però cal que s'envii a reparar tot el conjunt (es a dir tapa + base) per tal de que fàcil les proves pertinents de qualitat de manteniment de la estanqueïtat, etc. ja que ne moltes ocasions pot passar que a la tornada de la reparació no sigui correcta (o ni es detecti visiblement que no es correcte i perdem la estanqueïtat), a més de que es perd la garantia de fabricant si hi ha una averia i es manipula per un tercer, i si hem d'enviar base+tapa hem de retirar del circuit de material el set complet, això pot afectar a l'activitat quirúrgica de l'Hospital significativament.

La valoració del període de garantia pretén assegurar una millora en el producte, en el servei postvenda i en el manteniment, ja que permet solucionar les incidències que es produeixin als articles per un període superior als dos anys establerts, és a dir, l'article podria quedar cobert en el seu període de vida útil al centre, per a un temps superior a l'inicialment requerit. Per valorar aquest criteri el licitador ha de presentar una Declaració de compromís d'Ampliació de la garantia, detallant per a cada lot el nombre d'anys addicionals de garantia oferts, a més dels dos inicials sol·licitats.

El criteri de qualitat es valora perquè l'ISO 13485 és un estàndard internacional que especifica els requisits per a un sistema de gestió de qualitat (SGQ) a la indústria de dispositius mèdics. Tot i

que no és una norma d'obligat compliment, serveix per garantir la seguretat i l'eficàcia dels productes, ja que s'enfoca al compliment dels requisits reglamentaris i a una gestió de qualitat per part de l'empresa que pot garantir que treballa amb un SGQ i ajuda a garantir el compliment dels requisits legals dels productes que oferta.

Els criteris s'han establert d'acord amb el següent:

Criteri econòmic – 60 punts (SOBRE ÚNIC)

Les ofertes que excedeixin el preu de licitació del lot únic també quedaran excloses, encara que tècnicament puguin ser correctes.

Els preus dels articles detallats a l'informe de necessitats són de referència i el preu màxim de licitació és el total fixat per a cada article, així per tal de calcular la valoració econòmica de les ofertes rebudes es tindrà en compte el preu ofert per la totalitat del lot, amb el benentès que ha d'incloure totes les unitats previstes sol·licitades i tots els articles del lot.

La puntuació econòmica màxima serà de **60 punts** i els rebrà la millor oferta econòmica sempre que compleixi amb els requisits mínims indicats en el Plec de condicions tècniques.

Les ofertes restants obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

Sent:

P: Punts criteri econòmic

IL: Import de licitació

Ov: Import de l'oferta econòmica a valorar

Om: Import de la millor oferta presentada

Pv: Punts atorgats a l'oferta

Per determinar les ofertes anormalment baixes (OAB), s'aplicarà l'Annex 6 del PCAP.

En cas d'ofertes considerades anormalment baixes l'òrgan de contractació sol·licitarà a l'empresa licitadora un informe justificatiu de l'oferta econòmica presentada per a la seva valoració. En cas que la informació rebuda no expliqui satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats, l'empresa licitadora quedarà automàticament exclosa del procés de licitació.

Tots els càlculs es faran amb imports sense IVA.

Criteris de qualitat (automàtics- no preu) – 40 punts (SOBRE ÚNIC)

La puntuació màxima de la valoració automàtica serà de 40 punts.

LOT	CRITERIS VALORACIÓ	VALORS	PUNTUACIÓ
UNIC	Període de garantia	$\frac{PG \text{ Licitat} - 2}{PMG - 2} \times 10$	10
	Manteniment: Taller de reparacions propi homologat.	Si compleix: 20 punts No compleix: 0 punts	20
	Qualitat: Certificat d'implementació d'un Sistema de Gestió de Qualitat en compliment amb la normativa EN ISO 13485 o equivalents per a dispositius sanitaris, o ISO 9001:2008 o equivalent.	Si compleix: 10 punts No compleix: 0 punts	10
	TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS VALORACIÓ LOT UNIC		40

Sra. Àngels Barba Flores
 Directora d'infermeria
 Hospital Universitari Vall d'Hebron