

CODI EXPEDIENT: 2025116

TÍTOL DE L'EXPEDIENT: Subministrament i manteniment d'un autoanalitzador de nutrients

INFORME DE VALORACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A UN JUDICI DE VALOR DE LES OFERTES PRESENTADES
--

S'ha procedit a obrir el **Sobre B**, seguidament es fa la valoració de les ofertes presentades a l'expedient: **Subministrament i manteniment d'un autoanalitzador de nutrients** sobre els criteris sotmesos a un judici de valor d'acord a l'Annex 4 del Plec de Clàusules Administratives.

A. CRITERIS DE VALORACIÓ SOTMESOS A UN JUDICI DE VALOR

Els criteris de valoració sotmesos a un judici de valor de l'expedient de contractació de referència són els següents:

- Portar a terme una descripció relativa al programari incorporat a l'equip, tenint en compte la facilitat del seu ús.
- L'extensió d'aquest document serà de 2 pàgines en lletra Arial 11. Tot el que excedeixi d'aquesta extensió no es tindrà en compte ni es valorarà.

B. VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES

B.1. Empreses admeses a la licitació

A l'expedient de referència, una vegada revisada la documentació presentada en el sobre A s'han admès les ofertes presentades per les empreses següents:

- MICROBEAM, S.A
- AXFLOW, S.A.U
- METROHM HISPANIA, S.L

B.2. Aplicació dels criteris de valoració sotmesos a un judici de valor a les ofertes presentades:

- MICROBEAM, S.L ha obtingut una puntuació d' 6 **punts**, atès que a la seva oferta indica que:
 - Es poden definir diferents nivells d'usuari.
 - La taula de mostreig es pot importar a partir d'Excel.
 - Es poden visualitzar tots els canals a la vegada durant el procés d'anàlisi en temps real amb càlcul de resultats en temps real.
 - El software disposa de suport estadístic ISO 8466 i protocols CLP/GLP.
 - Realitza l'anàlisi automàtic de mostres fora de rang.
 - També disposa de paquet estadístic de sensibilitat.
 - Disposa de paquet de reports personalitzats.

- AXFLOW, S.A.U ha obtingut una puntuació d' 7 **punts**, atès que a la seva oferta indica que:
 - Es poden definir diferents nivells d'usuari.
 - Es pot fer la visualització en temps real dels resultat, correlació, sensibilitat i altres informacions.
 - Disposa de protocols GLP, CLP, BPL, control de qualitat personalitzat.
 - Disposa d'inici automàtic i parada automàtica i segura del sistema sense presència de l'analista.
 - Es poden utilitzar 10 patrons per canal + base
 - L'organització de les informacions es divideix en anàlisis i sèries. Es poden crear series analítiques que es poden emmagatzemar.
 - Es poden fer modificacions durant les analítiques.
 - Es pot monitoritzar la sèrie en temps real.
 - A la pantalla es poden visualitzar les icones per cada dispositiu.
 - Disposa d'opcions d'estalvi energètic sense la presència de l'analista.
 - Es poden re-processar les dades.
 - Es pot calcular la capacitat reductora del cadmi i la seva aplicació per al càlcul de nitrats.
 - Permet reutilitzar corbes de calibratge de sèries prèvies.

- METROHM, ha obtingut una puntuació d' **3 punts**, atès que a la seva oferta indica que:
Disposa de dilució automàtica dels patrons.
Disposa de dilució automàtica de les mostres fora de rang.
Es poden fer modificacions durant l'analítica.
Disposa de finalització automàtica.
Permet re-processar dades amb diferents calibrats.
Disposa de rentat automàtic.

C. RESUM PUNTUACIÓ

EMPRESA LICITADORA	PUNTIUACIÓ CRITERIS
MICROBEAM, S.A	6
AXFLOW, S.A.U	7
METROHM HISPANIA, S.L	3

I, perquè consti, signo el present informe de valoració de les ofertes a La Ràpita

Margarita Fernández
Tejedor - DNI 39863998F (TCAT)
Margarita Fernández
Tejedor - DNI 39863998F (TCAT)
2025-11-14 10:57:41

Responsable del contracte
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

RESOLUCIÓ D'ACCEPTACIÓ PROPOSTA MESA

Vista la proposta feta per la Mesa de Contractació, en relació a la contractació de l'expedient **IRTA 2025116, Subministrament i manteniment d'un autoanalitzador de nutrients,**

RESOLC:

1. Acceptar la proposta de la Mesa relativa a no tenir en compte ni valorar la documentació que excedeixi l'extensió màxima prevista a l'Annex 2.1 del PCAP presentada per les empreses METROHM HISPANIA, S.L i MICROBEAM, S.A, de l'expedient IRTA 2025116 Subministrament i manteniment d'un autoanalitzador de nutrients.
2. Ordenar que es notifiqui la present resolució als interessats i que es publiqui perfil del contractant.

Caldes de Montbui,

Josep Usall i Rodié - DNI
40893753Y (TCAT)
Signat digitalment
per Josep Usall i
Rodíé - DNI
40893753Y (TCAT)
Data: 2025.11.12
09:14:45 +01'00'

L'Òrgan de contractació
Josep Usall Rodié