

INFORME DE VALORACIÓ FINAL

SUBMINISTRAMENT DE TRACTE SUCCESSIU DE REACTIUS, D'ALTRE MATERIAL I EQUIPAMENT NECESSARI PER A DUR A TERME LA DETERMINACIÓ D'ANALITS D'INTERÈS CLÍNIC MITJANÇANT LA TECNOLOGIA D'IMMUNOASSAIG PER QUIMIOLUMINISCÈNCIA (CLIA), I D'ALTRES PARÀMETRES AL LABORATORI DE LABORATORI DE REFERÈNCIA DE CATALUNYA, SA

ÍNDEX

1. PROPOSICIONS PRESENTADES	3
-----------------------------------	---

2.	CRITERIS DE VALORACIÓ	3
3.	NOTIFICACIÓ D'INCIDÈNCIES	4
4.	FASE DE VALORACIÓ SOBRE ÚNIC	4
4.1.	CRITERIS TÈCNICS (Fins a 50 punts)	4
4.2.	CRITERIS ECONÒMICS (Fins a 50 punts)	5
5.	RESUM DE PUNTUACIONS	5
6.	CONCLUSIONS	5

1. PROPOSICIONS PRESENTADES

Ha presentat proposició la següent empresa:

Denominació social	NIF
RAL Técnica para el Laboratorio, S.A.	A08632010

2. CRITERIS DE VALORACIÓ

- Criteris Automàtics (100%), dels quals el 40% és el preu i el 60% restant criteris tècnics.

A continuació s'exposa la llista de criteris de valoració dins dels apartats generals Criteris Automàtics:

I. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE C): fins a CENT (100) PUNTS.

Criteris Automàtics (100%), dels quals el 50% és el preu i el 50% restant criteris tècnics.

Es valoraran les ofertes definitives presentades pels licitadors en base als següents criteris de valoració.

I.I. Oferta econòmica: La puntuació total en aquest apartat serà, com a màxim de CINQUANTA (50) punts.

Obtenint la màxima puntuació l'oferta més econòmica i puntuant-se la resta d'ofertes econòmiques segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

On:

El valor de ponderació ordinari (VP), és de 1

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

I.II. Aspectes tècnics automàtics: la puntuació total en aquest apartat serà, com a màxim, de CINQUANTA (50) punts, d'acord als següents criteris els quals cal demostrar/justificar el compliment de cadascun amb l'aportació de certificats, fitxes tècniques o qualsevol document reforçat amb una declaració responsable, a més d'indicar-ho a la memòria tècnica:

CRITERIS TÈCNICS (Fins a 50 punts)

Descripció Criteri		Puntuació Màxima
C.I.I. Processament de la totalitat de proves objecte de contracte en el mateix auto analitzador. (Màxim 20 punts)	SI / NO	20

C.I.II. Velocitat de processament (en tests/hora). Es valorarà la velocitat de processament de l'auto analitzador requerit per a la realització de les proves analítiques estimades. Aquest paràmetre ha d'estar degudament acreditat amb documentació tècnica del fabricant. Forma de valoració: S'atorgarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti la velocitat més alta en tests/hora. La resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Velocitat més baixa / Velocitat oferta X) x 18 (Màxim 18 punts)	Velocitat de processament més alta oferta.		18
C.I.III. Disponibilitat de les següents proves al catàleg. S'atorga 1 punt per a cada paràmetre inclòs al catàleg del licitador, i no es puntuarà en cas de no disposar-ne. (Màxim 12 punts)	4585	ZnT8	2
	3462	TNFAIfa	2
	3012	T3Reversa	2
	3058	Proinsulina	2
	3080	Glucagon	2
	3420	Pepsinògen I	2
			50

3. NOTIFICACIÓ D'INCIDÈNCIES

Sense incidències.

4. FASE DE VALORACIÓ SOBRE ÚNIC

4.1. CRITERIS TÈCNICS (Fins a 50 punts)

Descripció Criteri	Codi prova	Prova	Puntuació Màxima	Valor de Resposta	Puntuació Obtinguda Licitador 1: RAL TÉCNICA PARA EL LABORATORIO, SA
C.I.I. Processament de la totalitat de proves objecte de contracte en el mateix auto analitzador. (Màxim 20 punts)	SI / NO		20	SI	20
C.I.II. Velocitat de processament (en tests/hora). Es valorarà la velocitat de processament de l'auto analitzador requerit per a la realització de les proves analítiques estimades. Aquest paràmetre ha d'estar degudament acreditat amb documentació tècnica del fabricant. Forma de valoració: S'atorgarà la màxima puntuació a l'oferta que presenti la velocitat més alta en tests/hora. La resta d'ofertes obtindran una puntuació proporcional segons la fórmula següent: Puntuació oferta X = (Velocitat més baixa / Velocitat oferta X) x 18 (Màxim 18 punts)	Velocitat de processament més alta oferta.		18	200 Tests/hora	18
C.I.III. Disponibilitat de les següents proves al catàleg. S'atorga 1 punt per a cada paràmetre inclòs al catàleg del licitador, i no es puntuarà en cas de no disposar-ne. (Màxim 12 punts)	4585	ZnT8	2	SI	2
	3462	TNFAIfa	2	SI	2
	3012	T3Reversa	2	SI	2
	3058	Proinsulina	2	SI	2
	3080	Glucagon	2	SI	2
	3420	Pepsinògeno I	2	SI	2
			50	Total punts.	50

4.2. CRITERIS ECONÒMICS (Fins a 50 punts)

Empresa: RAL TÉCNICA PARA EL
LABORATORIO, S.A.,

	sense IVA	amb IVA
Preu d'oferta:	47.770,40	57.802,18 €

Puntuació obtinguda: 50 punts

5. RESUM DE PUNTUACIONS

L'única empresa que ha presentat proposició, **RAL TÉCNICA PARA EL LABORATORIO, SA.**, ha obtingut la puntuació total de **100 punts**.

Aquesta puntuació total constitueix la base per formular la proposta d'adjudicació corresponent.

6. CONCLUSIONS

Un cop finalitzat el **procés de valoració de l'oferta presentada per a l'única empresa que ha presentat proposició**, d'acord amb els criteris establerts als **plecs de clàusules administratives i tècniques**, i **avaluades les propostes econòmiques i tècniques de forma automàtica(Sobre C)**, es conclou que **la següent empresa licitadora s'ajusta a les necessitats del Laboratori de Referència de Catalunya**:

LOT	EMPRESA PROPOSADA PER A L'ADJUDICACIÓ	PUNTUACIÓ TOTAL
LOT ÚNIC	RAL TÉCNICA PARA EL LABORATORIO, SA CIF. A08632010	100,00

S'ha **constatat que l'oferta proposada** per a l'adjudicació compleix amb els requisits exigits als **plecs de prescripcions tècniques**, sense incidències que invalidin la seva admissibilitat.

Es proposa **eleva aquesta proposta a l'òrgan de contractació** perquè en resolgui l'adjudicació, de conformitat amb la normativa aplicable i els **informes tècnics emesos**.

En virtut de tot l'anterior, **signa el present informe**,

Bonaventura Ruiz Montasell
Director dels laboratoris clínics de la xarxa dibi