

Expedient: 0560/25

Entitat: Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

Tipus: subministrament

Subtipus: arrendament

Procediment: obert

Tràmit: ordinari

Objecte: Arrendament d'equips per a la gestió de residus líquids de quiròfan de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE B – EXPEDIENT 0560/25

I. INTRODUCCIÓ

L'elaboració del present informe és conseqüència de l'encàrrec realitzat per la Mesa de Contractació en sessió de 20 d'octubre de 2025.

Els responsables designats per a l'elaboració d'aquest informe, d'acord amb la clàusula W del quadre de característiques, són:

- Patricia Cid Verge. Responsable àmbit quiròfan i sala de parts de Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp.

II. OFERTES QUE ES VALORARAN

Es fa lliurament al responsable de l'elaboració d'aquest informe de la documentació lliurada en el sobre B per part de les empreses següents:

- **STRYKER IBERIA, SL - B82173451**

III. ANÀLISIS DELS REQUERIMENTS TÈCNICS

Un cop revisades les ofertes tècniques presentades i les demostracions realitzades durant la setmana del 22 al 28 d'octubre, és constata que totes les ofertes donen compliment als requeriments tècnics mínims previstos al plec de prescripcions tècniques.

IV. ANÀLISI DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

IV.I. VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICIS DE VALOR (48 punts)

1. Programes de buidatge (fins a 8 punts)

Es valorarà, amb un màxim de 8 punts, les especificacions i característiques dels programes de buidatge, la quantitat de programes per sobre del mínim demanat així com el temps de cada programa que millor s'adapti a les necessitats del centre.

- **STRYKER IBERIA, SL**

Revisada la documentació i duta a terme la demostració tècnica STRYKER IBERIA, SL s'observa que el sistema realitza el buidatge de forma estanca i automàtica, oferint 3 opcions de buidatge segons el programa desitjat (un rentat curt de 2,5 minuts, un normal de 5 minuts i un extens de 50 minuts). (8 punts)

2. Programes de neteja (fins a 6 punts)

Es valorarà, amb un màxim de 6 punts, les especificacions i característiques dels programes de buidatge, la quantitat de programes per sobre del mínim demanat així com el temps de cada programa que millor s'adapti a les necessitats del centre.

- STRYKER IBERIA, SL

Revisada la documentació i duta a terme la demostració tècnica STRYKER IBERIA, SL s'observa que el sistema realitza el buidatge de forma estanca i automàtica, oferint 3 opcions de buidatge segons el programa desitjat (un rentat curt de 2,5 minuts, un normal de 5 minuts i un extens de 50 minuts). (6 punts)

3. Ergonomia i maneig (fins a 8 punts)

Es valorarà, amb un màxim de 8 punts, l'ergonomia i el maneig dels equips oferts que millor s'adaptin a les necessitats del centre.

- STRYKER IBERIA, SL

Revisada la documentació i duta a terme la demostració tècnica STRYKER IBERIA, SL s'observa que el sistema és ergonòmic i fàcil de maneig gràcies a les rodes que permeten transportar-lo fàcilment, així com l'alçada de 71 mànec i les connexions (filtres) i pal d'aigües motoritzat que evita l'aixecament de pes. (8 punts)

4. Línies de succió dels filtres (fins a 8 punts)

Es valorarà, amb un màxim de 8 punts, la quantitat de línies de succió dels filtres que s'ofertin millorant les exigides al plec de prescripcions tècniques. La valoració es durà a terme de la següent forma:

- No millora de la quantitat respecte les mínimes exigides (4): 0 punts.
- Aportació d'1 línia més respecte les mínimes exigides: 2 punts
- Aportació de 2 línies més respecte les mínimes exigides: 4 punts
- Aportació de 3 línies més respecte les mínimes exigides: 6 punts

- Aportació de 4 o més línies respecte les mínimes exigides: 8 punts

STRYKER IBERIA, SL

Revisada la documentació i duta a terme la demostració tècnica STRYKER IBERIA, SL s'observa que el filtre Neptune disposa de quatre ports (línies de succió), amb possibilitat de connectar 2 filtres (és a dir en total 8 línies de succió). (8 punts)

5. Capacitat total d'aspiració comptant els dos dipòsits (fins a 8 punts)

Es valorarà, amb un màxim de 8 punts, la major capacitat total d'aspiració oferta comptant els dos dipòsits. La major capacitat obtindrà la màxima puntuació i la resta obtindran la puntuació de forma proporcional.

- **STRYKER IBERIA, SL**

Revisada la documentació i duta a terme la demostració tècnica STRYKER IBERIA, SL s'observa que el rover Neptune disposa de dos dipòsits (un de 4 litres de capacitat i l'altre de 20 litres, en total oferint 24 litres de capacitat de recollida de fluids). (8 punts)

6. Capacitat de comptabilitzar els líquids aspirats sense la necessitat de fer el buidatge entre pacients (fins a 5 punts)

Es valorarà, amb un màxim de 5 punts, la disposició de la capacitat de comptabilitzar els líquids aspirats sense la necessitat de fer el buidatge entre pacients, és a dir, la possibilitat de ressetejar el comptador entre pacients o aspiracions, així com la forma en que es realitza aquesta funció.

- **STRYKER IBERIA, SL**

Revisada la documentació i duta a terme la demostració tècnica STRYKER IBERIA, SL s'observa que Neptune permet monitoritzar la quantitat de líquid recollit en pantalla digital, i en el cas de canviar el pacient permet ressetejar volums per a que comenci el recompte de nou sense necessitat de realitzar el buidatge. (5 punts)

7. Sistema d'aspiració de detergent per la neteja que eviti que els professionals manipulin el detergent (fins a 8 punts)

Es valorarà, amb un màxim de 5 punts, la disposició d'un sistema d'aspiració de detergent per la neteja que eviti que els professionals manipulin el detergent.

- **STRYKER IBERIA, SL**

Revisada la documentació i duta a terme la demostració tècnica STRYKER IBERIA, SL s'observa que un cop acoplat el rover a l'estació de descàrrega l'equip realitza el buidatge i rentat de forma automàtica i estanca, incloent la introducció automàtica del detergent desde la pròpia estació de descàrrega. (5 punts)

V. TOTAL PUNTUACIÓ

D'acord amb la motivació anterior, la puntuació final que resulta és la següent:

EMPRESA LICITADORA	PUNTUACIÓ TOTAL ATORGADA
STRYKER IBERIA, SL	48

A Reus, amb data 27 d'octubre de 2025.

Patricia Cid Verge
Responsable àmbit quiròfan i sala de parts
Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp