

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101448951/26/AMUP

RECOLLIDA DE FLUIDS CORPORALS

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 1 de 49

## INDEX

1. Condicions generals .....	4
1.1. Objecte de la contractació .....	4
1.2. Característiques de la contractació .....	4
1.3. Tècnics .....	4
2. Requeriments obligatoris .....	4
2.1. Normativa aplicable .....	4
2.2. Especificacions tècniques generals .....	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit .....	5
3. Com presentar la oferta .....	5
3.1. Oferta tècnica .....	5
3.2. Model d'oferta tècnica .....	6
3.3. Presentació de mostres .....	7
3.4. Documentació confidencial .....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista .....	8
4.1. Prevenció de riscos laborals .....	8
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament .....	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC) .....	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte .....	11
4.4.2.3. Termini de lliurament .....	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda .....	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes .....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic .....	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 2 de 49

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) .... 18

GENERALITAT DE CATALUNYA

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 3 de 49

## 1. Condicions generals

### 1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de material de recollida de fluids corporals per als centres de l'Institut Català de la Salut.

### 1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

**Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.**

### 1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

## 2. Requeriments obligatoris

### 2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 4 de 49

## 2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

## 2.3. Requisits obligatoris addicionals

Els requisits obligatoris tècnics per lots son:

- **Per tots els Lots de l'expedient**, els licitadors hauran de presentar acreditació que certifiqui la qualitat del producte ofert per mitjà de les normatives:
  - **UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent.**
  - **UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent.**

## 2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitats establertes a l'**ANNEX 5** del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

## 3. Com presentar la oferta

### 3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 5 de 49

### 3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**  
S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 1101448951\_2bis**

Per a aquesta licitació no hi ha criteris de judici de valor.

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**.

*Exemple: D2-Resum.xls o .xlsx*

- **Llista-resum, Requisits d'Obligat compliment, ANNEX D3**, detallats en aquest document, punt 2.3.

*Exemple: D3-Requeriment.xls o .xlsx*

És obligatori presentar documentació demanada i omplir aquest annex.

- **Llista-resum, Criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**

Detallats al document "ANNEX 4 - Desglossament Criteris de valoració", del plec administratiu, "Plantilla Puntuació PCAP".

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 6 de 49

S'han d'emplenar els camps dels diferents criteris segons les indicacions del document "Annex D4 - Guia per emplenar annex"

És obligatori presentar documentació demanada i omplir aquest annex.

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data. ANNEX D5**, del codi de material ofert.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

**La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.**

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

*Exemple codi SAP:PD-Lot1-3000001*

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

**Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades.**

### 3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 7 de 49

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

### 3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

**La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.**

## 4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

### 4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al [web csv.gencat.cat](http://web.csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 8 de 49

#### 4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

#### 4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

#### 4.4. Condicions logístiques i de subministrament

##### 4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

##### 4.4.2. Garantia de subministrament

###### 4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
  - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
  - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
  - Discontinuitats o obsolescències
  - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 9 de 49

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a [gestorgic.ics@gencat.cat](mailto:gestorgic.ics@gencat.cat)

**La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.**

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

<b>Agrupació</b>	PROVEÏDORS
<b>Tipus</b>	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
<b>Motiu</b>	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

<b>Agrupació</b>	PROVEÏDORS
<b>Tipus</b>	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
<b>Motiu</b>	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 10 de 49

**4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte**

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

**4.4.2.3. Termini de lliurament**

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

**4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda**

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

**4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes**

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 11 de 49

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

#### 4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema EDI com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
  - Codi EAN (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa ( GTIN )
  - Referència del producte
  - Quantitat
  - Preu
  - Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN unitari ( GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa ( GTIN )
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 12 de 49

<b>Agrupació</b>	VARIACIONS EN LA COMANDA
<b>Tipus</b>	010. Errors en preus de materials
<b>Motiu</b>	<b>Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:</b>
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
<b>Documents obligatoris a annexar</b>	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquests requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>  
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>  
Logaritme: [https://www.ediversa.com/es/logaritme\\_ediversa](https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa)

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 13 de 49

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu [planificació@logaritme.net](mailto:planificació@logaritme.net) i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb [suport.ics@ediversa.com](mailto:suport.ics@ediversa.com) i/o [projecte.ics@ediversa.com](mailto:projecte.ics@ediversa.com)

#### 4.5. Condicions de l'operador logístic


##### 4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'emalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot.
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'emalatge

##### Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 14 de 49

- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

#### 4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
  - NIF del proveïdor
  - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
  - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
  - La referència i el codi EAN (GTIN).
  - La descripció del producte
  - El número de lot i la caducitat
  - La quantitat per referència
  - El preu unitari
  - Import total
  - Temperatura de conservació

#### 4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 15 de 49

ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

#### 4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

#### 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

### NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica







CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 16 de 49

<p>1. Accés al recinte. <b>Identifiqueu-vos</b> quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).</p>	
<p>2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b>, així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.</p>	
<p>3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes:</p> <p>a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el <b>vehicle totalment immobilitzat</b>. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. <b>En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa.</b></p> <p>b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà <b>d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat.</b></p> <p>c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari.</p> <p>d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega</p> <p>e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle.</p> <p>f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.</p>	
<p>4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.</p>	 
<p>5. Menjar i beure només en les zones habilitades.</p>	
<p>6. En cas d'<b>emergència</b>:</p> <p>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</p> <p>Segueix les instruccions del personal de Logaritme.</p> <p>Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada).</p> <p>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</p>	

**NORMES DE SEGURETAT VISITES**

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 17 de 49

tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de <b>10 km/h</b> , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
<p>11. En cas <b>d'emergència</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Abandoni el lloc de treball en condicions segures.</li> <li>Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme</li> <li>Vagi a punt de reunió (garita d'entrada)</li> <li>No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.</li> </ul>	

#### 4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 18 de 49

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Llista-resum, Requeriments obligatoris
- ANNEX D4 - Guia per emplenar annex
- ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius
- ANNEX D5 - Product data material ofert

PPT-22-26\_1101448951.docx



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 19 de 49

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 20 de 49

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101448951/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condició lot
1	Accessoris per a recipients o sistemes de buit	Lot No Obligatori
2	Materials per a sistema de recollida, transport i eliminació de residus líquids de quiròfan	Lot Obligatori
3	Material divers	Lot No Obligatori
4	Reservori i accessoris per a equips d'aspiració de mucositats intermitent o continu	Lot Obligatori
5	Urínòmetres oberts i tancats i bosses compatibles per a control 24 hores d'orina	Lot No Obligatori
6	Sistemes per a recollida de fluids	Lot No Obligatori
7	Equips d'aspiració amb recollida de mucositats	Lot No Obligatori
8	Bossa antivesament	Lot No Obligatori
9	Col·lector per incontinència urinària masculina	Lot No Obligatori
10	Accessoris per a recipients o sistemes de buit	Lot Obligatori
11	Bossa i accessoris de diferents capacitats per a recollida d'orina	Lot No Obligatori
12	Reservoris tipus Jackson Pratt	Lot No Obligatori
13	Sistema de drenatge tancat de baix buit	Lot No Obligatori
14	Bossa i accessoris per a recollida d'orina adaptable a cama per a incontinència urinària	Lot No Obligatori
15	Bosses i accessoris per a recollida d'orina a pediatria	Lot No Obligatori
16	Dispositius externs per a incontinència fecal	Lot Obligatori
17	Sistemes de control fecal a/globus	Lot Obligatori
18	Dispositius/Obturadors fecals	Lot No Obligatori
19	Catifes d'absorció de fluids	Lot No Obligatori
20	Drenatges tipus redon	Lot Obligatori

ANNEX A - Característiques de la licitació (descripció lots i lots obligatoris).xls



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 21 de 49

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 22 de 49



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.10.2025  
HORA: 14:45:03  
PÀGINA: 1 / 14

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000770

**Descripció llarga:**

Bossa orina, transparent, graduada, 4000(+/-100)mL, tub 120(+/-20)cm anticolzament, punt extracció s/agulla, connexió universal sonda, clam p, pinça, cambra a/vàlvula antiretorn i filtre antibacterià, sistema buidatge a/protecció aixeta, 2 suports. Est, s/làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30001241

**Descripció llarga:**

Recipient drenatge quir aspiració buit tipus Redon, 200(+/-10)mL, plàstic, graduat, buit incorporat a/vàlvula antireflux. Tub connecto r+clamp+connexió LL a recipient+connexió universal a sonda drenatge perforada 50(+/-5)cm. Agulla a.inox 6Fr(2mm)Ø. Est, lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30001242

**Descripció llarga:**

Recipient drenatge quirúrgic aspiració buit tipus Redon, 400(+/-20)mL, plàstic, graduat, buit incorporat amb vàlvula antireflux. Tub con nector amb clamp i connexió L-L a recipient i connexió universal, sonda drenatge perforada CH10, long 50(+/-5)cm. Estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30001243

**Descripció llarga:**

Recipient drenatge quirúrgic d'aspiració al buit tipus Redon, 400(+/-20)mL de capacitat, plàstic, graduat, buit incorporat amb vàlvula antireflux. Tub connector amb clamp i connexió L-L a recipient i connexió universal, sense sonda de drenatge. Estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30001258

**Descripció llarga:**

Bossa per a recollida orina, plàstic transparent, graduada, traçabilitat pacient, 2000(+/-100)ml, vàlvula antiretorn, tub prolongador anti colzament 100(+/-10)cm i connexió universal, ranures part superior subjecció, sist tancat sense buidatge. S/làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30001259

**Descripció llarga:**

Bossa recollida orina, transpa, graduada, traçabilitat, 2000(+/-100)mL, vàlvula antiretorn, tub antiacolçament 100(+/-10)cm, punt extracció mostra s/agulla, connexió universal, clamp, ranures part subjecció. Sistema buidatge a/protecció aixeta. Est, s/làtex, lús.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30001260

**Descripció llarga:**

Eq urinòm, 500mL, graduat. Conn seg cambra a bossa 2,6(+/-0,1)L vàlv antiretorn, filt bact/hidrofòbic 5µ entre cambra i bossa n/recanvia ble. Tub 130(+/-10)cm conn, ext s/agulla a/finiestra, clamp, espiral anticolz. Buidatge a/prot aixeta, subjecció. Est, s/làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30001261

**Descripció llarga:**

Bossa orina recanvi urinòmetre obert, PVC transparent, graduada, 2000 (+/-100)mL, connexió segura cambra a bossa, vàlvula antiretorn i filtre antibacterià/hidrofòbic 5µ entre cambra i bossa recol·lectora. Sistema buidatge protecció d'aixeta. Est, s/làtex, lús



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO560JT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 23 de 49



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.10.2025  
HORA: 14:45:03  
PÀGINA: 2 / 14

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30001262

**Descripció llarga:**

Bossa orina plàstic transparent, graduada,500(+/-50)mL,adaptable a a cama ,tub 45(+/-5)cm,connexió universal sonda+tap,vàlvula antire torn i sistema buidatge.Ranures part inferior i superior p/tires subjecció.S/làttex,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30001264

**Descripció llarga:**

Bossa per a recollida d'orina pediàtrica (nen i nena), transparent, graduada, ergonòmic amb adhesiu d'escuma hipoal·lèrgica, de 100 (+/-10)mL de capacitat, bossa tancada, sense sistema evacuador (única micció). Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30001266

**Descripció llarga:**

Col·lector de làtex autoadhesiu per a incontinència urinària masculina de 20 (+/-1) mmØ. Hipoal·lèrgic, envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30001267

**Descripció llarga:**

Col·lector de làtex amb tira adhesiva per a incontinència urinària masculina de 25 (+/-1) mmØ. Hipoal·lèrgic, envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30001268

**Descripció llarga:**

Col·lector de làtex amb tira adhesiva per a incontinència urinària masculina de 30 (+/-1) mmØ. Hipoal·lèrgic, envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30001269

**Descripció llarga:**

Col·lector de làtex amb tira adhesiva per a incontinència urinària masculina de 35 (+/-1) mmØ. Hipoal·lèrgic, envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30001409

**Descripció llarga:**

Eq aspiració mucositats mostra, s/control buit, amb sonda 14 Frx50(+/-5)cm, terminal obert s/orificis laterals, tub connector afusat, recipient graduat de plàstic de 35mL (+/-5) a/tapa tanca, etiqueta adhesiva.Estèril, 1sol ús. Lliure de làtex,ftalats.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30001526

**Descripció llarga:**

Bossa ori,transpar,graduada,2000(+/-100)mL,tub 110(+/-10)cm anticolzament ,punt extr s/agulla, con universal a sonda,clamp,pinça,camb ra vàlv antiretorn/filtre antibacterià,vàlv antiretorn a/bossa,sist buidatge a/protecció aixeta,2 suports.Est,s/làtex/lús



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 24 de 49



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.10.2025  
HORA: 14:45:03  
PÀGINA: 3 / 14

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30001587

**Descripció llarga:**

Eg aspiració mucositats mostra, s/control buit, sonda d'aspir 10 Fr(3 ,3mm)Ø x 33(+/-5) cm, terminal obert sense orificis laterals, t ub connector afusat, recipient graduat 35mL (+/-5) tapa tanca, etiqueta adhesiva. Estèril, 1sol ús. Lliure làtex,ftalats.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30002033

**Descripció llarga:**

Recipient drenatge quir aspiració buit tipus Redon,200(+/-10)mL,plàstic, graduat,buit incorporat a/vàlvula antireflux.Tub connector+ clamp+connexió L-L a recipient+connexió universal,amb sonda drenatge perforada i agulla inox CH10,long 50(+/-5)cm.Est,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30002561

**Descripció llarga:**

Bossa recollida orina unisex transparent prematur 1200 a 2500g, obertura ergonòmica,adhesiu escuma hipoal.lèrgica,capacitat 50(+/-5) mL,vàlvula antireflux. Doble sistema connexió a sonda o xeringa amb con tipus luer amb tap.Lliure làtex/PVC,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30002562

**Descripció llarga:**

Bossa recollida orina unisex transparent prematur =/< 1200 g, obertura ergonòmica,adhesiu escuma hipoal.lèrgica,capacitat 30(+/-5)mL , vàlvula antireflux. Doble sistema connexió a sonda o xeringa amb connexió tipus luer amb tap.Lliure làtex/PVC,est,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30002563

**Descripció llarga:**

Bossa de recollida orina transparent nen =/> 2500 g amb obertura ergonòmica,adhesiu d'escuma hipoal.lèrgica. Capacitat 150(+/-20)mL , amb vàlvula antireflux. Doble sistema de connexió a sonda o xeringa amb connexió tipus luer amb tap. S/làtex/PVC,est,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30002564

**Descripció llarga:**

Bossa de recollida orina transparent nena =/> 2500 g amb obertura ergonòmica,adhesiu d'escuma hipoal.lèrgica. Capacitat 150(+/-20)m L, amb vàlvula antireflux. Doble sistema de connexió a sonda o xeringa a/connexió tipus luer amb tap. S/làtex/PVC,est,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30002649

**Descripció llarga:**

Reservori per a drenatge quirúrgic d'aspiració al buit de baixa pressió tipus Jackson Pratt o equivalent. Capacitat de 400 (+/-20)mL ,transp, a/vàlvula antireflux, escala de graduació, doble port, connexió tipus Luer Lock en port de buidatge. Estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30002650

**Descripció llarga:**

Reservori per a drenatge quirúrgic d'aspiració al buit de baixa pressió tipus Jackson Pratt o equivalent. Capacitat de 100 (+/-10)mL amb vàlvula antireflux, escala de graduació, doble port, connexió tipus Luer Lock en port de buidatge. Estèril, lús



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 25 de 49



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.10.2025  
HORA: 14:45:03  
PÀGINA: 4 / 14

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30003021

**Descripció llarga:**

Bossa orina plàstic transparent, graduada,750(+/-50)mL,adaptable a a cama ,tub 10(+/-1)cm,connexió universal sonda+tap,vàlvula antire torn i sistema buidatge.Ranures part inferior i superior p/tires subjecció.S/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30003023

**Descripció llarga:**

Bossa orina plàstic transparent, graduada,750(+/-50)mL,adaptable a a cama ,tub 35(+/-5)cm,connexió universal sonda+tap,vàlvula antire torn i sistema buidatge.Ranures part inferior i superior p/tires subjecció.S/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30003024

**Descripció llarga:**

Bossa orina plàstic transparent,600(+/-50)mL,sist distribució ori tipus canals,cama pacient,tub 45(+/-5)cm,connexió univ sonda a/tap ,vàlvula antiretorn,sist buidatge tipus pinça.Ranures part inf/sup p/tires subjecció.S/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30003025

**Descripció llarga:**

Bossa orina plàstic transparent,graduada,1500(+/-100)mL,adaptable a cama ,tub 90(+/-10)cm, connexió universal a sonda a/tap, vàlvula antiretorn i sistema de buidatge tipus pinça. Ranures part inferior i superior subjecció.S/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30003026

**Descripció llarga:**

Cinta de subjecció elàstica amb velcro,tipus veta adherent per a bosses de recollida d'orina adaptables a la cama, per a pacient amb incontinència urinària. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30003059

**Descripció llarga:**

Eq drenatge quir asp buit.Reservori 110(+/-10)mL,pres(#75mmHg) a/2 vàlv antireflux+tub connexió reservori 50(+/-5)cm.Cat multiperfor at PVC radioop 10Frx75(+/-5)cm,conn Luer.Bossa 700(+/50)mL a/vàlv antireflux,filt aire 0,2µ,graduada,clamp,conn LL.Est,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30003168

**Descripció llarga:**

Equip de drenatge quirúrgic amb buit i aspiració baixa pressió. Reservori tipus acordió 40(+/-5) mL de capacitat amb vàlvula antiref lux. Agulla acer i catèter PVC radioopac de Ø 6Fr(2mm). Bossa drenatge 200(+/-50) mL escala graduada,clamp.S/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30003171

**Descripció llarga:**

Eq drenatge quir asp buit.Reservori 110(+/-10)mL,pres(#75mmHg) a/2 vàlv antireflux+tub connexió reservori 50(+/-5)cm.Cat multiperfor at PVC radioop 14Frx75(+/-5)cm,conn Luer.Bossa 700(+/50)mL a/vàlv antireflux,filt aire 0,2µ,graduada,clamp,conn LL.Est,lús



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 26 de 49



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.10.2025  
HORA: 14:45:03  
PÀGINA: 5 / 14

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30004855

**Descripció llarga:**

Eq aspir mucositats obtenció mostra, s/control buit, sonda aspir 6 Fr(2mm)Øx 27(+/-5)cm, terminal obert s/orificis laterals, tub con nector afusat, recipient graduat 35mL(+/-5) tapa tanca, etiç adhesiva traçabilitat. Est, 1sol ús. Lliure làtex, ftalats.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30005047

**Descripció llarga:**

Bossa orina plàstic transparent, graduada, 750(+/-50)mL, adaptable a la cama, tub 50(+/-5)cm, connexió universal sonda+tap, vàlvula antire torn i sistema buidatge. Ranures part inferior i superior p/tires subjecció. S/làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30005048

**Descripció llarga:**

Col·lector silicona autoadhesiu, hipoal·lèrgic, incontinència uri masculina, penis retràctil, 25(+/-1)mmØx50(+/-2)mm, sistema anticolzament a forma de "manxa", sistema antifuites, aplicació a/doble llengüeta en forma anell. Lliure làtex, envàs indi semi-rígid.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30005074

**Descripció llarga:**

Bossa orina plàstic transparent, 800(+/-50)mL, sist distribució ori tipus canals, cama pacient, tub 45(+/-5)cm, connexió univ sonda a/tap, vàlvula antiretorn, sist buidatge tipus pinça. Ranures part inf/sup p/tires subjecció. S/làtex, lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30005078

**Descripció llarga:**

Col·lector d'elastòmer termoplàstic (TPE), hipoal·lèrgic, amb tira adhesiva per a la incontinència urinària masculina 30 (+/-1)mm Ø, sistema anticolzament amb forma de "manxa". Codificació de colors. Lliure de làtex, envàs individual.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30005194

**Descripció llarga:**

Recipient per a drenatge quirúrgic d'aspiració al buit tipus Redon, de 50 (+/-5)mL de capacitat, de plàstic. Sonda de drenatge perfo rada de 50 (+/-5)cm. Agulla d'acer inoxidable grau mèdic de 6 Fr(2mm)Ø. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30005361

**Descripció llarga:**

Eq drenatge quir asp buit. Reservori 110(+/-10)mL, pres(#75mmHg) a/2 vàlv antireflux+tub conn reservor 50(+/-5)cm. Cat multiperf PVC ra diop 14Fr x75(+/-5)cm, conn Luer. Bossa 700(+/-50)mL a/vàlv antireflux, filt aire 0,2µ, graduat, clamp, conn LL. Trocar 14F. Est, lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30005471

**Descripció llarga:**

Eq drenatge quir asp buit. Reservori 220(+/-20)mL, pres(#115mmHg) a/2 vàlv antireflux+tub conn reservori 50(+/-5)cm. Cat multiperf PVC línia radiop 18Fr x75(+/-5)cm, conn Luer. Bossa 700(+/-50)mL a/vàlv antireflux, filtre aire 0,2µ, graduat, clamp, conn LL. Est, lús



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 27 de 49



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.10.2025  
HORA: 14:45:03  
PÀGINA: 6 / 14

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30006443

**Descripció llarga:**

Bossa orina plàstic transparent,500(+/-50)mL,adaptable cama pacient,tub 30(+/-5)cm,connexió universal sonda a/tap,vàlvula antiretorn ,sist buidatge tipus pinça.Ranures part inf/sup p/tires subjecció.S/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30006687

**Descripció llarga:**

Eq aspiració mucositats mostra, s/control de buit, amb sonda 16 Fr x 50(+/-5)cm, terminal obert s/orificis laterals, tub connector a fusat, recipient grad 25mL (+/-5) tapa tanca, etiqueta adhesiva .Estèril, d'un sol ús. Lliure de làtex i ftalats.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30006870

**Descripció llarga:**

Bossa antivessament emesis en tractaments amb citostàtics, amb pols de gelificació per a fluids, de plàstic, graduada i instruccions d'ús impreses. Incorpora sistema antiretorn, anell rígid i tancament segur. Capacitat de 1500 (+/-200)mL.S/làtex/PVC,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30006966

**Descripció llarga:**

Obturador anal de barrera, d'escuma de poliuretà (PUR), per a incontinència fecal amb gel lubricant, mida petita, de 12mm de diàme tre i 37mm en expansió. Permanència màxima de 12 hores. Lliure de làtex, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30007025

**Descripció llarga:**

Sistema unisex de buidatge de la bufeta radiotransparent per a cistouretrorames amb bossa transparent de 1000 (+/-100)mL de capaci tat ,doble sellegat, Tap de transport. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30008272

**Descripció llarga:**

Eq aspiració mucositats obtenció mostra, sense control buit, sonda aspiració 14Fx30(+/-2)cm, terminal obert bisellat i orifici later al, tub connector afusat i recipient graduat 20-25 mL,tapa tancament recanvi, etiqueta adhesiva.Est.S/làtex/DEHP,lús.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30008309

**Descripció llarga:**

Recipient rígid de drenatge quirúrgic tipus cànister o equivalent, per a recollida de fluids. Capacitat de 2 litres (L), de plàstic, compatible amb sistema d'aspiració tancat de bossa rebutjable.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30008310

**Descripció llarga:**

Connexió en T i tub de silicona a recipient rígid per recollida de fluids amb sistema d'aspiració al buit tipus cànister o equivalen t.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 28 de 49



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.10.2025  
HORA: 14:45:03  
PÀGINA: 7 / 14

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30009720

**Descripció llarga:**

Placa per suport de paret, unitari, per a equip d'aspiració de fluids de drenatge quirúrgic tipus cànister o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30009925

**Descripció llarga:**

Bossa antiveïssament per a emesi, resistent al tancament, obertura amb anell, de color blanc. Capacitat 3,5 (+/-0,5) litre(L) de capa citat. Tancament segur. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30011094

**Descripció llarga:**

Bossa per a recollida d'orina transparent de clorur de polivinil (PVC), graduada, de 2000 (+/-100)mL de capacitat amb vàlvula antire flux. Sistema de buidatge amb aixeta. Lliure làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30011625

**Descripció llarga:**

Bossa recol·lectora per a recollida de femta amb filtre de carbó i escala de graduació, volum 1-2,5 litres(L), compatible amb equip d'incontinència fecal.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30011626

**Descripció llarga:**

Equip d'incontinència fecal: 1 sonda a/globus 40-45 mL com a màxim, bossa recol·lectora d'entre 1-2,5L com a màxim amb filtre, ports d'irrigació i control globus, 1 xering 45-60, punt d'extracció mostra s/agulla, tira de subjecció. Lliure làtex, 1sol ús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30011894

**Descripció llarga:**

Bossa recol·lectora drenatge quir, 700(+/-50)mL. Vàlvula antiretorn, filtre aire 0,2µ,tap de tancament, clamp i escala de volum prim ers 100mL de 10 en 10mL i la resta de 100 en 100mL. Estèril, lliure làtex. Compatible eq drenatge quir tipus bulb o manxa

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30012623

**Descripció llarga:**

Col·lector silicona autoadhesiu,hipoal·lergènic,incontinència urinària masculina,25(+/-1)mmØ x 80(+/-2),sistema anticolzament amb fo rma de "manxa",sistema antifuites,aplicació a/doble llengüeta en forma d'anell. Lliure làtex,envàs individual semi-rígid.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30012624

**Descripció llarga:**

Col·lector silicona autoadhesiu,hipoal·lergènic,incontinència urinària masculina,35(+/-1)mmØ x 80(+/-2),sistema anticolzament amb fo rma de "manxa",sistema antifuites,aplicació a/doble llengüeta en forma d'anell. Lliure làtex,envàs individual semi-rígid.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 29 de 49



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.10.2025  
HORA: 14:45:03  
PÀGINA: 8 / 14

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30012625

**Descripció llarga:**

Col·lector silicona autoadhesiu,hipoal·lèrgic,incontinència urinària masculina,30(+/-1)mmØ x 80(+/-2),sistema anticolzament amb fo rma de "manxa",sistema antifuites,aplicació a/doble llengüeta en forma d'anell. Lliure làtex,envàs individual semi-rígid.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30013753

**Descripció llarga:**

Eq drenatge quir asp buit.Reservori 220(+/-20)mL,pres(#115mmHg) a/2 vàlv antireflux+tub conn reservori 50(+/-5)cm.Cat multiperf PVC línia radiop 14FrX75(+/-5)cm,conn Luer.Bossa 700(+/-50)mL a/vàlv antireflux,filtre aire 0,2µ,graduad,clamp,conn LL.Est,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30014235

**Descripció llarga:**

Vàlvula filtre extern a recipient rígid per recollida de fluids tipus cànister o similar amb el sistema de buit i la bossa.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30018580

**Descripció llarga:**

Eq per a presa mostres de calota fetal per a PH i Gasos compost p/14 elem:endosc,parafina,pinça,capil·lars hepar,màneç prolong p/cap ilars ,turundes,màneç prolong p/ganiv,ganivetes,taps p/capil·lars,gasses,adapt p/capil·lar,safata,camp est,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30019491

**Descripció llarga:**

Reservori per a secrecions aspirades subglòtiques de clorur de polivinil (PVC), de 300 (+/-10)mL de capacitat. Lliure de làtex i fta lats, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'aspiració intermitent o continu EVAC o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30019492

**Descripció llarga:**

Línia d'aspiració PVC, de 100 (+/-5)cm de longitud, per a connexió a reservori i a tub endotraqueal o cànules de secrecions subglòti ques. Lliure de làtex i fталats, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'aspiració intermitent o continu EVAC o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30019493

**Descripció llarga:**

Filtre hidrofòbic amb connectors de clorur de polivinil (PVC), per tubs o cànules de secrecions. Lliure de làtex i fталats, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'aspiració intermitent o continu EVAC o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30020026

**Descripció llarga:**

Bossa de drenatge quirúrgic per a recipient tipus cànister o equivalent.Capacitat 1(+/-0l)L PE flexible,transparent amb vàlvula anti reflux i antiespumant,tapa hermètica. Adaptable a connexió en sèrie,per acoblar a sistema buit central tipus cànister o eq



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 30 de 49



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.10.2025  
HORA: 14:45:03  
PÀGINA: 9 / 14

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30020062

**Descripció llarga:**

Bossa recoll contrast angio doble línia,transp,graduada,2(+/-0,5)L+tub conn 90(+/-25)mm,línia 30(+/-5)cm,lín connex bossa contrast 1 80(+/-20)cm ,lín connex bossa contrast 180(+/-20)cm+clau 3p PC,vàlv antireflux a/tapa PC resist lípids+disc silic,s/làt,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30028602

**Descripció llarga:**

Eq urinòmet,500mL,graduad.Conn seg cambra a bossa 2(+/-0,1)L i vàlv antiretorn i filt bact/hidrofòbic 5µ entre cambra-bossa no recan viable.Tub 120(+/-10)cm conn,ext s/agull a/finiestra,clamp,espiral anticolz.Buidatge a/prot aixeta,subjecció.Est,s/làt,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30029474

**Descripció llarga:**

Bossa per a recollida orina,transparent,graduada,traçabilitat del pacient, capacitat de 2000(+/-100)mL, amb vàlvula antiretorn, tub prolongador anticolzament de 100(+/-10)cm,connexió universal, ranures subjecció.Sistema buidatge a/ aixeta.S/làtex,Es,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30029639

**Descripció llarga:**

Sistema tancat per a recollida, filtrat i administració d'empelt autòleg de teixit adipós. Compost per: bossa de residus, bossa per a greix autòleg de 250 (+/-50)mL, tubs i adaptadors de xeringa tipus "Luer" i "toomey". Lliure làtex/ftalats, estèril, lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30029854

**Descripció llarga:**

Bossa de recollida d'orina tancada, transparent per a nena =/> 2500 g amb obertura ergonòmica i adhesiu d'escuma hipoal·lèrgica. Ca pacitat de 150 (+/-20)mL. Lliure de làtex, lliure de clorur de polivinil (PVC), estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30029855

**Descripció llarga:**

Bossa de recollida d'orina tancada, transparent per a nen =/> 2500 g amb obertura ergonòmica i adhesiu d'escuma hipoal·lèrgica Capa citat de 150 (+/-20)mL, amb vàlvula antireflux. Lliure de làtex, lliure de clorur de polivinil (PVC), estèril, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30030724

**Descripció llarga:**

Placa suport metàl·lic a carro, unitari, per base de recipient rígid d'equip d'aspiració de fluids de drenatge quirúrgic acoblament a sistema de buit central tipus cànister o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30030725

**Descripció llarga:**

Suport baix de 2-3 unitats, amb rodes estables per a base de recipient rígid, capacitat de 2 litres (L), alçada de 55(+/-5) cm, per a equip d'aspiració de fluids de drenatge quirúrgic acoblament a sistema de buit central tipus cànister o equivalent.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 31 de 49



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.10.2025  
HORA: 14:45:03  
PÀGINA: 10 / 14

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30030726

**Descripció llarga:**

Suport baix de 6 a 12 unitats, amb rodes estables per a base de recipient rígid, capacitat de 2 litres (L). Alçada de 120(+/-10)cm, per a equip d'aspiració de fluids de drenatge quirúrgic acoblament a sistema de buit central tipus cànister o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30031178

**Descripció llarga:**

Sistema tancat per a recollida, filtrat i administració d'empelt autòleg de teixit adipós. Compost per: bossa de residus, bossa per a greix autòleg de 50 (+/-10)mL, tubs i adaptadors de xeringa tipus Luer. Lliure de làtex i ftalats, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30031809

**Descripció llarga:**

Filtre 4 entrades per a connexió a tubs d'aspiració de fluids, amb presa per mostra i eliminació retorn fluids al pacient i esquitxa des, compatible amb sistema de recollida, transport i eliminació de residus líquids de quiròfan tipus Neptune o equivalent

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30032183

**Descripció llarga:**

Equip de recollida de fluids vessats a terra en procediments quirúrgics. Compatible amb sistema o bomba de succió. Pot aspirar fins a 700 (+/-100)mL/minut. Presenta una àrea de succió mínima de 15 cm de diàmetre i un tub de 3(+/-0,2) m de llarg.lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30032187

**Descripció llarga:**

Bossa de drenatge quirúrgic per a recipient tipus cànister o equivalent.Capacitat 2(+/-0,1)L PE flexible,transparent amb vàlvula antireflux i antiespumant,tapa hermètica.Adaptable a connexió en sèrie,per acoblar a sistema buit central tipus cànister o eq

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30032262

**Descripció llarga:**

Connexió angulada amb tub llarg de clorur de polivinil (PVC), de 30 (+/-5)cm, per a acoblament en sèrie del sistema recollida de fluids tipus cànister o equivalent. D'un sol ús. Compatible amb sistema bossa drenatge quirúrgic tipus cànister o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30032899

**Descripció llarga:**

Connexió en "L" de polipropilè (PP), per a recipient rígid tipus cànister o equivalent, per a recollida de fluids amb sistema de buit i bossa. D'un sol ús. Compatible amb sistema tipus cànister o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30032903

**Descripció llarga:**

Bossa peea emesi amb absorbent, PE, color blanc, 25 x 25 (+/-2)cm, interior absorbent de 13 x 24 (+/-2)cm. Interior de TST i polpa ce l.lulosa. Capacitat d'absorció 500 mL(+/-50) de fluids, tancament amb cintes incorporades. Lliure de làtex, d'un sol ús.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO560JT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 32 de 49



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.10.2025  
HORA: 14:45:03  
PÀGINA: 11 / 14

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30033520

**Descripció llarga:**

Support plàstic de paret, unitari, adaptador placa tipus A per base de recipient rígid d'equip d'aspiració de fluids de drenatge quirúrgic acoblament a sistema de buit central tipus cànister o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30033524

**Descripció llarga:**

Placa per suport a barra tècnica, unitari, per equip d'aspiració de fluids de drenatge quirúrgic acoblament a sistema de buit centra l tipus cànister o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30034207

**Descripció llarga:**

Connexió flexible de PVC amb luer mascle, per adaptar xeringa a l'equip d'aspiració de mucositats en la obtenció de mostra, sense control de buit. Estèril, d'un sol ús. Lliure de làtex i ftalats.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30034569

**Descripció llarga:**

Recipient col·lector rígid per a recollida de mostres, de plàstic amb connexió, de 300 (+/-50)mL de capacitat. Adaptable a l'equip d'aspiració de fluids de drenatge quirúrgic del sistema al buit tipus cànister o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30035013

**Descripció llarga:**

Recipient per a recollida i filtratge de transplantament autòleg de teixit adipós. Compost per: 1 recipient de 350 (+/-50)mL, tubs per buit i irrigació, i adaptador de xeringa. Lliure de làtex i ftalats, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30039860

**Descripció llarga:**

Eq drenatge quirúrgic buit. Reservori 110(+/-10)mL, baixa pressió (#75mmHg) a/2 vàlv antireflux i tub connexió a reservori 10(+/-2)cm. Catèter multiperforat PVC línia radioopaca 8 Fr(2,7mm)Ø, 75 (+/-5)cm de longitud i connexió Luer. Trocar acer 8Fr.Esr,1ús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30040560

**Descripció llarga:**

Bossa de drenatge tipus cànister o equivalent per a sistema d'aspiració portàtil. Capacitat de 1 litre (L) de plàstic flexible i resistent, amb filtre antireflux. D'un sol ús. Compatible amb aspirador LSU o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30040561

**Descripció llarga:**

Recipient rígid tipus cànister o equivalent per a bossa de recollida de fluids, sistema d'aspiració portàtil. Capacitat de 1 litre (L), de plàstic. Reutilitzable. Compatible amb sistema d'aspiració tancat tipus cànister o equivalent.



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 33 de 49



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.10.2025  
HORA: 14:45:03  
PÀGINA: 12 / 14

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30041801

**Descripció llarga:**

Recipient de plàstic de 40 (+/-5)mL de capacitat per a recollida de secrecions del sistema d'aspiració al buit per a llit tèrmic/i ncubadora compatible amb Resucitaire o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30042010

**Descripció llarga:**

Recipient de plàstic per a recollida d'aerosols connectable a un sistema d'aspiració al buit centralitzat. Recipient de succió, tapa del recipient i dos tubs amb connector. Compatible amb sistema 3T d'hipotèrmia o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30042816

**Descripció llarga:**

Dispositiu recollida de sang i fluids,PS,tapa q/serveix com base,zona central transparent,rígida a/canals p/xeringues i obertura cen tral ,interior amb material absorbent,capacitat 150(+/-50)mL.Diàmetre 155(+/-10)mm per 74(+/-6)mm d'alt.S/làtex/PVC.Est,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30042990

**Descripció llarga:**

Urinòmetre,transparent,500mL,escala.Connexió segura bossa 2L vàlv antiretorn entre cambra/bossa recol·lectora.Tub connexió univ sond a 120(+/-10)cm,clamp, filtre/vàlvula oberta micció pediàtrica.Extr mostra s/agulla.Sistema buidatge,suport.Est,s/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 30047415

**Descripció llarga:**

Bossa recollida orina,transparent,graduada,traçabilitat pacient ,2000(+/-100)mL.Buidament higiènic i segur bosses orina a/aixeta i ur inometers,connector a bossa univ.Tap cònic premuntat.Vàlvula antiretorn,suport ajustable,absorbent gelificant.S/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 30049034

**Descripció llarga:**

Filtre antibacterià/desbordament per a recipients de recollida de fluids, eficàcia 99.985% per a partícules >0.3 micres. Compatible amb aspirador Medela o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 30051487

**Descripció llarga:**

Eq buit TT tub digestiu, mànec ergonòmic,esponja PUR 2,4x5,5(+/-0,5)cm retallable,sonda multiperforada tipus Redon CH-12 i 100(+/-10 )cm. tub introductor silicona punta cònica DI13mm, DE17mm,long 56(+/-2)cm, set irrigació i connexió Y. Estèril,s/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 30054084

**Descripció llarga:**

Recipient rígid tipus cànister o equivalent per a bossa de recollida defluids, sistema d'aspiració portàtil. Capacitat de 2 litres ( L), de plàstic. Reutilitzable. Compatible amb aspirador L7 o equivalent.



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 34 de 49



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.10.2025  
HORA: 14:45:03  
PÀGINA: 13 / 14

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 30057678

**Descripció llarga:**

Catifa d'absorció de fluids de material/teixit sintètic, dues capes, per a terres i superfícies lliscants. Material absorbent i capa impermeable antilliscant. Mides: Rotlle de 84 (+/-4) cm x 30,5 (+/-1) metres (m).

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 30057679

**Descripció llarga:**

Catifa d'absorció de fluids per al terra, de polietilè, anti-lliscant amb punts d'ajust adhesiu. Mides: 81 (+/-5) cm x 122 (+/-5) cm . Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 30058608

**Descripció llarga:**

Catifa d'absorció de fluids per al terra, de polietilè, antilliscant amb punts d'ajust adhesiu. Mides: 80 (+/-5) cm x 190 (+/-5) cm. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 30058609

**Descripció llarga:**

Catifa per gestió de fluids del terra, baix perfil, antilliscant amb tubde connexió a sistema d'aspiració, Mida: 127cm+/-3cm x 86cm+/- 2cm x 0,7 d'alçada, d'un sol ús. compatible a/sistema d'aspiració central, sistema Neptune Stryker o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30058741

**Descripció llarga:**

Col·lector de plàstic amb filtre de poliuretà (PUR), vàlvula de silicona, per a sistema de recollida de fluids compatible amb aspira dor gàstric elèctric iReceptal o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30060286

**Descripció llarga:**

Filtre per a sistema d'aspiració portàtil. Compatible amb aspirador HOSPIVAC 350 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30060288

**Descripció llarga:**

Contenedor tipus cànister de recollida de fluids. Capacitat de 500 mL, de plàstic. Compatible amb aspirador secreccions Yox S401D de Atom o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448951 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30061564

**Descripció llarga:**

Recipient rígid per a recollida de fluids, sistema d'aspiració portàtil. Capacitat de 1 litre (L), amb tub curt i connector de filtr e ,Polycarbonat, Polietilè i PVC. Compatible amb sistema d'aspiració controlada tipusMAX o equivalent.



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 35 de 49



GENERALITAT DE CATALUNYA  
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT  
USUARI: 44196862Q

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 14.10.2025  
HORA: 14:45:03  
PÀGINA: 14 / 14

<b>SOL.COMANDA:</b> 1101448951	<b>POSICIÓ:</b> 1050	<b>MATERIAL:</b> 30062267
<b>Descripció llarga:</b> Equip de recol·lecció fecal format per : catèter fecal extern amb brida/barrera adhesiva protectora, tub de silicona transparent d'1 ,5 (+/-0,2)m amb connector per a bossa recol·lectora graduada, amb finestra, filtrecontrol d'olor i nansa.S/làt,lús		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101448951	<b>POSICIÓ:</b> 1060	<b>MATERIAL:</b> 30062268
<b>Descripció llarga:</b> Bossa de recol·lecció fecal, graduada, finestra i control d'olor, compatible amb equip de recol·lecció fecal tipus furine o equivalente nt.		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101448951	<b>POSICIÓ:</b> 1070	<b>MATERIAL:</b> 30062297
<b>Descripció llarga:</b> Barrera protectora adhesiva, per a fixació brida de silicona, en sistema de recolecció fecal extern no invassiu tipus Furine o equiv alent		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101448951	<b>POSICIÓ:</b> 1080	<b>MATERIAL:</b> 30062420
<b>Descripció llarga:</b> Eq aspiració mucositats obtenció mostra adaptable a fibroscopi, s/control buit, sonda aspiració PVC mida 16 Fr(5,3mm)Ø x 95(+/-5)cm a/Luer mascle/Luer femella, tub fibroscopi 18(+/-2)cm, recipient graduat plàstic 25(+/-5)mL a/tapa.Est,s/làtex/DEHP,lús		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101448951	<b>POSICIÓ:</b> 1090	<b>MATERIAL:</b> 30067890
<b>Descripció llarga:</b> Equip distribuïdor sense/rec mostres+líquids amb 4 connexions de succióper aspiració simultània, 54mm alçada, 55mm ampalda, 160mm lo ngitud, noestèril, per a utilitzar amb el sistema de gestió de residus v2 NeptuneS o equivalent		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101448951	<b>POSICIÓ:</b> 1100	<b>MATERIAL:</b> 30068438
<b>Descripció llarga:</b> Obturador anal de barrera, per a incontinència fecal, silicona, omplertde líquit, suau i flexible, mida estàndard, bulb 22mm, long t otal 94mm,long útil 60mm, amb aplicador per a la seva inserció, permanència màxima 24hores, no estèril, un sol ús.		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101448951	<b>POSICIÓ:</b> 1110	<b>MATERIAL:</b> 30068439
<b>Descripció llarga:</b> Obturador anal de barrera, per a incontinència fecal, silicona, omplertde líquit, suau i flexible, mida gran, bulb 28mm, long total 100mm, long útil 67mm, amb aplicador per a la seva inserció, permanència màxima 24hores, no estèril, un sol ús.		
<b>SOL.COMANDA:</b> 1101448951	<b>POSICIÓ:</b> 1120	<b>MATERIAL:</b> 30069821
<b>Descripció llarga:</b> Col·lector tubular transparent de silicona, autoadhesiu, per a la incontinència urinària masculina, de 29 (+/-1)mmØ, longitud total de 140 (+/-5)mm i extrem reforçat anticollzament. Hipoal·lèrgènic, lliure de làtex, envàs individual.		



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero 15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ**

0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 36 de 49

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

(No hi ha)



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 37 de 49

Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 38 de 49

Salut/Institut  
Català de la Salut

**1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació**

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

<b>RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES</b>	
<b>DADES DE LA LICITACIÓ</b>	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
<b>Àrea DADES DEL LICITADOR</b>	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
<b>Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades</b>	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
<b>Normativa</b>	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 39 de 49



Salut/Institut  
Català de la Salut

ANNEX - D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 41 de 49

**ANNEX D3 -Fitxa resum de requisits d'obligat compliment**

Identificació de l'empresa

Nom NIF	
Fabricant / Distribuïdor	

(d'aplicació a la totalitat de lots)

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT	
			UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO) <i>(en aquest mateix Annex D3 es presentarà el certificat vigent)</i>	UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO) <i>(en aquest mateix Annex D3 es presentarà el certificat vigent)</i>
1	30040561	Recipient rígid tipus cànister o equivalent per a bossa de recollida de fluids, sistema d'aspiració portàtil. Capacitat de 1 litre (L), de plàstic. Reutilitzable. Compatible amb sistema d'aspiració tancat tipus cànister o equivalent.		
1	30041801	Recipient de plàstic de 40 (+/-5)mL de capacitat per a recollida de secrecions del sistema d'aspiració al buit per a llit tèrmic/incubadora compatible amb Resucitaire o equivalent.		
1	30042010	Recipient de plàstic per a recollida d'aerosols connectable a un sistema d'aspiració al buit centralitzat. Recipient de succió, tapa del recipient i dos tubs amb connector. Compatible amb sistema 3T d'hipotèrmia o equivalent.		
1	30051487	Eq buit TT tub digestiu, mànec ergonòmic, esponja PUR 2,4x5,5(+/-0,5)cm retallable,sonda multiperforada tipus Redon CH-12 i 100(+/-10)cm. tub introductor silicona punta cònica D13mm, DE17mm, long 56(+/-2)cm, set irrigació i connexió Y. Estèril, s/làtex, 1ús		
1	30054084	Recipient rígid tipus cànister o equivalent per a bossa de recollida defluids, sistema d'aspiració portàtil. Capacitat de 2 litres (L), de plàstic. Reutilitzable. Compatible amb aspirador L7 o equivalent.		
1	30058741	Col·lector de plàstic amb filtre de poliuretà (PUR), vàlvula de silicona, per a sistema de recollida de fluids compatible amb aspirador gàstric elèctric iReceptal o equivalent.		
1	30060288	Contenedor tipus cànister de recollida de fluids. Capacitat de 500 mL, de plàstic. Compatible amb aspirador secrecions Yox S401D de Atom o equivalent.		
1	30061564	Recipient rígid per a recollida de fluids, sistema d'aspiració portàtil. Capacitat de 1 litre (L), amb tub curt i connector de filtre, Policarbonat, Polietilè i PVC. Compatible amb sistema d'aspiració controlada tipusMAX o equivalent.		
2	30031809	Filtre 4 entrades per a connexió a tubs d'aspiració de fluids, amb presa per mostra i eliminació retorn fluids al pacient i esquitxades, compatible amb sistema de recollida, transport i eliminació de residus líquids de quiròfan tipus Neptune o equivalent		
2	30058609	Catifa per gestió de fluids del terra, baix perfil, antilliscant amb tubde connexió a sistema d'aspiració, Mida: 127cm +/- 3cm x 86cm +/- 2cm x 0,7 d'alçada, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'aspiració central, sistema Neptune Stryker o equivalent.		
2	30067890	Equip distribuïdor sense/rec mostres+líquids amb 4 connexions de succió per aspiració simultània, 54mm alçada, 55mm ampada, 160mm longitud, noestèril, per a utilitzar amb el sistema de gestió de residus v2 NeptuneS o equivalent		
3	30018580	Eq per a presa mostres de calota fetal per a PH i Gasos compost p/14 elem: endosc, parafina, pinça, capil·lars hepar, mànec prolong p/capil·lars, turundes, mànec prolong p/ganiv, ganivetes, taps p/capil·lars, gasses, adapt p/capil·lar, safata, camp est, estèril, 1ús		
3	30042816	Dispositiu recollida de sang i fluids, PS, tapa q/serveix com base, zona central transparent, rígida a/canals p/xeringues i obertura central, interior amb material absorbent, capacitat 150(+/-50)mL. Diàmetre 155(+/-10)mm per 74(+/-6)mm d'alt. S/làtex/PVC. Est. 1ús		
3	30049034	Filtre antibacterià/desbordament per a recipients de recollida de fluids, eficàcia 99.985% per a partícules >0.3 micres. Compatible amb aspirador Medela o equivalent.		
3	30060286	Filtre per a sistema d'aspiració portàtil. Compatible amb aspirador HOSPIVAC 350 o equivalent.		
4	30019491	Reservori per a secrecions aspirades subglòtiques de clorur de polivinil (PVC), de 300 (+/-10)mL de capacitat. Lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'aspiració intermitent o continu EVAC o equivalent.		
4	30019492	Línia d'aspiració PVC, de 100 (+/-5)cm de longitud, per a connexió a reservori i a tub endotraqueal o cànules de secrecions subglòtiques. Lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'aspiració intermitent o continu EVAC o equivalent.		
4	30019493	Filtre hidrofòbic amb connectors de clorur de polivinil (PVC), per tubs o cànules de secrecions. Lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús. Compatible amb sistema d'aspiració intermitent o continu EVAC o equivalent.		
5	30001260	Eq urinòmet, 500mL, graduat. Conn seg cambra a bossa 2,6(+/-0,1)L i vàlv antiretorn, filt bact/hidrofòbic 5µ entre cambra i bossa n/recanviable. Tub 120(+/-10)cm conn, ext s/agulla a/finestra, clamp, espiral anticòlz. Buidatge a/prot aixeta, subjecció. Est, s/làtx, 1ús		
5	30001261	Bossa orina recanvi urinòmetre obert, PVC transparent, graduada, 2000 (+/-100)mL, connexió segura cambra a bossa, vàlvula antiretorn i filtre antibacterià/hidrofòbic 5µ entre cambra i bossa recol·lectora. Sistema buidatge protecció d'aixeta. Est, s/làtex, 1ús		
5	30028602	Eq urinòmet, 500mL, graduat. Conn seg cambra a bossa 2(+/-0,1)L i vàlv antiretorn i filt bact/hidrofòbic 5µ entre cambra-bossa no recanviable. Tub 120(+/-10)cm conn, ext s/agulla a/finestra, clamp, espiral anticòlz. Buidatge a/prot aixeta, subjecció. Est, s/làtx, 1ús		
5	30042990	Urinòmetre, transparent, 500mL, escala. Connexió segura bossa 2L vàlv antiretorn entre cambra/bossa recol·lectora. Tub connexió univ sonda 120(+/-10)cm, clamp, filtre/vàlvula oberta micció pedlàtrica. Extr mostra s/agulla. Sistema buidatge, suport. Est, s/làtex, 1ús		
5	30047415	Bossa recollida orina, transparent, graduada, traçabilitat pacient, 2000(+/-100)mL. Buidament higiènic i segur bosses orina a/aixeta i urinòmeters, connector a bossa univ. Tap cònic premuntat. Vàlvula antiretorn, suport ajustable, absorbent gel·licant. S/làtex, 1ús		
6	30007025	Sistema unisex de buidatge de la bufeta radiotransparent per a cistouretrògrames amb bossa transparent de 1000 (+/-100)mL de capacitat, doble sel·legat, Tap de transport. Lliure de làtex, d'un sol ús.		
6	30020062	Bossa recoll contrast angio doble línia, transp, graduada, 2(+/-0,5)L + tub conn 90(+/-25)mm, línia 30(+/-5)cm, lin connex bossa contrast 180(+/-20)cm, lin connex bossa contrast 180(+/-20)cm + clau 3p PC, vàlv antireflux a/tapa PC resist lípids+disc silic, s/làtx, 1ús		
6	30029639	Sistema tancat per a recollida, filtrat i administració d'empelt autòleg de teixit adipós. Compost per: bossa de residus, bossa per a greix autòleg de 250 (+/-50)mL, tubs i adaptadors de xeringa tipus "Luer" i "toomey". Lliure làtex/ftalats, estèril, 1ús		
6	30031178	Sistema tancat per a recollida, filtrat i administració d'empelt autòleg de teixit adipós. Compost per: bossa de residus, bossa per a greix autòleg de 50 (+/-10)mL, tubs i adaptadors de xeringa tipus Luer. Lliure de làtex i ftalats, estèril, un sol ús.		
7	30001409	Eq aspiració mucositats mostra, s/control buit, amb sonda 14 Frx50(+/-5)cm, terminal obert s/orificis laterals, tub connector afusat, recipient graduat de plàstic de 35mL (+/-5) a/tapa tanca, etiqueta adhesiva. Estèril, 1sol ús. Lliure de làtex, ftalats.		
7	30001587	Eq aspiració mucositats mostra, s/control buit, sonda d'aspir 10 Fr(3,3mm)Ø x 33(+/-5) cm, terminal obert sense orificis laterals, tub connector afusat, recipient graduat 35mL (+/-5) tapa tanca, etiqueta adhesiva. Estèril, 1sol ús. Lliure làtex, ftalats.		
7	30004855	Eq aspir mucositats obtenció mostra, s/control buit, sonda aspir 6 Fr(2mm)Øx 27(+/-5)cm, terminal obert s/orificis laterals, tub connector afusat, recipient graduat 35mL(+/-5) tapa tanca, etiq adhesiva traçabilitat. Est, 1sol ús. Lliure làtex, ftalats.		

ANNEX D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment.xlsx



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7U0560JT3U1RRRNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 42 de 49

**ANNEX D3 -Fitxa resum de requisits d'obligat compliment**

Identificació de l'empresa

Nom NIF	
Fabricant / Distribuïdor	

(d'aplicació a la totalitat de lots)

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBIGAT COMPLIMENT	
			UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO) <i>(en aquest mateix Annex D3 es presentarà el certificat vigent)</i>	UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO) <i>(en aquest mateix Annex D3 es presentarà el certificat vigent)</i>
7	3006687	Eq aspiració mucositats mostra, s/control de buit, amb sonda 16 Fr x 50(+/-5)cm, terminal obert s/orificis laterals, tub connector afusat, recipient grad 25mL (+/-5) tapa tanca, etiqueta adhesiva. Estèril, d'un sol ús. Lliure de làtex i ftalats.		
7	3008272	Eq aspiració mucositats obtenció mostra, sense control buit, sonda aspiració 14Fx30(+/-2)cm, terminal obert bisellat i orifici lateral, tub connector afusat i recipient graduat 20-25 mL,tapa tancament recanvi, etiqueta adhesiva.Est.5/làtex/DEHP,1ús.		
7	30034207	Connexió flexible de PVC amb luer mascle, per adaptar xeringa a l'equip d'aspiració de mucositats en la obtenció de mostra, sense control de buit. Estèril, d'un sol ús. Lliure de làtex i ftalats.		
7	30062420	Eq aspiració mucositats obtenció mostra adaptable a fibroscopi, s/control buit, sonda aspiració PVC mida 16 Fr(5,3mm)Ø x 95(+/-5)cm a/luer mascle/Luer femella, tub fibroscopi 18(+/-2)cm, recipient graduat plàstic 25(+/-5)mL a/tapa.Est.s/làtex/DEHP,1ús		
8	30066870	Bossa antivessament emesis en tractaments amb citostàtics, amb pols de gelificació per a fluids, de plàstic, graduada i instruccions d'ús impreses. Incorpora sistema antiretorn, anell rígid i tancament segur. Capacitat de 1500 (+/-200)mL.s/làtex/PVC,1ús		
8	30009925	Bossa antivessament per a emesi, resistent al tancament, obertura amb anell, de color blanc. Capacitat 3,5 (+/-0,5) litre(L) de capacitat. Tancament segur. Lliure de làtex, d'un sol ús.		
8	30032903	Bossa pea emesi amb absorbent, PE, color blanc, 25 x 25 (+/-2)cm, interior absorbent de 13 x 24 (+/-2)cm. Interior de TST i polpa cel-lulosa. Capacitat d'absorció 500 mL(+/-50) de fluids, tancament amb cintes incorporades. Lliure de làtex, d'un sol ús.		
9	30001266	Col·lector de làtex autoadhesiu per a incontinència urinària masculina de 20 (+/-1) mmØ. Hipoal·lèrgic, envàs individual.		
9	30001267	Col·lector de làtex amb tira adhesiva per a incontinència urinària masculina de 25 (+/-1) mmØ. Hipoal·lèrgic, envàs individual.		
9	30001268	Col·lector de làtex amb tira adhesiva per a incontinència urinària masculina de 30 (+/-1) mmØ. Hipoal·lèrgic, envàs individual.		
9	30001269	Col·lector de làtex amb tira adhesiva per a incontinència urinària masculina de 35 (+/-1) mmØ. Hipoal·lèrgic, envàs individual.		
9	30005048	Col·lector silicona autoadhesiu,hipoal·lèrgic,incontinència uri masculina,penis retràctil,25(+/-1)mmØx50(+/-2)mm,sistema anticolzament a/forma de "manxa",sistema antifuites,aplicació a/doble llengüeta en forma anell.Lliure làtex,envàs indi semi-rígid.		
9	30005078	Col·lector d'elastómer termoplàstic (TPE), hipoal·lèrgic, amb tira adhesiva per a la incontinència urinària masculina 30 (+/-1)mm Ø, sistema anticolzament amb forma de "manxa". Codificació de colors. Lliure de làtex, envàs individual.		
9	30012623	Col·lector silicona autoadhesiu,hipoal·lèrgic,incontinència urinària masculina,25(+/-1)mmØ x 80(+/-2),sistema anticolzament amb forma de "manxa",sistema antifuites,aplicació a/doble llengüeta en forma d'anell. Lliure làtex,envàs individual semi-rígid.		
9	30012624	Col·lector silicona autoadhesiu,hipoal·lèrgic,incontinència urinària masculina,35(+/-1)mmØ x 80(+/-2),sistema anticolzament amb forma de "manxa",sistema antifuites,aplicació a/doble llengüeta en forma d'anell. Lliure làtex,envàs individual semi-rígid.		
9	30012625	Col·lector silicona autoadhesiu,hipoal·lèrgic,incontinència urinària masculina,30(+/-1)mmØ x 80(+/-2),sistema anticolzament amb forma de "manxa",sistema antifuites,aplicació a/doble llengüeta en forma d'anell. Lliure làtex,envàs individual semi-rígid.		
9	30069821	Col·lector tubular transparent de silicona, autoadhesiu, per a la incontinència urinària masculina, de 29 (+/-1)mmØ, longitud total de 140 (+/-5)mm i extrem reforçat anticolzament. Hipoal·lèrgic, lliure de làtex, envàs individual.		
10	3008309	Recipient rígid de drenatge quirúrgic tipus cànister o equivalent, per a recollida de fluids. Capacitat de 2 litres (L), de plàstic, compatible amb sistema d'aspiració tancat de bossa rebutjable.		
10	3008310	Connexió en T i tub de silicona a recipient rígid per recollida de fluids amb sistema d'aspiració al buit tipus cànister o equivalent.		
10	30009720	Placa per suport de paret, unitària, per a equip d'aspiració de fluids de drenatge quirúrgic tipus cànister o equivalent.		
10	30014235	Vàlvula filtre extern a recipient rígid per recollida de fluids tipus cànister o similar amb el sistema de buit i la bossa.		
10	30020026	Bossa de drenatge quirúrgic per a recipient tipus cànister o equivalent.Capacitat 1(+/-0,1)L PE flexible,transparent amb vàlvula antireflux i antiespumant,tapa hermètica.Adaptable a connexió en sèrie,per acoblar a sistema buit central tipus cànister o eq		
10	30030724	Placa suport metàl·lic a carro, unitària, per base de recipient rígid d'equip d'aspiració de fluids de drenatge quirúrgic acoblament a sistema de buit central tipus cànister o equivalent.		
10	30030725	Suport baix de 2-3 unitats, amb rodes estables per a base de recipient rígid, capacitat de 2 litres (L), alçada de 55(+/-5) cm, per a equip d'aspiració de fluids de drenatge quirúrgic acoblament a sistema de buit central tipus cànister o equivalent.		
10	30030726	Suport baix de 6 a 12 unitats, amb rodes estables per a base de recipient rígid, capacitat de 2 litres (L), Alçada de 120(+/-10)cm, per a equip d'aspiració de fluids de drenatge quirúrgic acoblament a sistema de buit central tipus cànister o equivalent.		
10	30032183	Equip de recollida de fluids vessats a terra en procediments quirúrgics. Compatible amb sistema o bomba de succió. Pot aspirar fins a 700 (+/-100)mL/minut. Presenta una àrea de succió mínima de 15 cm de diàmetre i un tub de 3(+/-0,2) m de llarg.1ús		
10	30032187	Bossa de drenatge quirúrgic per a recipient tipus cànister o equivalent.Capacitat 2(+/-0,1)L PE flexible,transparent amb vàlvula antireflux i antiespumant,tapa hermètica.Adaptable a connexió en sèrie,per acoblar a sistema buit central tipus cànister o eq		
10	30032262	Connexió angulada amb tub llarg de clorur de polivinil (PVC), de 30 (+/-5)cm, per a acoblament en sèrie del sistema recollida de fluids tipus cànister o equivalent. D'un sol ús. Compatible amb sistema bossa drenatge quirúrgic tipus cànister o equivalent.		
10	30032899	Connexió en "L" de polipropilè (PP), per a recipient rígid tipus cànister o equivalent, per a recollida de fluids amb sistema de buit i bossa. D'un sol ús. Compatible amb sistema tipus cànister o equivalent.		
10	30033520	Suport plàstic de paret, unitària, adaptador placa tipus A per base de recipient rígid d'equip d'aspiració de fluids de drenatge quirúrgic acoblament a sistema de buit central tipus cànister o equivalent.		
10	30033524	Placa per suport a barra tècnica, unitària, per equip d'aspiració de fluids de drenatge quirúrgic acoblament a sistema de buit central tipus cànister o equivalent.		
10	30034569	Recipient col·lector rígid per a recollida de mostres, de plàstic amb connexió, de 300 (+/-50)mL de capacitat. Adaptable a l'equip d'aspiració de fluids de drenatge quirúrgic del sistema al buit tipus cànister o equivalent.		

ANNEX D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment.xlsx



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7U0560JT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 43 de 49

**ANNEX D3 -Fitxa resum de requisits d'obligat compliment**

Identificació de l'empresa

Nom NIF	
Fabricant / Distribuïdor	

(d'aplicació a la totalitat de lots)

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT	
			UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO) <i>(en aquest mateix Annex D3 es presentarà el certificat vigent)</i>	UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO) <i>(en aquest mateix Annex D3 es presentarà el certificat vigent)</i>
10	30035013	Recipient per a recollida i filtratge de transplantament autòleg de teixit adipós. Compost per: 1 recipient de 350 (+/-50)ml, tubs per buit i irrigació, i adaptador de xeringa. Lliure de làtex i ftalats, estèril, d'un sol ús.		
10	30040560	Bossa de drenatge tipus cànister o equivalent per a sistema d'aspiració portàtil. Capacitat de 1 litres (L) de plàstic flexible i resistent, amb filtre antireflux. D'un sol ús. Compatible amb aspirador LSU o equivalent.		
11	30000770	Bossa orina,transparent,graduada,4000(+/-100)ml,tub 120(+/-20)cm anticolzament,punt extracció s/agulla,connexió universal sonda,clamp,pinça, cambra a/vàlvula antiretorn i filtre antibacterià, sistema buidatge a/protecció aixeta,2 suports.Est,s/làtex,1ús		
11	30001258	Bossa per a recollida orina,plàstic transparent,graduada,traçabilitat pacient,2000(+/-100)ml,vàlvula antiretorn,tub prolongador anticolzament 100(+/-10)cm i connexió universal,ranures part superior subjecció,sist tancat sense buidatge.S/làtex,1ús		
11	30001259	Bossa recollida orina,transpa,graduada,traçabilitat,2000(+/-100)ml,vàlvula antiretorn,tub anticolzament 100(+/-10)cm, punt extracció mostra s/agulla,connexió universal,clamp,ranures part subjecció.Sistema buidatge a/protecció aixeta.Est,s/làtex,1ús.		
11	30001262	Bossa orina plàstic transparent, graduada,500(+/-50)ml,adaptable a a cama,tub 45(+/-5)cm,connexió universal sonda+tap,vàlvula antiretorn i sistema buidatge.Làmina protectora TST cara interna.Ranures part inferior i superior p/tires subjecció.S/làtex,1ús		
11	30001526	Bossa ori,transpar,graduada,2000(+/-100)ml,tub 110(+/-10)cm anticolzament,punt extr s/agulla, con universal a sonda,clamp,pinça,cambra vàlv antiretorn/filtre antibacterià,vàlv antiretorn a/bossa,sist buidatge a/protecció aixeta,2 suports.Est,s/làtex/1ús		
11	30003025	Bossa orina plàstic transparent,graduada,2000(+/-100)ml,tub 90(+/-10)cm, connexió universal a sonda a/tap, vàlvula antiretorn i sistema de buidatge tipus pinça. Làmina protectora de TST cara interna. Ranures part inferior i superior subjecció.S/làtex,1ús		
11	30011094	Bossa per a recollida d'orina transparent de clorur de polivinil (PVC), graduada, de 2000 (+/-100)ml de capacitat amb vàlvula antireflux. Sistema de buidatge amb aixeta. Lliure làtex, d'un sol ús.		
11	30029474	Bossa per a recollida orina,transparent,graduada,traçabilitat del pacient, capacitat de 2000(+/-100)ml, amb vàlvula antiretorn, tub prolongador anticolzament de 100(+/-10)cm,connexió universal, ranures subjecció.Sistema buidatge a/ aixeta.S/làtex,Es,1ús		
12	30002649	Reservori per a drenatge quirúrgic d'aspiració al buit de baixa pressió tipus Jackson Pratt o equivalent. Capacitat de 400 (+/-20)ml,transp, a/vàlvula antireflux, escala de graduació, doble port, connexió tipus Luer Lock en port de buidatge. Estèril, 1ús		
12	30002650	Reservori per a drenatge quirúrgic d'aspiració al buit de baixa pressió tipus Jackson Pratt o equivalent. Capacitat de 100 (+/-10)ml amb vàlvula antireflux, escala de graduació, doble port, connexió tipus Luer Lock en port de buidatge. Estèril, 1ús		
12	30003168	Equip de drenatge quirúrgic amb buit i aspiració baixa pressió. Reservori tipus acordió 40(+/-5) mL de capacitat amb vàlvula antireflux. Agulla acer i catèter PVC radioopac de Ø 6Fr(2mm). Bossa drenatge 200(+/-50) mL escala graduada,clamp,S/làtex,est,1ús		
13	30003059	Eq drenatge quir asp buit.Reservori 110(+/-10)ml,pres(≤75mmHg) a/2 vàlv antireflux+tub connexió reservori 50(+/-5)cm.Cat multiperforat PVC radioop 10FrX75(+/-5)cm,conn Luer.Bossa 700(+/-50)ml. a/vàlv antireflux,flt aire 0,2µ,graduada,clamp,conn LL.Est,1ús		
13	30003171	Eq drenatge quir asp buit.Reservori 110(+/-10)ml,pres(≤75mmHg) a/2 vàlv antireflux+tub connexió reservori 50(+/-5)cm.Cat multiperforat PVC radioop 14FrX75(+/-5)cm,conn Luer.Bossa 700(+/-50)ml. a/vàlv antireflux,flt aire 0,2µ,graduada,clamp,conn LL.Est,1ús		
13	30005361	Eq drenatge quir asp buit.Reservori 110(+/-10)ml,pres(≤75mmHg) a/2 vàlv antireflux+tub conn reservori 50(+/-5)cm.Cat multiper PVC radiop 14FrX75(+/-5)cm,conn Luer.Bossa 700(+/-50)ml. a/vàlv antireflux,flt aire 0,2µ,graduad,clamp,conn LL.Trocar 14Fr.Est,1ús		
13	30005471	Eq drenatge quir asp buit.Reservori 220(+/-20)ml,pres(≤115mmHg) a/2 vàlv antireflux+tub conn reservori 50(+/-5)cm.Cat multiperf PVC línia radiop 18FrX75(+/-5)cm,conn Luer.Bossa 700(+/-50)ml. a/vàlv antireflux,flt aire 0,2µ,graduad,clamp,conn LL.Est,1ús		
13	30011894	Bossa recol·lectora drenatge quir, 700(+/-50)ml. Vàlvula antiretorn, filtre aire 0,2µ, tap de tancament, clamp i escala de volum primers 100ml de 10 en 10ml i la resta de 100 en 100ml. Estèril, lliure làtex. Compatible eq drenatge quir tipus bulb o manxa		
13	30013753	Eq drenatge quir asp buit.Reservori 220(+/-20)ml,pres(≤115mmHg) a/2 vàlv antireflux+tub conn reservori 50(+/-5)cm.Cat multiperf PVC línia radiop 14FrX75(+/-5)cm,conn Luer.Bossa 700(+/-50)ml. a/vàlv antireflux,flt aire 0,2µ,graduad,clamp,conn LL.Est,1ús		
13	30039860	Eq drenatge quir asp buit.Reservori 110(+/-10)ml,baixa pressió (≤75mmHg) a/2 vàlv antireflux i tub connexió a reservori 10(+/-2)cm. Catèter multiperforat PVC línia radioopaca 8 Fr(2,7mm)Ø, 75 (+/-5)cm de longitud i connexió Luer. Trocar acer 8Fr.Esr,1ús		
14	30003021	Bossa orina plàstic transparent, graduada,750(+/-50)ml,adaptable a a cama,tub 10(+/-1)cm,connexió universal sonda+tap,vàlvula antiretorn i sistema buidatge.Làmina protectora TST cara interna.Ranures part inferior i superior p/tires subjecció.S/làtex,1ús		
14	30003023	Bossa orina plàstic transparent, graduada,750(+/-50)ml,adaptable a a cama,tub 35(+/-5)cm,connexió universal sonda+tap,vàlvula antiretorn i sistema buidatge.Làmina protectora TST cara interna.Ranures part inferior i superior p/tires subjecció.S/làtex,1ús		
14	30003024	Bossa orina plàstic transparent,600(+/-50)ml,sist distribució ori tipus canals,cama pacient,tub 45(+/-5)cm,connexió univ sonda a/tap,vàlvula antiretorn,sist buidatge tipus pinça.Làmina TST cara interna.Ranures part inf/sup p/tires subjecció.S/làtex,1ús		
14	30003026	Cinta de subjecció elàstica amb velcro,tipus veta adherent per a bosses de recollida d'orina adaptables a la cama, per a pacient amb incontinència urinària. Lliure de làtex, d'un sol ús.		
14	30005047	Bossa orina plàstic transparent,graduada,750(+/-50)ml,adaptable a la cama,tub 50(+/-5)cm,connexió universal sonda+tap,vàlvula antiretorn i sistema buidatge.Làmina protectora TST cara interna.Ranures part inferior i superior p/tires subjecció.S/làtex,1ús		
14	30005074	Bossa orina plàstic transparent,800(+/-50)ml,sist distribució ori tipus canals,cama pacient,tub 45(+/-5)cm,connexió univ sonda a/tap,vàlvula antiretorn,sist buidatge tipus pinça.Làmina TST cara interna.Ranures part inf/sup p/tires subjecció.S/làtex,1ús		
14	30006443	Bossa orina plàstic transparent,500(+/-50)ml,adaptable cama pacient,tub coarrugat 30(+/-5)cm,connexió universal sonda a/tap,vàlvula antiretorn,sist buidatge tipus pinça.Làmina protectora TST cara interna.Ranures part inf/sup p/tires subjecció.S/làtex,1ús		
15	30002561	Bossa recollida orina unisex transparent prematur 1200 a 2500g, obertura ergonòmica,adhesiu escuma hipocal·lèrgica,capacitat 50(+/-5)ml,vàlvula antireflux. Doble sistema connexió a sonda o xeringa amb con tipus luer amb tap.Lliure làtex/PVC,estèril,1ús		

ANNEX D3 - Fitxa Requisites Obligat compliment.xlsx



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7U0560JT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 44 de 49

**ANNEX D3 -Fitxa resum de requisits d'obligat compliment**

Identificació de l'empresa	
Nom NIF	
Fabricant / Distribuïdor	

(d'aplicació a la totalitat de lots)

LOT	CODI SAP	DESCRIPCIÓ CODI SAP	REQUISITS D'OBLIGAT COMPLIMENT	
			UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO) <i>(en aquest mateix Annex D3 es presentarà el certificat vigent)</i>	UNE-EN ISO 13485:2016 o equivalent OMPLIR CASELLA AMB UN (S/NO) <i>(en aquest mateix Annex D3 es presentarà el certificat vigent)</i>
15	30001264	Bossa per a recollida d'orina pediàtrica (nen i nena), transparent, graduada, ergonòmic amb adhesiu d'escuma hipooal·lèrgica, de 100 (+/-10)mL de capacitat, bossa tancada, sense sistema evacuador (única micció). Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
15	30002562	Bossa recollida orina unisex transparent prematur =< 1200 g, obertura ergonòmica, adhesiu escuma hipooal·lèrgica, capacitat 30(+/-5)mL, vàlvula antireflux. Doble sistema connexió a sonda o xeringa amb connexió tipus luer amb tap. Lliure de làtex/PVC, est, 1ús		
15	30002563	Bossa de recollida orina transparent nen => 2500 g amb obertura ergonòmica, adhesiu d'escuma hipooal·lèrgica. Capacitat 150(+/-20)mL, amb vàlvula antireflux. Doble sistema de connexió a sonda o xeringa amb connexió tipus luer amb tap. S/làtex/PVC, est, 1ús		
15	30002564	Bossa de recollida orina transparent nena => 2500 g amb obertura ergonòmica, adhesiu d'escuma hipooal·lèrgica. Capacitat 150(+/-20)mL, amb vàlvula antireflux. Doble sistema de connexió a sonda o xeringa a/connexió tipus luer amb tap. S/làtex/PVC, est, 1ús		
15	30029854	Bossa de recollida d'orina tancada, transparent per a nena => 2500 g amb obertura ergonòmica i adhesiu d'escuma hipooal·lèrgica. Capacitat de 150 (+/-20)mL. Lliure de làtex, lliure de clorur de polivinil (PVC), estèril, d'un sol ús.		
15	30029855	Bossa de recollida d'orina tancada, transparent per a nen => 2500 g amb obertura ergonòmica i adhesiu d'escuma hipooal·lèrgica. Capacitat de 150 (+/-20)mL, amb vàlvula antireflux. Lliure de làtex, lliure de clorur de polivinil (PVC), estèril, un sol ús		
16	30062267	Equip de recol·lecció fecal format per : catèter fecal extern amb brida/barrera adhesiva protectora, tub de silicona transparent d'1,5 (+/-0,2)m amb connector per a bossa recol·lectora graduada, amb finestra, filtrecontrol d'olor i nansa.S/làt,1ús		
16	30062268	Bossa de recol·lecció fecal, graduada, finestra i control d'olor, compatible amb equip de recol·lecció fecal tipus furine o equivalent.		
16	30062297	Barrera protectora adhesiva, per a fixació brida de silicona, en sistema de recolecció fecal extern no invassiu tipus Furine o equivalent		
17	30011625	Bossa recol·lectora per a recollida de femta amb filtre de carbó i escala de graduació, volum 1-2,5 litres(L), compatible amb equip d'incontinència fecal.		
17	30011626	Equip d'incontinència fecal: 1 sonda a/globus 40-45 mL com a màxim, bossa recol·lectora d'entre 1-2,5L com a màxim amb filtre, ports d'irrigació i control globus, 1 xering 45-60, punt d'extracció mostra s/agulla, tira de subjecció. Lliure làtex, 1sol ús		
18	30006966	Obturador anal de barrera, d'escuma de poliuretà (PUR), per a incontinència fecal amb gel lubricant, mida petita, de 12mm de diàmetre i 37mm en expansió. Permanència màxima de 12 hores. Lliure de làtex, un sol ús.		
18	30068438	Obturador anal de barrera, per a incontinència fecal, silicona, omplert de líquid, suau i flexible, mida estàndard, bulb 22mm, long total 94mm, long útil 60mm, amb aplicador per a la seva inserció, permanència màxima 24hores, no estèril, un sol ús.		
18	30068439	Obturador anal de barrera, per a incontinència fecal, silicona, omplert de líquid, suau i flexible, mida gran, bulb 28mm, long total 100mm, long útil 67mm, amb aplicador per a la seva inserció, permanència màxima 24hores, no estèril, un sol ús.		
19	30057678	Catifa d'absorció de fluids de material/teixit sintètic, dues capes, per a terres i superfícies lliscants. Material absorbent i capa impermeable antilliscant. Mides: Rotlle de 84 (+/-4) cm x 30,5 (+/-1) metres (m).		
19	30057679	Catifa d'absorció de fluids per al terra, de polietilè, anti-lliscant amb punts d'ajust adhesiu. Mides: 81 (+/-5) cm x 122 (+/-5) cm. Lliure de làtex, d'un sol ús.		
19	30058608	Catifa d'absorció de fluids per al terra, de polietilè, antilliscant amb punts d'ajust adhesiu. Mides: 80 (+/-5) cm x 190 (+/-5) cm. Lliure de làtex, d'un sol ús.		
20	30001241	Recipient drenatge quirúrgic aspiració buit tipus Redon, 200(+/-10)mL, plàstic, graduat, buit incorporat a/vàlvula antireflux. Tub connector+clamp+connexió LL a recipient+connexió universal a sonda drenatge perforada 50(+/-5)cm. Agulla a.inox 6Fr(2mm)Ø.Est,1ús		
20	30001242	Recipient drenatge quirúrgic aspiració buit tipus Redon, 400(+/-20)mL, plàstic, graduat, buit incorporat amb vàlvula antireflux. Tub connector amb clamp i connexió L-L a recipient i connexió universal, sonda drenatge perforada CH10, long 50(+/-5)cm. Estèril, 1ús		
20	30001243	Recipient drenatge quirúrgic d'aspiració al buit tipus Redon, 400(+/-20)mL de capacitat, plàstic, graduat, buit incorporat amb vàlvula antireflux. Tub connector amb clamp i connexió L-L a recipient i connexió universal, sense sonda de drenatge. Estèril, 1ús		
20	30002033	Recipient drenatge quirúrgic aspiració buit tipus Redon, 200(+/-10)mL, plàstic, graduat, buit incorporat a/vàlvula antireflux. Tub connector+clamp+connexió L-L a recipient+connexió universal, amb sonda drenatge perforada i agulla inox CH10, long 50(+/-5)cm. Est, 1ús		
20	30005194	Recipient per a drenatge quirúrgic d'aspiració al buit tipus Redon, de 50 (+/-5)mL de capacitat, de plàstic. Sonda de drenatge perforada de 50 (+/-5)cm. Agulla d'acer inoxidable grau mèdic de 6 Fr(2mm)Ø. Estèril, d'un sol ús.		

ANNEX D3 - Fitxa Requisits Obligat compliment.xlsx



Doc original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 45 de 49

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 46 de 49

S'ha d'omplir l'excel **ANNEX\_D4\_1101434775**

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar 'intro'** en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

**1. Pestanya proveïdor**

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

**1.1. Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor**

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

**1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor**

Capçalera	Proveïdor	Informar <b>nom</b> de l'empresa licitadora	<b>OBLIGATORI</b>
	<b>NIF</b>	Informar <b>NIF</b> de l'empresa licitadora <b>sense cap signe</b> de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en <b>majúscules</b> .	<b>OBLIGATORI</b>
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar <b>B</b> Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar <b>V</b>	<b>OBLIGATORI</b>
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	<b>Obligatori si hi ha variants</b>



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 47 de 49

## 2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

### 2.1. Dades NO modificables de la pestanya lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

### 2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb <b>SI/NO</b> , <b>no es pot deixar en blanc</b>	<b>OBLIGATORI</b>
-----------------	---	-------------------

#### LOT EN QUÈ ES PRESENTA OFERTA PER A TOT O PART DEL LOT

En cada codi sap cal indicar el següent:

#### **SI PRESENTA OFERTA = SI**

TOTS els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb el compliment definit informat (desplegable).

Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcte.

Si l'arxiu no està degudament complimentat pot suposar la no comptabilització del criteri.

#### **SI PRESENTA OFERTA = NO**

Els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

#### Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situa entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapet es situa entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M, llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjec coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L,L, llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	SI	SI	SI	No



Doc.original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 48 de 49

ANNEX D5 – Fitxa pròpia del producte Product Data



Doc. original signat per:  
Olga Santamaria Herrero  
15/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al  
web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 22/10/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0HKJ4N9BZNOESQ7UO56OJT3U1RRRKNPT

Data creació còpia:  
22/10/2025 09:35:04

Pàgina 49 de 49