

**Exp.28_CSA_2024 SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER PROCEDIMENTS DE LAPAROSCÒPIA I CIRURGIA
OBERTA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA SOBRE B
LOTS deserts**

Nº LOT	Nº CSA	NOM PRODUCTE	Motiu de no valoració criteris subjectes a judici de valor
2.02	4800421	DISPOSITIU SEGELLADOR DE VASOS PER CIRURGIA LAPAROSCÒPICA CURT AMB EIX DE 5MM DE Ø	DESISTIMENT
3.01	4106000	BOSSA RECOLLIDA MOSTRES PER CIRURGIA LAPAROSCÒPICA DE 250 ML	DESERT - Cap de les ofertes rebudes compleix amb els requisits bàsics
3.01	4106001	BOSSA RECOLLIDA MOSTRES PER CIRURGIA LAPAROSCÒPICA DE 500 ML	DESERT - Cap de les ofertes rebudes compleix amb els requisits bàsics
4.01	4105052-	TROCAR 10MM AMB BALÓ I SENSE GANIVETA	DESERT - Cap de les ofertes rebudes compleix amb els requisits bàsics
5.06	4800509	DISPOSITIU SUTURA LAPAROSCOPICA	DESERT-per manca de presentació d'oferta.
5.08	4800534	ELECTRODE BIPOLAR LLAÇ	DESERT-per manca de presentació d'oferta.
5.10	4105070	DISPOSITIU LLIGADURA LLAÇ	DESERT-per manca de presentació d'oferta.

	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	Applied Medical Distribution	Puntuació Applied Medical Distribution	PRIM	Puntuació PRIM
4105000-ANELLA RETRACTORA QUIRÚRGICA PETITA AMB TAPA	Com el disseny del dispositiu permet una manipulació còmode facilitant las tasques del personal sanitari	3	ÚNIC PROVEIDOR QUE SÍ QUE COMPLEXI AMB ELS REQUISITS		EXCLÒS-La ref. 191-818191855 no compleix els requisits bàsics. Es requereix amb anella superior rígida i anella inferior flexible i la mostra rebuda té ambdues anelles flexibles.	
	Com es comporta la mànega durant el seu ús sense perdre la seva integritat i resistència per tal de preservar la protecció de possibles infeccions als teixits	1				
	Com el disseny de l'embotall de producte s'ajusta a les mides del producte que preserva	1				
	Com són les dades identificatives que inclou l'embotall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	2				
	Com el disseny de la tapa permet una correcta col·locació facilitant les tasques del personal sanitari	2				
4105001-ANELLA RETRACTORA QUIRÚRGICA MITJANA AMB TAPA	Com el disseny del dispositiu permet una manipulació còmode facilitant las tasques del personal sanitari	3				
	Com es comporta la mànega durant el seu ús sense perdre la seva integritat i resistència per tal de preservar la protecció de possibles infeccions als teixits	1				
	Com el disseny de l'embotall de producte s'ajusta a les mides del producte que preserva	1				
	Com són les dades identificatives que inclou l'embotall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	2				
	Com el disseny de la tapa permet una correcta col·locació facilitant les tasques del personal sanitari	2				
4105002-ANELLA RETRACTORA QUIRÚRGICA MITJANA	Com el disseny del dispositiu permet una manipulació còmode facilitant las tasques del personal sanitari	4				
	Com es comporta la mànega durant el seu ús sense perdre la seva integritat i resistència per tal de preservar la protecció de possibles infeccions als teixits	3				
	Com el disseny de l'embotall de producte s'ajusta a les mides del producte que preserva	2				
	Com són les dades identificatives que inclou l'embotall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	2				
4105003-ANELLA RETRACTORA QUIRÚRGICA GRAN	Com el disseny del dispositiu permet una manipulació còmode facilitant las tasques del personal sanitari	4				
	Com es comporta la mànega durant el seu ús sense perdre la seva integritat i resistència per tal de preservar la protecció de possibles infeccions als teixits	3				
	Com el disseny de l'embotall de producte s'ajusta a les mides del producte que preserva	2				
	Com són les dades identificatives que inclou l'embotall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	2				
4105004-ANELLA RETRACTORA QUIRÚRGICA EXTRA GRAN	Com el disseny del dispositiu permet una manipulació còmode facilitant las tasques del personal sanitari	3				
	Com es comporta la mànega durant el seu ús sense perdre la seva integritat i resistència per tal de preservar la protecció de possibles infeccions als teixits	2				
	Com el disseny de l'embotall de producte s'ajusta a les mides del producte que preserva	2				
	Com són les dades identificatives que inclou l'embotall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	2				

	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	B.Braun Surgical	Puntuació B.BRAUN SURGICAL	Suministros Hospitalarios	Puntuació SUMINISTROS HOSPITALARIOS
4800245-DISPOSITIU SEGELLADOR DE VASOS PER CIRURGIA LAPAROSCÒPIA AMB EIX DE 10MM DE Ø	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	2	EXCLÓS-L'oferta tècnica aportada per B.Braun no compleix amb cap de les mesures de llargada requerides a l'annex tècnic. Com a exemple, la ref. PL7745U (proposada pel producte nº 4800254) es requereix una longitud de 18 cm (+/-1cm) i la mostra presentada disposa d'una longitud de 12,5cm.		ÚNIC PROVEIDOR QUE SÍ QUE COMPLEX AMB ELS REQUISITS	
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica la seva ubicació	2				
	Com és la precisió del dispositiu per tal que l' energia s'apliqui en el lloc exacte a tractar, és a dir, que no hi hagi dispersió tèrmica	2				
	Com el disseny del dispositiu permet reduir la seva manipulació facilitant les tasques del personal sanitari	2				
	Com el disseny del dispositiu permet canviar l'angle de treball amb poca manipulació	2				
4800254-DISPOSITIU SEGELLADOR DE VASOS PER CIRURGIA OBERTA CURT	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	2				
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica la seva ubicació	2				
	Com és la precisió del dispositiu per tal que l' energia s'apliqui en el lloc exacte a tractar, és a dir, que no hi hagi dispersió tèrmica	4				
	Com el disseny del dispositiu permet reduir la seva manipulació facilitant les tasques del personal sanitari	3				
	Com el disseny del dispositiu permet canviar l'angle de treball amb poca manipulació	2				
4800256-DISPOSITIU SEGELLADOR DE VASOS PER CIRURGIA LAPAROSCÒPIA LLARG AMB EIX DE 5MM DE Ø	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	2				
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica la seva ubicació	2				
	Com és la precisió del dispositiu per tal que l' energia s'apliqui en el lloc exacte a tractar, és a dir, que no hi hagi dispersió tèrmica	4				
	Com el disseny del dispositiu permet reduir la seva manipulació facilitant les tasques del personal sanitari	3				
	Com el disseny del dispositiu permet canviar l'angle de treball amb poca manipulació	2				
4800420-DISPOSITIU SEGELLADOR DE VASOS PER CIRURGIA OBERTA LLARG	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	2				
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica la seva ubicació	2				
	Com és la precisió del dispositiu per tal que l' energia s'apliqui en el lloc exacte a tractar, és a dir, que no hi hagi dispersió tèrmica	5				
	Com el disseny del dispositiu permet reduir la seva manipulació facilitant les tasques del personal sanitari	4				

	Críteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	Applied Medical Distribution	Puntuació Applied Medical Distribution	B.Braun Surgical	Puntuació B.BRAUN SURGICAL	Suministros Hospitalarios	Puntuació SUMINISTROS HOSPITALARIOS
4800421-DISPOSITIU SEGELLADOR DE VASOS PER CIRURGIA LAPAROSCÒPIA CURT AMB EIX DE 5MM DE Ø	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	8	DESISTIMENT - No s'ha previst la cessió d'equipament necessari per a l'ús del fungible inclòs en aquest lot.					
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica la seva ubicació	8						
	Com és la precisió del dispositiu per tal que l'energia s'apliqui en el lloc exacte a tractar, és a dir, que no hi hagi dispersió tèrmica	12						
	Com el disseny del dispositiu permet reduir la seva manipulació facilitant les tasques del personal sanitari	9						
	Com el disseny del dispositiu permet canviar l'angle de treball amb poca manipulació	12						

Exp.28_CSA_2024 SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER PROCEDIMENTS DE LAPAROSCÒPIA I CIRURGIA OBERTA PER AL CONJOCI SANITARI DE L'ANDIA
SOBRE EL LOT 3.02 Valencià

	Criteris atorgans a judici de valor	Puntuació màxima	B.Braun Surgical ref.1.0245U	Puntuació B.BRAUN SURGICAL	Suministros Hospitalares	Puntuació SUMINISTROS HOSPITALARES	Productos Especiales Neomedic International	Puntuació PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC INTERNATIONAL	Applied Medical Distribution	Puntuació Applied Medical Distribution	PRIM	Puntuació PRIM
4800512-BOTSA RECOLLIDA MOSTRES PER CIRURGIA LAPAROSCÒPICA DE 3000 ML	Com el disseny de la botsa permet una manipulació facilitant les tasques del personal sanitari	8,00	EXCLUS: No compleix els requisits tècnics, es requereix capacitat de 1500 cc (+30 cc) i la mostra presentada és de 750 cc		El disseny de botsa ampla i flexible de la botsa facilita la manipulació al personal sanitari a l'hora de col·locar l'espècimen dins d'aguenta.	8,00	El disseny de botsa ampla i flexible de la botsa facilita la manipulació al personal sanitari a l'hora de col·locar l'espècimen dins d'aguenta.	8,00	El disseny de botsa ampla i flexible de la botsa facilita la manipulació al personal sanitari a l'hora de col·locar l'espècimen dins d'aguenta.	8,00	El disseny de botsa ampla i flexible de la botsa facilita la manipulació al personal sanitari a l'hora de col·locar l'espècimen dins d'aguenta.	8,00
	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i per seu ús	8,00			Lletres clares i visibles que permeten identificar el producte amb facilitat	8,00	No hi ha lletres, ni dibuixos, ni referències que permetin identificar el producte amb facilitat	0,00	Lletres clares i visibles que permeten identificar el producte amb facilitat	8,00	Lletres clares i visibles que permeten identificar el producte amb facilitat	8,00
	Com el disseny de la botsa garanteix la resistència de la mateixa durant el seu ús i evita la filtració de líquids o substàncies de dins de la botsa a l'exterior de la mateixa	10,00			El disseny de la botsa és adequat per a garantir la seguretat i resistència de la mateixa, i evitar la filtració a l'exterior	10,00	El disseny de la botsa és adequat per a garantir la seguretat i resistència de la mateixa, i evitar la filtració a l'exterior	10,00	El disseny de la botsa és adequat per a garantir la seguretat i resistència de la mateixa, i evitar la filtració a l'exterior	10,00	El disseny de la botsa és adequat per a garantir la seguretat i resistència de la mateixa, i evitar la filtració a l'exterior	10,00
	Com és el disseny de l'aplicador i com es comporta durant el seu ús	7,00			El disseny de l'aplicador és ergonòmic i es manipula amb facilitat sense requereix d'excés de força per part del personal sanitari.	7,00	El disseny de l'aplicador no és ergonòmic i requereix d'excés de força per part del personal sanitari durant el seu ús.	0,00	El disseny de l'aplicador no és ergonòmic i requereix d'excés de força per part del personal sanitari durant el seu ús.	0,00	El disseny de l'aplicador no és ergonòmic i requereix d'excés de força per part del personal sanitari durant el seu ús.	0,00
	Com és el sistema de tancament de la botsa per tal d'assegurar un bon segellat de la mateixa	10,00			El producte disposa d'una anella a l'aplicador que facilita el tancament de la botsa sense requereix d'excés de manipulació	10,00	El producte no disposa d'una anella en l'aplicador dificultant el tancament de la botsa. El tancament de la botsa es realitza mitjançant la manipulació del mateix aplicador, dificultant les tasques del personal sanitari.	3,00	El producte no disposa d'una anella en l'aplicador dificultant el tancament de la botsa. El tancament de la botsa es realitza mitjançant la manipulació del mateix aplicador, dificultant les tasques del personal sanitari.	3,00	El producte no disposa d'una anella en l'aplicador dificultant el tancament de la botsa. El tancament de la botsa es realitza mitjançant la manipulació del mateix aplicador, dificultant les tasques del personal sanitari.	3,00
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica	6,00			El disseny de l'embolcall facilita l'obertura, no requereix d'excés de força per part del personal sanitari i té una marca que indica per on s'ha d'obrir el producte.	6,00	El disseny de l'embolcall facilita l'obertura, no requereix d'excés de força per part del personal sanitari, però no té marca que indiqui per on s'ha d'obrir el producte.	3,00	El disseny de l'embolcall facilita l'obertura, no requereix d'excés de força per part del personal sanitari, però no té marca que indiqui per on s'ha d'obrir el producte.	3,00	El disseny de l'embolcall facilita l'obertura, no requereix d'excés de força per part del personal sanitari, però no té marca que indiqui per on s'ha d'obrir el producte.	3,00
	TOTAL	49,00				49,00		34,00		32,00		32,00

Exp.28_CSA_2024 SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER PROCEDIMENTS DE LAPAROSCÒPIA I CIRURGIA OBERTA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
SOBRE 8 LOT 3.02 Ponderació

			Suministros Hospitalarios		Productos Especiales Neomedic International		Applied Medical Distribution		PRIM	
	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada
4800512-BOSSA RECOLLIDA MOSTRES PER CIRURGIA LAPAROSCÒPICA DE 1500 ML	Com el disseny de la bossa permet una manipulació facilitant las tasques del personal sanitari	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Com el disseny de la bossa garanteix la resistència de la mateixa durant el seu ús i eviti la filtració de líquids o substàncies de dins de la bossa a l'exterior de la mateixa	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Com és el disseny de l'aplicador i com es comporta durant el seu ús	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com és el sistema de tancament de la bossa per tal d'assegurar un bon segellat de la mateixa	10,00	10,00	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica	6,00	6,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
TOTAL		49,00	49,00	49,00	24,00	24,00	32,00	32,00	32,00	32,00

Exp_28_CSA_2024 SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER PROCEDIMENTS DE LAPAROSCÒPIA I CIRURGIA OBERTA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANDIA SOBRE B LOT 4.01 Valoració

	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	Applied Medical Distribution	Puntuació Applied Medical Distribution	B.Braun Surgical	Puntuació B.BRAUN SURGICAL	MBA Incorporado	Puntuació MBA INCORPORADO	PRIM	Puntuació PRIM
4105052- TROCAR 10MM AMB BALÓ I SENSE GANIVETA	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	5								
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica	5								
	Com el disseny de l'embolcall de producte s'ajusta a les mides del producte que preserva	3								
	Com el disseny del màneq permet una correcta subjecció del producte facilitant les tasques del personal sanitari.	9								
	Com es comporta el segellat d'escuma durant l'ús del producte	9								
	Com el disseny de la càmlua permet visualitzar l'espai de treball	9								
	Com el disseny del dispositiu permet reduir la seva manipulació facilitant les tasques del personal sanitari	9								

	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	Applied Medical Distribucion	Puntuació Applied Medical Distribucion	B.Braun Surgical	Puntuació B.BRAUN SURGICAL	PRIM	Puntuació PRIM												
4105057-TROCAR 5MM AMB BALÓ I SENSE GANIVETA	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	1	ÚNIC PROVEIDOR QUE SÍ QUE COMPLEXI AMB ELS REQUISITS																	
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica	0,5																		
	Com el disseny de l'embolcall de producte s'ajusta a les mides del producte que preserva	0,5																		
	Com el disseny del mànec permet una correcta subjecció del producte facilitant les tasques del personal sanitari	3																		
	Com és el disseny per a mantenir una bona estabilitat del trocar durant el seu ús	5																		
	Com el disseny de la cànula permet visualitzar l'espai de treball	3																		
	Com el disseny del dispositiu permet reduir les hemorràgies en la ubicació del port	4																		
4105056 TROCAR 12MM AMB BALÓ I SENSE GANIVETA CURT	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	1							ÚNIC PROVEIDOR QUE SÍ QUE COMPLEXI AMB ELS REQUISITS											
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica	0,5																		
	Com el disseny de l'embolcall de producte s'ajusta a les mides del producte que preserva	0,5																		
	Com el disseny del mànec permet una correcta subjecció del producte facilitant les tasques del personal sanitari	3																		
	Com és el disseny per a mantenir una bona estabilitat del trocar durant el seu ús	4																		
	Com el disseny de la cànula permet visualitzar l'espai de treball	3																		
	Com el disseny del dispositiu permet reduir les hemorràgies en la ubicació del port	4																		
4105027-TROCAR 12MM AMB BALÓ I SENSE GANIVETA LLARG	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	1													ÚNIC PROVEIDOR QUE SÍ QUE COMPLEXI AMB ELS REQUISITS					
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica	0,5																		
	Com el disseny de l'embolcall de producte s'ajusta a les mides del producte que preserva	0,5																		
	Com el disseny del mànec permet una correcta subjecció del producte facilitant les tasques del personal sanitari	3																		
	Com és el disseny per a mantenir una bona estabilitat del trocar durant el seu ús	4																		
	Com el disseny de la cànula permet visualitzar l'espai de treball	3																		
	Com el disseny del dispositiu permet reduir les hemorràgies en la ubicació del port	4																		

Fig.28_CSA_2024 SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER PROCEDIMENTS DE LAPAROSCÒPIA I CIRURGIA OBERTA PER AL CONDOMINI SANITARI DE L'ANDORRA
SOMME à 127,436 Valors

	Criteris entress a judici de valor	Puntuació màxima	Applied Medical Distribution	Puntuació Applied Medical Distribution	S.Braun Surgical	Puntuació S.BRAUN SURGICAL	Sumitomo Hospitaliers	Puntuació SUMITOMO HOSPITALIERS	Malaysian Health Care	Puntuació MALAYSIAN HEALTH CARE	MBA Incorporate	Puntuació MBA INCORPORADO	PRIM	Puntuació PRIM
432060-TRICOR HANSON S-12MM	Com són les dades identificatives que tribu l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	7,00	Lletres clares i visibles que permeten identificar el producte, la referència, mesura i caducitat amb facilitat	7,00	Lletres poc clares i petites que dificulten la identificació del producte, referència, mesura i caducitat.	0,00	Lletres clares i visibles que permeten identificar el producte, la referència, mesura i caducitat amb facilitat	7,00	Lletres clares i visibles que permeten identificar el producte, la referència, mesura i caducitat amb facilitat	7,00	Lletres clares i visibles que permeten identificar el producte, la referència, mesura i caducitat amb facilitat	7,00	Lletres clares i visibles que permeten identificar el producte, la referència, mesura i caducitat amb facilitat	7,00
	Com és el disseny de l'embolcall de l'embolcall i com s'identifica	6,00	El disseny de l'embolcall facilita l'obertura, no requereix d'acció de força per part del personal sanitari, però no té marca que indiqui per on s'ha d'obrir el producte	3,00	El disseny de l'embolcall facilita l'obertura, no requereix d'acció de força per part del personal sanitari, però no té marca que indiqui per on s'ha d'obrir el producte	0,00	El disseny de l'embolcall facilita l'obertura, no requereix d'acció de força per part del personal sanitari i té una marca que indica per on s'ha d'obrir el producte	6,00	El disseny de l'embolcall facilita l'obertura, no requereix d'acció de força per part del personal sanitari, però no té marca que indiqui per on s'ha d'obrir el producte	3,00	El disseny de l'embolcall facilita l'obertura, no requereix d'acció de força per part del personal sanitari, però no té marca que indiqui per on s'ha d'obrir el producte	3,00	El disseny de l'embolcall facilita l'obertura, no requereix d'acció de força per part del personal sanitari, però no té marca que indiqui per on s'ha d'obrir el producte	3,00
	Com el disseny de l'embolcall de producte s'ajusta a les mides del producte que protegeix	6,00	El disseny de l'embolcall s'ajusta perfectament a les mesures del producte	6,00	El disseny de l'embolcall s'ajusta perfectament a les mesures del producte	0,00	El disseny de l'embolcall s'ajusta perfectament a les mesures del producte	6,00	El disseny de l'embolcall s'ajusta perfectament a les mesures del producte	6,00	El disseny de l'embolcall s'ajusta perfectament a les mesures del producte	6,00	El disseny de l'embolcall s'ajusta perfectament a les mesures del producte	6,00
	Com el disseny del mínim permet una correcta subjecció del producte facilitant les tasques del personal sanitari	10,00	El disseny cilíndric del mínim permet una correcta subjecció del producte facilitant les tasques del personal sanitari i evita que s'escorri	10,00	El disseny cilíndric del mínim no permet una correcta subjecció del producte, dificulta les tasques del personal sanitari i hi ha lliscament del producte.	0,00	El disseny cilíndric del mínim permet una correcta subjecció del producte facilitant les tasques del personal sanitari i evita que s'escorri	10,00	El disseny quadrat del mínim no permet una correcta subjecció del producte, dificulta les tasques del personal sanitari i hi ha lliscament del producte	0,00	El disseny quadrat del mínim no permet una correcta subjecció del producte, dificulta les tasques del personal sanitari i hi ha lliscament del producte	0,00	El disseny cilíndric del mínim no permet una correcta subjecció del producte, dificulta les tasques del personal sanitari i hi ha lliscament del producte	0,00
	Com és el disseny del producte per tal de reduir el nombre de passos i reduir la manipulació requerida pel personal sanitari	10,00	Es nombre de passos a seguir és l'adequat. Disposa d'un sistema de fluïd del cor a la canal que no requereix d'acció de força i manipulació, permet fluïr el cor a la canal amb quantitat i integritat.	10,00	Es nombre de passos a seguir és l'adequat. Però disposa d'un sistema de fluïd del cor a la canal que requereix de major força i manipulació en comparació a la mostra d'Applimed, la més eficaç el fluïment del cor a la canal generant major integritat.	4,00	Es nombre de passos a seguir és l'adequat. Però disposa d'un sistema de fluïd del cor a la canal que requereix de major força i manipulació en comparació a la mostra d'Applimed, la més eficaç el fluïment del cor a la canal generant major integritat.	4,00	Es nombre de passos a seguir és l'adequat. Però disposa d'un sistema de fluïd del cor a la canal que requereix de major força i manipulació en comparació a la mostra d'Applimed, la més eficaç el fluïment del cor a la canal generant major integritat.	4,00	Es nombre de passos a seguir és l'adequat. Però disposa d'un sistema de fluïd del cor a la canal que requereix de major força i manipulació en comparació a la mostra d'Applimed, la més eficaç el fluïment del cor a la canal generant major integritat.	2,00	Es nombre de passos a seguir és l'adequat. Però disposa d'un sistema de fluïd del cor a la canal que requereix de major força i manipulació en comparació a la mostra d'Applimed, la més eficaç el fluïment del cor a la canal generant major integritat.	4,00
	Com és el disseny per a mantenir una bona elasticitat del trosca durant el seu ús	10,00	El con de posicionament té les dimensions tridimensionals adequades per a assegurar una correcta elasticitat durant tot el procés. A més el seu disseny de plàstic no s'adapta a l'entorn del pacient el que no garanteix el mínim nivell d'elasticitat durant tot el procediment.	10,00	El con de posicionament no té les dimensions tridimensionals adequades per a assegurar una correcta elasticitat durant tot el procés. A més el seu disseny de plàstic no s'adapta a l'entorn del pacient el que no garanteix el mínim nivell d'elasticitat durant tot el procediment.	0,00	El con de posicionament té les dimensions tridimensionals adequades per a assegurar una correcta elasticitat durant tot el procés. D'altra banda el seu disseny de plàstic no s'adapta a l'entorn del pacient el que no garanteix el mínim nivell d'elasticitat durant tot el procediment.	4,00	El con de posicionament no té les dimensions tridimensionals adequades per a assegurar una correcta elasticitat durant tot el procés. A més el seu disseny de plàstic no s'adapta a l'entorn del pacient el que no garanteix el mínim nivell d'elasticitat durant tot el procediment.	0,00	El con de posicionament no té les dimensions tridimensionals adequades per a assegurar una correcta elasticitat durant tot el procés. D'altra banda el seu disseny de plàstic no s'adapta a l'entorn del pacient el que no garanteix el mínim nivell d'elasticitat durant tot el procediment.	0,00	El con de posicionament té les dimensions tridimensionals adequades per a assegurar una correcta elasticitat durant tot el procés. A més el seu disseny de plàstic no s'adapta a l'entorn del pacient el que no garanteix el mínim nivell d'elasticitat durant tot el procediment.	4,00
TOTAL		49,00		46,00		11,00		37,00		20,00		18,00		24,00

Exp.28_CSA_2024 SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER PROCEDIMENTS DE LAPAROSCÒPIA I CIRURGIA OBERTA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
SOBRE 8 LOT 4.04 Ponderació

			Applied Medical Distribution		B.Braun Surgical		Suministros Hospitalarios		Molnlycke Health Care		MBA Incorporado		PRIM	
	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada
4105060-TROCAR HASSON 5-12MM	Com són les dades identificatives que inclou l'emboïcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Com és el disseny de l'obertura de l'emboïcall i com s'identifica	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	6,00	6,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Com el disseny de l'emboïcall de producte s'ajusta a les mides del producte que preserva	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Com el disseny del mànec permet una correcta subjecció del producte facilitant les tasques del personal sanitari	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com és el disseny del producte per tal de minimitzar el nombre de passos i reduir la manipulació requerida pel personal sanitari	10,00	10,00	10,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	4,00	4,00
	Com és el disseny per a mantenir una bona estabilitat del trocar durant el seu ús	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
TOTAL		49,00	46,00	46,00	13,00	13,00	37,00	37,00	20,00	20,00	18,00	18,00	24,00	24,00

Exp.28_CSA_2024 SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER PROCEDIMENTS DE LAPAROSCÒPIA I CIRURGIA OBERTA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
SOBRE B LOT 4.05 Valoració

	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	Applied Medical Distribucion	Puntuació Applied Medical Distribucion	B.Braun Surgical	Puntuació B.BRAUN SURGICAL
4105065-TROCAR 12MM AMB BALÓ I AMB GANIVETA	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	5,00	Lletres clares i visible que permeten identificar amb facilitat el producte, la referència, tipologia de trocar i caducitat	5,00	Lletres poc clares i petites que dificulten la identificació del producte	0,00
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica	5,00	El disseny de l'obertura de l'embolcall és senzill, no requereix d'excés de força per a obrir-ho i s'identifica fàcilment.	5,00	El disseny de l'obertura de l'embolcall és senzill, no requereix d'excés de força per a obrir-ho i s'identifica fàcilment.	5,00
	Com el disseny de l'embolcall de producte s'ajusta a les mides del producte que preserva	3,00	El disseny de l'embolcall s'ajusta perfectament a les mesures del producte	3,00	El disseny de l'embolcall no s'ajusta perfectament a les mesures del producte, és superior a aquest ,requerint de major espai per al seu emmagatzematge	0,00
	Com el disseny del mànec permet una correcta subjecció del producte facilitant les tasques del personal sanitari.	9,00	El disseny cilíndric del mànec permet una correcta subjecció del producte facilitant les tasques del personal sanitari i evita que relisqui.	9,00	El disseny cònic del mànec no permet una correcta subjecció del producte, dificulta les tasques del personal sanitari i hi ha lliscament del producte.	0,00
	Com el disseny de la cànula permet visualitzar l'espai de treball	9,00	El disseny transparent de la cànula permet la correcta visualització de l'espai de treball	9,00	El disseny transparent de la cànula permet la correcta visualització de l'espai de treball	9,00
	Com es comporta la fulla de la ganiveta per minimitzar els riscos del procediment	9,00	El disseny de la fulla plana i arrodonida facilita la inserció i minimitza els riscos durant el procediment	9,00	El disseny de la fulla plana i arrodonida facilita la inserció i minimitza els riscos durant el procediment	9,00
	Com el disseny del dispositiu permet reduir la seva manipulació facilitant les tasques del personal sanitari	9,00	El disseny del producte és adequat per a una correcta manipulació. A més la xeringa que incorpora disposa de connexió luer lock el que facilita les tasques i garanteix major seguretat al professional sanitari per a la insuflació del globus.	9,00	El disseny del producte és adequat per a una correcta manipulació, però la xeringa que incorpora no disposa de connexió luer lock (és luer) el que dificulta les tasques i no garanteix el mateix nivell de seguretat per a la insuflació del globus en comparació amb el model ofert per Applied.	4,00
TOTAL		49,00		49,00		27,00

Exp.28_CSA_2024 SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER PROCEDIMENTS DE LAPAROSCÒPIA I CIRURGIA OBERTA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
SOBRE B LOT 4.05 Ponderació

	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	Applied Medical Distribucion		B.Braun Surgical	
			Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada
4105065-TROCAR 12MM AMB BALÓ I AMB GANIVETA	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Com el disseny de l'embolcall de producte s'ajusta a les mides del producte que preserva	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
	Com el disseny del mànec permet una correcta subjecció del producte facilitant les tasques del personal sanitari.	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
	Com el disseny de la cànula permet visualitzar l'espai de treball	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Com es comporta la fulla de la ganiveta per minimitzar els riscos del procediment	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Com el disseny del dispositiu permet reduir la seva manipulació facilitant les tasques del personal sanitari	9,00	9,00	9,00	4,00	4,00
TOTAL		49,00	49,00	49,00	27,00	27,00

	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	Applied Medical Distribucion	
			Puntuació	Puntuació ponderada
4800450-KIT AMB PORT ACCES TRANSVAGINAL 9,5CM	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	8	ÚNIC PROVEIDOR PRESENTAT. COMPLEXI AMB ELS REQUISITS	
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica	7		
	Com el disseny del dispositiu permet una manipulació facilitant les tasques del personal sanitari	9		
	Com es comporta la mànega durant el seu ús sense perdre la seva integritat i resistència per tal de preservar la protecció de possibles infeccions als teixits	7		
	Com el disseny de la tapa permet la correcta col.locació facilitant les tasques del personal sanitari	9		
	Com el disseny dels ports permeten col·locar els instruments de laparoscòpia amb la menor manipulació possible per part del personal sanitari	9		

	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	MBA Incorporado	
			Puntuació	Puntuació ponderada
4108000-DISPOSITIU LLIGADURA HEMORROIDES	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	8	ÚNIC PROVEIDOR PRESENTAT. COMPLEIX AMB ELS REQUISITS	
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica	9		
	Com el disseny del mànec permet una manipulació facilitant les tasques del personal sanitari	12		
	Com el disseny del dispositiu permet la ràpida localització del punt de succió i la seva correcta manipulació	10		
	Com és el disseny del tub per evitar el seu acodament	10		

[illegible]

Exp.28_CSA_2024 SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER PROCEDIMENTS DE LAPAROSCÒPIA I CIRURGIA OBERTA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA

SOBRE 8 LOT 5.03 Ponderació

			Applied Medical Distribucion		Palex Medical		Productos Especiales Neomedic		Sumedex		MBA Incorporado		Coloplast Productos Medicos		PRIM		
Criteris sotmesos a judici de valor			Puntuació màxima	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada
4105500-DISPOSITIU SUCCIO IRRIGACIO LAPAROSCÒPIA	Com són les dades identificatives que inclou l'emboïll per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús		9,00	9,00	9,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Com és el disseny de l'obertura de l'emboïll i com s'identifica		8,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	8,00	8,00	4,00	4,00
	Com el disseny del mànec permet una manipulació facilitant les tasques del personal sanitari		12,00	2,00	2,00	2,00	2,00	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00	12,00	2,00	2,00
	Com es diferencien els botons d'aspiració /irrigació per evitar possibles errors accidentals		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
	Com el doble emboïll garanteix l'esterilitat del producte		10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
TOTAL			49,00	15,00	15,00	10,50	10,50	24,50	24,50	20,50	20,50	25,00	25,00	49,00	49,00	15,00	15,00

Rep_26_ESA_2024 SUMINISTRAMIENT DE PRODUCTOS PER PROCEDIMENTS DE LAPAROSCÒPIA I CIRURGIA OBERTA PER AL CONJUNT DE SANITARI DE L'ÀREA DE L'EST I DEL INTERIOR																
	Criteris estimes a judici de valor	Puntuació màxima	Multityle Health Care	Puntuació MODALTYE HEALTH CARE	Palm Medical	Puntuació FLEX MEDICAL	Productos Especiales Neomedic	Puntuació PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC	MBA Incorporado	Puntuació MBA INCORPORADO	8.8raun Sangral	Puntuació 8.8RAUN SANGRAL	SUMINISTROS HOSPITALARIOS	Puntuació Suministros Hospitalarios	PRIM	Puntuació Suministros Hospitalarios
BIBIOSI-FINCA TRACCIO ENDOSCÒPICA	Com dir les dades identificatives que inclos l'embutallat per facilitar les tasques d'identificació i per seu de	9,00	EXCLUS No compleix amb els requisits bàsics, es requereix 33cm (+/- 5cm) de longitud i la mostra presenta una longitud de 33cm	EXCLUS No compleix amb els requisits bàsics, es requereix 33cm (+/- 5cm) de longitud i la mostra presenta una longitud de 33cm	EXCLUS No compleix amb els requisits bàsics, es requereix 33cm (+/- 5cm) de longitud i la mostra presenta una longitud de 33cm	EXCLUS No compleix amb els requisits bàsics, es requereix 33cm (+/- 5cm) de longitud i la mostra presenta una longitud de 33cm	EXCLUS No compleix amb els requisits bàsics, es requereix 33cm (+/- 5cm) de longitud i la mostra presenta una longitud de 33cm	EXCLUS No compleix amb els requisits bàsics, es requereix 33cm (+/- 5cm) de longitud i la mostra presenta una longitud de 33cm	EXCLUS No compleix amb els requisits bàsics, es requereix 33cm (+/- 5cm) de longitud i la mostra presenta una longitud de 33cm	EXCLUS No compleix amb els requisits bàsics, es requereix 33cm (+/- 5cm) de longitud i la mostra presenta una longitud de 33cm	Letres clares i visibles que permeten identificar el producte, la referència, premsa i caducitat	9,00	Letres clares i visibles que permeten identificar el producte i la referència premsa i caducitat	9,00	EXCLUS No compleix amb els requisits bàsics, es requereix 33cm (+/- 5cm) de longitud i la mostra presenta una longitud de 33cm	EXCLUS No compleix amb els requisits bàsics, es requereix 33cm (+/- 5cm) de longitud i la mostra presenta una longitud de 33cm
	Com és el disseny de l'obertura de l'embutallat com s'identifica	8,00									El disseny de l'embutallat facilita l'obertura, no requereix d'ús de força per part del personal sanitari	8,00	El disseny de l'embutallat facilita l'obertura, no requereix d'ús de força per part del personal sanitari	8,00		
	Com el disseny del mínim permet una correcta subjectió del producte facilitant les tasques del personal sanitari	9,00									El disseny del mínim de ergonomia, s'adapta a la mà perfectament el que facilita la manipulació del producte durant el ús, generant comoditat i ergonomia	9,00	El disseny del mínim de ergonomia, s'adapta a la mà perfectament el que facilita la manipulació del producte durant el ús, generant comoditat i ergonomia	9,00		
	Com el disseny del dispositiu permet una correcta manipulació del producte sense aplicar un excés de força per part del personal sanitari	9,00									El sistema d'actuació requereix de poca manipulació i per tant facilita les tasques sense haver d'aplicar un excés de força	9,00	El sistema d'actuació requereix de poca manipulació i per tant facilita les tasques sense haver d'aplicar un excés de força	9,00		
	Com el disseny de les mandíbules garanteixen la una correcta utilització amb el menor risc de traumatisme sobre el teixit	10,00									Nivell de traumatisme adequat per tipus de producte que és. Les mandíbules que té el producte faciliten el seu ús.	10,00	Nivell de traumatisme adequat per tipus de producte que és. Les mandíbules que té el producte faciliten el seu ús.	10,00		
	Com el disseny del dispositiu permet cancel l'angle de treball amb poca manipulació	4,00									El sistema de rotació de l'act d'actua l'objecte d'un disseny ergonòmic.	4,00	El sistema de rotació de l'act d'actua l'objecte d'un disseny ergonòmic.	4,00		
	TOTAL	49,00										49,00		49,00		

			B.Braun Surgical		SUMINISTROS HOSPITALARIOS	
	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada
4800249-PINÇA TRACCIO ENDOSCÒPICA	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Com el disseny del mànec permet una correcta subjecció del producte facilitant les tasques del personal sanitari.	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Com el disseny del dispositiu permet una correcta manipulació del producte sense aplicar un excés de força per part del personal sanitari	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Com el disseny de les mandíbules garanteixen la seva correcta utilització amb el menor nivell de traumatisme sobre el teixit	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Com el disseny del dispositiu permet canviar l'angle de treball amb poca manipulació	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TOTAL		49,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Fap_26_CSA_2024 SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER PROCEDIMENTS DE LAPAROSCÒPIA I CIRURGIA OBERTA PER AL CONJUNT SANTIARI DE L'ÀNGIA NOME A L'EF 2.05.14.000																
	Criteris estratègics a judici de valor	Puntuació màxima	Multitype Health Care	Puntuació MULTITYPE HEALTH CARE	Pain Medical	Puntuació PAIN MEDICAL	Productos Especiales Insumos	Puntuació PRODUCTOS ESPECIALES INSUMOS	PRIM	Puntuació PRIM	B.Braun Surgical	Puntuació B.BRAUN SURGICAL	NBA Incorporado	Puntuació NBA INCORPORADO	Applied Medical Distribution	Puntuació Applied Medical Distribution
M0020- TUBIDA METENBULUM COBA PER LAPAROSCÒPIA DE 30MM 16.0	Com són les dades identificatives que inclou l'embuticat per facilitar les tasques d'identificació i per seu de	9,00	Lletres clares, visibles però en anglès el que pot dificultar les tasques d'identificació per part del professional sanitari.	2,00	Lletres clares i visibles però en anglès el que pot dificultar les tasques d'identificació per part del professional sanitari.	2,00	Lletres clares, visibles i en català que faciliten les tasques d'identificació per part del professional sanitari.	9,00	Lletres clares, visibles i en català que faciliten les tasques d'identificació per part del professional sanitari.	9,00	EXCLOS: No compleix amb els requisits tècnics, se requereix 30mm (o-Junt) de longitud i la mesura presenta una longitud de 30cm.		Lletres clares, visibles i en català que faciliten les tasques d'identificació per part del professional sanitari.	9,00	Lletres clares, visibles i en català que faciliten les tasques d'identificació per part del professional sanitari.	9,00
	Com és el disseny de l'obertura de l'embuticat i com s'identifica	9,00	El disseny de l'obertura de l'embuticat és senzill, no requereix d'excés de força per a obrir-ho i s'identifica amb facilitat.	9,00	El disseny de l'obertura de l'embuticat és senzill, no requereix d'excés de força per a obrir-ho i s'identifica amb facilitat.	9,00	El disseny de l'obertura de l'embuticat és senzill, no requereix d'excés de força per a obrir-ho i s'identifica amb facilitat.	9,00	El disseny de l'obertura de l'embuticat és senzill, no requereix d'excés de força per a obrir-ho i s'identifica amb facilitat.	9,00			El disseny de l'obertura de l'embuticat és senzill, no requereix d'excés de força per a obrir-ho i s'identifica amb facilitat.	9,00		
	Com el disseny del mínim permet una correcta subjecció del producte facilitant les tasques del personal sanitari.	9,00	El disseny del mínim és poc ergonòmic ja que no s'adapta bé a l'anatomia de la mà, el que no garanteix una correcta subjecció del producte i dificulta la manipulació per part del personal sanitari.	0,00	El disseny del mínim de molt ergonòmic ja que no s'adapta bé a l'anatomia de la mà, el que no garanteix una correcta subjecció del producte i dificulta la manipulació per part del personal sanitari.	9,00	El disseny del mínim de poc ergonòmic ja que no s'adapta bé a l'anatomia de la mà, el que no garanteix una correcta subjecció del producte i dificulta la manipulació per part del personal sanitari.	0,00	El disseny del mínim de poc ergonòmic ja que no s'adapta bé a l'anatomia de la mà, el que no garanteix una correcta subjecció del producte i dificulta la manipulació per part del personal sanitari.	0,00						
	Com el disseny del dispositiu permet una correcta manipulació del producte sense aplicar un excés de força per part del personal sanitari.	9,00	L'activació del tall és rígida, requereix d'excés de força per a la seva manipulació.	0,00	L'activació del tall és suau, no requereix d'excés de força per a la seva manipulació.	9,00	L'activació del tall és rígida, requereix d'excés de força per a la seva manipulació.	0,00	L'activació del tall és rígida, requereix d'excés de força per a la seva manipulació.	0,00						
	Com es comporta el disseny de les manetes del dispositiu per generar un tall net	10,00	A l'acte del procediment la qualitat de tall és l'adequada però se perdent la qualitat de tall durant el procediment quirúrgic, dificultant així les tasques del personal sanitari.	0,00	A l'acte del procediment la qualitat de tall és l'adequada però se perdent la qualitat de tall durant el procediment quirúrgic, dificultant així les tasques del personal sanitari.	0,00	Maneta una bona qualitat de tall durant tot el procediment quirúrgic, facilitant les tasques del personal sanitari.	10,00	A l'acte del procediment la qualitat de tall és l'adequada però se perdent la qualitat de tall durant el procediment quirúrgic, dificultant així les tasques del personal sanitari.	0,00						
	Com el disseny del dispositiu permet canviar l'angle de treball amb poca manipulació	4,00	El disseny del producte té una peça mòdula que permet canviar l'angle de treball amb poca manipulació.	4,00	El disseny del producte té una peça mòdula que permet canviar l'angle de treball amb poca manipulació.	4,00	El disseny del producte té una peça mòdula que permet canviar l'angle de treball amb poca manipulació.	4,00	El disseny del producte té una peça mòdula que permet canviar l'angle de treball amb poca manipulació.	4,00						
	TOTAL	49,00		14,00		14,00		19,00		21,00				21,00		21,00

			Molnlycke Health Care		Palex Medical		Productos Especiales Neomedic		PRIM		MBA Incorporado		Applied Medical Distribution	
	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada
4800250-TISORA METZEMBAUM CORBA PER LAPAROSCÒPIA DE 5MM DE Ø	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Com el disseny del mànec permet una correcta subjecció del producte facilitant les tasques del personal sanitari.	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com el disseny del dispositiu permet una correcta manipulació del producte sense aplicar un excés de força per part del personal sanitari	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com es comporta el disseny de les mandíbules del dispositiu per generar un tall net	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Com el disseny del dispositiu permet canviar l'angle de treball amb poca manipulació	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
TOTAL		49,00	14,00	14,00	14,00	14,00	49,00	49,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00

	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	Applied Medical Distribucion	Puntuació Applied Medical Distribution	Suministros Hospitalarios	Puntuació SUMINISTROS HOSPITALARIOS	Medical Cañada	Puntuació MEDICAL CAÑADA
4800514-BALO ENDOSCOPIC DISTENSIO RODO	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	7	EXCLÓS - No compleix amb els requisits bàsics, es requereix trocar de 10mm de diàmetre i la mostra presenta un trocar de 11mm de diàmetre		ÚNIC PROVEIDOR QUE SÍ QUE COMPLEX AMB ELS REQUISITS		EXCLÓS - No compleix amb els requisits bàsics, es requereix trocar de 10mm de diàmetre i la mostra presenta un trocar de 11mm de diàmetre	
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica	7						
	Com el disseny del mànec permet una correcta subjecció del producte facilitant les tasques del personal sanitari	9						
	Com s'identifica en el producte si hi ha una sobre inflació del baló	9						
	Com es comporta la pera d'insuflació durant el seu ús	8						
	Com és el disseny del producte per tal de minimitzar el nombre de passos i reduir la manipulació requerida pel personal sanitari	9						

Exp.28_CSA_2024 SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER PROCEDIMENTS DE LAPAROSCÒPIA I CIRURGIA OBERTA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
SOBRE B LOT 5.09 Valoració

	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	Molnlycke Health Care	Puntuació MOLNLYCKE HEALTH CARE	PRIM	Puntuació PRIM
4105020-AGULLA PNEUMOPERITONE	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	9,00	Lletres clares i visibles que faciliten les tasques d'identificació per part del professional sanitari	9,00	Lletres clares i visibles que faciliten les tasques d'identificació per part del professional sanitari	9,00
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica	8,00	El disseny de l'obertura de l'embolcall és senzill, no requereix d'excés de força per a obrir-ho, té el doble segellat que agilitza les tasques d'obertura.	8,00	El disseny de l'obertura de l'embolcall és senzill, no requereix d'excés de força per a obrir-ho, té el doble segellat que agilitza les tasques d'obertura.	8,00
	Com el disseny del producte facilita la col·locació a l'insuflador amb la menor manipulació possible	10,00	El disseny ergonòmic del producte facilita la seva col·locació a l'insuflador amb la menor manipulació possible.	10,00	El disseny ergonòmic del producte facilita la seva col·locació al insuflador amb la menor manipulació possible.	10,00
	Com el disseny del bisell de l'agulla permet la seva correcta inserció en el pacient sense excés de força per part del personal sanitari	12,00	El disseny del bisell de l'agulla permet la correcta inserció de l'agulla en el pacient de manera ràpida , controlada i segura sense requerir d'excés de força per part del personal sanitari	12,00	El disseny del bisell de l'agulla permet la correcta inserció de l'agulla en el pacient de manera ràpida , controlada i segura sense requerir d'excés de força per part del personal sanitari	12,00
	Com es comporta la cànula de l'agulla per a garantir les estabilitat durant la tècnica quirúrgica	10,00	El disseny de la cànula garanteix l'estabilitat de la mateixa durant la tècnica quirúrgica.	10,00	El disseny de la cànula garanteix l'estabilitat de la mateixa durant la tècnica quirúrgica.	10,00
TOTAL		49,00		49,00		49,00

Exp.28_CSA_2024 SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER PROCEDIMENTS DE LAPAROSCÒPIA I CIRURGIA OBERTA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
SOBRE B LOT 5.09 Ponderació

			Molnlycke Health Care		PRIM	
	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	Puntuació	Puntuació ponderada	Puntuació	Puntuació ponderada
4105020-AGULLA PNEUMOPERITONE	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Com el disseny del producte facilita la col·locació a l'insuflador amb la mneor manipulació possible	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Com el disseny del bisell de l'agulla permet la seva correcta inserció en el pacient sense excés de força per part del personal sanitari	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Com es comporta la cànula de l'agulla per a garantir les estabilitat durant la tècnica quirúrgica	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
TOTAL		49,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Exp-28_CSA_2024 SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER PROCEDIMENTS DE LAPAROSCÒPIA I CIRURGIA OBERTA PER AL CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA

SOBRE 8 LOT 5.1.1 Valoració

	Criteris sotmesos a judici de valor	Puntuació màxima	Suministros Hospitalarios	Puntuació SUMINISTROS HOSPITALARIOS	Productos Especiales Neomedic	Puntuació PRODUCTOS ESPECIALES NEOMEDIC	Intersurgical	Puntuació INTERSURGICAL
4101040-ASPIRADOR FUMS PER LAPAROSCOPIA	Com són les dades identificatives que inclou l'embolcall per facilitar les tasques d'identificació i pel seu ús	8	EXCLÒS -No es presenta la documentació requerida		EXCLÒS - No compleix amb els requisits bàsics, es requereix un tub de 50cm (+-5cm) de llarg i la mostra presenta un tub de 40cm de llarg		ÚNIC PROVEIDOR QUE SÍ QUE COMPLEXI AMB ELS REQUISITS	
	Com és el disseny de l'obertura de l'embolcall i com s'identifica	9						
	Com és el sistema de regulador de fluxe de sortida de l'aire per a facilitar les tasques del personal sanitari	12						
	Com el disseny del dispositiu facilita la connexió de la tabuladora al tròcar	10						
	Com és el disseny del filtre per neutralitzar les olors procedents de l'interior del pneumoperitoneu	10						

Responsables:

Sra. Maria Guixà
Cap del Departament de compres
Consortci Sanitari de l'Anoia

Sra. Esther Borràs
Infermera Recursos materials
Consortci Sanitari de l'Anoia