

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SCS-2026-212 Subministrament d'un congelador i d'una bàscula adaptada per a minusvàlids destinat a la Unitat de Fragilitat, gestionada pel CUAP Sant Martí

Codi	Descripció	Q	Preu unitari sense IVA	Preu total sense IVA
2156250900	Congelador vertical -20°C, 100L	1	-	5.000,00 €
1290060300	Bàscula adaptada per a minusvàlids	1	-	
	Import total			5.000,00 €
	21% IVA			1.050,00 €
	Import total amb IVA			6.050,00 €

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

Cal presentar:

- **una memòria tècnica i/o fitxa tècnica** que permeti comprovar els criteris descrits a continuació
- **oferta econòmica o pressupost**
- **termini de subministrament** estimat

2156250900 Congelador vertical -20°C, 100L
Definició
Definició Congelador vertical de 100 litres aprox. i amb sensor de temperatura i sistema d'alarma Indicar marca i model

Prestacions tècniques i funcionals
1.1. Característiques tècniques i funcionals Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses 1 Congelador de laboratori de -20°C 2 Rang de temperatures aproximat: -18° C a -23°C 3 Capacitat útil: 70-120 L 4 Dimensions aproximades: 65 x 65 x 80 cm (amplada x profunditat x alçada) 5 Entre 2 i 4 prestatges/calaixos 6 Tancament amb clau 7 Descongelació manual 8 Alarma òptica i acústica 9 Nivell de soroll inferior a 50 dB

- 10 Acabat exterior de color blanc
- 11 Amb sonda de control de temperatura amb sistema d'alarma
- Característiques a valorar**
- 12 Major rang de temperatura
- 13 Oferta econòmica
- 14 Menor termini de lliurament

1290060300 Bàscula adaptada per a minusvàlids

Definició

Definició

Balança digital plegable per a pesar persones amb cadira de rodes
Indicar marca i model

Prestacions tècniques i funcionals

1.1. Característiques tècniques i funcionals

Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses

- 1 Els equips s'entregaran calibrats i verificats amb una precisió tipus III, que haurà de ser avalada per una empresa acreditada
- 2 Marcat CE de tipus UE (2014/31/UE), emès per una empresa notificada
- 3 Sistema d'indicació de pes digital
- 4 Rampa d'accés a la plataforma per al seu ús en pacients amb cadira de rodes
- 5 Bàscula plegable per emmagatzemar-la en espais reduïts
- 6 Bàscula digital de 200 kg de capacitat mínima
- 7 Divisió mínima de 100 g
- 8 Funcions de TARA i HOLD
- 9 Dimensions aproximades de la plataforma: 800 mm x 950 mm
- 10 Inclou rodes per facilitar-ne el transport
- 11 Alimentació a xarxa elèctrica
- 12 Capacitat de transmissió inalàmbrica de dades a la història clínica del pacient (SAP)

Accessoris

- 13 Anivelladors per a major precisió (si escau)

Característiques a valorar

- 14 Major capacitat de càrrega (kg) superior a la demanada
- 15 Capacitat de treballar sense estar connectat a la xarxa elèctrica
- 16 Desconnexió automàtica
- 17 Menor pes de l'equip per a facilitar el seu transport (kg)
- 18 Possibilitat de rotar la pantalla on es mostra el pes per facilitar-ne la lectura
- 19 Memòria per a l'emmagatzematge de mesures
- 20 Oferta econòmica
- 21 Menor termini de lliurament

T1. Condicions de garantia, manteniment, reposició i formació

DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA LEGAL (per a tots els lots)

D'acord amb l'article 120 del RD Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementaries, s'estableix un termini legal de garantia per a respondre dels vici o defectes dels equips/productes subministrats de **3 anys**.

El termini legal de garantia de l'equip començarà a comptar a partir del correcte subministrament de l'equip al centre destinatari (d'ara endavant Centre).

Durant el període de garantia legal aniran a càrrec de l'adjudicatari de l'equip (incloent el cost del material, mà d'obra i desplaçaments):

- La substitució de l'equip quant aquest presenti vici o defectes (ja sigui dels materials o del funcionament).
- La reparació o substitució de les parts defectuoses.

T2. Condicions de lliurament

Tots els articles ofertats han de ser nous; no s'acceptaran articles, components i/o accessoris de segona mà o que hagin estat prèviament utilitzats en una demostració.

Per aquells equips que es requereixi muntatge, anirà a càrrec de l'adjudicatari totes les actuacions i gestions que puguin ser necessàries a fi de deixar els seus productes en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb la resta de l'equipament del centre destinatari. A més, l'empresa adjudicatària s'haurà de fer càrrec de la retirada dels embalatges i serà responsable de la seva correcta gestió com a residus, així com de la neteja de les àrees on es lliurin o instal·lin els equips i la reparació dels desperfectes que es puguin produir com a conseqüència d'aquestes accions.

Data de subministrament aproximada: principis de gener del 2026, preferiblement entre 2 i 9 de gener