

EXP. ACM 25/493

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES DE MONITORITZACIÓ DE PACIENTS AMB DESTÍ A
LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
EXP. ACM 25/493**

Elements tècnics del contracte

Objecte del contracte:

Aquest contracte té per objecte l'adquisició de sistemes de monitorització de pacients per cobrir les necessitats amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, HSP).

L'objecte del contracte es divideix en els següents lots:

LOT 1 - GEL ULTRASONS		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ
2003375	Gel lubricant ultrasons	• Gel conductor ultrasons. • Viscositat entre 150.000 i 200.000cps. • Lliure de làtex, ftalats, sals i formaldehid • Hidrosoluble, inodor, fàcil de netejar. • Respectuós amb els elèctrodes. • Hipoal·lergògen. • Presentació de 245 a 255ml
2003386	Gel ultrasons	• Gel per transmissió mèdica d' ultrasons per al diagnòstic i teràpies mèdiques ultrasòniques externes • Hidrosoluble • Sense sals per no fer malbé el transductor. • Lliure de làtex natural, ftalats i compostos d'origen animal o biològic. • Presentació de 245 a 265ml • Viscositat a partir de 1.000.000 mPas (milipascals)
2003373	Gel conductor ECG	• Gel per ECG i procediments electromèdics. • Composició: aigua, clorur potàssic, agents gelificant, humectant, conservant i colorant grau alimentari. • Hidrosoluble • Gel transparent i viscos, sense perfum. • PH: entre 6,7-7,5 • Viscositat entre 240.000 i 400.000mPas • Presentació de 245 a 255ml

EXP. ACM 25/493

2003415	Gel lubricant instrumental	• Gel lubricant hidrosoluble per lubricació d'instrumental en exploracions ginecològiques, urològiques i endoscòpiques. • Hidrosoluble • Compost per hidroxietilcel·lulosa. • Sense parafines ni vaselina. • No irritant en contacte amb la pell ni en les mucoses. • Bona conductivitat • Una vegada obert ha de durar màxim 3 mesos. • Presentació en tubs de 90 a 105 g
---------	----------------------------	--

LOT 2 - GEL ULTRASONS		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ
2011827	Gel conductor EEG	• Gel conductor per realitzar estudis de electroencefalografia. • Presentació: Pots mínim 946ml i màxim de 1000ml
2011828	Aplicador de gel per EEG	• Dispositiu per aplicar el gel en el estudis de electroencefalografia. • Dispositiu en forma d'agulla amb punta roma 15x1,6mm • Un sol ús • Lliure de làtex.

EXP. ACM 25/493

LOT 3 - ELÈCTRODES VARIS		
CODI HSP	MATERIAL	DESCRIPCIÓ
2003255	Elèctrode pediàtric amb cable	• Elèctrode per a ús pediàtric amb gel líquid d'alta conductivitat • Cable integrat de 48 a 52cm amb connector femella de 4mm. • Amb escuma de poliuretà fàcil de col·locar. • Mides elèctrode (28-33)x(20-24)mm. • Sensor d'argent/ clorur d' argent. • Lliure de làtex. • Un sol ús.
2003256	Elèctrode pediàtric neonatal amb cable	• Elèctrode per a ús neonatal amb gel sòlid d'alta conductivitat • Cable integrat de 52 a 62 cm amb connector mascle d'1,5mm • Fàcil de col·locar i molt transpirable. • Radiotransparent pel seu ús a RX. • Mides elèctrode (20-23)x(20-23)mm. • Sensor d'argent/ clorur d' argent. • Lliure de làtex. • Un sol ús.
2003259	Elèctrode pediàtric escuma amb clip	• Elèctrode per a us pediàtric i neonatal amb gel líquid d' alta conductivitat i clip descentrat. • Amb escuma poliuretà oclusiva fàcil de col·locar i de teixit microporós per alta transpirabilitat especialment per pells sensibles. • Mides elèctrode (43-46)x(20-23)mm • Sensor d' argent/ clorur d' argent. • Lliure de làtex. • Un sol ús.
2014924	Elèctrode sensor hidrogel pediatria	• Elèctrodes per exàmens neurològics a nadons/premats. • Per monitorització durant llargs períodes de temps • Calibratge automàtic. • Connexió banana compatible amb equip Natus; model OBM BRAINZ de Palex. • Que es pugui ajustar l'amplitud i la velocitat del traçat. • Que es pugui fer un anàlisi en temps real de l'activitat cerebral. • Que es pugui fer determinacions dels efectes de drogues, altres teràpies i identificació de HIE (Encefalopatia Isquèmica Hipòxia) • Envàs de 5 elèctrodes per bossa.
2019353	Elèctrode estudis del son pediatria	• Elèctrode de gel sòlid autoadhesiu amb cable per fer estudis del son a nens de pediatria • Sensor d'argent i clorur d'argent. • Reposicionable • Mides elèctrode (19-21)x(14-16)mm i cable entre 149 i 151 cm de longitud • Connector d'1,5mm • Lliure de làtex.

EXP. ACM 25/493

2022680	Elèctrode de placa desfibril·lació pediatria	• Elèctrode de placa desfibril·lació pediatria amb cable preconnectat per desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics. • Adaptador compatible amb desfibril·ladors/monitors LIFEPAK i desfibril·ladors equipats amb connector de teràpia QUIK-COMBO. • Connexió per pacients amb pes inferior a 15kg. • Àrea de contacte entre 50 - 54 cm². • Multi funció: desfibril·lació, marcapassos, monitorització • D'un sol ús. • Envàs de 2 unitats.
2021033	Elèctrode placa desfibril·lador adult	• Elèctrode de placa desfibril·lació adult amb cable preconnectat per desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics. • Adaptador compatible amb desfibril·ladors/monitors LIFEPAK i desfibril·ladors equipats amb connector de teràpia QUIK-COMBO. • Connexió per pacients amb pes superior a 15kg • Àrea de gel i conductora de 113-117 cm² • Multifunció: : desfibril·lació, marcapassos, monitorització i cardioversió. • D'un sol ús • Pack de 2 unitats
2009512	Elèctrode registre EMG 18mm.	• Elèctrode per registre electromiogràfic intraoperatori. • Cable d'1 m de longitud, 2 canals i 18mm de longitud • Superfície d'elèctrode recoberta d'aïllament que finalitza a 5mm. de la punta del mateix. • Compatible amb l'equip de Medtronic; models NIM-3 i NIM-4 (NIM VITAL) • Envàs en sobre individual compost de: 2 elèctrodes intramusculars per registre electromiograma, 1 elèctrode subdèrmic blanc i vermell 1 elèctrode subdèrmic verd. • Estèril i d'un sol ús. • Envàs unitari.
2003322	Elèctrode per registre polisomnografies amb cable	• Elèctrode de gel líquid d'alta conductivitat per a polisomnografies, electromiografies, potencials evocats i altres. • Sensor d'argent / clorur d'argent. • Connector de 2mm. • Mida (28-32)x(20-24) amb cable de 148 a 152cm • Alta adhesivitat amb suport d'escuma. • Sensor d'argent / clorur d'argent. • Lliure de làtex. • Un sol ús.

EXP. ACM 25/493

2003307	Elèctrode neuroestimulació 50x50mm	• Elèctrode adhesiu per a equips de electroestimulació per tractament de la clínica del dolor i estimulació muscular. • Mides elèctrode 50x50mm • Cable radiotransparent de 50mm amb connexió femella de 2mm que es pugui adaptar a tots els equips. • Adhesiu que permeti la reposició fins a 20 vegades. • Pack de 4 unitats. • Lliure de làtex. • Un sol ús.
2009513	Elèctrode neuroestimulador per localització nerviosa	• Sonda-elèctrode d'acer inoxidable, d'estimulació monopolar per la localització nerviosa en monitorització intraoperatòria. • Cable conductor amb recobriment d'aïllament de 250cm. • Connector de seguretat DIN 42802 • Part activa recta entre 44-46 mm de longitud i 1,2 mm de diàmetre. • Producte sanitari classe IIa. • Lliure de làtex. • Estèril i d' un sol ús. • Envàs unitari.
2017288	Elèctrode neuroestimulador nervi facial i cranial	• Punta per la sonda-elèctrode de estimulació monopolar Prass per estimular el nervi facial i altres nervis cranials. • Per la estimulació nerviosa intraoperatòria. • Per poder ser utilitzat amb el monitor d'integritat nerviosa de Medtronic. • L'aïllament de fluoro plàstic de la punta estimuladora d'acer inoxidable ha de finalitzar a l'extrem distal. • Els 20mm finals de la punta s'han de poder corbar per un millor contacte. • Diàmetre de la punta 0,5mm. • La sonda es connecta al mànec que disposa de cable de entre 1,9 i 2,1 m de longitud. • Connexió de 2mm. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús. • Envàs unitari.
2003288	Elèctrode d' agulla EMG	• Elèctrode d'agulla EMG concèntrica per registre estudis electromiogràfics. • Mides elèctrode (36-38)x(0,45-0,47)mm. • Connector verd • Lliure de làtex. • Estèril d'un sol us. • Envàs unitari.
2003361	Elèctrode agulla acer inoxidable	• Elèctrode estès d'agulla d' acer inoxidable per intervencions quirúrgiques amb electrocirurgia monopolar i que es necessiti major profunditat a l'accés. • Longitud total entre 15 i 17cm • Longitud activa 2,5cm. • Compatible amb mànecs estàndards de 2,4mm d'eix. • Lliure de làtex.

EXP. ACM 25/493

		• Estèril i d'un sol ús. • Envàs unitari.
2008917	Elèctrode de placa desfibril·lació adult >15Kg	• Elèctrode de placa desfibril·lació adult amb cable preconnectat per desfibril·ladors automàtics i semiautomàtics. • Adaptador al desfibril·lador de Philips. • Connexió per pacients amb pes superior als 15kg. • Àrea de gel i conductora entre 74 i 76 cm² • Multi funció: desfibril·lació, marcapassos, monitorització i cardioversió. • No estèril i d'un sol ús. • Envàs de 2 unitats.
2003314	Elèctrode connexió pestanya per registre ECG.	• Elèctrode de connexió pestanya pel registre de ECG en repòs. • Amb gel adhesiu conductor d'alta fiabilitat per un traçat de qualitat i apte per a tot tipus de pacients. • Forma rectangular • Mides elèctrode (30-34)x(20-22)mm • Norma ISO 10993-1 de biocompatibilitat, o similar • Presentació: Blíster de 10 unitats. • Lliure de làtex. • Un sol ús.
2003303	Elèctrode bola d'acer	• Elèctrode Lletz de bola d'acer inoxidable entre 4-5mm de diàmetre i a partir de 13cm de longitud per aplicació vaginal en llocs de sagnats en intervencions on es faci servir la electrocirurgia monopolar. • Compatible amb mànecs electroquirúrgics estàndards de 2,4mm d'eix. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús. • Envàs unitari.
2003324	Elèctrode punta plana forma 135º 18G	• Elèctrode amb punta de diatèrmia bipolar per incisió de cataractes, filtració de glaucoma i usos vitreorretinals. • Calibre 18G. • Punta plana i mànec de perfil anatòmic de 135º. • Per hemostàsies diatèrmiques en esclera. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús. • Envàs unitari.
2003257	Elèctrode teixit microporós de llarga duració	• Elèctrode hipoal·lèrgic per llarga monitorització amb gel líquid d'alta conductivitat i clip descentrat. • Amb escuma poliuretà oclusiva fàcil de col·locar i de teixit microporós per alta transpirabilitat especialment per pells sensibles. • Mides elèctrode (70-74)x(66-70)mm. • Sensor d'argent/ clorur d'argent. • Lliure de làtex. • Un sol ús.

EXP. ACM 25/493

2003254	Elèctrode adult escuma	• Elèctrode per diagnòs o monitorització amb gel líquid d'alta conductivitat. • Connector de clip descentrat i amb escuma poliuretà oclusiva fàcil de col·locar. • Mides elèctrode (40-44)x(36-40)mm. • Sensor d'argent/ clorur d'argent. • Lliure de làtex. • Envàs de 10 unitats. • Un sol ús.
2003292	Elèctrode especial ECG escuma	• Elèctrode per proves de ECG en repòs amb gel líquid i connector descentrat. • Adhesiu que garanteixi una qualitat de senyal òptima i immediata. • Connector femella de 4mm sense necessitat d'adaptador. • Mides elèctrode (48-50)x(32-34)mm • Sensor d'argent/ clorur d'argent. • Escuma de polietilè. • Lliure de làtex. • Un sol ús.
2003369	Elèctrode adult per ressonància magnètica	• Elèctrode amb gel líquid radiotransparent per ressonància magnètica. • Amb clip de grafit i suport d'escuma. • Mides elèctrode entre (48-52)x(46-50)mm • Sensor d'argent/ clorur d'argent. • Lliure de làtex. • Un sol ús.
2003334	Elèctrode llaç tungstè	• Elèctrode de llaç de tungstè per intervencions de resecció Lletz on s'utilitzi electrocirurgia monopolar. • Mides elèctrode (14-16)x(11-13)mm • Longitud total de l'eix de 12 a 14cm • Compatible amb mànecs estàndards de 2,4mm d'eix. • Lliure de làtex. • Estèril i d'un sol ús. • Envàs unitari.
2003383	Pasta conductora EEG	• Pasta conductora i adhesiva per EEG, EMG i estudis del son. • Envàs entre 112 i 116g

La desviació respecte a les mides i el material només poden ser acceptables si són poc significatives i/o millorades i sempre que les proposades no interfereixin en el correcte funcionament per al que és necessari, això és el correcte tractament del pacient, per la qual cosa serà valorada, en cada cas, pels tècnics corresponents. Cas contrari, es procedirà a l'exclusió de l'oferta presentada per incompliment del PPT.

EXP. ACM 25/493

L'adjudicatari de cada contracte proporcionarà la formació teòrica i pràctica i suport tècnic per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material descrit anteriorment en cas que es requereixi.

Requeriments tècnics específics

Els licitadors ompliran l'Annex de complementació obligatòria tècnica i l'adjuntaran dins de l'oferta tècnica en format digital (PDF i EXCEL).

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents ni més d'una referència per a cada article licitat.

En el cas d'incongruència entre la documentació tècnica presentada i l'establert en el contingut de l'Annex de complementació obligatòria tècnica, prevaldrà la documentació tècnica i, per tant, només es tindrà en compte el contingut d'aquesta.

Requeriments tècnics generals

L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar en format digital on han de constar els següents documents:

- Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de FGS (en cas de no constar en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:
 - ✓ Foto/dibuix del producte.
 - ✓ Referència del fabricant: codi amb el que el fabricant identifica el producte.
 - ✓ Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
 - ✓ Marca comercial de l'article.
 - ✓ Descripció de les característiques bàsiques del producte.
 - ✓ Descripció de la composició del producte.
 - ✓ Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
 - ✓ Certificació de lliure de làtex, si s'escau.
 - ✓ Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE.
- A la oferta tècnica s'hauran de reflectir tots els requeriments tècnics que es detallen a l'Annex i al PPT per cadascun dels productes/lots als que es liciti.
- La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació en un altre idioma podrà ser motiu d'exclusió de la oferta.

EXP. ACM 25/493

- En el cas de que hi hagi equips associats o altre material fungible associat, no codificat, s'haurà de facilitar la fitxa tècnica o facilitar enllaç pàgina web on es pugui trobar aquesta.
- Per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material i equipament associat descrit, l'adjudicatari haurà de comprometre's a proporcionar la formació teòrica i pràctica necessària en cas que es requereixi.
- Fitxes tècniques de seguretat, si s'escau.
- En cas que el fungible objecte de la licitació tingui equips associats en règim de cessió, l'adjudicatari serà responsable del manteniment complert garantint el perfecte estat de funcionament, així com la substitució immediata de l'equip en cas de parada, per qualsevol causa. No s'acceptarà cap cost addicional per aquests conceptes.
- Per als productes estèrils: en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.
- En cas que durant la vigència del concurs, hi hagués canvis de les característiques tècniques orientades a augmentar la seguretat del pacient, el proveïdor s'ha de comprometre a incorporar-les sense cap cost addicional per l'FGS.
- Tot i que en les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient puguin incloure referències específiques de productes, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i acompleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.
- El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material.
- Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofreix evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
- Si l'adjudicatari hagués d'aportar al seu càrrec equipament informàtic de caràcter estàndard, les característiques, marca i model seran necessàriament les determinades per l'FGS a fi d'homogeneïtzar aquest tipus d'equipament.
- En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.

EXP. ACM 25/493

- L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats establertes, i assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen el present plec.

En el cas d'impossibilitat de subministrament, o trencament d'estocs :

- a) L'empresa adjudicatària haurà de comunicar-ho immediatament al departament de Logística.
- b) L'adjudicatari proporcionarà una alternativa pròpia o d'altres empreses, dins del mercat nacional o mercats externs, de les mateixes característiques amb igual o superior qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació. L'alternativa es facilitarà amb suficient antelació per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part del centre.
- c) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, o que no s'hagi presentat cap alternativa el departament de Compres prendrà les mesures oportunes per tal de garantir el proveïment.
- d) L'empresa adjudicatària haurà de compensar econòmicament a la FGS segons l'apartat de penalitats establert a la memòria justificativa i segons les condicions del contracte.

Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen

- Els licitadors han de presentar l'oferta per lot , excepte en els lots 1 i 3 que podran presentar l'oferta per article.
- Les quantitats que figuren al present expedient són merament estimatives del consum de l'Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats del centre. Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi el Departament de Compres.
- L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat. Inclou l'actualització permanent dels equips a les innovacions que vagin sorgint al llarg de la vida del contracte.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes .

EXP. ACM 25/493

- L'adjudicatari està obligat a aportar valoració econòmica de l'equipament en cessió, si s'escau.

Termini i lloc de lliurament

- El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s'indiqui a la comanda.
- En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la licitació.
- El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça, és:

Recepció de mercaderies del Nou Hospital: Entrada per C/ Sant Antoni M^a Claret / Independència – Moll de descàrrega.

L'horari de recepció de material és de 07:30 a 15:00 hores de dilluns a dijous i de 07:30 a 14:00 hores els divendres. No s'acceptaran lliuraments a la Recepció de Mercaderies fora d'aquest horari, en el cas de peticions URGENTS, el lliurament es realitzarà informant al personal de Seguretat de l'Hospital que donarà accés al Bloc quirúrgic.

- El lliurament de qualsevol tipus de material o medicament haurà de ser atenent a una comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.
- En el cas de rebre el material defectuós, en mal estat que impedeixi el seu ús, l'empresa adjudicatària el retirarà i el substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.
- Si en el moment de la descàrrega es detecta qualsevol incidència, es rebutjarà el material. En cas que posteriorment a l'entrega es detecti que el material està en mal estat, el proveïdor disposa de, 5 dies per retirar el producte.
- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.
- La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat.
- Termini de lliurament de les comandes: Cada comanda cursada s'haurà de subministrar complint els següents requeriments: Les comandes ordinàries es serviran en un termini màxim de 3 dies laborables i les urgents en 24 hores o en el seu cas en els compromesos per l'adjudicatari en la seva oferta si les millorés.
- El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdors se li lliurarà la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN" i data de lliurament.

EXP. ACM 25/493

L'albarà haurà d'anar valorat i s'haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda.
- Número d'article HSP.
- Número d'expedient
- Número d'albarà.

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

- En cas de ser paletitzades, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc.) Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cms.
- Les devolucions es notificaran via correu electrònic i els materials hauran de ser retirats al nostre Magatzem General en un termini màxim de 5 dies. En cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo del proveïdor amb HSP.
- L'adjudicatari està obligat a comunicar al Servei corresponent i al departament de compres qualsevol modificació de referència o característiques del producte per causes tècniques o de millora, indicant l'antiga i la nova denominació, assumint tot cost addicional per efectuar el canvi i sense que suposi cap increment del preu. Si les noves característiques no s'adeqüessin a les necessitats originals del contracte no haurà compromís del seu consum.
- En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i de conformitat amb l'adjudicatari o a instància d'aquest, pot incloure bens dels tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d'interès públic o de novetat tecnològica o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat amb posterioritat a la data límit de la presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius especificats a la contractació.

Mostres

- S'informa als licitadors que se'ls podran requerir mostres. No és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta. L'òrgan de contractació es reserva el dret a sol·licitar mostres i/o demostracions de la seva oferta, a qualsevol dels licitadors durant el període d'avaluació d'ofertes, si ho considera oportú.
- Les mostres i/o demostracions hauran de ser iguals als articles indicats a la oferta i a subministrar en cas de ser adjudicatari.
- El/s licitador/s hauran de lliurar les mostres sol·licitades al lloc que es determini prèviament dins del termini establert i informat al licitador.

EXP. ACM 25/493

- La recepció de les mostres per part de la FGS, no implica el compliment de l'entrega, entenent que aquest acte només conforma el número de paquets entregats i la data. La FGS es reserva la verificació del contingut real de l'entrega.
- S'entendrà degudament entregada la mostra quan es verifiqui per el responsable de la recepció de mostres, el seu contingut i d'acord amb els requisits de forma i quantitats indicats a la Memòria i al document de sol·licitud. Es comprovarà que les dades consignades en el document siguin certes i, en cas de conformitat, es donaran per degudament entregades.
- No obstant, la conformitat no serà absoluta fins la posterior verificació a detall per part de la FGS.
- En cas de disconformitat deixarà constància expressa de la mateixa en la còpia de l'albarà.
- Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.
- Les mostres s'hauran de presentar en unitats mínimes complertes per a cadascun dels productes oferts i expressament sol·licitats.
- Les mostres aniran identificades amb el nom de l'empresa i codi de producte HSP, així com el número de lot al que correspon i acompanyades d'un albarà de lliurament.
- Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.
- Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.
- Si fos necessari augmentar el nombre de mostres i/o demostracions a realitzar per discrepàncies entre els diferents professionals, es podria demanar algunes mostres addicionals i d'alguns materials concrets així com alguna demostració concreta.

EXP. ACM 25/493

Barcelona, a 24 de novembre de 2025

Vist i plau

Maria Lacueva

Direcció d'Infermeria

NOTA 1: El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.

NOTA 2: A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.

NOTA 3: Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.



SANT PAU
Campus Salut
Barcelona



Hospital de
la Santa Creu i
Sant Pau

Unitat de Contractació
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Tel. 93 291.90.00
contractacions@santpau.cat

EXP. ACM 25/493