
Acta de la reunió de valoració dels sobres B de l'expedient

Identificació de la reunió**Dia:** 17 de novembre de 2025**Hora:** 12:00 hores**Lloc:** Dependències del Consorci Sanitari Integral**Contractació:** Subministrament d'implants de peu, material fungible i instrumental auxiliar associat pel Consorci Sanitari Integral, mitjançant procediment obert harmonitzat i tràmit ordinari.**Òrgan de Contractació:** Directora General del Consorci Sanitari Integral**Assistents Mesa de contractació****Presidenta:** Meritxell Serra Garreta, Directora del departament de Logística del CSI,**Secretari:** Héctor López, Control de gestió assistencial del CSI**Vocal:** Sergio Oleaga, Director econòmicofinancer del CSI**Vocal:** Juan Miguel Arellano, Tècnic del departament de Logística del CSI**Vocal:** Marta Coca, Tècnica del departament de Logística del CSI**Vocal:** Ana Grau, assessora jurídica del servei agregat de contractacions administratives del Consorci de Salut i Social de Catalunya

En aquesta sessió es constitueix la mesa de contractació amb l'objectiu d'analitzar les propostes presentades al **sobre B (documentació tècnica i criteris susceptibles de judici de valor)**

Abans de procedir a puntuar les propostes es comprova que les empreses següents, com consta a l'informe de valoració de data 13 de novembre emès per els equips de Cirurgia ortopèdica dels hospitals Moisès Broggi i Dos de Maig, no compleix amb els requeriments tècnics d'obligat compliment, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i el quadre de característiques:

LOT 1 - SISTEMA DE PLAQUES DE FUSIÓ I OSTEOTOMIES D'AVANTPEU-MITGPEU I RETROPEU, I TURMELL, AGULLES KIRSCHNER I CARGOLS BLOQUEIG I NO BLOQUEIG I COMPRESSIÓ

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT**STRYKER IBERIA,SL**

ES REQUEREIX: Cargols compressió canulats de Diàmetres aproximats de 2 a 4mm totes les llargades d'aleació de titani o titani.

A LA DOCUMENTACIÓ **NO PRESENTAN LES FITXES TÈCNIQUES** DELS CARGOLS CANULATS CONDICIÓ OBLIGATORIA.

LOT 2 - CARGOLS COMPRESSIÓ CANULAT SENSE CAP DIÀMETRES APROXIMATS DE 2,5MM, 3MM, 3,5MM, 4MM, 5MM i 7MM TITANI O ALIATGE DE TITANI ESTÈRIL

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

CONMED IBERIA, S.L

ES REQUEREIX: cargol compressió sense cap, canulats, autorroscants i autoperforants de diàmetre aproximat 5mm totes les llargades titani o aliatge titani estèril.

cargol compressió sense cap, canulats, autorroscants i autoperforants de diàmetre aproximat 7mm totes les llargades titani o aliatge titani estèril.

APORTEN CARGOLS DE DIÀMETRE 6,5MM (EN LLOC DE 5MM)

APORTEN CARGOLS DE DIÀMETRE 8,5MM (EN LLOC DE 7MM)

MEDARTIS IBERIA SLU

ES REQUEREIX: cargol compressió sense cap, canulats, autorroscants i autoperforants de diàmetre aproximat 3,5mm totes les llargades titani o aliatge titani estèril.

NO APORTEN CARGOLS DE DIÀMETRE 3,5MM

LOT 4 - PROTESI TOTAL TURMELL NO CIMENTADA

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

CONMED IBERIA, S.L

ES REQUEREIX: component talar de titani o aliatge de titani varies mides.

APORTEN COMPONENT TALAR DE CROM COBALT.

EXACTECH IBÉRICA S.L.U.

ES REQUEREIX: component talar de titani o aliatge de titani varies mides.

APORTEN COMPONENT TALAR DE CROM COBALT

STRYKER IBERIA,SL

ES REQUEREIX: component talar de titani o aliatge de titani varies mides.

APORTEN COMPONENT TALAR DE CROM COBALT

LOT 5 - FIXACIÓ EXTERNA PER RECONSTRUCCIÓ MEMBRES
EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

MEDCOMTECH S.A.

ES REQUEREIX: anells - cercles 5/8, 3/8 diferents mides.

NO APORTAN ANELLS DE 3/8.

LOT 12 -PLAQUES PER FRACTURA DE TURMELL ANATÒMICA, RECTA I
MALEOLO MEDIAL DE TITANI O ALIATGE DE TITANI

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

ACUMED IBÉRICA

ES REQUEREIX: cargols bloqueig i no bloqueig diàmetres aproximats 2,7 - 3,5 i 4,2mm totes les llargades titani o aliatge titani.

Documentació mdr.

NO APORTEN CARGOLS BLOQUEIG I NO BLOQUEIG SIMILARS A MIDA 4,2MM.

NO APORTAN DOCUMENTACIÓ MDR

MEDARTIS IBERIA SLU

ES REQUEREIX: cargols bloqueig i no bloqueig diàmetres aproximats 2,7 - 3,5 i 4,2mm totes les llargades titani o aliatge titani.

NO APORTEN CARGOLS BLOQUEIG I NO BLOQUEIG SIMILARS A MIDA 4,2MM

MEDCOMTECH S.A.

ES REQUEREIX: cargols bloqueig i no bloqueig diàmetres aproximats 2,7 - 3,5 i 4,2mm totes les llargades titani o aliatge titani.

NO APORTEN CARGOLS BLOQUEIG I NO BLOQUEIG SIMILARS A MIDA 4,2MM

LOT 13 - IMPLANTS INTRAMEDULAR ARTRODESI DITS MARTELL

EXCLUSIONS PER REQUERIMENT TÈCNIC OBLIGAT ACOMPLIMENT

MEDCOMTECH S.A.

ES REQUEREIX: implants intramedular artrodesi dits martell de nitinol de mides aproximades 15 a 22 mm i angle de 0 i 10° aproximats.

APORTEN MATERIAL PEEK, NO ES SIMILAR AL NITINOL.

LOT 14 - GRAPA MEMORIA ELÀSTICA COMPRESSIÓ CONTINUA AMB KIT PERFORACIÓ

ARTHREX ESPAÑA,S.L.

ES REQUEREIX: kit complert estèril un sol ús

PRESENTAN KIT AMB GRAPA INCLOSA.

CONMED IBERIA, S.L.

ES REQUEREIX: kit complert estèril un sol ús

PRESENTAN MEDIDOR DE GRAPA.

**LOT 15 - CARGOL COMPRESSIÓ CANULAT AVANTPEU, MITGPEU I RETROPEU
DIÀMETRES APROXIMATS 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5,5 / 6,5 / 7,5mm TITANI O
ALITGE TITANI ESTÈRIL AMB OPCIONS ROSCA CURTA I ROSCA LLARGA**

JEMED IMPORTACIONES SL

ES REQUEREIX: cargol compressió sense cap, canulats, autorroscants i autoperforants de diàmetre aproximat 6,5mm totes les llargades titani o aliatge titani estèril.

cargol compressió sense cap, canulats, autorroscants i autoperforants de diàmetre aproximat 7,5mm totes les llargades titani o aliatge titani estèril.

PRESENTAN EL MATEIX PRODUCTE PER LA MIDA DE 6,5MM COM PER LA DE 7,5MM (APORTAN 7MM).

MEDCOMTECH S.A.

ES REQUEREIX: cargol compressió sense cap, canulats, autorroscants i autoperforants de diàmetre aproximat 6,5mm totes les llargades titani o aliatge titani estèril.

cargol compressió sense cap, canulats, autorroscants i autoperforants de diàmetre aproximat 7,5mm totes les llargades titani o aliatge titani estèril.

PRESENTAN EL MATEIX PRODUCTE PER LA MIDA DE 6,5MM COM PER LA DE 7,5MM (APORTAN 7MM).

Atès que el Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques estableixen els requeriments mínims exigits i l'obligació de complir les característiques mínimes especificades;

Atès el que s'estableix a l'apartat primer del Plec de Prescripcions Tècniques: *Les característiques tècniques de cada material objecte de la licitació, són les exposades a*

(IMP-SC-038)

l'Annex 2 tècnic i són d'obligat compliment. A tal efecte els licitadors ompliran ***l'Annex 2 tècnic i l'adjuntaran dins de la oferta tècnica a més d'acreditar-les documentalment.*** En cas de discrepància es donarà prioritat a la informació aportada a la fitxa tècnica. ***L'incompliment o acreditació insuficient comportarà l'exclusió.***

Vist l'incompliment del Plec de Clàusules Administratives, el Plec de Prescripcions Tècniques i el Quadre de Característiques Específiques i en aplicació de la reiterada jurisprudència en matèria de contractació pública, donat que aquestes empreses han aportat una proposta que varia substancialment del model establert en els plecs, es decideix excloure-les de la licitació en aplicació de l'article 84 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

Seguidament, tal i com consta a l'informe de valoració de data com consta a l'informe de valoració de data 13 de novembre emès per els equips de Cirurgia ortopèdica dels hospitals Moisès Broggi i Dos de Maig, hi ha empreses que no han obtingut en la valoració tècnica la puntuació mínima exigida de 25 punts en el lot que van ofertar.

Atès el que s'estableix en el document "e1 annex 1 de criteris subjectius CSI2025053" així com a l'apartat 15é de la memòria justificativa del contracte, respecte els Criteris d'adjudicació d'aquesta contractació: ***"Els licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts no passaran a la següent fase d'avaluació de l'oferta econòmica"***, s'acorda excloure les propostes presentades per aquests licitadors, per no haver assolit la puntuació tècnica mínima exigida:

LOT 8 - CUNYES TITANI PORÒS PER CORRECCIÓ DEFORMITATS PEU

JEMED IMPORTACIONES...4,5 PUNTS

LOT 9 - CARGOLS ROMPIBLES TIPUS TWISTOFF DIÀMETRE DISTAL APROX.2MM

ORBIMED S.A.U.....22,73 PUNTS.

STRYKER IBERIA,S.L....24,23 PUNTS.

Sense cap altre qüestió a considerar, sent les 12:30 hores, l'Òrgan de Contractació dóna per acabada la reunió i perquè en quedi constància del que s'ha tractat i de les determinacions adoptades, s'estén la present Acta.

La Presidenta
Meritxell Serra

El Secretari
Héctor López