



CHV 15/25 OSA - Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d'un microscopi de fluorescència triocular per a la realització de les tècniques FISC i tots els elements, programes i accessoris necessaris per a la correcta execució de l'activitat prevista pel Servei d'Anatomia Patològica del Consorci Hospitalari de Vic (CHV).

		Preu licitació	NIRCO, S.L.	IZASA SCIENTIFIC, SLU
CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT	Pond	44.300,00	38.684,00	38.695,00
Valoració de l'oferta econòmica: S'obté la puntuació aplicant la següent fórmula: $P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \right] \times P$ <i>Pv: Puntuació de l'Oferta a Valorar</i> <i>P: Punts del criteri econòmic</i> <i>Om: Oferta Millor (més econòmica)</i> <i>Ov: Oferta a Valorar</i> <i>IL: Import de Licitació (sense IVA)</i>	40		40,00	39,99
Disposar d'un sistema ECO d'aturada automàtica en cas que no s'utilitzi l'equip			si, prorrogable	si, programable
Si, programable 6 punts	6		6	6
Si, no programable 2 punts	2			
No 0 punts	0			
Incloure Bloc doble per a FITC/Cy3			si	si
Si 6 punts	6		6	6
No 0 punts	0			
Tots el comandaments estan a l'abast de la ma quan es treballa amb el microscopi (considerar la mida de la persona 1,60 m d'alçada)			si	si
Si 2 punts	2		2	2
No 0 punts	0			
Eficiència quàntica igual o superior al 92%			no	si
Si 6 punts	6			6
No 0 punts	0		0	
Vida mitja de la il·luminació tipo LED igual o superior 60.000 hores			no	si
Si 8 punts	8			8
No 0 punts	0		0	
Sistema de difusió que permeti obtenir una imatge uniformement il·luminada en tot el camp (per a objectius de 1X fins a 100X inclosos tots dos)			si	si
Si 6 punts	6		6	6
No 0 punts	0			
Tamany del Pixel de 6.5x6.5 micrometres, optimitzats per a imatge de 60X			si	si
Si 5 punts	5		5	5
No 0 punts	0			
Mesura automàtica de 30 paràmetres o més (com: longitud, àrea, forma, densitat, etc...)			si	si
Si 6 punts	6		6	6
No 0 punts	0			
Objectiu de 60X Apocromàtic			si	si
Si 8 punts	8		8	8
No 0 punts	0			
Proposta de Manteniment				
Valoració manteniment (desglossat segons la fitxa ST) ... 4 punts	4		3,71	2,56
Ampliació de garantia mínima de fins a 12 mesos (36 mesos en total), incloent desplaçaments, mà d'obra i recanvis			amplien 12 mes	amplien 12 mesos
Menys de 12 mesos d'ampliació 0 punts	0			
Ampliació de 12 mesos (36 mesos en total) 3 punts	3		3	3
Total	100		85,71	98,55
Proposta adjudicatari: IZASA SCIENTIFIC, SLU				

La Secretària de la Mesa
Sra. Maria Carme Vilar Coromina

El President de la Mesa
Sr. Jaume Castellano i Plujà