

EXP. ACM 25/499

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE SUTURES MANUALS NO ABSORBIBLES, SEGELLADORS I COLES QUIRÚRGIQUES I PASSADORS SUTURES ARTROSCÒPIA, AMB DESTÍ A LA FUNDACIÓ DE GESTIÓ SANITÀRIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
EXP. ACM 25/499

Elements tècnics del contracte

Objecte del contracte:

Aquest contracte té per objecte l'adquisició del material necessari de sutures manuals no absorbibles, segelladors i coles i passadors sutures artroscòpia per cobrir les necessitats amb destí a la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (en endavant, HSP).

L'objecte del contracte es divideix en els següents lots:

LOT 1- POLIÈSTER SINTÈTIC I	
CODI HSP	MATERIAL
2018080	Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta- fil: calibre 0, longitud 75 cm, tintat- agulla ½ cercle, cos cilíndric i punta cilíndrica, longitud 30mm
2018081	Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta- fil: calibre 0 , longitud 150cm, tintat
2018088	Sutura no absorbible, sintètica de polièster trenada recoberta - fil: calibre 0, tintat, longitud de 75cm, 10 fils
2018082	Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta - fil: calibre 1 , tintat, fil de 150cm
2018089	Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta- fil: calibre 1, longitud 75 cm, tintat - agulla amb curvatura ham i punta cilíndrica, longitud 30mm
2018072	Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta- fil: calibre 2/0, longitud 90 cm, tintat- doble agulla 1/2 cercle, cos cilíndric i micropunta tallant/trocar, longitud 17mm
2018073	Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta- fil: calibre 2/0, longitud 75 cm , amb pledgets de 3x3mm, tintat- doble agulla 1/2 cercle, cos cilíndric i micropunta tallant/trocar, longitud 18mm
2018075	Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta- fil: calibre 2/0, longitud 75cm, amb pledgets de 6x3mm, tintat- doble agulla 1/2 cercle, cos cilíndric i micropunta tallant/trocar, longitud 27mm
2018078	Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta- fil: calibre 2/0, longitud 90 cm, tintat,-doble agulla 1/2 cercle, cos cilíndric punta cilíndrica, longitud 26mm

EXP. ACM 25/499

2018079	Sutura no absorbible, sintètica de polièster trenada recoberta- fil: calibre 2/0, longitud 8 fils de 75cm, amb pledgets de 6x3mm , tintat- doble agulla 1/2 cercle, cos cilíndric i micropunta tallant/trocar , longitud 18mm
2018077	Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta- fil: calibre 3/0 , longitud 75 cm, tintat -agulla recta, cos triangular i punta triangular, longitud 60mm
2018083	Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta- fil sense agulla, tintat: calibre 2/0 , longitud 10 fils de 60cm
2018087	Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta- fil: calibre 2/0, longitud 75cm, tintat- agulla 1/2 cercle, cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 30mm

LOT 2- POLIÈSTER SINTÈTIC II

CODI HSP	MATERIAL
2018076	Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta- fil: calibre 2/0 longitud 8 fils de 75 cm, amb pledgets de 6x3mm, tintat -doble agulla 1/2 cercle, cos cilíndric i micropunta tallant/trocar, longitud 27mm
2007648	Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta- fil: calibre 2, longitud fil de 180cm, tintat
2018084	Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta - fil: calibre 3/0, longitud 75cm, tintat, agulla 1/2 cercle, cos cilíndric, punta cilíndrica longitud 30mm
2018085	Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta sense agulla - fil: calibre 3/0 , longitud 60cm, tintat, 10 fils
2016322	Sutura no absorbible sintètica de polièster trenada recoberta- fil: calibre 5, longitud 75 cm, tintat, agulla 1/2 cercle, cos cilíndric, punta tapercut CC , longitud 57mm

LOT 3- POLIPROPILÈ

CODI HSP	MATERIAL
2018130	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 0, longitud 75cm, tintat- agulla 1/2 cercle, cos cilíndric, punta trocar, longitud 37mm
2018142	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 1/0, longitud 100cm, tintat- agulla 1/2 cercle cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 40 mm
2018131	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 2/0, longitud 90cm, tintat- doble agulla 1/2 cercle, cos cilíndric, punta trocar, longitud 26mm
2018141	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 2/0, longitud 90cm, tintat - doble agulla 1/2 cercle cos cilíndric punta cilíndrica, longitud 37 mm
2018132	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 3/0, longitud 90cm, tintat - doble agulla 1/2 cercle, cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 26mm

EXP. ACM 25/499

2018133	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 3/0, longitud 75 cm, tintat - agulla 3/8 cercle, cos triangular, punta triangular, longitud 16mm
2018144	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 3/0, longitud 90 cm, tintat- doble agulla 1/2 cercle cos cilíndric, punta trocar , longitud 26 mm
2018145	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 3/0, longitud 90 cm, tintat - doble agulla 1/2 cercle cos cilíndric, punta cilíndrica , longitud 17 mm
2018134	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 4/0, fil de 90cm , tintat -doble agulla 1/2 cercle cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 17mm
2018135	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 4/0, longitud 45 cm, tintat -doble agulla 3/8 cercle cos cilíndric, punta triangular , longitud 19mm
2018146	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 4/0, longitud 90 cm, tintat - doble agulla 1/2 cercle cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 26 mm
2018136	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 5/0, longitud 45cm, tintat - agulla 3/8 cercle, cos triangular, punta triangular, longitud 16 mm
2018137	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 5/0, longitud 90 cm, tintat - doble agulla 1/2 cercle cos cilíndric punta cilíndrica, longitud 17 mm
2018138	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 6/0, longitud 60 cm, tintat - doble agulla 3/8 cercle cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 9 mm
2018139	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 6/0, longitud 45cm, tintat - agulla 3/8 cercle cos triangular, punta triangular , longitud 11mm
2018140	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 6/0, fil de 75cm, tintat - doble agulla 3/8 cercle cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 13 mm
2018149	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 6/0, longitud 75cm, tintat - doble agulla antireflectant 3/8 cercle, cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 13 mm
2018143	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 7/0, longitud 60 cm, tintat - agulla 3/8 cercle cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 13 mm
2018148	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 7/0, longitud 60 cm, tintat - doble agulla 3/8 cercle cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 9 mm
2018147	Sutura no absorbible, polipropilè sintètic monofilar fil: calibre 8/0, longitud de 60 cm, tintat - doble agulla 3/8 cercle cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 8 mm

EXP. ACM 25/499

LOT 4- SEDA NATURAL I	
CODI HSP	MATERIAL
2018165	Sutura no absorbible de seda natural, trenada -fil: calibre 0 , longitud de 150 cm , tintat
2018166	Sutura no absorbible de seda natural, trenada, fil: calibre 0, longitud 75 cm , tintat , agulla 1/2 cercle , cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 26 mm
2018161	Sutura no absorbible de seda natural, trenada - fil: calibre 1 , longitud de 150 cm, tintat
2007628	Sutura no absorbible de seda natural, trenada - fil: calibre 2/0, longitud 180 cm, tintat
2018152	Sutura no absorbible de seda natural, trenada -fil: calibre 2/0, longitud 75 cm, tintat -agulla 3/8 cercle , cos triangular, punta triangular, longitud 19 mm
2018157	Sutura no absorbible de seda natural, trenada - fil: calibre 2/0, longitud 75 cm, tintat - agulla 1/2 cercle, cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 26 mm
2018158	Sutura no absorbible de seda natural, trenada - fil: calibre 2/0, longitud 150 cm, tintat
2018163	Sutura no absorbible de seda natural, trenada - fil: calibre 2/0, longitud 75 cm, tintat - agulla 3/8 cercle, cos triangular, punta triangular, longitud 24 mm
2018167	Sutura no absorbible de seda natural, trenada -fil: calibre 2/0, longitud 100 cm, tintat - agulla recta amb cos triangular, punta triangular invertida, longitud 60 mm
2018150	Sutura no absorbible de seda natural, trenada - fil: calibre 3/0, longitud 75cm, tintat - agulla recta, cos triangular, punta triangular, longitud 60 mm
2018153	Sutura no absorbible de seda natural, trenada- fil: calibre 3/0, longitud 75 cm, tintat -agulla 1/2 cercle, cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 26 mm
2018155	Sutura no absorbible de seda natural, trenada- fil: calibre 3/0, longitud 100 cm, tintat - agulla recta, cos triangular, punta triangular, longitud 60 mm
2018159	Sutura no absorbible de seda natural, trenada - fil: calibre 3/0, longitud 45cm, tintat - agulla 3/8 cercle , cos triangular, punta triangular, longitud 19 mm
2018156	Sutura no absorbible de seda natural, trenada - fil: calibre 4/0, longitud: 45 cm, tintat - agulla 3/8 cercle, cos triangular, punta triangular, longitud 19 mm
2018154	Sutura no absorbible de seda natural, trenada -fil: calibre 5/0, longitud 45 cm, tintat - agulla 3/8 cercle, cos triangular, punta triangular, longitud 16 mm
2018160	Sutura no absorbible de seda natural, trenada - fil: calibre 6/0, longitud 45 cm, tintat -agulla 3/8 cercle, cos triangular, punta triangular, longitud 16 mm
2018164	Sutura no absorbible de seda natural, trenada- fil: calibre 6/0, longitud 45 cm, tintat -agulla 3/8 cercle , cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 8 mm

EXP. ACM 25/499

LOT 5- COTÓ I SEDA NATURAL II	
CODI HSP	MATERIAL
2024983	Sutura no absorbible de fil de cotó, color blanc, cinta de 3 mm d'ample longitud de 75 cm
2022661	Sutura no absorbible de seda natural, trenada - fil: 1 fil de 50 cm , color blanc o natural, per a ús servei neonats

LOT 6- POLIAMIDA	
CODI HSP	MATERIAL
2007671	Sutura no absorbible sintètica monofilar de poliamida 6 ó 6.6- fil: calibre 1, longitud 50 cm, tintat- agulla 3/8 cercle, cos triangular punta triangular longitud 90 mm
2018169	Sutura no absorbible sintètica monofilar de poliamida 6 ó 6.6 - fil: calibre 5/0, longitud 45 cm, tintat -agulla doble armada 1/4 cercle, espatulada tall lateral, longitud 6,10 mm
2007678	Sutura no absorbible sintètica monofilar de poliamida 6 ó 6.6 - fil: calibre 8/0, longitud 13 cm, tintat - agulla 3/8 cercle , cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 6,40mm
2018171	Sutura no absorbible sintètica monofilar de poliamida 6 ó 6.6, inclou indicació per microcirurgia -fil: calibre 9/0, longitud 13 cm, tintat - agulla 3/8 cercle , cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 5,1mm
2018172	Sutura no absorbible sintètica monofilar de poliamida 6 ó 6.6 - fil: calibre 9/0, longitud 13cm , tintat -agulla 3/8 cercle , cos cilíndric punta cilíndrica, longitud 4,7 mm
2007676	Sutura no absorbible sintètica monofilar de poliamida 6 ó 6.6 - fil: calibre 10/0, longitud 13 cm, tintat -agulla 3/8 cercle, cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 5,1 mm
2018168	Sutura no absorbible sintètica monofilar de poliamida 6 ó 6.6 - fil: calibre 10/0, longitud 30 cm, tintat - agulla 3/8 cercle, cos cilíndric, punta espatulada tall lateral, longitud 6,19mm
2018170	Sutura no absorbible sintètica monofilar de poliamida 6 ó 6.6, -fil: calibre 10/0, longitud 30 cm, tintat - doble agulla 3/8 cercle, punta espatulada, longitud 6mm
2023197	Sutura no absorbible sintètica monofilar de poliamida 6 ó 6.6 -fil: calibre 11/0, longitud 13 cm, tintat -agulla 3/8 cercle, cos cilíndric, punta taper point, longitud 3,8mm

LOT 7- POLIBUTIÈSTER	
CODI HSP	MATERIAL
2026469	Sutura no absorbible monofilar de polibutièster barbada unidireccional amb llaç distal a l'agulla -fil: calibre 0, longitud 15cm , tintat -agulla 1/2 cercle, cos cilíndric, punta cilíndrica, longitud 37mm

EXP. ACM 25/499

LOT 8- ACER	
CODI HSP	MATERIAL
2018174	Acer inoxidable 316L, no absorbible, monofilament fil: calibre 5/0, longitud 4 fils de 45cm, incolora -agulla 1/2 cercle, rotatòria 360º circular, longitud 48mm

LOT 9- POLIPROPILE	
CODI HSP	MATERIAL
2024902	Sutura no absorbible monofilament polipropilè sintètic fil calibre 3/0, longitud 90 cm, tintat - agulla 1/2 cercle, taper point, longitud 36 mm
2024078	Sutura no absorbible monofilament polipropilè sintètic -fil: calibre 10/0, longitud 20cm, tintat - doble agulla recta, punta espatulada invertida, longitud 16 mm
2024259	Sutura no absorbible monofilament polipropilè sintètic -fil: calibre 10/0, longitud 20 cm, tintat - agulla 1/4 cercle, cos cilíndric punta taper cut triangular, longitud 13 mm

LOT 10- POLITETRAFLUORETILÈ EXPANDIT	
CODI HSP	MATERIAL
2007758	Sutura no absorbible monofilament de politetrafluoroetilè expandit (PTFE) -fil: calibre 4/0 longitud 36-91 cm, tintada -doble agulla, 3/8 cercle, punta perforant, longitud 17mm
2007757	Sutura no absorbible monofilament de politetrafluoroetilè expandit (PTFE) -fil: calibre 5/0, longitud 30-76cm, tintada doble agulla, 3/8 cercle, punta perforant, longitud 13mm
2024077	Sutura no absorbible monofilament de politetrafluoroetilè expandit (PTFE) -fil: calibre 7/0, longitud 18-46 cm, tintada -doble agulla, 3/8 cercle, punta cònica, longitud 26mm

LOT 11- SUTURA ESTERNUM	
CODI HSP	MATERIAL
2009773	Doble sutura metàl·lica d'acer inoxidable, no absorbible -fil: calibre 6 /0 , longitud: 59mm - agulla ½ cercle, cos triangular, punta triangular

LOT 12- POLIÈSTER I	
CODI HSP	MATERIAL
2013827	Llaç de sutura de polièster no absorbible trenat - fil: calibre 2/0, longitud 101,6 cm, longitud d'ús 50,8 cm, tintat - agulla recta

EXP. ACM 25/499

LOT 13- POLIÈSTER II	
CODI HSP	MATERIAL
2013616	Sutura polietilè no absorbible d'alta resistència trenat - fil: calibre 2/0, longitud 100cm, tintat -agulla semicircular, cercle cònica, longitud 25,9mm
2015242	Sutura polietilè no absorbible d'alta resistència trenat - fil : calibre 5/0, longitud 91cm, tintat - agulla 1/2 cercle tallant

LOT 14- ADHESIU TISSULAR	
CODI HSP	MATERIAL
2007763	Adhesiu tissular. Líquid tintat i estèril amb composició a base de cianocrilat, amb efectes bactericides. Polimeritza en presència de calor, humitat (sang) i es converteix en un material sòlid. Presentació unidosi amb cànula per control dosificació. 0,5ml. Apte per ús pediàtric i mucosa bucal.

LOT 15- COLA QUIRÚRGICA i CUTÀNIA	
CODI HSP	MATERIAL
2011724	Cola quirúrgica de base de cianocrilat, amb efectes bactericides, tintat, 1 ml
2018868	Cola cutània de base de cianocrilat, amb efectes bactericides, tintat, apte per ús pediàtric i mucosa bucal, 0,5ml

LOT 16- SEGELLADOR	
CODI HSP	MATERIAL
2017895	Segellador tipus tap de polietilenglicol (PEG) per a tancaments vasculars. Absorció ràpida. Color del connector: tintat . Introducador de 5F. Catèter de baló 6mm amb segellador integrat i xeringa de bloqueig 10 ml
2017896	Segellador tipus tap de polietilenglicol (PEG) per a tancaments vasculars. Absorció ràpida. Color del connector: tintat . Introducador de 6F/7F. Catèter de baló 6mm amb segellador integrat i xeringa de bloqueig 10 ml

LOT 17- SUTURES ARTROSCÒPIA I	
CODI HSP	MATERIAL
2021073	Llaç de nitinol amb passador, d'un sol ús, corba tancada drete 25°
2021074	Llaç de nitinol amb passador, d'un sol ús, corba tancada esquerra 25° punta de baix perfil
2021770	Llaç de nitinol amb passador, d'un sol ús, corba, recte 90°

EXP. ACM 25/499

LOT 18- SUTURES ARTROSCÒPIA II	
CODI HSP	MATERIAL
2013984	Llaç sutura 45° esquerra amb sistema passador per instrumentar procediments d'artroscòpia
2013985	Llaç sutura 45° dreta amb sistema passador per instrumentar procediments d'artroscòpia
2017294	Llaç sutura 90° esquerra amb sistema per instrumentar procediments d'artroscòpia

La desviació respecte a les mides i el material només poden ser acceptables si són poc significatives i/o millorades i sempre que les proposades no interfereixin en el correcte funcionament per al que és necessari, això és el correcte tractament del pacient, per la qual cosa serà valorada, en cada cas, pels tècnics corresponents. Cas contrari, es procedirà a l'exclusió de l'oferta presentada per incompliment del PPT.

Les agulles han de ser d'acer de grau mèdic de la sèrie 300 o superior

Els productes licitats han de ser estèrils i lliures de làtex

Formació

L'adjudicatari de cada contracte proporcionarà la formació teòrica i pràctica i suport tècnic per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material descrit anteriorment en cas que es requereixi.

Requeriments tècnics específics

Els licitadors ompliran l'**Annex de complementació obligatòria tècnica** i l'adjuntaran dins de l'oferta tècnica en format digital (PDF i EXCEL).

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents ni més d'una referència per a cada article licitat.

En el cas d'incongruència entre la documentació tècnica presentada i l'establert en el contingut de l'Annex de complementació obligatòria tècnica, prevaldrà la documentació tècnica i, per tant, només es tindrà en compte el contingut d'aquesta.

EXP. ACM 25/499

Requeriments tècnics generals

L'acreditació de la documentació tècnica s'ha de presentar en format digital on han de constar els següents documents:

- Fitxa tècnica del producte, indicant el codi del material de FGS (en cas de no constar en aquest plec, indicar el número de lot), i les següents dades:
 - ✓ **Foto/dibuix del producte i foto/s de l'envàs primari i secundari** . Les fotografies han de permetre comprovar que es compleixen amb els requisits bàsics del producte detallats al PPT i la clara visualització de les dades mínimes de l'envàs secundari: identificació/descripció del producte, mides, calibres, color, caducitat, lot, referència, mètode d'esterilització, temperatura emmagatzematge, envàs un sol ús, Marca CE + n° identificatiu de l'organisme notificat, fabricant, codi matriu, si en disposa, i/o codi de barres indicatiu apertura de l'envàs.
 - ✓ Referència del distribuïdor: codi amb el que el distribuïdor / licitador identifica el producte.
 - ✓ Marca comercial de l'article.
 - ✓ Descripció de les característiques bàsiques del producte.
 - ✓ Descripció de la composició del producte.
 - ✓ Mesures: indicació de les mides del producte, com la llargada, amplada, diàmetre, etc.
 - ✓ Certificació de lliure de làtex, si s'escau.
 - ✓ Certificat corresponent que acrediti la duresa i qualitat de l'acer de l'agulla
 - ✓ Certificats necessaris que acreditin els requeriments tècnics i de qualitat exigits per la normativa nacional, comunitària i internacional vigent sobre la matèria, en particular el marcat CE pel que es regulen els productes sanitaris
 - ✓ Sistema de gestió ambiental: els licitadors hauran de complir amb la norma UNE-EN ISO 14001 aportant un certificat emès per un organisme notificador acreditat
 - ✓ Compliment o tràmits en marxa per Agència certificada de les prescripcions establertes al Real Decret 192/2023, de 21 de març, pel que es regulen els productes sanitaris i el Reglament (UE) 2017/745 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d'abril de 2017, sobre els productes sanitaris, pel que es modifiquen la Directiva 2001/83/CE, el Reglament (CE) núm.178/2002 i el Reglament (CE) num. 1223/2009 i pel que es deroguen les Directives 90/385/CEE i 93/42/CEE del Consell que substitueix a la mencionada Directiva sobre productes sanitaris(93/42/CEE).
 - ✓ Compliment amb les normes de seguretat, etiquetat i envasat i comercialització establertes a la UE.
- A la oferta tècnica s'hauran de reflectir tots els requeriments tècnics que es detallen a l'Annex i al PPT per cadascun dels productes/lots als que es liciti.

EXP. ACM 25/499

- La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació en un altre idioma podrà ser motiu d'exclusió de la oferta.
- En el cas de que hi hagi equips associats o altre material fungible associat, no codificat, s'haurà de facilitar la fitxa tècnica o facilitar enllaç pàgina web on es pugui trobar aquesta.
- Per tal de garantir l'ús correcte i eficient de tot el material i equipament associat descrit, l'adjudicatari haurà de comprometre's a proporcionar la formació teòrica i pràctica necessària en cas que es requereixi.
- Fitxes tècniques de seguretat, si s'escau.
- En cas que el fungible objecte de la licitació tingui equips associats en règim de cessió, l'adjudicatari serà responsable del manteniment complert garantint el perfecte estat de funcionament, així com la substitució immediata de l'equip en cas de parada, per qualsevol causa. No s'acceptarà cap cost addicional per aquests conceptes.
- Per als productes estèrils: en tots els productes haurà d'aparèixer a l'envàs la data de caducitat, número de lot, procediment d'esterilització, referència, simbologia adequada, quantitat de producte per envàs i codi de barres, si es disposa del mateix. En tot cas s'haurà d'indicar aquesta característica.
- En cas que durant la vigència del concurs, hi hagués canvis de les característiques tècniques orientades a augmentar la seguretat del pacient, el proveïdor s'ha de comprometre a incorporar-les sense cap cost addicional per l'FGS.
- Tot i que en les descripcions tècniques d'alguns materials d'aquest expedient puguin incloure referències específiques de productes, es podran presentar ofertes amb referències equivalents, sempre i quan tinguin la mateixa funcionalitat i acompleixin les descripcions tècniques indicades en el present plec.
- El licitador haurà de complir amb els preceptes de la normativa vigent aplicable a aquest material.
- Si al llarg de la vigència del contracte, el material adjudicat sofrís evolució tecnològica, millores, variació o substitució en els seus components, aquests seran subministrats en les mateixes condicions econòmiques del contracte.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
- Si l'adjudicatari hagués d'aportar al seu càrrec equipament informàtic de caràcter estàndard, les característiques, marca i model seran necessàriament les determinades per l'FGS a fi d'homogeneïtzar aquest tipus d'equipament.
- En tot cas, si la normativa aplicable es modifiqués en el període de vigència del contracte, l'empresa adjudicatària restarà obligada a l'adequació dels béns adjudicats a la normativa que, si escau, fos de nova aplicació.

EXP. ACM 25/499

- L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats establertes, i assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen el present plec.

En el cas d'impossibilitat de subministrament, o trencament d'estocs :

- a) L'empresa adjudicatària haurà de comunicar-ho immediatament al departament de Logística.
- b) L'adjudicatari proporcionarà una alternativa pròpia o d'altres empreses, dins del mercat nacional o mercats externs, de les mateixes característiques amb igual o superior qualitat a l'adjudicat mantenint el preu d'adjudicació. L'alternativa es facilitarà amb suficient antelació per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part del centre.
- c) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, o que no s'hagi presentat cap alternativa el departament de Compres prendrà les mesures oportunes per tal de garantir el proveïment als centres destinataris.
- d) L'empresa adjudicatària haurà de compensar econòmicament a la FGS segons l'apartat de penalitats establert a la memòria justificativa i segons les condicions del contracte.

Denominació i descripció de condicions o característiques complementaries que s'exigeixen

- Els licitadors han de presentar l'oferta per lots, excepte en el lot 2, lot 3, lot 4 i lot 6 que poden presentar oferta per articles.
- Les quantitats que figuren al present expedient són merament estimatives del consum de l'Hospital en el període que es contracta, podent ser objecte de modificació a l'alça o a la baixa, en funció de les necessitats del centre. Les empreses adjudicatàries hauran de subministrar d'acord amb les programacions que estableixi el Departament de Compres.
- L'inici del subministrament haurà d'efectuar-se un cop formalitzat el contracte en el termini estipulat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Si durant la vigència del contracte, s'innovessin o milloressin les característiques sol·licitades a les fitxes dels productes, es podran incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comportin un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, les quals seran valorades pel comitè tècnic designat. Inclou l'actualització permanent dels equips a les innovacions que vagin sorgint al llarg de la vida del contracte.
- L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes .

EXP. ACM 25/499

- L'adjudicatari està obligat a aportar valoració econòmica de l'equipament en cessió, si s'escau.

Termini i lloc de lliurament

- El lliurament de material es realitzarà en la data i lloc que s'indiqui a la comanda.
- En cas de desviament tant en data com en quantitat respecte a la comanda rebuda, el subministrador ho comunicarà amb el màxim d'antelació possible al Departament de Logística. Els incompliments dels lliuraments, totals o parcials, seran registrats i penalitzats conforme la Llei i allò que estipulen les bases de la licitació.
- El centre logístic de lliurament, excepte que a la comanda indiqui altra adreça, és:

Recepció de mercaderies del Nou Hospital: Entrada per C/ Sant Antoni M^a Claret / Independència – Moll de descàrrega.

L'horari de recepció de material és de 07:30 a 15:00 hores de dilluns a dijous i de 07:30 a 14:00 hores els divendres. No s'acceptaran lliuraments a la Recepció de Mercaderies fora d'aquest horari, en el cas de peticions URGENTS, el lliurament es realitzarà informant al personal de Seguretat de l'Hospital que donarà accés al Bloc quirúrgic.

- El lliurament de qualsevol tipus de material o medicament haurà de ser atenent a una comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda corresponent, ni s'acceptarà el lliurament de més unitats de les sol·licitades a la comanda.
- En el cas de rebre el material defectuós, en mal estat que impedeixi el seu ús, l'empresa adjudicatària el retirarà i el substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.
- Si en el moment de la descàrrega es detecta qualsevol incidència, es rebutjarà el material. En cas que posteriorment a l'entrega es detecti que el material està en mal estat, el proveïdor disposa de, 5 dies per retirar el producte.
- El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora. Els proveïdors han d'embalar convenientment els seus productes per tal que aquests arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels productes, ocasionat durant el seu trasllat, va a càrrec dels proveïdors.
- El lliurament no s'entén realitzat fins el subministrament en el termini i lloc indicat a la comanda. Els embalatges i el cost de transport es consideren inclosos en el preu ofert.
- La comanda mínima serà d'una unitat de l'embalatge mínim adjudicat.
- Termini de lliurament de les comandes: Cada comanda cursada s'haurà de subministrar complint els següents requeriments: Les comandes ordinàries es serviran en un termini màxim de 3 dies laborables i les urgents en 24 hores o en el seu cas en els compromesos per l'adjudicatari en la seva oferta si les millorés.

EXP. ACM 25/499

- El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel centre logístic destinatari, als proveïdor se li lliurará la còpia amb el segell "CONFORME SALVO EXAMEN" i data de lliurament.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda.
- Número d'article HSP.
- Número d'expedient
- Número d'albarà.

No s'acceptaran albarans i factures que no s'ajustin a allò especificat.

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

- En cas de ser paletitzades, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-les (precinte transparent, etc.) Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cms.
- Les devolucions es notificaran via correu electrònic i els materials hauran de ser retirats al nostre Magatzem General en un termini màxim de 5 dies. En cas contrari, les despeses ocasionades aniran per compte i podran ésser carregades contra el saldo del proveïdor amb HSP.
- L'adjudicatari està obligat a comunicar al Servei corresponent i al departament de compres qualsevol modificació de referència o característiques del producte per causes tècniques o de millora, indicant l'antiga i la nova denominació, assumint tot cost addicional per efectuar el canvi i sense que suposi cap increment del preu. Si les noves característiques no s'adeqüessin a les necessitats originals del contracte no haurà compromís del seu consum.
- En tot cas, l'òrgan de contractació, per pròpia iniciativa i de conformitat amb l'adjudicatari o a instància d'aquest, pot incloure bens dels tipus adjudicat o similars quan hi hagin motius d'interès públic o de novetat tecnològica o configuració respecte als adjudicats, i que la seva comercialització s'hagi iniciat amb posterioritat a la data límit de la presentació d'ofertes, sempre que el seu preu sigui igual o inferior a l'adjudicat i compleixi els requisits legals i administratius especificats a la contractació.

Mostres

- S'informa als licitadors que se'ls podran requerir mostres. No és necessari aportar mostres del material ofert en el moment de la presentació de l'oferta. L'òrgan de contractació es reserva el dret a sol·licitar mostres i/o demostracions de la seva oferta, a qualsevol dels licitadors durant el període d'avaluació d'ofertes, si ho considera oportú.

EXP. ACM 25/499

- Les mostres i/o demostracions hauran de ser iguals als articles indicats a la oferta i a subministrar en cas de ser adjudicatari.
- El/s licitador/s hauran de lliurar les mostres sol·licitades al lloc que es determini prèviament dins del termini establert i informat al licitador.
- La recepció de les mostres per part de la FGS, no implica el compliment de l'entrega, entenent que aquest acte només conforma el número de paquets entregats i la data. La FGS es reserva la verificació del contingut real de l'entrega.
- S'entendrà degudament entregada la mostra quan es verifiqui per el responsable de la recepció de mostres, el seu contingut i d'acord amb els requisits de forma i quantitats indicats a la Memòria i al document de sol·licitud. Es comprovarà que les dades consignades en el document siguin certes i, en cas de conformitat, es donaran per degudament entregades.
- No obstant, la conformitat no serà absoluta fins la posterior verificació a detall per part de la FGS.
- En cas de disconformitat deixarà constància expressa de la mateixa en la còpia de l'albarà.
- Amb les mostres presentades, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'ús que s'estimi convenient.
- Les mostres s'hauran de presentar en unitats mínimes complertes per a cadascun dels productes oferts i expressament sol·licitats.
- Les mostres aniran identificades amb el nom de l'empresa i codi de producte HSP, així com el número de lot al que correspon i acompanyades d'un albarà de lliurament.
- Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.
- Totes les despeses que es puguin produir pel lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del licitador.
- Si fos necessari augmentar el nombre de mostres i/o demostracions a realitzar per discrepàncies entre els diferents professionals, es podria demanar algunes mostres addicionals i d'alguns materials concrets així com alguna demostració concreta.

Barcelona, a 31 d'octubre del 2025

Vist i plau

Dr. Alfons Torrego

Responsable del Contracte

Director mèdic

EXP. ACM 25/499

NOTA 1: *El present document es troba incorporat a l'expedient de contractació amb la signatura electrònica emesa per la persona competent.*

NOTA 2: *A tots els efectes, es considera que la data d'aquest document és la que figura al final del mateix.*

NOTA 3: *Amb la signatura del present document, el/s/la sotasignat/s declara/en que no existeix conflicte d'interès en la pròpia actuació professional. Així mateix, declara que coneix les seves obligacions, segons el que consta al Protocol en relació als Conflictes d'interès aprovat per la Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.*