

## CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

### SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CATÈTERS I RECIPIENTS DE DRENATGE TORÀCIC, PLEURAL I BRONQUIAL

**CS/CC00/1101452078/26/AMUP**

## 1. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

En la descripció dels materials, s'ha descrit les característiques tècniques que ha d'acomplir cada un dels diferents tipus de material.

Les ofertes que no s'ajustin a les característiques tècniques obligatòries i els requisits tècnics indicats en els plecs quedaran excloses de la ponderació tècnica i econòmica.

Així mateix, les ofertes que excedeixin el preu màxim de sortida per procediment també quedaran excloses, encara que tècnicament puguin ser correctes

## 2. AVALUACIÓ DE LES OFERTES

### 1. Puntuació econòmica

La puntuació màxima d'aquest criteri estarà en funció dels lots.

La valoració del preu es farà per article de la manera següent:

- L'oferta més econòmica rebrà la màxima puntuació;
- La resta d'ofertes es puntuaran d'acord amb la fórmula següent:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - Om}{IL} \right) \right] \times P$$

On:

$P_v$  és la puntuació que obté l'empresa "v",

$O_v$  és el preu de l'oferta de l'empresa "v",

$Om$  és el preu de l'oferta millor (oferta més econòmica),

$IL$  és preu de licitació

$P$  són els punts del criteri

### 2. Puntuació tècnica

Per la valoració tècnica dels materials licitats es tindran en compte les descripcions tècniques establertes en la relació del material sol·licitat, ANNEX B, el contingut de les fitxes tècniques dels productes aportades i la documentació tècnica i normatives, presentada per les empreses licitadores.

Els criteris de valoració de les ofertes son els que s'indiquen a continuació:

En funció del lot, s'atorgarà una puntuació per la valoració de característiques addicionals. Veure *Annex Criteris d'adjudicació objectius - Desglossament de puntuacions per lots*.

- **Lot 1 - Catèter recte i obert sense tròcar per a drenatge toràcic**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 55 punts i la puntuació tècnica, de 45 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Material termo-sensible*

El proveïdor que presenti el material que sigui termo-sensible se li atorgaran **10 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.2. Sistema anti- acolçament*

El proveïdor que presenti un material que disposi/incorpori un sistema anti-*acolçament* se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.3. Identificació de la mida*

El proveïdor que presenti un material amb un embalatge on la mida del catèter sigui fàcil de veure, estigui impresa de forma clara amb un contrast suficient i s'ubiqui en la part més visible de l'empaquetat se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.4. Acompliment Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent*

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o *equivalent* se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- **Lot 2 - Catèter termo-sensible punta oberta i arrodonida amb tròcar per a drenatge toràcic**

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 65 punts i la puntuació tècnica, de 35 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Sistema anti- acolçament*

El proveïdor que presenti un material que disposi/incorpori un sistema anti-*acolçament* se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

## 2.2. Identificació de la mida

El proveïdor que presenti un material amb un embalatge on la mida del catèter sigui fàcil de veure, estigui impresa de forma clara amb un contrast suficient i s'ubiqui en la part més visible de l'empaquetat se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

## 2.3. Acompliment Norma **ISO 14001:2015** (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o equivalent se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- Lot 3 - Catèter punta atraumàtica i tancada amb tròcar per a drenatge toràcic

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 55 punts i la puntuació tècnica, de 45 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

### 2.1. Material termo-sensible

El proveïdor que presenti el material que sigui termo-sensible se li atorgaran **10 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

### 2.2. Sistema anti- acolçament

El proveïdor que presenti un material que disposi/incorpori un sistema anti-acolçament se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

### 2.3. Identificació de la mida

El proveïdor que presenti un material amb un embalatge on la mida del catèter sigui fàcil de veure, estigui impresa de forma clara amb un contrast suficient i s'ubiqui en la part més visible de l'empaquetat se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

### 2.4. Acompliment Norma **ISO 14001:2015** (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o equivalent se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- Lot 4 - Catèter punta aguda i oberta amb tròcar per a drenatge toràcic

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 55 punts i la puntuació tècnica, de 45 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Material termo-sensible*

El proveïdor que presenti el material que sigui termo-sensible se li atorgaran **10 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.2. Sistema anti- acolçament*

El proveïdor que presenti un material que disposi/incorpori un sistema anti-*acolçament* se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.3. Identificació de la mida*

El proveïdor que presenti un material amb un embalatge on la mida del catèter sigui fàcil de veure, estigui impresa de forma clara amb un contrast suficient i s'ubiqui en la part més visible de l'empaquetat se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.4. Acompliment Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent*

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o *equivalent* se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- *Lot 5 - Catèter amb sistema preventiu d'obstruccions per a drenatge toràcic*

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 70 punts i la puntuació tècnica, de 30 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Material termo-sensible*

El proveïdor que presenti el material que sigui termo-sensible se li atorgaran **10 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.2. Identificació de la mida*

El proveïdor que presenti un material amb un embalatge on la mida del catèter sigui fàcil de veure, estigui impresa de forma clara amb un contrast suficient i s'ubiqui en la part més visible de l'empaquetat se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.3. Acompliment Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent*

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o *equivalent* se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- Lot 6 - Catèter telescòpic per a recollida mostra bronquial sense fibroscopi

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 80 punts i la puntuació tècnica, de 20 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Identificació de la mida*

El proveïdor que presenti un material amb un embalatge on la mida del catèter sigui fàcil de veure, estigui impresa de forma clara amb un contrast suficient i s'ubiqui en la part més visible de l'empaquetat se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.2. Acompliment Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent*

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o *equivalent* se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- Lot 7 - Equip de catèter toràcic per a drenatge pleural amb agulla introductora

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 90 punts i la puntuació tècnica de 10 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Acompliment Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent*

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o *equivalent* se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- Lot 8 - Equip de catèter toràcic per a drenatge pleural amb agulla introductora i port lateral

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 90 punts i la puntuació tècnica de 10 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Acompliment Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent*

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o *equivalent* se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- Lot 9 - Equip de catèter toràctic per a drenatge pleural i/o pneumo-pericàrdic amb agulla introductora

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 90 punts i la puntuació tècnica de 10 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Acompliment Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent*

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o *equivalent* se li atorgaran **10 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- Lot 10 - Equip de catèter toràctic per a drenatge pleural amb tècnica Seldinger amb maneguet integral compatible amb teràpia domiciliària i accessoris

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 80 punts i la puntuació tècnica de 20 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Sistema anti- acolçament*

El proveïdor que presenti un material que disposi/incorpori un sistema anti-*acolçament* se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

Criteri d'aplicació al codi de material: 30017561.

*2.2. Acompliment Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent*

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o *equivalent* se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- Lot 11 - Equip de catèter toràctic per a drenatge pleural amb tècnica Seldinger punta recta

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 70 punts i la puntuació tècnica de 30 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Lliure DEHP*

El proveïdor que presenti un material que estigui lliure de DEHP, se li atorgaran **10 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.2. Identificació de la mida*

El proveïdor que presenti un material amb un embalatge on la mida del catèter sigui fàcil de veure, estigui impresa de forma clara amb un contrast suficient i s'ubiqui en la part més visible de l'empaquetat se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.3. Acompliment Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent*

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o *equivalent* se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- Lot 12 - Equip de catèter toràcic per a drenatge pleural amb tècnica Seldinger punta recta i agulla ecogènica

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 70 punts i la puntuació tècnica de 30 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Lliure DEHP*

El proveïdor que presenti un material que estigui lliure de DEHP, se li atorgaran **10 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.2. Identificació de la mida*

El proveïdor que presenti un material amb un embalatge on la mida del catèter sigui fàcil de veure, estigui impresa de forma clara amb un contrast suficient i s'ubiqui en la part més visible de l'empaquetat se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.3. Acompliment Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent*

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o *equivalent* se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.



- Lot 13 - Equip de catèter toràcic per a drenatge pleural amb tècnica Seldinger punta pigtail agulla no ecogènica

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 60 punts i la puntuació tècnica de 40 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Material termo-sensible*

El proveïdor que presenti el material que sigui termo-sensible se li atorgaran **10 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.2. Lliure DEHP*

El proveïdor que presenti un material que estigui lliure de DEHP, se li atorgaran **10 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.3. Identificació de la mida*

El proveïdor que presenti un material amb un embalatge on la mida del catèter sigui fàcil de veure, estigui impresa de forma clara amb un contrast suficient i s'ubiqui en la part més visible de l'empaquetat se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.4. Acompliment Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent*

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o equivalent se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- Lot 14 - Equip de catèter toràcic per a drenatge pleural amb tècnica Seldinger punta pigtail i agulla ecogènica

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 60 punts i la puntuació tècnica de 40 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Material termo-sensible*

El proveïdor que presenti el material que sigui termo-sensible se li atorgaran **10 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.2. Lliure DEHP*

El proveïdor que presenti un material que estigui lliure de DEHP, se li atorgaran **10 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

### 2.3. Identificació de la mida

El proveïdor que presenti un material amb un embalatge on la mida del catèter sigui fàcil de veure, estigui impresa de forma clara amb un contrast suficient i s'ubiqui en la part més visible de l'empaquetat se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

### 2.4. Acompliment Norma **ISO 14001:2015** (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o equivalent se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- Lot 15 - Recipient per a drenatge toràcic sec per gravetat/aspiració

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 65 punts i la puntuació tècnica, de 35 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

#### 2.1. Sistema anti- acolçament

El proveïdor que presenti un material que disposi/incorpori un sistema anti-acolçament se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

#### 2.2. Sistema de regulació de soroll integrat

El proveïdor que presenti un material que integri el sistema descrit se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

#### 2.3. Acompliment Norma **ISO 14001:2015** (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o equivalent se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- Lot 16 - Recipient per a drenatge toràcic sec per gravetat

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 80 punts i la puntuació tècnica, de 20 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

#### 2.1. Sistema anti- acolçament

El proveïdor que presenti un material que disposi/incorpori un sistema anti-acolçament se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.2. Acompliment Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent*

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o *equivalent* se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- Lot 17 - Recipient per a drenatge toràctic humit per gravetat/aspiració

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 65 punts i la puntuació tècnica, de 35 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Sistema anti- acolçament*

El proveïdor que presenti un material tub de drenatge que disposi/incorpori un sistema anti- *acolçament* se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.2. Sistema de regulació de soroll integrat*

El proveïdor que presenti un material que integri el sistema descrit se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

*2.3. Acompliment Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent*

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o *equivalent* se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- Lot 18 - Accessoris i recanvis per a sistemes de drenatge toràctic digital i portàtil sistema Thopaz o equivalent

En aquest grup la puntuació econòmica serà de 65 punts i la puntuació tècnica, de 35 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

*2.1. Sistema anti- acolçament*

El proveïdor que presenti un material tub de drenatge que disposi/incorpori un sistema anti- *acolçament* se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

Criteri d'aplicació al codi de material: 30015942, 30015943, 30038923 i 30041498.

*2.2. Sistema de regulació de soroll integrat*

El proveïdor que presenti un material que integri el sistema descrit se li atorgaran **15 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

Criteri d'aplicació al codi de material: 30015940 i 30015941.

**2.3. Acompliment Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent**

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o *equivalent* se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

- **Lot 19 - Tubs, vàlvules i connectors**

En aquest lot la puntuació econòmica serà de 70 punts i la puntuació tècnica de 30 punts.

Es valoren les característiques addicionals:

**2.1. Amplitud de gamma**

El proveïdor que major oferta de material sigui validada tècnicament se li atorgaran **15 punts**

La puntuació de la gamma s'obtindrà aplicant la següent fórmula:

$$\begin{array}{rcl}
 \text{PUNTUACIÓ} & & \\
 \text{CRITERI} & = & \frac{\text{Rang de mides a valorar} \quad * \quad \text{Puntuació total criteri}}{\text{Rang de mides més ample presentant}} \\
 & & \begin{array}{l} \text{(número de referències} \\ \text{ofertes validades tècnicament)} \end{array} \\
 & & \begin{array}{l} \text{(número de referències més ample ofert} \\ \text{validades tècnicament)} \end{array}
 \end{array}$$

**2.2. Lliure DEHP**

El proveïdor que presenti un material que estigui lliure de DEHP, se li atorgaran **10 punts**, informat a l'annex D5, *ProductData*.

**2.3. Acompliment Norma ISO 14001:2015 (Sistema de Gestió Mediambiental) o equivalent**

El proveïdor que presenti un material que compleixi la Norma ISO 14001 o *equivalent* se li atorgaran **5 punts**. Cal aportar certificat acreditatiu de l'empresa.

### 3. JUSTIFICACIÓ DELS CRITÈRIS

Els criteris tècnics descrits per a cada lot asseguruen que els materials oferts compleixin amb les especificacions tècniques necessàries per catèters i recipients de drenatge toràcic, pleural i bronquial precís i fiable.

Són criteris que es centren en assegurar que els materials compleixin amb els requisits tècnics necessaris per a una funcionalitat òptima i segura:

1. **UNE-EN ISO 14001:2015 o equivalent.** Acredita el compromís medi-ambiental del licitador. Afavoreix la contractació verda (art. 1.3 i 145.6 LCSP), valorant aspectes mediambientals que es basen en diversos factors que busquen minimitzar l'impacte ambiental i promoure la sostenibilitat
2. **Amplitud de gamma.** Permet valorar l'oferta més àmplia dins del lot, afavorint la competència i la capacitat de resposta del proveïdor i un coneixement del producte ampli dins l'àmbit de l'atenció sanitària.
3. **Lliure de ftalats.** Basat en evidències científiques sobre la toxicitat dels ftalats. Protegeix la salut pública i és coherent amb el principi de precaució, i asseguruen que els materials compleixen amb els estàndards de seguretat i qualitat necessaris per a l'ús clínic i la prevenció d'al·lèrgies.
4. **Material termo-sensible.** Si el dispositiu està fabricat amb materials que reaccionen a la temperatura corporal possibilita que pugui adaptar-se millor a l'anatomia del pacient, i així, reduir el risc de lesions i millorar el confort.
5. **Sistema anti-acolçament.** Si el dispositiu incorpora un mecanisme que eviti el col·lapse del tub de drenatge, assegura la continuïtat del flux i evita complicacions clíniques com l'acumulació de líquid o aire que posen en risc clínic al pacient.
6. **Identificació clara i visible de la mida del catèter en l'embalatge.** Evita errors en la tria del calibre o longitud, especialment en situacions d'urgència, facilita la tasca del personal sanitari en magatzems, quiròfans i unitats d'hospitalització i permet una millor gestió de l'inventari i del registre de dispositius utilitzats en cada pacient.
7. **Sistema de regulació de soroll integrat.** Reduir el soroll del dispositiu disminueix l'estrès postoperatori i facilita el descans, afavoreix la concentració del personal sanitari i la comunicació amb el pacient i evita interferències acústiques, especialment important en unitats de cures intensives, quiròfans o sales de recuperació.

#### 4. APLICACIÓ DE LA PUNTUACIÓ EN ELS LOTS AMB OBLIGATORIETAT DE PRESENTACIÓ D'OFERTA A LA TOTALITAT D'ARTICLES INCLOSOS.

D'acord amb el que s'indica en la caràtula de l'expedient, **és obligatori** presentar oferta a la totalitat dels articles dels lots següents: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13 i 18.

Per tant, en aquests casos, les ofertes s'hauran de presentar per al lot sencer, és a dir, per a tots els articles que s'hi inclouen. No es valoraran les ofertes que es presentin per articles inclosos en el lot però que no ofereixin per la totalitat dels articles que el componen.

Donat que l'adjudicació ha de ser única per les agrupacions indicades, i les avaluació tècniques i econòmiques son individuals per cadascun dels articles dels lots, s'aplicarà un coeficient que ponderi la puntuació total obtinguda individualment en funció del seu pes econòmic en el lot. Aquest coeficient es calcularà en base als imports de licitació.

Els coeficients per a cada material s'obtindrà del coeficient:

$$C_i = \frac{N_i * P_i}{\sum(N_i * P_i)}$$

On:

**CI:** és el coeficient de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica);

**Ni:** és la quantitat licitada per material;

**Pi:** és el preu unitari del material, que s'ha utilitzat per a la confecció de el import total del lot.

**L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les Valoracions individuals dels lots agrupats després d'aplicar la ponderació indicada.**