

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA VALORACIÓ DELS SOBRES B CRITERIS SUSCEPTIBLES DE JUDICI DE VALOR

CP-2025-23 “Subministrament de butaques elèctriques multifuncionals per a l’Institut Català d’Oncologia”.

Acta de la sessió de la mesa de contractació constituïda pel següent Procediment Obert:

MEMBRES

President: Marta Àlvarez Daroca

Un representant de la Intervenció: Maria Sànchez Bernal

Un representant de l'Assessoria Jurídica: Cristina Grau Estradé

Tècnics: Marta Pamies i Mireia Manzano.

Secretari: José Luis González Herrero.

ANTECEDENTS

Primer: Que en data 14 d'agost de 2025 reunits per via telemàtica els membres de la Mesa de Contractació varen procedir a la obertura dels Sobres A corresponents a la documentació administrativa, havent-se trobat incidències i quedant posteriorment resoltes. A continuació es detallen els licitadors presentats a la licitació:

- **GIVAS EQUIPAMENT IBERICA, S.L.**
- **LINET IBERIA, S.L.**

Segon: Que en data 22 d'agost de 2025 per via telemàtica, es procedeix a la obertura del Sobre B relatiu als Criteris Susceptibles de Judici de Valor i a la lectura de les propostes presentades pels licitadors, pendent de posterior revisió per part dels tècnics.

Tercer: Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes presentades, es va verificar el compliment dels requeriments tècnics mínims previstos als plecs que regulen la licitació per part dels licitadors i a tal efecte es van demanar en data 4 de setembre de 2025 aclariments a efectes de verificar el compliment dels requeriments tècnics previstos al plec de prescripcions tècniques que regula la licitació a les empreses



Quart: Que en data 22 de setembre de 2025 s'emeti informe tècnic relatiu a la verificació del compliment de requeriments tècnics i valoració d'ofertes.

El licitador va enviar en termini els aclariments corresponents, i va presentar mostra del model de butaca en temps i forma.

De l'Informe tècnic de valoració s'extracta el següent:

“LINET IBERIA, S.L.

S'ha verificat incompliment dels requeriments tècnics mínims previstos als plecs que regulen la licitació.

Concretament el model de butaca elèctrica multifuncional PURA 2 presentat per LINET IBERIA incompleix el criteri del plec tècnic “Respatller i reposa cames inclinable de 0 a 90 graus (+/- 5 graus)”.

Al document “compliment requeriments mínims” presentat amb la documentació aportada per LINET IBERIA afirma el compliment d'aquesta característica:

«Respatller i reposa cames inclinable de 0 a 90 graus (+/- 5 graus): Respaldo i reposa piernas inclinable de 0 a 90º».

Amb la verificació efectuada amb la documentació suplementària sol·licitada (fitxa tècnica, més la mostra de butaca) s'ha verificat que la butaca PURA 2 assoleix només 33 graus d'inclinació del reposa cames i 72 graus de respatller, no arribant per tant al mínim requerit. (90+/-5 graus).

Aquesta prestació es demana com a obligatòria perquè per les limitacions d'espai existents als hospitals de dia dels dos centres on van destinats aquests equips (Hospitalet i Badalona) fan necessari que l'accés del pacient a la butaca es faci frontalment. En el cas que el reposapeus no inclini a 90 graus aquest accés s'ha de fer pel lateral i això requereix més espai perquè el pacient pugui maniobrar i dificulta la maniobra de seure i aixecar-se de la butaca si el pacient té mobilitat limitada, fet que fa necessària l'assistència del personal sanitari.

Igualment es demana inclinació del respatller a 90 graus (+/-5) per poder posicionar la butaca en posició de “cadira completa” i facilitar igualment l'accés i sortida del pacient amb seguretat. Aquest requeriment tècnic té la condició de característica bàsica segons el previst al PPT “Els requeriments tècnics indicats més endavant tenen en els casos en que estigui indicat com «característica bàsica» tindran caràcter obligatori i seran objecte de comprovació prèvia abans de la valoració tècnica de l'oferta. L'incompliment d'un o varis d'aquests requeriments serà causa d'exclusió de la licitació”.

*Per aquest motiu l'incompliment d'aquest requeriment obligatori té caràcter substancial i ha de comportar l'exclusió del licitador i en aquest sentit **es***



proposa l'exclusió de la oferta de LINET IBERIA, S.L. amb la butaca elèctrica multifuncional PURA per incompliment verificat d'una de les característiques tècniques obligatòries

DESENVOLUPAMENT

Primer: Reunits per via telemàtica en 22 de setembre de 2025 s'analitza l'Informe Tècnic, essent el principal extracte el que s'adjunta tot seguit es proposa l'exclusió de LINET IBERIA, S.L.

Segon: En relació amb la valoració dels criteris subjectes a judici de valor de la oferta admesa a la licitació:

GIVAS EQUIPAMENT IBERICA, S.L.

EMPRESA	Criteris Susceptibles de Judici de Valor Fins 40 Punts					
	2.1. Característiques tècniques de l'equipament (fins a 13 punts).	2.2. Característiques funcionals de l'equipament (fins a 9 punts).	2.3. Accessoris inclosos en la proposta (fins a 8 punts).	2.4. Condicions i prestacions del manteniment proposat i del servei tècnic durant el període de garantia (fins a 6 punts).	2.5. Pla de formació (fins a 4 punts).	Total
GIVAS EQUIPAMENT IBERICA S.L.	11	9	8	4,5	3	35,5

Es verifica que la oferta del proveïdor no supera en tots els criteris o subcriteris el 80 % de puntuació total prevista. I per tant, es manté la puntuació inicial.

Tercer: S'analitza i s'accepta, així mateix, l'Informe Tècnic pel que fa a la valoració de l'oferta admesa.

ACORDEN



Primer: Proposar l'exclusió de l'empresa **LINET IBERIA, S.L.** per incompliment dels requeriments tècnics obligatoris previstos al Plec de Prescripcions Tècniques anteriorment indicats, i atès que d'acord amb el previst a l'art. 139 LCSP i que la presentació de l'oferta suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions sense excepció o cap reserva, en conseqüència es proposa la seva exclusió.

Segon: Acceptar l'informe tècnic que s'adjunta com **Annex** a aquesta acta.

Tercer: Convocar l'obertura del Sobre C de l'oferta admesa a la licitació, que es resta publicada en la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Per tot l'exposat i sense més temes a tractar, es declara celebrada la sessió aixecant acta de la mateixa.

La presidenta

El secretari

