

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SCS-2026-205 Subministrament de dues impressores d'etiquetes per al cribratge neonatal, destinades a l'Hospital Clínic de Barcelona dins del Projecte de millora de l'atenció sanitària a pacients amb malalties minoritàries i ELA, a càrrec del fons Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR)

Codi	Descripció	Quantitats	Preu unitari sense IVA	Preu total sense IVA
5190010100	Impressora d'etiquetes	2	1.400,00 €	2.800,00 €

Import total	2.800,00 €
21% IVA	588,00 €
Import total amb IVA	3.388,00 €

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS

5190010100 Impressora d'etiquetes

Característiques tècniques	
Característiques d'obligat compliment: les ofertes que no compleixin tots els requisits obligatoris quedaran excloses	
1	Disposa de marcat CE
2	L'aparell ha de ser nou, no s'admetran equips que s'hagin utilitzat prèviament.
3	Impressora d'etiquetes de color blanc per transferència tèrmica o tèrmica directa
4	Resolució igual o superior a 203 ppp/8 punts per mm
5	Impressora adaptable a rotlló de 80 mm d'amplitud aproximadament per tal de poder imprimir les etiquetes de 2 en 2
6	Memòria superior a 512 MB
7	Font d'alimentació per a ús sanitari amb certificació IEC 60601-1
8	Carcassa de doble paret que permet neteja i desinfecció
9	Carcassa resistent a raigs UV
10	Disposa de rellotge RTC
11	USB i USB Host
12	Permet connexió Ethernet
13	Connexió Bluetooth

Pilar Muñoz Sánchez
Tècnica de la Divisió de Tecnologia i Equipaments