

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL SUBMINISTRAMENT DE TESTS DE DETECCIÓ I ANÀLISI DE SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS****1. Objecte del contracte**

L'objecte d'aquesta licitació és el subministrament de tests de detecció i anàlisi de substàncies estupefaents i els seus metabòlits, amb lectura de forma visual.

2. Definició de les característiques físiques i tècniques

Els tests de detecció i anàlisi de substàncies estupefaents i els seus metabòlits s'hauran de subministrar d'acord amb les següents característiques tècniques:

Tests detectors amb lectura de forma visual

Els tests de lectura visual corresponen a uns dispositius que permeten recollir una mostra de saliva, detectar simultàniament les possibles substàncies estupefaents que conté la saliva i, en el cas del positiu, donar els diversos resultats de forma visual.

Característiques dels tests detectors amb lectura de forma visual

- Els tests han de ser d'un sol ús.
- Cada unitat s'ha de presentar esterilitzada, protegida contra la humitat i empaquetada en una bossa tancada, amb indicació de la data de caducitat.
- L'embolcall ha de tenir un sistema on es vegi clarament com trencar el precinte i que en permeti una obertura ràpida.
- El test ha de detectar i realitzar les anàlisis simultànies de les substàncies següents: cocaïna, metamfetamines, amfetamines, opiàcids i cànnabis/THC.
- La presa de mostra de la saliva ha de ser higiènica (sense necessitat d'ús de guants de làtex o altre material EPI) de forma que s'eviti en tot moment el contacte de la saliva del donant amb l'agent que manipula la mostra.
- Ha de portar un indicador de la quantitat de saliva suficient en la mostra presa.
- El temps de recollida de la mostra de saliva ha de ser com a màxim de 3 minuts en condicions normals.
- El temps d'anàlisi i obtenció de resultats ha de ser com a màxim de 6 minuts en condicions normals.
- Els resultats s'han de poder llegir de manera fàcil, clara i amb contrast evident per l'ull humà.

3. Obligacions de l'adjudicatari i obligacions essencials**3.1. Presentació de mostres**

Per tal de dur a terme la valoració dels tests detectors el licitador haurà de lliurar juntament amb la seva oferta 100 unitats de tests detectors d'estupefaents complets (depenent del fabricant, aquest pot estar format per 2 o 3 dels següents elements: hisop o element

**Generalitat
de Catalunya**

Doc. original signat per:
Montserrat Olària Sagrera
11/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 01/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01E91ZSTK97F8U6A5AYCXUQUBLXE0HT6

Data creació còpia:
01/12/2025 14:02:14

Pàgina 1 de 5



recol·lector de saliva, sistema buffer per dilució de saliva, kit on es diposita la saliva per fer la reacció d'immunoassaig) amb un full d'instruccions per al seu ús adequat.

D'altra banda, amb l'objectiu de contrastar el resultat indicatiu del test detector amb el resultat d'una anàlisi realitzada al laboratori, el licitador haurà de lliurar juntament amb la seva oferta, **100 unitats de recollida de mostra de saliva complets** (amb hisop per a la presa de mostra de saliva, tub col·lector on es dipositarà la mostra de saliva i bosses de custòdia per al trasllat al laboratori).

L'Administració es reserva el dret de realitzar, a càrrec del licitador, sobre les matèries primeres i sobre la mostra presentada, les proves i assaigs, destructius o no, que consideri oportuns per a determinar la idoneïtat i compliment de l'establert al plec de prescripcions tècniques.

La no presentació de les mostres o l'incompliment dels requeriments tècnics previstos en aquest plec comportarà l'exclusió de la licitació.

Les mostres dels tests no es retornaran a les empreses licitadores, ja que es tracta de material fungible que es testejarà durant la validació del compliment de les característiques definides al plec tècnic.

El lliurament s'ha de realitzar:

Lloc: Secció de Contractació i Règim Interior del Servei Català de Trànsit

Carrer Diputació, 355, 2n pis, de Barcelona

Termini de presentació de les mostres: Des de l'endemà de la publicació al portal de contractació fins el dia abans de la finalització del termini de presentació d'ofertes.

Horari: entre les 8.00 h i les 14.00 h.

A la part superior de la/es capsa/es haurà d'anar enganxada de forma visible una etiqueta amb les dades que s'indiquen a l'Annex 1 d'aquest plec.

Rebuda la mostra, s'emetrà un justificant de recepció. Aquest justificant no caldrà que s'incorpori al presentar l'oferta electrònica ja que es verificarà d'ofici.

Per tal de coordinar la recepció de la mostra s'haurà d'enviar un correu electrònic, abans del lliurament, a la següent l'adreça: contractació.sct@gencat.cat
En aquest correu caldrà que el licitador detall i horari i dia previst del lliurament al servei de contractació de l'SCT.

Amb les mostres els licitadors també hauran de facilitar la següent documentació:

1. Document on s'indiqui el "Punt de tall" o "Cut Off" per cada substància o droga analitzada amb els tests.
2. Taula de reaccions creuades per a cada objecte d'anàlisi

3.2. Caducitat

La data de caducitat dels tests i de tots els components que el formen (hisop col·lector, buffer i kit de detecció) no podrà ser inferior a 12 mesos **a comptar des de la data de lliurament**.





4. Condicions de lliurament

El Servei Català de Trànsit preveu la comanda d'un màxim de 28.000 tests anuals, que s'hauran d'entregar en entre tres i sis lliuraments durant l'any, segons les necessitats de l'SCT.

L'SCT no tindrà l'obligació de comprar anualment tots els tests compresos en el contracte ja que anirà en funció de les peticions dels Mossos d'Esquadra i les Polícies Locals.

L'adjudicatari resta obligat a lliurar-los en el termini màxim de 30 dies a partir de la comanda corresponent i sempre abans de la finalització del contracte.

El lloc de lliurament serà en un municipi de l'àrea metropolitana de Barcelona. La unitat responsable del contracte informará a l'empresa adjudicatària de l'horari i el magatzem on haurà de lliurar els tests.

Tot el material haurà d'incorporar un albarà detallat per al magatzem i un altre per al Servei Català de Trànsit i ha d'anar en capses identificades amb una etiqueta on hi constin les següents dades amb la descripció del producte:

- Nom del producte
- Model del material (l'SCT indicarà el model un cop s'hagi adjudicat)
- Data de caducitat
- Quantitat total de tests que hi ha a dins de la capsa (*entre 20 i 30 tests per capsa*)

En el cas que les capses s'entreguin en palets, aquestes es col·locaran per capes cap-i-cuades. Els palets han d'anar retractilats, amb cantoneres i identificats amb la descripció del producte, quantitat per capsa i quantitat total.

5. Obligacions essencials del contracte

En cas que algun o la totalitat dels materials lliurats no s'ajustin a les prescripcions del plec, se li donarà al contractista un termini de 25 dies naturals per a recollir aquest material i lliurar el correcte a les mateixes dependències. Passat aquest termini sense que el contractista hagi retirat el material incorrecte i lliurat el correcte, començarà el termini per al càlcul i/o imposició de la penalitat corresponent.

L'adjudicatari haurà de substituir els dispositius o material fungible que s'hagi detectat com a defectuós de forma immediata, sense cap càrrec per al Servei Català de Trànsit (SCT). L'objectiu serà garantir un nivell d'especificitat superior al 90% dels tests confirmats en laboratori.

6. Pressupost base i preu unitari de licitació

El preu màxim de licitació per cada unitat de test és 12,20 €, sense IVA.

OBJECTE	UNITATS	PREU UNITARI DE LICITACIÓ	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	IVA 21%	TOTAL INCLÒS IVA
Test detectors amb lectura de forma visual	28.000	12,20	341.600,00	71.736,00	413.336,00





7. Modificacions

Es contempla una modificació per ampliar l'import base en un 20% si, per raons de seguretat viària, fos necessari que els agents realitzessin més controls de drogues que els programats habitualment.

Montserrat Olària Sagrera
Responsable de Gestió i Planificació de Seguretat Viària



Doc.original signat per:
Montserrat Olària Sagrera
11/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 01/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01E91ZSTK97F8U6A5AYCXUQUBLXE0HT6

Data creació còpia:
01/12/2025 14:02:14

Pàgina 4 de 5



ETIQUETA PER REALITZAR EL LLIURAMENT DE LES MOSTRES DE TESTS DE
DETECCIÓ I ANÀLISI DE SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS

100 MOSTRES DE TESTS DE DETECCIÓ I ANÀLISI DE
SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS

Expedient SCT-2026-17

Remitent:

Raó social de l'empresa licitadora (Nom i CIF)
Adreça
Telèfon de contacte
Correu electrònic

Quantitat de tests per caps:

Data de caducitat dels tests:

Destinatari:

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
Secció de Contractació i Règim Interior
C/ Diputació, 353, 2a planta
08009 - Barcelona



**Generalitat
de Catalunya**



Doc. original signat per:
Montserrat Olària Sagrera
11/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 01/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



01E91ZSTK97F8U6A5AYCXUQUBLXE0HT6

Data creació còpia:
01/12/2025 14:02:14