

Codi material	Descripció material	Criteris subjectius a valorar sobre la documentació aportada i les mostres		MEDTRONIC IBERICA	Puntuació
				REFERENCIA: VS-403	
52032	Kit pel tractament de la insuficiència venosa amb adhesiu mèdic	Adaptació a les necessitats i protocols dels centre		Adaptació a les necessitats i protocols dels centre	
		Es valorarà amb un màxim de 4 punts la polimerització del producte. Es necessari que l'adhesiu tingui una polimerització immediata objectivable ecogràficament.	4 punts	El producte garanteix una polimerització immediata, verificable mitjançant ecografia.	4
		Es valorarà amb un màxim de 4 punts la viscositat del producte. Aquesta ha de ser la suficient per a que no hi hagi migració i no hi hagi risc d'embolització.	4 punts	El producte presenta una viscositat òptima que impedeix la migració del adhesiu fora de la zona d'aplicació	4
		Es valorarà amb un màxim de 6 punts la aportació d'un protocol d'administració del producte que garanteix la seguretat del pacient i la seva eficàcia	6 punts	El fabricant aporta un protocol complet i validat que assegura la correcta aplicació del producte, reduint errors i garantint resultats clínics òptims.	6
		Es valorarà amb un màxim de 6 punts la aportació de documentació rellevant per la valoració (estudis, evidència científica) per la valoració de la qualitat, composició o comportament del producte	6 punts	El producte ve acompanyat d'estudis clínics i evidència científica que avalen la seva qualitat, composició i comportament.	6
		Presentació		Presentació	
		Es valorarà amb un màxim de 5 punts el tipus d'embalatge. Puntuació màxima si l'embalatge es únic per facilitar la feina dels professionals sanitaris	5 punts	L'embalatge és únic	5
		Es valorarà amb un màxim de 4 punts la forma de presentació del material (disposició del fungible, comoditat per agafar-lo) important per a la preparació de la tècnica	4 punts	El producte està disposat de manera ergonòmica i accessible, cosa que simplifica la preparació de la tècnica i millora la seguretat en entorns assistencials.	4
		Es valorarà amb un màxim de 5 punts la visibilitat i claretat de les dades del embolcall, aspecte important per facilitar la seva adequada utilització	5 punts	Les dades són visibles i clares, permetent una identificació ràpida i segura del producte, aspecte essencial per evitar confusions en situacions crítiques.	5
		Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació		Ergonomia en l'ús i avantatges en la manipulació	
		Es valorarà amb un màxim de 5 punts la facilitat en la utilització amb un únic vial per a tota la tècnica	5 punts	El producte permet realitzar tota la tècnica amb un únic vial	5
		Es valorarà amb un màxim de 5 punts que el catèter estigui marcat, graduat, per a saber en tot moment la posició del catèter introduït	5 punts	El catèter disposa de marques graduades que permeten conèixer en tot moment la seva posició	5
		Es valorarà amb un màxim de 5 punts la comoditat en la manipulació i altres elements que permetin una correcta actuació en el moment d'ús. Una única dispensació d'adhesiu per pulsació es l'adequat i no una dispensació continua, ja que d'aquesta manera se sap quina quantitat d'adhesiu s'administra	5 punts	El sistema de dispensació per pulsació assegura un control exacte de la quantitat d'adhesiu administrada, evitant sobrecàrregues i millorant la seguretat del pacient.	5
		Total Puntuació	49 punts	Total Puntuació	49

Amb la finalitat d'assegurar una qualitat tècnica alta en el material necessari per al correcte tractament de la insuficiència venosa amb adhesiu mèdic, tant per la seva eficàcia en la cura dels pacients com per la seva ergonomia i facilitat en l'ús per als professionals, no serà avaluada la fase de criteris objectius dels licitadors que no obtinguin una puntuació mínima de 25 punts sobre el màxim de 49 punts totals destinats als criteris subjectius, un cop aplicada la Directiu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya

Qui subscriu el present informe no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interès"

Mireia Labarta
Responsable de recursos materials i equipament del CSI (representant comissió tècnica)