



INFORME DE MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE O MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Núm. expedient: CS/AH02/1101454030/25/PS

Òrgan gestor: Hospital Universitari de Bellvitge

Objecte del contracte: Subministrament de llits elèctrics d'hospitalització per a pacients de l'Hospital Universitari de Bellvitge

Tipus: Subministrament

Procediment d'adjudicació: Obert Simplificat

1. Introducció i justificació de la necessitat

L'Institut Català de la Salut (ICS) és l'empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya, amb gairebé 40.000 professionals que presten servei a gairebé sis milions de persones de tot el territori. L'ICS gestiona 283 equips d'atenció primària (EAP). L'Institut també gestiona hospitals (Vall d'Hebron, Bellvitge i Germans Trias, Arnau de Vilanova de Lleida, Joan XXIII de Tarragona, Josep Trueta de Girona i Verge de la Cinta de Tortosa i Viladecans).

Com a entitat de referència del sistema sanitari públic de Catalunya, l'ICS té l'objectiu de millorar la salut i la qualitat de vida de les persones, a través de la promoció dels hàbits saludables, de la prevenció dels problemes de salut i del tractament de les malalties, des de les més banals fins a les requereixen un abordatge més complex.

L'Hospital Universitari de Bellvitge forma part de la Gerència Territorial Metropolitana Sud i es defineix com hospital en xarxa i té com a prioritats estratègiques la millora de l'experiència de l'usuari, el desenvolupament dels professionals, el treball en xarxa, la innovació, la recerca i la docència i la difusió dels resultats.

Els llits elèctrics d'hospitalització són un element imprescindible per fer tractaments al pacient en activitats d'hospitalització. El parc actual de llits té més de 27 anys i ha superat amb escreix el fi de la seva vida útil, per aquest motiu, és necessària l'adquisició de 33 llits elèctrics per a pacient d'hospitalització necessaris per a dur a terme l'activitat encomanada amb garanties de seguretat i confort per al pacient, i ergonomia pels professionals assistencials.

Per tot l'anterior, és del tot imprescindible per al compliment i realització dels fins institucionals de l'Institut Català de la Salut, l'adquisició de l'objecte de la contractació.

2. Naturalesa i extensió del contracte

L'objecte del contracte consisteix en el subministrament de llits elèctrics d'hospitalització per a pacients de l'Hospital Universitari de Bellvitge .

D'acord amb l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) no s'ha fraccionat el contracte per tal d'evitar els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació.



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés
24/11/2025,
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EWIWLCF7IO704Z8G0NBAPK6YR53BIO1

Data creació còpia:
27/11/2025 08:11:56



La naturalesa del contracte es correspon, per tant, amb la d'un contracte de subministraments, d'acord amb l'article 16 de la LCSP.

3. Divisió en lots

No es divideix en lots, atès que l'objecte de la contractació correspon a un article específic, fet que impossibilita la determinació de lots en la contractació.

D'acord amb la definició abans plantejada, no procedeix la divisió en lots, donat que el contracte requereix l'adjudicació de totes les seves prestacions a una mateixa casa comercial atès que en cas contrari resultaria inviable, des del punt de vista tècnic i d'eficàcia de la prestació, i la posterior execució d'aquesta, atès que totes les prestacions del contracte estan interrelacionades entre si i en conseqüència requereix una coordinació de diferents activitats, el que seria inviable si hi hagués contractistes diferents, d'acord amb el que estableix l'article 99.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

4. Procediment d'adjudicació

El plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació serà el SU-PS i d'acord amb l'article 122 de la LCSP, ha estat aprovat pel director gerent del ICS.

El procediment de licitació serà l'obert, d'acord amb el que disposa l'article 159 en relació amb l'article 131 de la LCSP, de tal forma que qualsevol empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. L'elecció d'aquest procediment ha estat fruit de la voluntat de l'òrgan de contractació de promoure al màxim la concurrència a la licitació tenint en compte la naturalesa de l'objecte del contracte.

5. Durada

D'acord amb l'article 29 de la LCSP, i amb les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre'n la realització periòdicament a concurrència, així com les peculiaritats i característiques del sector d'activitat de l'ICS, el termini d'execució s'ha establert en 8 setmanes mesos a comptar des de el dia següent a la data de formalització del contracte.

6. Determinació del pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

L'elaboració del pressupost base de licitació s'ha realitzat d'acord amb els articles 100 i 102 de la LCSP, tenint cura de que el pressupost sigui adequat als preus del mercat, així com tenint en compte els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals.

El pressupost base de licitació s'ha determinat en 82.500,00 euros sense IVA 99.825,00 euros amb IVA) i un valor estimat de contracte de 82.500,00 euros IVA exclòs.





L'import total es desglossa de la següent manera:

CONCEPTE	UNITATS	IMPORT UNITARI MÀXIM S/IVA	IMPORT MÀXIM LICITACIÓ S/IVA	IMPORT MÀXIM LICITACIÓ A/IVA
Llits elèctrics d'hospitalització amb matalàs, pal de suero i incorporador + triangle	33	2.500,00 €	82.500,00 €	99.825,00 €

7. Criteris de selecció del contractista

a. Criteri de solvència econòmica i financera i tècnica o professional

La solvència econòmica i financera que s'exigeix per a aquest contracte consisteix en:

Declaració sobre el volum global de negocis en l'àmbit d'activitat corresponent a l'objecte del contracte, referit als tres últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresari.

L'acreditació del compliment d'aquest criteri es farà amb l'aportació d'una declaració de l'empresari del volum de negocis dels tres últims exercicis o mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.

Es considerarà acreditada la solvència per aquelles empreses que presentin una xifra global de negocis per un import mitjà igual o superior al del pressupost total de licitació dels lots i/o articles als que licitin.

Quan per una raó vàlida, un licitador no estigui en condicions de presentar les referències que es sol·liciten, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altra documentació que l'Institut Català de la Salut consideri apropiada.

La solvència tècnica i professional que s'exigeix per a aquest contracte és la següent:

Tenint en compte que l'objecte del contracte és el subministrament de llits elèctrics d'hospitalització per a pacients, s'exigeix la següent:

Relació dels principals subministraments efectuats durant els tres últims exercicis, indicant-ne l'import, les dates i el destinatari públic o privat d'aquests.

Només es tindran en compte per acreditar la solvència tècnica els subministraments efectuats de la mateixa naturalesa o similar que els que constitueixen l'objecte del contracte, i que estiguin acreditats mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una





entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest últim certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.

Es considerarà acreditada la solvència tècnica per aquelles empreses que acreditin ser prestadors de subministraments durant els tres últims exercicis, per un import mitjà que correspongui com a mínim a la meitat del pressupost total dels lots i/o articles als que licitin, en l'àmbit de l'activitat corresponent a l'objecte del contracte.

Per determinar que un subministrament és de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l'objecte del contracte es tindran en compte els tres primers dígitos dels codis respectius de la CPV.

Per a empreses de nova creació (entenent aquestes a les que tinguin una vigència igual o inferior a 5 anys):

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà per un o més dels mitjans següents:

- Indicació del personal tècnic o les unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, de què es disposa per a l'execució del contracte, especialment els encarregats del control de qualitat.
- Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures utilitzades per garantir la qualitat i dels mitjans d'estudi i recerca de l'empresa.
- Mostres, descripcions i fotografies dels productes que s'han de subministrar, l'autenticitat dels quals es pugui certificar a petició de l'entitat contractant.

b. Condicions especials d'execució

Les condicions especials d'execució requerides a la licitació, el contingut dels quals estan desenvolupats com annex al PCAP, són les següents:

1. Garantia de subministrament.
2. Condicions socials i el compliment del Pla d'igualtat
3. Condicions d'ètica en la contractació

Les condicions especials d'execució anteriors responen a la necessitat de garantir al màxim el compliment del contracte i que s'executi d'acord amb els requeriments establerts en els plecs donat que el seu incompliment comporta greus problemes en la gestió assistencial sanitària repercutint directament en perjudici de la societat. Per aquest motiu, es qualifiquen com a obligacions essencials i/o especials aplicant-se, si existeix incompliment, les penalitats que s'inclouen al Plec de clàusules administratives.



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés
24/11/2025,
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EWIWLCF7IO704Z8G0NBAPK6YR53BIO1

Data creació còpia:
27/11/2025 08:11:56



c. Criteris de valoració de les ofertes

Els criteris d'adjudicació proposats es troben recollits com annex II el present informe i la seva configuració respon a la voluntat d'aconseguir la millor relació qualitat preu en l'adjudicació del contracte, a través de criteris econòmics i qualitatius.

Tots ells estan vinculats a l'objecte del contracte i formulats de manera objectiva, respectant en tot moment els principis d'igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat.

8. Responsable del contracte

El responsable del contracte serà Germán Romero Avilés, Director d'Infraestructures i Serveis Generals de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

L'Hospitalet de Llobregat, a la data de la signatura digital

Germán Romero Avilés
Director d'Infraestructures i Serveis Generals
Hospital Universitari de Bellvitge

Dra. Cristina Capdevila Aguilera
Gerent
Hospital Universitari de Bellvitge-Hospital de Viladecans



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés
24/11/2025,
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 27/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EWIWLCF7IO704Z8G0NBAPK6YR53BIO1

Data creació còpia:
27/11/2025 08:11:56



ANNEX I – PLA DE NECESSITATS

CONCEPTE	UNITATS	IMPORT UNITARI MÀXIM S/IVA	IMPORT MÀXIM LICITACIÓ S/IVA	IMPORT MÀXIM LICITACIÓ A/IVA
Llits elèctrics d'hospitalització amb matalàs, pal de suero i incorporador + triangle	33	2.500,00 €	82.500,00 €	99.825,00 €



Doc.original signat per:
Germán Romero Avilés
24/11/2025,
CRISTINA CAPDEVILA
AGUILERA 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 27/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EWIWLCF7IO704Z8G0NBAPK6YR53BIO1

Data creació còpia:
27/11/2025 08:11:56



ANNEX II
Criteris adjudicació

Les fórmules a aplicar per a determinar la valoració s'han fixat en base al que s'estableix a la Directiu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

CRITERIS AVALUABLES:

Criteris relacionats costos		PUNTUACIÓ
A. CRITERIS RELACIONATS AMB ELS COSTOS		
A.1	Preu de l'oferta	Fins a 45 punts
TOTAL PUNTS CRITERIS A.1		45 PUNTS
Criteris tècnics automàtics		PUNTUACIÓ
B CRITERIS TÈCNICS VALORABLES AUTOMATICAMENT		
B.1	Ampliació del termini de garantia	Fins a 8 punts
B.2	Càrrega màxima de treball	Fins a 10 punts
B.3	Alçada mínima del somier a terra	Fins a 10 punts
B.4	Cost del servei tècnic fora cobertura de garantia	Fins a 1 punt
B.5	Servei tècnic i manteniment durant el període de garantia	Fins a 1 punt
TOTAL PUNTS CRITERIS B		30 punts
Criteris sotmesos a judici de valor		PUNTUACIÓ
C. CRITERIS TÈCNICS VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR		
C.1	Facilitat d'us, maniobrabilitat en desplaçament i seguretat	Fins a 15 punts
C.2	Confort, robustesa, volum ocupat	Fins a 8 punts
C.3	Facilitat de neteja	Fins a 2 punts
TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS C		25 PUNTS
PUNTUACIÓ TOTAL		100 PUNTS





A. CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA

A. CRITERIS RELACIONATS AMB ELS COSTOS

A.1. Preu de l'oferta

La puntuació màxima d'aquest criteri serà de 45 punts (per a tots els lots sobre 100 per a cada lot per separat).

L'oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats en el plec d'inscripcions tècniques, rebrà la màxima puntuació i la resta d'ofertes rebran una puntuació proporcional, d'acord amb el diferencial de percentatges respecte a l'oferta amb més puntuació, segons resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació

S'estableix el valor de ponderació per aquesta licitació en 1.

En aquest concepte es tindrà en compte el preu final a satisfer per l'òrgan de contractació en cas de ser adjudicat, i ha d'incloure, si escau, els accessoris, formació, treballs d'instal·lació, etc.



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés 24/11/2025,
CRISTINA CAPDEVILA AGUILERA 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
27/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EWIWLCF71O704Z8G0NBAPK6YR53BIO1

Data creació còpia:
27/11/2025 08:11:56

Pàgina 8 de 14



B. CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA

Descripció criteri	Puntuació màxima	ES VALORARÀ:
Criteri: Ampliació del termini de garantia Justificació: Aquest criteri incentiva que les empreses ofereixin períodes de garantia superiors al mínim legal, assegurant una major cobertura, fiabilitat i protecció dels equips durant més temps. Com més ampli és el període de garantia ofert, més valor aporta al servei i menor és el risc per a l'hospital. Per això, la puntuació s'assigna de manera proporcional a l'ampliació proposada, prioritzant garanties de llarga durada.	8	Es valorarà de la següent manera: - Ampliació de la garantia en 1 any (3 anys en total): 1 punt - Ampliació de la garantia en 2 anys (4 anys en total): 3 punts - Ampliació de la garantia en 3 anys o més (5 anys o més en total): 8 punts - Altres: 0 punts No es valoraran ampliacions de períodes inferiors a 1 any. S'haurà d'informar del número de mesos que s'amplia la garantia, sense comptar els dos anys mínims obligatoris. Període de garantia < a 2 anys o condicions de garantia que no suposin tot risc = EXCLÒS. Condicions tot risc durant 2 anys = 0 punts.
Criteri: Càrrega màxima de treball Justificació: Aquest criteri garanteix que el llit pugui donar servei a un ventall ampli de pacients, incloent aquells amb pesos elevats. Una major càrrega màxima de treball assegura que la motorització i l'estructura del llit són prou robustes per suportar usos exigents de manera segura i fiable.	10	Es valorarà de la següent manera: - La càrrega màxima de treball segura (pes de pacient + accessoris) superior o igual a 300kg: 10 punts - La càrrega màxima de treball segura (pes de pacient + accessoris) superior o igual a 280 kg: 2 punts



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés 24/11/2025,
CRISTINA CAPDEVILA AGUILERA 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EWIWLCF71O704Z8G0NBAPK6YR53BIO1

Data creació còpia:
27/11/2025 08:11:56

Pàgina 9 de 14



Criteri: Alçada mínima del somier a terra Justificació: Aquest criteri incrementa la seguretat del pacient, ja que una alçada mínima del somier més propera a terra facilita l'entrada i sortida del llit i, alhora, redueix l'impacte i el risc de lesions en cas d'una possible caiguda.		Es valorarà de la següent manera: - Alçada mínima del somier a terra inferior o igual a 32cm: 10 punts - Alçada mínima del somier a terra inferior o igual a 35cm i superior a 32cm: 2 punts
Criteri: Cost del servei tècnic fora cobertura de garantia Justificació: Aquest criteri té per objectiu assegurar que l'hospital disposi de recanvis a un cost competitiu durant la vida útil dels equips. La valoració del preu dels recanvis permet identificar les ofertes més eficients econòmicament i reduir el cost de manteniment futur. Així, es fomenta la transparència de preus, s'eviten increments no justificats i es garanteix una gestió més sostenible del pressupost de manteniment.	2	S'ofertarà el preu dels següents serveis de correctiu: • Oferta Preu/Hora Oficial de 1ª Laborable (08:00-17:00) 0.3 punts Relació dels recanvis més freqüents, cost dels recanvis principals: • Baranes (0.1 punt) • Rodes (0.1 punts) • Comandament (0.1 punts) • Reguladors finals de carrera (0.1 punts) • Bateria (0.1 punts) • Centraleta de control (0.1 punts) • Motor d'elevació (0.1 punts) • Indicar en import del preu en €, sense incloure l'IVA. • La puntuació màxima serà per al preu/hora o cost unitari més baix, i només per aquest. • No s'admetran ofertes per sota preu marcat per conveni. • Les empreses licitadores que no proposin oferta tindran una valoració de 0 punts. • En aplicació de la fórmula que a continuació es detalla, la puntuació més baixa serà per a l'oferta amb preu més elevat, amb puntuació proporcional a la resta.

		Altres ofertes: $P_v = \frac{H_m}{H_v} \cdot P$ On: P_v: Puntuació de l'oferta a valorar P: Punts ítem H_v: Oferta a valorar H_m: Oferta millor
Criteri: Servei tècnic i manteniment durant el període de garantia Justificació: Aquest criteri permet garantir que l'hospital disposi d'un servei tècnic amb capacitat de resposta ràpida i eficient davant incidències i avaries, minimitzant el temps d'aturada dels equips i assegurant la continuïtat assistencial. Per això es valora l'amplitud de l'horari d'atenció, la rapidesa en la resposta i en la reparació, així com el temps de lliurament de recanvis. Igualment, es prioritzen les ofertes que proporcionen equipament de substitució, temporal o definitiu, per evitar interrupcions del servei. En conjunt, aquest criteri identifica els licitadors que ofereixen una major fiabilitat i capacitat operativa.	2	Horis i característiques del servei tècnic. - Horaris d'atenció telefònica (0.1 punts). Es valorarà el temps de cobertura més extens. - Temps de resposta (0.1 punt). Es valorarà el menor temps. - Temps de reparació (0.1 punt). Es valorarà el menor temps. - Temps d'entrega de recanvis (0.1 punt) Es valorarà el menor temps. - Possibilitat de disposar d'equipament de substitució en cas d'avaria (fins a 0.5 punts). - Si la substitució és temporal 0.3 punt - Si la substitució és definitiva 0.5 punts Caldrà indicar les característiques i horaris del servei tècnic, temps de resposta davant incidències i/o avaries entès com el temps que transcórrer des de l'avís fins a la presència física al centre, temps de reparació entès com el temps que transcórrer des de l'avís fins a la resolució de l'avaria i el temps de lliurament de recanvis. Caldrà indicar la ubicació del servei tècnic. - Les empreses licitadores que no proposin oferta tindran una valoració de 0 punts. - En aplicació de la fórmula que a continuació es detalla, la puntuació més baixa serà per a l'oferta amb preu més elevat, amb puntuació proporcional a la resta. Altres ofertes: $P_v = H_m H_v \cdot P P_v = H_m H_v \cdot P$



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés 24/11/2025,
CRISTINA CAPDEVILA AGUILERA 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 27/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EWIWLCF71O704Z8G0NBAPK6YR53BIO1

Data creació còpia:
27/11/2025 08:11:56

Pàgina 11 de 14



		On: P.: Puntuació de l'oferta a valorar P: Punts ítem H.: Oferta a valorar H.: Oferta millor
TOTAL PUNTUACIÓ		30



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés 24/11/2025,
CRISTINA CAPDEVILA AGUILERA 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
27/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EWIWLCF7IO704Z8G0NBAPK6YR53BIO1

Data creació còpia:
27/11/2025 08:11:56

Pàgina 12 de 14



B. CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

Aquesta contractació en la que s'ha determinat que s'apliqui una pluralitat de criteris de valoració entre els que hi ha criteris sotmesos a judici de valor, es valorarà la proposició tècnica d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri i subcriteris.

La valoració d'aquests criteris serà d'acord a la mostra rebuda i que haurà de ser idèntica a la subministrada en el moment de la compra en cas de resultar adjudicatari.

Un cop realitzada la valoració i obtinguda la puntuació corresponent, s'ordenaran les diferents propostes per ordre decreixent i s'aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació:

$$P_{op} = P \times \frac{VT_{op}}{VT_{mv}}$$

P_{op} = Puntuació de l'Oferta a Puntuar
 P = Puntuació del criteri
 VT_{op} = Valoració Tècnica de l'Oferta que es Puntua
 VT_{mv} = Valoració Tècnica de l'oferta Millor Valorada

La fórmula s'aplicarà per a cada criteri i, si escau, a cadascun dels subcriteris per separat, per després obtenir la puntuació total.

Adicionalment, s'han establert llindars mínims de puntuació per a cadascun dels criteris i subcriteris per sota dels quals, si cap de les valoracions tècniques l'assoleix, no s'aplicarà la fórmula anterior. Els llindars establerts són els següents:

Criteri subjectiu a valorar i puntuar	Criteri 1	Criteri 2	Criteri 3
Puntuació màxima del criteri	15	8	2
Llindar mínim de puntuació	7.5	4	1

En el cas que cap de les valoracions assoleixi el llindar establert, la puntuació que obtindrà l'empresa licitadora serà la obtinguda en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l'aplicació de la fórmula



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés 24/11/2025,
CRISTINA CAPDEVILA AGUILERA 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
27/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EWIWLCF71O704Z8G0NBAPK6YR53BIO1

Data creació còpia:
27/11/2025 08:11:56

Pàgina 13 de 14

CRITERI	ASPECTES A VALORAR	JUSTIFICACIÓ	PUNTUACIÓ MAXIMA
Facilitat d'us, maniobrabilitat en desplaçament i seguretat	Es valorarà la facilitat d'ús, maniobrabilitat i seguretat	Aquí tens la versió amb la part de seguretat al final: **Justificació:** Aquest criteri és essencial per reduir la càrrega física dels professionals, optimitzar els fluxos assistencials i facilitar el moviment en espais reduïts, assegurant una resposta àgil en situacions crítiques. Una maniobrabilitat adequada també contribueix de manera decisiva a la seguretat global del servei, minimitzant el risc d'accidents tant per al pacient com per al personal durant els trasllats interns.	15
Confort, robustesa, volum ocupat	Es valorarà el confort, la robustesa i el volum ocupat en l'habitació	Aquest criteri és essencial per garantir la seguretat del pacient i l'eficiència del personal sanitari. El llit ha de permetre un maneig intuïtiu i un desplaçament àgil, amb sistemes de frenada fiables i rodes adequades per a passadissos i espais reduïts. Una bona maniobrabilitat minimitza riscos en trasllats i optimitza temps en situacions assistencials.	8
Facilitat de neteja	Es valorarà la facilitat per a la seva neteja i desinfecció	La facilitat de neteja és clau per garantir la higiene i prevenir infeccions en l'entorn hospitalari. El llit ha de permetre una neteja ràpida i efectiva, amb superfícies llises, materials resistents als desinfectants i disseny que eviti zones de difícil accés. Aquest criteri assegura el compliment dels protocols de control d'infeccions i la seguretat del pacient.	2
TOTAL PUNTUACIÓ			25



Doc. original signat per:
Germán Romero Avilés 24/11/2025,
CRISTINA CAPDEVILA AGUILERA 25/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
27/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0EWIWLCF71O704Z8G0NBAPK6YR53BIO1

Data creació còpia:
27/11/2025 08:11:56

Pàgina 14 de 14