

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101448777/26/AMUP

Catèters intravasculars punció venosa central, centrals
tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i dispositius de
fixació



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 1 de 80

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	6
3. Com presentar la oferta	6
3.1. Oferta tècnica	6
3.2. Model d'oferta tècnica	6
3.3. Presentació de mostres	8
3.4. Documentació confidencial	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	9
4.1. Prevenció de riscos laborals	9
4.2. Formació	9
4.3. Manual d'usuari	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament	10
4.4.1. Condicions de subministrament	10
4.4.2. Garantia de subministrament	10
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	11
4.4.2.3. Termini de lliurament	12
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	12
4.4.3. Sistema EDI	12
4.5. Condicions de l'operador logístic	15
4.5.1. Embalatges	15
4.5.2. L'albarà	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	16
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia	16



- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 17
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 19



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 3 de 80

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de Catèters intravasculars punció venosa central, centrals tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i dispositius de fixació per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient i ANNEX B1 - Descripcions tècniques - Llistat complementari

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Criteris d'obligat compliment per als lots amb sistema de bioseguretat:

Pel que fa al dispositiu: per a la seva valoració es farà prova pràctica en l'Àrea de Salut i Prevenció.

- C0. El dispositiu de seguretat no ha de comprometre en cap cas la seguretat i confort del o la pacient i ha de ser compatible amb altres materials que poden ser utilitzats.
- C1. El dispositiu de seguretat ha d'estar integrat en el material i no ser un accessori.
- C2. Un cop activat el dispositiu de seguretat no pot ser desactivat i manté la funció protectora fins el seu rebuig.
- C3. L'activació s'ha de manifestar al professional mitjançant un senyal sonor i/o visual.
- C4. Fiabilitat i eficàcia del mecanisme. El mecanisme de seguretat no ha de demostrar fragilitat en l'ús habitual i no es trencarà amb facilitat quan se'n faci ús.
- C5. Es comprovarà que, el mecanisme de seguretat no es pugui treure/inactivar.
- C6. L'equip de seguretat no ha de generar altres riscos d'exposició a sang o altres fluids biològics. Es comprovarà que, un cop activada la seguretat, no permeti que l'usuari es pugui punxar per haver quedat desprotegida.
- C7. Permetre que el professional mantingui el control adequat sobre la tècnica, no ha de interferir en el procediment ni en el temps de realització de la tècnica per part del o la professional. Es comprovarà que, el mecanisme de seguretat, no obligui a canviar la forma habitual de treballar del professional.
- C8. Pel que fa als sistemes de bioseguretat activa, hauran de poder ser activats amb una sola mà.

En el cas que els licitadors no compleixin aquest requisits el material quedarà desestimat tècnicament.



2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

En cas que un centre consumidor generi la necessitat de cessió d' equips (ecògrafs) per la implantació de catèters PICC per eco guiada (Lot 12) , durant la vigència del contracte, l'empresa que resulti adjudicatària haurà de cedir sense cap cost per l'ICS, per un consum estimat de 350 unitats anuals per centre consumidor 1 ecògraf , si el consum estimat és de 600 a 899 unitats, la cessió serà de 2 ecògrafs (Veure ANNEX 5 del PCAP)

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

- S'ha d'omplir: Excel Licitació 1101448777_2bis

Fitxa resum Requisits Criteris Judici de valor, Annex D3



La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1.**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Llista-Resum, Model i Guia, ANNEX D4** Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació dels criteris objectius.

A la *Guia* s'indica quina informació cal facilitar i quina informació es obligatòria. S'ha d'emplenar aquest Excel amb els camps criteris d'acord amb les indicacions del document (Annex D4).

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes les fitxes que es presenten.



La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma:

PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial



Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari



L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propri** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.



En l'apartat "Guies i avisos", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.



L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)



- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	



- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com



4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà



Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia



1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.

3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



NORMES DE SEURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa . b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	



NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari
- ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Llista resum, Criteris judici de valor
- ANNEX D4 - Llista-Resum de criteris objectius d'adjudicació, Model i Guia



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 20 de 80

ANNEXOS
AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE
MATERIAL DE
CS/CC00/1101448777/26/AMUP

Catèters intravasculars punció venosa central, centrals
tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i dispositius de
fixació



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 21 de 80



ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 22 de 80

Salut/Institut
Català de la Salut

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101448777/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	CONDICIÓ LOT Obligatori S/N
1	Catèters intravasculars centrals tunelitzats percutanis llarga permanència	NO
2	Catèters intravasculars centrals tunelitzats percutanis llarga permanència, amb dilatador de punta conificada	NO
3	Equip de reparació Catèter intravasc central tunelitzat percutani llarga permanència	NO
4	Catèters intravasculars accés central amb cuff	NO
5	Catèters intravasculars accés central PEDIÀTRIC	NO
6	Catèters intravasculars accés central amb o sense recobriment antimicrobià >5,5F	NO
7	Catèters intravasculars accés central amb o sense recobriment antimicrobià ≤5,5F	NO
8	Catèters intravasculars accés central amb aletes fixes i mòvils	NO
9	Catèters intravasculars accés central 3 llums agulla i/o bisturí BSA	NO
10	Catèters intravasculars accés central amb cable connexió ECG	NO
11	Catèters intravasculars central d'inserció perifèrica (PICC)	NO
12	Catèters intravasculars central d'inserció perifèrica (PICC) amb agulla i/o bisturí BSA (bioseguretat activa)	SI
13	Catèters pediàtrics intravasculars centrals d'inserció perifèrica (PICC)	SI
14	Catèters intravasculars centrals d'inserció perifèrica (PICC) amb agulla i/o bisturí BSA de 3 a 6 F	NO
15	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) a/agulla i/o bisturí BSA (bioseguretat activa) de 1,9F a 2,6 F	NO
16	Catèters PICC BS per eco guiada i/o amb localització d'ona P i accessoris	SI
17	Introductors i accessoris intravasculars	NO
18	Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters	NO
19	Apòsits estèrils laminars amb reforç per a fixació de catèters	NO
20	Apòsits estèrils amb clorhexidina per a fixació de catèters	NO
21	Sistemes de retenció sense sutura	NO
22	Sistemes d'ancoratge subcutàni	SI
23	Altres sistemes de retenció	NO
24	Escumes de poliuretà	NO
25	Catèters de Galactografia	NO



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 23 de 80

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 24 de 80

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 1 / 25
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30001093
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø7F, llums D18G/M16G/P18G, llargària de 30 (+/-2)cm, marques d e penetració i aletes de fixació, compost per:1 guia en J de 0,032"(0,8 1mm) x 68 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,3 clamps,3 taps,1 xeringa Estèril,lliure de làtex i ftalats,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30001168
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø7F, llums D14G/P18G, llargària de 20 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 guia en J" de 0,032"(0,81mm)x 60 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,2 clamps,2 taps,1 xeringa.Estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30001169
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, de 2 llums, de poliuretà (PUR), r adioopac, Ø7F, llums D16G/P16G, llargària de 30 (+/-2)cm, marques de pen etració i aletes de fixació, compost per:1 guia en J" de 0,032""(0,81mm) , 68 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,2 clamp s,2 taps,1 xeringa.Estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30001170
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, de 3 llums, de poliuretà (PUR), r adioopac, Ø7F, llums D18G/M16G/P18G, llargària de 20 (+/-2)cm, marques d e penetració i aletes de fixació, compost per:1 guia en J" de 0,032"(0,8 1mm) x 60 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,1 catèter curt 18G i agulla 20G,3 taps, 3 clamps,1 xeringa.Estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30001474
Descripció tècnica: Catèter Pediàtric intravascular d'accés central, de 2 llums, de poliure tà (PUR) radioopac, Ø5F,D16G/P16G, llargària de 16 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia nitinol en J" de 0,0 24"(0,61mm) x 44 (+/-2)cm de llargària,2 agulles,1 dilatador,2 clamps,2 taps,1 xeringa,1 bisturi.Estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús. "		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30001476
Descripció tècnica: Catèter pediàtric intravascular d'accés central, de 3 llums, de poliuret à (PUR), radioopac, Ø5.5F, llums D22G/M22G/P20G, llargària de 30 (+/-2)c m, marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 guia en J" d e 0,018""(0,46mm) x 68 (+/-2)cm de llargària,2 dilatadors,1 agulla intro ductora 21G,1 catèter curt 22G i agulla 25G,3 taps,3 clamps,1 xeringa.Es tèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30001477
Descripció tècnica: Catèter intravascular central d'inserció perifèrica per neonats/prematur s (PICC) d'1 llum, de silicona, radioopac, Ø2F, llargària 30 (+/-2)cm. C ompost per:1 agulla introductora amb aletes 19G de 27 (+/-2)mm,1 connect or amovible amb prolongador de 11 (+/-2)cm de llargària amb clamp,1 cint a mètrica.Per a neonatologia i pediatria.Estèril,lliure de làtex i ftala ts, d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 2 / 25
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30001800
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, 1 llum, poliuretà (PUR), radioopa c, Ø3F/16G, llargària 30cm+/-2cm, agulla introductora, guia "J" 70cm+/-2 cm, clamp, cateterització vena cava amb control posició per registre ECG , estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30001802
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, de 2 llums, de poliuretà (PUR), r adioopac, Ø7F, D14G/P18G, llargària de 60 (+/-2)cm, amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia nitinol en J" de 0,035" (0,89mm) x 100 (+/-5)cm de llargària -catèter 18G sobre agulla 20G, 1 agulla introductora 18G x 70 (+/-5)mm, 1 dilatador de teixits, 2 clamps, 2 taps, 1 xeringa 5cc amb transductor a pressió . Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30001880
Descripció tècnica: Catèter intravascular central tunelitzat 1 llum, silicona, radiopac, Ø6,6 Fx90 (+/-2)cm, llum 21G, clamp i manegot Dracon, eq introducció: agulla introductora 7F, dilatador, guia flexible "J" 0,032"x 50cm+/-2cm, tunelitzada, bisturi. Estèril, s/làtex, 1 ús		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30001969
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, de 2 llums, de poliuretà (PUR), r adioopac, Ø8,5F, llums D14G/P14G, 20 (+/2)cm de llargària, amb marques de profunditat i aletes de fixació, compost per: 1 agulla introductora a 18G , 1 guia punta en J" de 0,032" (0,89mm) x 60 (+/-2)cm de llargària, 1 dilatador, 2 clamps, 1 xeringa. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30002817
Descripció tècnica: Làmina adhesiva de poliuretà transparent, impermeable, transpirable, hipoal·lèrgic i elàstic, amb marc d'aplicació, mida total 10cm x 12cm +/-2cm, sense làtex. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30003146
Descripció tècnica: Làmina adhesiva de poliuretà transparent, impermeable, transpirable, hipoal·lèrgic i elàstic, amb marc d'aplicació, amb fenadura, mida total 6 cm x 7cm +/-1cm, sense làtex. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30003399
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central de 2 llums, de poliuretà (PUR), r adioopac, Ø5F, llum D18G/P20G, llargària 13 (+/-2)cm amb aletes de fixació i marques de profunditat, compost per: 1 agulla introductora, 1 guia de nitinol punta en J" de 0,018" (0,46mm) x 50 (+/2)cm de llargària, 1 dilatador, 2 clamps, 1 xeringa, 1 bisturi, 1 cable connexió ECG intra-auricular, 1 apòsit Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús."		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 3 / 25
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30003400
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, de 2 llums, poliuretà (PUR), radi oopac, Ø4F,D22G/P22G x 30 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: - 1 guia de nitinol - 1 agulla - 1 dilatador de 10 (+/-1)cm - 2 clamps - 2 taps - 1 xeringa - 1 bisturi Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30003401
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, Pediatric de 3 llums, de poliuret à (PUR), radioopac, Ø5.5F, llums D22G/M20G/P22G, llargària de 13 (+/-1)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 guia en J" d e 0,018"(0,46mm) x 45 (+/-2)cm de llargària,2 dilatadors,1 agulla introductora 21G,1 catèter curt 22G i agulla 25G,3 taps,3 clamps,1 xeringa Est èril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 30003402
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central pediàtric de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø4,2F, llums D22G/P22G, llargària de 8 (+/-1)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 guia en J" de 0,018 "(0,46mm) x 45 (+/-2)cm de llargària,2 dilatadors,1 agulla introductora 21G,1 catèter curt 22G i agulla 25G,2 taps,2 clamps,1 xeringa Estèril, l liure de làtex i ftalats, d'un sol ús.""		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 30003993
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, de 4 llums, de poliuretà (PUR), r adioopac, Ø8.5F, llums D14G/M16G/M18G/P18G, llargària de 20 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 guia en J" de 0,0 32"(0,81mm) x 60 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,4 taps,4 clamps,1 xeringa,1 bisturi,1 cable ECG Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 30003998
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, de 3 llums, de poliuretà (PUR), r adioopac, Ø7F, 3llums D18G/M16G/P16G, llargària de 60 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 guia en J" de 0,035"(0, 89mm) x 100 (+/-5)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G, 1 catèter curt de 18G amb agulla 20G,3 taps,3 clamps,1 xeringa,1 bisturi ,1 transductor de pressió,1 clau 3 passos Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 30004282
Descripció tècnica: Equip de galactografia per a mitjà de contrast dels conductes mamaris compost per cànula d'injecció recta 30G, 2 dilatadors amb codificació de colors segons Ø, ambdós extrems distals roms, xeringa, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 30004958
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central de 4 llums, de poliuretà (PUR), ra dioopac, Ø8F, llum D16G/M18/M18/P14G, llargària 20 (+/-2)cm amb aletes d e fixació i marques de profunditat, compost per:1 cànula introductora 18 G amb vàlvula,1 guia nitinol J" 0,035"(0,89mm), 50 (+/2)cm de llargària, 1 dilatador,4 clamps,1 xeringa,1 bisturi,1 cable connexió ECG intra-auri cular Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús."		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PAGINA: 4 / 25
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 30004974
Descripció tècnica: Catèter intravascular central pediàtric 3llums,PUR,antimicrobià, radiopa c,Ø5,5F,1llums D22/M22/P20G, 12+/-2cm llarg,aletes,marques penetració,gui a 0.018"x45 cm "j",2dilatador,agulla introductora 21G,catèter 22G sobre agulla 25G,xeringa,fixació adicional,recubriment antiséptic.Estèril,sin làtex,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 30004975
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central de 3 llums, de poliuretà (PUR), ra dioopac , Ø5F, llums de D20G/M22/P22G, de 8 (+/-2)cm de llargària, amb c lamp i marques de penetració, compost per:1 guia,1 dilatador,1 agulla in troductora,1 xeringa,1 portaagulles,3 taps,3 clamps,1 pany quirúrgic Est eril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 30004991
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central tunelitzat percutani de llarga permanència,de 2 llums, de silicona,radiopac, Ø9F,1llums 16G/21G,llargària 90 (+/-3)cm,connexió luer-lock,compost per: 1 introductor,tunelitzadors,1 maneguet fixador ,2 clamps,conexió luer-lock,aletes fixació.Estèril,lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 30005166
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, de 4 llums, de poliuretà (PUR), r adioopac, Ø8F, D14G/M18/M18/P16G x 30 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 guia nitinol en J" de 0,23"(0,89mm) x 7 0 (+/-5)cm de llargària,1 cànula punció vàlvula 18G x 75 (+/-5)mm,1 dila tador,4 clamps,4 taps,1 xeringa,1 bisturi,1 cable ECG Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 30005995
Descripció tècnica: Equip de galactografia compost per: cànula corba diàmetre 0,4mm, tub connexió 20 (+/-2), 2 dilatadors, connexió luer-lock transparent. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 30006545
Descripció tècnica: Làmina adhesiva de poliuretà transparent, impermeable, transpirable, hipoal·lèrgenic i elàstic, amb marc d'aplicació, mida total 10cm x 25cm +/-2cm, sense làtex. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 30006638
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, de 2 llums, de poliuretà (PUR), r adioopac, Ø8F, llums D14G/P14G, llargària de 11 (+/-1)cm, marques de pen etració i aletes de fixació, compost per:1 guia en J" de 0,025"(0,64mm) x 45 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 20G,1 catèt er curt de 20G amb agulla 22G,2 taps, 2 clamps,1 xeringa Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús."		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 5 / 25
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 30006646
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central tunelitzat percutani de llarga per manència, de 1 llums, de silicona, radioopac, Ø4,2F, llargària 75 (+/-2) cm, compost per:1 introductor/dilatador pelable,1 guia en J" ,1 agulla, 1 tunelitzador,1 maneguet,aletes fixació,clamp. Estèril, lliure de làtex , d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 30006694
Descripció tècnica: Equip de reparació per a catèter intravascular d'accés central tunelitzat percutani llarga permanència d'1 llum de 4,2F, de silicona radioopaca i connexió luer-lock, compost per:1 tub de silicona adhesiva,1 clamp,1 x eringa,1 agulla 18G Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 30006944
Descripció tècnica: Apòsit/dispositiu fixació de catèter amb dispositiu de retenció integrat en el cos adhesiu, per a fixació de catèters de hemodiàlisi paral·lels. Lliure de làtex. Estèril		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 30007477
Descripció tècnica: Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø3F, llargària 60 (+/2)cm amb marques de penetració, compost per:1 guia d'acer inoxidable de 50(+/-2)cm de llargària,1 peça T" proximal (adaptador), per a injecció de solucions,1 catèter curt introductor pelable,1 bioconnector,1 cinta mètrica,1 dispositiu fixació,2 etiquetes de traçabilitat. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30007987
Descripció tècnica: Làmina adhesiva de poliuretà transparent, impermeable, transpirable, hipoalergènic i elàstic, amb marc d'aplicació, mida total 4,4cm x 4,4cm +/- 0,5cm, sense làtex. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 30008147
Descripció tècnica: Catèter intravascular accés central de 2 llums, de poliuretà (PUR), radi oopac de Ø8F x16 (+/-2)cm amb llums D14G/P14G i marques de profunditat a mb aletes de fixació, compost per:1 prolongador de 10 (+/-1)cm amb clamp ,1 agulla de punció de 18G x 70 (+/-2)mm,1 guia en J" 0,032" (0,9mm) x 5 3cm (+/-2)cm de llargària,2 clamps,2 taps,1 xeringa.Estèril, lliure de l àtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30008148
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, de 3 llums, de poliuretà (PUR), r adioopac, Ø7F, D18G/M14/P18G, llargària de 16 (+/-2)cm, marques de penet ració i aletes de fixació, compost per:1 guia nitinol en J" ,1 dilatador 10 (+/-1)cm,1 agulla tribisellada,3 clamps,3 taps,1 xeringa,1 bisturi.E stèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 6 / 25
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30008226
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central tunelitzat percutani llarga permanència, de silicona, radioopaca, d'1 llum Ø9,6F, llum 14G, llargària 90 (+/-2)cm, connexió luer-lock, compost per:1 introductor 10F,1 maneguet fi xador,1 agulla,1 clamp,tunelitzadors. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 30008228
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central tunelitzat percutani de llarga per manència, d'1 llum, de silicona, radioopac, Ø9,6F, llums 14G, llargària 90 (+/-2)cm, connexió luer-lock, compost per:1 introductor/dilatador de 10F pelable,1 guia en J" de 0,038"(0,97mm) x 50 (+/-2)cm de llargària,1 tunelitzador,1 maneguet fixador,1 xeringa,1 clamp. Estèril, lliure de là tex, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 30008279
Descripció tècnica: Apòsit per a fixació de catèter, PU transparent, impermeable, transpirable, amb marc d'aplicació, fenadura i reforçat amb teixit sense teixir, mida total 9cm x 12cm +/-1cm. Lliure de làtex. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 30008280
Descripció tècnica: Làmina adhesiva de poliuretà transparent, impermeable, transpirable, hipoalergènic i elàstic, amb marc d'aplicació, mida total 15cm x 20cm +/-2cm, sense làtex. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 30010047
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, pediàtric de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø4F, llums D22G/P22G, llargària de 13 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 guia en J" de 0,018 "(0,46mm) x 45 (+/-2)cm de llargària,2 dilatadors,1 agulla introductora 21G,1 agulla introductora 25G,1 catèter curt de 22G amb agulla 25G,2 taps, 2 clamps,1 xeringa. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 30010050
Descripció tècnica: Catèter pediàtric intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, de poliuretà (PUR), radioopac, transparent, Ø1F/28G, llargària 20 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes per a prematurs menors d'1 Kg, compost per:1 prolongador de 8 (+/-)cm amb clamp,1 agulla introductora pelable de 24G,1 cintra mètrica. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 30012751
Descripció tècnica: Apòsit/dispositiu fixació de catèter amb dispositiu de retenció integrat en el cos adhesiu, per a fixació amb fils de catèters venosos centrals. Lliure de làtex. Estèril		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 7 / 25
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 30015243
Descripció tècnica: Apòsit/dispositiu fixació de catèter amb dispositiu de retenció integrat en el cos adhesiu, per a fixació de catèters de 5F a 16F. Lliure de làtex. Estèril		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 30016450
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central d'1 llum, de polietilè (PE), radio opac, Ø4F, llargària 15 (+/-2)cm amb aletes de fixació, compost per: agulla 19G,1 introductor amb guia "J"0,64mmx40(+/-2)cm llarg.Estèril, lliur e de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 30017658
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central amb vàlvula hemostàsica, de poliur età (PUR), radioopac, 2 llums Ø9 x 10 (+/-1)cm de llargària, compost per :1 guia en "J" i recta de 0,035"(0,89mm) x 45 (+/-2)cm de llargària,1 dil atador,1 agulla introductora 18G,1 transductor de pressió,1 xeringa,1 ob turador,1 clau 4 passos,Gases. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 30017864
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central de 2 llums, de poliuretà (PUR), ra dioopac, Ø7F, llum D16G/Pl6G, llargària 30 (+/-2)cm amb aletes de fixaci ó i marques de profunditat, compost per:1 cànula introductora 18G x 73 (+/-2)mm amb vàlvula,1 guia nitinol J" 0,035"(0,89mm), 70 (+/-2)cm de lla rgària,1 dilatador,2 clamps,1 xeringa,1 bisturí,1 cable connexió ECG int ra-auricular. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 30018261
Descripció tècnica: Apòsit/dispositiu fixació de catèter, d'escuma, amb dispositiu de retenció integrat en el cos adhesiu, per a fixació de catèters PICC. Lliure de làtex. Estèril		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 30026548
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central pediàtric de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø4F, llums de D22G/P22G, de 5 (+/-0,1)cm de llargària , amb clamp i marques de penetració, compost per:1 guia,2dilatador,1 agu lla introductora21G,catèter 22G,1 xeringa,1 portaagulles,2 taps,2 clamps .Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 30028643
Descripció tècnica: Apòsit/dispositiu fixació de catèter, d'escuma, amb dispositiu de retenció integrat en el cos adhesiu, per a fixació de catèters epidurals de 18F. Lliure de làtex. Estèril		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 8 / 25
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 30028955
Descripció tècnica: Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, de silicona, radioopac, Neonat/prematur, Ø2F, llargària 15 (+/-2)cm amb marques de penetració per a neonatologia i pediatria, compost per: 1 agulla i introductor amb aletes 19G i 27 (+/-2)mm de llargària, 1 prolongador amb connector de 11 (+/-2)cm de llargària, 1 cinta mètrica. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 30029439
Descripció tècnica: Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llargària 60 (+/2)cm amb marques de penetració, compost per: 1 peça T" proximal (adaptador), per a injecció de solucions, 1 introductor amb guia 50 (+/-2)cm de llarg per a fluoroscòpia, 1 bioconnector, 1 cinta mètrica, 1 dispositiu fixació, 1 clamp, 1 xeringa, 1 bisturi, 2 etiquetes de traçabilitat. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 30029460
Descripció tècnica: Apòsit adhesiu fixació de catèter de teixit sense teixir (TNT), fixació amb tira adhesiva, per a fixació de catèter. Hipoal·lèrgic. Lliure de làtex. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 30030632
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5,5F, llums de D22G/M22/P20G, de 5 (+/-2)cm de llargària, amb clamp i marques de penetració, compost per: 1 guia, 1 dilatador, 1 agulla i introductora, 1 xeringa, 1 portaagulles, 3 taps, 3 clamps. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 30030633
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø7F, llums de D16G/M18/P18G, de 16 (+/-2)cm de llargària, amb clamp i marques de penetració, compost per: 1 guia d'acer inoxidable de 0,035 (0,89mm), 1 dilatador, 1 agulla introductora, 1 xeringa, 1 portaagulles, 3 clamps, 3 taps, 1 pany quirúrgic Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 30030986
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central pediàtric de 2 llums, de poliuretà (PUR), antimicrobià, radioopac, Ø4F, llums de D22G/P22G, de 8 (+/-1)cm de llargària, amb clamp i marques de penetració, compost per: 1 guia, 1 dilatador, 1 agulla introductora 21/25G, catèter 22G, 1 xeringa, 2 taps, 2 clamps. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 30030990
Descripció tècnica: Catèter intravascular central 3 llums, (PUR), antimicrobià, radioopac, Ø7F x 20 (+/-2)cm, llums 16G/18G/18G, aletes, marques penetració, guia a.inox 0,032", dilatador, agulla introductor, xeringa, portaagulles, 3 taps, 3 clamps, pany quirúrgic. Est. s/làtex, ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 9 / 25
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 570	MATERIAL: 30031062
Descripció tècnica: Equip guia-agulla de 21G amb gel conductor estèril, bandes elàstiques i funda per a la sonda de l'ecògraf, per a implantació de catèters centrals d'inserció perifèrica (PICC) i central compatible amb sistema monitor Site-Rite 5 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 580	MATERIAL: 30031595
Descripció tècnica: Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø3F, llargària 45 (+/5)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 catèter curt de bioseguretat activa (BSA), 1 guia nitinol de 0,018(0.46mm), 1 agulla introductora 21G de bioseguretat activa (BSA), 1 microintrodutor 7 (+/-0,5)cm, 1 dispositiu fixació de catèter, 1 clamp, 1 tap, 1 xeringa, 1 bisturi de bioseguretat activa (BSA), 1 cinta mètrica Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 590	MATERIAL: 30031782
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central pediàtric de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, de 2 llums de 3F, llargària de 15 (+/-2)cm D22G/P22 amb b marques de profunditat i aletes de fixació, compost per: 2 dilatadors de 30 i 50 (+/-2)mm, 1 agulla de punció de 21G x 40 (+/-2)mm, 1 catèter curt de 24 x 19 (+/-1)mm, 1 guia de nitinol 0,30mm x 50 (+/-2)cm de llargària a, 2 clamps, 2 taps, 1 xeringa, 1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 600	MATERIAL: 30032279
Descripció tècnica: Apòsit per a fixació de catèter amb clorhexidina, PU transparent, semipe rmeable, revestiment adhesiu en malla acrílica amb marc d'aplicació i ref orç de teixit sense teixir al perímetre, fenadura, mida total 9cm x 12cm +/-1cm. Lliure de làtex. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 610	MATERIAL: 30032520
Descripció tècnica: Catèter introductor amb vàlvula hemostàtica, de poliuretà (PUR), de Ø8.5 F x 10 (+/-1)cm de llargària i màniga de 80 (+/-5)cm de llargària, compost per: 1 dilatador radioopac de 6F, 1 guia en J" i recta de 0,035"(0,89mm) x 45 (+/-2)cm de llargària, 1 obturador de 8F, Gases. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 620	MATERIAL: 30032693
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central de 2 llums, de poliuretà (PUR), ra dioopac, Ø7F, llums 16G/16G, llargària 20 (+/-2)cm amb aletes de fixació i marques de profunditat, compost per: 1 agulla introductora amb sistema activació actiu(BSA), 18G x 70 (+/-2)mm de llargària, 1 guia nitinol amb punta en J" de 0,035"(0,89mm) x 50 (+/-2)cm de llargària, 1 dilatador, 2 clamps, 1 xeringa, 1 bisturi, 1 cable connexió ECG intra-auricular Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 630	MATERIAL: 30032694
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central de 3 llums, de poliuretà (PUR), ra dioopac, Ø7F, llum D16G/M18/P18G, llargària 20 (+/-2)cm amb aletes de fixació i marques de profunditat compost per: 1 agulla introductora amb sis tema activació actiu(BSA) de 18G x 70 (+/-2)mm, 1 guia de nitinol punta en n J" de 0,035"(0,89mm) x 50 (+/2)cm de llargària, 1 dilatador, 3 clamps, 1 xeringa, 1 bisturi, 1 cable connexió ECG intra-auricular. Estèril, lliure		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 10 / 25
--	---------------------------------------	---

de làtex, d'un sol ús."

SOL.COMANDA: 1101448777 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30032695

Descripció tècnica:

Catèter intravascular d'accés central de 3 llums, de poliuretà (PUR), ra dioopac, Ø7F, llum D16G/M18/P14G, llargària 30 (+/-2)cm amb aletes de fi xació i marques de profunditat.Compost per:1 agulla introductora amb sis tema activació actiu (BSA) de 18G x 70 (+/-2)mm de llargària,1 guia de n itinol punta en J" de 0,035""(0,89mm) x 70 (+/2)cm de llargària,1 dilata dor,3 clamps,1 xeringa,1 bisturi,1 cable connexió ECG intra-auricular. E stèril, lliure de làtex, d'un sol ús."

SOL.COMANDA: 1101448777 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30032900

Descripció tècnica:

Catèter intravascular d'accés central perifèric (PICC), de 2 llums, de p oliuretà (PUR), radioopac, Ø7F, llargària de 60 (+/-2)cm, marques de pen etració, aletes de fixació, resistència a la pressió fins 20 (+/-1)bars, compost per:1 agulla introductora,1 introductor i dilatador pelable,1 g uia de 0.018", 2 clamps,1 dispositiu fixació catèter,1 xeringa,1 cinta m ètrica,1 bisturi. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448777 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30033909

Descripció tècnica:

Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, d e poliuretà (PUR), radioopac, Ø2F, llargària 30 (+/2)cm amb marques de p enetració i aletes de fixació per a neonatologia i pediatria, compost pe r:1 agulla introductora 20G x 21 (+/-2)mm de llargària,2 clamp,1 cinta m ètrica,1 apòsit de fixació. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448777 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30034398

Descripció tècnica:

Apòsit per a fixació de catèter amb clorhexidina, PU transparent, semipe rmeable,revestiment adhesiu en malla acrílica amb marc d'aplicació i ref orç de teixit sense teixir al perímetre,fenadura, mida total 7cm x 8,5c m +/-1cm. Lliure de làtex. Estèril.

SOL.COMANDA: 1101448777 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30034722

Descripció tècnica:

Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, de poliuretà (PUR),radioopac,Ø4F, llar marques de penetració i aletes de fi xació,compost per: 1 catèter curt 20G de bioseguretat activa (BSA) ,1 gu ia de nitinol recte de 0,018(0.46mm) x 55 (+/-2)cm amb sistema de posi ci onament de la punta ,1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA), 1 agu lla introductora de 21G ,1 microintroductor 7 (+/-0,5)cm ,1 dilatador,1 apòsit adhesiu,1 apòsit fixació de catèter,1 clamp, 1 tap,1 xeringa,1 bi sturi de bioseguretat activa (BSA),1 talla absorbent i 1 talla fenestrad a ,1 parell de guants,1 gorra quirúrgica,1 mascareta ,1 bata,Gasses, 1 t orniquet,1 cinta mètrica,1 tovallola,1 gel conductor,Derivacions ECG,1 b eina,1 suport de control remot i del sensor Estèril, lliure de làtex, d' un sol ús.Compatible amb sistema de localització d'ona P per a confirmac ió de col·locació correcta de la punta del catèter tipus Sherlock 3CG o equivalent."

SOL.COMANDA: 1101448777 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30034723

Descripció tècnica:

Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, d e poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llums D18G/P18G, llargària 50 (+/-2) cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 catèter curt 20G de bioseguretat activa (BSA),1 guia de nitinol recte de 0,018(0 .46mm) x 55 (+/-2)cm amb sistema de posicionament de la punta,1 agulla d e 25G de bioseguretat activa (BSA),1 agulla introductora de 21G ,1 micro introductor 7 (+/-0,5)cm ,1 dilatador ,1 apòsit adhesiu ,1 apòsit fixaci ó de catèter,1 clamp,1 tap,1 xeringa,1 bisturi de bioseguretat activa (B



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 34 de 80

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 11 / 25
--	---------------------------------------	---

SA),1 talla absorbent i 1 talla fenestrada ,1 parell de guants,1 gorra q uirúrgica,1 mascareta,1 bata, Gasses,1 torniquet,1 cinta mètrica,1 toval
lola,1 gel conductor, Derivacions ECG,1 beina,1 suport de control remot i del sensor Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb siste
ma de localització d'ona P per a confirmació de col·locació correcta de la punta del catèter tipus Sherlock 3CG o equivalent."

SOL.COMANDA: 1101448777 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30034724

Descripció tècnica:

Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 3 llums, d e poliuretà (PUR), radioopac, Ø6F, llums D17G/M19/P17G, llargària de 50
(+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 ca teter curt 20G de bioseguretat activa (BSA),1 guia de nitinol recte de 0
,018(0.46mm) x 55 (+/-2)cm amb sistema de posicionament de la punta,1 ag ulla de 25G de bioseguretat activa (BSA),1 agulla introductora de 21G,1
microintroductor 7 (+/-0,5)cm,1 dilatador,1 apòsit adhesiu,1 apòsit fixa ció de catèter,1 clamp,1 tap,1 xeringa,1 bisturi de bioseguretat activa
(BSA),1 talla absorbent i 1 talla fenestrada,1 parell de guants,1 gorra quirúrgica,1 mascareta,1 bata,Gasses,1 torniquet,1 cinta mètrica,1 toval
lola,1 gel conductor,Derivacions ECG,1 beina,1 suport de control remot i del sensor Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sistem
a de localització d'ona P per a confirmació de col·locació correcta de l a punta del catèter tipus Sherlock 3CG o equivalent."

SOL.COMANDA: 1101448777 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30035648

Descripció tècnica:

Adaptador/extensió de cable ECG salí d'exploració endovascular en catete risme venós central amb senyal intraauricular p/confirmació posició punt
a catèter. Estèril,lliure làtex.DEHP,lús. Vigocoard 2 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101448777 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30037991

Descripció tècnica:

Introductor per accés vascular per a tècnica micro-seldinger, de 4F, com post per:1 agulla punció amb punta ecogènica de 21G x 7 (+/1)cm,1 guia d
e nitinol J" i 1 passa guia,1 dilatador pelable de 7 (+/-1)cm,1 bisturi de seguretat,1 xeringa. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448777 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30038742

Descripció tècnica:

Apòsit/dispositiu fixació de catèter, d'escuma, amb dispositiu de retenc ió integrat en el cos adhesiu, per a fixació de catèters PICC pediàtrics
de diferents mides. Lliure de làtex. Estèril

SOL.COMANDA: 1101448777 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30040113

Descripció tècnica:

Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø3F, llargària 60 (+/-2)cm amb marques de pe
netració compost per:1 peça T" proximal (adaptador), per a injecció de s olucions,1 introductor amb guia de 50 (+/-2)cm de llargària,1 bioconnect
or,1 cinta mètrica,1 dispositiu fixació,1 clamp,1 xeringa,1 bisturi,2 et iquetes de traçabilitat. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús
."

SOL.COMANDA: 1101448777 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30040133

Descripció tècnica:

Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, d e poliuretà (PUR), radioopac, Ø4,5F, llargària 60 (+/-2)cm amb marques d
e penetració compost per:1 guia d'acer inoxidable de 50(+/-2)cm de llarg ària,1 peça T" proximal (adaptador), per a injecció de solucions,1 catè
er curt introductor pelable,1 bioconnector,1 cinta mètrica,1 dispositiu fixació,1 clamp,1 xeringa,1 bisturi,2 etiquetes de traçabilitat. Estèril
, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 35 de 80

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 12 / 25
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 760	MATERIAL: 30040434
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central pediàtric, 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, 3F x 20 (+/-2)cm D22G/P22 amb marques de profunditat i aletes de fixació, compost per: 2 dilatadors de 30 i 50 (+/-2)mm - 1 agulla de punció de 22G x 40 (+/-2)mm, 1 catèter curt de 24 x 40 (+/-2)mm, 1 guia de nitinol 0,30mm x 50 (+/-2)cm de llargària, 2 clamps, 2 taps, 1 xeringa, 1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalals, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 770	MATERIAL: 30040679
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central perifèric (PICC), de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø6F, llargària de 60 (+/-2)cm, marques de penetració, aletes de fixació, resistència a la pressió fins 20 (+/-1)bars, compost per: 1 agulla de punció de 21G, 1 introductor i dilatador pelable de 10 (+/-1)cm, 1 guia nitinol 0.018" per 130 (+/-5)cm de llargària, 2 clamps, 1 connexió luer seguretat, 1 xeringa. 1 dispositiu fixació catèter, 1 bisturi. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 780	MATERIAL: 30041519
Descripció tècnica: Apòsit/Dispositiu de retenció integrat al cos per fixació de catèter adh esiu silicona, transpirable, amb finestra transp semipermeable, amb tires reforç de teixit sense teixir, fenedura, mida total apòsid 8,5x11,5 (+/-1)cm . Lliure de làtex. Estèril		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 790	MATERIAL: 30042652
Descripció tècnica: Dispositiu fixador catèters 5F, fixació punt inserció amb potes ancoratg e a teixit subcutani, de nitinol, cos de poliuretà (PP), canal de col·locació catèter d'elastòmer. Longitud de 3 (+/-1)cm, amplada de 2,6 (+/-0,5)cm. Compatible amb ressonància magnètica nuclear (RMN). Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 800	MATERIAL: 30042653
Descripció tècnica: Dispositiu fixador catèters 6F, fixació punt inserció amb potes ancoratg e teixit subcutani, de nitinol, cos (PP), canal col·locació catèter d'elastòmer. Longitud 3 (+/-1)cm, amplada 2,6 (+/-0,5)cm. Compatible RMN. Estèril, s/làtex, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 810	MATERIAL: 30042654
Descripció tècnica: Dispositiu fixador catèters 8F, fixació punt inserció amb potes ancoratg e a teixit subcutani, de nitinol, cos de poliuretà (PP), canal de col·locació catèter d'elastòmer. Longitud de 3 (+/-1)cm, amplada de 2,6 (+/-0,5)cm. Compatible amb ressonància magnètica nuclear (RMN). Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 820	MATERIAL: 30042710
Descripció tècnica: Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llums 18G/20G, llargària 50 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació compost per: 1 guia metàl·lica recte de 0,018 (0.46mm) x 33 (+/-2)cm de llargària, 1 agulla introductora de 21G x 7 (+/-2)cm punta ecogènica, 1 introductor 5F x 7 (+/-2)cm pelable, 1 dilatador 5F, 2 clamps, 2 taps, 1 bisturi de bioseguretat activa (BS		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 13 / 25
--	---------------------------------------	---

A),1 sistema fixació adhesiu,1 clavagulles de seguretat,1 cinta mètrica Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús."

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 830	MATERIAL: 30042729
Descripció tècnica: Apòsit per a fixació de catèter,semipermeable,elàstic,amb marc d'aplicac ió i tires adhesives,reforç de teixit sense teixir a tot l'apòsit menys zona inserció de PU transparent, mida total 7x8cm (+/-1) cm. Lliure de l àtex. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 840	MATERIAL: 30043403
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central perifèric (PICC), d'1 llum,Pediàtr ic de poliuretà (PUR), radioopac, Ø1,9F, llargària de 20 (+/-2)cm, marqu es de penetració i aletes de fixació compost per:1 agulla de biosegureta t activa (BSA) per a micropunció 24G,1 introductor amb beina pelable,1 g uia,1 clamp i tap,Gases,1 cinta mètrica,1 apòsit de fixació,1 torniquet. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 850	MATERIAL: 30043404
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central perifèric (PICC), de 2 llums,Pedià tric de poliuretà (PUR), radioopac, Ø2,6F, llargària de 20 (+/-2)cm, mar ques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 agulla de biosegur etat activa (BSA) per a micropunció 24G,1 introductor amb beina pelable, 1 guia,1 clamp i tap,gases,1 cinta mètrica,1 apòsit de fixació,1 torniqu et. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 860	MATERIAL: 30047625
Descripció tècnica: Equip Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 3 l lum, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llargària 50 (+/5)cm amb marque s de penetració i aletes de fixació, compost per:1 catèter curt 20G de b ioseguretat activa (BSA),1 guia de nitinol recte de 0,018(0.46mm) x 55 (+/-2)cm amb sistema de posicionament de la punta,1 agulla de 25G de bios eguretat activa (BSA),1 agulla introductora de 21G,1 microintroductor 7 (+/-0,5)cm,1 dilataador,1 apòsit adhesiu,1 apòsit fixació de catèter,1 cl amp,1 tap,1 xeringa,1 bisturi de bioseguretat activa (BSA),1 talla absor bent i 1 talla fenestrada,1 parell de guants,1 barret quirúrgic,1 mascar eta,1 bata,Gasses,1 torniquet,1 cinta mètrica,1 tovallola,1 gel conducto r,Derivacions ECG,1 beina,1 suport de control remot i del sensor Estèril , lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sistema de localització d 'ona P per a confirmació de col·locació correcta de la punta del catèter tipus Sherlock 3CG o equivalent."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 870	MATERIAL: 30047626
Descripció tècnica: Equip Catèter central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, de poliur età (PUR),radioopac,Ø3F, llargària 50 (+/5)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 catèter curt 20G de bioseguretat acti va (BSA),1 guia de nitinol recte de 0,018(0.46mm) x 55(+/-2)cm amb siste ma de posicionament de la punta,1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA),1 agulla introductora de 21G,1 microintroductor 7 (+/-0,5)cm,1 dila tador,1 apòsit adhesiu,1 apòsit fixació de catèter,1 clamp,1 tap,1 xerin ga,1 bisturi de bioseguretat activa (BSA),1 talla absorbent i 1 talla fe nestrada,1 parell de guants,1 barret quirúrgic,1 mascareta,1 bata,Gasses ,1 torniquet,1 cinta mètrica,1 tovallola,1 gel conductor,Derivacions ECG ,1 beina,1 suport de control remot i del sensor. Estèril, lliure de làte x, d'un sol ús. Compatible amb sistema de localització d'ona P per a con firmació de col·locació correcta de la punta del catèter tipus Sherlock 3CG o equivalent."		



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 37 de 80

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 14 / 25
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 880	MATERIAL: 30047627
Descripció tècnica: Catèter central d'inserció perifèrica (PICC) d'2 llums, de poliuretà (PU R), radioopac, Ø4F, llargària 50 (+/5)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 catèter curt 20G de bioseguretat activa (BSA),1 guia de nitinol recte de 0,018"(0.46mm) x 55 (+/-2)cm amb sistema de posicionament de la punta,1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA),1 agulla introductora de 21G,1 microintroduïdor 7 (+/-0,5)cm,1 dilatador,1 apòsit adhesiu,1 apòsit fixació de catèter,1 clamp,1 tap,1 xeringa, 1 bisturi de bioseguretat activa (BSA),1 talla absorbent i 1 talla fenestrada,1 parell de guants,1 barret quirúrgic,1 mascareta,1 bata, Gasses,1 torniquet,1 cinta mètrica,1 tovallola,1 gel conductor,Derivacions ECG,1 beina,1 suport de control remot i del sensor. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sistema de localització d'ona P per a confirmació de col·locació correcta de la punta del catèter tipus Sherlock 3C G o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 890	MATERIAL: 30048690
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, d'alta pressió 300(+/-10)psi, Ø6F, llargària de 60 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 agulla introductora,1 introductor pelable,2 tunelitzadors,1 guia,3 clamps,1 dispositiu fixació catèter,1 xeringa,1 cinta mètrica,1 bisturi.Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 900	MATERIAL: 30048916
Descripció tècnica: Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 1 llum, a lta pressió 300 (+/-10)psi, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llargària 55 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per :1 guia nitinol 0,46mm x 50(+/-2)cm de llargària,1 cànula pelable 9 (+/-2)cm,1 connector en T",bioconnector,1 tap,1 clamp,1 xeringa,1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 910	MATERIAL: 30048990
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central d'alta pressió 400 (+/-10)psi i tractament antimicrobià, de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø8.0F, llums D14G/P14G, llargària de 20 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 guia en J" de 0,032"(0,81mm) x 45 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,2 taps,2 clamps,1 xeringa,1 bisturi,1 clavaagulles,1 cable ECG. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 920	MATERIAL: 30051254
Descripció tècnica: Apòsit adhesiu fixació de catèter de teixit sense teixir (TNT), fixació amb tira adhesiva, per a fixació de catèter PICC adult universal. Mida total 9cm x 3,5cm +/-0,5cm. Hipoal·lèrgic. Lliure de làtex. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 930	MATERIAL: 30051297
Descripció tècnica: Apòsit /dispositiu fixació de catèter Pediàtric de teixit sense teixir (TNT), fixació amb tira adhesiva, per a fixació de catèter PICC. Mida total 4,2cm x 3,8cm +/-0,5cm. Hipoal·lèrgic. Lliure de làtex. Estèril.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 15 / 25
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 940	MATERIAL: 30051369
Descripció tècnica: Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, a lta pressió 300 (+/-10)psi, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llargària a 55 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per :1 guia nitinol 0,46mm x 50 (+/-2)cm de llargària,1 cànula pelable 9 (+/-2)cm,1 connector en T", bioconnector,2 tap,2 clamp,1 xeringa,1 bistur. E stèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 950	MATERIAL: 30051643
Descripció tècnica: Catèter intravascular pediàtric d'accés central, de 3 llums, de poliuret a (PUR), radioopac, de Ø4,5F, D20G/M23/P23G, llargària de 8 (+/-1)cm amb marques de profunditat i aleta de fixació, compost per:1 agulla de punc ió Ø21G, longitud 40 (+/-2)mm,1 catèter curt 22G, longitud 25 (+/-2)mm,1 G uia nitinol en J" de Ø 0,46mm x 40 (+/-2)cm.2 dilatadors 5F(Ø1,73mm), 38 (+/-2)mm i 62 (+/2)mm de llargària,3 taps de membrana,1 xeringa,1 bistu ri. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 960	MATERIAL: 30051664
Descripció tècnica: Catèter intravascular pediàtric d'accés central, de doble llum, de poliuretà (PUR), de 3F x 8 (+/-1)cm D22G/P22, radioopac, amb marques de profund itat i aletes de fixació, compost per:2 dilatadors de 30 i 50 (+/-2)mm,1 agulla de punció de 21G x 40 (+/-2)mm,1 catèter curt de 24G x 19 (+/-2)m m,1 guia de nitinol 0,30mm x 50 (+/-2)cm,2 clamps,2 taps,1 xeringa,1 bis turi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 970	MATERIAL: 30051952
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central tunelitzat percutani de llarga per manència,silicona,radiopac, 1 llums Ø2,7F, llargària 71 (+/-2)cm, 1 tap injecció. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 980	MATERIAL: 30052211
Descripció tècnica: Equip d'accessoris per a navegació amb tecnologia electromagnètica d'un catèter central d'inserció perifèrica (PICC) compost per: estilet amb connector en "T" ECG, guia 0,015"(0,38mm) x 74 (+/-5)cm, electrodos ECG. Compatible amb VPS Rhythm o equivalent. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 990	MATERIAL: 30052298
Descripció tècnica: Apòsit/Dispositiu fixació universal de catèter venós central (CVC), mida total 5.08cm x 8.89cm +/-0,5cm amb dispositiu de retenció integrat en el cos adhesiu i protecció amb film impermeable. Lliure de làtex. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1000	MATERIAL: 30052302
Descripció tècnica: Introductor per accés vascular per a tècnica micro-seldinger, de 2F, com post per: 1 agulla punció de 24G x 19 (+/2)mm, 1 guia de nit inol de 20 (+/-2)cm, 1 dilatador con canula pelable de 2F x 18 (+/-2)mm. Estèril, 1 liure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B		DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT		DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 16 / 25	
SOL.COMANDA: 1101448777 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 30052329					
Descripció tècnica:					
Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 3 llums, d e poliuretà (PUR), alta pressió 300(+/-10)psi, radioopac,surtida escalon ades, Ø6 F, llums 19G/19G/17G, llargària 40 (+/-2)cm amb marques de pene tració i aletes de fixació,compost per:1 guia nitinol recte 0,018"(0.46m m) x 45 (+/-2)cm de llargària, un extrem suau i altre rigid,1 agulla de bioseguretat activa (BSA) de 22G,1 agulla de bioseguretat activa (BSA) d e 25G,1 agulla introductora 21G x 7 (+/-2)cm amb punta ecogènica,1 micro introductor pelable 6F,1 dilatador 6F,1 agulla amb filtre 18G,1 camp qui rúrgic,1 camp quirúrgic fenestrat,1 bata,1 mascareta,1 gorra quirúrgica, 1 tovallola,1 apòsit transparent,3 xeringues Luer-Lock,3 Clamps.1 funda estèril per a sonda d'ecògraf,1 recipient fluids,1 connector sense agull a,1 sistema fixació: 2 peces + dispositiu sense sutura,1 bisturi amb màn ec de bioseguretat activa (BSA),1 guillotina catèter,1 contenidor object es tallants/punxants,1 clavaagulles,1 recipient fluids,1 etiqueta adhesi va (no estèril),1 targeta identificació pacient (no estèril),1 mascareta pacient (no estèril),1 cinta mètrica (no estèril).Estèril, lliure de là tex, lliure de ftalats, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101448777 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 30052330					
Descripció tècnica:					
Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 3 llums, d e poliuretà (PUR), alta pressió 300(+/-10)psi, radioopac, Ø6 F, llums 19 G/19G/17G, llargària 50 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de f ixació, compost per:,1 guia nitinol recte 0,018"(0.46mm) x 45 (+/-2)cm d e llargària, un extrem suau i altre rigid,1 agulla de bioseguretat activ a (BSA) de 22G,1 agulla de bioseguretat activa (BSA) de 25G,1 agulla int roductora 21G x 7 (+/-2)cm amb punta ecogènica,1 microintroductor pelabl e 6F,1 dilatador 6F,1 agulla amb filtre 18G,1 camp quirúrgic,1 camp quir úrgic fenestrat,1 bata,1 mascaretaml gorra quirúrgica,1 tovallola,1 apòs it transparent,3 xeringues Luer-Lock,3 Clamps,1 funda estèril per a sond a d'ecògraf,1 recipient fluids,1 connector sense agulla,1 sistema fixaci ó: 2 peces + dispositiu sense sutura,1 bisturi amb mànec de bioseguretat activa (BSA),1 guillotina catèter,1 contenidor objectes tallants/punxan ts,1 clavaagulles,1 recipient fluids,1 etiqueta adhesiva (no estèril),1 targeta identificació pacient (no estèril),1 mascareta pacient (no estèr il),1 cinta mètrica (no estèril).Estèril, lliure de làtex, lliure de fta lats, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101448777 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 30052331					
Descripció tècnica:					
Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, d e poliuretà (PUR), alta pressió 300(+/-10)psi, radioopac, Ø5 F, llums 18 G/18G, llargària 40 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixac ió, compost per:1 guia nitinol recte 0,018(0.46mm) x 45 (+/-2)cm de llar gària, un extrem suau i altre rigid,1 agulla de bioseguretat activa (BSA) de 22G,1 agulla de bioseguretat activa (BSA) de 25G,1 agulla introduct ora 21G x 7 (+/-2)cm amb punta ecogènica,1 microintroductor pelable 5F,1 dilatador 6F,1 agulla amb filtre 18G,1 camp quirúrgic,1 camp quirúrgic fenestrat,1 bata,1 mascareta,1 gorra quirúrgica,1 tovallola,1 apòsit tra nsparent,3 xeringues Luer-Lock,3 Clamps,1 funda estèril per a sonda d'ec ògraf,1 recipient fluids,1 connector sense agulla,1 sistema fixació: 2 p eces + dispositiu sense sutura,1 bisturi amb mànec de bioseguretat activ a (BSA),1 guillotina catèter,1 contenidor objectes tallants/punxants,1 c lavaagulles,1 recipient fluids,1 etiqueta adhesiva (no estèril),1 target a identificació pacient (no estèril),1 mascareta pacient (no estèril),1 cinta mètrica (no estèril).Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús."					
SOL.COMANDA: 1101448777 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 30052332					
Descripció tècnica:					
Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, d e poliuretà (PUR), alta pressió 300(+/-10)psi, radioopac, Ø5 F, llums 18 G/18G, llargària 50 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixac ió, compost per:1 guia nitinol recte 0,018(0.46mm) x 45 (+/-2)cm de llar gària, un extrem suau i altre rigid,1 agulla de bioseguretat activa (BSA) de 22G,1 agulla de bioseguretat activa (BSA) de 25G,1 agulla introduct ora 21G x 7 (+/-2)cm amb punta ecogènica,1 microintroductor pelable 5F,1 dilatador 6F,1 agulla amb filtre 18G,1 camp quirúrgic,1 camp quirúrgic fenestrat,1 bata,1 mascareta,1 gorra quirúrgica,1 tovallola,1 apòsit tra nsparent,3 xeringues Luer-Lock,3 Clamps,1 funda estèril per a sonda d'ec ògraf,1 recipient fluids,1 connector sense agulla,1 sistema fixació: 2 p eces + dispositiu sense sutura,1 bisturi amb mànec de bioseguretat activ a (BSA),1 guillotina catèter,1 contenidor objectes tallants/punxants,1 c lava agulles,1 recipient fluids,1 etiqueta adhesiva (no estèril),1 targe					

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 17 / 25
--	---------------------------------------	---

ta identificació pacient (no estèril),1 mascareta pacient (no estèril),1 cinta mètrica (no estèril).Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús."

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1050	MATERIAL: 30052727
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, de 5 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø12F, llums D16G/M18G/M18G/P12G, llargària de 20 (+/-2)cm, llum distal d'alta pressió 150(+/-10)psi, marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 guia en "J" ,1 dilatador,1 agulla introductora de seguretat,5 taps, 5 clamps.1 xeringa.1 bisturi de seguretat.1 cable ECG.Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1060	MATERIAL: 30053030
Descripció tècnica: Catèter intravascular pediàtric d'accés central, de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, de Ø4,5F, D20G/M23/P23G, llargària de 6(+/-1)cm amb b Marques de profunditat i aleta de fixació, compost per:1 agulla de punció Ø21G, longitud 40(+/-2)mm,1 catèter curt 22G, longitud 25(+/-2)mm,1 Guia nitinol en "J" de Ø 0,46mm x 40 (+/-2)cm,2 dilatadors 5F (Ø 1,73 mm), 38 (+/-2)mm i 62 (+/2)mm de llargària,3 taps de membrana,1 xeringa, 1 bisturi.Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1070	MATERIAL: 30053031
Descripció tècnica: Catèter intravascular pediàtric d'accés central, de doble llum, de poliuretà (PUR), de 3F x 6 (+/-1)cm D22G/P22, radioopac, amb Marques de profunditat i aletes de fixació, compost per:2 dilatadors de 30 i 50(+/-2)mm,1 agulla de punció de 21G x 40 (+/-2)mm,1 catèter curt de 24G x 19(+/-2)mm ,1 guia de nitinol 0,30mm x 50 (+/-2)cm,2 clamps,2 taps,1 xeringa,1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1080	MATERIAL: 30053032
Descripció tècnica: Catèter intravascular pediàtric d'accés central, de doble llum, de poliuretà (PUR), de 3F x 10 (+/-2)cm D22G/P22, radioopac, amb Marques de profunditat i aletes de fixació, compost per:2 dilatadors de 30 i 50(+/-2)mm,1 agulla de punció de 21G x 40 (+/-2)mm,1 catèter curt de 24G x 19 (+/-2)mm,1 guia de nitinol 0,30mm x 50 (+/-2)cm,2 clamps,2 taps,1 xeringa,1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1090	MATERIAL: 30053412
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central perifèric (PICC), d'1 llum, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llargària de 60 (+/-2)cm, Marques de penetració, aletes de fixació, resistència a la pressió fins 20 (+/-1)bars, compost per:1 agulla de punció de 21G,1 introductor i dilatador pelable de 10 (+/-1)cm,1 guia nitinol 0.018 per 130 (+/-5)cm de llargària,2 clamps,1 connexió luer seguretat,1 xeringa,1 dispositiu fixació catèter,1 bisturi. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1100	MATERIAL: 30053970
Descripció tècnica: Adhesiu fixació catèter, composició líquida de cianoacrilat de 2-octil i cianoacrilat de butil, amb colorant violeta, 0,15ml. Estèril, envàs individual, un sol ús.		



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 41 de 80

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 18 / 25
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1110	MATERIAL: 30054020
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, de 3 llums, de poliuretà (PUR), t ractament acetat clorhexidina i sulfadiazina de plata, radioopac, Ø7F, 1 lums 16G/18G/18G, llargària de 16 (+/-2)cm, marques de penetració i alet es de fixació, compost per:,1 guia recta i "J" de 0,032"(0,81mm) x 45(+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,3 clamps#3 tap s,1 xeringa tipus Raulerson.Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1120	MATERIAL: 30054021
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central, de 2 llums, de poliuretà (PUR), t ractament acetat clorhexidina i sulfadiazina de plata, radioopac, Ø7F, 1 lums 14G/18G, llargària de 16 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes d e fixació, compost per:,1 guia recta i "J" de 0,032"(0,81mm) x 60 (+/-2) cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,2 clamps,.2 taps,1 xeringa tipus Raulerson.Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús .		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1130	MATERIAL: 30054025
Descripció tècnica: Introductor per accés vascular per a tècnica micro-seldinger, de 5F, com post per:1 agulla punció amb punta ecogènica, de seguretat, de 21G x7 (+/1)cm,1 guia de nitinol "J" i 1 passa guia,1 dilatador pelable de 7 (+/- 1)cm,1 bisturi de seguretat,1 xeringa.Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1140	MATERIAL: 30054117
Descripció tècnica: Catèter intravascular accés central pediàtric, de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac de Ø4,5F x 8 (+/-1)cm amb llums D20G/P20G i marques dep rofunditat amb aletes de fixació. compost per:1 catèter curt de 22GX 25 (+/-5)mm de llargària,1 agulla de punció de 21G x 40 (+/-5)mm dellargàri a,1 guia nitinol ""J"" 0,018"" (0,46mm) x 40cm (+/-5)cm de llargària,2 d ilatadors,2 clamps, 2 taps,1 xeringa,1 bisturi.Estèril, lliure de làtex i ftalals, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1150	MATERIAL: 30054118
Descripció tècnica: Catèter intravascular accés central pediàtric, de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac de Ø4,5F x 6 (+/-1)cm amb llums D20G/P20G i marques dep rofunditat amb aletes de fixació. compost per:1 catèter curt de 22GX 25 (+/-5)mm de llargària,1 agulla de punció de 21G x 40 (+/-5)mm dellargàri a,1 guia nitinol ""J"" 0,018"" (0,46mm) x 40cm (+/-5)cm de llargària,2 d ilatadors,2 clamps, 2 taps,1 xeringa,1 bisturi.Estèril, lliure de làtex i ftalals, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1160	MATERIAL: 30054119
Descripció tècnica: Catèter intravascular accés central pediàtric, de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac de Ø5,5F x 12,5 (+/-1)cm amb llums D19G/M21G/P21G i mar ques de profunditat amb aletes de fixació. compost per:1 catèter curt de 22G X 25 (+/-5)mm de llargària,1 agulla de punció ecogènica de 21G x 40 (+/-5)mm de llargària,1 guia nitinol ""J"" 0,018"" (0,46mm) x 40cm(+/-5)cm de llargària,2 dilatadors,3 clamps, 3 taps,1 xeringa,1bisturi.Estèri l, lliure de làtex i ftalals, d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 19 / 25
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1170	MATERIAL: 30054120
Descripció tècnica: Catèter intravascular accés central pediàtric, de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac de Ø5,5F x 30 (+/-2)cm amb llums D19G/M21G/P21G i marqu es de profunditat amb aletes de fixació. compost per:1 catèter curt de 2 2G X 25 (+/-5)mm de llargària,1 agulla de punció ecogènica de 21G x 40 (+/-5)mm de llargària,1 guia nitinol "J" 0,018" (0,46mm) x 40cm (+/-5)cm d e llargària,2 dilatadors,3 clamps,3 taps,1 xeringa,1 bisturi. Estèril, 1 liure de làtex i ftalals, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1180	MATERIAL: 30054406
Descripció tècnica: Catèter intravascular accés central pediàtric, de 2 llums, de poliuretà(PUR), radioopac de Ø4,5F i 12 (+/-1)cm amb llums D20G/P20G i marques dep rofunditat amb aletes de fixació. compost per:1 catèter curt de 22Gx 25 (+/-5)mm de llargària,1 agulla de punció de 21G x 40 (+/-5)mm dellargàri a,1 guia nitinol "J" 0,018" (0,46mm) x 40cm (+/-5)cm de llargària,2 dila tadors,2 clamps, 2 taps,1 xeringa,1 bisturi.Estèril, lliure de làtex i f talals, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1190	MATERIAL: 30054407
Descripció tècnica: Catèter intravascular accés central pediàtric, de 3 llums, de poliuretà(PUR), radioopac de Ø4,5F x 12,5 (+/-2)cm amb llums D20G/M23G/P23G i marq ues de profunditat amb aletes de fixació. compost per:,1 catèter curtde 22G X 25 (+/-5)mm de llargària,1 agulla de punció ecogènica de 21Gx 40 (+/-5)mm de llargària,1 guia nitinol "J" 0,018" (0,46mm) x 40cm(+/-5)cm d e llargària,2 dilatadors,3 clamps, 3 taps,1 xeringa,1 bisturi.Estèril, 1 liure de làtex i ftalals, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1200	MATERIAL: 30054408
Descripció tècnica: Catèter intravascular accés central pediàtric, de 3 llums, de poliuretà(PUR), radioopac de Ø5,5F x 15 (+/-1)cm amb llums D19G/M21G/P21G i marque s de profunditat amb aletes de fixació. compost per:,1 catèter curt de 2 2G X 25 (+/-5)mm de llargària,1 agulla de punció ecogènica de 21G x40 (+/-5)mm de llargària,1 guia nitinol "J" 0,018" (0,46mm) x 40cm(+/-5)cm de llargària,2 dilatadors,3 clamps, 3 taps,1 xeringa,1 bisturi.Estèril, 1l iure de làtex i ftalals, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1210	MATERIAL: 30054409
Descripció tècnica: Catèter intravascular accés central, amb recobriment antimicrobià, de 3l lums, de poliuretà(PUR), radioopac de Ø7,5F x 16 (+/-1)cm amb llums D14G /M18G/P18G i marques de profunditat amb aletes de fixació. compost per:, 1 agulla de punció amb vàlvula BLS, de bioseguretat activa (BSA), de18G x 70 (+/-5)mm de llargària,Connexió transductor de pressió adaptable a l a vàlvula BLS,1 guia nitinol "J" 0,035" (0,88mm) x 60 (+/-5)cm de llargà ria,1 dilatador 8F x 100 (+/-10)mm,3 clamps, 3 taps,1 xeringa,1 cable EC G.Estèril, lliure de làtex i ftalals, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1220	MATERIAL: 30054410
Descripció tècnica: Catèter intravascular accés central, amb recobriment antimicrobià, de 3 llums, de poliuretà(PUR), radioopac de Ø7,5F x 30 (+/-1)cm amb llums D14 G/M18G/P18G i marques de profunditat amb aletes de fixació. compost per: 1 agulla de punció amb vàlvula BLS, de bioseguretat activa (BSA) de 18G x 70 (+/-5)mm de llargària,Connexió transductor de pressió adaptable a l a vàlvula BLS,1 guia nitinol "J" 0,035" (0,88mm) x 70 (+/-5)cm de llargàr ia,1 dilatador 8F x 100 (+/-10)mm,3 clamps,3 taps,1 xeringa,1 bisturi de bioseguretat,1 cable ECG. Estèril, lliure de làtex i ftalals, d'un sol ús."		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 20 / 25
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1230	MATERIAL: 30054411
Descripció tècnica: Catèter intravascular accés central pediàtric, de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac de Ø5,5F x 12,5 (+/-1)cm amb llums D17G/P17G i marques d e profunditat amb aletes de fixació. compost per:,1 catèter curt de 22G x 25 (+/-5)mm de llargària,1 agulla de punció de 21G x 40 (+/-5)mm de llargària,1 guia nitinol "J" 0,018" (0,46mm) x 40cm (+/-5)cm de llargària, 2 dilatadors,2 clamps, 2 taps,1 xeringa,1 bisturi.Estèril, lliure de làtex i ftalals, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1240	MATERIAL: 30057663
Descripció tècnica: Catèter intravascular accés central, amb recobriment antimicrobià, de 3l lums,de poliuretà(PUR),radioopac de Ø7F x 20 (+/-1)cm amb llums D16G/M18 G/P18G i marques de profunditat amb aletes de fixació. compost per:,1 agulla de punció amb vàlvula BLS, de bioseguretat activa (BSA), de18G x 70 (+/-5)mm de llargària,Connexió transductor de pressió adaptable a la vàlvula BLS,1 guia nitinol "J" 0,035" (0,88mm) x 60 (+/-5)cm de llargària,1 dilatador 8,5F x 100 (+/-10)mm,3 clamps, 3 taps,1 xeringa,1 cable ECG.E stèril, lliure de làtex i ftalals, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1250	MATERIAL: 30059831
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central tunelitzat percutani llarga permanència silicona radiopac,21llums,Ø12F, llarg 90cm+/-2cm, guia "J", tunelitzador, xeringa, introductor pelable, maneguet fixador, 2 clamps, connexió luer-lock, estèril, s/làtex, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1260	MATERIAL: 30059884
Descripció tècnica: Ep cat PICC llarg termini 3llums PUR rad Ø6Fx50cm+/-2cm 19G/19G/17G a/pr otector, fiador, clamps; guia 0,018"; ag ecog 21G; intr pelab sobre dilat 6F; apòsit fix cat+2dispo fix; bistur BSA+màneg; tallad cat, clava-ag; xer LL; ci nta mèt; compr torniq, n/làtex, estèril, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1270	MATERIAL: 30059890
Descripció tècnica: Apòsit adhesiu fixació de catèter de teixit sense teixir (TNT), fixació amb tira adhesiva, per a fixació de catèter CVC adult univers al. Mida total 9cm x 5,0cm +/-0,5cm. Hipoal·lèrgenic. Lliure de làtex. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1280	MATERIAL: 30059953
Descripció tècnica: Catèter introductor amb vàlvula hemostàtica, de poliuretà (PUR), de Ø6Fx 10 (+/-1)cm de llargària i màniga de 30,5 (+/-2)cm de llargària, compost per:1 dilatador radioopac de 6F,1 guia en "J" i recta de 0,035" (0,89mm) x 45 (+/-2)cm de llargària,1 obturador de 8F,Gases.Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1290	MATERIAL: 30059954
Descripció tècnica: Catèter introductor amb vàlvula hemostàtica, de poliuretà (PUR), de Ø8Fx 10 (+/-1)cm de llargària i màniga de 80 (+/-5)cm de llargària, compost per:1 dilatador radioopac de 6F,1 guia en "J" i recta de 0,035" (0,89mm) x 45 (+/-2)cm de llargària,1 obturador de 8F,Gases.Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 21 / 25
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1300	MATERIAL: 30061189
Descripció tècnica: Equip inserció PICC accés vascular tècnica seldinger 5F:agulla punció pu nta ecogènica 21G x 7cm, guia nitinol 0,018(0,46mm) x 45cm,1 i ntroducto r pelable 5Fr x 7cm,radioopac sobre dilatador 5Fr, 1 bisturi segur,clava agulles. Est,s/làtex/ftalats,d'un sol ús"		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1310	MATERIAL: 30061216
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central 1 llum,(PUR),radiopac,llarg dura, Ø4F,llarg 55(+/-5)cm,antimicrobià,amb ext 9(+/-1)cm,marques de penetrac ió, aletes fixació, 325psi,agulla introductora ecogènica,introductor/dil atador pelable,guia nitinol,clamp,connector,xeringa,cinta mètrica,bistur i.Estèril,sense làtex,un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1320	MATERIAL: 30061996
Descripció tècnica: Equip Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 1 ll um, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø4F, 55 (+/-2) cm amb marques de pene tració i aletes de fixació, pressió màxima 300 PSI, compost per:,1 catèr er curt 20G de bioseguretat activa (BSA),1 guia de nitinol recte de 0,01 8"(0.46mm) x 50 (+/-2)cm.1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA),1 agulla introductora de 21G,1 microintrodutor 7 (+/-0,5)cm,1 dilatador,1 dispositiu fixació de catèter,1 clamp, 2 connectos sense agulla,4 xerin gues Luer Lock,1 bisturi bioseguretat activa (BSA),1 safata,1 parell de guants quirúrgics,1 gorra quirúrgica,2 mascaretes quirúrgiques,1 bata,Ga sses,1 torniquet,1 cinta mètrica,1 talla doble capa,1 gel monodosi,1 pro longador monopolar,1 beina,2 làmines,1 apòsit,1 guillotina.Estèril, lliu re de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1330	MATERIAL: 30061997
Descripció tècnica: Equip Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 ll ums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø4F, 55 (+/-2) cm amb marques de pen etració i aletes de fixació, pressió màxima 300 PSI, compost per:1 catèr er curt 20G de bioseguretat activa (BSA),1 guia de nitinol recte de 0,018 "(0.46mm) x 50 (+/-2)cm,1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA),1 a gulla introductora de 21G,1 microintrodutor 7 (+/-0,5)cm,1 dilatador,1 dispositiu fixació de catèter,1 clamp, 2 connectos sense agulla,4 xering ues Luer Lock,1 bisturi bioseguretat activa (BSA),1 safata,1 parell de g uants quirúrgics,1 gorra quirúrgica,2 mascaretes quirúrgiques,1 bata,Gas ses,1 torniquet,1 cinta mètrica,1 talla doble capa,1 gel monodosi,1 prol ongador monopolar,1 beina,2 làmines,1 apòsit,1 guillotina.Estèril, lliur e de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1340	MATERIAL: 30061998
Descripció tècnica: Equip catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2llums ,de poliuretà (PUR),radioopac,Ø5Fx55(+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació,pressió màxima 300 PSI,compost per: -1 catèter curt 20G de bioseguretat activa (BSA) . -1 guia de nitinol recte de 0,018"(0.46mm) x 50 (+/-2)cm. -1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA) . -1 agulla introductora de 21G, -1 microintrodutor 7(+/-0,5)cm. -1 dilatador. -1 dispositiu fixació de catèter. -1 clamp. -2 connectos sense agulla. -4 xeringues Luer Lock. -1 bisturi bioseguretat activa (BSA) . -1 safata. -1 parell de guants quirúrgics. -1 gorra quirúrgica. -2 mascaretes quirúrgiques. -1 bata. -Gasses. -1 torniquet. -1 cinta mètrica. -1 talla doble capa. -1 gel monodosi. -1 prolongador monopolar. -1 beina.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 22 / 25
--	---------------------------------------	---

-2 làmines. -1 apòsit.
-1 guillotina. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1350	MATERIAL: 30062300
Descripció tècnica: Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø6F, 55 (+/-2) cm amb marques de penetració i aletes de fixació, pressió màxima 300 PSI, compost per: - 1 introductor premontat - 1 guia de nitinol recta de 0,018" (0.46mm) x 50 (+/-2)cm - 1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA) - 1 agulla introductora ecogènica de 21G - 1 microintroductor pelable 6,5F, de 7 (+/-0,5)cm - 1 dilatador - 1 dispositiu fixació de catèter - clamps, 3 bioconnectors sense agulla - 4 xeringues Luer Lock - 1 bisturi bioseguretat activa (BSA) - 1 safata - 1 parell de guants quirúrgics - 1 gorra quirúrgica - 2 mascaretes quirúrgiques - 1 bata - Gasses - 1 torniquet - 1 cinta mètrica - 3 talles - 1 gel monodosi - 1 prolongador monopolar - 1 beina - 2 làmines - 1 apòsit - 1 cable ECG Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús."		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1360	MATERIAL: 30062301
Descripció tècnica: Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, dep oliuretà (PUR), radioopac, Ø3F, 55 (+/-2) cm amb marques de penetració i aletes de fixació, pressió màxima 300 PSI, compost per: 1 introductor pre montat, 1 guia de nitinol recta de 0,018" (0.46mm) x 50 (+/-2)cm, 1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA), 1 agulla introductora ecogènica de 2 1G, 1 microintroductor pelable 6,5F, de 7 (+/-0,5)cm, 1 dilatador, 1 dispositiu fixació de catèter, clamps, 3 bioconnectors sense agulla, 4 xeringues Luer Lock, 1 bisturi bioseguretat activa (BSA), 1 safata, 1 parell de guants quirúrgics, 1 gorra quirúrgica, 2 mascaretes quirúrgiques, 1 bata, Gasses , 1 torniquet, 1 cinta mètrica, 3 talles, 1 gel monodosi, 1 prolongador monopolar, 1 beina, 2 làmines, 1 apòsi, 1 cable ECG. Estèril, lliure de làtex, d' un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1370	MATERIAL: 30063595
Descripció tècnica: Equip inserció PICC accés vascular sense catèter, funda curta: 2 jeringues precarregades 10ml NaCl 0,9%, 1 torniquet, safata 2 tovalloles petites, 2 càpsules, bossa, gasses, gel 20ml, 1 jeringa luer-slip 5ml, 1 funda petita, prot ecció adhesiva per agulla/fulla, agulles (18G-40/25G-25/21G-38mm), bata XL, doble camp quirúrgic, 240x235cm +/-10cm i talla 75x90cm +/-5cm, estèril, d' un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1380	MATERIAL: 30063687
Descripció tècnica: Equip de reparació per a catàter venòs central (CVC), segment extern a su bstituir de diàmetre 7mm, blanc, consta de: maneguet, connector del segment, tap, tub adhesiu de grau mèdic, xeringa. Agulla de 18G i instruccions d'ús . Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús .		



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 46 de 80

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 23 / 25
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1390	MATERIAL: 30063781
Descripció tècnica: Equip de punció de 18 G, per a profunditats d'1,5/2,0/3,5 cm. Inclou: talla, cintes elàstiques, gel i funda per a ecògraf. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sistema monitor Site-Rite o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1400	MATERIAL: 30063828
Descripció tècnica: Dispositiu fixador catèters 3F,fixació punt inserció amb potes ancoratge a teixit subcutani,de nitinol,cos de poliuretà (PP),canal de col·locació catèter d'elastòmer.Longitud de 3 (+/-1)cm,amplada de 2,6 (+/-0,5)cm.C ompatible amb re ssonància magnètica nuclear (RMN).Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1410	MATERIAL: 30063829
Descripció tècnica: Dispositiu fixador catèters 4F,fixació punt inserció amb potes ancoratge a teixit subcutani,de nitinol, cos de poliuretà (PP) canal de col·locació catèter d'elastòmer.Longitud de 3 (+/-1)cm,amplada de 2,6 (+/-0,5)cm .Compatible amb re ssonància magnètica nuclear (RMN).Estèril,lliure de làtex,d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1420	MATERIAL: 30065861
Descripció tècnica: Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 3 llums, i ons de plata, alta pressió 300 (+/-10)psi, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llargària 55 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 guia nitinol 0,46mm x 50(+/-2)cm de llargària,1 fiador,1 microintrodutor Seldinger,1 cànula pelable 7 (+/-1)cm,1 agulla 21G e cogènica de bioseguretat,1 connector en "T",3 bioconnectors,3 tap, 3 clamps,1 fixador de catèter,1 xeringa,1 bisturi.Estèril, lliure de làtex i f talats, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1430	MATERIAL: 30066191
Descripció tècnica: Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, p ressió màxima 300 (+/-10)psi, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llums18G/18G, llargària 40 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació compost per:1 guia nitinol recte de 0,018"(0.46mm) x 45 (+/-2)cm de llargària,1 agulla introductora de 21G x 7 (+/-2)cm punta ecogènica,1 in troductor 5F x 7(+/-2)cm pelable,1 dilatador 5F,2 clamp, 2 taps,2 bioconnectors,1 tallador de catèter,1 bisturi de bioseguretat activa (BSA),1 x eringa Luer-Lock,1 sistema fixació adhesiu sense sutura,1 clavagulles de seguretat,1 cinta mètrica,1 torniquet.Estèril, lliure de làtex, lliure de f talats, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1440	MATERIAL: 30066192
Descripció tècnica: Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, sistema de posicionament vascular de punta per ECG, pressió màxima 300 (+/-10)psi, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llums 18G/18G, llargària 50 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació compost per:1 guia nitinol recte de 0,018""(0.46mm) x 45 (+/-2)cm de llargària ,1 agulla introductora de 21G x 7 (+/-2)cm punta ecogènica,1 introductor 5F x 7(+/-2)cm pelable,1 dilatador 5F,2 clamp, 2 taps,1 tallador decatè ter,1 bisturi de bioseguretat activa (BSA),1 xeringa Luer-Lock,1 sistema fixació adhesiu sense sutura,1 clavagulles de seguretat,1 cinta mètrica ,1 torniquet.Estèril, lliure de làtex, lliure de f talats, d'un sol ús."		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 24 / 25
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1450	MATERIAL: 30066238
Descripció tècnica: Agulla metàlica per a tunelització catèter de silicona o PUR de llarga duració, diàmetre 2,2mm, longitud 24cm+/-2cm, per a catèters de diàmetre intern superior o igual a 0,5mm fins a 1,2mm. Estèril. Lliure de làtex. Un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1460	MATERIAL: 30066819
Descripció tècnica: Catèter intravascular accés central, PUR, radiopac, Ø8,5F, 5 llums 16G/14G/18G/18G, llarg 16cm, recobert de clorhexidina+sulfadiazina argèntic amb marques de penetració, aletes fixador, guia J", dilatador, agulla introductora 18Gx6,35cm, taps, fixador de catèter, transductor. Est, s/làtex/DEHP, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1470	MATERIAL: 30066829
Descripció tècnica: Catèter PICC, 21llums, PUR, radiopac, Ø2,6F, llarg 50(+/-2)cm, marques penetració, aletes fixació, agulla BSA per a micropunció de 24G, introductor a/beina pelable, guia, clamp, tap, gasa, cinta mètrica, apòsit de fixació, torniquet. Estèril, s/làtex, i ús		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1480	MATERIAL: 30067739
Descripció tècnica: Apòsit per a fixació de catèter epidural transparent multicapa, amb coixinet de fibra absorbent cel·lulosa filada 1,1mm coberta i en voltada de pel·lícula de PUR 0,02mm, amb dispositiu integrat d'estabilització de catèter, amplada 8,89cm, longitud 15,88cm +/-2cm, a d'adhesiu base acrílica biocompatible. Ús fins a 7 dies. Lliure de làtex. Estèril.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1490	MATERIAL: 30068122
Descripció tècnica: Apòsit d'escuma de poliuretà absorbent hidòfil amb clorhexidina, rodó, mida diàmetre 1,9cm (+/-0,2cm), indicat en catèters per inserció perifèrica, centrals, venoso, arterials. Estèril. Lliure de làtex.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1500	MATERIAL: 30068363
Descripció tècnica: Apòsit adhesiu fixació catèters PICC neonat/prematur, teixit sense teixir (TNT) amb adhesiu de contacte d'òxid de zinc grau mèdic, paper protector del adhesiu de silicona, tancament tira de niló, mida total 7cmx3cm +/-2cm, hipoal·lèrgic, compatible amb l'ús de guants, lliure de làtex, estèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1510	MATERIAL: 30068426
Descripció tècnica: Catèter intravascular central d'accés perifèric 1llum PICC poliuretà (PUR), radiopac (28G), Ø1F x 8cm +/-2cm, aletes fixació, clamp, agulla introductora 24G x 19mm, flux pressió 1bar ml/min, introductor 0,7mm x 19mm +/-2cm, nadons i prematurs, n/làtex i DEHP, estèril, i ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 31.10.2025 HORA: 10:10:19 PÀGINA: 25 / 25
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1520	MATERIAL: 30069247
Descripció tècnica: Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 1 llum, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø4Fx 50 (+/-2) cm, fixació Grip-Lok, pressió màxima 300 PSI, compost per:KIT estèril:- 1 catèter 18G amb bioseguretat activa (BSA)- 1 guia de nitinol recte de 0,018" (0.46mm) x 45 (+/-5)cm - 2 agulles de 22-25G+1 agulla amb filtre 18G , 1 agulla introductora de 21G- 1 introductor pelable 4Fx7 (+/-0,5)cm- 1 dilatador- 1 dispositiu de fixació de catèter Grip-Lok+ apòsit i esparadrap, clamps per línies d'extensió, microconnector sense agulles, clava agulles i recol·lector de fluids 3 xeringues de 3ml i 2 de 10ml Luer Lock, 1 bisturi (BSA) + tallador de catèter, 1 parell de guants quirúrgics, gorra, bata, mascaretes quirúrgiques, Gasses de 5x5cm i 10x10cm i panys quirúrgics 90x10 (+/-5)cm amb finestra , 1 pany quirúrgic 150x190 (+/-5)cm i una tovallola eixugamans, funta sonda ecogràfica+gel 10x240 (+/-5)cmKIT no estèril: cinta mètrica, torniquet , 1 mascateta pel pacient, etiqueta adhesiva per la història, targeta de registres, fulleto informatiu i llistat de comprovació.Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1530	MATERIAL: 30069502
Descripció tècnica: Equip de reparació per a catèter intravascular d'accés central tunelitzat i percutani llarga permanència d'1 llum de 10F/14F/16F, de silicona radioopaca i connexió luer amb cap 2 clamps, clamp desllizant temporal Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1540	MATERIAL: 30069610
Descripció tècnica: Catèter PICC 21llums, (PUR), radiopac, Ø5Fx55 (+/-2)cm, alta pressió 300 (+/-10)psi, marques penetració, aletes, guia nitinol 0,018" x 130 (+/-2) cm , ag intro 21G, bisturi, 1 xeringa, vàlvules lliures de ag, disp fixació.Estèril, s/làtex/ftalats, lús		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1550	MATERIAL: 30069954
Descripció tècnica: Catèter PICC Neonat/prematur 1 llum, PUR, radioopac, Ø2Fx15 (+/-2)cm, llarga duració, a/marques penetració, introductor pelable, aletes fixació a/extensió 9 (+/-1)cm, connector, cinta mètrica.Est, s/làtex/ftalats, lús		
SOL.COMANDA: 1101448777	POSICIÓ: 1560	MATERIAL: 30070660
Descripció tècnica: Catèter intravascular d'accés central 1 llum, (PUR), radiopac, llarg dur, Ø4F, llarg 55 (+/-5)cm, antimicrobià, a/ext 9 (+/-1)cm, marq pen, alet fix, 32 Sps, ag introd/dil pel, guia ni, clamp, connector, xeringa, cinta mètr, bist.Est, s/làtex, lús		

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa central, centrals tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i apòsits fixació

CS/CC00/1101448777/26/AMUP

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari

Lot	Descripció lot	Obligatori S/N	Material	Descripció llarga
001	Catèter intravascular central tunelitzat percutani llarga permanència	NO	30001880	Catèter intravascular central tunelitzat 1 llum, silicona, radioopac, Ø6,6Fx90(+/-2)cm, llum 21G, clamp i manegot Dracon, eq introducció: agulla introductora 7F, dilatador, guia flexible "J" 0,032"x 50cm+/-2cm, tunelitzador, bisturí. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
001	Catèter intravascular central tunelitzat percutani llarga permanència	NO	30004991	Catèter intravascular d'accés central tunelitzat percutani de llarga permanència, de 2 llums, de silicona, radioopac, Ø9F, llums 16G/21G, llargària 90 (+/-3)cm, connexió luer-lock, compost per: 1 introductor, tunelitzadors, 1 maneguet fixador, 2 clamps, connexió luer-lock, aletes fixació. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
001	Catèter intravascular central tunelitzat percutani llarga permanència	NO	30006646	Catèter intravascular d'accés central tunelitzat percutani de llarga permanència, 1 llum, de silicona, radioopac, Ø4,2F, llargària 75 (+/-2)cm, compost per: 1 introductor/dilatador pelable, 1 guia en "J", 1 agulla, 1 tunelitzador, 1 maneguet, aletes fixació, clamp. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
001	Catèter intravascular central tunelitzat percutani llarga permanència	NO	30008226	Catèter intravascular d'accés central tunelitzat percutani llarga permanència, de silicona, radioopaca, d'1 llum Ø9,6F, llum 14G, llargària 90 (+/-2)cm, connexió luer-lock, compost per: 1 introductor 10F, 1 maneguet fixador, 1 agulla, 1 clamp, tunelitzadors. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
002	Catèter intravasc central tunelitzat percutani llarga permanència, amb dilatador de punta conifcada	NO	30008228	Catèter intravascular d'accés central tunelitzat percutani de llarga permanència, d'1 llum, de silicona, radioopac, Ø9,6F, llum 14G, llargària 90 (+/-2)cm, connexió luer-lock, compost per: 1 introductor/dilatador de 10F pelable, 1 guia en "J" de 0,038"(0,97mm) x 50 (+/-2)cm de llargària, 1 tunelitzador, 1 maneguet fixador, 1 xeringa, 1 clamp. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
002	Catèter intravasc central tunelitzat percutani llarga permanència, amb dilatador de punta conifcada	NO	30051952	Catèter intravascular central tunelitzat 1 llum percutani de llarga permanència, silicona, radioopac, Ø2,7Fx71 (+/-2)cm, connexió luer lock, 1 tap injecció. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
002	Catèter intravasc central tunelitzat percutani llarga permanència, amb dilatador de punta conifcada	NO	30059831	Catèter intravascular d'accés central tunelitzat percutani llarga permanència silicona radioopac, 2 llums, Ø12F, llarg 90cm+/-2cm, guia "J", tunelitzador, xeringa, introductor pelable, maneguet fixador, 2 clamps, connexió luer-lock. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
003	Equip de reparació Catèter intravasc central tunelitzat percutani llarga permanència	NO	30006694	Equip de reparació per a catèter intravascular d'accés central tunelitzat percutani llarga permanència d'1 llum de 4,2F, de silicona radioopaca i connexió luer-lock, compost per: 1 tub de silicona adhesiva, 1 clamp, 1 xeringa, 1 agulla 18G. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
003	Equip de reparació Catèter intravasc central tunelitzat percutani llarga permanència	NO	30069502	Equip de reparació per a catèter intravascular d'accés central tunelitzat percutani llarga permanència d'1 llum de 10F/14F/16F, de silicona radioopaca i connexió luer amb cap 2 clamps, clamp lliscant temporal. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
004	Catèter intravascular accés central amb cuff	NO	30048690	Catèter intravascular d'accés central, de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, d'alta pressió 300(+/-10)psi, Ø6F, llargària de 60 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 agulla introductora, 1 introductor pelable, 2 tunelitzadors, 1 guia, 3 clamps, 1 dispositiu fixació catèter, 1 xeringa, 1 cinta mètrica, 1 bisturí. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
004	Catèter intravascular accés central amb cuff	NO	30061216	Catèter intravascular d'accés central 1 llum, (PUR), radioopac, llarg dura, Ø4F, llarg 55(+/-5)cm, antimicrobià, amb ext 9(+/-1)cm, marques de penetració, aletes fixació, 325psi, agulla introductora ecogènica, introductor/dilatador pelable, guia nitinol, clamp, connector, xeringa, cinta mètrica, bisturí. Estèril, sense làtex, un sol ús
005	Catèter intravascular accés central PEDIÀTRIC	NO	30016450	Catèter intravascular d'accés central d'1 llum, de polietilè (PE), radioopac, Ø4F, llargària 15 (+/-2)cm amb aletes de fixació, compost per: agulla 19G, 1 introductor amb guia "J" 0,64mmx40(+/-2)cm llarg. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
005	Catèter intravascular accés central PEDIÀTRIC	NO	30031782	Catèter intravascular d'accés central pediàtric de 2 llum, de poliuretà (PUR), radioopac, de 2 llums de 3F, llargària de 15 (+/-2)cm D22G/P22 amb marques de profunditat i aletes de fixació, compost per: 2 dilatadors de 30 i 50 (+/-2)mm, 1 agulla de punció de 21G x 40 (+/-2)mm, 1 catèter curt de 24 x 19 (+/1)mm, 1 guia de nitinol 0,30mm x 50 (+/-2)cm de llargària, 2 clamps, 2 taps, 1 xeringa, 1 bisturí. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
005	Catèter intravascular accés central PEDIÀTRIC	NO	30040434	Catèter intravascular d'accés central pediàtric, 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, 3Fx20 (+/-2)cm D22G/P22 amb marques de profunditat i aletes de fixació, compost per: 2 dilatadors de 30 i 50 (+/-2)mm - 1 agulla de punció de 22G x 40 (+/-2)mm, 1 catèter curt de 24 x 40 (+/-2)mm, 1 guia de nitinol 0,30mm x 50 (+/-2)cm de llargària, 2 clamps, 2 taps, 1 xeringa, 1 bisturí. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa central, centrals tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i apòsits fixació

CS/CC00/110144877/26/AMUP

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari

Lot	Descripció lot	Obligatori S/N	Material	Descripció llarga
005	Catèter intravascular accés central PEDIÀTRIC	NO	30051643	Catèter intravascular pediàtric d'accés central, de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, de Ø4,5F, D20G/M23/P23G, llargària de 8(+/-1) cm amb marques de profunditat i aleta de fixació, compost per: 1 agulla de punció Ø21G, longitud 40(+/-2)mm, 1 catèter curt 22G, longitud 25(+/-2)mm, 1 guia nitinol en "J" de Ø 0,46mm x 40 (+/-2)cm, 2 dilatadors 5F(Ø1,73mm), 38 (+/-2)mm i 62 (+/2)mm de llargària, 3 tps de membrana, 1 xeringa, 1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
005	Catèter intravascular accés central PEDIÀTRIC	NO	30051664	Catèter intravascular pediàtric d'accés central, de doble llum, de poliuretà (PUR), de 3Fx8 (+/-1)cm D22G/P22, radioopac, amb marques de profunditat i aletes de fixació, compost per: 2 dilatadors de 30 i 50(+/-2)mm, 1 agulla de punció de 21G x 40 (+/-2)mm, 1 catèter curt de 24G x 19 (+/-2)mm, 1 guia de nitinol 0,30mm x 50 (+/-2)cm, 2 clamps, 2 tps, 1 xeringa, 1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
005	Catèter intravascular accés central PEDIÀTRIC	NO	30053030	Catèter intravascular pediàtric d'accés central, de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, de Ø4,5F, D20G/M23/P23G, llargària de 6(+/-1) cm amb marques de profunditat i aleta de fixació, compost per: 1 agulla de punció Ø21G, longitud 40(+/-2)mm, 1 catèter curt 22G, longitud 25(+/-2)mm, 1 guia nitinol en "J" de Ø 0,46mm x 40 (+/-2)cm, 2 dilatadors 5F (Ø 1,73mm), 38 (+/-2)mm i 62 (+/2)mm de llargària, 3 tps de membrana, 1 xeringa, 1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
005	Catèter intravascular accés central PEDIÀTRIC	NO	30053031	Catèter intravascular pediàtric d'accés central, de doble llum, de poliuretà (PUR), de 3Fx6 (+/-1)cm D22G/P22, radioopac, amb marques de profunditat i aletes de fixació, compost per: 2 dilatadors de 30 i 50(+/-2)mm, 1 agulla de punció de 21G x 40 (+/-2)mm, 1 catèter curt de 24G x 19(+/-2)mm, 1 guia de nitinol 0,30mm x 50 (+/-2)cm, 2 clamps, 2 tps, 1 xeringa, 1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
005	Catèter intravascular accés central PEDIÀTRIC	NO	30053032	Catèter intravascular pediàtric d'accés central, de doble llum, de poliuretà (PUR), de 3Fx10 (+/-2)cm D22G/P22, radioopac, amb marques de profunditat i aletes de fixació, compost per: 2 dilatadors de 30 i 50(+/-2)mm, 1 agulla de punció de 21G x 40 (+/-2)mm, 1 catèter curt de 24G x 19 (+/-2)mm, 1 guia de nitinol 0,30mm x 50 (+/-2)cm, 2 clamps, 2 tps, 1 xeringa, 1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
005	Catèter intravascular accés central PEDIÀTRIC	NO	30054117	Catèter intravascular accés central pediàtric, de 2 llums, de poliuretà(PUR), radioopac de Ø4,5F x 8 (+/-1)cm amb llums D20G/P20G i marques de profunditat amb aletes de fixació. Compost per: 1 catèter curt de 22GX 25(+/-5)mm de llargària, 1 agulla de punció de 21G x 40 (+/-5)mm de llargària, 1 guia nitinol "J" 0,018" (0,46mm) x 40cm (+/-5)cm de llargària, 2 dilatadors, 2 clamps, 2 tps, 1 xeringa, 1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
005	Catèter intravascular accés central PEDIÀTRIC	NO	30054118	Catèter intravascular accés central pediàtric, de 2 llums, de poliuretà(PUR), radioopac de Ø4,5F x 6 (+/-1)cm amb llums D20G/P20G i marques de profunditat amb aletes de fixació. Compost per: 1 catèter curt de 22GX 25(+/-5)mm de llargària, 1 agulla de punció de 21G x 40 (+/-5)mm de llargària, 1 guia nitinol "J" 0,018" (0,46mm) x 40cm (+/-5)cm de llargària, 2 dilatadors, 2 clamps, 2 tps, 1 xeringa, 1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
005	Catèter intravascular accés central PEDIÀTRIC	NO	30054119	Catèter intravascular accés central pediàtric, de 3 llums, de poliuretà(PUR), radioopac de Ø5,5F x 12,5 (+/-1)cm amb llums D19G/M21G/P21G i marques de profunditat amb aletes de fixació. Compost per: 1 catèter curt de 22G X 25 (+/-5)mm de llargària, 1 agulla de punció ecogènica de 21G x 40 (+/-5)mm de llargària, 1 guia nitinol "J" 0,018" (0,46mm) x 40cm(+/-5)cm de llargària, 2 dilatadors, 3 clamps, 3 tps, 1 xeringa, 1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
005	Catèter intravascular accés central PEDIÀTRIC	NO	30054120	Catèter intravascular accés central pediàtric, de 3 llums, de poliuretà(PUR), radioopac de Ø5,5F x 30 (+/-2)cm amb llums D19G/M21G/P21G i marques de profunditat amb aletes de fixació. Compost per: 1 catèter curt de 22G X 25 (+/-5)mm de llargària, 1 agulla de punció ecogènica de 21G x 40 (+/-5)mm de llargària, 1 guia nitinol "J" 0,018" (0,46mm) x 40cm (+/-5)cm de llargària, 2 dilatadors, 3 clamps, 3 tps, 1 xeringa, 1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
005	Catèter intravascular accés central PEDIÀTRIC	NO	30054406	Catèter intravascular accés central pediàtric, de 2 llums, de poliuretà(PUR), radioopac de Ø4,5F i 12 (+/-1)cm amb llums D20G/P20G i marques de profunditat amb aletes de fixació. Compost per: 1 catèter curt de 22GX 25(+/-5)mm de llargària, 1 agulla de punció de 21G x 40 (+/-5)mm de llargària, 1 guia nitinol "J" 0,018" (0,46mm) x 40cm (+/-5)cm de llargària, 2 dilatadors, 2 clamps, 2 tps, 1 xeringa, 1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
005	Catèter intravascular accés central PEDIÀTRIC	NO	30054407	Catèter intravascular accés central pediàtric, de 3 llums, de poliuretà(PUR), radioopac de Ø4,5F x 12,5 (+/-2)cm amb llums D20G/M23G/P23G i marques de profunditat amb aletes de fixació. Compost per: 1 catèter curt de 22G X 25 (+/-5)mm de llargària, 1 agulla de punció ecogènica de 21Gx 40 (+/-5)mm de llargària, 1 guia nitinol "J" 0,018" (0,46mm) x 40cm(+/-5)cm de llargària, 2 dilatadors, 3 clamps, 3 tps, 1 xeringa, 1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.

Pàgina 2



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 51 de 80

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa central, centrals tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i apòsits fixació

CS/CC00/110144877/26/AMUP

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari

Lot	Descripció lot	Obligatori S/N	Material	Descripció llarga
005	Catèter intravascular accés central PEDIÀTRIC	NO	30054408	Catèter intravascular accés central pediàtric, de 3 llums, de poliuretà(PUR), radioopac de Ø5,5F x 15 (+/-1)cm amb llums D19G/M21G/P21G i marques de profunditat amb aletes de fixació. Compost per: 1 catèter curt de 22G X 25 (+/-5)mm de llargària,1 agulla de punció ecogènica de 21G x40 (+/-5)mm de llargària,1 guia nitinol "J" 0,018" (0,46mm) x 40cm(+/-5)cm de llargària,2 dilatadors,3 clamps, 3 taps,1 xeringa,1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
005	Catèter intravascular accés central PEDIÀTRIC	NO	30054411	Catèter intravascular accés central pediàtric, de 2 llums, de poliuretà(PUR), radioopac de Ø5,5F x 12,5 (+/-1)cm amb llums D17G/P17G i marques de profunditat amb aletes de fixació. Compost per: 1 catèter curt de 22Gx 25 (+/-5)mm de llargària,1 agulla de punció de 21G x 40 (+/-5)mm de llargària,1 guia nitinol "J" 0,018" (0,46mm) x 40cm (+/-5)cm de llargària,2 dilatadors,2 clamps, 2 taps,1 xeringa,1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30001093	Catèter intravascular d'accés central, de 3 llums, de poliuretà (PUR),radioopac, Ø7F, llums D18G/M16G/P18G, llargària de 30 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia en "J" de 0,032(0,81mm) x 68 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,3 clamps,3 taps,1 xeringa. Estèril, lliure de làtex i ftalats,un sol ús
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30001168	Catèter intravascular d'accés central, de 2 llums, de poliuretà (PUR),radioopac, Ø7F, llums D14G/P18G, llargària de 20 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia en "J" de 0,032"(0,81mm)x 60 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,2clamps,2 taps,1 xeringa. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30001169	Catèter intravascular d'accés central, de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø7F, llums D16G/P16G, llargària de 30 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia en "J" de 0,032"(0,81mm), 68 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,2 clamps,2 taps,1 xeringa. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30001170	Catèter intravascular d'accés central, de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø7F, llums D18G/M16G/P18G, llargària de 20 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia en "J" de 0,032"(0,81mm) x 60 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,1catèter curt 18G i agulla 20G,3 taps, 3 clamps,1 xeringa. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30001802	Catèter intravascular d'accés central, de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø7F, D14G/P18G, llargària de 60 (+/-2)cm, amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia nitinol en "J" de 0,035"(0,89mm) x 100 (+/-5)cm de llargària -catèter 18G sobre agulla 20G,1 agulla introductora 18G x 70 (+/-5)mm,1 dilatador de teixits,2 clamps,2 taps,1 xeringa 5cc amb transductor a pressió . Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30001969	Catèter intravascular d'accés central, de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac,Ø8,5F, llums D14G/P14G, 20 (+/-2)cm de llargària, amb marques de profunditat i aletes de fixació, compost per: 1 agulla introductor a 18G,1 guia punta en "J" de 0,032"(0,89mm) x 60 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,2 clamps,1 xeringa. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30003993	Catèter intravascular d'accés central, de 4 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø8,5F, llums D14G/M16G/M18G/P18G, llargària de 20 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia en "J" de 0,032"(0,81mm) x 60 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,4 taps,4 clamps,1 xeringa,1 bisturi,1 cable ECG. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30003998	Catèter intravascular d'accés central, de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø7F, 3llums D18G/M16G/P16G, llargària de 60 (+/-2)cm, marquesde penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia en "J" de 0,035"(0,89mm) x 100 (+/-5)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,1 catèter curt de 18G amb agulla 20G,3 taps,3 clamps,1 xeringa,1 bisturi,1 transductor de pressió,1 clau 3 passos Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30006638	Catèter intravascular d'accés central, de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø8F, llums D14G/P14G, llargària de 11 (+/-1)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia en "J" de 0,025"(0,64mm)x 45 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 20G,1 catèter curt de 20G amb agulla 22G,2 taps, 2 clamps,1 xeringa. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30008147	Catèter intravascular accés central de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac de Ø8F x16 (+/-2)cm amb llums D14G/P14G i marques de profunditat amb aletes de fixació, compost per: 1 prolongador de 10 (+/-1)cm amb clamp,1 agulla de punció de 18G x 70 (+/-2)mm,1 guia en "J" 0,032" (0,9mm) x 53cm (+/-2)cm de llargària,2 clamps,2 taps,1 xeringa. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30017658	Catèter intravascular d'accés central amb vàlvula hemostàtica, de poliuretà (PUR), radioopac, 2 llums Ø9 x 10 (+/-1)cm de llargària, compost per: 1 guia en "J" i recta de 0,035"(0,89mm) x 45 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,1 transductor de pressió,1 xeringa,1 obturador,1 clau 4 passos,Gases. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'unsol ús.
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30030633	Catèter intravascular d'accés central de 3 llums,de poliuretà (PUR),radioopac, Ø7F,llums de D16G/M18/P18G, de 16 (+/-2)cm de llargària,amb clamp i marques de penetració,compost per: 1 guia d'acer inoxidable de 0,035(0,89mm),1 dilatador,1 agulla introductora,1 xeringa,1 portaagulles,3 clamps,3 taps,1 pany quirúrgic. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

Pàgina 3



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 52 de 80

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa central, centrals tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i apòsits fixació

CS/CC00/1101448777/26/AMUP

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari

Lot	Descripció lot	Obligatori S/N	Material	Descripció llarga
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30030990	Catèter intravascular central 3llums,(PUR),antimicrobià,radioopac,Ø7Fx 20(+/-2)cm,llums 16G/18G/18G,aletes,marques penetració,guia a.inox 0,032,dilatador,agulla introductor,xeringa,portaagulles,3taps,3clamps,pany quirúrgic. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30048990	Catèter intravascular d'accés central d'alta pressió 400 (+/-10)psi i tractament antimicrobià , de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø8.0F, llums D14G/P14G, llargària de 20 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia en "J" de 0,032"(0,81mm) x 45 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,2 taps,2 clamps,1 xeringa,1 bisturi,1 clavaagulles,1 cable ECG. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30054020	Catèter intravascular d'accés central, de 3 llums, de poliuretà (PUR), tractament acetat clorhexidina i sulfadiazina de plata, radioopac, Ø7F, llums 16G/18G/18G, llargària de 16 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia recta i "J" de 0,032"(0,81mm) x 45(+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,3 clamps,,3 taps,1 xeringa tipus Raulerson. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30054021	Catèter intravascular d'accés central, de 2 llums, de poliuretà (PUR), tractament acetat clorhexidina i sulfadiazina de plata, radioopac, Ø7F, llums 14G/18G, llargària de 16 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia recta i "J" de 0,032"(0,81mm) x 60 (+/-2)cm de llargària,1 dilatador,1 agulla introductora 18G,2 clamps,,2 taps,1 xeringa tipus Raulerson. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
006	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA > 5,5F	NO	30066819	Catèter intravascular accés central,PUR,radioopac,Ø8,5F,5 llums 16G/14G/18G/18G/18G,llarg 16cm,recobert de clorhexidina+sulfadiazina argentí amb marques de penetració,aletes fixador,guia "J",dilatador,agulla introductora 18Gx6,35cm,taps, fixador de catèter,transductor. Estèril, s/làtex/DEHP, d'un sol ús.
007	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA =/< 5,5F	NO	30001476	Catèter pediàtric intravascular d'accés central, de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5.5F, llums D22G/M22G/P20G, llargària de 30 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia en "J" de 0,018""(0,46mm) x 68 (+/-2)cm de llargària,2 dilatadors,1 agulla introductora 21G,1 catèter curt 22G i agulla 25G,3 taps,3 clamps,1 xeringa. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
007	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA =/< 5,5F	NO	30003401	Catèter intravascular d'accés central, Pediatric de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5.5F, llums D22G/M20G/P22G, llargària de 13 (+/-1)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia en "J" de 0,018"(0,46mm) x 45 (+/-2)cm de llargària,2 dilatadors,1 agulla introductora 21G,1 catèter curt 22G i agulla 25G,3 taps,3 clamps,1 xeringa. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
007	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA =/< 5,5F	NO	30003402	Catèter intravascular d'accés central pediàtric de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø4,2F, llums D22G/P22G, llargària de 8 (+/-1)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia en "J" de 0,018"(0,46mm) x 45 (+/-2)cm de llargària,2 dilatadors,1 agulla introductora21G,1 catèter curt 22G i agulla 25G,2 taps,2 clamps,1 xeringa. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
007	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA =/< 5,5F	NO	30004974	Catèter intravascular central pediàtric 3llums,PUR,antimicrobià, radioopac,Ø5,5F,llums D22/M22/P20G, 12+/-2cm llarg,aletes,marques penetració,guia 0.018x45 cm "J", 2 dilatador,agulla introductora 21G,catèter 22G sobreagulla 25G,xeringa,fixació adicional,recubriment antisèptic. Estèril, lliure de làtex, un sol ús.
007	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA =/< 5,5F	NO	30010047	Catèter intravascular d'accés central, pediàtric de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø4F, llums D22G/P22G, llargària de 13 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia en "J" de 0,018"(0,46mm) x 45 (+/-2)cm de llargària,2 dilatadors,1 agulla introductora21G,1 agulla introductora 25G,1 catèter curt de 22G amb agulla 25G,2 taps, 2 clamps,1 xeringa. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
007	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA =/< 5,5F	NO	30026548	Catèter intravascular d'accés central pediàtric de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø4F, llums de D22G/P22G, de 5 (+/-0,1)cm de llargària, amb clamp i marques de penetració, compost per: 1 guia,2 dilatador,1 agulla introductora21G,catèter 22G,1 xeringa,1 portaagulles,2 taps,2 clamps. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
007	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA =/< 5,5F	NO	30030632	Catèter intravascular d'accés central de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5,5F, llums de D22G/M22/P20G, de 5 (+/-2)cm de llargària, amb clamp i marques de penetració, compost per: 1 guia,1 dilatador,1 agulla introductora,1 xeringa,1 portaagulles,3 taps,3 clamps. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
007	Catèter intravascular accés central CON O SIN RECUBRIMENT ANTIMICROBIA =/< 5,5F	NO	30030986	Catèter intravascular d'accés central pediàtric de 2 llums, de poliuretà (PUR),antimicrobià, radioopac, Ø4F, llums de D22G/P22G, de 8 (+/-1)cm de llargària, amb clamp i marques de penetració, compost per: 1 guia,1 dilatador,1 agulla introductora 21/25G,catèter 22G,1 xeringa,2 taps,2 clamps. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
008	Catèter intravascular accés central amb aletes fixes i mòvils	NO	30001474	Catèter Pediàtric intravascular d'accés central, de 2 llums, de poliuretà (PUR) radioopac, Ø5F,D16G/P16G, llargària de 16 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia nitinol en "J" de 0,024"(0,61mm) x 44 (+/-2)cm de llargària,2 agulles,1 dilatador,2 clamps,2taps,1 xeringa,1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa central, centrals tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i apòsits fixació

CS/CC00/1101448777/26/AMUP

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari

Lot	Descripció lot	Obligatori S/N	Material	Descripció llarga
008	Catèter intravascular accés central amb aletes fixes i mòvils	NO	30003400	Catèter intravascular d'accés central, de 2 llums, poliuretà (PUR), radioopac, Ø4F,D22G/P22G x 30 (+/-)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: - 1 guia de nitinol - 1 agulla - 1 dilatador de 10 (+/-)cm - 2 clamps - 2 taps - 1 xeringa - 1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
008	Catèter intravascular accés central amb aletes fixes i mòvils	NO	30008148	Catèter intravascular d'accés central, de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø7F, D18G/M14/P18G, llargària de 16 (+/-)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia nitinol en "J", 1 dilatador 10 (+/-)cm, 1 agulla tribiselada, 3 clamps, 3 taps, 1 xeringa, 1 bisturi. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
009	Catèter intravascular accés central 3 llums ag i bist BSA	NO	30054409	Catèter intravascular accés central, amb recobriment antimicrobià, de 3llums, de poliuretà(PUR), radioopac de Ø7,5F x 16 (+/-)cm amb llums D14G/M18G/P18G i marques de profunditat amb aletes de fixació. compost per: 1 agulla de punció amb vàlvula BLS, de bioseguretat activa (BSA), de18Gx 70 (+/-)mm de llargària,connexió transductor de pressió adaptable a la vàlvula BLS,1 guia nitinol "J" 0,035" (0,88mm) x 60 (+/-)cm de llargària,1 dilatador 8F x 100 (+/-)mm,3 clamps, 3 taps,1 xeringa,1 cable ECG. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
009	Catèter intravascular accés central 3 llums ag i bist BSA	NO	30054410	Catèter intravascular accés central, amb recobriment antimicrobià, de 3llums, de poliuretà(PUR), radioopac de Ø7,5F x 30 (+/-)cm amb llums D14G/M18G/P18G i marques de profunditat amb aletes de fixació. compost per: 1 agulla de punció amb vàlvula BLS, de bioseguretat activa (BSA) de 18Gx 70 (+/-)mm de llargària,connexió transductor de pressió adaptable a la vàlvula BLS,1 guia nitinol "J" 0,035" (0,88mm) x 70 (+/-)cm de llargària,1 dilatador 8F x 100 (+/-)mm,3 clamps,3 taps,1 xeringa,1 bisturi de bioseguretat,1 cable ECG. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
009	Catèter intravascular accés central 3 llums ag i bist BSA	NO	30057663	Catèter intravascular accés central, amb recobriment antimicrobià, de 3llums,de poliuretà(PUR),radioopac de Ø7F x 20 (+/-)cm amb llums D16G/M18G/P18G i marques de profunditat amb aletes de fixació. compost per: 1 agulla de punció amb vàlvula BLS, de bioseguretat activa (BSA), de18G x 70 (+/-)mm de llargària,connexió transductor de pressió adaptable a la vàlvula BLS,1 guia nitinol "J" 0,035" (0,88mm) x 60 (+/-)cm de llargària,1 dilatador 8,5F x 100 (+/-)mm,3 clamps, 3 taps,1 xeringa,1 cable ECG.Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
010	Catèter intravascular accés central amb cable connexió ECG	NO	30001800	Catèter intravascular d'accés central, 1 llum, poliuretà (PUR), radioopac, Ø3F/16G, llargària 30cm+/-2cm, agulla introductora, guia "J" 70cm+/-2cm, clamp, cateterització vena cava amb control posició per registre ECG. Estèril, un sol ús"
010	Catèter intravascular accés central amb cable connexió ECG	NO	30003399	Catèter intravascular d'accés central de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llum D18G/P20G, llargària 13 (+/-)cm amb aletes de fixació i marques de profunditat, compost per: 1 agulla introductora,1 guia de nitinol punta en "J" de 0,018"(0,46mm) x 50 (+/2)cm de llargària,1 dilatador,2 clamps,1 xeringa,1 bisturi,1 cable connexió ECG intra-auricular,1 apòsit. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
010	Catèter intravascular accés central amb cable connexió ECG	NO	30004958	Catèter intravascular d'accés central de 4 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø8F, llum D16G/M18/M18/P14G, llargària 20 (+/-)cm amb aletes de fixació i marques de profunditat, compost per: 1 cànula introductora 18G amb vàlvula,1 guia nitinol "J" 0,035"(0,89mm), 50 (+/2)cm de llargària,1 dilatador,4 clamps,1 xeringa,1 bisturi,1 cable connexió ECG intra-auricular. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
010	Catèter intravascular accés central amb cable connexió ECG	NO	30004975	Catèter intravascular d'accés central de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac , Ø5F, llums de D20G/M22/P22G, de 8 (+/-)cm de llargària, amb clamp i marques de penetració, compost per: 1 guia,1 dilatador,1 agulla introductora,1 xeringa,1 portaagulles,3 taps,3 clamps,1 pany quirúrgic. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
010	Catèter intravascular accés central amb cable connexió ECG	NO	30005166	Catèter intravascular d'accés central, de 4 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø8F, D14G/M18/M18/P16G x 30 (+/-)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia nitinol en "J" de 0,23"(0,89mm) x 70 (+/-)cm de llargària,1 cànula punció vàlvula 18G x 75 (+/-)mm,1 dilatador,4 clamps,4 taps,1 xeringa,1 bisturi,1 cable ECG. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
010	Catèter intravascular accés central amb cable connexió ECG	NO	30017864	Catèter intravascular d'accés central de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø7F, llum D16G/P16G, llargària 30 (+/-)cm amb aletes de fixació i marques de profunditat, compost per: 1 cànula introductora 18G x 73 (+/-)mm amb vàlvula,1 guia nitinol "J" 0,035"(0,89mm), 70 (+/-)cm de llargària,1 dilatador,2 clamps,1 xeringa,1 bisturi,1 cable connexió ECG intra-auricular. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
010	Catèter intravascular accés central amb cable connexió ECG	NO	30032693	Catèter intravascular d'accés central de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø7F, llums 16G/16G, llargària 20 (+/-)cm amb aletes de fixació i marques de profunditat, compost per: 1 agulla introductora amb sistema activació actiu(BSA), 18G x 70 (+/-)mm de llargària,1 guia nitinol amb punta en "J" de 0,035"(0,89mm) x 50 (+/-)cm de llargària,1 dilatador,2clamps,1 xeringa,1 bisturi,1 cable connexió ECG intra-auricular. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa central, centrals tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i apòsits fixació

CS/CC00/1101448777/26/AMUP

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari

Lot	Descripció lot	Obligatori S/N	Material	Descripció llarga
010	Catèter intravascular accés central amb cable connexió ECG	NO	30032694	Catèter intravascular d'accés central de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø7F, llum D16G/M18/P18G, llargària 20 (+/-)cm amb aletes de fixació i marques de profunditat compost per: 1 agulla introductora amb sistema activació actiu(BSA) de 18G x 70 (+/-)mm,1 guia de nitinol punta en "J" de 0,035"(0,89mm) x 50 (+/2)cm de llargària,1 dilatador,3 clamps,1xeringa,1 bisturí,1 cable connexió ECG intra-auricular. Estèril, lliurede làtex, d'un sol ús.
010	Catèter intravascular accés central amb cable connexió ECG	NO	30032695	Catèter intravascular d'accés central de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø7F, llum D16G/M18/P14G, llargària 30 (+/-)cm amb aletes de fixació i marques de profunditat, compost per: 1 agulla introductora amb sistema activació actiu (BSA) de 18G x 70 (+/-)mm de llargària,1 guia de nitinol punta en "J" de 0,035"(0,89mm) x 70 (+/2)cm de llargària,1 dilatador,3 clamps,1 xeringa,1 bisturí,1 cable connexió ECG intra-auricular. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
010	Catèter intravascular accés central amb cable connexió ECG	NO	30052727	Catèter intravascular d'accés central, de 5 llums, de poliuretà (PUR),radioopac, Ø12F, llums D16G/M18G/M18G/M18G/P12G, llargària de 20 (+/-)cm, llum distal d'alta pressió 150(+/-10)psi, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia en "J",1 dilatador,1 agulla introductora de seguretat,5 taps, 5 clamps.1 xeringa.1 bisturí de seguretat.1 cable ECG. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
011	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	NO	30032900	Catèter intravascular d'accés central perifèric (PICC), de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø7F, llargària de 60 (+/-)cm, marques de penetració, aletes de fixació, resistència a la pressió fins 20 (+/-1)bars, compost per: 1 agulla introductora,1 introductor i dilatador pelable,1 guia de 0.018", 2 clamps,1 dispositiu fixació catèter,1 xeringa,1 cinta mètrica,1 bisturí. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
011	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	NO	30040679	Catèter intravascular d'accés central perifèric (PICC), de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø6F, llargària de 60 (+/-)cm, marques de penetració, aletes de fixació, resistència a la pressió fins 20 (+/-1)bars, compost per: 1 agulla de punció de 21G,1 introductor i dilatador pelable de 10 (+/-1)cm,1 guia nitinol 0.018" per 130 (+/-5)cm de llargària,2 clamps,1 connexió luer seguretat,1 xeringa.1 dispositiu fixació catèter,1bisturí. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
011	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	NO	30053412	Catèter intravascular d'accés central perifèric (PICC), d'1 llum, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llargària de 60 (+/-)cm, marques de penetració, aletes de fixació, resistència a la pressió fins 20 (+/-1)bars, compost per:1 agulla de punció de 21G,1 introductor i dilatador pelable de 10 (+/-1)cm,1 guia nitinol 0.018 per 130 (+/-5)cm de llargària,2 clamps,1 connexió luer seguretat,1 xeringa,1 dispositiu fixació catèter,1 bisturí. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
011	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	NO	30065861	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 3 llums, ions de plata, alta pressió 300 (+/-10)psi, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llargària 55 (+/-)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia nitinol 0,46mm x 50(+/-2)cm de llargària,1 fiador,1 microintroductor Seldinger,1 cànula pelable 7 (+/-1)cm,1 agulla 21G ecogènica de bioseguretat,1 connector en T",3 bioconnectors,3 tap, 3 clamp,1 fixador de catèter,1 xeringa,1 bisturí. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
011	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	NO	30069610	Catèter PICC 2llums,(PUR),radioopac,Ø5Fx55(+/-2)cm, alta pres 300(+/-10)psi,marques penetració,aletes,guia nitinol 0,018 x 130(+/-2)cm,ag intro 21G,bisturí,1 xeringa, vàlvulas lliures de agulla, disp fixació. Estèril, s/làtex/ftalats,1ús"
012	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) a/Agulla i/o bisturí BSA (bioseguretat activa)	SI	30042710	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llums 18G/20G, llargària 50 (+/-)cmamb marques de penetració i aletes de fixació compost per: 1 guia metàl·lica recte de 0,018(0.46mm) x 33 (+/-)cm de llargària,1 agulla introductora de 21G x 7 (+/-2)cm punta ecogènica,1 introductor 5F x 7(+/-2)cm pelable,1 dilatador 5F,2 clamp, 2 taps,1 bisturí de bioseguretat activa (BSA),1 sistema fixació adhesiu,1 clavagulles de seguretat,1 cinta mètrica. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.
012	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) a/Agulla i/o bisturí BSA (bioseguretat activa)	SI	30052329	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 3 llums, de poliuretà (PUR), alta pressió 300(+/-10)psi, radioopac,sortides escalonades, Ø6 F, llums 19G/19G/17G, llargària 40 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació,compost per: 1 guia nitinol recte 0,018(0.46mm) x 45 (+/-2)cm de llargària, un extrem suau i altre rígid,1 agulla debioseguretat activa (BSA) de 22G,1 agulla de bioseguretat activa (BSA) de 25G,1 agulla introductora 21G x 7 (+/-2)cm amb punta ecogènica,1 microintroductor pelable 6F,1 dilatador 6F,1 agulla amb filtre 18G,1 camp quirúrgic,1 camp quirúrgic fenestrat,1 bata,1 mascareta,1 gorra quirúrgica,1 tovallola,1 apòsit transparent,3 xeringues Luer-Lock,3 Clamps.1 fundaestèril per a sonda d'ecògraf,1 recipient fluids,1 connector sense agulla,1 sistema fixació: 2 peces + dispositiu sense sutura,1 bisturí amb mànec de bioseguretat activa (BSA),1 guillotina catèter,1 contenidor ob"J"ectes tallants/punxants,1 clavaagulles,1 recipient fluids,1 etiqueta adhesiva (no estèril),1 targeta identificació pacient (no estèril),1 mascareta pacient (no estèril), 1 cinta mètrica (no estèril). Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 55 de 80

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa central, centrals tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i apòsits fixació

CS/CC00/1101448777/26/AMUP

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari

Lot	Descripció lot	Obligatori S/N	Material	Descripció llarga
012	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) a/Agulla i/o bisturí BSA (bioseguretat activa)	SI	30052330	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 3 llums, de poliuretà (PUR), alta pressió 300(+/-10)psi, radioopac, Ø6 F, llums 19G/19G/17G, llargària 50 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia nitinol recte 0,018(0.46mm) x 45 (+/-2)cm de llargària, un extrem suau i altre rígid,1 agulla de bioseguretat activa (BSA) de 22G,1 agulla de bioseguretat activa (BSA) de 25G,1 agulla introductora 21G x 7 (+/-2)cm amb punta ecogènica,1 microintrodutor pelable 6F,1 dilatador 6F,1 agulla amb filtre 18G,1 camp quirúrgic,1 camp quirúrgic fenestrat,1 bata,1 mascareta,1 gorra quirúrgica,1 tovallola,1 apòsit transparent,3 xeringues Luer-Lock,3 Clamps,1 funda estèril per a sonda d'ecògraf,1 recipient fluids,1 connector sense agulla,1 sistema fixació: 2 peces + dispositiu sense sutura,1 bisturí amb mànec de bioseguretat activa (BSA),1 guillotina catèter,1 contenidor ob"J"ectes tallants/punxants,1 clavaagulles,1 recipient fluids,1 etiqueta adhesiva (no estèril),1targeta identificació pacient (no estèril),1 mascareta pacient (no estèril),1 cinta mètrica (no estèril). Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.
012	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) a/Agulla i/o bisturí BSA (bioseguretat activa)	SI	30052331	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, de poliuretà (PUR), alta pressió 300(+/-10)psi, radioopac, Ø5 F, llums 18G/18G, llargària 40 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia nitinol recte 0,018(0.46mm) x 45 (+/-2)cm de llargària, un extrem suau i altre rígid,1 agulla de bioseguretat activa (BSA) de 22G,1 agulla de bioseguretat activa (BSA) de 25G,1 agulla introductora 21G x 7 (+/-2)cm amb punta ecogènica,1 microintrodutor pelable 5F,1 dilatador 6F,1 agulla amb filtre 18G,1 camp quirúrgic,1 camp quirúrgicfenestrat,1 bata,1 mascareta,1 gorra quirúrgica,1 tovallola,1 apòsit transparent,3 xeringues Luer-Lock,3 Clamps,1 funda estèril per a sonda d'ecògraf,1 recipient fluids,1 connector sense agulla,1 sistema fixació: 2 peces + dispositiu sense sutura,1 bisturí amb mànec de bioseguretat activa (BSA),1 guillotina catèter,1 contenidor ob"J"ectes tallants/punxants,1 clavaagulles,1 recipient fluids,1 etiqueta adhesiva (no estèril),1 targeta identificació pacient (no estèril),1 mascareta pacient (no estèril),1cinta mètrica (no estèril). Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats,d'un sol ús.
012	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) a/Agulla i/o bisturí BSA (bioseguretat activa)	SI	30052332	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, de poliuretà (PUR), alta pressió 300(+/-10)psi, radioopac, Ø5 F, llums 18G/18G, llargària 50 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per:1 guia nitinol recte 0,018(0.46mm) x 45 (+/-2)cm de llargària, un extrem suau i altre rígid,1 agulla de bioseguretat activa (BSA) de 22G,1 agulla de bioseguretat activa (BSA) de 25G,1 agulla introductora 21G x 7 (+/-2)cm amb punta ecogènica,1 microintrodutor pelable 5F,1 dilatador 6F,1 agulla amb filtre 18G,1 camp quirúrgic,1 camp quirúrgicfenestrat,1 bata,1 mascareta,1 gorra quirúrgica,1 tovallola,1 apòsit transparent,3 xeringues Luer-Lock,3 Clamps,1 funda estèril per a sonda d'ecògraf,1 recipient fluids,1 connector sense agulla,1 sistema fixació: 2 peces + dispositiu sense sutura,1 bisturí amb mànec de bioseguretat activa (BSA),1 guillotina catèter,1 contenidor ob"J"ectes tallants/punxants,1 clava agulles,1 recipient fluids,1 etiqueta adhesiva (no estèril),1 targeta identificació pacient (no estèril),1 mascareta pacient (no estèril),1 cinta mètrica (no estèril). Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.
012	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) a/Agulla i/o bisturí BSA (bioseguretat activa)	SI	30059884	Equip catèter PICC llarg termini 3llums PUR rad Ø6F x 50cm +/-2cm 19G/19G/17G a/protector,fiador,clamps;guia 0,018;ag ecog 21G;intr pelab sobre dilat 6F;apòsit fix cat+2dispo fix;bistur BSA+mànec; tallat cat,clava-ag;xer LL; cinta mètr; compr torniqu, n/là, estèril, d'un sol ús"
012	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) a/Agulla i/o bisturí BSA (bioseguretat activa)	SI	30066191	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, pressió màxima 300 (+/-10)psi, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llums18G/18G, llargària 40 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació compost per: 1 guia nitinol recte de 0,018(0.46mm) x 45 (+/-2)cm dellargària,1 agulla introductora de 21G x 7 (+/-2)cm punta ecogènica,1 introductor 5F x 7(+/-2)cm pelable,1 dilatador 5F,2 clamp, 2 taps,2 bioconnectors,1 tallador de catèter,1 bisturí de bioseguretat activa (BSA),1 xeringa Luer-Lock,1 sistema fixació adhesiu sense sutura,1 clavagulles de seguretat,1 cinta mètrica,1 torniquet. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.
012	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) a/Agulla i/o bisturí BSA (bioseguretat activa)	SI	30066192	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, sistema de posicionament vascular de punta per ECG, pressió màxima 300 (+/-10)psi, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llums 18G/18G, llargària 50 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació compost per: 1guia nitinol recte de 0,018"(0.46mm) x 45 (+/-2)cm de llargària,1 agulla introductora de 21G x 7 (+/-2)cm punta ecogènica,1 introductor 5F x 7(+/-2)cm pelable,1 dilatador 5F,2 clamp, 2 taps,1 tallador decatèter,1 bisturí de bioseguretat activa (BSA),1 xeringa Luer-Lock,1 sistema fixació adhesiu sense sutura,1 clavagulles de seguretat,1 cinta mètrica,1 torniquet.Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 56 de 80

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa central, centrals tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i apòsits fixació

CS/CC00/1101448777/26/AMUP

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari

Lot	Descripció lot	Obligatori S/N	Material	Descripció llarga
012	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) a/Agulla i/o bisturí BSA (bioseguretat activa)	SI	30069247	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 1 llum, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø4Fx 50 (+/-2) cm, fixació Grip-Lok, pressió màxima 300 PSI, compost per: KIT estèril:- 1 catèter 18G amb bioseguretat activa (BSA)- 1 guia de nitinol recte de 0,018(0.46mm) x 45 (+/-5)cm- 2 agulles de 22-25G+1 agulla amb filtre 18G , 1 agulla introductora de 21G- 1 introductor pelable 4Fx7 (+/-0,5)cm- 1 dilatador- 1 dispositiu fixació de catèter Grip-Lok+ apòsit i esparadrap, clamps per línies d'extensió, microconnector sense agulles, clava agulles i recolector de fluids3 xeringues de 3ml i 2 de 10ml Luer Lock, 1 bisturí (BSA) + tallador decatèter, 1 parell de guants quirúrgics, gorra, bata, mascaretes uirúrgiques, gases de 5x5cm i 10x10Cm i panys quirúrgic 90x10(+/-5)cm amb finestra, 1 pany quirúrgic 150x190(+/-5)cm i una tovallola eixugamans, funta sonda ecogràfica+gel 10x240(+/-5)cm, KIT no estèril: cinta mètrica, torniquet, 1 mascareta pel pacient, etiqueta adhesiva per la història, targeta de registres, fulleto informatiu i llistat de comprovació. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
013	Catèter Pediàtric intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	SI	30001477	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica per neonats/prematsurs (PICC) d'1 llum, de silicona, radioopac, Ø2F, llargària 30 (+/-2)cm. Compost per: 1 agulla introductora amb aletes 19G de 27 (+/-2)mm, 1 connector amovible amb prolongador de 11 (+/-2)cm de llargària amb clamp, 1 cinta mètrica. Per a neonatologia i pediatria. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
013	Catèter Pediàtric intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	SI	30007477	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, depoliuretà (PUR), radioopac, Ø3F, llargària 60 (+/-2)cm amb marques de penetració, compost per: 1 guia d'acer inoxidable de 50(+/-2)cm de llargària, 1 peça T proximal (adaptador), per a in"J"ecció de solucions, 1 catèter curt introductor pelable, 1 bioconnector, 1 cinta mètrica, 1 dispositiu fixació, 2 etiquetes de traçabilitat. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
013	Catèter Pediàtric intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	SI	30010050	Catèter pediàtric intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, de poliuretà (PUR), radioopac, transparent, Ø1F/28G, llargària 20 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes per a prematsurs menors d'1Kg, compost per: 1 prolongador de 8 (+/-)cm amb clamp, 1 agulla introductora pelable de 24G, 1 cinta mètrica. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
013	Catèter Pediàtric intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	SI	30028955	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, de silicona, radioopac, Neonat/prematur, Ø2F, llargària 15 (+/-2)cm amb marques de penetració per a neonatologia i pediatria, compost per: 1 agulla introductor amb aletes 19G i 27 (+/-2)mm de llargària, 1 prolongador amb connector de 11 (+/-2)cm de llargària, 1 cinta mètrica. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
013	Catèter Pediàtric intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	SI	30029439	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, depoliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llargària 60 (+/-2)cm amb marques de penetració, compost per: 1 peça T proximal (adaptador), per a in"J"ecció de solucions, 1 introductor amb guia 50 (+/-2)cm de llarg per a fluoroscòpia, 1 bioconnector, 1 cinta mètrica, 1 dispositiu fixació, 1 clamp, 1 xeringa, 1 bisturí, 2 etiquetes de traçabilitat. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
013	Catèter Pediàtric intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	SI	30033909	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø2F, llargària 30 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació per a neonatologia i pediatria, compost per: 1 agulla introductora 20G x 21 (+/-2)mm de llargària, 2 clamp, 1 cinta mètrica, 1 apòsit de fixació. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
013	Catèter Pediàtric intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	SI	30040113	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, depoliuretà (PUR), radioopac, Ø3F, llargària 60 (+/-2)cm amb marques de penetració compost per: 1 peça T proximal (adaptador), per a in"J"ecció de solucions, 1 introductor amb guia de 50 (+/-2)cm de llargària, 1 bioconnector, 1 cinta mètrica, 1 dispositiu fixació, 1 clamp, 1 xeringa, 1 bisturí, 2 etiquetes de traçabilitat. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
013	Catèter Pediàtric intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	SI	30040133	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø4,5F, llargària 60 (+/-2)cm amb marques de penetració compost per: 1 guia d'acer inoxidable de 50(+/-2)cm de llargària, 1 peça T proximal (adaptador), per a in"J"ecció de solucions, 1 catèter curt introductor pelable, 1 bioconnector, 1 cinta mètrica, 1 dispositiu fixació, 1 clamp, 1 xeringa, 1 bisturí, 2 etiquetes de traçabilitat. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
013	Catèter Pediàtric intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	SI	30048916	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 1 llum, alta pressió 300 (+/-10)psi, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llargària 55 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia nitinol 0,46mm x 50(+/-2)cm de llargària, 1 cànula pelable 9 (+/-2)cm, 1 connector en T, bioconnector, 1 tap, 1 clamp, 1 xeringa, 1 bisturí. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
013	Catèter Pediàtric intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	SI	30051369	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, alta pressió 300 (+/-10)psi, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llargària 55 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 guia nitinol 0,46mm x 50(+/-2)cm de llargària, 1 cànula pelable 9 (+/-2)cm, 1 connector en T, bioconnector, 2 tap, 2 clamp, 1 xeringa, 1 bisturí. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
013	Catèter Pediàtric intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	SI	30068426	Catèter intravascular central d'accés perifèric 1 llum PICC poliuretà (PUR), radioopac (28G), Ø1Fx8cm+/-2cm, aletes fixació, clamp, agulla introd pelable 24Gx19mm, flux pressió 1bar ml/min, introductor 0,7mmx19mm+/-2cm, nadons i prematsurs, n/làtex i DEHP, estèril, 1ús.
013	Catèter Pediàtric intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	SI	30069954	Catèter PICC Neonat/prematur 1 llum, PUR, radioopac, Ø2Fx15(+/-2)cm, llarga duració, a/marques penetració, introductor pelable, aletes fixació a/extensió 9(+/-1)cm, connector, cinta mètrica. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.

Pàgina 8



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 57 de 80

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa central, centrals tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i apòsits fixació

CS/CC00/110144877/26/AMUP

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari

Lot	Descripció lot	Obligatori S/N	Material	Descripció llarga
013	Catèter Pediàtric intravascular central d'inserció perifèrica (PICC)	SI	30070660	Catèter intravascular d'accés central 1 llum,(PUR),radioopac,llarg dura,Ø4F,llarg 55(+/-5)cm,antimicrobià,a/ext 9(+/-1)cm,marq pen, alet fix, 325psi,ag introd eco, introd/dil pel,guia ni, clamp,connector,xeringa,cinta mètrica, bisturí. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
014	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) Amb ag i/o bisturí BSA de 3 a 6 F	NO	30061996	Equip Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 1 llum, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø4F, 55 (+/-2) cm amb marques de penetració i aletes de fixació, pressió màxima 300 PSI, compost per: 1 catèter curt 20G de bioseguretat activa (BSA),1 guia de nitinol recte de 0,018(0.46mm) x 50 (+/-2)cm.1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA),1 agulla introductora de 21G,1 microintrodutor 7 (+/-0,5)cm,1 dilatador,1 dispositiu fixació de catèter,1 clamp, 2 connectors sense agulla,4 xeringues Luer Lock,1 bisturí bioseguretat activa (BSA),1 safata,1 parell de guants quirúrgics,1 gorra quirúrgica,2 mascaretes quirúrgiques,1 bata,gases,1 torniquet,1 cinta mètrica,1 talla doble capa,1 gel monodosi,1 prolongador monopolar,1 beina,2 làmines,1 apòsit,1 guillotina. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
014	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) Amb ag i/o bisturí BSA de 3 a 6 F	NO	30061997	Equip Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø4F, 55 (+/-2) cm amb marques de penetració i aletes de fixació, pressió màxima 300 PSI, compost per: 1 catèter curt 20G de bioseguretat activa (BSA),1 guia de nitinol recte de 0,018(0.46mm) x 50 (+/-2)cm,1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA),1 agulla introductora de 21G,1 microintrodutor 7 (+/-0,5)cm,1 dilatador,1dispositiu fixació de catèter,1 clamp, 2 connectors sense agulla,4 xeringues Luer Lock,1 bisturí bioseguretat activa (BSA),1 safata,1 parell de guants quirúrgics,1 gorra quirúrgica,2 mascaretes quirúrgiques,1 bata,gases,1 torniquet,1 cinta mètrica,1 talla doble capa,1 gel monodosi,1 prolongador monopolar,1 beina,2 làmines,1 apòsit,1 guillotina. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
014	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) Amb ag i/o bisturí BSA de 3 a 6 F	NO	30061998	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, 55 (+/-2) cm amb marques de penetració i aletes de fixació, pressió màxima 300 PSI, compost per: 1 catèter curt 20G de bioseguretat activa (BSA),1 guia de nitinol recte de 0,018(0.46mm) x 50 (+/-2)cm.1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA),1 agulla introductora de 21G,1 microintrodutor 7 (+/-0,5)cm,1 dilatador,1 dispositiu fixació de catèter,1 clamp, 2 connectors sense agulla,4 xeringues Luer Lock,1 bisturí bioseguretat activa (BSA),1 safata,1 parell de guants quirúrgics,1 gorra quirúrgica,2 mascaretes quirúrgiques,1 bata,gases,1 torniquet,1 cinta mètrica,1 talla doble capa,1 gel monodosi,1 prolongador monopolar,1 beina,2 làmines,1 apòsit,1 guillotina. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
014	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) Amb ag i/o bisturí BSA de 3 a 6 F	NO	30062300	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 3 llums,de poliuretà (PUR), radioopac, Ø6F, 55 (+/-2) cm amb marques de penetració i aletes de fixació, pressió màxima 300 PSI, compost per: - 1 introductor premontat - 1 guia de nitinol recta de 0,018"(0.46mm) x 50 (+/-2)cm- 1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA) - 1 agulla introductora ecogènica de 21G- 1 microintrodutor pelable 6,5F, de 7 (+/-0,5)cm- 1 dilatador- 1 dispositiu fixació de catèter- clamps, 3 bioconnectors sense agulla- 4 xeringues Luer Lock- 1 bisturí bioseguretat activa (BSA)- 1 safata- 1 parell de guants quirúrgics- 1 gorra quirúrgica- 2 mascaretes quirúrgiques- 1 bata- gases- 1 torniquet- 1 cinta mètrica- 3 talles- 1 gel monodosi- 1 prolongador monopolar- 1 beina- 2 làmines- 1 apòsit- 1 cable ECG. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
014	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) Amb ag i/o bisturí BSA de 3 a 6 F	NO	30062301	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, depoliuretà (PUR), radioopac, Ø3F, 55 (+/-2) cm amb marques de penetració i aletes de fixació, pressió màxima 300 PSI, compost per: 1 introductor premontat,1 guia de nitinol recta de 0,018(0.46mm) x 50 (+/-2)cm,1 agullade 25G de bioseguretat activa (BSA),1 agulla introductora ecogènica de 21G,1 microintrodutor pelable 6,5F, de 7 (+/-0,5)cm,1 dilatador,1 dispositiu fixació de catèter,clamps, 3 bioconnectors sense agulla,4 xeringues Luer Lock,1 bisturí bioseguretat activa (BSA),1 safata,1 parell de guants quirúrgics,1 gorra quirúrgica,2 mascaretes quirúrgiques,1 bata,gases,1 torniquet,1 cinta mètrica,3 talles,1 gel monodosi,1 prolongador monopolar,1 beina,2 làmines,1 apòsi, 1 cable ECG. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
015	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) Amb agulla i/o bisturí BSA (bioseguretat activa) de 1,9F a 2,6 F	NO	30043403	Catèter intravascular d'accés central perifèric (PICC), d'1 llum, Pediàtric de poliuretà (PUR), radioopac, Ø1,9F, llargària de 20 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació compost per: 1 agulla de bioseguretat activa (BSA) per a micropunció 24G,1 introductor amb beina pelable,1 guia,1 clamp i tap,gases,1 cinta mètrica,1 apòsit de fixació,1 torniquet. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
015	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) Amb agulla i/o bisturí BSA (bioseguretat activa) de 1,9F a 2,6 F	NO	30043404	Catèter intravascular d'accés central perifèric (PICC), de 2 llums, Pediàtric de poliuretà (PUR), radioopac, Ø2,6F, llargària de 20 (+/-2)cm, marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 agulla de bioseguretat activa (BSA) per a micropunció 24G,1 introductor amb beina pelable,1 guia,1 clamp i tap,gases,1 cinta mètrica,1 apòsit de fixació,1 torniquet. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa central, centrals tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i apòsits fixació

CS/CC00/1101448777/26/AMUP

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari

Lot	Descripció lot	Obligatori S/N	Material	Descripció llarga
015	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) Amb agulla i/o bisturi BSA (bioseguretat activa) de 1,9F a 2,6 F	NO	30066829	Catèter PICC, 2 llums, PUR, radioopac, Ø2,6F, llarg 50(+/-2)cm, marques penetració, aletes fixació, agulla BSA per a micropunció de 24G, introductor a/beina pelable, guia, clamp, tap, gasa, cinta mètrica, apòsit de fixació, torniquet. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
016	Càters PICC BS per eco guiada i/o amb localització d'ona P i accessoris	SI	30031062	Equip guia-agulla de 21G amb gel conductor estèril, bandes elàstiques i funda per a la sonda de l'ecògraf, per a implantació de catèters centrals d'inserció perifèrica (PICC) i central compatible amb sistema monitor Site-Rite 5 o equivalent.
016	Càters PICC BS per eco guiada i/o amb localització d'ona P i accessoris	SI	30031595	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, depoliuretà (PUR), radioopac, Ø3F, llargària 45 (+/5)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 catèter curt debioseguretat activa (BSA), 1 guia nitinol de 0,018(0.46mm), 1 agulla introductora 21G de bioseguretat activa (BSA), 1 microintroductor 7 (+/-0,5)cm, 1 dispositiu fixació de catèter, 1 clamp, 1 tap, 1 xeringa, 1 bisturi de bioseguretat activa (BSA), 1 cinta mètrica. Estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
016	Càters PICC BS per eco guiada i/o amb localització d'ona P i accessoris	SI	30034722	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, depoliuretà (PUR), radioopac, Ø4F, llar marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 catèter curt 20G de bioseguretat activa (BSA), 1 guia de nitinol recte de 0,018(0.46mm) x 55 (+/-2)cm amb sistema de posicionament de la punta, 1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA), 1 agulla introductora de 21G, 1 microintroductor 7 (+/-0,5)cm, 1 dilatador, 1 apòsit adhesiu, 1 apòsit fixació de catèter, 1 clamp, 1 tap, 1 xeringa, 1 bisturi de bioseguretat activa (BSA), 1 talla absorbent i 1 talla fenestrada, 1 parell de guants, 1 gorra quirúrgica, 1 mascareta, 1 bata, gases, 1 torniquet, 1 cinta mètrica, 1 tovallola, 1 gel conductor, Derivacions ECG, 1 beina, 1 suport de control remot i del sensor. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sistema de localització d'ona P per a confirmació de col·locació correcta de la punta del catèter tipus Sherlock 3CG o equivalent.
016	Càters PICC BS per eco guiada i/o amb localització d'ona P i accessoris	SI	30034723	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llums D18G/P18G, llargària 50 (+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 catèter curt 20G de bioseguretat activa (BSA), 1 guia de nitinol recte de 0,018(0.46mm) x 55 (+/-2)cm amb sistema de posicionament de la punta, 1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA), 1 agulla introductora de 21G, 1 microintroductor 7 (+/-0,5)cm, 1 dilatador, 1 apòsit adhesiu, 1 apòsit fixació de catèter, 1 clamp, 1 tap, 1 xeringa, 1 bisturi de bioseguretat activa (BSA), 1 talla absorbent i 1 talla fenestrada, 1 parell de guants, 1 gorra quirúrgica, 1 mascareta, 1 bata, gases, 1 torniquet, 1 cinta mètrica, 1 tovallola, 1 gel conductor, Derivacions ECG, 1 beina, 1 suport de control remot i del sensor. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sistema de localització d'ona P per a confirmació de col·locació correcta de la punta del catèter tipus Sherlock 3CG o equivalent.
016	Càters PICC BS per eco guiada i/o amb localització d'ona P i accessoris	SI	30034724	Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 3 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø6F, llums D17G/M19/P17G, llargària de 50(+/-2)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 catèter curt 20G de bioseguretat activa (BSA), 1 guia de nitinol recte de 0,018(0.46mm) x 55 (+/-2)cm amb sistema de posicionament de la punta, 1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA), 1 agulla introductora de 21G, 1 microintroductor 7 (+/-0,5)cm, 1 dilatador, 1 apòsit adhesiu, 1 apòsit fixació de catèter, 1 clamp, 1 tap, 1 xeringa, 1 bisturi de bioseguretat activa (BSA), 1 talla absorbent i 1 talla fenestrada, 1 parell de guants, 1 gorra quirúrgica, 1 mascareta, 1 bata, gases, 1 torniquet, 1 cinta mètrica, 1 tovallola, 1 gel conductor, Derivacions ECG, 1 beina, 1 suport de control remot i del sensor. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sistema de localització d'ona P per a confirmació de col·locació correcta de la punta del catèter tipus Sherlock 3CG o equivalent.
016	Càters PICC BS per eco guiada i/o amb localització d'ona P i accessoris	SI	30047625	Equip Catèter intravascular central d'inserció perifèrica (PICC) de 3 llum, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø5F, llargària 50 (+/5)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 catèter curt 20G de bioseguretat activa (BSA), 1 guia de nitinol recte de 0,018(0.46mm) x 55 (+/-2)cm amb sistema de posicionament de la punta, 1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA), 1 agulla introductora de 21G, 1 microintroductor 7 (+/-0,5)cm, 1 dilatador, 1 apòsit adhesiu, 1 apòsit fixació de catèter, 1 clamp, 1 tap, 1 xeringa, 1 bisturi de bioseguretat activa (BSA), 1 talla absorbent i 1 talla fenestrada, 1 parell de guants, 1 barret quirúrgic, 1 mascareta, 1 bata, gases, 1 torniquet, 1 cinta mètrica, 1 tovallola, 1 gel conductor, Derivacions ECG, 1 beina, 1 suport de control remot i del sensor. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sistema de localització d'ona P per a confirmació de col·locació correcta de la punta del catèter tipus Sherlock 3CG o equivalent.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 59 de 80

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa central, centrals tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i apòsits fixació

CS/CC00/110144877/26/AMUP

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari

Lot	Descripció lot	Obligatori S/N	Material	Descripció llarga
016	Càters PICC BS per eco guiada i/o amb localització d'ona P i accessoris	SI	30047626	Equip Catèter central d'inserció perifèrica (PICC) d'1 llum, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø3F, llargària 50 (+/-5)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 catèter curt 20G de bioseguretat activa (BSA), 1 guia de nitinol recte de 0,018(0.46mm) x 55 (+/-2)cm amb sistema de posicionament de la punta, 1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA), 1 agulla introductora de 21G, 1 microintrodutor 7 (+/-0.5)cm, 1 dilatador, 1 apòsit adhesiu, 1 apòsit fixació de catèter, 1 clamp, 1 tap, 1 xeringa, 1 bisturi de bioseguretat activa (BSA), 1 talla absorbent i 1 talla fenestrada, 1 parell de guants, 1 barret quirúrgic, 1 mascareta, 1 bata, gases, 1 torniquet, 1 cinta mètrica, 1 tovallola, 1 gel conductor, Derivacions ECG, 1 beina, 1 suport de control remot i del sensor. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sistema de localització d'ona P per a confirmació de col·locació correcta de la punta del catèter tipus Sherlock3CG o equivalent.
016	Càters PICC BS per eco guiada i/o amb localització d'ona P i accessoris	SI	30047627	Catèter central d'inserció perifèrica (PICC) d'2 llums, de poliuretà (PUR), radioopac, Ø4F, llargària 50 (+/-5)cm amb marques de penetració i aletes de fixació, compost per: 1 catèter curt 20G de bioseguretat activa (BSA), 1 guia de nitinol recte de 0,018(0.46mm) x 55 (+/-2)cm amb sistema de posicionament de la punta, 1 agulla de 25G de bioseguretat activa (BSA), 1 agulla introductora de 21G, 1 microintrodutor 7 (+/-0.5)cm, 1 dilatador, 1 apòsit adhesiu, 1 apòsit fixació de catèter, 1 clamp, 1 tap, 1 xeringa, 1 bisturi de bioseguretat activa (BSA), 1 talla absorbent i 1 talla fenestrada, 1 parell de guants, 1 barret quirúrgic, 1 mascareta, 1 bata, gases, 1 torniquet, 1 cinta mètrica, 1 tovallola, 1 gel conductor, Derivacions ECG, 1 beina, 1 suport de control remot i del sensor. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sistema de localització d'ona P per a confirmació de col·locació correcta de la punta del catèter tipus Sherlock 3CG o equivalent."
017	Introdctors i accessoris intravasculars	NO	30032520	Catèter introductor amb vàlvula hemostàtica, de poliuretà (PUR), de Ø8.5F x 10 (+/-1)cm de llargària i màniga de 80 (+/-5)cm de llargària, compost per: 1 dilatador radioopac de 6F, 1 guia en "J" i recta de 0,035"(0,89mm) x 45 (+/-2)cm de llargària, 1 obturador de 8F, Gases. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
017	Introdctors i accessoris intravasculars	NO	30035648	Adaptador/extensió de cable ECG salí d'exploració endovascular en cateterisme venós central amb senyal intraauricular p/confirmació posició punta catèter. Estèril, lliure de làtex. DEHP, 1ús. Vigocoard 2 o equivalent.
017	Introdctors i accessoris intravasculars	NO	30037991	Introdutor per accés vascular per a tècnica micro-seldinger, de 4F, compost per: 1 agulla punció amb punta ecogènica de 21G x 7 (+/-1)cm, 1 guia de nitinol "J" i 1 passa guia, 1 dilatador pelable de 7 (+/-1)cm, 1 bisturi de seguretat, 1 xeringa. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
017	Introdctors i accessoris intravasculars	NO	30052211	Equip d'accessoris per a navegació amb tecnologia electromagnètica d'un catèter central d'inserció perifèrica (PICC) compost per: estilet amb connector en T" ECG, guia 0,015"(0,38mm) x 74 (+/-5)cm, elèctrodes ECG. Compatible amb VPS Rhythm o equivalent. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
017	Introdctors i accessoris intravasculars	NO	30052302	Introdutor per accés vascular per a tècnica micro-seldinger, de 2F, compost per: 1 agulla punció de 24G x 19 (+/-2)mm, 1 guia de nitinol de 20(+/-2)cm, 1 dilatador con canula pelable de 2F x 18 (+/-2)mm. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.
017	Introdctors i accessoris intravasculars	NO	30054025	Introdutor per accés vascular per a tècnica micro-seldinger, de 5F, compost per: 1 agulla punció amb punta ecogènica, de seguretat, de 21G x 7 (+/-1)cm, 1 guia de nitinol "J" i 1 passa guia, 1 dilatador pelable de 7 (+/-1)cm, 1 bisturi de seguretat, 1 xeringa. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
017	Introdctors i accessoris intravasculars	NO	30059953	Catèter introductor amb vàlvula hemostàtica, de poliuretà (PUR), de Ø6F x 10 (+/-1)cm de llargària i màniga de 30,5 (+/-2)cm de llargària, compost per: 1 dilatador radioopac de 6F, 1 guia en "J" i recta de 0,035"(0,89mm) x 45 (+/-2)cm de llargària, 1 obturador de 8F, Gases. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
017	Introdctors i accessoris intravasculars	NO	30059954	Catèter introductor amb vàlvula hemostàtica, de poliuretà (PUR), de Ø8F x 10 (+/-1)cm de llargària i màniga de 80 (+/-5)cm de llargària, compost per: 1 dilatador radioopac de 6F, 1 guia en "J" i recta de 0,035"(0,89mm) x 45 (+/-2)cm de llargària, 1 obturador de 8F, Gases. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
017	Introdctors i accessoris intravasculars	NO	30061189	Equip inserció PICC accés vascular tècnica seldinger 5F: agulla punció punta ecogènica 21G x 7cm, guia nitinol 0,018(0,46mm) x 45cm, 1 i introductor pelable 5Fr x 7cm, radioopac sobre dilatador 5Fr, 1 bisturi segur, clavaagulles. Estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.
017	Introdctors i accessoris intravasculars	NO	30063595	Equip inserció PICC accés vascular sense catèter, funda curta: 2 "J"eringues precarregades 10ml NaCl 0,9%, 1 torniquet, safata 2tovallols petites, 2càpsules, bossa, gases, gel 20ml, 1 "J"eringa luer-slip 5ml, 1 funda petita, protecció adhesiva per agulla/fulla, agulles (18G-40/25G-25/21G-38mm), bata XL, doble camp quirúrgic, 240x235cm +/-10cm i talla 75x90cm +/-5cm, estèril, d'un sol ús
017	Introdctors i accessoris intravasculars	NO	30063687	Equip de reparació per a catèter venós central (CVC), segment extern a substituir de diàmetre 7mm, blanc, consta de: maneguet, connector del segment, tap, tub adhesiu de grau mèdic, xeringa. Agulla de 18G i instruccions d'ús. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús .
017	Introdctors i accessoris intravasculars	NO	30063781	Equip de punció de 18 G, per a profunditats d'1,5/2,0/3,5 cm. Inclou: talla, cintes elàstiques, gel i funda per a ecògraf. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sistema monitor Site-Rite o equivalent.
017	Introdctors i accessoris intravasculars	NO	30066238	Agulla metàlica per a tunelització catèter de sílicona o PUR de llarga duració, diàmetre 2,2mm, longitud 24cm +/-2cm, per a catèters de diàmetre intern superior o igual a 0,5mm fins a 1,2mm. Estèril. lliure de làtex. Un sol ús.

Pàgina 11



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 60 de 80

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa central, centrals tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i apòsits fixació

CS/CC00/1101448777/26/AMUP

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari

Lot	Descripció lot	Obligatori S/N	Material	Descripció llarga
018	Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters	NO	30002817	Làmina adhesiva de poliuretà transparent, impermeable, transpirable, hipoal·lèrgic i elàstic, amb marc d'aplicació, mida total 10cm x 12cm+/-2cm, sense làtex. Estèril.
018	Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters	NO	30003146	Làmina adhesiva de poliuretà transparent, impermeable, transpirable, hipoal·lèrgic i elàstic, amb marc d'aplicació, amb fenadura, mida total 6cm x 7cm +/-1cm, sense làtex. Estèril.
018	Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters	NO	30006545	Làmina adhesiva de poliuretà transparent, impermeable, transpirable, hipoal·lèrgic i elàstic, amb marc d'aplicació, mida total 10cm x 25cm+/-2cm, sense làtex. Estèril.
018	Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters	NO	30007987	Làmina adhesiva de poliuretà transparent, impermeable, transpirable, hipoal·lèrgic i elàstic, amb marc d'aplicació, mida total 4,4cm x 4,4cm+/- 0,5cm, sense làtex. Estèril.
018	Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters	NO	30008280	Làmina adhesiva de poliuretà transparent, impermeable, transpirable, hipoal·lèrgic i elàstic, amb marc d'aplicació, mida total 15cm x 20cm+/-2cm, sense làtex. Estèril.
019	Apòsits estèrils laminars amb reforç per a fixació de catèters	NO	30008279	Apòsit per a fixació de catèter, PU transparent, impermeable, transpirable, amb marc d'aplicació, fenadura i reforçat amb teixit sense teixir, mida total 9cm x 12cm +/-1cm. Lliure de làtex. Estèril.
019	Apòsits estèrils laminars amb reforç per a fixació de catèters	NO	30042729	Apòsit per a fixació de catèter, semipermeable, elàstic, amb marc d'aplicació i tires adhesives, reforç de teixit sense teixir a tot l'apòsit menys zona inserció de PU transparent, mida total 7x8cm (+/-1) cm. Lliure de làtex. Estèril.
020	Apòsits estèrils amb clorhexidina per a fixació de catèters	NO	30032279	Apòsit per a fixació de catèter amb clorhexidina, PU transparent, semipermeable, revestiment adhesiu en malla acrílica amb marc d'aplicació i reforç de teixit sense teixir al perímetre, fenadura, mida total 9cm x 12cm +/-1cm. Lliure de làtex. Estèril.
020	Apòsits estèrils amb clorhexidina per a fixació de catèters	NO	30034398	Apòsit per a fixació de catèter amb clorhexidina, PU transparent, semipermeable, revestiment adhesiu en malla acrílica amb marc d'aplicació i reforç de teixit sense teixir al perímetre, fenadura, mida total 7cm x 8,5cm +/-1cm. Lliure de làtex. Estèril.
021	Sistemes de retenció sense sutura	NO	30012751	Apòsit/dispositiu fixació de catèter amb dispositiu de retenció integrat en el cos adhesiu, per a fixació, amb fils de catèters venosos centrals. Lliure de làtex. Estèril
021	Sistemes de retenció sense sutura	NO	30015243	Apòsit/dispositiu fixació de catèter amb dispositiu de retenció integrat en el cos adhesiu, per a fixació de catèters de 5F a 16F. Lliure de làtex. Estèril
021	Sistemes de retenció sense sutura	NO	30018261	Apòsit/dispositiu fixació de catèter, d'escuma, amb dispositiu de retenció integrat en el cos adhesiu, per a fixació de catèters PICC. Lliure de làtex. Estèril
021	Sistemes de retenció sense sutura	NO	30028643	Apòsit/dispositiu fixació de catèter, d'escuma, amb dispositiu de retenció integrat en el cos adhesiu, per a fixació de catèters epidurals de 18F. Lliure de làtex. Estèril
021	Sistemes de retenció sense sutura	NO	30029460	Apòsit adhesiu fixació de catèter de teixit sense teixir (TNT), fixació amb tira adhesiva, per a fixació de catèter. Hipoal·lèrgic. Lliure de làtex. Estèril.
021	Sistemes de retenció sense sutura	NO	30038742	Apòsit/dispositiu fixació de catèter, d'escuma, amb dispositiu de retenció integrat en el cos adhesiu, per a fixació de catèters PICC pediàtrics de diferents mides. Lliure de làtex. Estèril
021	Sistemes de retenció sense sutura	NO	30041519	Apòsit/Dispositiu de retenció integrat al cos per fixació de catèter adhesiu silicona, transpirable, amb finestra transp semipermeable, amb tires reforç de teixit sense teixir, fenadura, mida total apòsit 8,5x11,5(+/-1)cm. Lliure de làtex. Estèril
021	Sistemes de retenció sense sutura	NO	30051254	Apòsit adhesiu fixació de catèter de teixit sense teixir (TNT), fixació amb tira adhesiva, per a fixació de catèter PICC adult universal. Mida total 9cm x 3,5cm +/-0,5cm. Hipoal·lèrgic. Lliure de làtex. Estèril.
021	Sistemes de retenció sense sutura	NO	30051297	Apòsit /dispositiu fixació de catèter Pediàtric de teixit sense teixir(TNT), fixació amb tira adhesiva, per a fixació de catèter PICC . Mida total 4,2cm x 3,8cm +/-0,5cm. Hipoal·lèrgic. Lliure de làtex. Estèril.
021	Sistemes de retenció sense sutura	NO	30052298	Apòsit/Dispositiu fixació universal de catèter venós central (CVC), mida total 5.08cm x 8.89cm +/-0,5cm amb dispositiu de retenció integrat en el cos adhesiu i protecció amb film impermeable. Lliure de làtex. Estèril.
021	Sistemes de retenció sense sutura	NO	30059890	Apòsit adhesiu fixació de catèter de teixit sense teixir (TNT), fixació amb tira adhesiva, per a fixació de catèter CVC adult universal. Mida total 9cm x 5,0cm +/-0,5cm. Hipoal·lèrgic. Lliure de làtex. Estèril.

Pàgina 12

Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 61 de 80

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa central, centrals tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i apòsits fixació

CS/CC00/1101448777/26/AMUP

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari

Lot	Descripció lot	Obligatori S/N	Material	Descripció llarga
021	Sistemes de retenció sense sutura	NO	30068363	Apòsit adhesiu fixació catèters PICC neonat/prematur, teixit sense teixir (TNT) amb adhesiu de contacte d'òxid de zinc grau mèdic, paper protector de l'adhesiu de silicona, tancament tira de niló, mida total 7cmx3cm +/-2cm, hipoal·lèrgic, compatible amb l'ús de guants, lliure de làtex. Estèril, un sol ús.
022	Sistemes d'ancoratge subcutàni	SI	30042652	Dispositiu fixador catèters 5F, fixació punt inserció amb potes ancoratge a teixit subcutani, de nitinol, cos de poliuretà (PP), canal de col·locació catèter d'elastòmer. Longitud de 3 (+/-1)cm, amplada de 2,6 (+/-0,5)cm. Compatible amb ressonància magnètica nuclear (RMN). Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
022	Sistemes d'ancoratge subcutàni	SI	30042653	Dispositiu fixador catèters 6F, fixació punt inserció amb potes ancoratge teixit subcutani, de nitinol, cos (PP), canal col·locació catèter d'elastòmer. Longitud 3(+/-1)cm, amplada 2,6(+/-0,5)cm. Compatible RMN. Estèril,s/làtex,d'un sol ús
022	Sistemes d'ancoratge subcutàni	SI	30042654	Dispositiu fixador catèters 8F, fixació punt inserció amb potes ancoratge a teixit subcutani, de nitinol, cos de poliuretà (PP), canal de col·locació catèter d'elastòmer. Longitud de 3 (+/-1)cm, amplada de 2,6 (+/-0,5)cm. Compatible amb ressonància magnètica nuclear (RMN). Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
022	Sistemes d'ancoratge subcutàni	SI	30063828	Dispositiu fixador catèters 3F, fixació punt inserció amb potes ancoratge a teixit subcutani, de nitinol, cos de poliuretà (PP),canal de col·locació catèter d'elastòmer. Longitud de 3 (+/-1)cm, amplada de 2,6 (+/-0,5)cm. Compatible amb ressonància magnètica nuclear (RMN). Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
022	Sistemes d'ancoratge subcutàni	SI	30063829	Dispositiu fixador catèters 4F, fixació punt inserció amb potes ancoratge a teixit subcutani, de nitinol, cos de poliuretà (PP) canal de col·locació catèter d'elastòmer. Longitud de 3 (+/-1)cm, amplada de 2,6 (+/-0,5)cm. Compatible amb ressonància magnètica nuclear (RMN). Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.
023	Altres sistemes de retencio	NO	30006944	Apòsit/dispositiu fixació de catèter amb dispositiu de retenció integrat en el cos adhesiu, per a fixació de catèters de hemodiàlisi paral·lels. Lliure de làtex. Estèril
023	Altres sistemes de retencio	NO	30053970	Adhesiu fixació catèter, composició líquida de cianoacrilat de 2-octil i cianoacrilat de butil, amb colorant violeta, 0,15ml. Estèril, envàs individual, un sol ús.
023	Altres sistemes de retencio	NO	30067739	Apòsit per a fixació de catèter epidural transparent multicapa amb coixinet de fibra absorbent cel·lulosa filada 1,1mm coberta i envoltada de pel·lícula de PUR 0,02mm, amb dispositiu integrat d'estabilització de catèter, amplada 8,89cm, longitud 15,88cm +/-2cm, adhesiu base acrílica biocompatible. Ús fins a 7 dies. Lliure de làtex. Estèril.
024	Escumes de poliuretà	NO	30068122	Apòsit d'escuma de poliuretà absorbent hidròfil amb clorhexidina, rodó, mida diàmetre 1,9cm (+/-0,2cm), indicat en catèters per inserció perifèrica, centrals, venoso, arterial. Estèril. Lliure de làtex.
025	Catèters de Galactografia	NO	30004282	Equip de galactografia per a mit"J"à de contrast dels conductes mamaris, compost per cànula d'in"J"ecció recta 30G, 2 dilatadors amb codificació de colors segons Ø, ambdós extrems distals roms, xeringa, estèril, lliure de làtex, d'un sol ús
025	Catèters de Galactografia	NO	30005995	Equip de galactografia compost per: cànula corba diàmetre 0,4mm, tub connexió 20 (+/-2), 2 dilatadors, connexió luer-lock transparent. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51



ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101448777_2bis



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 63 de 80



ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 64 de 80



S'ha d'omplir el Excel Licitació 1101448777_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya *Oferta*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conifcada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofílic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conifcada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A- Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofílic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angulada,longitud entre 180cm i									



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 65 de 80

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Oferta

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Oferta

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B . Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V .	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l' agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 66 de 80



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 67 de 80

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:
Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:
Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 69 de 80

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 70 de 80

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient		Codi SAP
CS/CC00/1101448777/26/AMUP	Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa central, centrals tunelitzats, PICC, altres catèters, accessoris i dispositius de fixació		
Descripció codi SAP o codi Agrupador			Codi Agrupador
			LOT
			Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom		Fabricant (SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *		Mètode d'esterilització *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe			
(SI/NO)			
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris			
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material			
Altres acreditacions i/o auto certificació			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecIndv_pag1.xls



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 71 de 80



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 72 de 80

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitari (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 73 de 80

ANNEX D2 LLISTAT RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. Expedient

CS/CC00/1101448777/26AMUP

Descripció expedient

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

[illegible]

Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán 31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 74 de 80

ANNEX D3 - Fitxa de criteris sotmesos a judici de valor



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 75 de 80



**Annex D3 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR:
CS/CC00/1101448777/26/AMUF**

- Lot 018 - Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters
Lot 019 - Apòsits estèrils laminars amb reforç per a fixació de catèters
Lot 020 - Apòsits estèrils laminars amb clorhexidina per a fixació de catèters
Lot 021 - Sistemes de retenció sense sutura

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

CRITERIS JUDICI DE VALOR

Adaptació a la zona a tractar: que l'apòsit cobreixi correctament el punt d'inserció del catèter i que s'adapti a la zona anatòmica a tractar amb fermesa, sense arrugues a la pell i adherit en la totalitat de la seva superfície.

Maneig: es refereix a que el suport adhesiu protegit sigui de fàcil retirada abans de la col·locació de l'apòsit i sense pèrdua de capacitat adhesiva.

Retirada: es necessari que l'apòsit una vegada retirat, la pell no presenti cap lesió de cap tipus degut a l'acció de l'apòsit com eritemes, edemes, i pèrdua de continuïtat de la pell. També es valorarà la facilitat per a retirada i que sigui indolora.

**En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb la documentació i/o resums amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada**

Per veure que es demana de forma ampliada, veure ANNEX 4 del PCAP.



Doc. original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 76 de 80



ANNEX D4

Llista-Resum de criteris objectius d'adjudicació

Aquest model es troba en format informàtic



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 77 de 80

ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 78 de 80



S'ha d'omplir l'Excel **ANNEX_D4_1101448777**

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. **Pestanya proveïdor**

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. **Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor**

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor**

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 79 de 80

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya Lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació.
Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcta.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situï entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat.III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situï entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant,creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjecc coll.Costures segella sense cosí,zona crítica.Mida M,llarg 115cm,2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia,TST,total resistència penetració líquids i transpira,subjecc davant, creuada darrera,màniga llarga,punys tricot,sist subjecc coll.Costures segella s/cosí,zona crítica.Mida L,L,llarg 142cm, 2 eixugam.Lliure làtex,estèril,1ús.	Si	Si	Si	No



Doc.original signat per:
Laura Leiva Barragán
31/10/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 12/11/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0J2FWH6NOD54MDO4DLJ231SB3JT26XJJ

Data creació còpia:
12/11/2025 09:38:51

Pàgina 80 de 80