

Resolució d'esmena d'errors tipogràfics

Atès que en data 26 de novembre del 2025 l'òrgan de contractació del Consorci Sanitari de Terrassa va aprovar l'expedient del **lloguer, instal·lació, posada en marxa i formació de quinze (15) ecògrafs digitals per al seu ús a Atenció Primària i Comunitària (APiC) del Consorci Sanitari de Terrassa;**

Juntament amb l'expedient es va aprovar el Plec Tipus de Clàusules Administratives Particulars, el quadre de característiques específiques i el Plec de Prescripcions Tècniques que regeixen l'objecte de contractació;

Havent-se detectat un error tipogràfic al Plec de Prescripcions Tècniques, concretament a l'apartat 6 Qualitat d'imatge i processament.

A fi i efecte que els licitadors interessats puguin tenir coneixement de l'esmentada informació per poder formular les seves proposicions i en garantia dels principis de publicitat, de transparència i d'igualtat en l'accés a la licitació;

A l'empara de la facultat d'esmena dels errors tipogràfics regulada a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en compliment del que disposa l'article 136 de la Llei 9/2018, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic;

RESOLC:

Primer: Esmenar el Plec de Prescripcions Tècniques, apartats 6, Qualitat d'imatge i processament.

Plec de Prescripcions Tècniques

Apartat 6 Qualitat d'imatge i processament

On diu:

El monitor principal tindrà una mida mínima de 21" (15,6")

Ha de dir:

El monitor principal tindrà una mida mínima de 15,6"

Segon.-. Publicar aquesta resolució d'esmena d'error a la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Sr. Ferran Garcia Cardona
Director Gerent
del Consorci Sanitari de Terrassa