

**INFORME TÈCNIC PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ**

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Expedient número</b> | <b>26SM0024P EQUIPS INFUSIÓ ELASTÒMERS (AMB CESSIÓ)</b> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|

Informe que s'emet en relació a les ofertes presentades per les empreses licitadores a l'expedient referenciat.

Vistes les documentacions trameses per la Mesa de Contractació, un cop examinades d'acord amb els criteris d'adjudicació que s'estableixen a la documentació rectora de l'esmentat expedient, aquests Serveis arriben a les següents conclusions.

|             |                                   | <b>Empresa presentada</b> |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Lot</b>  | <b>Descripció</b>                 | <b>Baxter SL</b>          |
| <b>EB09</b> | <b>BOMBA INFUSIÓ ELASTOMÈRICA</b> | ✓                         |

**Dra. Mònica Gómez Valent**  
Direcció del Servei de Farmàcia

Sabadell, datat i signat digitalment

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Expedient número | 26SM0024P EQUIPS INFUSIÓ ELASTÒMERS (AMB CESSIÓ) |
| Lot              | EB01 BOMBA INFUSIÓ ELASTOMÈRICA                  |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Empresa presentada |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Baxter SL          |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Criteris de valoració                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Puntuació          | Motius, si la puntuació no és la màxima.                                                                                                                                                                                                              |
| A) Composició del material i el seu comportament (fins a 32 punts)         | Presentació d'estudis d'estabilitat amb fàrmacs que sigui majors que la mínima demanada a les característiques obligatòries. (fins a 3 punts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | Seguretat i suavitat en la connexió luer-lock dels elastòmers a les línies de pacient (fins a 2 punt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | Escala de mesura nítida (fins a 1 punt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | Disposar d'un marcatge a la carcassa exterior pel seguiment del buidat del globus elastomèric que faciliti la visualització correcta del volum (fins a 3 punts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | Que no es colzi (fins a 1 punt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | Es valorarà positivament que incloguin un dispositiu de suport i transport de l'equip (fins a 2 punts).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | Es valorarà positivament disposar d'elastòmers que perfonguin en 3-4 hores (fins a 1 punt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                  | En la documentació presentada, indiquen que l'elastòmer que més s'hi aproxima té un volum màxim de 275ml, i no arribaria ben bé a les 3 hores d'infusió.                                                                                              |
|                                                                            | Que es disposi de les següents mides al catàleg: 100 ml en 30 minuts, 100 ml en 60 minuts, 250 ml en 24 hores i de 500 ml en 24 h. (fins a 1 punt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | Estabilitat de fàrmacs per als articles 100001577, 100001591, 100001080, 100001081 i 100002354. Es valorarà positivament informació d'estabilitat amb els següents fàrmacs:<br>•Ampicil·lina: 1 punt<br>•Cefiderocol: 1 punt<br>•Ceftarolina: 1 punt<br>•Ceftolozano-Tazobactam: 1 punt<br>•Ceftazidima- Avibactam: 1 punt<br>•Anidulafungina: 1 punt<br>•Micafungina: 1 punt<br>•Fluconazol: 1 punt<br>•Voriconazol: 1 punt<br>•Isavuconazol: 1 punt<br>•Meropenem: 1 punt<br>•Imipenem: 1 punt<br>•Levofloxacino: 1 punt<br>•Teicoplanina: 1 punt<br>•Tigeciclina: 1 punt<br>•Remdesivir: 1 punt<br>•Rifampicina: 1 punt<br>•Linezolid: 1 punt | 1                  | En el document que presenten, indiquen que compleixen ceftazidima/avibactam i meropenem, sense indicar l'estabilitat d'aquests fàrmacs. Hem comprovat directament en StabForum, i de meropenem sí que hi ha estudis però de ceftazidima/avibactam no. |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B) Tipus d'embalatge i forma de presentació del producte: (fins a 3 punts) | Tipus d'obertura: ràpida, sense trencament, mínima força... (fins a 1 punts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | Ràpida i fàcil visualització de les diferents característiques i especificitats del producte: nº lot, data de caducitat, composició, referència, volum mínim i màxim... (fins a 1 punt).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | Embalatge: que hi figuri que és lliure de làtex. SI (1 punt) – NO (0 punts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C) Bomba per omplir els elastòmers (fins a 15 punts):                      | Pes de la bomba. Es valorarà positivament que la bomba sigui menys pesada (fins a 2 punts).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | Volum de la bomba. Es valorarà positivament que tingui menys volum (fins a 2 punts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | Precisió i rapidesa (fins a 5 punts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | Facilitat d'ús (fins a 4 punts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | Possibilitat de programar per més unitats de preparació que les sol·licitades en el plec tècnic, per exemple: mg, g (fins a 2 punts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Valoració Global (màxim 50 punts)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |