

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL FUNGIBLE VINCULAT A DIVERSOS APARELLS MÈDICS I
SOFTWARES, PER L'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA.**

EXP. CONTR/2025/0000000157

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT

ÍNDEX

1 ANTECEDENTS	3
2 OBJECTE	3
2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)	5
2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)	5
2.3 DURADA DEL CONCURS:	5
3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE	5
3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS	5
3.2 REQUERIMENTS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE	38
4 DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	39
4.1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA	40
4.2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA	40
4.3. OFERTA ECONÒMICA (VALORABLE)	40
5 CRITERIS OBJECTIUS O AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT	40
6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT	41
7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ	42
8 DADES DE CONTACTE	43
9 ANNEXES.	44
9.1 ANNEX 1. PLA DE NECESSITATS	44
9.2 ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA ECONÒMICA I RÀPEL	52

1 ANTECEDENTS

L'**Institut d'Assistència Sanitària (IAS)** és una empresa pública que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar i Família. Presta al conjunt de la Regió Sanitària de Girona, serveis d'atenció especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic, així com atenció primària. Gestiona l'Edifici Santa Caterina (hospital general bàsic de La Selva interior i part del Gironès) i el Parc Hospitalari Martí i Julià.

2 OBJECTE

A/ L'objecte del present expedient és l'adquisició del material fungible necessari pel subministrament de diversos aparells mèdics i softwares vinculats a un únic proveïdor per tal de poder cobrir les necessitats de l'Institut d'Assistència Sanitària. El detall de cada lot amb el seu objecte i els requeriments tècnics del material fungible associat és al punt 3.1 del present Plec de Prescripcions Tècniques a la pàg. 5.

La contractació és per procediment negociat sense publicitat. Cada licitadora només podrà presentar una sola oferta per cada lot licitat, tanmateix haurà de ser per la totalitat dels articles que conformen el lot. No s'admeten ofertes variants.

LOT	DESCRIPCIÓ	TOTAL SENSE IVA 1 ANUALITAT	TOTAL SENSE IVA 3 ANUALITATS	% IVA
1	MATERIAL FUNGIBLE PER AL <u>MONITOR</u> <u>TRANSCUTANI SENTEC</u>	1.295,00 €	3.885,00 €	21%
2	MATERIAL FUNGIBLE PER ALS <u>CARROS</u> <u>D'ANESTÈSIA</u>	2.442,50 €	7.327,50 €	21%
3	MATERIAL FUNGIBLE PER AL <u>MONITOR WELCH</u> <u>ALLYN</u>	46.900,00 €	140.700,00 €	21%
4	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>ESTERILITZADOR</u> <u>STERRAD 100NX</u>	1.508,94 €	4.526,82 €	21%
5	MATERIAL FUNGIBLE PER LA <u>CONSOLA MOTOR</u> <u>DE FRESAT CONMED</u>	30.838,67 €	92.516,01 €	21%
6	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>ESTERILITZADOR VAPOR</u> <u>S1000</u>	618,37 €	1.855,11 €	21%
7	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>ESCALFADOR DE FLUIDS</u> <u>RANGER</u>	315,00 €	945,00 €	21%
8	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>DEFIBRIL·LADOR</u> <u>MINDRAY</u>	140,80 €	422,40 €	21%
9	MATERIAL FUNGIBLE PER LA <u>BALANÇA DE</u> <u>PRECISIÓ</u>	31,50 €	94,50 €	21%
10	MATERIAL FUNGIBLE PER LA <u>CENTRIFUGADORA</u> <u>ANGULAR</u>	8.250,00 €	24.750,00 €	10%

11	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>RESPIRADORS</u>	120.894,00 €	362.682,00 €	21%
12	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>CUNA TÈRMICA PANDA WARMER</u>	1.085,00 €	3.255,00 €	21%
13	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>RESPIRADOR PORTÀTIL VENTWAY SPARROW</u>	2.808,25 €	8.424,75 €	10/21%
14	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>ENDOSCOPI</u>	149,76 €	449,28 €	21%
15	MATERIAL FUNGIBLE PER AL <u>MONITOR SENSOR FLOTRAC</u>	8.000,00 €	24.000,00 €	21%
16	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>SISTEMA PRONEVIEW</u>	1.230,00 €	3.690,00 €	21%
17	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>ANALITZADOR AFINION2</u>	2.880,00 €	8.640,00 €	21%
18	MATERIAL FUNGIBLE PER AL <u>MONITOR DE GASOS</u>	4.080,00 €	12.240,00 €	21%
19	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>RESPIRADOR NEONATAL</u>	1.728,00 €	5.184,00 €	21%
20	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>HUMIFICADOR RESPIRATORI</u>	14.950,00 €	44.850,00 €	21%
21	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>IMPRESSORES DE POLSERES</u>	746,80 €	2.240,40 €	21%
22	MATERIAL FUNGIBLE PER LA <u>TORRE DE LAPAROSCÒPIA 3D 4K</u>	1.623,20 €	4.869,60 €	21%
23	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>VIDEOLARINGOSCOPI C-MAC</u>	4.260,20 €	12.780,60 €	21%
24	MATERIAL FUNGIBLE PER LA <u>TORRE AUTOCON III 400</u>	10.951,20 €	32.853,60 €	21%
25	MATERIAL FUNGIBLE PER AL <u>MONITOR FETAL PHILIPS</u>	1.242,00 €	3.726,00 €	21%
26	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>SISTEMA PUREGRAFT</u>	8.878,40 €	26.635,20 €	21%
27	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>VIDEOPROCESSADPR REDPINE</u>	15.000,00 €	45.000,00 €	21%
28	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>ESPIRÒMETRE DATOSPIR TOUCH</u>	480,00 €	1.440,00 €	21%
29	MATERIAL FUNGIBLE PER ELS <u>VIDEOLARINGOSCOPI GLIDESCOPE</u>	9.880,00 €	29.640,00 €	21%
30	MATERIAL FUNGIBLE PER <u>ANALITZADOR HEMOGLOBINA HEMOCUE</u>	677,75 €	2.033,25 €	21%
TOTAL		303.885,34€	911.656,02	

Els preus unitaris corresponents als articles integrants de cadascun dels lots, estan referenciats a **l'ANNEX 1 – PLA DE NECESSITATS (pàg. 44 i s.). Les quantitats de consum són orientatives i no representen un compromís de consum anual**, sinó que podran ser superiors o inferiors, depenent de les necessitats assistencials del nostre centre. Els preus són per unitat de producte.

2.1 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (P.B.L.)

El pressupost base de licitació (P.B.L.) **pels TRES anys** d'aquest expedient és de:

P.B.L. total sense IVA:	911.656,02 €
Import total amb IVA:	1.100.081,57€

2.2 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (V.E.C.)

Pressupost base de licitació: **911.656,02 €** (SENSE IVA) (10/21% IVA) 3 ANYS.
Pròrrogues: SI.= 303.885,34 € + 303.885,34 € = **607.770,68 €**
Possibles opcions eventuais: SI. Modificació 20% = **182.331,20 €**
Import total VEC = **911.656,02 € + 607.770,68 € + 182.331,20 € = 1.701.757,90 €** (10/21% SENSE IVA)

2.3 DURADA DEL CONCURS:

La durada del concurs **serà de TRES anys prorrogable per DUES anualitats més** en cas d'acord entre les dues parts.

3 REQUERIMENTS TÈCNICS DE L'OBJECTE

3.1 REQUERIMENTS TÈCNICS ESPECÍFICS

Ateses les diferents característiques dels articles objecte de la licitació, s'indica a continuació les característiques tècniques mínimes que conformen l'objecte contractual. L'incompliment d'un requeriment tècnic específic, serà causa d'exclusió de la licitació.

Les característiques, mides i valors dels articles relacionats a continuació podran ser aproximades amb un mínim de variació, essent la Unitat Tècnica la que avaluarà si el material presentat per cada licitadora, s'ajusta a les necessitats del centre, de la part assistencial i del pacient. En el cas de no ajustar-se, l'oferta podrà quedar exclosa.

LOT 1 – MATERIAL FUNGIBLE PER AL MONITOR TRANSCUTANI SENTEC

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de Hospital de Dia, d'un monitor de pacient transcutani de la marca Sentec, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 1

L'objecte del lot 1 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
53901	Z A/P CLIP ORELLA MONITOR DIGI TC SENTEC
53906	Z ANELL APLI ADULT/PEDI MONITOR TC SENTEC
53907	Z ADHESIU ANELL APLIC MONITOR DIG TC SENTE

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 1:

53901 – Z A/P CLIP ORELLA MONITOR DIGI TC SENTEC

Clip d'orella de polioximetilè per a la fixació del sensor al lòbul de l'orella del pacient.
Ús en pacients adults i pediàtrics amb una superfície de contacte adequada al lòbul de l'orella.
Mides: 3,5cm x 1,1cm x 1,5cm.
D'un sol ús.
Lliure de làtex.

53906 – Z ANELL APLI ADULT/PEDI MONITOR TC SENTEC

Anell de polioximetilè de fixació segura del sensor a la pell del pacient.
Ús en pacients adults i pediàtrics.
Mides: 4,5cm x 4cm x 0,5cm
D'un sol ús.
Lliure de làtex.

53907 – Z ADHESIU ANELL APLIC MONITOR DIG TC SENTE

Proporciona una fixació adhesiva reforçada dels sensors transcutanis.
Mida: 60mm x 40mm.
D'un sol ús.
Lliure de làtex.

LOT 2 – MATERIAL FUNGIBLE PER ALS CARROS D'ANESTÈSIA

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a les seves unitats d'Anestèsia i Quiròfan, de carros d'anestèsia de la marca Gettinge, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 2

L'objecte del lot 2 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54746	A TRAMPA AIGUA DRYLINE 6889352
54747	A CANISTER CAL SODADA U/SOL US 6887738
54748	A FILTRE ASPIRADOR 6887498

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 2:

54746 – A TRAMPA AIGUA DRYLINE 6889352

Trampa d'aigua dissenyada per protegir l'analitzador multigas de la presència d'humitat, secrecions, contaminació bacteriana i partícules sòlides.

Compatible amb els analitzadors de gasos side-stream dels equips d'anestèsia Flow-i i Flow-c de Maquet.

Apte per a ús amb pacients adults i pediàtrics.

Capacitat del contenidor de fluid: 10 ml.

Un sol ús.

54747 – A CANISTER CAL SODADA U/SOL US 6887738

Canister pre-empaquetat per a l'eliminació del diòxid de carboni en circuits d'anestèsia.

Volum de 800ml.

Indicador de color per a la detecció de la saturació de l'absorbent.

Composició química de l'absorbent:

- Aigua: 12 – 19%
- Hidròxid de sodi (NaOH): < 4%
- Hidròxid de calci (Ca(OH)₂): > 75%ç

54748 – A FILTRE ASPIRADOR 6887498

Filtre bacterià hidrofòbic dissenyat per protegir contra la contaminació biològica i la humitat.
Compatible amb el mòdul d'aspiració dels equips d'anestèsia Flow-i i Flow-c de Maquet.
Filtre de PTFE hidrofòbic amb porus de 1 µm.
Connexions per tub de 8 mm.
Diàmetre aproximat 65 mm.
Un sol ús.

LOT 3 – MATERIAL FUNGIBLE PER AL MONITOR WELCH ALLYN

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a les seves unitats d'Hospitalització, d'un monitor model 75CT-2 de la marca Welch Allyn, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 3

L'objecte del lot 3 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
53682	Z MANEGOT ECOCUFF-09 PEDIÀTRIC 15-21CM
54963	MANEGOT ECOCUFF-10 INFANTIL 20-28CM
52286	A MANEC ECOCUFF-11 ADULT 27-38CM
54964	MANEGOT ECOCUFF-12 OBESOS 33-45CM

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 3:

53682 – Z MANEGOT ECOCUFF-09 PEDIÀTRIC 15-21CM

Braçal pressió arterial per un sol pacient, 100% polipropilè.
Connexió i desconexió del tub amb una sola mà.
Número de referència imprès en el braçal.
Mides: 15-21cm.
Port giratori 360º.
Sense làtex, BDA, DEHP o PVC.

54963 – MANEGOT ECOCUFF-10 INFANTIL 20-28CM

Braçal pressió arterial per un sol pacient, 100% polipropilè.
Connexió i desconexió del tub amb una sola mà.
Número de referència imprès en el braçal.
Mides: 20-28cm.
Port giratori 360º.
Sense làtex, BDA, DEHP o PVC.

52286 – A MANEC ECOCUFF-11 ADULT 27-38CM

Braçal pressió arterial per un sol pacient, 100% polipropilè.
Connexió i desconexió del tub amb una sola mà.
Número de referència imprès en el braçal.
Mides: 27-38cm.
Port giratori 360º.
Sense làtex, BDA, DEHP o PVC.

54964 – MANEGOT ECOCUFF-12 OBESOS 33-45CM

Braçal pressió arterial per un sol pacient, 100% polipropilè.
Connexió i desconexió del tub amb una sola mà.
Número de referència imprès en el braçal.
Mides: 33-45cm.
Port giratori 360º.
Sense làtex, BDA, DEHP o PVC.

LOT 4 – MATERIAL FUNGIBLE PER ESTERILITZADOR STERRAD 100NX

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'Esterilització, de esterilitzador mèdics model Sterrad 100NX de Advanced Sterilization Products, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 4

L'objecte del lot 4 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
53533	Z BOBINA PLANA MIXTA 350MMX70M
51489	Z CINTA STERRAD IND.QUIMIC EXTERN

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 4:

53533 – Z BOBINA PLANA MIXTA 350MMX70M

Permet la correcta esterilització i manté l'estanquitat fins a l'obertura.
Compost per dues làmines segellades per calor en dos costats.
Mides: 70m x 350mm

51489 – Z CINTA STERRAD IND.QUIMIC EXTERN

La cinta indicadora química serveix per mostrar l'inici d'un cicle d'esterilització Sterrad i la injecció d'H₂O₂.
Mides: 19mm (ample) x 55cm (llarg).
Fabricada en plàstic no absorbent.

LOT 5 – MATERIAL FUNGIBLE PER LA CONSOLA MOTOR DE FRESAT CONMED

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de ORLS, d'una consola de motor de fresat per ORL de la marca Conmed, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 5

L'objecte del lot 5 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54849	A FRESA ORLS TALL CARBUR 5X48MM
54850	A FRESA ORLS TALL CARBUR 4X48MM
54851	A FRESA ORLS TALL CARBUR 3X48MM
54852	A FRESA ORLS TALL INOX 2,5X48MM

54853	A FRESA ORLS TALL INOX 2X48MM
54854	A FRESA ORLS TALL INOX 1X48MM
54855	A FRESA ORLS TALL INOX 0,7X48MM
54856	A FRESA ORLS TALL INOX 0,5X48MM
54857	A FRESA ORLS DIAMANT FINA 5X48MM
54858	A FRESA ORLS DIAMANT FINA 4X48MM
54859	A FRESA ORLS DIAMANT FINA 3X48MM
54860	A FRESA ORLS DIAMANT FINA 1X48MM
54861	A FRESA ORLS DIAMANT FINA 0,7X48MM
54862	A FRESA ORLS DIAMANT FORTA 4X48MM
54863	A FRESA ORLS DIAMANT FORTA 3X48MM
54864	A TUB REFRIGERACIO/IRRIGACIÓ MOTOR ORLS

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 5:

54849 – A FRESA ORLS TALL CARBUR 5X48MM

Fresa de tall rodó amb punta de carbur, amb diàmetre 5mm.
Longitud de treball de 48mm amb el protector mig i 31mm amb el protector llarg.
Fabricada en acer inoxidable de grau mèdic.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

54850 – A FRESA ORLS TALL CARBUR 4X48MM

Fresa de tall rodó amb punta de carbur, amb diàmetre 4mm.
Longitud de treball de 48mm amb el protector mig i 31mm amb el protector llarg.
Fabricada en acer inoxidable de grau mèdic.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

54851 – A FRESA ORLS TALL CARBUR 3X48MM

Fresa de tall rodó amb punta de carbur, amb diàmetre 3mm.
Longitud de treball de 48mm amb el protector mig i 31mm amb el protector llarg.
Fabricada en acer inoxidable de grau mèdic.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

54852 – A FRESA ORLS TALL INOX 2,5X48MM

Fresa de tall rodó amb punta de carbur, amb diàmetre 2,5mm.
Longitud de treball de 48mm amb el protector mig i 31mm amb el protector llarg.
Fabricada en acer inoxidable de grau mèdic.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

54853 – A FRESA ORLS TALL INOX 2X48MM

Fresa de tall rodó amb punta de carbur, amb diàmetre 2mm.
Longitud de treball de 48mm amb el protector mig i 31mm amb el protector llarg.
Fabricada en acer inoxidable de grau mèdic.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

54854 – A FRESA ORLS TALL INOX 1X48MM

Fresa de tall rodó amb punta de carbur, amb diàmetre 1mm.
Longitud de treball de 48mm amb el protector mig i 31mm amb el protector llarg.
Fabricada en acer inoxidable de grau mèdic.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

54855 – A FRESA ORLS TALL INOX 0,7X48MM

Fresa de tall rodó amb punta de carbur, amb diàmetre 0,7mm.
Longitud de treball de 48mm amb el protector mig i 31mm amb el protector llarg.
Fabricada en acer inoxidable de grau mèdic.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

54856 – A FRESA ORLS TALL INOX 0,5X48MM

Fresa de tall rodó amb punta de carbur, amb diàmetre 0,5mm.
Longitud de treball de 48mm amb el protector mig i 31mm amb el protector llarg.
Fabricada en acer inoxidable de grau mèdic.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

54857 – A FRESA ORLS DIAMANT FINA 5X48MM

Fresa de tall rodó amb punta de diamant fi, amb diàmetre de 5mm.
Longitud de treball de 48mm amb el protector mig i 31mm amb el protector llarg.
Fabricada en acer inoxidable de grau mèdic.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

54858 – A FRESA ORLS DIAMANT FINA 4X48MM

Fresa de tall rodó amb punta de diamant fi, amb diàmetre de 4mm.
Longitud de treball de 48mm amb el protector mig i 31mm amb el protector llarg.
Fabricada en acer inoxidable de grau mèdic.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

54859 – A FRESA ORLS DIAMANT FINA 3X48MM

Fresa de tall rodó amb punta de diamant fi, amb diàmetre de 3mm.
Longitud de treball de 48mm amb el protector mig i 31mm amb el protector llarg.
Fabricada en acer inoxidable de grau mèdic.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

54860 – A FRESA ORLS DIAMANT FINA 1X48MM

Fresa de tall rodó amb punta de diamant fi, amb diàmetre de 1mm.
Longitud de treball de 48mm amb el protector mig i 31mm amb el protector llarg.
Fabricada en acer inoxidable de grau mèdic.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

54861 – A FRESA ORLS DIAMANT FINA 0,7X48MM

Fresa de tall rodó amb punta de diamant fi, amb diàmetre de 0,7mm.
Longitud de treball de 48mm amb el protector mig i 31mm amb el protector llarg.
Fabricada en acer inoxidable de grau mèdic.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

54862 – A FRESA ORLS DIAMANT FORTA 4X48MM

Fresa de tall rodó de diamant gruixut, amb diàmetre de 4mm.
Longitud de treball de 48mm amb el protector mig i 31mm amb el protector llarg.
Fabricada en acer inoxidable de grau mèdic.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

54863 – A FRESA ORLS DIAMANT FORTA 3X48MM

Fresa de tall rodó de diamant gruixut, amb diàmetre de 3mm.
Longitud de treball de 48mm amb el protector mig i 31mm amb el protector llarg.
Fabricada en acer inoxidable de grau mèdic.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

54864 – A TUB REFRIGERACIO/IRRIGACIÓ MOTOR ORLS

Sistema d'irrigació i refrigeració per a motor d'alta velocitat d'ORL per cirurgies d'ORL i neurocirurgies.
Tub de PVC, de 4,2m de llarg.
Lliure de làtex.
Estèril i un sol ús.

LOT 6 – MATERIAL FUNGIBLE PER ESTERILITZADOR VAPOR S1000

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'Esterilització, de esterilitzador vapor S1000 de Matachana, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 6

L'objecte del lot 6 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

<u>CODI</u>	<u>DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE</u>
51632	RECANVI TINTA ESTERILITZADOR 41602.5
53194	RECANVI TINTA ESTERILITZADOR 41602.7
51481	PAPER REGISTRE AUTOCLAU 41602.8

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 6:

51632 – RECANVI TINTA ESTERILITZADOR 41602.5

Cinta de color negre per a la impressora CBM 920-40.

53194 – RECANVI TINTA ESTERILITZADOR 41602.7

Cinta de color negra de 90,9 x 24,9 x 7 mm per a la impressora B-150

51481 – PAPER REGISTRE AUTOCLAU 41602.8

Rotlle de paper per a impressora CBM 920.
Diàmetre 45mm, amplada 57mm, longitud 18m.

LOT 7 – MATERIAL FUNGIBLE PER ESCALFADOR DE FLUIDS RANGER

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'Anestèsia, d'un escalfador de fluids de la marca Ranger, **EN CESSIÓ a cost 0:**



OBJECTE LOT 7

L'objecte del lot 7 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54870	Z SET ESCALFADOR FLUIDS 24200 RANGER

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 7:

54870 – Z SET ESCALFADOR FLUIDS 24200 RANGER

Set escalfador per prevenir la hipotèrmia no intencionada i complicacions durant la infusió de sang i fluids. Amb sistema de calefacció per mantenir els fluids i la sang a temperatures normotèrmiques.

Capacitat per suportar pressions de fins a 300 mmHg.

Taxa d'administració de fins a 9 L/h o 150 ml/min.

Inclou sistema atrapa-bombolles, port d'injecció IV i línia de pacient.

Connexions tipus Luer i pinces per a l'obertura i tancament del flux.

LOT 8 – MATERIAL FUNGIBLE PER DESFIBRIL·LADOR MINDRAY

L'Institut d'assistència Sanitària disposa distribuïts en diverses unitats de l'Hospital, de desfibril·ladors de la marca Mindray BeneHeart D3, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 8

L'objecte del lot 8 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
------	----------------------------------

52312	PAPER DESFIBR. X MINDRAY BENEHEART D3
-------	---------------------------------------

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 8:

52312 – PAPER DESFIBR. X MINDRAY BENEHEART D3

Rotlle de paper tèrmic amb diàmetre interior de 16 mm.


Color blanc.

Mides: amplada 50mm, llargada 20m.

Gramatge: 55 g/m².

LOT 9 – MATERIAL FUNGIBLE PER LA BALANÇA DE PRECISIÓ

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de Farmàcia, d'una balança de precisió de la marca RTI, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 9

L'objecte del lot 9 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
------	----------------------------------

53731	Z PAPER 57X25 PLASTIC TERMOSENSIBLE
-------	-------------------------------------

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 9:

53731 – Z PAPER 57X25 PLASTIC TERMOSENSIBLE

Rotlle de paper tèrmic amb diàmetre interior de 12mm.

Color blanc.

Mides: amplada 57mm, llargada 25m.

Gramatge: 56 g/m².

Lliure de bisfenol A (BPA).

LOT 10 – MATERIAL FUNGIBLE PER LA CENTRIFUGADORA ANGULAR

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de Ginecologia d'una centrifugadora angular de la casa Solutions Biomedical LAB, **EN CESSIÓ a cost 0:**



OBJECTE LOT 10

L'objecte del lot 10 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

<u>CODI</u>	<u>DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE</u>
54983	NZA KIT PLASMA RIC PLAQUETES PACK DE 3 TUBS -PRP

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 10:

54983 – NZA KIT PLASMA RIC PLAQUETES PACK DE 3 TUBS -PRP

Dispositiu mèdic dissenyat per a la preparació de plasma ric en plaquetes (PRP) i factors de creixement.
Ús en regeneració de teixits, tractament de lesions i rejuveniment de la pell.
Volum total de PRP: ≈ 7,5 ml.
Volum de PRP concentrat: ≈ 4 ml.
Sistema de circuit tancat.
Amb gel tixotròpic

LOT 11 – MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADORS

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'Anestèsia, de respiradors de GE Healthcare, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 11

L'objecte del lot 11 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
52309	FILTRE CAMPNOGRAF D-FEND PRO GRIS
53632	Z MANEGOT SOFT-CUT DINAClick ADULT 23-33
53633	Z MANEGOT SOFT-CUT DINAClick ADULT 31-40
53634	LÍNIA MOSTRA GASOS VIES RESPIRATORIES
53635	CIRCUIT VENTILACIÓ ADULT
53764	FILTRE DE PROTECCIÓ INSPIRATÒRIA DEL VENTILADOR
132324	TRAMPA AIGUA MINI D-FEND MONITORITZACIÓ
54980	Z SENSOR DE FLUX PER VENTILADOR CARESCAPE

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 11:

52309 – FILTRE CAMPNOGRAF D-FEND PRO GRIS

Trampa d'aigua d'un sol ús per a monitorització d'anestèsia.
Protecció del mòdul de gas del monitor davant humitat i/o secrecions.
Evita la contaminació del mòdul per virus i bacteris.
Garanteix capnografies precises.
Cartutx de color gris fosc amb canal intern i membrana.
Inclou una membrana oleofòbica de PTFE, porus de 0,45 µm, impedeix l'entrada de microorganismes, aigua i altres secrecions al mòdul.
Contenidor d'aigua transparent per a visualització de fluids.
Disseny robust, sense vores, amb alta resistència al flux.
Alta precisió en la lectura de gasos.

53632 – Z MANEGOT SOFT-CUT DINACLICK ADULT 23-33

Manegot fabricat amb material absorbent i suau.
Cantonades rodones.
Talla: adult 23-33cm.
Codificació per colors.
Control d'infeccions integrat.
Amb connector DINACLICK.
Lliure de làtex.

53633 – Z MANEGOT SOFT-CUT DINACLICK ADULT 31-40

Manegot fabricat amb material absorbent i suau.
Cantonades rodones.
Talla: adult gran 31-40cm.
Codificació per colors.
Control d'infeccions integrat.
Amb connector DINACLICK.
Lliure de làtex.

53634 – LÍNIA MOSTRA GASOS VIES RESPIRATORIES

Línia de mostra fabricada en material PVC/PE co-extrudit.
Longitud de 2m.
Diàmetre intern de 1,2 mm.
Amb recobriment intern de polietilè.
Lliure de làtex i DEHP.

53635 – CIRCUIT VENTILACIÓ ADULT

Circuit respiratori de doble tub.
Per a pacient adult.
Longitud: 1,5m.
Sense bossa respiratòria.
Sense línia de mostreig.
Amb pivot doble extraïble.
Amb connector en Y.

53764 – FILTRE DE PROTECCIÓ INSPIRATÒRIA DEL VENTILADOR

Filtre de protecció inspiratòria del ventilador amb recobriment protectora d'ABS.
Filtre mecànic i hidrofòbic.
Sense BPA, DEHP, làtex, PVC ni ftalats.
Per a ús amb el ventilador CARESCAPE R860.
D'un sol ús.

132324 – TRAMPA AIGUA MINI D-FEND MONITORITZACIÓ

Trampa d'aigua per a aplicació a la monitorització.
Compatible amb mòduls E-MiniC.
Protegeix el mòdul de gas de la humitat, secrecions i contaminació.
Membrana hidrofòbica amb tefló GORE-TEX, porus de 0,2 µm.
Contenidor transparent de policarbonat, desmuntable.
Sense làtex, DEHP ni PVC.

54980 – Z SENSOR DE FLUX PER VENTILADOR CARESCAPE

Sensor de flux per a ús d'un sol pacient.
Per a mesurar el flux i la pressió de les vies respiratòries 250 vegades per segon.
Compatible amb els Ventiladors CARESCAPE™ R860 i Engstrom.
Control d'infeccions.
Rang de flux: 1 a 200 L/min.
Volum minut: 0 a 99,9 L/min.
Apte per a ús durant tot el període de ventilació, de pediàtric a adult.
No reutilitzable.

LOT 12 – MATERIAL FUNGIBLE PER CUNA TÈRMICA PANDA WARMER

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de Hospitalització A, d'una incubadora de la marca Panda Warmer, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 12

L'objecte del lot 12 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
-------------	---

54631	Z SENSOR DE TEMPERATURA CORPORAL
-------	----------------------------------

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 12:

54631 – Z SENSOR DE TEMPERATURA CORPORAL

Sensor de temperatura d'un sol ús per a pacients infantils, dissenyat per a la monitorització no invasiva de la temperatura corporal.

Sensor cutani d'un sol ús que contribueix a la prevenció d'infeccions nosocomials.

Punta del sensor petita, tipus cerilla.

Equipat amb doble termistor per a la verificació contínua del correcte funcionament.

Inclou cable i sonda recoberts de PVC.

Lliures de làtex de cautxú natural, DEHP i BPA.

Mides: cable de 171,5 cm; sonda de 8 mm x 2 mm x 1 mm.

LOT 13 – MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADOR PORTÀTIL VENTWAY SPARROW

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de Bloc Quirúrgic, d'un respirador portàtil compatible amb Ressonància Magnètica de la marca Ventway Sparrow, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 13

L'objecte del lot 13 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

<u>CODI</u>	<u>DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE</u>
54608	ZA TUBULADURA PACIENT ADULT 2,4M VENTWAY
54643	NZA TUBULADURA PEDIATRICA 2,4M VENTWAY
54713	Z PEGAT TORACIC VENTILAT H-VENT

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 13:

54608 – ZA TUBULADURA PACIENT ADULT 2,4M VENTWAY

Tubuladura pacient adult de 2.4m.

Diàmetre del tub corrugat 22mm.

Resistència inspiratòria al flux 2,7cmH₂O / 60 lpm.

Color vàlvula exhalació: Transparent

Volum intern 920cc

Espai mort 17cc.

54643 – NZA TUBULADURA PEDIATRICA 2,4M VENTWAY

Tubuladura pacient pediàtric de 2.4m.
Diàmetre del tub corrugat 15mm.
Resistència inspiratòria al flux 5,4cmH₂O / 30 lpm.
Color vàlvula exhalació: blau
Volum intern 424cc.
Espai mort 16,5cc.

54713 – Z PEGAT TORACIC VENTILAT H-VENT

Pegat toràcic no oclusiu i ventilat amb vàlvula integrada per a ferides toràciques obertes.
Fabricat amb hidrogel com a material base amb recobriment de silicona.
Vàlvula de perfil baix i material resistent.
Sortida d'aire sense retrocés a la cavitat pleural.
4 obertures perifèriques per drenatge d'aire i sang.
Amb orifici central gran .
Mides: 20 x 15 cm.
Lliure de làtex.

LOT 14 – MATERIAL FUNGIBLE PER ENDOSCOPI

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'Endoscòpia, d'un endoscopi d'Olympus, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 14

L'objecte del lot 14 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

<u>CODI</u>	<u>DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE</u>
--------------------	--

51088	Z VÀLVULA CANAL BIOPSIA MB 358
-------	--------------------------------

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 14:

51088 – Z VÀLVULA CANAL BIOPSIA MB 358

Vàlvula de biòpsia semidescartable per a procediments endoscòpics.

Prevenició del reflux de líquids i manteniment de l'estanquitat del circuit intern de l'endoscopi.

Estèril.

LOT 15 – MATERIAL FUNGIBLE PER AL MONITOR SENSOR FLOTRAC

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'Anestèsia, d'un monitor Plataforma de monitorització EV1000 de la marca Sensor Flotrac, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 15

L'objecte del lot 15 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
------	----------------------------------

54777	ZA SENSOR FLOTRAC MHD8R5
-------	--------------------------

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 15:

54777 – ZA SENSOR FLOTRAC MHD8R5

Sensor per a la mesura contínua de despesa cardíaca i pressions arterials mitjançant l'anàlisi de l'ona de pols, amb ajust automàtic del to vascular.

Inclou el Sensor Flotrac i un transductor de pressió incorporat per a la connexió al monitor de capçalera.

Ús adults. Indicad per a cirurgies d'alt risc i pacients crítics i inestables.

Línia de pressió de 210 cm amb equip d'infusió per a bosses pressuritzades.

Clau per a zero de pressió atmosfèrica.

Clau de tres vies per a mostres sanguínies arterials.

Realitza càlculs de paràmetres cada 20 segons.

Material lliure de làtex i ftalats.

LOT 16 – MATERIAL FUNGIBLE PER SISTEMA PRONEVIEW

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de Quiròfan, d'un sistema de casc protector de la marca ProneView, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 16

L'objecte del lot 16 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

<u>CODI</u>	<u>DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE</u>
--------------------	--

54897	Z COIXI FACIAL PRONO T/MEDIUM
-------	-------------------------------

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 16:

54897 – Z COIXI FACIAL PRONO T/MEDIUM

Coixí per a suport de cap en decúbit pron, dissenyat per prevenir úlceres per pressió en zones sensibles.

Dissenyat per encaixar i ser utilitzat juntament amb el casc Proneview.

Dimensions del coixí: 17 cm (ocular), 8 cm (bucal), 13 cm (del front al mentó).

Gran obertura ocular per evitar pressió a les òrbites.

Material d'un sol ús.

LOT 17 – MATERIAL FUNGIBLE PER ANALITZADOR AFINION2

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'Urgències, d'un analitzador Afinion 2 de la marca Abbott, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 17

L'objecte del lot 17 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
-------------	---

54911	ZA TEST CRP AFINION
-------	---------------------

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 17:

54911 – ZA TEST CRP AFINION

Prova diagnòstica in vitro per a la determinació quantitativa de la proteïna C reactiva (CRP).

Compatible amb mostres de sang total, sèrum i plasma humans.

Dissenyada per detectar i avaluar processos infecciosos, inflamatoris i lesions tissulars.

LOT 18 – MATERIAL FUNGIBLE PER AL MONITOR DE GASOS

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'Urgències, d'un monitor/analitzador de gasos Vamos de la marca Dräger, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 18

L'objecte del lot 18 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
-------------	---

54903	ZA TRAMPA AIGUA MONITOR
-------	-------------------------

54904	ZA LÍNIA MEDICIÓ GAS H MONITOR
-------	--------------------------------

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 18:

54903 – ZA TRAMPA AIGUA MONITOR

Trampa d'aigua per a la mesura precisa de gasos, evitant l'entrada d'aigua al sensor multigas.
Doble membrana hidrofòbica de PTFE (porus de 0,2 µm).
Filtres autosellables amb indicador de color (blau si obstruït).
Sistema de purga en dues etapes per evacuació eficient.
Buidatge amb xeringa a través del connector.
Compatible amb baixos fluxos de gas.

54904 – ZA LÍNIA MEDICIÓ GAS H MONITOR

La línia de mostreig de gas H permet la supervisió contínua dels gasos respiratoris (CO₂, O₂, sevoflurà, isoflurà i la freqüència respiratòria).
Elimina la humitat i redueix l'acumulació d'aigua en la trampa de gas.
Duració màxima de 24 hores.
Llarga de 2,5 metres.
Un sol ús.

LOT 19 – MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADOR NEONATAL

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de Hospitalització A, d'un respirador neonatal de la marca Dräger, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 19

L'objecte del lot 19 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
53504	Z CIRCUIT VENTILACIÓ DOBLE CALEFACTAT

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 19:

53504 – Z CIRCUIT VENTILACIÓ DOBLE CALEFACTAT

Circuit respiratori calefactat per ventilació neonatal.
Tecnologia de doble calefacció per cada branca.
Cables amb espiral doble per un escalfament homogeni.
Cambra d'aigua amb sistema AutoFeed, que manté nivell d'aigua constant.
Connectors amb clic i ports de sensors fàcils d'utilitzar.
Tapa de protecció per evitar contaminació abans de l'ús.
Dimensions: 1,70 m + 40 cm extres per incubadora.
No conté PVC, DEHP ni Bisfenol A.
Caudal del humidificador: >33 mg/l (ventilació invasiva).
Ús individual fins a 100 ml de volum pulmonar total.

LOT 20 – MATERIAL FUNGIBLE PER HUMIFICADOR RESPIRATORI

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de UCIH, d'un humidificador respiratori de la marca Fisher & Paykel, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 20

L'objecte del lot 20 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54937	Z CIRCUIT VENT NEONATAL BICALENTAT
54822	Z KIT CIRCUIT RESPIRATORI
53122	Z CÀNULA NASAL CPAP 5,0mm/4,0mm

53116 Z CÀNULA NASAL CPAP 4,0mm/3,0mm

53123 Z CÀNULA NASAL CPAP 5,0mm/5,0mm

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 20:

54937 – Z CIRCUIT VENT NEONATAL BICALENTAT

Kit de circuit respiratori neonatal doblement calefactat amb sistema Evaqua 2.
Proporciona humitat de 44 mg/L a 37 °C.
Inclou càmera de humificació autorellenable.
Ramal espiratori amb membrana permeable al vapor d'aigua.
Volum comprimit: 760ml.
Distensibilitat: 0,81 mL/cmH₂O.

54822 – Z KIT CIRCUIT RESPIRATORI

Kit de circuit respiratori per a adults doble escalfat amb tecnologia AirSpiral™ i Evaqua™ per humidificador FP950.
Inclou càmera autoreplenible amb doble flotador, línia seca, port mdi, línia de pressió, filtre i adaptadors.
Longitud del circuit: 1,6 m
Un sol ús.

53122 – Z CÀNULA NASAL CPAP 5,0MM/4,0MM

Punta nasal de 5,0 mm, diàmetre de l'amplada de 4,0 mm.
De silicona sense làtex.
Un sol ús.

53116 – Z CÀNULA NASAL CPAP 4,0MM/3,0MM

Punta nasal de 4,0 mm, diàmetre de l'amplada de 3,0 mm.
De silicona sense làtex.
Un sol ús.

53123 – Z CÀNULA NASAL CPAP 5,0MM/5,0MM

Punta nasal de 5,0 mm, diàmetre de l'amplada de 5,0 mm.
De silicona sense làtex.
Un sol ús.

LOT 21 – MATERIAL FUNGIBLE PER IMPRESSORES DE POLSERES

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a les seves unitats d'admissions, quiròfan i urgències, d'impressores de polseres pels pacients de la marca AlertPlus, **EN CESSIÓ a cost 0:**



OBJECTE LOT 21

L'objecte del lot 21 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
52843	CLIP IDENTIFICADOR SEGURETAT
53973	ZA BRAÇALET INFANTIL

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 21:

52843 – CLIP IDENTIFICADOR SEGURETAT

Un marcador visible al braçalet del pacient per avisar de riscos (al·lèrgies, infecciosos, aïllament, risc de caiguda, úlceres per pressió...)
Tancament per botó inviolable.
Material: Poliamida grau mèdic.

53973 – ZA BRAÇALET INFANTIL

Braçalets tèrmics infantils/pediàtrics, proporcionen una identificació positiva del pacient per als nadons mitjançant el codi de barres per garantir la seguretat del pacient.
Tractament antimicrobià a sobre de tota la superfície de la polsera.
Fabricat de polietilè tèrmic.
Tancament adhesiu.
Mida: 178mm x 19mm .
Lliure de làtex i ftalats.

LOT 22 – MATERIAL FUNGIBLE PER LA TORRE DE LAPAROSCÒPIA 3D 4K

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de Quiròfan, d'una torre de laparoscòpia 3D 4K de la marca Karl Storz, **EN PROPIETAT DE 'IAS.**



OBJECTE LOT 22

L'objecte del lot 22 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
132832	Z CLIP VIDRES CIRCULAR PER TORRE 3D 4K
132919	Z ULLERES 3D POLARITZACIO REC. ANTIVAHÓ

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 22:

132832 – Z CLIP VIDRES CIRCULAR PER TORRE 3D 4K

Clip per a ulleres 3D de polarització circular.

132919 – Z ULLERES 3D POLARITZACIO REC. ANTIVAHÓ

Ulleres 3D passives per polarització circular.

Amb recobriment antivaho.

LOT 23 – MATERIAL FUNGIBLE PER VIDEOLARINGOSCOPI C-MAC

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de UCIH, de Videolaringoscopi de la marca C-MAC, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 23

L'objecte del lot 23 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54594	PALA LARINGO N/3 C-MAC
54595	PALA LARINGO N/4 C-MAC
54596	PALA LARINGO D-BLADE C-MAC
54597	VARILLA GUIA C-MAC

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 23:**54594 – PALA LARINGO N/3 C-MAC**

Espàtula de laringoscopi, mida 3.
Per a un sol ús, no estèril.

54595 – PALA LARINGO N/4 C-MAC

Espàtula de laringoscopi, mida 4.
Per a un sol ús, no estèril.

54596 – PALA LARINGO D-BLADE C-MAC

D-blade amb espàtula de laringoscopi per a intubació difícil, per a un sol ús.
Mida: 3,5 mm
Llargada: 8cm
Gruix: 1,5cm
Estèril

54597 – VARILLA GUIA C-MAC

Vareta guia d'acer inoxidable amb punta atraumàtica, amb segment distal adaptat a la forma de l'espàtula del videolaringoscopi.
Amb suport de tub integrat per fixar un tub endotraqueal.
Llargada: 31 cm.
Un sol ús i no estèril.

LOT 24 – MATERIAL FUNGIBLE PER LA TORRE AUTOCON III 400

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'Urologia i Ginecologia d'una torre per fer resecció transuretral e prostata o bufeta i histeroscòpies diagnòstiques i quirúrgiques de la marca Karl Storz, **EN PROPIETAT DE 'IAS.**



OBJECTE LOT 24

L'objecte del lot 24 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54891	ZA ELECTRODE DE VAPORITZACIÓ BIPOLAR
54893	ZA ELECTRODE DE DISECCIÓ BIPOLAR

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 24:

54891 – ZA ELECTRODE DE VAPORITZACIÓ BIPOLAR

Elèctrode de vaporització bipolar.
Forma de l'extrem distal acotament 90º.
Longitud de 420mm.
5,0 Charr.
Reutilitzable.

54893 – ZA ELECTRODE DE DISECCIÓ BIPOLAR

Elèctrode de dissecció bipolar.
Forma de l'extrem distal recte.
Longitud de 420mm.
5,0 Charr.
Reutilitzable.

LOT 25 – MATERIAL FUNGIBLE PER AL MONITOR FETAL PHILIPS

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de Bloc Obstètric, d'un monitor fetal model Avalon FM30 de la marca Philips, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 25

L'objecte del lot 25 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
------	----------------------------------

54867	A PAPER CARDIOTOCOGRAF PHILIPS
-------	--------------------------------

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 25:

54867 – A PAPER CARDIOTOCOGRAF PHILIPS

Paper de registre per a monitorització fetal química amb senyal de "stop".

Format de plec en Z.

Quadricula verda.

Mida del paper: 15 x 10 cm.

No estèril, d'un sol ús.

LOT 26 – MATERIAL FUNGIBLE PER SISTEMA PUREGRAFT

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a les seves unitats de Cirurgia Plàstica i Ginecologia, d'un sistema de purificació del greix de la marca PureGraft, **EN CESSIÓ a cost 0:**



OBJECTE LOT 26

L'objecte del lot 26 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
53000	Z BOSSA DRENATGE PUREGRAF 250ML
53001	Z BOSSA DRENATGE PUREGRAF 50ML

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 26:

53000 – Z BOSSA DRENATGE PUREGRAF 250 ML

Per a la recollida, el filtratge, la purificació i la transferència de teixit gras autòleg per tal de ser reinjectat al mateix pacient, en aplicacions de cirurgia plàstica i reconstructiva.

Estèril i d'un sol ús.

La bossa composta de material DEHP-lliure PVC.

Bossa de 250 ml.

Bossa de residus de 1,5 l amb tubs de connexió.

Conjunt de tubs d'entrada amb espiga.

Adaptador de xeringa de tancament luer.

Adaptador de xeringa Toomey.

53001 – Z BOSSA DRENATGE PUREGRAF 50 ML

Per a la recollida, el filtratge, la purificació i la transferència de teixit gras autòleg per tal de ser reinjectat al mateix pacient, en aplicacions de cirurgia plàstica i reconstructiva.

Estèril i d'un sol ús.

La bossa composta de material DEHP-lliure PVC.

Bossa de 50 ml.

Conjunt de tubs d'entrada amb espiga.

Adaptador de xeringa de tancament luer.

Adaptador de xeringa Toomey.

LOT 27 – MATERIAL FUNGIBLE PER VIDEOPROCESSADOR REDPINE

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de Urologia, d'un videoprocessador d'imatge Model RP-IPD-V1000F de la marca REDPINE, **EN CESSIÓ a cost 0:**



OBJECTE LOT 27

L'objecte del lot 27 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
54948	ZA CISTONEFROSCOPI FLEXIBLE U/S US 13,2FR

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 27:

54948 – ZA CISTONEFROSCOPI FLEXIBLE U/S US 13,2FR

Cistonefroscoپی flexible d'un sol ús.
Camp de visió: 120°.
Direcció de visió: 0° (frontal).
Profunditat de camp: 3 – 50 mm.
Sistema òptic amb xip distal CMOS i il·luminació LED dual integrada.
Angle de flexió: 225° cap amunt / 225° cap avall.
Diàmetre exterior: 13,2 Fr.
Longitud de treball: 380 mm.
Canal de treball amb diàmetre intern de 6,6 Fr.
Connexió luer-lock per a irrigació.
Vàlvula per a introducció d'instruments mitjançant canal de treball.
Format compatible amb DICOM i connexió amb sistemes PACS.

LOT 28 – MATERIAL FUNGIBLE PER ESPIRÒMETRE DATOSPIR TOUCH

Els Centres d'Atenció Primària de l'Institut d'assistència Sanitària disposen, d'un espiròmetre de sobretaula de la marca Sibelmed, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 28

L'objecte del lot 28 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
-------------	---

54788	TRANSDUCTOR UN SOL ÚS AMB FILTRE
-------	----------------------------------

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 28:

54788 – TRANSDUCTOR UN SOL ÚS AMB FILTRE

Transductor d'un sol ús amb filtre per a espiròmetres.
Mides: 146,9 x 91,5 mm.

LOT 29 – MATERIAL FUNGIBLE PER ELS VIDEOLARINGOSCOPS GLIDESCOPE

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat d'Urgències, UCIH i Anestèsia de videolaringoscòpis glidescope de la marca Spectrum, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**



OBJECTE LOT 29

L'objecte del lot 29 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI	DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE
-------------	---

54981	NZA PALA LARINGO SPECTRUM QC ECO S3 LOPRO
-------	---

54982	NZA PALA LARINGO SPECTRUM QC ECO S4 LOPRO
-------	---

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 29:

54981 – NZA PALA LARINGO SPECTRUM QC ECO S3 LOPRO

Pala de laringoscòpi per a pacients de 10 kg fins a adults.
Amplada de la pala: 11,0 mm
Alçada a la càmera: 11,0 mm
Longitud fins a la part distal: 74 mm
Amplada de la càmera: 20 mm

54982 – NZA PALA LARINGO SPECTRUM QC ECO S4 LOPRO

Pala de laringoscopi per a pacients adults fins a obesitat mòrbida.

Amplada de la pala: 12,0 mm

Alçada a la càmera: 11,3 mm

Longitud fins a la part distal: 91 mm

Amplada de la càmera: 25 mm

LOT 30 – MATERIAL FUNGIBLE PER ANALITZADOR HEMOGLOBINA HEMOCUE

L'Institut d'assistència Sanitària disposa a la seva unitat de Quiròfan, d'un analitzador de hemoglobina de la marca HemoCue, **EN PROPIETAT DE L'IAS.**

**OBJECTE LOT 30**

L'objecte del lot 30 del present expedient és l'adquisició del material fungible sanitari necessari per l'ús de l'aparell esmentat, consistent en:

CODI DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL FUNGIBLE

52081	NETEJADOR MICROCUBETA 201
-------	---------------------------

REQUERIMENTS MÍNIMS LOT 30:**52081 – NETEJADOR MICROCUBETA 201**

Dispositiu netejador per al hemoglobímetre HemoCue Hb 201+.

Espanja d'acetat de polivinil prehumectada amb solució de neteja.

No estèril.

3.2 REQUERIMENTS TÈCNICS OBLIGATORIS DE L'OBJECTE CONTRACTUAL EN FASE D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

1. En fase d'execució del contracte, l' incompliment de les condicions del subministrament segons els termes del present plec tècnic, comportarà una falta que provocarà les conseqüents penalitzacions segons els articles 192 i 193 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre) i/o allò que s'estipula al PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars) de la present licitació.
2. Els incompliments de les condicions establertes en la documentació d'aquesta licitació i altres, que se'n derivin de la proposta tècnica i econòmica de la licitadora, es consideraran faltes. La seva gravetat es determinarà en funció de les repercussions al servei i d'acord amb els tràmits establerts en l'article 212 apartat 8 de la LCSP (Llei 9/2017, de 8 de novembre).
3. L'empresa adjudicatària ha d'informar a l'IAS amb antelació suficient (1 setmana aprox.) per evitar el desproveïment sobre qualsevol eventualitat en la disponibilitat comercial dels articles adjudicats. En cas de trencament d'estoc, l'empresa adjudicatari haurà d'informar a l'IAS amb antelació suficient per poder prendre mesures adequades per mantenir la continuïtat de l'activitat. En el cas que l'empresa adjudicatària no es pugui comprometre a subministrar el producte segons les condicions establertes en aquest expedient:
 - En el cas que pugui oferir una alternativa equivalent, informarà si pot oferir un producte substituït alternatiu al mateix preu adjudicat i haurà de facilitar la fitxa tècnica del nou producte, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat. En aquest cas, l'empresa adjudicatària **informarà documentalment** del producte afectat pel trencament d'estoc i del temps estimat fins al restabliment del subministrament habitual.
 - En el cas que no pugui oferir una alternativa equivalent i en cas que fos necessari, l'IAS podrà adquirir el producte a una altra empresa. En aquest cas, l'empresa adjudicatària haurà d'assumir el cost de la diferència del preu en la compra del material així com altres despeses que es puguin originar derivades de la compra no contractades amb l'adjudicatària. En el supòsit contemplat, l'empresa adjudicatària **informarà documentalment a petició documental també, de l'IAS** del producte afectat pel trencament d'estoc.
4. Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques.
5. L'adjudicatari està obligat a prestar, de manera continuada durant la vigència del contracte, l'assessorament tècnic i assistencial per la utilització dels productes subministrats.
6. L'empresa adjudicatària haurà de formar el personal en el correcte ús dels productes adjudicats si al centre li és necessari.
7. L'empresa adjudicatària haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat.

8. En el cas que es descatalogui alguna de les referències licitades durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària i no pugui oferir una alternativa amb la mateixa qualitat i característiques sense incrementar el preu d'adjudicació, es procedirà a la rescissió del contracte d'aquesta referència.
9. En el cas que durant la vigència del contracte l'empresa adjudicatària desenvolupi alguna innovació que afecti al material de licitació, es podrà incorporar en el mateix procés de contractació, sempre que comporti un interès d'ús o servei i es mantingui el preu adjudicat, la qual serà valorada pel comitè tècnic designat.
10. El material fungible del present plec, està associat a aparells que són en propietat de l'IAS o bé cedits a l'IAS. Els aparells cedits s'especifiquen a cada lot, a l'apartat de "Objecte i Requeriments Tècnics Específics" de la pàgina 7.
11. En finalitzar el contracte i/o les pròrrogues, l'empresa adjudicatària podrà emportar-se l'equip cedit. Tanmateix, la instal·lació, la formació, el manteniment integral, l'assistència tècnica, la reparació i/o el canvi dels equips en cas d'averia o defecte, anirà a càrrec de l'adjudicatari.

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La documentació es presentarà amb **SOBRE ÚNIC DIGITAL**.

Per tal que la Unitat Tècnica de l'IAS pugui valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables, segons les denominacions i epígrafs, essent la valoració de cada un d'ells el que es descriu en els criteris d'adjudicació especificats en aquest plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Es recomana que les memòries siguin concretes i concises amb la mínima extensió possible que permeti la clara comprensió de la proposta aportada. No s'ha d'incloure documentació o informació comercial genèrica si no aporta valor a l'oferta concreta.

Les ofertes hauran de:

- Complir amb les característiques tècniques definides en el punt 3 Requeriments Tècnics de l'Objecte (pàg. 5 i s.). En el cas que alguna de les característiques tècniques sol·licitades no es compleixi, l'oferta quedarà EXCLOSA.
- No es pot superar el preu unitari fixat per cada article que conforme el lot.
- Les ofertes s'han de presentar de la forma que es detalla a **L'ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 52 i s.)**.

4.1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

Segons es disposa en el PCAP (Plec de Clàusules Administratives Particulars).

4.2. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

PROPOSTA TÈCNICA

- Fitxes tècniques.

4.3. OFERTA ECONÒMICA (VALORABLE)

PROPOSTA ECONÒMICA – MÀXIM 100 PUNTS

La licitadora ha de presentar en català i/o castellà:

L'oferta econòmica segons el model de l'**ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 52)**, degudament signada.
Caldrà omplir els següents punts:

- **Proposta econòmica. (màxim 95 punts).**
- **Ràpel. (màxim 5 punts).**

5. CRITÈRIS OBJECTIUS O AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT

Proposta econòmica, ràpel (**ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA (pàg. 52)**)

Criteris de valoració de les ofertes. La valoració de les proposicions es durà a terme per l'aplicació dels següents criteris de valoració:

1. PREU DE L'OBJECTE (FINS A 95 PUNTS)

Oferta econòmica. Puntuació màxima **95 punts.**

La valoració econòmica es farà seguint la Directriu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, segons la fórmula següent:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_v = Oferta a Valorar

O_m = Oferta Millor

IL = Import de Licitació

VP = Valor de Ponderació **1,95**

(S'assigna el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu)

En compliment de que disposa l'art. 149 de la LCSP, es considerarà oferta amb valors anormals o desproporcionats, totes aquelles ofertes econòmiques que siguin inferiors al 80% respecte la mitjana de totes les ofertes presentades.

2. RÀPEL (FINS A 5 PUNTS)

La licitadora podrà presentar oferta d'aplicació d'un ràpel al final de cada any natural, sobre el total de la facturació, per aquest concepte, sempre i quan compleixi els requeriment tècnics mínims indicats al plec de prescripcions tècniques. Obtindrà la màxima puntuació de **5 punts** l'oferta amb el ràpel més alt.

Les restants propostes de ràpels obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula (directament proporcional) :

$$Px = (Ox/Oe) * 5$$

On:

Px: puntuació ràpel valorat

Ox: proposta de % ràpel ofert

Oe: proposta de % ràpel més alta

6 CONDICIONS LOGÍSTIQUES I DE SUBMINISTRAMENT

EL LLIURAMENT DEL MATERIAL:

La recepció del material s'haurà de fer al magatzem de Compres Generals, situat a la planta baixa de l'Hospital Santa Caterina, del Parc Hospitalari Martí i Julià, c/ Dr. Castany, s/n, 17190 de Salt (Girona) amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció de material i dins l'horari establert pel centre: 8 h a 14 h.

El lliurament de qualsevol tipus de material haurà de ser cursat per comanda oficial. No s'acceptaran lliuraments si no existeix la comanda oficial.

El transport dels productes fins el seu punt de destinació va a càrrec de l'empresa subministradora.

El centre verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades i establertes per el centre, es retornarà a l'empresa.

L'objecte s'haurà de transportar degudament embalat i protegit. El deteriorament de l'objecte degut a la manipulació durant les tasques de càrrega/descàrrega o instal·lació, serà imputable a l'adjudicatari. L'empresa adjudicatària es compromet a reposar l'objecte malmès en un termini no superior a 48h.

El lliurament del material haurà d'anar amb el corresponent albarà original i còpia. L'original serà pel destinatari (IAS), al proveïdor se li lliurarà la còpia amb el segell.

L'albarà haurà d'anar valorat i s'hi haurà de fer constar les següents dades:

- Número de comanda
- Número d'article de l'IAS
- Número d'expedient
- Número d'albarà

Els albarans hauran d'anar a l'exterior dels paquets.

En cas de lliuraments paletitzats, les mercaderies es lliuraran en palets normalitzats segons estàndard europeu i precintades de manera que permetin la inspecció visual de la mercaderia sense obrir-la (precinte transparent, etc...). Només s'acceptaran palets d'estàndard europeu. L'alçada del palet i la càrrega no podrà superar en cap cas els 185 cm.

GARANTIA DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària es compromet a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum del centre.

CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:

L'empresa adjudicatària retirarà els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec per l'IAS.

TRAÇABILITAT DELS PRODUCTES

Les caixes hauran d'estar etiquetades amb el **codi de barres o codi QR** així com també hauran d'informar del número de lot i de la data de caducitat.

7 CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

L'empresa contractista, haurà d'aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant del pagament en termini.

L'empresa contractista, en l'elaboració i presentació de l'objecte del contracte, ha d'incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l'ús del llenguatge i de la imatge.

L'empresa contractista, en relació a l'embalatge de l'objecte (Directiva 94/62/CE) i l'impacte d'aquest al medi ambient, rep les següents recomanacions:

- No fer ús de plàstics que comportin la formació i/o emissió al medi ambient de substàncies tòxiques bioacumulables.
- Utilització de materials reciclats, com el paper o cartró reciclat, així com embalatges reutilitzables.

La licitadora té l'obligació de gestionar aquells embalatges, inclosos a les comandes que rep el centre, que no són reutilitzables, i els farà reciclar per un gestor de residus autoritzat.

8 DADES DE CONTACTE

Per tal de complimentar la informació tècnica que es dona en el present Plec, i per qualsevol dubte, aclariment o visita tècnica, les empreses interessades podran concertar visita contactant amb els Serveis Logístics de l'IAS als telèfons i/o als correus electrònics següents:

607 07 19 45 - vicens.lloret.ias@gencat.cat

972 18 26 00. Ext. 1087 - jaspreet.kaur.ias@gencat.cat

Per qüestions jurídiques: Sra. M^a Jesús Costa, telèfon 972 182 509 - mariajesus.costa.ias@gencat.cat

Signat. Vicens Lloret Alba
Cap dels Serveis Logístics de l'IAS
Salt, 5 de novembre de 2025

9 ANNEXES.

9.1 ANNEX 1. PLA DE NECESSITATS

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	IVA TOTAL	TOTAL AMB IVA
	MATERIAL FUNGIBLE PER AL MONITOR TRANSCUTANI SENTEC							
1	53901	Z A/P CLIP ORELLA MONITOR DIGI TC SENTEC	48	14,583 €	700,00 €	21%	147,00 €	847,00 €
1	53906	Z ANELL APLI ADULT/PEDI MONITOR TC SENTEC	24	9,792 €	235,00 €	21%	49,35 €	284,35 €
1	53907	Z ADHESIU ANELL APLIC MONITOR DIG TC SENTEC	48	7,500 €	360,00 €	21%	75,60 €	435,60 €
		TOTAL LOT 1			1.295,00 €		271,95 €	1.566,95 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER ALS CARROS D'ANESTÈSIA							
2	54746	A TRAMPA AIGUA DRYLINE 6889352	40	28,000 €	1.120,00 €	21%	235,20 €	1.355,20 €
2	54747	A CANISTER CAL SODADA U/SOL US 6887738	30	32,083 €	962,50 €	21%	202,13 €	1.164,63 €
2	54748	A FILTRE ASPIRADOR 6887498	30	12,000 €	360,00 €	21%	75,60 €	435,60 €
		TOTAL LOT 2			2.442,50 €		512,93 €	2.955,43 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER AL MONITOR WELCH ALLYN							
3	53682	Z MANEGOT ECOCUFF-09 PEDIÀTRIC 15-21CM	1500	2,680 €	4.020,00 €	21%	844,20 €	4.864,20 €
3	54963	MANEGOT ECOCUFF-10 INFANTIL 20-28CM	1000	2,680 €	2.680,00 €	21%	562,80 €	3.242,80 €
3	52286	A MANEC ECOCUFF-11 ADULT 27-38CM	14000	2,680 €	37.520,00 €	21%	7.879,20 €	45.399,20 €
3	54964	MANEGOT ECOCUFF-12 OBESOS 33-45CM	1000	2,680 €	2.680,00 €	21%	562,80 €	3.242,80 €

		TOTAL LOT 3			46.900,00 €		9.849,00 €	56.749,00 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER ESTERILITZADOR STERRAD 100NX							
4	53533	Z BOBINA PLANA MIXTA 350MMX70M	12	96,600 €	1.159,20 €	21%	243,43 €	1.402,63 €
4	51489	Z CINTA STERRAD IND.QUIMIC EXTERN	18	19,430 €	349,74 €	21%	73,45 €	423,19 €
		TOTAL LOT 4			1.508,94 €		316,88 €	1.825,82 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER LA CONSOLA MOTOR DE FRESAT CONMED							
5	54849	A FRESA ORLS TALL CARBUR 5X48MM	15	152,730 €	2.290,95 €	21%	481,10 €	2.772,05 €
5	54850	A FRESA ORLS TALL CARBUR 4X48MM	15	152,730 €	2.290,95 €	21%	481,10 €	2.772,05 €
5	54851	A FRESA ORLS TALL CARBUR 3X48MM	20	152,730 €	3.054,60 €	21%	641,47 €	3.696,07 €
5	54852	A FRESA ORLS TALL INOX 2,5X48MM	12	152,730 €	1.832,76 €	21%	384,88 €	2.217,64 €
5	54853	A FRESA ORLS TALL INOX 2X48MM	12	152,730 €	1.832,76 €	21%	384,88 €	2.217,64 €
5	54854	A FRESA ORLS TALL INOX 1X48MM	12	152,730 €	1.832,76 €	21%	384,88 €	2.217,64 €
5	54855	A FRESA ORLS TALL INOX 0,7X48MM	6	152,730 €	916,38 €	21%	192,44 €	1.108,82 €
5	54856	A FRESA ORLS TALL INOX 0,5X48MM	10	152,730 €	1.527,30 €	21%	320,73 €	1.848,03 €
5	54857	A FRESA ORLS DIAMANT FINA 5X48MM	13	152,730 €	1.985,49 €	21%	416,95 €	2.402,44 €
5	54858	A FRESA ORLS DIAMANT FINA 4X48MM	12	152,730 €	1.832,76 €	21%	384,88 €	2.217,64 €
5	54859	A FRESA ORLS DIAMANT FINA 3X48MM	12	152,730 €	1.832,76 €	21%	384,88 €	2.217,64 €
5	54860	A FRESA ORLS DIAMANT FINA 1X48MM	10	152,730 €	1.527,30 €	21%	320,73 €	1.848,03 €
5	54861	A FRESA ORLS DIAMANT FINA 0,7X48MM	10	152,730 €	1.527,30 €	21%	320,73 €	1.848,03 €
5	54862	A FRESA ORLS DIAMANT FORTA 4X48MM	10	152,730 €	1.527,30 €	21%	320,73 €	1.848,03 €
5	54863	A FRESA ORLS DIAMANT FORTA 3X48MM	10	152,730 €	1.527,30 €	21%	320,73 €	1.848,03 €

5	54864	A TUB REFRIGERACIO/IRRIGACIÓ MOTOR ORLS	35	100,000 €	3.500,00 €	21%	735,00 €	4.235,00 €
		TOTAL LOT 5			30.838,67 €		6.476,12 €	37.314,79 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER ESTERILITZADOR VAPOR S1000							
6	51632	RECANVI TINTA ESTERILITZADOR 41602.5	55	9,480 €	521,40 €	21%	109,49 €	630,89 €
6	53194	RECANVI TINTA ESTERILITZADOR 41602.7	3	4,090 €	12,27 €	21%	2,58 €	14,85 €
6	51481	PAPER REGISTRE AUTOCLAU 41602.8	70	1,210 €	84,70 €	21%	17,79 €	102,49 €
		TOTAL LOT 6			618,37 €		129,86 €	748,23 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER ESCALFADOR DE FLUIDS RANGER							
7	54870	Z SET ESCALFADOR FLUIDS 24200 RANGER	30	10,500 €	315,00 €	21%	66,15 €	381,15 €
		TOTAL LOT 7			315,00 €		66,15 €	381,15 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER DESFIBRIL·LADOR MINDRAY							
8	52312	PAPER DESFIBR. X MINDRAY BENEHEART D3	110	1,280 €	140,80 €	21%	29,57 €	170,37 €
		TOTAL LOT 8			140,80 €		29,57 €	170,37 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER LA BALANÇA DE PRECISIÓ							
9	53731	Z PAPER 57X25 PLASTIC TERMOSENSIBLE	30	1,050 €	31,50 €	21%	6,62 €	38,12 €
		TOTAL LOT 9			31,50 €		6,62 €	38,12 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER LA CENTRIFUGADORA ANGULAR							
10	54983	NZA KIT PLASMA RIC PLAQUETES PACK DE 3 TUBS - PRP	50	165,000 €	8.250,00 €	10%	825,00 €	9.075,00 €

		TOTAL LOT 10			8.250,00 €		825,00 €	9.075,00 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADORS							
11	52309	FILTRE CAMPNOGRAF D-FEND PRO GRIS	60	33,400 €	2.004,00 €	21%	420,84 €	2.424,84 €
11	53632	Z MANEGOT SOFT-CUT DINAClick ADULT 23-33	460	7,500 €	3.450,00 €	21%	724,50 €	4.174,50 €
11	53633	Z MANEGOT SOFT-CUT DINAClick ADULT 31-40	180	7,500 €	1.350,00 €	21%	283,50 €	1.633,50 €
11	53634	LÍNIA MOSTRA GASOS VIES RESPIRATORIES	660	10,500 €	6.930,00 €	21%	1.455,30 €	8.385,30 €
11	53635	CIRCUIT VENTILACIÓ ADULT	360	9,000 €	3.240,00 €	21%	680,40 €	3.920,40 €
11	53764	FILTRE DE PROTECCIÓ INSPIRATÒRIA DEL VENTILADOR	130	14,000 €	1.820,00 €	21%	382,20 €	2.202,20 €
11	132324	TRAMPA AIGUA MINI D-FEND MONITORITZACIÓ	2500	37,000 €	92.500,00 €	21%	19.425,00 €	111.925,00 €
11	54980	Z SENSOR DE FLUX PER VENTILADOR CARESCAPE	100	96,000 €	9.600,00 €	21%	2.016,00 €	11.616,00 €
		TOTAL LOT 11			120.894,00 €		25.387,74 €	146.281,74 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER CUNA TÈRMICA PANDA WARMER							
12	54631	Z SENSOR DE TEMPERATURA CORPORAL	50	21,700 €	1.085,00 €	21%	227,85 €	1.312,85 €
		TOTAL LOT 12			1.085,00 €		227,85 €	1.312,85 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADOR PORTÀTIL VENTWAY SPARROW							
13	54608	ZA TUBULADURA PACIENT ADULT 2,4M	20	38,000 €	760,00 €	21%	159,60 €	919,60 €
13	54643	ZATUBULADURA PEDIÀTRICA 2,4M VENTWAY	30	38,000 €	1.140,00 €	21%	239,40 €	1.379,40 €
13	54713	Z PEGAT TORÀCIC VENTILAT H-VENT	35	25,950 €	908,25 €	10%	90,83 €	999,08 €
		TOTAL LOT 13			2.808,25 €		489,83 €	3.298,08 €

	MATERIAL FUNGIBLE PER ENDOSCOPI							
14	51088	Z VÀLVULA CANAL BIOPSIA MB 358	40	3,744 €	149,76 €	21%	31,45 €	181,21 €
		TOTAL LOT 14			149,76 €		31,45 €	181,21 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER AL MONITOR SENSOR FLOTRAC							
15	54777	ZA SENSOR FLOTRAC MHD8R5	40	200,000 €	8.000,00 €	21%	1.680,00 €	9.680,00 €
		TOTAL LOT 15			8.000,00 €		1.680,00 €	9.680,00 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER SISTEMA PRONEVIEW							
16	54897	Z COIXI FACIAL PRONO T/ MEDIUM	30	41,000 €	1.230,00 €	21%	258,30 €	1.488,30 €
		TOTAL LOT 16			1.230,00 €		258,30 €	1.488,30 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER ANALITZADOR AFINION2							
17	54911	ZA TEST CRP AFINION	60	48,000 €	2.880,00 €	21%	604,80 €	3.484,80 €
		TOTAL LOT 17			2.880,00 €		604,80 €	3.484,80 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER AL MONITOR DE GASOS							
18	54903	ZA TRAMPA AIGUA MONITOR	60	28,000 €	1.680,00 €	21%	352,80 €	2.032,80 €
18	54904	ZA LÍNIA MEDICIÓ GAS H MONITOR	200	12,000 €	2.400,00 €	21%	504,00 €	2.904,00 €
		TOTAL LOT 18			4.080,00 €		856,80 €	4.936,80 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADOR NEONATAL							

19	53504	Z CIRCUIT VENTILACIÓ DOBLE CALEFACTAT	40	43,200 €	1.728,00 €	21%	362,88 €	2.090,88 €
		TOTAL LOT 19			1.728,00 €		362,88 €	2.090,88 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER HUMIFICADOR RESPIRATORI							
20	54937	Z CIRCUIT VENT NEONATAL BICALENTAT	50	65,000 €	3.250,00 €	21%	682,50 €	3.932,50 €
20	54822	Z KIT CIRCUIT RESPIRATORI	100	96,000 €	9.600,00 €	21%	2.016,00 €	11.616,00 €
20	53122	Z CANULA NASAL CPAP 5,0mm/4,0mm	50	14,000 €	700,00 €	21%	147,00 €	847,00 €
20	53116	Z CANULA NASAL CPAP 4,0mm/3,0mm	50	14,000 €	700,00 €	21%	147,00 €	847,00 €
20	53123	Z CANULA NASAL CPAP 5,0mm/5,0mm	50	14,000 €	700,00 €	21%	147,00 €	847,00 €
		TOTAL LOT 20			14.950,00 €		3.139,50 €	18.089,50 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER IMPRESSORES DE POLSERES							
21	52843	CLIP IDENTIFICADOR SEURETAT	2800	0,145 €	406,00 €	21%	85,26 €	491,26 €
21	53973	ZA BRAÇALET INFANTIL	2400	0,142 €	340,80 €	21%	71,57 €	412,37 €
		TOTAL LOT 21			746,80 €		156,83 €	903,63 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER LA TORRE DE LAPAROSCÒPIA 3D 4K							
22	132832	Z CLIP VIDRES CIRCULAR PER TORRE 3D 4K	10	36,960 €	369,60 €	21%	77,62 €	447,22 €
22	132919	Z ULLERES 3D POLARITZACIO REC. ANTIVAHU	10	125,36 €	1.253,60 €	21%	263,26 €	1.516,86 €
		TOTAL LOT 22			1.623,20 €		340,87 €	1.964,07 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER VIDEOLARINGOSCOP C-MAC							
23	54594	A PALA LARINGO N/3 C-MAC	30	30,240 €	907,20 €	21%	190,51 €	1.097,71 €

23	54595	A PALA LARINGO N/4 C-MAC	60	30,240 €	1.814,40 €	21%	381,02 €	2.195,42 €
23	54596	A PALA LARINGO D-BLADE C-MAC	20	30,240 €	604,80 €	21%	127,01 €	731,81 €
23	54597	A VARILLA GUIA C-MAC	40	23,345 €	933,80 €	21%	196,10 €	1.129,90 €
		TOTAL LOT 23			4.260,20 €		894,64 €	5.154,84 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER LA TORRE AUTOCON III 400							
24	54891	ZA ELECTRODE DE VAPORITZACIÓ BIPOLAR	10	547,560 €	5.475,60 €	21%	1.149,88 €	6.625,48 €
24	54893	ZA ELECTRODE DE DISECCIÓ BIPOLAR	10	547,560 €	5.475,60 €	21%	1.149,88 €	6.625,48 €
		TOTAL LOT 24			10.951,20 €		2.299,75 €	13.250,95 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER AL MONITOR FETAL PHILIPS							
25	54867	A PAPER CARDIOTOCOGRAF PHILIPS	240	5,175 €	1.242,00 €	21%	260,82 €	1.502,82 €
		TOTAL LOT 25			1.242,00 €		260,82 €	1.502,82 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER SISTEMA PUREGRAFT							
26	53000	ZA BOSSA DRENATGE PUREGRAF 250ML	16	389,400 €	6.230,40 €	21%	1.308,38 €	7.538,78 €
26	53001	ZA BOSSA DRENATGE PUREGRAF 50ML	16	165,500 €	2.648,00 €	21%	556,08 €	3.204,08 €
		TOTAL LOT 26			8.878,40 €		1.864,46 €	10.742,86 €
	MATERIAL FUNGIBLE PER VIDEOPROCESSADPR REDPINE							
27	54948	NZA CISTONEFROSCOPI FLEXIBLE U/S US 13,2FR	100	150,00 €	15.000,00 €	21%	3.150,00 €	18.150,00 €
		TOTAL LOT 27			15.000,00 €		3.150,00 €	18.150,00 €

MATERIAL FUNGIBLE PER ESPIRÒMETRE DATOSPIR TOUCH								
28	54788	TRANSDUCTOR UN SOL ÚS AMB FILTRE	300	1,600 €	480,00 €	21%	100,80 €	580,80 €
		TOTAL LOT 28			480,00 €		100,80 €	580,80 €
MATERIAL FUNGIBLE PER ELS VIDEOLARINGOSCOPS GLIDESCOPE								
29	54981	NZA PALA LARING SPECTRUM QC ECO S3 LOPRO	100	49,400 €	4.940,00 €	21%	1.037,40 €	5.977,40 €
29	54982	NZA PALA LARING SPECTRUM QC ECO S4 LOPRO	100	49,400 €	4.940,00 €	21%	1.037,40 €	5.977,40 €
		TOTAL LOT 29			9.880,00 €		2.074,80 €	11.954,80 €
MATERIAL FUNGIBLE PER ANALITZADOR HEMOGLOBINA HEMOCUE								
30	52081	NETEJADOR MICROCUBETA 201	25	27,110 €	677,75 €	21%	142,33 €	820,08 €
		TOTAL LOT 30			677,75 €		142,33 €	820,08 €
		TOTAL			303.885,34 €		62.808,51 €	366.693,85 €

9.2 ANNEX 2. OFERTA ECONÒMICA: PROPOSTA ECONÒMICA I RÀPEL

MODEL OFERTA ECONÒMICA WORD

NOM LICITADORA:	
LOT:	
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC CONCURSOS:	
PERSONA DE CONTACTE:	TELÈFON:

El/la Sr./Sra.....amb residència
a.....al carrer.....número.....i amb
NIF....., declara que, assabentat/da de les condicions i requisits que s'exigeixen
per poder ser l'empresa adjudicatària del contracte....., amb expedient
número....., es compromet (en nom propi/ en nom i presentació de
l'empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per
l'import total (**TRES** anualitats) de:.....€ (xifra en lletres i
en números), IVA exclòs.

PREU IVA (o exempt)

IMPORT TOTAL IVA INCLÒS:

I un ràpel al final de cada any natural del%.

IMPORT 1 ANUALITAT SENSE IVA:

PREU IVA 1 ANUALITAT:

IMPORT TOTAL 1 ANUALITAT IVA INCLÒS:

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.

Imports oferta amb tres decimals

LOT	CODI	DESCRIPCIÓ	UNITATS DE CONSUM ANUAL	PREU UNITARI SENSE IVA	PREU TOTAL SENSE IVA	% IVA	IVA TOTAL	TOTAL AMB IVA	REFERÈNCIA DE L'ARTICLE OFERT
		MATERIAL FUNGIBLE PER AL MONITOR TRANSCUTANI SENTEC							
1	53901	Z A/P CLIP ORELLA MONITOR DIGI TC SENTEC	48						
1	53906	Z ANELL APLI ADULT/PEDI MONITOR TC SENTEC	24						
1	53907	Z ADHESIU ANELL APLIC MONITOR DIG TC SENTEC	48						
		TOTAL LOT 1							
		MATERIAL FUNGIBLE PER ALS CARROS D'ANESTÈSIA							
2	54746	A TRAMPA AIGUA DRYLINE 6889352	40						
2	54747	A CANISTER CAL SODADA U/SOL US 6887738	30						
2	54748	A FILTRE ASPIRADOR 6887498	30						
		TOTAL LOT 2							
		MATERIAL FUNGIBLE PER AL MONITOR WELCH ALLYN							
3	53682	Z MANEGOT ECOCUFF-09 PEDIÀTRIC 15-21CM	1500						
3	54963	MANEGOT ECOCUFF-10 INFANTIL 20-28CM	1000						
3	52286	A MANEC ECOCUFF-11 ADULT 27-38CM	14000						
3	54964	MANEGOT ECOCUFF-12 OBESOS 33-45CM	1000						

		TOTAL LOT 3							
		MATERIAL FUNGIBLE PER ESTERILITZADOR STERRAD 100NX							
4	53533	Z BOBINA PLANA MIXTA 350MMX70M	12						
4	51489	Z CINTA STERRAD IND.QUIMIC EXTERN	18						
		TOTAL LOT 4							
		MATERIAL FUNGIBLE PER LA CONSOLA MOTOR DE FRESAT CONMED							
5	54849	A FRESA ORLS TALL CARBUR 5X48MM	15						
5	54850	A FRESA ORLS TALL CARBUR 4X48MM	15						
5	54851	A FRESA ORLS TALL CARBUR 3X48MM	20						
5	54852	A FRESA ORLS TALL INOX 2,5X48MM	12						
5	54853	A FRESA ORLS TALL INOX 2X48MM	12						
5	54854	A FRESA ORLS TALL INOX 1X48MM	12						
5	54855	A FRESA ORLS TALL INOX 0,7X48MM	6						
5	54856	A FRESA ORLS TALL INOX 0,5X48MM	10						
5	54857	A FRESA ORLS DIAMANT FINA 5X48MM	13						
5	54858	A FRESA ORLS DIAMANT FINA 4X48MM	12						
5	54859	A FRESA ORLS DIAMANT FINA 3X48MM	12						
5	54860	A FRESA ORLS DIAMANT FINA 1X48MM	10						
5	54861	A FRESA ORLS DIAMANT FINA 0,7X48MM	10						
5	54862	A FRESA ORLS DIAMANT FORTA 4X48MM	10						
5	54863	A FRESA ORLS DIAMANT FORTA 3X48MM	10						

5	54864	A TUB REFRIGERACIO/IRRIGACIÓ MOTOR ORLS	35						
		TOTAL LOT 5							
		MATERIAL FUNGIBLE PER ESTERILITZADOR VAPOR S1000							
6	51632	RECANVI TINTA ESTERILITZADOR 41602.5	55						
6	53194	RECANVI TINTA ESTERILITZADOR 41602.7	3						
6	51481	PAPER REGISTRE AUTOCLAU 41602.8	70						
		TOTAL LOT 6							
		MATERIAL FUNGIBLE PER ESCALFADOR DE FLUIDS RANGER							
7	54870	Z SET ESCALFADOR FLUIDS 24200 RANGER	30						
		TOTAL LOT 7							
		MATERIAL FUNGIBLE PER DESFIBRIL·LADOR MINDRAY							
8	52312	PAPER DESFIBR. X MINDRAY BENEHEART D3	110						
		TOTAL LOT 8							
		MATERIAL FUNGIBLE PER LA BALANÇA DE PRECISIÓ							
9	53731	Z PAPER 57X25 PLASTIC TERMOSENSIBLE	30						
		TOTAL LOT 9							
		MATERIAL FUNGIBLE PER LA CENTRIFUGADORA ANGULAR							
10	54983	NZA KIT PLASMA RIC PLAQUETES PACK DE 3 TUBS -	50						

		PRP							
		TOTAL LOT 10							
		MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADORS							
11	52309	FILTRE CAMPNOGRAF D-FEND PRO GRIS	60						
11	53632	Z MANEGOT SOFT-CUT DINAClick ADULT 23-33	460						
11	53633	Z MANEGOT SOFT-CUT DINAClick ADULT 31-40	180						
11	53634	LÍNIA MOSTRA GASOS VIES RESPIRATORIES	660						
11	53635	CIRCUIT VENTILACIÓ ADULT	360						
11	53764	FILTRE DE PROTECCIÓ INSPIRATÒRIA DEL VENTILADOR	130						
11	132324	TRAMPA AIGUA MINI D-FEND MONITORITZACIÓ	2500						
11	54980	Z SENSOR DE FLUX PER VENTILADOR CARESCAPE	100						
		TOTAL LOT 11							
		MATERIAL FUNGIBLE PER CUNA TÈRMICA PANDA WARMER							
12	54631	Z SENSOR DE TEMPERATURA CORPORAL	50						
		TOTAL LOT 12							
		MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADOR PORTÀTIL VENTWAY SPARROW							
13	54608	ZA TUBULADURA PACIENT ADULT 2,4M	20						
13	54643	ZATUBULADURA PEDIATRICA 2,4M VENTWAY	30						
13	54713	Z PEGAT TORACIC VENTILAT H-VENT	35						

		TOTAL LOT 13							
		MATERIAL FUNGIBLE PER ENDOSCOPI							
14	51088	Z VÀLVULA CANAL BIOPSIA MB 358	40						
		TOTAL LOT 14							
		MATERIAL FUNGIBLE PER AL MONITOR SENSOR FLOTRAC							
15	54777	ZA SENSOR FLOTRAC MHD8R5	40						
		TOTAL LOT 15							
		MATERIAL FUNGIBLE PER SISTEMA PRONEVIEW							
16	54897	Z COIXI FACIAL PRONO T/ MEDIUM	30						
		TOTAL LOT 16							
		MATERIAL FUNGIBLE PER ANALITZADOR AFINION2							
17	54911	ZA TEST CRP AFINION	60						
		TOTAL LOT 17							
		MATERIAL FUNGIBLE PER AL MONITOR DE GASOS							
18	54903	ZA TRAMPA AIGUA MONITOR	60						
18	54904	ZA LÍNIA MEDICIÓ GAS H MONITOR	200						
		TOTAL LOT 18							

		MATERIAL FUNGIBLE PER RESPIRADOR NEONATAL							
19	53504	Z CIRCUIT VENTILACIÓ DOBLE CALEFACTAT	40						
		TOTAL LOT 19							
		MATERIAL FUNGIBLE PER HUMIFICADOR RESPIRATORI							
20	54937	Z CIRCUIT VENT NEONATAL BICALENTAT	50						
20	54822	Z KIT CIRCUIT RESPIRATORI	100						
20	53122	Z CANULA NASAL CPAP 5,0mm/4,0mm	50						
20	53116	Z CANULA NASAL CPAP 4,0mm/3,0mm	50						
20	53123	Z CANULA NASAL CPAP 5,0mm/5,0mm	50						
		TOTAL LOT 20							
		MATERIAL FUNGIBLE PER IMPRESSORES DE POLSERES							
21	52843	CLIP IDENTIFICADOR SEURETAT	2800						
21	53973	ZA BRAÇALET INFANTIL	2400						
		TOTAL LOT 21							
		MATERIAL FUNGIBLE PER LA TORRE DE LAPAROSCÒPIA 3D 4K							
22	132832	Z CLIP VIDRES CIRCULAR PER TORRE 3D 4K	10						
22	132919	Z ULLERES 3D POLARITZACIO REC. ANTIVAHIO	10						
		TOTAL LOT 22							

		MATERIAL FUNGIBLE PER VIDEOLARINGOSCOP C-MAC							
23	54594	A PALA LARINGO N/3 C-MAC	30						
23	54595	A PALA LARINGO N/4 C-MAC	60						
23	54596	A PALA LARINGO D-BLADE C-MAC	20						
23	54597	A VARILLA GUIA C-MAC	40						
		TOTAL LOT 23							
		MATERIAL FUNGIBLE PER LA TORRE AUTOCON III 400							
24	54891	ZA ELECTRODE DE VAPORITZACIÓ BIPOLAR	10						
24	54893	ZA ELECTRODE DE DISECCIÓ BIPOLAR	10						
		TOTAL LOT 24							
		MATERIAL FUNGIBLE PER AL MONITOR FETAL PHILIPS							
25	54867	A PAPER CARDIOTOCOGRAF PHILIPS	240						
		TOTAL LOT 25							
		MATERIAL FUNGIBLE PER SISTEMA PUREGRAFT							
26	53000	ZA BOSSA DRENATGE PUREGRAF 250ML	16						
26	53001	ZA BOSSA DRENATGE PUREGRAF 50ML	16						
		TOTAL LOT 26							
		MATERIAL FUNGIBLE PER VIDEOPROCESSADPR REDPINE							

27	54948	NZA CISTONEFROSCOPI FLEXIBLE U/S US 13,2FR	100						
		TOTAL LOT 27							
		MATERIAL FUNGIBLE PER ESPIRÒMETRE DATOSPIR TOUCH							
28	54788	TRANSDUCTOR UN SOL ÚS AMB FILTRE	300						
		TOTAL LOT 28							
		MATERIAL FUNGIBLE PER ELS VIDEOLARINGOSCOPS GLIDESCOPE							
29	54981	NZA PALA LARING SPECTRUM QC ECO S3 LOPRO	100						
29	54982	NZA PALA LARING SPECTRUM QC ECO S4 LOPRO	100						
		TOTAL LOT 29							
		MATERIAL FUNGIBLE PER ANALITZADOR HEMOGLOBINA HEMOCUE							
30	52081	NETEJADOR MICROCUBETA 201	25						
		TOTAL LOT 30							
		TOTAL							