

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Objecte: manteniment equips agilent

Pos.	Producte	Descripció	Nº Serie	Cobertura
HPLC 1200: 2-812 CONTRATE CORRECTIU AMB PECES I MANTENIMENT PREVENTIU				
1	G1312B	Bomba Binaria	DE63062011	EGS - Des de el 31-maig -2018
	G1315C	Detector Diode-Array	DE73457786	EGS - Des de el 31-maig -2018
	G1316B	Comp.termostatzado	DE60558840	EGS - Des de el 31-maig -2018
	G1321A	Detector de Fluorescencia	DE60555300	EGS - Des de el 31-maig -2018
	G1330B	Termostato	DE60564788	EGS - Des de el 31-maig -2018
	G1362A	Detector Indice Refracción	CN60557782	EGS - Des de el 31-maig -2018
	G1367D	Autosampler	DE82556346	EGS - Des de el 31-maig -2018
	G1379B	Desgasificador	JP82010311	EGS - Des de el 31-maig -2018
	G1158A	Valvula	DE33200213	EGS - Des de el 31-maig -2018
	G1158A	Valvula	DE33200212	EGS - Des de el 31-maig -2018
HPLC 1200: 2-814 CONTRATE CORRECTIU AMB PECES I MANTENIMENT PREVENTIU				
2	G1312B	Bomba Binaria	DE63058261	EGS - Des de el 31-maig -2018
	G1315C	Detector Diode-Array	DE73457586	EGS - Des de el 31-maig -2018
	G1316B	Comp.termostatzado	DE60558881	EGS - Des de el 31-maig -2018
	G1321A	Detector de Fluorescencia	DE60555899	EGS - Des de el 31-maig -2018
	G7167A	Multisampler	DEACI00761	
	G1379B	Desgasificador	JP02414350	EGS - Des de el 31-maig -2018
GCMS QQQ 2-288 CONTRATE CORRECTIU AMB PECES, MANTENIMENT PREVENTIU I NETJA DE LA FONT				
3	G7001B	7000B EI/CI Mainframe	US11406505	EGS - Des de el 01-gener-2024
4		Limpieza de fuente		
	G3440A	GC 7890	CN11411054	EGS - Des de el 30-Juny-2021
	G4514A	7693A Tray, 150 Vial	CN18060082	
	G4513A	Auto Injector	CN14290182	
HPLC 1290: 2-315 CONTRATE CORRECTIU AMB PECES I MANTENIMENT PREVENTIU				
5	G4220A	Bomba Binaria	DEBAA02983	EGS - Des de el 30-Abril-2024
	G1316C	Comp.termostatzado	DEBAC04293	EGS - Des de el 30-Abril-2024
	G7167B	1290 Infinity II Multisampler	DEBAQ00129	
	G4212A	Diode Array Detector	DEBAF01836	EGS - Des de el 30-Abril-2024
	G1321B	Detector FLD	DEABO02578	30-Abril-2026
GCMS QQQ 2-314 CONTRATE CORRECTIU AMB PECES, MANTENIMENT PREVENTIU I NETEJA DE LA FONT				
6	G7000B	7000B EI/CI Mainframe	US12295804	EGS - Des de el 01-gener-2024
7		Limpieza de fuente		EGS - Desde el 30-Juny-2021
	G3440A	GC 7890	CN12331030	
	G4514A	7693A Tray, 150 Vial	CN11100068	
	G4513A	Auto Injector	CN17150177	
GC 7820 2-313: CONTRATE CORRECTIU AMB PECES I MANTENIMENT PREVENTIU				
8	G4350B	GC 7820	CN12332003	
	G4567A	7650 ALS	CN124470036	
ICP-MS: CONTRATE CORRECTIU AMB PECES I MANTENIMENT PREVENTIU				
9	G3281A	ICP-MS 7700	JP12462159	EGS - Des de el 31-Diciembre-2024
	G3160B	Autosampler (I-AS)	DE80902225	31-October-2029

GC-MSD 947: CONTRACTE CORRECTIU AMB PECES, MANTENIMIMENT PREVENTIU I NETEJA DE LA FONT				
10	G7081B	MSD 5977	US1739R019	31-Octubre-2027
11		Limpieza de fuente		
	G3440B	GC 7890	CN17413024	
	G4513A	Auto Injector	CN17370008	
	G4514A	7693A Tray, 150 Vial	CN17380078	
	G8128B	TD100-xr	GB00K-21272	
GC-MSD 948: CONTRACTE CORRECTIU AMB PECES, MANTENIMENT PREVENTIU I NETEJA DE LA FONT				
12	G7081B	MSD 5977	US1739R013	31-Octubre-2027 EOS EOS
13		Limpieza de fuente		
	G3440B	GC 7890	CN17413028	
	TMR-9800	Stratum PTC	US12128003 any 2026	
	TMR-AQUA100	Inyector Automatico	US17263008 any 2026	
GCMS QQQ 949: CONTRACTE CORRECTIU AMB PECES I MANTENIMENT PREVENTIU I NETEJA DE LA FONT				
14	G7012B	7010B MS QQQ	US1737V004	31-Octubre-2027
15		Limpieza de fuente		
	G3440B	GC 7890	CN17413023	
	G4513A	Auto Injector	CN17370194	
	G4514A	7693A Tray, 150 Vial	CN17380076	
ICP-MS: CONTRACTE CORRECTIU AMB PECES I MANTENIMENT PREVENTIU				
16	G8403A	ICP-MS 7900	SG18284123	30-Abril-2032
	G8410A	SPS 4 Autosampler	AU18134750	
	G1879B	Heat Exchanger	1807-02635	
	G8411A	ISIS 3	31SG18360057	
SW CONTRACTE DE SOFTWARE				
17	M8301AA	OpenLAB CDS ChemStation Worstation para LC y GC (1 y 5)		
18	2 x G7201C	MassHunter Workstation SW for 7700 and 7900		
19	2 x G1701FA	GCMSD MH s/n USH3477877 y USH3792424		
20	3 x G6845AA	GCMSD MH s/n DEW0169615, H6231DFF01 y HF17A5DEB1		
PC SOPORTE PC				
21	10 PC	Ordinadors		
		SN780UC	CZC14602V1	
		SN780UC	2UA1460QPP	
		X7Q23UC	CZC7367RW3	
		L1G77AV	CZC7398KTB	
		L1G77AV	CZC7398KT9	
		C8N26AV	CZC347254G	
		C8N26AV	CZC5114RJR	
		GC758AV	CZC7425YRB	
		Y1B39AV	CZC8389BYF	
		C8N26AV	CZC347254H	

Realització del servei:

Aquest contracte inclou l'assistència tècnica i qualificada, amb un temps màxim de resposta de 48 hores, així com tots els recanvis de material de tots els equips especificats en 48 hores, assistència tècnica telefònica gratuïta. I totes les actualitzacions de software que calguin durant els dos anys de vigència del contracte.

A causa de l'obsolescència d'alguns equips hi ha excepcions en la cobertura en els casos que ja estan fora de suport i no poden garantir peces:

Els GC 7890A (model G3440A), els MS QQQ 7000B (models G7000B i G7001B), el ICPMS 7700 (model G3281A).

El Detector FLD G1321B de la serie 1260 no tindrà suport garantit a partir del 30 de Abril de 2026.

Els Gasos 7890B (modelo G3440B) no tindrà suport a partir del 31 de Octubre de 2027.

Barcelona, a data de la darrera signatura

Jose Calderon

Delgado - DNI

45538829W (AUT)

Signat digitalment per Jose
Calderon Delgado - DNI
45538829W (AUT)
Data: 2025.10.03 01:41:37
+02'00'

Josep Calderón

Coordinador Tècnic del Servei de Química

Antoni Rúbies

Cap de Departament del laboratori