

## Criteris adjudicació

Les fórmules a aplicar per a determinar la valoració s'han fixat en base al que s'estableix a la Directiu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

### CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA (MÀXIM 100 PUNTS):

LOT 1 (Excepte 999010262) , LOT 2, LOT 3 I LOT 4

SOBRE 3		PUNTUACIÓ
<b>A. CRITERIS RELACIONATS AMB ELS COSTOS</b>		
<b>A.1</b>	Preu de l'oferta	Fins a 60 punts
SOBRE 2		PUNTUACIÓ
<b>B CRITERIS TÈCNICS VALORABLES AUTOMATICAMENT</b>		
<b>B.1</b>	Varietat de criteris, detallats a continuació	Fins a 40 punts
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>		<b>100 PUNTS</b>

LOT 1, material 999010262

SOBRE 3		PUNTUACIÓ
<b>A. CRITERIS RELACIONATS AMB ELS COSTOS</b>		
<b>A.1</b>	Preu de l'oferta	Fins a 85 punts
SOBRE 2		PUNTUACIÓ
<b>B CRITERIS TÈCNICS VALORABLES AUTOMATICAMENT</b>		
<b>B.2</b>	Varietat de criteris, detallats a continuació	Fins a 15 punts
<b>PUNTUACIÓ TOTAL</b>		<b>100 PUNTS</b>

## CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA (SOBRE 3)

### A. Criteris relacionats amb els Costos

#### A.1. Preu de l'oferta

Caldrà que els licitadors presentin la seva millor proposició econòmica atenent al contingut del plec de prescripcions tècniques.

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left( \frac{1}{VP} \right) \right] \times P$	
<p>On:</p> <p><math>P_v</math> = Puntuació de l'oferta a valorar</p> <p><math>P</math> = Punts criteri econòmic</p> <p><math>O_m</math> = Oferta Millor</p> <p><math>O_v</math> = Oferta a Valorar.</p> <p><math>IL</math> = Import de licitació.</p> <p><math>VP</math> = Valor de Ponderació. En aquest cas VP Ordinari=1</p>	

### B. Criteris tècnics de valoració automàtica (sobre 2)

#### LOT 1 SÈRUMS D'INFUSIÓ

CRITERIS SÈRUMS FISIOLÒGICS (CODIS AGRUPADORS 999011440, 999011897, 999012269, 999013374, 999013915, 999012416)		PUNTUACIÓ	
Sèrums Fisiològics	Presència de doble entrada estèril, autosegellable que eviti el degoteig, que permeti per a una entrada l'addició de medicaments i/o electròlits i per l'altra la connexió d'equips de perfusió.	SI	8
	<i>Justificació. Permet la connexió segura d'equips de perfusió i l'addició de medicaments/electròlits sense risc de contaminació. Redueix infeccions associades a la manipulació i millora la seguretat del pacient.</i>	NO	0

	Retolat en negre o gris.	SI	8
	<i>Justificació. Facilita la identificació ràpida del producte en entorns clínics amb alta càrrega visual, evitant errors de medicació. Compliment amb bones pràctiques d'etiquetatge hospitalari.</i>	NO	0
	Penjador integrat i amb resistència suficient per a permetre la subjecció de la solució durant la seva administració.	SI	6
	<i>Justificació. Garanteix la correcta suspensió durant l'administració, evitant caigudes o interrupcions en la perfusió. Millora l'ergonomia i redueix temps de preparació per al personal sanitari.</i>	NO	0
	Disponibilitat de diferents formats d'envàs del mateix producte	SI	10
	<i>Justificació. Disposar de diversos formats garanteix la continuïtat assistencial en cas de trencaments d'estoc d'un volum concret, ja que permet substituir-lo per un altre format sense comprometre el tractament. Això assegura la disponibilitat del producte i evita interrupcions en l'atenció al pacient.</i>	NO	0
	Volum addicional de líquid que es pot afegir als envasos. Aplicable als sèrums fisiològics		
	<i>Justificació Facilita la dilució de medicaments i electròlits sense necessitat d'un altre envàs, optimitzant recursos i reduint riscos de manipulació addicional.</i>		
	Volum d'addició:	SI	8
	Envàs de 50 ml      Volum Addicional $\geq$ 70 ml	NO	0
	Envàs de 100 ml      Volum Addicional $\geq$ 40 ml		
	Envàs de 250 ml      Volum Addicional $\geq$ 90 ml		
	Envàs de 500 ml      Volum Addicional $\geq$ 120 ml		
	Envàs de 1000 ml      Volum Addicional $\geq$ 170 ml		
	Envàs de 2000 ml      Volum Addicional $\geq$ 150 ml		

CRITERIS SÈRUMS GLUCOSATS (CODIS AGRUPADORS 999010773, 999012353, 999013310, 999013150)		PUNTUACIÓ	
Sèrums Glucosats	Presència de doble entrada estèril, autosegellable que eviti el degoteig, que permeti per a una entrada l'addició de medicaments i/o electròlits i per l'altra la connexió d'equips de perfusió.	SI	8
	<i>Justificació Permet la connexió segura d'equips de perfusió i l'addició de medicaments/electròlits sense risc de contaminació. Redueix infeccions associades a la manipulació i millora la seguretat del pacient.</i>	NO	0
	Penjador integrat i amb resistència suficient per a permetre la subjecció de la solució durant la seva administració.	SI	8
	<i>Justificació Garanteix la correcta suspensió durant l'administració, evitant caigudes o interrupcions en la perfusió. Millora l'ergonomia i redueix temps de preparació per al personal sanitari.</i>	NO	0
	Retolats en negre, vermell o taronja	SI	6
	<i>Justificació Els colors diferenciats faciliten la identificació ràpida del producte i la seva concentració en entorns amb alta càrrega visual, minimitzant errors de medicació i millorant la seguretat del pacient.</i>	NO	0
	Disponibilitat de diferents formats d'envàs del mateix producte	SI	10
	<i>Justificació Disposar de diversos formats garanteix la continuïtat assistencial en cas de trencaments d'estoc d'un volum concret, ja que permet substituir-lo per un altre format sense comprometre el tractament. Això assegura la disponibilitat del producte i evita interrupcions</i>	NO	0
	Envàs totalment col·lapsable. Que no precisi utilitzar equip d'administració amb entrada d'aire	SI	8
	<i>Justificació Facilita la dilució de medicaments i electròlits sense necessitat d'un altre envàs, optimitzant recursos i reduint riscos de manipulació addicional.</i>	NO	0

	CRITERIS SÈRUM FISIOLÒGIC 10 ML (CODIS AGRUPADORS 999010262)	PUNTUACIÓ	
Sèrum fisiològic 10 ml	Datamatrix, en la part no amovible de l'envàs primari, que inclogui C.N., lot de fabricació i data de caducitat.		
	<i>Justificació El codi Datamatrix garanteix la traçabilitat completa del producte, permetent la verificació automàtica en sistemes hospitalaris i reduint errors en la dispensació. Situar-lo en una part no amovible evita la pèrdua d'informació durant la manipulació, assegurant el compliment de normatives de seguretat i control de medicaments.</i>	SI	7,5
		NO	0
	Possibilitat que l'ampolla de plàstic es mantingui en posició vertical	SI	7,5
	<i>Justificació Facilita la manipulació i l'ús en entorns clínics, especialment en superfícies de treball reduïdes. Evita vessaments accidentals i millora l'ergonomia per al personal sanitari, incrementant la seguretat i l'eficiència en la preparació.</i>	NO	0

## LOT 2 SÈRUMS DE VIDRE

CRITERIS SERUMS DE VIDRE (CODIS AGRUPADORS 999019963, 999011194, 999011813, 999010422, 999010558, 999012814, 999011148, 999010476, 999012231)	PUNTUACIÓ	
Datamatrix o codi de barres a l'envàs primari, que inclogui C.N., lot de fabricació i data de caducitat.	SI	10
<i>Justificació Garanteix la traçabilitat completa del producte i la verificació automàtica en sistemes hospitalaris, reduint errors en la dispensació. La presència en l'envàs primari assegura que la informació no es perdi durant la manipulació.</i>	NO	0
Disponibilitat d'informació permanent actualitzada d'estabilitats i compatibilitats amb medicaments, concorde a estàndards de les Autoritats Sanitàries, quant a períodes de validesa i condicions d'emmagatzematge dels medicaments en els envasos de les solucions de fluïdoteràpia.	On-line	10
	No On-line	5
	No- Informació	0
<i>Justificació Aquesta informació és essencial per garantir la seguretat en la preparació i administració de medicaments, evitant incompatibilitats que podrien comprometre l'eficàcia del tractament o la seguretat del pacient.</i>		

Penjador integrat i amb resistència suficient per a permetre la subjecció de la solució durant la seva administració	SI	10
<i>Justificació Permet la suspensió segura de la solució durant l'administració, evitant caigudes i interrupcions en la perfusió. Millora l'ergonomia i redueix temps de preparació per al personal sanitari.</i>	NO	0
Diferenciació cromàtica entre les diferents concentracions de producte	SI	10
<i>Justificació Facilita la identificació ràpida i segura de la concentració, reduint errors de medicació en entorns amb alta càrrega assistencial. Contribueix a la seguretat del pacient i a la correcta gestió del producte.</i>	NO	0

### LOT 3 SÈRUMS D'IRRIGACIÓ

CRITERIS SERUMS IRRIGACIÓ (CODIS AGRUPADORS 999014206, 999014144, 999011189, 999010806)	PUNTUACIÓ	
Datamatrix o codi de barres a l'envàs primari, que inclogui C.N., lot de fabricació i data de caducitat.	SI	12
<i>Justificació Garanteix la traçabilitat completa del producte i la verificació automàtica en sistemes hospitalaris, reduint errors en la dispensació i assegurant el compliment normatiu. La presència en l'envàs primari evita la pèrdua d'informació durant la manipulació.</i>	NO	0
Penjador integrat i amb resistència suficient per a permetre la subjecció de la solució durant la seva administració	SI	12
<i>Justificació Permet la suspensió segura de la solució durant l'administració, evitant caigudes i interrupcions en la irrigació. Millora l'ergonomia i redueix temps de preparació per al personal sanitari</i>	NO	0
Diferenciació cromàtica entre les diferents volums de producte	SI	16
<i>Justificació Facilita la identificació ràpida del volum adequat, reduint errors en la selecció i millorant la seguretat del pacient en entorns amb alta càrrega assistencial.</i>	NO	0

## LOT 4 SÈRUMS ESPECÍFICS

CRITERIS SERUMS ESPECÍFICS (CODI AGRUPADOR 999013916 999012228, 999019882, 999017362, 999012308)	PUNTUACIÓ	
Datamatrix o codi de barres a l'envàs primari, que inclogui C.N., lot de fabricació i data de caducitat.	SI	8
<i>Justificació Garanteix la traçabilitat completa del producte i la verificació automàtica en sistemes hospitalaris, reduint errors en la dispensació i assegurant el compliment normatiu. La presència en l'envàs primari evita la pèrdua d'informació durant la manipulació.</i>	NO	0
Disponibilitat d'informació permanent actualitzada d'estabilitats i compatibilitats amb medicaments, concorde a estàndards de les Autoritats Sanitàries, quant a períodes de validesa i condicions d'emmagatzematge dels medicaments en els envasos de les solucions de fluïdoteràpia.	On-line	8
	No On-line	4
	No- Informació	0
Penjador integrat i amb resistència suficient per a permetre la subjecció de la solució durant la seva administració	SI	8
<i>Justificació Permet la suspensió segura de la solució durant l'administració, evitant caigudes i interrupcions en la perfusió. Millora l'ergonomia i redueix temps de preparació per al personal sanitari.</i>	NO	0
Compatibilitat amb barrejes medicamentoses i presentació de la documentació que ho acrediti	SI	8
	NO	0
Que les entrades evitin el degoteig si desconnectem l'equip o agulla.	SI	8
	NO	0

CRITERIS (Per al codi agrupador 999013206)	PUNTUACIÓ	
Datamatrix o codi de barres a l'envàs primari, que inclogui C.N., lot de fabricació i data de caducitat.	SI	8
<i>Justificació Garanteix la traçabilitat completa del producte i la verificació automàtica en sistemes hospitalaris, reduint errors en la dispensació i assegurant el compliment normatiu. La presència en l'envàs primari evita la pèrdua d'informació durant la manipulació.</i>	NO	0
Disponibilitat d'informació permanent actualitzada d'estabilitats i compatibilitats amb medicaments, concorde a estàndards de les Autoritats Sanitàries, quant a períodes de validesa i condicions d'emmagatzematge dels medicaments en els envasos de les solucions de fluïdoteràpia.	On-line	8
	No On-line	4
	No- Informació	0
Penjador integrat i amb resistència suficient per a permetre la subjecció de la solució durant la seva administració	SI	8
<i>Justificació Permet la suspensió segura de la solució durant l'administració, evitant caigudes i interrupcions en la perfusió. Millora l'ergonomia i redueix temps de preparació per al personal sanitari.</i>	NO	0
Que les entrades evitin el degoteig si desconnectem l'equip o agulla.	SI	8
<i>Justificació Redueix el risc de contaminació i vessaments accidentals, millorant la seguretat i la higiene en l'entorn hospitalari.</i>	NO	0
Envàs totalment col·lapsable. Que no precisi utilitzar equip d'administració amb entrada d'aire	SI	8
<i>Justificació Evita l'ús d'equips amb entrada d'aire, reduint el risc d'infecció i simplificant la preparació. A més, millora la seguretat en entorns on la pressió atmosfèrica pot variar (transport, urgències) i garanteix una administració més eficient.</i>	NO	0