

CSI2025099 SUBMINISTRAMENT DE TESTS NASOFARINGES DE DIAGNÒSTIC RÀPID PER A TOTS ELS CENTRES D'ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL

La puntuació màxima de la totalitat dels criteris d'adjudicació és de 100 punts, distribuïts de la següent manera:

LOT 1. TEST STREP-A

CRITERIS OBJECTIUS (100 punts)

PROPOSTA ECONÒMICA (40 punts)

Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 40 punts a la proposta econòmica d'acord amb la següent formula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

O_m = Oferta Millor

O_v = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 2

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars

ALTRES CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (60 punts)

Codi material	Altres criteris tècnics objectius		Puntuació màxima
12721	Es valorarà que el temps de lectura del resultat no superi els 5 minuts , especialment útil en un entorn sanitari per reduir els temps d'espera a les consultes. A més, un interval de lectura baix menor es la probabilitat de que el resultat es degradi lo que millora la fiabilitat del test		SI: 10 punts NO: 0 punts
	Es valorarà que la prova tingui una especificitat alta la qual cosa permet tenir pocs casos de falsos positius. Una baixa especificitat pot donar diagnòstics erronis i la prescripció innecessària de antibiòtics, contribuint a la resistència antimicrobiana	> 97%	15 punts
		95-97%	5 punts

	Es valorarà que la prova tingui una sensibilitat alta , que permet tenir pocs casos de falsos negatius. Una sensibilitat baixa pot donar resultats negatius en pacients infectats, lo que implica no tractar una infecció bacteriana activa	> 95%	15 punts
		90-95%	5 punts
	Es puntuarà més alt els test que incloguin un sistema de kit diagnòstic més intuïtiu amb una lectura visual clara i de més fàcil maneig	casete	10 punts
		tira	2 punts
	Es valorarà que a l'IFU consti una avaluació del rendiment de la prova en al menys 400 pacients . A més casos analitzats hi ha més precisió en la estimació de sensibilitat i especificitat		SI: 10 punts NO: 0 punts
PUNTUACIÓ TOTAL			60 punts

LOT 2. TEST SARS-COV-2 + INFL. A/B + RSV

CRITERIS OBJECTIUS (100 punts)

PROPOSTA ECONÒMICA (40 punts)

Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 40 punts a la proposta econòmica del material del lot, d'acord amb la següent formula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

$O_{\overline{m}}$ = Oferta Millor

$O_{\overline{v}}$ = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 2

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars ALTRES CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (60 punts).

Codi material	Altres criteris tècnics objectius		Puntuació màxima
55819	Es valorarà que el temps de lectura del resultat no superi els 10 minuts , especialment útil en un entorn sanitari per reduir els temps d'espera a les consultes. A més, un interval de lectura baix menor es la probabilitat de que el resultat es degradi lo que millora la fiabilitat del test		SI: 10 punts NO: 0 punts
	Es valorarà que la prova de SARS-CoV-2 tingui una especificitat alta la qual cosa permet tenir pocs casos de falsos positius. Una baixa especificitat pot donar diagnòstics erronis i la prescripció innecessària de antivirals o antibiòtics	> 99%	15 punts
		97-99%	5 punts
	Es valorarà que la prova de SARS-CoV-2 tingui una sensibilitat alta , que permet tenir pocs casos de falsos negatius. Detectar correctament els casos positius permet aïllar als pacients infectats, clau per trencar cadenes de transmissió	> 94%	15 punts
		90-94%	5 punts
	Es puntuarà més alt els test que incloguin un sistema de kit diagnòstic més intuïtiu amb una lectura visual clara i de més fàcil maneig	casete	10 punts
		tira	2 punts
	Es valorarà que a l'IFU consti una avaluació del rendiment de la prova en al menys 200 pacients . A més casos analitzats hi ha més precisió en la estimació de sensibilitat i especificitat		SI: 10 punts NO: 0 punts
PUNTUACIÓ TOTAL			60 punts

LOT 3. TEST SARS-COV-2 + INFL. A/B + RSV + ADENOVIRUS

CRITERIS OBJECTIUS (100 punts)

PROPOSTA ECONÒMICA (40 punts):

Atenent a circumstàncies econòmiques i de viabilitat financera de la institució, s'ha considerat convenient dotar amb 40 punts a la proposta econòmica del material del lot, d'acord amb la següent formula:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - OM}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

$P_{\bar{v}}$ = Puntuació de l'oferta a Valorar

P = Punts criteri econòmic

$O_{\bar{m}}$ = Oferta Millor

$O_{\bar{v}}$ = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitació

VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 2

Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s'apreciaran de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars

ALTRES CRITERIS TÈCNICS OBJECTIUS (60 punts):

Codi material	Altres criteris tècnics objectius		Puntuació màxima
37549	Es valorarà que el temps de lectura del resultat no superi els 10 minuts , especialment útil en un entorn sanitari per reduir els temps d'espera a les consultes. A més, un interval de lectura baix menor es la probabilitat de que el resultat es degradi lo que millora la fiabilitat del test		SI: 10 punts NO: 0 punts
	Es valorarà que la prova de SARS-CoV-2 tingui una especificitat alta la qual cosa permet tenir pocs casos de falsos positius. Una baixa especificitat pot donar diagnòstics erronis i la prescripció innecessària de antivirals o antibiòtics	> 99%	15 punts
		97-99%	5 punts
	Es valorarà que la prova de SARS-CoV-2 tingui una sensibilitat alta , que permet tenir pocs casos de falsos negatius. Detectar correctament els casos positius permet aïllar als pacients infectats, clau per trencar cadenes de transmissió.	> 94%	15 punts
		90-94%	5 punts
	Es puntuarà més alt els test que incloguin un sistema de kit diagnòstic més intuïtiu amb una lectura visual clara i de més fàcil maneig	casete	10 punts
		tira	2 punts
	Es valorarà que a l'IFU consti una avaluació del rendiment de la prova en al menys 200 pacients . A més casos analitzats hi ha més precisió en la estimació de sensibilitat i especificitat		SI: 10 punts NO: 0 punts
PUNTUACIÓ TOTAL			60 punts

CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ: De conformitat amb l'article 202 de la LCSP s'estableixen les condicions especials d'execució del contracte, d'obligat compliment per part de l'empresa o les empreses contractistes, i que seran les que s'indiquin al quadre de característiques específiques.