

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT DE KITS QUIRÚRGICS PER A L'HOSPITAL  
UNIVERSITARI VALL D'HEBRON****Criteris d'adjudicació****CS/AH01/1101447852/26/AMUP****CRITERIS AUTOMÀTICS OBJECTIUS****A- VALORACIÓ ECONÒMICA (SOBRE 3):****La puntuació econòmica màxima serà de 52 punts.**

La puntuació màxima d'aquest criteri de 52 punts els rebrà l'oferta més econòmica sempre que compleixi amb els requisits mínims indicats en el Plec de condicions tècniques. Les ofertes restants obtindran la puntuació que resulti de l'aplicació de la següent fórmula:

$$P_v = \left[ 1 - \left( \frac{O_v - O_m}{IL} \right) \right] \times P$$

*Sent:**P: Punts criteri econòmic**IL: Import de licitació**Ov: Import de l'oferta econòmica a valorar**Om: Import de la millor oferta presentada**Pv: Punts atorgats a l'oferta**OAB: Preu per sota del qual l'oferta es considera anormalment baixa.*

Es considerarà una oferta incursa en valor anormal o desproporcionat, als efectes de l'article 149.4 de la LCSP, quan la puntuació obtinguda pels criteris d'adjudicació que no són preu estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les següents variables 1 i 3, i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) sigui inferior a la mitjana aritmètica (\*) de les ofertes econòmiques presentades en un percentatge superior al 20%:

1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris d'adjudicació que no són preu.
2. La desviació de cada una de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris d'adjudicació que no són preu.
3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes en valor absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys, en els criteris d'adjudicació que no són preu.

|                                                                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL<br>SUBMINISTRAMENT DE KITS QUIRÚRGICS PER A L'HOSPITAL<br>UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | Criteris d'adjudicació     |
|                                                                                                                          | CS/AH01/1101447852/26/AMUP |

(\*) No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al càlcul de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta econòmica (preu) que sigui d'una quantia més elevada quan sigui superior en més de 15 unitats percentuals a la mitjana.

De la mateixa manera, quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més, si hi ha ofertes econòmiques (preus) superiors a la mitjana en més de 15 unitats percentuals, s'ha de calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.

Un cop s'hagi identificat algun dels anteriors supòsits, s'instruirà el corresponent procediment contradictori, d'acord amb la clàusula 12.5 del PCAP.

En cas d'ofertes considerades anormalment baixes l'òrgan de contractació sol·licitarà a l'empresa licitadora un informe justificatiu de l'oferta econòmica presentada per a la seva valoració. En cas que la informació rebuda no expliqui satisfactòriament el baix nivell dels preus o costos proposats, l'empresa licitadora quedarà automàticament exclosa del procés de licitació.

Tots els càlculs es faran amb imports sense IVA

## B- CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA AUTOMÀTICA (SOBRE 2):

La puntuació màxima de la valoració tècnica automàtica serà de 12 punts. Aquelles ofertes que no aconseguixin el 50% de la puntuació màxima en els "Criteris de valoració tècnica automàtica" quedaran exclosos de continuar en el procediment de licitació.

|           | CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA AUTOMÀTICA                                                                                                                                                                 | VALORS                                  | PUNTUACIÓ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>B1</b> | El número de gravadores que el licitador aporta per tal de poder fer la cobertura de tots els quiròfans i assegurar la gravació dels procediments quirúrgics segons les descripcions que es mencionen en | • Igual o més de 7 gravadores= 12 punts | <b>12</b> |
|           |                                                                                                                                                                                                          | • 6 gravadores= 11 punts                |           |
|           |                                                                                                                                                                                                          | • 5 gravadores= 10 punts                |           |

|                                                                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL<br>SUBMINISTRAMENT DE KITS QUIRÚRGICS PER A L'HOSPITAL<br>UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | Criteris d'adjudicació     |
|                                                                                                                          | CS/AH01/1101447852/26/AMUP |

|                        |                                                  |                                                                                  |           |
|------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                        | el punt 3 del Plec de Prescripcions<br>Tècniques | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menys de 5 gravadores= 0 punts</li> </ul> |           |
| <b>TOTAL PUNTUACIÓ</b> |                                                  |                                                                                  | <b>12</b> |

### C – CRITERIS DE VALORACIÓ D'ASPECTES EN MATÈRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA PER PROVEÏDORS

La puntuació màxima de la valoració d'aspectes en matèria de responsabilitat social corporativa serà de 1,5 punts.

|                                                                              | CRITERIS DE VALORACIÓ D'ASPECTES<br>EN MATERIA DE RESPONSABILITAT<br>SOCIAL CORPORATIVA PER<br>PROVEÏDORS                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                         | PUNTUACIÓ   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1 – ÀMBIT SOSTENIBILITAT, EMPREMTA DE CARBONI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |             |
| <b>RSC1</b>                                                                  | El licitador certifica que l'empaquetatge del material subministrat és de material reciclat. El licitador haurà de presentar un pla d'execució i acció que detalli les mesures adoptades per garantir l'ús d'empaquetatge sostenible, incloent la procedència dels materials, la gestió de residus d'embalatge i les pràctiques per minimitzar l'ús de materials d'un sol ús. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si = 1 punt</li> <li>No = 0 punts</li> </ul>     | <b>1</b>    |
| <b>2 – ÀMBIT SOCIAL. INTEGRACIÓ SOCIAL I DRETS LABORALS</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |             |
| <b>RSC2</b>                                                                  | El licitador certifica que el percentatge de contractació definitiva de la plantilla que executarà el contracte ha de superar el 50%.                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si = 0,50 punts</li> <li>No = 0 punts</li> </ul> | <b>0,50</b> |

|                                                                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL<br>SUBMINISTRAMENT DE KITS QUIRÚRGICS PER A L'HOSPITAL<br>UNIVERSITARI VALL D'HEBRON | Criteris d'adjudicació     |
|                                                                                                                          | CS/AH01/1101447852/26/AMUP |

|                 |                                                                                                                                                                        |  |      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|
|                 | El licitador haurà de presentar declaració responsable signada que indiqui el percentatge de treballadors amb contracte definitiu vinculats a l'execució del contracte |  |      |
| TOTAL PUNTUACIÓ |                                                                                                                                                                        |  | 1,50 |

### JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS RSC

#### 1. Àmbit sostenibilitat, empremta de carboni i eficiència energètica

##### RSC1 (Reciclabilitat dels materials):

L'ús de materials fàcilment reciclables està directament relacionat amb el disseny i la fabricació dels implants i guies quirúrgiques, part essencial de l'objecte contractual. Això permet reduir l'impacte ambiental un cop finalitzada la vida útil dels productes i s'alinea amb els objectius mediambientals de l'ICS.

#### 2. Àmbit social. Integració social i drets laborals:

##### RSC2 (Contractació estable del personal):

Aquest criteri incideix en la fase d'execució del contracte, tot promovent l'estabilitat laboral de la plantilla que durà a terme les prestacions. Aquesta condició s'emmarca dins del que disposa l'article 1.3 de la LCSP, que identifica com a finalitat de la contractació pública la promoció de polítiques laborals responsables i sostenibles.

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT DE KITS QUIRÚRGICS PER A L'HOSPITAL  
UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

**Criteris d'adjudicació**

**CS/AH01/1101447852/26/AMUP**

**CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR**

**D- CRITERIS DE VALORACIÓ TÈCNICA NO AUTOMÀTICA (SOBRE 2 BIS):**

La valoració de les propostes tècniques en relació amb els criteris sotmesos a judici de valor, es realitzarà d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri i posteriorment s'aplicarà la següent fórmula per obtenir la puntuació definitiva:

$$Pop = P \times \frac{VTop}{VTmv}$$

*P<sub>op</sub>*: puntuació de l'oferta a puntuar

*P*: puntuació del criteri

*V<sub>Top</sub>*: valoració tècnica de l'oferta que es puntua

*V<sub>Tmv</sub>*: valoració tècnica de l'oferta millor valorada.

La puntuació màxima dels criteris de valoració tècnica no automàtica serà de 34,5 punts. Aquelles ofertes que no aconseguixin el 50% de la puntuació màxima en els "Criteris de valoració tècnica no automàtica" quedaran exclosos de continuar en el procediment de licitació.

|                                 | CRITERIS DE VALORACIÓ        | VALORS                                                                                                                                                                                                                     | PUNTUACIÓ  |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Segellador vasos bipolar</b> |                              |                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <b>C1</b>                       | Ergonomia-facilitat d'ús     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Màxima facilitat d'ús= 2 punts</li> <li>Facilitat d'ús mitjana= 1 punt</li> <li>Poca facilitat d'ús= 0 punts</li> </ul>                                                             | <b>2</b>   |
| <b>C2</b>                       | Seguretat en tall-coagulació | <ul style="list-style-type: none"> <li>Màxima seguretat i rapidesa de tall, coagulació amb moviments fluids= 3 punts</li> <li>Mínima seguretat i rapidesa de tall, coagulació amb moviments no fluids= 0 punts</li> </ul>  | <b>3</b>   |
| <b>C3</b>                       | Segellat permanent fiable:   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realització en un sol acte el segellat de manera segura i permanent= 1,5 punts</li> <li>Realització en més d'un acte el segellat de manera segura i permanent= 0,5 punts</li> </ul> | <b>1,5</b> |

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT DE KITS QUIRÚRGICS PER A L'HOSPITAL  
UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

**Criteris d'adjudicació**

**CS/AH01/1101447852/26/AMUP**

|                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     |                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realització en més d'un acte el segellat de manera insegura i no permanent= 0 punts</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>C4</b>                           | Qualitat de dispersió tèrmica en teixits               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Expansió calòrica minimitzada i sense carbonització tissular: 2 punts</li> <li>Expansió calòrica maximitzada i amb carbonització tissular= 0 punts</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2</b>   |
| <b>Tròcars amb ganiveta/cànules</b> |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| <b>C5</b>                           | Facilitat i seguretat de permanència a paret abdominal | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si durant l'acte d'introduir i extreure els instruments el tròcar no es desplaça de la paret abdominal= 1,5 punts</li> <li>Si durant l'acte d'introduir i extreure els instruments el tròcar es desplaça de la paret abdominal= 0 punts</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1,5</b> |
| <b>C6</b>                           | Sistema de seguretat                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Al sistema de seguretat més eficient (indicadors visuals per indicar que l'agulla està exposada, clicks auditius per indicar diferents accions tals com la inserció en teixits, la seguretat de l'esmolat fiable)= 2 punts</li> <li>Si el sistema de seguretat no mostra eficiència (no té indicadors visuals de que l'agulla està exposada, ni clicks auditius per indicar diferents accions com la inserció en teixits i la seguretat de l'esmolat no és fiable)= 0 punts</li> </ul> | <b>2</b>   |
| <b>C7</b>                           | Fixació de la goma en la vàlvula                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si a l'introduir el tròcar dins de la cànula, la vàlvula no es</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2</b>   |

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT DE KITS QUIRÚRGICS PER A L'HOSPITAL  
UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

**Criteris d'adjudicació**

**CS/AH01/1101447852/26/AMUP**

|                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                     |                                                                  | <p>desprèn i no es mou del seu lloc= 2 punts</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si a l'introduir el tròcar dins de la cànula, la vàlvula es desprèn i es mou del seu lloc= 0 punts</li> </ul>                                                       |            |
| <b>C8</b>                           | Tancament hermètic dels gasos                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si no hi ha fuga del diòxid de carboni insuflat= 0,5 punts</li> <li>• Si hi ha fuga del diòxid de carboni insuflat= 0 punts</li> </ul>                                                                               | <b>0,5</b> |
| <b>Bosses de recollida</b>          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| <b>C9</b>                           | Resistència de la bossa                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la bossa no es trenca i té una vida útil al llarg de tot el procediment= 2 punts</li> <li>• Si la bossa es trenca i la seva vida útil no dura per tot el procediment= 0 punts</li> </ul>                          | <b>2</b>   |
| <b>C10</b>                          | Resistència de l'anell                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si l'anell de la bossa no es trenca i té una vida útil al llarg de tot el procediment= 1,5 punts</li> <li>• Si l'anell de la bossa es trenca i la seva vida útil no dura per tot el procediment= 0 punts</li> </ul>  | <b>1,5</b> |
| <b>C11</b>                          | Facilitat per obrir i tancar la bossa dintre del conducte intern | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La bossa presenta facilitat pel seu tancament i obertura dintre del conducte intern= 0,5 punts</li> <li>• La bossa no presenta facilitat pel seu tancament i obertura dintre del conducte intern= 0 punts</li> </ul> | <b>0,5</b> |
| <b>Sutures barbades absorbibles</b> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| <b>C12</b>                          | Resistència i durabilitat                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la sutura no es trenca i té vida útil al llarg de tot el procediment= 2 punts</li> <li>• Si la sutura es trenca i la seva vida útil no dura al llarg de tot el procediment= 0 punts</li> </ul>                    | <b>2</b>   |

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT DE KITS QUIRÚRGICS PER A L'HOSPITAL  
UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

**Criteris d'adjudicació**

**CS/AH01/1101447852/26/AMUP**

|                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>C13</b>                                     | Resistència a la tracció  | <ul style="list-style-type: none"> <li>La sutura suporta les forces a les que ha d'estar sotmesa sense trencament esfilagarsament o degradació durant el temps necessari per cicatritzar el teixit= 1 punt</li> <li>La sutura no suporta les forces a les que ha d'estar sotmesa i es trenca, s'esfilagarsa o es degrada durant el temps necessari per cicatritzar el teixit= 0 punts</li> </ul> | <b>1</b> |
| <b>C14</b>                                     | Memòria baixa             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la sutura no recorda la seva forma original en ser manipulada i facilita el treball de l'equip quirúrgic, especialment en teixits delicats= 1 punt</li> <li>La sutura recorda la seva forma original en ser manipulada i no facilita el treball de l'equip quirúrgic, especialment en teixits delicats= 0 punts</li> </ul>                             | <b>1</b> |
| <b>Sutures sintètica absorbibles monofilar</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| <b>C15</b>                                     | Resistència i durabilitat | <ul style="list-style-type: none"> <li>La sutura no es trenca i té vida útil al llarg de tot el procediment= 2 punts</li> <li>La sutura es trenca i la seva vida útil no dura al llarg de tot el procediment= 0 punts</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <b>2</b> |
| <b>C16</b>                                     | Resistència a la tracció  | <ul style="list-style-type: none"> <li>La sutura suporta les forces a les que se sotmet sense trencament, esfilagarsament o degradació durant el temps necessari per cicatritzar el teixit= 1 punt</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <b>1</b> |

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT DE KITS QUIRÚRGICS PER A L'HOSPITAL  
UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

**Criteris d'adjudicació**

**CS/AH01/1101447852/26/AMUP**

|                                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                              |                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>La sutura no suporta les forces a les que ha d'estar sotmesa i es trenca, s'esfilagarsa o es degrada durant el temps necessari per cicatritzar el teixit= 0 punts</li> </ul>                                                                                                                                                  |          |
| <b>C17</b>                                   | Memòria baixa             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la sutura no recorda la seva forma original en ser manipulada i facilita el treball de l'equip quirúrgic, especialment en teixits delicats= 1 punt</li> <li>La sutura recorda la seva forma original en ser manipulada i no facilita el treball de l'equip quirúrgic, especialment en teixits delicats= 0 punts</li> </ul> | <b>1</b> |
| <b>C18</b>                                   | Temps d'absorció          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Temps d'absorció predictable: el temps d'absorció és adequat segons el tipus de teixit i la velocitat de cicatrització= 1 punt</li> <li>Temps d'absorció no és predictable: el temps d'absorció és inadequat pel tipus de teixit i la velocitat de cicatrització= 0 punts</li> </ul>                                          | <b>1</b> |
| <b>Sutures sintètica absorbible trenades</b> |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>C19</b>                                   | Resistència i durabilitat | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la sutura no es trenca i té vida útil al llarg de tot el procediment= 1 punt</li> <li>La sutura es trenca i la seva vida útil no dura al llarg de tot el procediment= 0 punts</li> </ul>                                                                                                                                   | <b>1</b> |
| <b>C20</b>                                   | Resistència a la tracció  | <ul style="list-style-type: none"> <li>La sutura suporta les forces a les que se sotmet sense trencament, esfilagarsament o degradació durant el temps</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <b>1</b> |

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT DE KITS QUIRÚRGICS PER A L'HOSPITAL  
UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

**Criteris d'adjudicació**

**CS/AH01/1101447852/26/AMUP**

|                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                 |                   | <p>necessari per cicatritzar el teixit= 1 punt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La sutura no suporta les forces a les que ha d'estar sotmesa i es trenca, s'esfilagarsa o es degrada durant el temps necessari per cicatritzar el teixit= 0 punts</li> </ul>                                                                                               |          |
| <b>C21</b>                      | Memòria baixa     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si la sutura no recorda la seva forma original en ser manipulada i facilita el treball de l'equip quirúrgic, especialment en teixits delicats= 1 punt</li> <li>La sutura recorda la seva forma original en ser manipulada i no facilita el treball de l'equip quirúrgic, especialment en teixits delicats= 0 punts</li> </ul> | <b>1</b> |
| <b>C22</b>                      | Temps d'absorció  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Temps d'absorció previsible: el temps d'absorció és adequat segons el tipus de teixit i la velocitat de cicatrització= 1 punt</li> <li>Temps d'absorció no és previsible: el temps d'absorció és inadequat pel tipus de teixit i la velocitat de cicatrització= 0 punts</li> </ul>                                            | <b>1</b> |
| <b>Electrobisturí monopolar</b> |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| <b>C23</b>                      | Tall i coagulació | <ul style="list-style-type: none"> <li>El bisturí ha d'oferir una excel·lent capacitat de tall en teixits durs i tous amb una coagulació eficaç que minimitzi el sagnat i afavoreixi la curació així com un bon control tèrmic per tal de controlar que la calor generada pugui danyar de forma</li> </ul>                                                           | <b>2</b> |

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT DE KITS QUIRÚRGICS PER A L'HOSPITAL  
UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

**Criteris d'adjudicació**

**CS/AH01/1101447852/26/AMUP**

|                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                        |                        | <p>excessiva els teixits circumdants= 2 punts</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El bisturí no ofereix una excel·lent capacitat de tall en teixits durs i tous i la coagulació no és eficaç, per tant, no minimitza el sagnat ni afavoreix la curació ni el bon control tèrmic i no es pot controlar que la calor generada pugui danyar de forma excessiva els teixits circumdants= 0 punts</li> </ul>                        |             |
| <b>C24</b>             | Mànec d'electrobisturí | <ul style="list-style-type: none"> <li>Baix risc de fallades tècniques: ha de ser un sistema robust i fiable que minimitzi la possibilitat de mal funcionament o fallades durant procediments quirúrgics crítics= 1 punt</li> <li>Alt risc de fallades tècniques: el sistema no és robust ni fiable i per tant no minimitza la possibilitat de mal funcionament o fallades durant procediments quirúrgics crítics= 0 punts</li> </ul> | <b>1</b>    |
| <b>TOTAL PUNTUACIÓ</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>34.5</b> |

**JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ**

D'acord amb el que es recull a l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, aquests criteris tècnics i la seva ponderació han estat escollits pels professionals designats pel responsable del contracte, per tal d'assegurar la millor relació qualitat-preu vinculada a l'objecte del contracte i basats en un plantejament que atén a la millor relació cost-eficàcia.

**EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL  
SUBMINISTRAMENT DE KITS QUIRÚRGICS PER A L'HOSPITAL  
UNIVERSITARI VALL D'HEBRON**

**Criteris d'adjudicació**

**CS/AH01/1101447852/26/AMUP**

Dins d'aquests aspectes s'han tingut en compte la qualitat, inclòs el valor tècnic, les característiques estètiques i funcionals, l'accessibilitat, el disseny universal o disseny per a totes les persones usuàries, les característiques socials, mediambientals i innovadores, la comercialització i les seves condicions així com l'organització, la qualificació i experiència del personal tenint en compte el servei postvenda, l'assistència tècnica i les condicions de lliurament, d'acord al tipus d'expedient.

Dr. Jose Manuel Domínguez González  
Subdirector Assistencial  
Hospital Universitari Vall d'Hebron