

ANNEX 4

DESGLOSSAMENT CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

CRITERIS D' ADJUDICACIÓ

Les fórmules a aplicar per a determinar la valoració s'han fixat en base al que s'estableix a la Directiu 1/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica.

A. CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA (MÀXIM 100 PUNTS):

SOBRE 3

PUNTUACIÓ

A. CRITERIS RELACIONATS AMB ELS COSTOS

A.1 Preu de l'oferta

Fins a 65 punts

TOTAL PUNTS CRITERIS A.1

65 PUNTS

SOBRE 2

PUNTUACIÓ

B CRITERIS TÈCNICS VALORABLES AUTOMÀTICAMENT

B.1 Elèctrode IRE activador amb punta activa regulable de 0 a 4 cm (en passos de 5 mm).

Fins a 5 punts

B.2 Equip amb un mínim de 6 sortides de la sonda.

Fins a 5 punts

B.3 Equip amb possibilitat de connexió de 2 a 6 elèctrodes monopolars, 1 activador i 5 estàndard; i que també disposi d' un sincronitzador ECG integrat que es connecti al ritme cardíac del pacient.

Fins a 5 punts

B.4 Equip amb sistema de control i visualització de la temperatura de la zona d' ablació en temps real

Fins a 5 punts

B.5 Equip amb detecció i visualització en temps real del voltatge, impedància, corrent i onda R.

Fins a 5 punts

B.6 Equip amb sistema intel·ligent de gestió de dades i exportació d' informes de procediments.

Fins a 5 punts

B.7 Equip amb generador portàtil, pantalla tàtil, possibilitat d' activació mitjançant pedal i adaptat a les necessitats d' espai quirúrgic.

Fins a 5 punts

TOTAL PUNTUACIÓ CRITERIS B

35 PUNTS

PUNTUACIÓ TOTAL

100 PUNTS