

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101451983/26/AMUP

MATERIAL DE TERÀPIA I FUNCIO RESPIRATÒRIA.
COMPLEMENTARI.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 1 de 54

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació.....	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	6
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	9
4.1. Prevenció de riscos laborals	9
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament.....	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	12
4.4.3. Sistema EDI.....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 2 de 54

- 4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia..... 16
- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 17
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 19



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 3 de 54

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de **Material de teràpia i funció respiratòria** per als Centres de l'Institut Català de la Salut i Centres adherits.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

- Es obligatori presentar oferta conjunta als lots 34 i 35. Si es presenta oferta en un codi de mascareta del lot 34, s'ha de presentar obligatòriament oferta en un codi d'arnès del lot 35. Aquests dos codis, en el seu ús conjunt, han de ser compatibles i funcionals.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.



3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2 de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.



El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres



mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.



4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té



tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Sessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuals d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	



- F010-Fitxa tècnica actual*
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*
- P010-Pressupost*
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.



4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termin de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:



- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005



- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges


Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:



- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor



- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.



3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un dels i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transiten a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	



3. Carga-descarga de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat. Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment es procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d'emergència: Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
--	---



8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 19 de 54

Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX C - Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 20 de 54

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 21 de 54

ANNEX A			
Lot	Descripció del Lot	Codi	Obligatorietat
1	Materials per a teràpia O2 alt flux compatible amb humidificadors de gasos respiratoris	30009857	SI
		30027821	
		30052262	
		30029840	
		30029758	
		30013980	
		30027600	
		30030636	
		30030637	
		30033816	
		30034414	
		30043618	
		30051652	
		30051653	
		30061627	
		30069878	
		30069879	
		30069880	
2	Material per a capnografia transcutània	30060501	SI
		30060502	
		30060503	
		30014886	
		30010316	
		30019146	
3	Materials per a espiròmetres/aerosolteràpia	30019147	SI
		30019148	
		30019149	
		30019150	
		30040961	
		30029030	NO
4	Materials per a equip de funció pulmonar	30029967	NO
		30061187	NO
		30029968	NO
		30053416	NO
		30061186	NO
		30051474	NO
5	Filtres i accesoris per a espiròmetres/aerosolteràpia	30017121	NO
		30017122	NO
		30017123	NO
		30062532	NO
		30008590	NO
		30031867	NO
		30054010	NO
		30060239	NO
6	Humidificadors (nas artificial) de calor i humitat CV	30062108	NO
		30063891	NO
		30063903	NO
		30048595	NO
		30066858	NO
		30009176	NO
7	Filtres respiratoris	30013620	NO
		30028686	NO
		30028760	NO
		30062096	NO
8	Cambras retenció/inhalació	30063583	NO
		30065997	NO



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 22 de 54

Lot	Descripció del Lot	Codi	Obligatorietat
9	Nebulitzadors	30001275	NO
		30001276	NO
		30001277	NO
		30003984	NO
		30005164	NO
		30008261	NO
10	Material divers per a humidificador	30009168	NO
		30005163	NO
11	Mascaretes tipus Venturi	30009776	NO
		30001272	NO
		30001273	NO
		30001274	NO
		30002212	NO
12	accessoris tipus Venturi	30029682	NO
13	Línia d'oxigen	30001293	NO
		30003180	NO
14	Sondes nasals per administració oxigen (Ulleres nasals)	30003975	NO
		30005161	NO
		30037829	NO
15	Circuits i accessoris per a sistemes de ventilació	30047615	NO
		30047394	NO
		30051623	NO
16	Vàlvules	30060327	NO
		30053415	NO
17	Material Fisioteràpia respiratòria	30006644	NO
		30065175	NO
		30043004	NO
		30051845	NO
18	Sondes per a capnògraf	30003988	NO
		30063585	NO
19	Materials capnògraf	30017871	NO
		30018632	NO
		30053964	NO
		30063584	NO
20	Broquets per espirometria	30001804	NO
		30002077	NO
		30005181	NO
		30007317	NO
		30005370	NO
		30054011	NO
		30053075	NO
		30061995	NO
21	Broquets per alcolimetres	30051166	NO
		30006803	NO
22	Broquets per Oxid nítric	30053249	NO
		30052833	NO
		30043519	NO
23	Broquets per coximetre	30030448	NO
		30034680	NO
		30062388	NO



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 23 de 54

Lot	Descripció del Lot	Codi	Obligatorietat
24	Broquets Universal	30017656	NO
25	Accessoris funció respiratòria	30005185	NO
		30008313	NO
		30014524	NO
		30062185	NO
		30063691	NO
		30063890	NO
		30052826	NO
		30019256	NO
26	Adaptadors funció respiratòria	30048562	NO
		30063889	NO
		30068531	NO
27	Oliva per a rinomanòmetria	30051171	NO
		30051173	NO
28	Sondes Polisonografia	30019658	NO
		30042275	NO
29	Mascaretas funció respiratòria	30048553	NO
		30048555	NO
		30053874	NO
		30062438	NO
		30069653	NO
30	Altres accessoris funció respiratòria	30048556	NO
		30048557	NO
		30062439	NO
31	Sondes nasals i circuit calefactat per a dispositiu de oxigenoteràpia	30053082	NO
		30053083	NO
		30053084	NO
		30053085	NO
		30053086	NO



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 24 de 54

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 25 de 54

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PÀGINA: 1 / 17
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30001272
Descripció llarga: Mascareta facial O2 ped,vora suau siliconada,venturi 7 concentracions a/sist segur,ròtula giratòria,forats laterals,cinta elàstic aj ust, línia O2 1,8-2m,estructura interior anticol·lapse,plàstic transparent tou ,s/làtex/ftalats,lús		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30001273
Descripció llarga: Mascareta facial O2 adult,vora suau siliconada,venturi 7 concentracions a/sist segur,ròtula giratòria,forats laterals,cinta elàstic ajust, línia O2 1,8-2m,estructura interior anticol·lapse,plàstic transparent tou ,s/làtex/ftalats,1		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30001274
Descripció llarga: Mascareta traqueotomia O2 adult,venturi 7 concentracions,línia O2 1,8-2m), plàstic transparent i vorell siliconat,adaptable a nebuli tzador, sistema obertura lateral, connector basculant rotació 360°. Lliure de làtex, lliure ftalats,lús		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30001275
Descripció llarga: Nebulitzador pediàt,10(+/-)1 mL,antibolcada,anatòm,flexible,inodora i fixador metàl·lic al nas.Línia O2 2(+/-0,2)m no col·lapsable a /conn luer femella,partícula d'0,5µ i 5µ.Nebulitzador extraïble p/oxigenoteràpia a/conn mascle línia,transparent,s/làt,lús		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30001276
Descripció llarga: Nebulitzador farmacs per aerosolteràpia graduat 10(+/-)1 mL,sist antigoteig, a/conn femella 22mm,a/mascareta adult,inodora i vora su au siliconada, cinta elàst ajust,línia O2 2(+/-0,2)m,interior anticol.lapse ,transparent, s/làt,lús		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30001277
Descripció llarga: Nebulitzador a/broquet+tub corrugat, cubeta calibra capacitat 10(+/-1)mL ,antibolcada,adaptador T,connexions 22mm,línia O2 2(+/-0,2)m anticol.lapse.Transparent,rígid,s/làt,lús		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30001293
Descripció llarga: Eq peça T p/oxigenteràpia a/linea de O2 1,8-2m p/traqueotomia,regulador sistema venturi 7 concentracions a/sist segur, ròtula girato ria adaptable nebulitzador,dispositiu silenciador altes concentracions.Transparent ,S/làtex/PVC.lús.Compat a/nebulitzador.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30001804
Descripció llarga: Broquet adaptador per a espirometria. Mides : diàmetre interior 26mm, diàmetre extern 28mm i longitud 65 (+/-5)mm. Material: cartró amb recobriment setinat. D'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PAGINA: 2 / 17
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30002077
Descripció llarga: Broquet adaptador per a espirometria. Mides: diàmetre interior 28mm, diàmetre extern 30mm i longitud 60 (+/-5)mm. Material: cartró a mb recobrimet setinat. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30002212
Descripció llarga: Mascareta O2 traqueo,adult,nebulitzador fàrmacs p/dipòsit traqueobronq partíc 2-3 p. Cubeta calibrada de plàstic rígíd 10(+/-1)mL,tu b coar i línea O2. Nebulització vertical. Tanca de seguretat a/sist antigoteig.Connector femella 22mm.Lliure làtex/PVC,lús		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30003180
Descripció llarga: Línia per a administració d'oxigen amb connectors universals,transparent i anticòl·lapse. Llargària 2 (+/-0,2) metres (m), lliure de làtex, d'un so ús.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30003975
Descripció llarga: Línia per a administració d'oxigen amb connectors universals,transparent i anticòl·lapse. Llargària 7 (+/-0,2) metres (m), lliure de làtex, d'un so ús.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30003984
Descripció llarga: Nebulitzador a/broquet+tub corrugat,a/filtre viric/antib,vàlv unidirec ,cubet calibr capac 10(+/-1)mL,circuit pentam Øpartic 4,5 a 3µ ,flux 8lpm,tanca seg antigoteig,conn femella 22mm,línia O2 2(+/-0,2)m estrellada antioclusió Transparent,rígíd#s/làt,lús		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30003988
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal doble,sistema subjecció tipus ullera pacient adult per a la mesura de CO2+administ de O2,a/adapt per circuit de a nestesia,canula rodona i atraumàtica,tub anticòl.lase 2(+/-1)m,conn universal,luerlok mascle,rebutjable,s/làtex/ftalax,lús		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30005161
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal ullera,O2,adult , puntes nasals corbes i suaus, llengüeta flexible,línia O2 5 (+/-0,5)m a/sistema anticòl·lapse,tr ansparent i flexible,connexió luer femella,s/làtex,lús		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30005163
Descripció llarga: Got humidificador transparent adaptable a tot tipus de cabalímetre, amb vàlvula de seguretat i connexió universal per a qualsevol eq uip d'oxigenoteràpia. Mida: 200 (+/-10) cc de capacitat i graduat cada 100 cc. Lliure de làtex, d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PAGINA: 3 / 17
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 170	MATERIAL: 30005164
Descripció llarga: Nebulitzador tipus MB2 calibrat o eq, metacolina i broncoestimulació, 5 (+/-0,5)mL,diàmetre extrem boca superior connexió broquet 1, 9cm, diàmetre exterior boca interior connexió tub 0,7cm, rigid,reutilitzable, autoclau.Compatible dosímetre MB3 Mefar o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 180	MATERIAL: 30005181
Descripció llarga: Broquet adaptador per a espirometria. Mides: diàmetre interior 20mm, diàmetre extern 22mm i longitud 60 (+/-5)mm. Material: cartró a mb recobrint setinat. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 190	MATERIAL: 30005185
Descripció llarga: Sensor de flux per neumatògraf de proves funcionals respiratòries, compatible amb equips de funció pulmonar Prevent o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 200	MATERIAL: 30005370
Descripció llarga: Broquet de plàstic amb filtre. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb espiròmetre NDD Easyone World/Pro/Lab/on-PC o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 210	MATERIAL: 30006644
Descripció llarga: Incentivador/exercitador respiratori per a expansió pulmonar,adult,port oxigen,broquet i tub corrugat.Escala volum inspirat 2000 a 4 000 mL(500 en 500mL) a/control de flux.Dispositiu p/penjar,nansa subjecció.transparent ,s/làtex,ús sol pacient.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 220	MATERIAL: 30006803
Descripció llarga: Broquet per a alcoholímetre, amb vàlvula antiretorn, de polivinil, compatible amb alcoholímetres i etilòmetres Alcotest o equivalent .		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 30007317
Descripció llarga: Broquet adaptador per a espirometria. Mides : diàmetre interior 29mm, diàmetre extern 31mm i longitud 65 (+/-5)mm. Material: cartró amb recobrint setinat. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 30008261
Descripció llarga: Nebulitzador fàrmacs p/dipòsit traqueobronquial partícules 2-3 µ. Cubeta calibrada de plàstic rigid 10(+/-1)mL i línia O2. Nebulitza ció vertical. Tanca de seguretat amb sistema antigoteig.Connector femella 22mm.Lliure de làtex,lús.Compatible a/mascareta		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PAGINA: 4 / 17
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 30008313
Descripció llarga:	Columna per a cromatografia (anàlisi de gasos) compatible amb equips DL ,DX I PFX o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 30009168
Descripció llarga:	Nebulitzador fàrmacs per aerosolteràpia graduat 10 (+/-1)mL,sist antigoteig, a/conn femella 22mm, a/mascareta pediàtrica, inodora i vora suau siliconada, cinta elàst ajust, linea O2 2(+/-0,2)m, interior anticollapse,transparent, /làt, lús	
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 30009176
Descripció llarga:	Humidificador/intercanviador de calor per a VM. Vt 70-500mL,humitat 30mg L/H2O,pes 6 (+/-1)g,baixa resistència,espai mort 17(+/-2)mL ,revestiment higroscòpic, connexió màquina: 15F i Pacient: 15M/15F.De plàstic, transparent.Lliure de làtex,d'un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 30009776
Descripció llarga:	Bossa d'aigua flexible pre-omplerta amb 1000mL, per a teràpia respiratòria, amb sistema de circuit tancat i connexió a humidificador . Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.	
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 30009857
Descripció llarga:	Cambra humidificadora d'autocompliment per un sol pacients adults,pediàtric o nounats amb mecanisme de doble flotador, rang flux de 1 ,5 a 80L/minut, volum màxim 280 (+/-20)mL. Compatible amb humidificador MR850 o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 30010316
Descripció llarga:	Clip d'orella per monitorització transcutània digital de la pressió parcial de CO2 en pacients adults i pediàtrics. Adhesiu amb bai xa força de pressió. Lliure de làtex,d'ús en un sol pacient,reutilitzable. Compatible amb sensor V-Sign 2 (VS-A/P/N) o eq,	
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 30013620
Descripció llarga:	Filtre espiratori per a proves de provocació APS, de material plàstic. Compatible amb l'equip de funció pulmonar MASTER SCREEN model s APS o equivalent.	
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 30013980
Descripció llarga:	Cànula (ullera) nasal,interfície per a oxigenteràpia d'alt flux,mida mitjana,llarg 32 (+/-2)cm,rang flux # 60 L/min,connector cònic mascle al sistema d'humidificació de 22 mm.S/làtex,ftalats,ús un sol pacient.Compatible MR850,F&P950,AIRVO 2 i AIRVO3 o eq	

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PAGINA: 5 / 17
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30014524
Descripció llarga: Punta de llana de vidre desactivat tipus "liners"per a injector de cromatògraf(analitzador de gasos),forma Gooseneck Splitles,diàmet re intern 4mm,tècnica de treball split o splitless.Compatible amb equips de cromatografia Agilent o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 30014886
Descripció llarga: Adaptador d'oxigen-aire de 22mm doble tetina per a sistema d'humificació. Compatible amb humidificador MR850,F&P 950 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30017121
Descripció llarga: Bossa per a la barreja de gasos en proves DLCO de funció pulmonar (capacitat de difusió del monòxid de carboni). Capacitat 9 (+/-1) litres (L), connexió rígida diàmetre intern 30mm.PVC, d'un sol ús. Compatible equips funció pulmonar Medisoft o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30017122
Descripció llarga: Bossa per a la barreja de gasos en proves DLCO de funció pulmonar (capacitat de difusió del monòxid de carboni). Capacitat 2 (+/-1) litres (L), connexió rígida diàmetre intern 30mm. PVC, d'un sol ús. Compatible amb equips de funció pulmonar Medisoft o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 30017123
Descripció llarga: Reixeta metàl·lica diàmetre 48mm, 5mm ample. Compatible amb equips de funció pulmonar Medisoft o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 30017656
Descripció llarga: Broquet de polietilè 22mm femella, llargària apoximada 72mm. Un sol ús, sense làtex.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 30017871
Descripció llarga: Cubeta/adaptador per allotjar sensors de capnografia EtCO2 amb connectors 22/15 mm, mida adult. Lliure de làtex, no estèril, un sol ús. Compatible amb Respiradors Evita, V500 i Oxylog 3000 Plus o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 30018632
Descripció llarga: Equip de circuit (línia i connector) per a capnògraf, en una sola peça, amb humidicador,llarga durada. Ús: neonatal < 2 kg.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PAGINA: 6 / 17
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 30019146
Descripció llarga: Sensor digital a/cable integrat per mesura transcutània, continua i no invasiva de la pressió parcial CO2 (pCO2), saturació d'oxigen (satO2) i la freqüència cardíaca (FC).S/làtex, pacient adult, pediàtric i neonat.Compatible V-Sign 2 o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 30019147
Descripció llarga: Anell de fixació cutània monitorització transcutània no invasiva,CO2,satO2 i FC a/base circular adhesiva.Pacient adult,pediàt i noun at,pel intacte.De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sensor V-Sign 2, OxiVent o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 30019148
Descripció llarga: Gel de contacte d'alta viscositat. Envàs de 5 (+/1)mL. Lliure de làtex. Compatible amb sensor V-Sign 2 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 30019149
Descripció llarga: Gas de calibratge per a sensor de pressió parcial de CO2 (pCO2), cilindre de 6,5 (+/-0,5) litres (L) a 10,5bar. Lliure de làtex. Com patible amb sensor V-Sign 2 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 30019150
Descripció llarga: Intercanviador de membrana de sensor per a monitorització transcutània digital. Fixació adhesiva. Lliure de làtex, d'un sol ús. Comp atible amb sensor V-SignTM 2, OxiVenT o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 30019256
Descripció llarga: Tamis metàl·lic de 36Pa/L/s. Diàmetre 66mm. Lliure de làtex, reutilitzable. Compatible amb l'equip de funció pulmonar MASTER SCREEN o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 30019658
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal amb sistema de subjecció tipus ullera,sense filtre, longitud 38 (+/-2)cm.Silicona, lliure de làtex. Compatible am b qualssevol equip de poligrafia respiratòria estudi son		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 30027600
Descripció llarga: Cànula (ullera) nasal,interfície per a oxigenteràpia d'alt flux,mida petita,llarg 32 (+/-2)cm,rang flux # 60 L/min, connector cònic mascle al sistema d'humidificació de 22mm.S/làtex,ftalats,ús un sol pacient.Compatible MR850,F&P950,AIRVO 2 i AIRVO3 o eq		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PÀGINA: 7 / 17
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 30027821
Descripció llarga: Circuit de ventilació compost per: línia seca, ramal inspiratori escalfat de 1,5 (+/-0,1)m i cambra d'humidificació autocompliment, c onnectors ISO cònics.Fil de coure i polièster. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb humidificador MR850 o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 30028686
Descripció llarga: Filtre bacterià per a sistema de determinació d'òxid nítric (ON) exhalat en pacient adult. Connexió a equip, DI 13mm, DE 25mm, conne xió pacient DI 16mm, DE 21mm. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb CLD88 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 30028760
Descripció llarga: Filtre de mostra de 200 µ de FTFE i connectors luer-lock. Compatible amb sistema determinació òxid nítric (ON) exhalat CLD88SP i sis tema de funció pulmonar AXHALYZER D. Lliure de làtex, d'un sol ús. Ref. 4877 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 30029030
Descripció llarga: Vàlvula espiratòria de 50x42x42mm, de polipropilè, lliure de làtex, no estèril, asèptic, reutilitzable. Compatible amb equip per a m esura de la pressió nasal RPM Micro o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 30029682
Descripció llarga: Mascareta facial O2,adult silenciosa,vora siliconada,venturi 7 concentracions ,a/sist segur ròtula giratoria,cinta elàst ajust,líniaO2 1 ,8-2m+adap a caudalímetre,estruct inter anticollapse, plàstic transp tou, s/làtex/ftalats, 1 ús.Compatible a/nebulitzador		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 30029758
Descripció llarga: Circuit respiratori escalfat per a oxigenoteràpia d'alt flux pacient adult, compost per: cambra autocompliment i adaptador, Mida 1,5 (+/-0,1) metres (m), rang flux de 10 a 60 L/m. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb AIRVO2 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 30029840
Descripció llarga: Interfície per a traqueostomia per a administració d'alt fluxe fins a 50 L/minut. Mida: 32 (+/-2) cm, connector cònic 15mm femella, . Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb AIRVO2, AIRVO 3,MR850,F&P950 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 30029967
Descripció llarga: Oliva nasal mida petita (P), de goma lliure de làtex, compatibles amb espiròmetre Micro RPM o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PAGINA: 8 / 17
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 570	MATERIAL: 30029968
Descripció llarga: Oliva nasal mida gran (G), de goma lliure de làtex, compatibles amb espiròmetre Micro RPM o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 580	MATERIAL: 30030448
Descripció llarga: Broquet de pacient amb membrana antibacteriana per a transductor de flux DSR - Analitzador d'Òxid Nítric (ON). De polietilè (PE), d' un sol ús. Compatible amb equips Exhalyzer - CLD88SP o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 590	MATERIAL: 30030636
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal sist subjecció tipus ullera,oxigenoteràpia alt flux ,mida infantil (3 a 15Kg)Flux màxim 20 L/min,a/sist fixació car a mitjançant apòsit hidrocol·loide,sist anticol·lapse i antidesconn.S/làtex/ftalats,lús.Compat MR850,F&P950,AIRVO2 o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 600	MATERIAL: 30030637
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal sist subjecció tipus ullera,oxigenteràpia alt flux,mida pediàtrica (12 a 22Kg).Flux màxim 25 L/min,a/sist fixació cara mitjançant apòsit hidrocoloide,sist anticol·lapse i antidesconn.S/làtex/ftalats,lús.CompatibleMR850F&P950,AIRVO2 o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 610	MATERIAL: 30033816
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal sist subjecció tipus ullera,oxigenteràpia alt flux,mida prematur (igual o inferior 2Kg).Flux màxim 8 L/minut,sist fixació cara mitjançant apòsit hidrocol·loide,sist anticol·lapse ,antidesconn.S/làtex/ftalats,lús.CompatMR850 I F&P950 o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 620	MATERIAL: 30034414
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal sistema subjecció tipus ullera,oxigenteràpia alt flux, mida nounat (1 a 8Kg). Flux màxim 8 L/minut,sistema fixaci ó cara mitjançant apòsit hidrocol·loide,sistema anticol·lapse i antidesconn.S/làtex/ftalats,lús.Compat MR850 i F&P950 o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 630	MATERIAL: 30034680
Descripció llarga: Broquet per a la presa de mostres d'aire aspirat en les proves de cooximetria i hidrogen espirat. Classe I, no estèril, d'un sol ús. Compatible amb equips Smokerlyzer (piCO+, Micro+, piCO baby), Gastro+, ToxCO o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 640	MATERIAL: 30037829
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal ullera,O2 alt flux a adults, flux màxim 15L/m, tub llargària 2 (+/-0,2) metres (m), translúcid, lliure de làtex, d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PAGINA: 9 / 17
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 650	MATERIAL: 30040961
Descripció llarga: Anell de fixació cutània monitorització transcutània no invasiva,CO2,satO2 i FC a/base circular adhesiva.Pacient adult,pediàt i noun at,pel fàgil.De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sensor V-Sign 2 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 660	MATERIAL: 30042275
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal ullera,O2 en polisomnografia,puntes nasals dissenyades p/monitorització flux aire,línia O2 2(+/-0,2)m,anticol·lap se,luer-lock mascle+filtre hidròfug.S/làtex,lús.Compatible tipus PTAF/PTAlite o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 670	MATERIAL: 30043004
Descripció llarga: Dispositiu entrenament respiratori a/sistema apertura llindar inspiratori/expiratori, p/músculs inspiratoris i expiratoris,broquet i pinça nas,rentat,autoclau,s/làtex.lús		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 680	MATERIAL: 30043519
Descripció llarga: Broquet de silicona amb connector ISO 22mm compatible amb aparell de funció pulmonar Exhalyzer D, CLD 88 sp o equivalent. Reutilitza ble.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 690	MATERIAL: 30043618
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal ullera,O2,alt flux, nounat,mida XS,flux 0.5-8 L/minut ,sist fixació cara a/apòsit hidrocol·loide,sist anticol·laps e i antidesconnexió.S/làtex,lús.Compatible MR850 I F&P950 o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 700	MATERIAL: 30047394
Descripció llarga: Sensor de flux per a pacients intubats, TET >4mm de diàmetre intern, connector. Compatible amb monitor Enlight 1800 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 710	MATERIAL: 30047615
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal mida mitjana (M) amb sistema de subjecció tipus ullera per a subministrament d'O2 alt flux a adults, flux màx 80L /minut. Cinta ajustable al coll amb botó tipus "clip". Lliure de làtex, un sol ús. Compatible FD140 Flow Driver o equival		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 720	MATERIAL: 30048553
Descripció llarga: Mascareta facial de silicona per a proves funcionals, talla mitjana (M), sense colze, amb 4 punts d'ancoratge tipus clip. Lliure de làtex, reutilitzable.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PAGINA: 10 / 17
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 730	MATERIAL: 30048555
Descripció llarga: Mascareta facial de silicona per a proves funcionals, talla petita (P), sense colze, amb 4 punts d'ancoratge tipus clip. Lliure de l' àtex, reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 740	MATERIAL: 30048556
Descripció llarga: Arnès de subjecció per a mascareta de proves funcionals mida petita/Mitjana (P/M), amb 5 punts d'ancoratge tipus clip. Reutilitzable. Compatible amb mascareta facial de silicona per a proves de funcionals.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 750	MATERIAL: 30048557
Descripció llarga: Arnès de subjecció per a mascareta de proves funcionals mida gran (G), amb 5 punts d'ancoratge tipus clip, Reutilitzable. Compatible amb mascareta facial de silicona per a proves de funcionals.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 760	MATERIAL: 30048562
Descripció llarga: Adaptador per a mascareta, de silicona. Reutilitzable. Compatible amb mascareta facial de silicona per a proves de funcionals.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 770	MATERIAL: 30048595
Descripció llarga: Cèl·lula per a anàlisi d'O2. Compatible amb espiròmetre Vyntus CPX o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 780	MATERIAL: 30051166
Descripció llarga: Broquet de plàstic sense filtre compatible amb espiròmetre NDD Easyone World/Pro/Lab/on-PC o equivalent. Estèril, envàs individual, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 790	MATERIAL: 30051171
Descripció llarga: Oliva per a rinomanòmetre diàmetre de 30 (+/-1)mm, mida 2, de silicona/polipropilè.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 800	MATERIAL: 30051173
Descripció llarga: Oliva per a rinomanòmetre diàmetre de 20 (+/-1)mm, mida 1, de silicona/polipropilè.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 810	MATERIAL: 30051474
Descripció llarga: Equip per a funció pulmonar, espirometria, compost per: broquet de plàstic suau Ø interior de 28 (+/-0,1)mm, filtre electrostàtic de Ø interior 26, (+/-0,1)mm, i pinça nasal. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb equips Medisoft o equivalent.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PÀGINA: 11 / 17
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 820	MATERIAL: 30051623
Descripció llarga: Circuit calefactat per a sistema d'alt flux, de 1,5 (+/-0,1) metres (m), amb cambra humidificadora i ramal de 0,6 (+/-0,1) metres (m) i filtre antibacterià. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb humidificador Aquavent o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 830	MATERIAL: 30051652
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal ullera, O2,alt flux,pediàtric, mida M, flux 0,5-10 L/minut, sist fixació cara a/apòsit hidrocoloide,sist anticol·lapse i antidesconnexió. S/làtex/ftalats, no estèril, lús. Comp MR850, F&P950 ,AIRVO2 ,AIRVO3 o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 840	MATERIAL: 30051653
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal amb sist subjecció tipus ullera,O2 alt flux pediatria ,mida S, flux 0,5-9 L/minut, sist fixació cara mitjançant ap òsit hidrocoloide,sist anticol·lapse i antidesconn. S/làtex/ftalats, no estèril, lús. Comp MR850,F&P950,AIRVO2,AIRVO3 o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 850	MATERIAL: 30051845
Descripció llarga: Dispositiu de entrenament respiratori pressió posit a/vàlv unidireccional independent flux aire tipus manxa.Pressió regulable 0 a 75 cm H2O.Broquet incorporat.Plàstic transparent a/Pinçanasal.S/làtex,no estèril,1 sol pacient		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 860	MATERIAL: 30052262
Descripció llarga: Eq respiratori escalfat oxigenoteràpia alt flux a/connex Optiflow/optiflow junior o eq, compost:tub escalfament 180(+/-10)cm, cambra d'autoomplimen tipus MR850 o eq i adaptador p/nebulització.S/làtex/ftalats,no estèril ,lús. Compatible Airvo/Airvo2 o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 870	MATERIAL: 30052826
Descripció llarga: Pinça nasal per a proves de la funció respiratòria, cos i peces de pressió de polipropilè (PP), lliure de làtex, d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 880	MATERIAL: 30052833
Descripció llarga: Broquet de polipropilè amb filtre. Compatible amb sistema mesurador FeNO (òxid nítric exhalat)en pacients asmàtics, permet 5 determi nacions limitades en 15minuts,rebutjable.Compatible amb sistema Vivatmo o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 890	MATERIAL: 30053075
Descripció llarga: Broquet elàstòmer de 30x19x12 (+/-1)mm. Compatible amb filtre per a espirometria i altres proves de funció pulmonar. Neumofilt o equ i.60		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PÀGINA: 12 / 17
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 900	MATERIAL: 30053082
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal ullera,O2 alt flux,prematur,flux 1-8 L/minut, amb forma anatòmica dels orificis nasals fixació ajustable encoixin at de silicona. Lliure làtex,lús.Compatible Precision Flow o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 910	MATERIAL: 30053083
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal ullera,O2 alt flux, mida nounat,flux 1-8 L/minut, amb forma anatòmica dels orificis nasals fixació ajustable encoixinat de silicona.Lliure làtex,lús.Compatible Precision Flow o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 920	MATERIAL: 30053084
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal ullera,O2,alt flux,pediàtric,flux 1-8 L/minut, amb forma anatòmica dels orificis nasals fixació ajustable encoixi nat de silicona.Lliure làtex,lús.Compatible Precision Flow o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 930	MATERIAL: 30053085
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal ullera,O2 alt flux,pediàtric,flux 1-20 L/minut, amb forma anatòmica dels orificis nasals fixació ajustable encoixinat de silicona.Lliure làtex,lús.Compatible Precision Flow o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 940	MATERIAL: 30053086
Descripció llarga: Circuit calefactat per a sistema baix flux, de 1 a 8 L/min. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb humidificador VapoTherm Precision Flow o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 950	MATERIAL: 30053249
Descripció llarga: Broquet per a alcoholímetre, amb vàlvula antiretorn, de polivinil, compatible amb alcoholímetres i etilòmetres Alcotest 6820 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 960	MATERIAL: 30053415
Descripció llarga: Vàlvula inspiratòria de 50x42x50mm, de polipropilè, lliure de làtex, noestèril, asèptic, reutilitzable. Compatible amb equip per a mesura de la pressió nasal RPM o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 970	MATERIAL: 30053416
Descripció llarga: Adaptador de 30mm de diàmetre per a filtre, de plàstic, reutilitzable. Compatible amb equip per a mesura de la pressió nasal Micro RPM o equivalent.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PÀGINA: 13 / 17
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 980	MATERIAL: 30053874
Descripció llarga: Mascareta facial de silicona per a proves funcionals, talla super petita (XS), sense colze, amb 4 punts d'ancoratge tipus clip. Lliu re de làtex, reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 990	MATERIAL: 30053964
Descripció llarga: Línia monitorització ped/adult, 3(+/-0,1)m i adaptador en T per a TET, traqueostomia, o mascareta, monitorització CO2, O2 i freqüència respiratòria. S/làtex/ftalats,lús. Compatible amb mòdul monitorització CarescapeE-sCO, E-sCOV, E-sCOVX i E-miniC o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1000	MATERIAL: 30054010
Descripció llarga: Filtre i pinça nasal per a espirometria i altres proves de funció pulmonar, eficàcia de filtració 99,99999% (bacteris i virus), espa i mort 70 (+/-5)mL, pes 14,5 (+/-1)g. Lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1010	MATERIAL: 30054011
Descripció llarga: Broquet d'elastòmer de 30x19x12(+/-1)mm. Compatible amb filtre per a espirometria i altres proves de funció pulmonar Neumofilt o equivalent.150		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1020	MATERIAL: 30060239
Descripció llarga: Filtre per a espirometria i altres proves de funció pulmonar, eficàcia de filtració 99,99999% (bacteris i virus), espai mort 70 (+/- 5)mL, pes 33 (+/-1)g. Lliure de làtex, un sol ús. Compatible amb espiròmetres Jaeger, Sensormedics, M.E.C., Geratherm o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1030	MATERIAL: 30060327
Descripció llarga: Sensor de flux amb convertidor diferencial de flux passiu respiratori, per a mesura de la despesa energètica en repòs (REE) en pacie nts ventilats. Connexió ISO. De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb calorímetre Q-NRG o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1040	MATERIAL: 30060501
Descripció llarga: Adaptador/connector de sonda/cànula alt flux a VM nen prematur. Sist subjecció tipus ullera, mida XS.Fixació cara a/apòsit hidrocol·loide i sist anticol·lapse, mínima condensació i antidesconnexió.S/làtex ,lús.Compatible tubuladures i humidificador F&P950		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1050	MATERIAL: 30060502
Descripció llarga: Adaptador/connector de sonda/cànula alt flux a VM pediatria. Sist subjecció tipus ullera, mida S.Fixació cara a/apòsit hidrocol·loid e i sist anticol·lapse, mínima condensació i antidesconnexió.S/làtex ,lús.Compatibletubuladures i humidificador F&P950		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PAGINA: 14 / 17
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1060	MATERIAL: 30060503
Descripció llarga: Adaptador/connector de sonda/cànula alt flux a VM pediatria. Sist subjecció tipus ullera, mida M.Fixació cara a/apòsit hidrocol·loid e i sist anticol·lapse, mínima condensació i antidesconnexió.S/làtex ,lús.Compatibletubuladures i humidificador F&P950		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1070	MATERIAL: 30061186
Descripció llarga: Oliva nasal mida mitjana (M), de goma. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb espiròmetre Micro RPM o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1080	MATERIAL: 30061187
Descripció llarga: Oliva nasal mida extra-petita (XS), de goma. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb espiròmetre Micro RPM o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1090	MATERIAL: 30061627
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal amb sist subjecció tipus ullera, O2 alt flux pediatria ,mida XXL,flux 1-50 L/minut, sist fixació cara mitjançant a pòsit hidrocoloide,sist anticol·lapse i antidesconn. S/làtex/ftalats,no estèril, lús.Comp MR850,F&P950,AIRVO2,AIRVO3 o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1100	MATERIAL: 30061995
Descripció llarga: Broquet amb adaptador, de plàstic, sense filtre, compatible amb espiròmetre EASY ONE PRO/LAB o equivalent. Estèril, envàs individual , d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1110	MATERIAL: 30062096
Descripció llarga: Filtre per a oscil·lòmetre, de material plàstic, antibacterià/antivíric, filtració 99,99999% (bacteris)/99,999% (virus). Lliure de l àtex, d'un sol ús. Compatible amb l'equip de funció pulmonar tremoFlo o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1120	MATERIAL: 30062108
Descripció llarga: Filtre compatible amb espiròmetre pulmonar EasyOne Pro/lab o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1130	MATERIAL: 30062185
Descripció llarga: Tub silicona anterior Ø2,5mmIDx5mmOD per rinomanòmetre NR6 o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PÀGINA: 15 / 17
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1140	MATERIAL: 30062388
Descripció llarga: Broquet amb restricció del pas de l'aire espirat per a mostres d'aire de flux continu compatibles amb broquet de plàstic. Per a ús conjunt amb broquet de plàstic Steribreath. Compatible amb PICO+, MICRO+ i GRATRO+ o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1150	MATERIAL: 30062438
Descripció llarga: Mascareta facial de silicona per a proves funcionals, talla super-superpetita (XXS), sense colze, amb 4 punts d'ancoratge tipus clip . Lliure de làtex, reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1160	MATERIAL: 30062439
Descripció llarga: Arnès de subjecció per a mascareta de proves funcionals mida petita (P), amb 5 punts d'ancoratge tipus clip.Reutilitzable.Compatible amb mascareta facial de silicona per a proves funcionals.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1170	MATERIAL: 30062532
Descripció llarga: Adaptador de plàstic per a mesurar pressions bucals inspiratòries/espiratòries màximes (MIP/MEP). Lliure de làtex, no estèril. Compatible amb equips de funció pulmonar Medisoft o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1180	MATERIAL: 30063583
Descripció llarga: Filtre per a línia de monitorització de capnògraf (EtCO2). Compatible amb monitor Efficia i desfibril·lador HeartStart Intrepid o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1190	MATERIAL: 30063584
Descripció llarga: Adaptador TET per a pediatria i adult, monitorització continua per sensor de capnògraf EtCO2, de 2 (+/-0,1) metres (m), per a ús amb TET > 4,0 mm Lliure de làtex. Compatible amb monitor Efficia i desfibril·lador HeartStart Intrepid o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1200	MATERIAL: 30063585
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal ullera, adult, per a mesura CO2 espirat (EtCO2) i línia O2 de 2 (+/-0,2) metres (m) de llargària. Lliure de làtex , d'un sol ús. Compatible amb monitor Efficia i desfibril·lador HeartStart Intrepid o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1210	MATERIAL: 30063691
Descripció llarga: Línia per a determinació de la capacitat de difusió del monòxid de carboni (DLCO), de 2,4(+/-0,2) metres (m). Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb Vyntus ONE o equivalent.		



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 40 de 54

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PÀGINA: 16 / 17
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1220	MATERIAL: 30063889
Descripció llarga: Adaptador i línia calorímetre. Compatible amb monitor metabòlic Q-NRG+ o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1230	MATERIAL: 30063890
Descripció llarga: Vel de 150 x 150 amb forat central. Compatible amb monitor metabòlic Q-NRG+ o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1240	MATERIAL: 30063891
Descripció llarga: Filtre electrostàtic per a pacient antibacterià/víric 99,999%. Compatible amb monitor metabòlic Q-NRG+ o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1250	MATERIAL: 30063903
Descripció llarga: Filtre electroestàtic per a espirometria i altres proves funció pulmonar, eficàcia filtració 99,9999% (bacteris i virus), espai mort 50 (+/-5)mL. S/làtex, ús. Compatible amb espirometres PowerCube Body+, SpiroScout, PowerCube Diffusion+, Tremoflo o eq		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1260	MATERIAL: 30065175
Descripció llarga: Incentivador respiratori amb broquet de la modulació de cabal expiratori amb un rang 2,5 a 0. Lliure de làtex, lliure de ftalats. Ús en un sol		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1270	MATERIAL: 30065997
Descripció llarga: Cambra antiestàtica cilíndrica retenció aerosol inhalació fàrmacs MDI pacient infantil/adult,vàlvula unidireccional,adaptador univer sal silicona a aerosols, adaptador tub traqueo. S/làt/DEHP,BPA,autoclavable 121°(20 cicles).Compatible mascareta adult/ped		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1280	MATERIAL: 30066858
Descripció llarga: Adaptador reutilitzable per colocació entre broquet de cartró i filtre antibacterià/víric compatible amb cooxímetre CO CHECK o equiv alent		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1290	MATERIAL: 30068531
Descripció llarga: Adaptador mascaretes de PVC adult, per sensor de fluxe Ergostik o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1300	MATERIAL: 30069653
Descripció llarga: Mascareta facial de silicona per a proves funcionals,adult,talla L, sense colze, amb 4 punts d'ancoratge tipus clip. Lliure de làtex , reutilitzable, color blau.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 03.11.2025 HORA: 14:45:05 PAGINA: 17 / 17
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1310	MATERIAL: 30069878
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal ullera, O2,alt flux, interfície asimètrica talla petita ,fluxos 10-60L/ml sist AIRVO, 5-60L/ml F&P 850, 7-70L/mlF& P 950,no latex/ftalats/BPA,un sol pacient,compatible con sist AIRVO2, AIRVO3,my AIRVO2,F&P 850 i F&P 950		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1320	MATERIAL: 30069879
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal ullera, O2,alt flux, interfície asimètrica talla mitjana,fluxos 10-60L/ml sist AIRVO, 5-60L/ml F&P 850, 7-70L/mlF &P 950,no latex/ftalats/BPA,un sol pacient,compatible con sist AIRVO2, AIRVO3,my AIRVO2,F&P 850 i F&P 950		
SOL.COMANDA: 1101451527	POSICIÓ: 1330	MATERIAL: 30069880
Descripció llarga: Sonda/cànula nasal ullera, O2,alt flux, interfície asimètrica talla gran ,fluxos 10-60L/ml sist AIRVO, 5-60L/ml F&P 850, 7-70L/mlF&P 950,no latex/ftalats/BPA,un sol pacient,compatible con sist AIRVO2, AIRVO3,my AIRVO2,F&P 850 i F&P 950		

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

No aplica



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 43 de 54



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 44 de 54

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:				CS/CC00/1100656471/18/AMUP																							
Descripció:				SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																							
Empresa:																											
NIF:																											
Data:																											
Segell Empresa:																											
Signatura:																											
T. Oferta (B: Base, V: Variant):				B																							
Número oferta Variant:																											
Lin.	Partida	Desc. Partida	Preu	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari oferta amb IVA	Ref.	Referència	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marcia	Model	Forma Preu	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat								
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentar de mans ph neutre envàs de 900 ml v.l. 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030791	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00															
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00															
2	0		380	30030788	Sabó en gel, rentas freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml(2ml) càpsula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre Compatible 30030785	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00															
2	0		670	30030962	Dispensador colpe per a sabó rentas freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00															
2	0		710	30040625	Dispensador colpe per a sabó rentas freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00															

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



Doc. original signat per:
Olga Santamaría Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 45 de 54

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:
Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:
Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm
EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.
Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 46 de 54

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment regulació prod sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 47 de 54

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient		
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe			
Compliment regulació prod sanitaris			
Altres acreditacions i/o auto certificació			
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecniv_pag1_cat_180718.xls



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 48 de 54

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecniv_pag2_cat_180718.xls



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 49 de 54

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 50 de 54



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 51 de 54

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el <i>Resum</i> de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 52 de 54

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

[illegible]

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 53 de 54

ANNEX D4 - Model i Fitxa-resum Criteris Objectius

Aquest document es troba en format electrònic.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
10/11/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 17/12/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5I08NZM29K0EY75VO4PFF8ZA7N7APU

Data creació còpia:
17/12/2025 08:57:25

Pàgina 54 de 54