

ANNEX 5.1 - Cessió d'equips LOT 1 i 2 OXID NÍTRIC

Per a l'administració i monitoratge necessari de l'òxid nítric les empreses adjudicatàries hauran de cedir i instal·lar els equips detallats a cada lot en una estació mòbil integrada, a més de proporcionar tots els fungibles adaptats tant per a pacients nomenats com pediàtrics i adults.

El nombre d'unitats què actualment disposen els Centres de l'ICS en règim de cessió és aproximat i s'informa a l'ANNEX 5.3 – Número d'equips per centre.

En cas necessari, es podrà sol·licitar ampliar el nombre d'equips sense cost addicional, sempre que es correspongui amb un augment proporcional de l'activitat justificat i previ acord amb el proveïdor.

Aquest equipament serà propietat de l'adjudicatari qui es farà responsable de les reparacions i manteniment preventiu del mateix. Els equips a instal·lar hauran de reunir les següents característiques mínimes:

1- El sistema d'administració haurà de garantir que la concentració de la mescla oxigen i òxid nítric sigui sempre constant i contínua, independentment de la forma de ventilació utilitzada.

2- El sistema d'administració haurà de garantir que mai s'interromprà la teràpia de forma brusca en cap supòsit (canvi d'ampolla, trasllat del pacient etc.) per garantir això l'equip haurà de comptar amb un sistema manual d'administració independent, amb bateria interna i, a més, s'ha de garantir la possibilitat de canvi d'ampolla de manera que no es hagi d'interrompre el tractament.

3- El sistema d'administració haurà de comptar amb un sistema de monitoratge constant i fiable.

4- El sistema d'administració haurà de ser compatible amb la majoria dels ventiladors neonatals, pediàtrics i d'adults, ventiladors de transport així com amb sistemes de ventilació no invasiva i d'alta freqüència.

5- El sistema d'administració s'ha de poder utilitzar per al transport del pacient si fos necessari. El rang de l'òxid nítric ha d'estar comprès com a mínim entre 1 i 40 ppm.

6- Connexió de dos cilindres.

7- Disposar de servei tècnic propi (no extern) per garantir una intervenció ràpida, temps màxim de 24 hores de presència física, en cas de necessitat.

8- Subministrament ininterromput durant 24 h al dia 365 dies a l'any.

9-Subministrament de tots els materials fungibles necessaris per l'administració i retirada de les ampolles buides sense cost.

10- Equip traslladable mitjançant carro de transport amb dimensions màximes de l'equip 180cm alçada per 80cm amplada.

- 11- Informació del nivell de càrrega de les bateries en pantalla.
- 12- Sistema apte per a totes les modalitats de ventilació, per volum i per pressió.
- 13- Visualització del paràmetres seleccionats combinant gràfics i dades.
- 14- Configuració de la dosificació d'òxid nítric per rangs.
- 15- Test administració i funcionament correcte.
- 16- Manteniment preventiu anual i correctiu inclòs (Recanvis, desplaçaments, hores, etc...)
- 17- Sistema de registre i extracció de dades de cada tractament.
- 18- En cas d'innovació tecnològica, el proveïdor es coordinarà amb els hospitals per incorporar la nova tecnologia.
- 19- A la finalització del contracte ,en cas de canvi d'adjudicatari, els equips es retornaran a l'adjudicatari un cop reposats els nous equips.

Els licitadors hauran d'acreditar aquests aspectes omplint obligatòriament el model d'oferta tècnica a l' Annex 5.2 i aportant la fitxa tècnica dels equips.